



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**SOL. COTIZACIÓN**  
**7900000559**

Hoja 1 de 11

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION LPNP 40051001-087-16 ANEXO I		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	0050255453	608.00	PZA	<p>CINTA PARA MEDIR PERIMETRO CEFALICO</p> <p><b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00010 Carrito 3000010404 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>1.#Para medir circunferencias.</p> <p>2.#Cinta métrica flexible de fibra de vidrio retráctil, que tenga en un extremo un dispositivo metálico o plástico con un sistema de resortes que ayudan a estandarizar la tensión con que se mide.</p> <p>3.#Resistente a la esterilización o medios químicos.</p> <p>4.#Graduaciones en centímetros con divisiones en milímetros con números arábigos.</p> <p>5.#Con escala de 0 a 200 cm y grosor de 0.5 cm.</p>
2	0050255518	444.00	PZA	<p>CINTA METALICA ANTROPOMETRICA</p> <p><b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00020 Carrito 3000010404 0002</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>1.#Dispositivo para medir la circunferencia corporal.</p> <p>2.#Caja resistente y ergonómica</p>

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**SOL. COTIZACIÓN**  
**7900000559**

Hoja 2 de 11

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	0050255452	888.00	PZA	<p>3.#Cinta métrica flexible de plástico 4.#Rango de Medición de 15 a 150 cm o mayor 5.#División: 1 mm. 6.#Escala en centímetros y milímetros. 7.#Mecanismo de retracción y bloqueo de la cinta. 7.1.#Extremo con un dispositivo metal o plástico con un sistema de resortes que ayudan a estandarizar la tensión con que se mide. 8.#Resistente a la esterilización o limpieza por medios químicos.</p> <p>CINTA DE MEDICIÓN FONDO UTERINO</p> <p><b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00030 Carrito 3000010404 0003 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Observaciones:</b> 1.#Cinta métrica 2.#Ahulada 3.#Graduada en centímetros y milímetros 4.#Longitud 1.50 m</p>
4	0050253412	769.00	PZA	<p>TERMOMETRO CLINICO DIGITAL</p> <p><b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00040 Carrito 3000010404 0004 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Observaciones:</b> 1.#Termómetro clínico para medir la temperatura del cuerpo humano por acercamiento a la piel en diversas partes. 2.#Consta de pantalla digital con iluminación. 3.#Mecanismo de encendido manual o automático. 4.#Despliegue de temperatura de 34 a 42 °C.</p>

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**SOL. COTIZACIÓN**  
**7900000559**

Hoja 3 de 11

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				5.#Lectura en 60 segundos. 6.#Aviso audible de lectura. 7.#Memoria de la última temperatura. 8.#Alarma visual o sonora al detectar temperaturas fuera del rango determinado. 9.#Alarma visual o sonora al detectar batería baja. 10.#Error de $\pm 0.1^{\circ}$ C. 11.#Resistente al agua. 12.#Apagado automático. 13.#Duración de batería de 200 horas. 14.#Con estuche para guarda o funda protectora. 15.#Juego de batería adicional
5	0050253392	69.00	PZA	<b>PINZA POZZI RECTA</b>  <b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00050 Carrito 3000010404 0005 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/  <b>Observaciones:</b> 1.#Pinza Pozzi 2.#Fabricado en acero grado quirúrgico 3.#24 cm. de longitud
6	0050255455	69.00	PZA	<b>ESPEJO VAGINAL MEDIANO</b>  <b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00060 Carrito 3000010404 0006 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/  <b>Observaciones:</b> ESPEJO VAGINAL MEDIANO 1. ESPEJO VAGINAL METALICO GRAVES O PEDERSON. 2. TAMAÑO MEDIANO. 3. CON DOS VALVAS

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**SOL. COTIZACIÓN**  
**7900000559**

Hoja 4 de 11

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				4. TORNILLO REGULADOR 5. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
7	0050254171	161.00	PZA	<p>ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PORTATIL</p> <p><b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00070 Carrito 3000010404 0007 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Observaciones:</b> 1.#Estuche de diagnóstico con LED. 2.#Otoscopio con iluminación col LED, a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo. 2.1.#Lente con 2.5 aumentos como mínimo. 2.2.#Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo. 2.3.#Que permita la inserción de instrumentos externos. 2.4.#Vida útil del LED de 10,000 horas como mínimo. 2.5.#Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin. 3.#Oftalmoscopio con iluminación halógena o xenón de 3.5 volts como mínimo. 3.1.#Con al menos 6 aperturas y 3 filtros. 3.2.#Con 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40. 3.3.#Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin 4.#Mango metálico de acabado rugoso o estriado. 4.1.#Control de intensidad de luz. 4.2.#Para uso con baterías recargables, tamaño o tipo #C#. 4.3.#Cargador y baterías de la misma marca que el equipo. 5.#Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango por sistema mecánico. 6.# Accesorios. 6.1.#Con estuche rígido para guardar los accesorios. 6.2.#Espéculos de plástico esterilizables de 2.5, 3.0, 4.0 y 5.0 mm. 6.3.#Porta-Abatelenguas, reusable 7.#Alimentación eléctrica del cargador de 120 V ± 10%, 60 Hz.</p>
8	0050253391	50.00	PZA	MARTILLO PERCUSOR

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**SOL. COTIZACIÓN**  
**7900000559**

Hoja 5 de 11

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00080 Carrito 3000010404 0008 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/  <b>Observaciones:</b> 1. Martillo percursor Taylor de 20 cms 2. Con anillo de hule y mango de nylon o bambu. 3. Para explorar reflejos. 4. Fabricado en acero inoxidable.
9	0050253357	74.00	PZA	ESTETOSCOPIO DE PINARD <b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00090 Carrito 3000010404 0009 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/  <b>Observaciones:</b> 1.#Estetoscopio obstétrico tipo PINARD 2.#Fabricado en aluminio 3.#Longitud mínima de 10 cm, máxima de 18 cm 4.#Diámetro mínimo de extremo abdominal (distal) de 3.5 cm 5.#Diseño que permite escuchar los ruidos cardíacos del feto vivo
10	0050253396	16.00	PZA	THERMOS DE 9 LITROS <b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00100 Carrito 3000010404 0010 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/  <b>Observaciones:</b> 1.#Elaborado con material plástico de alta densidad que permita una superficie sólida tanto interna como externa 2.#Resistente a impactos 3.#Asa resistente, con dos aumentos del mismo material que el asa en inyección o nylamid, elaborado con cuerda corrida de lado a lado de 3.1

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS



# Gobierno del Estado de Guanajuato

## Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN  
7900000559

Hoja 6 de 11

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				cm de diámetro, perforación interior de 5 mm y 18 mm de alto, argolla sin fin de acero, ahogada con tornillo tipo Allen de cabeza hexagonal pavonado, que no sobresalga del asa. 4.#Arnés en cinta tipo militar, 100% algodón, 33 mm de ancho por 1.7 m de largo, con dos bandolas de acero de 53 mm por 36 mm y corredera para ajuste, fabricada en acero, de 45 mm por 27 mm por 2 mm, con almohadilla ajustable para protección del hombro, la cinta deberá tener costura reforzada con hilo del mismo material. 5.#Tapa de sellado hermético. 6.#Capacidad de 9 litros. 7.#Capaz de mantener la temperatura interna por debajo de 8° C durante 3 días, estando el termo a una temperatura ambiente de 43°C 8.#De color azul. 9.#Incluye 9 paquetes refrigerantes interiores de plástico resistente, que forman un cubo en cuyo interior se puedan almacenar dos vasos contenedores de vacunas. 10.#Las dimensiones de los refrigerantes serán de acuerdo a la capacidad interna del termo y deberán cubrir todas las paredes (un refrigerante para la parte inferior, cuatro refrigerantes laterales y un refrigerante para la parte superior con ensambles adecuados para armar y mantener en su sitio).
11	0050255607	477.00	PZA	PORTAGUJAS/ 535.716.2691 <b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00110 Carrito 3000010404 0011 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/  <b>Observaciones:</b> 1. PORTAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, 2. RECTO. 3. CON RANURA CENTRAL. 4. LONGITUD DE 200 A 210 MM. 5. FABRICADO EN ACERO QUIRURGICO/535.716.2691
12	0050255458	477.00	PZA	PINZA KOCHER <b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00120 Carrito 3000010404 0012 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**SOL. COTIZACIÓN**  
**7900000559**

Hoja 7 de 11

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<b>Observaciones:</b> PINZA KOCHER 1. PINZA KOCHER, RECTA DE 1 X 2 2. CON DIENTES 3. LONGITUD DE 140 MM.
13	0050253403	477.00	PZA	<b>Observaciones:</b> PINZA ROCHESTER RECTA 16 CM <b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00130 Carrito 3000010404 0013 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/
14	0050250217	477.00	PZA	<b>Observaciones:</b> 1. Fabricada de acero inoxidable. <b>Observaciones:</b> MANGO PARA BISTURI NO. 4 <b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00140 Carrito 3000010404 0014 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/
15	0050253386	477.00	PZA	<b>Observaciones:</b> MANGO PARA BISTURI NO. 4 <b>Observaciones:</b> TIJERA DE MAYO RECTA 14 CMS <b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016 Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00150 Carrito 3000010404 0015 <b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/
				<b>Observaciones:</b> 1. Tijera mayo RECTA 2. Longitud de 14 cms.

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**SOL. COTIZACIÓN**  
**7900000559**

Hoja 8 de 11

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				3. Fabricado en acero inoxidable.
16	0050255451	865.00	PZA	<p>LANCETA METaLICA</p> <p><b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025813 00160 Carrito 3000010404 0016</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>080.574.0016 LANCETA METaLICA, INTEGRADA A UN CUERPO DE PLaSTICO, CALIBRE 30 G. Y PUNTA DE 3.25 MM, CON PROTECCIoN INDIVIDUAL. USO MANUAL O ADAPTABLE A DISPARADOR AUTOMATICO.</p> <p>CAJA CON 100 PIEZAS</p>
17	0050255766	16,200.00	PZA	<p>SOLUCION GLUCOSA</p> <p><b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025752 00010 Carrito 3000010353 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>SOLUCION DE CONCENTRACION DE GLUCOSA ANHIDRA (DEXTOSA ANHIDRA) 100 GRS EN 250 ML DE SOLUCION PARA ADMINISTRACION ORAL.</p>
18	0050255771	176,765.00	PZA	<p>PRUEBA RAPIDA TREPONEMA PALLIDUM</p> <p><b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025921 00010 Carrito 3000010484 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>PRUEBA RAPIDA TREPONEMA</p>

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS





# Gobierno del Estado de Guanajuato

## Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN  
7900000559

Hoja 9 de 11

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>PALLIDUM (080.829.5463)</p> <p>1. Cada prueba debe integrarse como un paquete individual y funcional que contenga cada unidad lo siguiente (requisitos mínimos por paquete)</p> <p>*</p> <p>a.#Prueba rápida inmunocromatografica para la determinación de anticuerpos de treponema pallidum (Sífilis) en suero o plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98%, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Requiere prueba confirmatoria.</p> <p>b.#Amortiguador.</p> <p>c.#Lanceta.</p> <p>d.#Banda adhesiva.</p> <p>* El presente punto tiene la finalidad de garantizar que cada envase sea funcional en forma individual en las unidades a donde sean enviadas y no requieran insumo adicional para su funcionamiento, facilitando su aplicación en campo, así como agilizar la logística de distribución, es más eficiente la distribución de un solo paquete que la distribución de cada insumo por separado.</p> <p>2.- La prueba ofertada debe de contar con sensibilidad no menor al 95%, especificidad no menor a 98%.</p> <p>3.- Se solicita que las pruebas tengan un periodo de caducidad mínimo de 18 meses al momento de la entrega del insumo y no requieran refrigeración de no contar con esa vida útil el proveedor entregará carta compromiso de canje, especificando que las pruebas podrán ser canjeadas incluso si ya se encuentran caducadas.</p> <p>4.- Deberá de contar con aval del INDRE el cual deberá presentarse con copia certificada.</p> <p>5.- Las características de la prueba ofertada, como de los insumos que componen el paquete individual (lanceta, buffer, etc.) deberán concordar con las características especificadas en el registro sanitario.</p> <p>6.- Deberá presentar muestra para su análisis destructivo, no se regresará dicha muestra.</p> <p>7.- Una vez adjudicada la compra se podrá realizar análisis de las mismas en donde por cada 1000 (mil) pruebas aplicadas se podrá evaluar el porcentaje de pruebas invalidas, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo, si se detecta más del 5% de pruebas invalidas o sensibilidad de la prueba menor a 95% o especificidad menor de 98%, se solicitará al proveedor la recolección de las pruebas entregadas de ese lote para su canje por otro lote y si el nuevo lote presenta las mismas cifras se procederá a las sanciones correspondientes.</p>

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**SOL. COTIZACIÓN**  
**7900000559**

Hoja 10 de 11

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
19	0050255770	176,755.00	PZA	<p>PRUEBA RAPIDA VIH 1 Y 2</p> <p><b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025920 00010 Carrito 3000010483 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Observaciones:</b> PRUEBA RAPIDA VIH 1 Y 2 (080.829.5372)</p> <p>1.- Cada prueba debe integrarse como un paquete individual y funcional que contenga cada unidad lo siguiente (requisitos mínimos por paquete) *</p> <p>a.#Prueba rápida para la determinación de anticuerpos en suero y plasma; o suero, plasma y sangre total anti VIH 1 y 2, inmunocromatográfica o por membrana b.#Amortiguador. c.#Lanceta. d.#Banda adhesiva.</p> <p>* El presente punto tiene la finalidad de garantizar que cada envase sea funcional en forma individual en las unidades a donde sean enviadas y no requieran insumo adicional para su funcionamiento, facilitando su aplicación en campo, así como agilizar la logística de distribución, es más eficiente la distribución de un solo paquete que la distribución de cada insumo por separado.</p> <p>2.- La prueba ofertada debe de contar con sensibilidad no menor al 99.9%, especificidad no menor a 99.9% esto con la finalidad de disminuir al mínimo la probabilidad de falsos positivos y falsos negativos, con las consecuencias legales que esto podría ocasionar.</p> <p>3.- Se solicita que las pruebas tengan un periodo de caducidad mínimo de 18 meses al momento de la entrega del insumo y no requieran refrigeración de no contar con esa vida útil el proveedor entregará carta compromiso de canje, especificando que las pruebas podrán ser canjeadas incluso si ya se encuentran caducadas.</p> <p>4.- Deberá de contar con aval del INDRE el cual deberá presentarse con copia certificada.</p> <p>5.- Las características de la prueba ofertada, como de los insumos que componen el paquete individual (lanceta, buffer, etc.) deberán concordar con las características especificadas en el registro sanitario.</p>

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS



**Gobierno del Estado de Guanajuato**  
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5  
Col Yerbabuena, 36250  
Guanajuato, GTO.  
(473) 73-53-400

**SOL. COTIZACIÓN**  
**7900000559**

Hoja 11 de 11

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				6.- Deberá presentar muestra para su análisis destructivo, no se regresará dicha muestra.
				7.- Una vez adjudicada la compra se podrá realizar análisis de las mismas en donde por cada 1000 (mil) pruebas aplicadas se podrá evaluar el porcentaje de pruebas invalidas, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo, si se detecta más del 5% de pruebas invalidas o sensibilidad de la prueba menor a 95% o especificidad menor de 98%, se solicitará al proveedor la recolección de las pruebas entregadas de ese lote para su canje por otro lote y si el nuevo lote presenta las mismas cifras se procederá a las sanciones correspondientes.
20	0050255064	4,346.00	PZA	<p>PRUEBA P/DETEC D GONADOTROPINA CORIONICA</p> <p><b>Fecha de entrega:</b> 31.12.2016</p> <p>Centro Gestor 0201 Solicitud de Pedido 0190025816 00010 Carrito 3000010406 0001</p> <p><b>Entrega en:</b> CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 GUANAJUATO, GTO México/</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>1. PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION CUALITATIVA DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (PARA DETERMINACION DE EMBARAZO) A TRAVES DE INMUNO ENSAYO CROMATOGRAFICO RAPIDO EN ORINA O SUERO, EN UN SOLO PASO</p> <p>2. SENSIBILIDAD MINIMA DE 25 MU/ML</p> <p>3. UTILIZACION DE DOS LINEAS PARA LA INDICACION DE LOS RESULTADOS. LA LINEA DE LA PRUEBA UTILIZA UNA COMBINACION DE ANTICUERPOS QUE INCLUYEN UN ANTICUERPO MONOCLONAL GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG) PARA DETECTAR SELECTIVAMENTE NIVELES ELEVADO DE HCG. LA LINEA DE CONTROL ESTA COMPUESTA POR ANTICUERPOS POLICLONALES.</p> <p>4. ENVASADOS EN EMPAQUE INDIVIDUAL.</p>

LIC. ALBERTO GARCÍA CORIA

DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERV.GRALES.

LIC. JOSÉ LUIS CUELLAR FRANCO

DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MIRIAM SUGGHEY COLMENERO ROJAS

EJECUTIVO DE COMPRAS