



**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal**

**Acta Correspondiente
A la 543ª Reunión Ordinaria**



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL
40004001-014-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO**

La reunión dio inicio en la Ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las **12:50 horas** del día **19 de noviembre de 2021**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.


I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. José Arturo Méndez Marmolejo, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. José Arturo Méndez Marmolejo Secretario Suplente del Comité según oficio No. DGRMySG/DAS-1619/18 
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020 	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Cinthia Berenice Gómez Aguiñaga Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 	C. David Díaz Estrada Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 
C. Juan Manuel Rangel Aguilera Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 	C. Nancy Ramírez Magaña Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formulo el interesado en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra el interesado presente en este acto, lo anterior según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional, Presencial 40004001-014-21 para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.**

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> y https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php de conformidad a lo señalado en el artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Función Pública, mediante el Recurso de Inconformidad que contemplan los Artículos 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Montserrat Merari Martínez Chowell Gómez



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada la reunión a las 13:20 horas en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 19 de noviembre de 2021 firmando en ella los que intervinieron.



RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL 40004001-014-21 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

INTERESADO: LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.

Partidas 1, 2, 3, 4 Anexo I.

Pregunta 1:

Entendemos que las especificaciones del Anexo I son las mínimas requeridas, podemos proponer equipos iguales o de mayor especificación, favor de aclarar

Respuesta: Se podrán ofertar características iguales o superiores a las solicitadas a excepción de las características donde se señalen límites máximos, rangos y tolerancias, y lo acordado en la presente junta de aclaraciones.

El licitante deberá especificar dentro de su propuesta técnica (Anexo A) las características ofertadas superiores a las solicitadas, además de que dichas características deberán estar consideradas dentro de las especificaciones del catálogo.

Partida 1 Anexo I.

Pregunta 2:

Incubadora de Baja temperatura para DBO , de acuerdo sus aplicaciones proponemos una cámara, incubadora ambiental Ideal para aplicaciones de crecimiento, estabilidad y prueba de caducidad, solicitamos a la convocante nos permita proponer este equipo para sus requerimientos y aplicaciones , favor de aclarar

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Se aclara que el equipo que se requiere es para incubación de pruebas microbiológicas.

Partida 1 Anexo I.

Pregunta 3:

Solicitan una Uniformidad de temperatura de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ a 20°C ., El parámetro de estabilidad de temperatura no viene especificado en la ficha técnica del equipo, únicamente la uniformidad; sin embargo, consideramos que es de vital importancia para el desarrollo de pruebas microbiológicas, favor de aclarar si se cuenta con un parámetro deseado y/o especificar la aplicación que tendrá el equipo.

Respuesta: Se aclara que se requiere el parámetro de estabilidad de la temperatura; con la finalidad de garantizar que no existan variaciones en la temperatura ($>0.5^{\circ}\text{C}$), de acuerdo a las especificaciones de los métodos de prueba, que puedan afectar negativamente el crecimiento de los microorganismos en las muestras.

Por lo anterior, el licitante deberá especificar dentro de su propuesta técnica (Anexo A) la estabilidad de temperatura solicitada, la cual debe de ser $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ a 20°C a 37°C ; además de que dicha característica deberá estar considerada dentro de las especificaciones del catálogo.

Partida 1 Anexo I.

Pregunta 4:

Solicitan Dimensiones interiores: L x F x A: (68.5 x 50.8 x 143.5) cm; y Dimensiones exteriores: L x F x A: (87.0 x 87.7 x 196.), Se solicita a la convocante aceptar estas medidas externas de 96.5 x 81.3 x 224.8 cm y internas de 68,6 x 78,7 x 152,4 cm favor de aclarar

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida 1 Anexo I.

Pregunta 5:

Solicitan Vatios 1300 W,

Se solicita a la convocante aceptar una potencia de 2 400 W

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida 1 Anexo I.

Pregunta 6:

Solicitan un sistema de descongelación automática, , Se solicita a la convocante aceptar un control manual de ciclos de descongelación y refrigeración

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida 1 Anexo I.

Pregunta 7:

Solicita equipada con compresor herméticamente cerrado y sistema protector de sobrecarga eléctrica, Se solicita a la convocante aceptar un sistema externo de protección contra sobrecarga eléctrica (no break) suministrado de acuerdo al consumo energético del equipo.

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida 1 Anexo I.

Pregunta 8:

Solicitan bandeja de goteo para recolección de líquido de condensación; El equipo no posee una bandeja de goteo para recolección de líquido de condensación ya que posee una terminal de drenado para el líquido de condensación ¿Se acepta propuesta?

Respuesta: Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.