

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 562ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-074-21 (CAGEG-074/2021), para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 14:30 horas del día 25 de noviembre de 2021, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-2050/2018
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades



C. David Díaz Estrada Representante de ISAPEG 	C. Adriana Álvarez Sandoval Representante de ISAPEG 
C. Ana Carolina Hernández Gómez Representante de ISAPEG 	C. Ana Laura López Orocio Representante de ISAPEG 
C. Martha Cristina Ortiz Gaona Representante de ISAPEG 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-074-21 (CAGEG-074/2021), para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato:

Nombre	Firma
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	
C. Jesús Gómez de Loera	Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	
C. Naomi Omayra Acevedo Mancera	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Así mismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras.
- b) En el presente evento se hace entrega de los anexos J BIS y M BIS, dejando sin efecto los anexos J y M.
- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Montserrat Merari Martínez Chowell Gómez

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **15:15 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **25 de noviembre de 2021**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-074-21 (CAGEG-074/2021), para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

The screenshot shows the SAP NetWeaver Portal interface. The user is logged in as KARINA GARCIA BARBOSA. The main menu includes options like 'Clausulado de Contratos', 'Compras', 'Administración SRM', 'Ofertas', 'Fallo', 'Evidencia OFERTA SRM', 'Proveedores Consulta', 'Clausulado', 'Convenios', 'Anexos a Licitaciones', and 'Preguntas'. The 'Preguntas' section is active, displaying a table with the following data:

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900001673	40051001-074-21-1	Licitación pública	Concluido	16.11.2021	12:10:00	22.11.2021	11:00:00

Below the table, it indicates '1 registros encontrados.' (1 record found). There is also a 'Preguntas' section with a table for questions and answers, but it is currently empty.

The screenshot shows the 'Ofertas y adjudicaciones' section of the SAP NetWeaver Portal. The user is logged in as KARINA GARCIA BARBOSA. The main menu includes options like 'Ofertas y recargos', 'Ofertas y adjudicaciones', 'Previsualización', 'Cerrar', and 'Crear licitación'. The 'Ofertas y adjudicaciones' section is active, displaying a table with the following data:

Actividad de oferta	Presentación
Activados	Abraham Isidro Quiroz
Activados	SH DIAGNOSTICAS
Activados	Alejandra Guerra Sanc
Activados	JUAN FRANCISCO GU
Activados	POWER HTS A DE C
Activados	PROYECTOS BP DEL
Activados	QUIRURGICA ORTOP
Activados	COCINA Y ASEO INST
Activados	SERVICIOS BIOMEDI
Activados	DUPONT ELECTRIC &
Activados	BOIRAMA DE MEXICO
Activados	MA ELENA SANCHEZ
Activados	ANA PAULINA SUAST

Below the table, there is a section for 'Enviar mensaje' (Send message) with a dropdown menu for 'Enviar pregunta a:' (Send question to:) and a text area for 'Mensaje:' (Message:).

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-074-21 (CAGEG-074/2021), para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ANEXO M BIS DISTRIBUCIÓN DE BIENES

DRM	SOLPED	POSICION	NUMERO DE MATERIAL	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA ANEXO I	UMAPS VALTERRA	HOSPITAL MATERNO INFANTIL LEON	HOSPITAL GENERAL ISAGO	HOSPITAL COMUNITARIO CORTAZAR	HOSPITAL GENERAL LEON
763	190039115	10	50531654	5320	Set instrumental (asepsia)	1	1				
763	190039115	20	50531663	5320	Set instrumental (retirar puntos)	2	2				
763	190039115	30	50531665	5320	Set instrumental (sutura)	3	3				
766	190039116	10	50531654	5320	Set instrumental (asepsia)	4				1	
766	190039116	20	50531656	5320	Set instrumental (cesárea)	5				2	
766	190039116	30	50531655	5320	Set instrumental (curación)	6				1	
766	190039116	40	50531661	5320	Set instrumental (legado)	7				2	
766	190039116	50	50531662	5320	Set instrumental (parto)	8				3	
766	190039116	60	50531663	5320	Set instrumental (retirar puntos)	9				1	
766	190039116	70	50531665	5320	Set instrumental (sutura)	10				1	
765	190039144	10	50531949	5310	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	11				2	
765	190039144	20	50531609	5310	Banqueta de altura	12				3	
765	190039144	30	50531957	5310	Cardiotógrafo V19	13				2	
765	190039144	40	50532230	5310	Carro camilla para recuperación	14				10	
765	190039144	50	50531595	5310	Carro para curaciones	15				2	
765	190039144	60	50532231	5310	o con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-m	16				2	
765	190039144	70	50531625	5310	Estetoscopio de cápsula doble (adulto)	17				4	
765	190039144	80	50532235	5310	Flujómetro de pared (0-15 LPM)	18				10	
765	190039144	90	50532237	5310	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (LED)	19				2	
765	190039144	100	50531632	5310	Lámpara quirúrgica portátil para emergencia	20				1	
765	190039144	110	50532083	5310	Lámpara quirúrgica sencilla de LED V19	21				1	
765	190039144	120	50532222	5310	Lavador desinfectador de cómodos de vapor autogenerado	22				1	
765	190039144	130	50531599	5310	Mesa mayo	23				2	
765	190039144	140	50531600	5310	Mesa para rehidratación	24				1	
765	190039144	150	50531598	5310	Mesa pasteur	25				2	
765	190039144	160	50531633	5310	Mesa quirúrgica electrohidráulica	26				1	
765	190039144	170	50531634	5310	Mesa universal para exploración	27				2	
765	190039144	180	50531958	5310	Monitor signos vitales bas (univ) 19	28				8	
765	190039144	190	50531637	5310	Negatoscopio (LED doble)	29				3	
765	190039144	200	50531603	5310	Portavenoclisis rodable	30				3	
765	190039144	210	50531607	5310	Silla de ruedas plegable con elevapiernas	31				2	
765	190039144	220	50531914	5310	Sistema de aspiración para secreciones (vacuómetro)	32				2	
765	190039144	230	50532241	5310	Sistema para aspiración de secreciones (tromba de pared)	33				2	
765	190039144	240	50531968	5310	Ultrasonógrafo portátil 19	34				2	
765	190039144	250	50531972	5310	Unidad de anestesia bas 19	35				1	
765	190039144	260	50532242	5310	Unidad de electrocirugía general	36				1	
672	190039145	10	50531609	5310	Banqueta de altura	37	3				
672	190039145	20	50531594	5310	Báscula con estadímetro mecánica	38	2				
672	190039145	30	50532230	5310	Carro camilla para recuperación	39	2				
672	190039145	40	50531595	5310	Carro para curaciones	40	2				
672	190039145	50	50531625	5310	Estetoscopio de cápsula doble (adulto)	41	3				
672	190039145	60	50531626	5310	Estuche de diagnóstico básico	42	2				
672	190039145	70	50532237	5310	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (LED)	43	2				
672	190039145	80	50531599	5310	Mesa mayo	44	2				
672	190039145	90	50531600	5310	Mesa para rehidratación	45	1				
672	190039145	100	50531598	5310	Mesa pasteur	46	2				
672	190039145	110	50531634	5310	Mesa universal para exploración	47	3				
672	190039145	120	50531637	5310	Negatoscopio (LED doble)	48	2				
672	190039145	130	50531603	5310	Portavenoclisis rodable	49	1				
672	190039145	140	50532239	5310	Refrigerador para vacunas (12 pies cúbicos)	50	2				
672	190039145	150	50531607	5310	Silla de ruedas plegable con elevapiernas	51	1				
764	190039146	10	50531949	5310	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	52		1			
764	190039146	20	50531609	5310	Banqueta de altura	53		3			
764	190039146	30	50531963	5310	Cama hospitalaria ciudados intensivos	54		5			
764	190039146	40	50531961	5310	Campana de flujo laminar vertical V19	55		1			
764	190039146	50	50531957	5310	Cardiotógrafo V19	56		2			
764	190039146	60	50531595	5310	Carro para curaciones	57		1			
764	190039146	70	50531596	5310	Carro porta expedientes	58		1			
764	190039146	80	50532231	5310	o con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-m	59		1			
764	190039146	90	50531625	5310	Estetoscopio de cápsula doble (adulto)	60		5			
764	190039146	100	50531626	5310	Estuche de diagnóstico básico	61		1			
764	190039146	110	50532235	5310	Flujómetro de pared (0-15 LPM)	62		10			
764	190039146	120	50532237	5310	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (LED)	63		1			
764	190039146	130	50531599	5310	Mesa mayo	64		1			
764	190039146	140	50531597	5310	Mesa puente	65		5			
764	190039146	150	50531971	5310	Monitor signos vitales Int uni 19	66		3			
764	190039146	160	50531864	5310	Monitor de sv (avanzado universal)	67		2			
764	190039146	170	50531637	5310	Negatoscopio (LED doble)	68		1			
764	190039146	180	50531607	5310	Silla de ruedas plegable con elevapiernas	69		1			
764	190039146	190	50531914	5310	Sistema de aspiración para secreciones (vacuómetro)	70		2			
764	190039146	200	50532241	5310	Sistema para aspiración de secreciones (tromba de pared)	71		5			
764	190039146	210	50531968	5310	Ultrasonógrafo portátil 19	72		1			
764	190039146	220	50531965	5310	Ventilador adult pediátrico neonatal v19	73		1			
720	190039147	10	50532241	5310	Sistema para aspiración de secreciones (tromba de pared)	74			7		
770	190039157	10	50532281	5310	Craneotomo	75					1

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	X					III. Presentación de Ofertas 1.4	DICE: Nota: El Poder Notarial del Representante Legal deberá estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. PREGUNTA: Solicitamos a la Convocante que se permita presentar poder notarial del Representante Legal sin estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre y cuando éste sea acompañado del Acta Constitutiva y la última modificación al Acta Constitutiva, estas últimas inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. ¿Se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.4 DEL INCISO A) PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE FORMA PRESENCIAL DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
4	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	X					III. Presentación de Ofertas 1.2	DICE: 1.2 Identificación personal oficial vigente en original o copia certificada. PREGUNTA: En caso de respuesta negativa a nuestra pregunta anterior, solicitamos que se permita que quien entregue la propuesta pueda ser otro Representante de la Empresa, con carta poder y la identificación que se incluya en el numeral 1.2 sea de quien presente la propuesta, no siendo la misma persona que quien las firme. ¿Se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.4 DEL INCISO A) PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE FORMA PRESENCIAL DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
12	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	Punto 1.4	Dice: Copia simple los documentos legales con los cuales acredita su constitución y la personalidad de su representante o apoderado legal, tales como: acta constitutiva notariada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Nota: Todos los instrumentos notariales descritos con anterioridad deberán estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, debiendo acreditar documentalmente dicha inscripción. Pregunta: Solicitamos de manera atenta a la convocante que para la acreditación del Representante Legal se permita la acreditación mediante el Poder Notarial del Representante Legal que se encuentre inscrito en el registro de Padron de Proveedores del Estado de Guanajuato, sin necesidad de que el Instrumento legal se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. ¿Se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.4 DEL INCISO A) PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE FORMA PRESENCIAL DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
7	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Instrumentos Notariales Persona Moral	Todas	Numeral III Inicio a y b Punto 1.4	Se solicita de la manera más atenta se nos permita presentar poder notarial sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo anterior es debido a que los procesos en las oficinas correspondientes se demoran muchos días, quedando en el entendido que en el caso de resultar adjudicados se presentará dicho poder con el registro. ¿Se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.4 DEL INCISO A) PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE FORMA PRESENCIAL DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
1	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.	X					HOJA NO. 1	EN LA PRESENTACIÓN DEL PROCESO MENCIONAN "BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-074-21 (CAGEG-074/2021) PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO" PREGUNTA: ENTENDEMOS EN ESTE PROCESO SE PODRÁN OFERTAR EQUIPOS DE FABRICACIÓN TANTO NACIONAL COMO EXTRANJERA. ¿FAVOR DE ACLARAR?	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
2	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.	X					e) REGISTRO DE PROPUESTAS	EN ESTE PUESTO REFEREN: los licitantes que participen a través de e-compras, deberán ingresar de manera electrónica las propuestas técnicas y económicas a más tardar el día 30 de noviembre de 2021 a las 10:30 horas. Se aclara que el sistema no admite propuestas después de la fecha y hora señaladas. Así mismo, el formato de las propuestas deberá ser .doc, .xls, .ppt o .pdf. NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPROMISOS O FORMATO SUPERIOR A VERSIÓN 2003. PREGUNTA: LA CONVOCANTE NOS PODRÍA ORIENTAR EN EL SENTIDO DE COMO OPERAR ESTE SISTEMA YA QUE NO HA EXISTIDO ALGUNA CAPACITACIÓN AL RESPECTO. ¿FAVOR DE ACLARAR?	Podrá presentar su oferta de manera electrónica a través del portal e-compras en la página https://pselg.guanajuato.gob.mx/91000/portal en la cual los proveedores actualizados al 2021 en el Padron de Proveedores de la Administración Pública Estatal que cuenten con usuario y contraseña, así como con certificado de firma electrónica emitido por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, podrán visualizar y participar en los procedimientos de contratación de manera electrónica. El manual de uso de e-compras se encuentra a disposición de los licitantes participantes en la siguiente liga https://pselg.guanajuato.gob.mx/91000/portal , en el apartado de "Ayuda".
3	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.	X					PUNTOS 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 Y 1.16	ENTENDEMOS QUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTOS PUNTOS SOLO SE DEBERÁ DE ADJUNTAR EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS QUE LOS SOLICITEN Y DE NO SÍ NO SE DEBERÁ DE COLOCAR NINGÚN OTRO DOCUMENTO. ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.	X					PUNTO 1.17 ANEXO Q	EN ESTE PUNTO SOLICITAN TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA DE MANERA DIGITAL DEBERÁ DE INCLUIR EL ÍNDICE Y PÁGINAS DE REFERENCIA DE MANERA IMPRESA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACUERDO A LOS MANUALES O CATÁLOGOS ENTREGADOS DE MANERA DIGITAL. DE CONFORMIDAD AL ANEXO Q. PREGUNTA ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ DE ANEXAR ESTE DOCUMENTO POR CADA RENGLON QUE SE OFERTE Y POR CADA UNO DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS. ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LUCTANTE	CARACTER ADMINISTRATIVO	CARACTER TÉCNICO	CARACTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.	X					1.19 DOCUMENTO FC1	EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE SOLICITA: FC1: CARTA SOLIDARIA ORIGINAL DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITE COMO DISTRIBUIDOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA CUAL EL FABRICANTE RESPALDE AL LUCTANTE PARA CONTRAER LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, MISMA QUE DEBERÁ ESTAR ELABORADA EN PAPEL MEMBRADO DE LAS OFICINAS DE LA FÁBRICA PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN, EL DOCUMENTO DEBE ESTAR VIGENTE. (ANEXO H). PREGUNTA: NUESTRA EMPRESA ES LA REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LAS MARCAS QUE OFERTAREMOS EN ESTE PROCESO Y CONTAMOS CON LAS CARTAS DE DISTRIBUCIÓN RESPECTIVAS QUE ACREDITAN LA MENCIONADA REPRESENTACIÓN POR LO QUE ENTENDEMOS QUE BASTARÍA CON ANEXAR UNA COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN ACOMPAÑADA DE UNA CARTA DE MI REPRESENTADA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO "H" ¿FAVOR DE ACLARAR?	Deberá presentar carta solidaria original del fabricante que lo acredite como distribuidor o representante autorizado, en la cual el fabricante respalde al licitante para contraer los compromisos derivados de la presente licitación, misma que deberá estar elaborada en papel membrado del fabricante, y deberá contener los datos de contacto de las oficinas de la fábrica para corroborar la información, el documento debe estar vigente.
6	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.	X					1.19 DOCUMENTO FC1	EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE SOLICITA: QUE EN CASO DE SER FABRICANTE SE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS Y QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS EQUIPOS QUE LE SEAN ADQUIRIDOS. (ANEXO H). PREGUNTA ENTENDEMOS QUE ESTE ANEXO SOLAMENTE EXCLUSIVOS ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
7	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.	X					1.19 DOCUMENTO FC6	EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE SOLICITA: FC6: CARTA ORIGINAL DE VIGENCIA DE TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, EN DONDE SE GARANTICE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA ES TECNOLOGÍA QUE SE COMERCIALIZA ACTUALMENTE, QUE LA DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES, SOPORTE TÉCNICO Y ACCESORIOS TENDRÁN POR LO MENOS UN PERÍODO NO MENOR A 10 (DIEZ) AÑOS DE VIDA EN EL MERCADO ANTES DE VOLVERSE OBSOLETA O DESCONTINUADA, ASÍ COMO LA DECLARACIÓN DE QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA SUFICIENTE PARA ATENDER CUALQUIER SOLICITUD DE SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXPRESADAS EN SU OFERTA EN UN PLAZO NO MAYOR A 48 HORAS A PARTIR DE LA SOLICITUD DE SERVICIO (ANEXO VT). PREGUNTA: NUESTRA EMPRESA ES LA REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LAS MARCAS QUE OFERTAREMOS EN ESTE PROCESO Y CONTAMOS CON LAS CARTAS DE DISTRIBUCIÓN RESPECTIVAS QUE ACREDITAN LA MENCIONADA REPRESENTACIÓN POR LO QUE ENTENDEMOS QUE BASTARÍA CON ANEXAR UNA COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN ACOMPAÑADA DE UNA CARTA DE MI REPRESENTADA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL CON LA DESCRIPCIÓN DEL (ANEXO VT) ¿FAVOR DE ACLARAR?	Deberá presentar carta original de vigencia de tecnología del fabricante, expedida por el fabricante, en donde se garantice que la tecnología ofertada es tecnología que se comercializa actualmente, que la disponibilidad de refacciones, soporte técnico y accesorios tendrán por lo menos un periodo no menor a 10 (diez) años de vida en el mercado antes de volverse obsoleta o descontinuada, así como la declaración de que cuenta con la infraestructura técnica suficiente para atender cualquier solicitud de servicio para el cumplimiento de las garantías expresadas en su oferta en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la solicitud de servicio (Anexo VT).
8	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.	X					1.19 DOCUMENTO FC1 Y FC6	EN LA CONVOCATORIA SOLICITAN ESTOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL. PREGUNTA: PARA AQUELLOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN EL PROCESO DE FORMA ESCRITA Y EN VIRTUD DE QUE LOS ESTOS DOCUMENTOS NO LLEGUEN A TIEMPO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACEPTE PODER ENTREGAR COPIAS ESCANEADAS A COLOR DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES. ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
9	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.	X					1.19 DOCUMENTO FC7	EN ESTE PUNTO SOLICITAN FC7: CARTA DE RESPONSABLE DE TECNOLOGÍA. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EXPEDIDA POR EL FABRICANTE. EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MARCA OFERTADA EN MÉXICO, EN LA QUE MANIFIESTE EL NOMBRE DEL RESPONSABLE DE TECNOLOGÍA, NOMBRE DE LA PERSONA QUE LE ENTREGARÁ EL EQUIPO QUE SE IMPLEMENTEN LAS ACTIVIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE SUS PRODUCTOS EN MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LA NOM-240-SSA1-2012. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PODRÁ SER UNA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO ORIGINAL. ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
10	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.		X		ASPIRADOR PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE	11 Y 52	PUNTOS 4.1, 4.2.	EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DESCRIBEN EN LOS PUNTOS: 4.1. PARA MODO CONTINUO 20 L/MIN O MAYOR, Y 4.2. PARA MODO INTERMITENTE 3 L/MIN O MAYOR. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA EL FLUJO PARA LOS PUNTOS 4.1 Y 4.2 ES DE 20 L/MIN Y CONSTANTE TANTO PARA MODO CONTINUO COMO INTERMITENTE. ¿SE ACEPTARÍA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA? ¿FAVOR DE ACLARAR?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
11	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.		X		ASPIRADOR PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE	11 Y 52	PUNTOS 7.1 Y 7.2.	EN LA DESCRIPCION TECNICA DESCRIBEN EN LOS PUNTOS 7.1. PARA MODO CONTINUO 250 MMHG O SU EQUIVALENTE (33 KPA, 333 MMAR O 3.33 INHG) O MAYOR. 7.2. PARA MODO INTERMITENTE 200 MMHG O SU EQUIVALENTE (26 KPA, 266 MMAR O 2.66 INHG) O MAYOR. EN NUESTRA TECNOLOGIA EL VACIO PARA LOS PUNTOS 7.1 Y 7.2 ES DE 700 MMHG Y ES CONSTANTE TANTO PARA MODO CONTINUO COMO INTERMITENTE. ¿SE ACEPTARIA OPERAR NUESTRA TECNOLOGIA? ¿FAVOR DE ACLARAR?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
12	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.		X		CAERO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	ANEXO I DESCRIPCION DE BIENES	PARA ESTE PRODUCTO AL FINAL DE LA DESCRIPCION DESCRIBEN "INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.2, 3, 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4, 3.4.2.5, 3.4.2.6, 3.4.3.1, 3.4.3.2, 3.4.3.3, 3.4.3.4, 4, 5.1, 5.1.8, 5.4.1, 5.5.2, 5.10, 6.1, 6.2, 6.3 Y 6.6." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE COMO NUMERO DE IDENTIFICACION SE REFIEREN A QUE SE TENDRA QUE COLOCAR EL NUMERO DE PARTE DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS SIN EMBARGO EN NUESTRA TECNOLOGIA PARA ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS NO EXISTE UN NUMERO DE IDENTIFICACION NI DE PARTE COMO TAL, SIENDO EL CASO LA CONVOCANTE NOS PODRIA DESCRIBIR QUE DEBEMOS DE COLOCAR O DESCRIBIR EN ESTE CASO PARA NO RESULTAR DESCALIFICADOS POR LA AUSENCIA DE ESTA INFORMACION. ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
13	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.		X		CAERO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	ANEXO I DESCRIPCION DE BIENES	PARA ESTE PRODUCTO AL FINAL DE LA DESCRIPCION DESCRIBEN "INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.2, 3, 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4, 3.4.2.5, 3.4.2.6, 3.4.3.1, 3.4.3.2, 3.4.3.3, 3.4.3.4, 4, 5.1, 5.1.8, 5.4.1, 5.5.2, 5.10, 6.1, 6.2, 6.3 Y 6.6." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE COMO NUMERO DE IDENTIFICACION SE REFIEREN A QUE SE TENDRA QUE COLOCAR EL NUMERO DE PARTE DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS SIN EMBARGO EN NUESTRA TECNOLOGIA PARA ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS NO EXISTE UN NUMERO DE IDENTIFICACION NI DE PARTE COMO TAL, SIENDO EL CASO LA CONVOCANTE NOS PODRIA DESCRIBIR QUE DEBEMOS DE COLOCAR O DESCRIBIR EN ESTE CASO PARA NO RESULTAR DESCALIFICADOS POR LA AUSENCIA DE ESTA INFORMACION. ¿FAVOR DE ACLARAR?	EN CASO DE QUE EN LOS MANUALES, CATÁLOGOS O DOCUMENTACION TECNICA, NO HAYA REFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS NUMEROS DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES QUE COMPONEN EL BIEN, DEBERA PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE EL "NO. DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES QUE COMPONEN EL BIEN OFERTADO" SOLICITADOS EN EL ANEXO I.
14	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.		X		CAERO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	PUNTO 5.3 Y 5.3.1	EN LA DESCRIPCION TECNICA REQUIEREN 5.3. MONITOR: 5.3.1. PANTALLA LCD, ELECTROLUMINISCENTE O TECNOLOGIA SUPERIOR DE 14 CM (5.6") COMO MINIMO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA PANTALLA PUEDE SER A COLOR Y MONOCROMATICA DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGIA OFERTADA. ¿FAVOR DE ACLARAR?	PODRÁ OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO.
15	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.		X		MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (UNIVERSAL)	28	ANEXO I DESCRIPCION DE BIENES	PARA ESTE PRODUCTO AL FINAL DE LA DESCRIPCION DESCRIBEN "INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 18.1, 20.1, 20.2, 20.3.1, 20.3.2, 20.3.3, 20.4, 21.1, 21.2, 21.3, 21.3.1, 21.4, 22.1, 22.2." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE COMO NUMERO DE IDENTIFICACION SE REFIEREN A QUE SE TENDRA QUE COLOCAR EL NUMERO DE PARTE DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS. ¿FAVOR DE ACLARAR?	DEBERÁN COLOCAR EN LA COLUMNA "NO. DE IDENTIFICACION" LOS NUMEROS, CÓDIGOS O CLAVES DE IDENTIFICACION DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL BIEN OFERTADO DE ACUERDO AL ANEXO I.
16	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.		X		MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (UNIVERSAL)	28	ANEXO I DESCRIPCION DE BIENES	PARA ESTE PRODUCTO AL FINAL DE LA DESCRIPCION DESCRIBEN "INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 18.1, 20.1, 20.2, 20.3.1, 20.3.2, 20.3.3, 20.4, 21.1, 21.2, 21.3, 21.3.1, 21.4, 22.1, 22.2." PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE COMO NUMERO DE IDENTIFICACION SE REFIEREN A QUE SE TENDRA QUE COLOCAR EL NUMERO DE PARTE DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS SIN EMBARGO EN NUESTRA TECNOLOGIA PARA ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS NO EXISTE UN NUMERO DE IDENTIFICACION NI DE PARTE COMO TAL, SIENDO EL CASO LA CONVOCANTE NOS PODRIA DESCRIBIR QUE DEBEMOS DE COLOCAR O DESCRIBIR EN ESTE CASO PARA NO RESULTAR DESCALIFICADOS POR LA AUSENCIA DE ESTA INFORMACION. ¿FAVOR DE ACLARAR?	Se debe incluir en la columna "No. de identificación de las partes que componen el bien ofertado" los números, códigos o claves de identificación de cada una de las partes que integran el bien ofertado de acuerdo a lo solicitado en el Anexo I. En el caso de que el bien ofertado esté compuesto de una sola parte, será suficiente anotar en esta columna el modelo del bien. En caso de que en los manuales, catálogos o documentación técnica, no haya referencia de la totalidad de los números de identificación de las partes que componen el bien, deberá presentar carta del fabricante donde indique el "No. de identificación de las partes que componen el bien ofertado" solicitados en el Anexo I.
17	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.		X		UNIDAD ELECTROCIURUGIA GENERAL	36	ANEXO I DESCRIPCION DE BIENES	PARA ESTE PRODUCTO AL FINAL DE LA DESCRIPCION DESCRIBEN "INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 10.1, 10.2, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.4, 10.5, 10.6 Y 11.1" PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE COMO NUMERO DE IDENTIFICACION SE REFIEREN A QUE SE TENDRA QUE COLOCAR EL NUMERO DE PARTE DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS. ¿FAVOR DE ACLARAR?	DEBERÁN COLOCAR EN LA COLUMNA "NO. DE IDENTIFICACION" LOS NUMEROS, CÓDIGOS O CLAVES DE IDENTIFICACION DE CADA UNA DE LAS PARTES DEL BIEN OFERTADO DE ACUERDO AL ANEXO I.
18	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V.		X		UNIDAD ELECTROCIURUGIA GENERAL	36	ANEXO I DESCRIPCION DE BIENES	PARA ESTE PRODUCTO AL FINAL DE LA DESCRIPCION DESCRIBEN "INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 10.1, 10.2, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.4, 10.5, 10.6 Y 11.1" PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE COMO NUMERO DE IDENTIFICACION SE REFIEREN A QUE SE TENDRA QUE COLOCAR EL NUMERO DE PARTE DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS SIN EMBARGO EN NUESTRA TECNOLOGIA PARA ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS NO EXISTE UN NUMERO DE IDENTIFICACION NI DE PARTE COMO TAL, SIENDO EL CASO LA CONVOCANTE NOS PODRIA DESCRIBIR QUE DEBEMOS DE COLOCAR O DESCRIBIR EN ESTE CASO PARA NO RESULTAR DESCALIFICADOS POR LA AUSENCIA DE ESTA INFORMACION. ¿FAVOR DE ACLARAR?	Se debe incluir en la columna "No. de identificación de las partes que componen el bien ofertado" los números, códigos o claves de identificación de cada una de las partes que integran el bien ofertado de acuerdo a lo solicitado en el Anexo I. En el caso de que el bien ofertado esté compuesto de una sola parte, será suficiente anotar en esta columna el modelo del bien. En caso de que en los manuales, catálogos o documentación técnica, no haya referencia de la totalidad de los números de identificación de las partes que componen el bien, deberá presentar carta del fabricante donde indique el "No. de identificación de las partes que componen el bien ofertado" solicitados en el Anexo I.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
1	Polar Hospitalaria, S.A. de C.V.	X			c) Características de muestras			Tenemos en el Almacén de Inventarios del ISAPG, una camilla que se entregó como muestra en una licitación pasada, la camilla es el mismo modelo con que se participará en la presente. PREGUNTA: ¿Esta camilla podemos usarla como muestra en este evento?	Deberán tramitar la devolución de su muestra en el Almacén de Inventarios del ISAPG, para su posterior requietado y reintegro a dicho almacén como muestra de la presente licitación.
2	Polar Hospitalaria, S.A. de C.V.	X			Costo de las bases. Los licitantes participantes podrán realizar el pago para adquirir las bases de la presente licitación			¿Se entiende que las presentes bases tendrán cambios una vez realizado el pago?	Las bases de la presente licitación no sufrirán cambios, únicamente lo acordado en la presente Junta de aclaraciones.
3	Polar Hospitalaria, S.A. de C.V.	X			Preferentemente, la documentación no deberá presentarse en papel, ni dentro de micas transparentes ni con broches.			¿Se entiende que podremos presentar la propuesta en carpeta de argollas y perforadas?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	Polar Hospitalaria, S.A. de C.V.			X	Cama para Cuidados Intensivos	54	23.3 y 23.4	Debido a un análisis de estudios clínicos, el fabricante junto con varios de los otros principales fabricantes de camas para cuidados intensivos y sus respectivas tecnologías, decidieron remover la terapia de percusión ya que esta influye de manera negativa al proceso de recuperación del paciente por lo cual ya no se cuenta con ella, ¿es válido poder entregar el equipo sin la existencia de dicha tecnología?	SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 23.3 DEBE DECIR "COLCHON DE AIRE CON VIBRACION Y ROTACION LATERAL CONTINUA" DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "23.3 COLCHON DE AIRE CON PERCUSION, VIBRACION Y ROTACION LATERAL CONTINUA" SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 23.4 DEBE DECIR "SISTEMA CON COLCHON DE AIRE CON VIBRACION Y ROTACION LATERAL CONTINUA OPERADO DESDE LOS CONTROLES DE LA CAMA" DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "23.4 SISTEMA CON COLCHON DE AIRE CON PERCUSION, VIBRACION Y ROTACION LATERAL CONTINUA OPERADO DESDE LOS CONTROLES DE LA CAMA."
1	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.				CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 y 59, Anexo I	3.3.2. LUZ LED DE 2.5 VOLTS COMO MINIMO.	Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación permita ofrecer luz halógena, sin menoscabo de la calidad de los equipos, toda vez que esto no afecta la utilidad clínica del equipo y además cumple con todas las otras especificaciones solicitadas por la convocante. ¿se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
2	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.				CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 y 59, Anexo I	3.3.2. LUZ LED DE 2.5 VOLTS COMO MINIMO.	Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación permita ofrecer luz halógena, toda vez que esta luz permite observar con claridad los tejidos. ¿se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
3	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.				CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 y 59, Anexo I	3.3.2. LUZ LED DE 2.5 VOLTS COMO MINIMO.	En caso que las dos preguntas anteriores sean negativas, se solicita para no limitar la libre participación se permita ofrecer luz Xenon, la cual no afecta la utilidad clínica del equipo. ¿se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
4	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.				CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 y 59, Anexo I	5.1.2. CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA PARA DESCARGA BIFASICA	Es correcto entender que el equipo debe contar con un mínimo de capacidad de descarga a 270 J, para un mejor desempeño, ya que un alto porcentaje de los pacientes con paro cardíaco súbito, de alto riesgo por la pandemia tienen sobrepeso, por lo que se necesita de un respaldo de esta energía. ¿es correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.				CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 y 59, Anexo I	5.1.5. TIEMPO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MAXIMA ENERGIA.	Siendo un equipo de soporte de vida y derivado que el tiempo representa un papel fundamental en este tipo de eventos, para asistir a un paciente en caso de un evento cardíaco, es correcto entender que la capacidad de carga debe ser menor a 4 segundos a 200 J y menor a 5 segundos a 270 J. ¿es correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.				CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 y 59, Anexo I	5.1.5. TIEMPO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MAXIMA ENERGIA.	Derivado de la importancia que requiere una aplicación temprana de una desfibrilación, es correcto entender que el tiempo de carga a máxima energía debe ser menor a 5 segundos y con ello reducir el tiempo para realizar la desfibrilación, para evitar daños irreversibles en el paciente. ¿es correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.				CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 y 59, Anexo I	5.3. MONITOR:	Dado que por la pandemia incrementó el uso de este equipo en pacientes con ventilador, es correcto entender que el equipo debe contar con capacidad a futuro de CO ₂ , para dar al médico una herramienta para evaluar el estado ventilatorio y respiratorio en pacientes intubados y no intubados, para determinar también la eficiencia de la RCP y además para paciente adulto pediátrico y neonatal, que no requiere tiempo de calentamiento y con espacio muerto menor a 1 ml. ¿es correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.				CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 y 59, Anexo I	5.3. MONITOR:	Es correcto entender que el equipo debe contar con monitorización de presión no invasiva, para que de esta forma, si así se requiere, el equipo ya cuente con estas características sin que el costo de la partida se incremente. ¿es correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
9	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.				CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 y 59, Anexo I	5.9.3. TIEMPO DE CARGA MAXIMO DE 4.5 HORAS PARA ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DE LA CAPACIDAD DE LA BATERIA.	Es correcto entender que el equipo debe contar con tecnología que permita que la batería del equipo llegue a su carga máxima en menos de 3 horas, con la intención de que el equipo esté rápidamente disponible para cualquier urgencia. ¿es correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
10	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO (UNIVERSAL)	28, Anexo I	2. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO.	Es correcto entender que este punto debe ser cumplido con sistema de visualización inter-monitores, es decir, debe existir conectividad de los monitores entre sí (sin necesidad de central de monitoreo) para que pueda monitorearse a los pacientes sin necesidad de entrar a la estancia donde estos se encuentren aislados, por ejemplo, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
11	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO (UNIVERSAL)	28, Anexo I	9. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.	Es correcto entender que de forma adicional a lo solicitado, el equipo debe tener tecnología con algoritmo para realizar la medición automática de presión arterial no invasiva al detectar cambios súbitos en relación con la onda de pulso y el trazo de ECG, realizando medición de la PANI únicamente cuando así sea requerido porque existen cambios importantes en los parámetros fisiológicos del paciente, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO.
12	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO (UNIVERSAL)	28, Anexo I	Sin punto	Es correcto entender que el equipo debe tener posibilidad de medición de gasto cardíaco a futuro, de manera continua y de forma no invasiva mediante pletismografía, eeg y presión no invasiva, sin requerir de electrodos o consumibles adicionales, toda vez que presenta una herramienta importante para el monitoreo hemodinámico del paciente, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
13	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR SIGNOS VITALES INT UNI 19	66, Anexo I	2. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO ALAMBICA O INALAMBICA.	Es correcto entender que este punto debe ser cumplido con sistema de visualización inter-monitores, es decir, debe existir conectividad de los monitores entre sí (sin necesidad de central de monitoreo) para que pueda monitorearse a los pacientes sin necesidad de entrar a la estancia donde estos se encuentren aislados, por ejemplo, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
14	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR SIGNOS VITALES INT UNI 19	66, Anexo I	9. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.	Es correcto entender que de forma adicional a lo solicitado, el equipo debe tener tecnología con algoritmo para realizar la medición automática de presión arterial no invasiva al detectar cambios súbitos en relación con la onda de pulso y el trazo de ECG, realizando medición de la PANI únicamente cuando así sea requerido porque existen cambios importantes en los parámetros fisiológicos del paciente, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO.
15	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR SIGNOS VITALES INT UNI 19	66, Anexo I	Sin punto	Es correcto entender que el equipo debe tener posibilidad de medición de gasto cardíaco a futuro, de manera continua y de forma no invasiva mediante pletismografía, eeg y presión no invasiva, sin requerir de electrodos o consumibles adicionales, toda vez que presenta una herramienta importante para el monitoreo hemodinámico del paciente, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
16	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67, Anexo I	1. MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MÍNIMO.	Solicitemos a la convocante para no limitar la libre participación permita ofertar monitores de 12 pulgadas, sin menoscabo de la calidad de los equipos, toda vez que esto no afecta la utilidad clínica del equipo y además cumple con todas las otras especificaciones solicitadas por la convocante. ¿se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
17	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67, Anexo I	2. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A CENTRAL DE MONITOREO.	Es correcto entender que este punto debe ser cumplido con sistema de visualización inter-monitores, es decir, debe existir conectividad de los monitores entre sí (sin necesidad de central de monitoreo) para que pueda monitorearse a los pacientes sin necesidad de entrar a la estancia donde estos se encuentren aislados, por ejemplo, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
18	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67, Anexo I	6.5.2. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.	Es correcto entender que de forma adicional a lo solicitado, el equipo debe tener tecnología con algoritmo para realizar la medición automática de presión arterial no invasiva al detectar cambios súbitos en relación con la onda de pulso y el trazo de ECG, realizando medición de la PANI únicamente cuando así sea requerido porque existen cambios importantes en los parámetros fisiológicos del paciente, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO.
19	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67, Anexo I	9. CON BATERIA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 2 HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA.	Solicitemos a la convocante para no limitar la libre participación permita ofertar monitores con batería interna recargable con duración de al menos 1 hora, toda vez que el equipo se encontrará siempre conectado y no requiere la especificación solicitada, sin menoscabo de la calidad de los equipos, toda vez que esto no afecta la utilidad clínica del equipo, ¿se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
20	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67, Anexo I	Sin punto	Es correcto entender que el equipo debe tener posibilidad de medición de gasto cardíaco a futuro, de manera continua y de forma no invasiva mediante pletismografía, eeg y presión no invasiva, sin requerir de electrodos o consumibles adicionales, toda vez que presenta una herramienta importante para el monitoreo hemodinámico del paciente, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
21	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		Anexo I DESCRIPCIÓN DE BIENES	Anexo I		Solicitamos a la convocante que en caso de que exista alguna característica que no se pueda referenciar de manera textual en los catálogos y/o manuales de los equipos, nos permita referenciar por medio de imágenes. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCRETA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
22	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		Anexo I DESCRIPCIÓN DE BIENES	Anexo I		Solicitamos a la convocante que en caso de que exista alguna característica que no se pueda referenciar de manera textual en los catálogos y/o manuales de los equipos, nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, distribuidor primario y/o titular del registro sanitario en donde se especifique que el equipo cumple con lo solicitado. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCRETA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
23	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		Bases autorizadas			Debido a la pandemia y dadas las consecuencias que se tienen de ello, como desabasto de componentes y/o accesorios, o el proceso para desdunar por ejemplo, solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 60 días naturales. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 9 DE MARZO DEL 2022, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
24	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		CABRO CAMILLA RECUPERACIÓN	14, 39	7	Dice DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA) +/- 5%: LONGITUD TOTAL 210 CM. ANCHO TOTAL 81 CM. Con el fin de no limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto por medio de las dimensiones de la camilla de 211 x 76 cm, toda vez que las dimensiones de la camilla no afectan la utilidad clínica, calidad ni funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
25	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		CABRO CAMILLA RECUPERACIÓN	14, 39	10	Dice COLCHON DE 7 CM DE ESPESOR COMO MÍNIMO DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA Y DIMENSIONES ACORDE AL MODELO. Con el fin de no limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto de 8 cm, lo cual representa una característica superior al contar con un soporte mayor para el paciente evitando la aparición de úlceras por presión, además de que el espesor del colchón no afecta la utilidad clínica, calidad ni funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO.
26	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		CABRO CAMILLA RECUPERACIÓN	14, 39	Sin punto	Dado que el equipo será usado en pacientes en recuperación, consideramos necesario que la camilla permita emitir diagnóstico mediante la exploración radiológica realizable directamente en la camilla para no tener que mover al paciente y ocasionarle algún daño. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
27	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	4.5	Dice ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 47 CM A 77 CM. (MEDIDO DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO. Con el fin de no limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto mediante el rango de 41 cm a 79 cm, lo cual representa una característica superior ya que el rango total es superior al solicitado, además de que la altura y descenso ajustable no afecta la utilidad clínica, calidad ni funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
28	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	7	Dice DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 203 CM. DE LARGO X 88 CM. DE ANCHO. COMO MÍNIMO. Con el fin de no limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto mediante el rango de 208 cm de largo por 90 cm de ancho lo que equivale al +/- 5% de tolerancia solicitado en cada rango, además de no afectar la utilidad clínica, calidad ni funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
29	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	8	Dice DIMENSIONES DE LA CAMA +/- 5%: LONGITUD TOTAL 230 CM. ANCHO TOTAL 105 CM. CON CABLES, PIECERAS Y BARANDALES. Con el fin de no limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto mediante el rango de 217.5 cm a 100 cm, toda vez que las dimensiones de la cama no afectan la utilidad clínica, calidad ni funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
30	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	23.2	Dice CON SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE AIRE INTERCONSTRUIDO EN LOS CONTROLES DE LA CAMA. Solicitamos a la convocante para no limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, nos permita ofertar sistema de control de presión de aire por medio de unidad de control del colchón activo, lo anterior en virtud de que la especificación solicitada corresponde exclusivamente al sistema Progressa de la marca Hill-Rom tal como se puede verificar en el siguiente enlace https://www.hill-rom.com/globalassets/spanish-tender-documents/Camas-PROGRESSA-brochure.pdf página 13, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
31	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	23.3	Dice COLCHÓN DE AIRE CON PERCUSIÓN, VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA. Solicitamos a la convocante para no limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, nos permita ofertar sistema de colchón activo con terapia de presión por medio de celdas con eliminación periódica de la presión, la cual está clínicamente probada, tal como se puede verificar en las siguientes referencias: 1. Kosiak, M., Etiology of pressure ulcers. Archives in Physical Medicine and Rehabilitation. 1961; 42: 29-32. 2. Exton-Smith, AN, Sherwin RW. The prevention of pressure ulcers: significance of spontaneous bodily movements. Lancet. 1961; 2: 1124-1126. Lo anterior en virtud de que la especificación solicitada corresponde exclusivamente al sistema Progressa de la marca Hill-Rom tal como se puede verificar en el siguiente enlace https://www.hill-rom.com/globalassets/spanish-tender-documents/Camas-PROGRESSA-brochure.pdf página 13, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN. SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 23.3 DEBE DECIR "COLCHÓN DE AIRE CON VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA" DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "23.3 COLCHÓN DE AIRE CON PERCUSIÓN, VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA"
32	Equipamiento y Asesoría en Ingeniería Biomédica S.A. de C.V.		CARÁCTER TÉCNICO		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	23.4	Dice SISTEMA CON COLCHÓN DE AIRE CON PERCUSIÓN, VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA OPERADO DESDE LOS CONTROLES. Solicitamos a la convocante para no limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, nos permita ofertar sistema de control de presión de aire por medio de unidad de control del colchón activo, lo anterior en virtud de que la especificación solicitada corresponde exclusivamente al sistema Progressa de la marca Hill-Rom tal como se puede verificar en el siguiente enlace https://www.hill-rom.com/globalassets/spanish-tender-documents/Camas-PROGRESSA-brochure.pdf página 13, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN. SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 23.4 DEBE DECIR "SISTEMA CON COLCHÓN DE AIRE CON VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA OPERADO DESDE LOS CONTROLES DE LA CAMA" DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "23.4 SISTEMA CON COLCHÓN DE AIRE CON PERCUSIÓN, VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA OPERADO DESDE LOS CONTROLES DE LA CAMA"
1.	Anders Baupre, S.A. de C.V.	X				Todas las Partidas	III.1 Índice 1.19 FCI, FCS Y FCG	DICE: FCI: Carta solidaria original del fabricante, FCS: Declaración de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento y FCG: Carta original de vigencia de tecnología del fabricante. PREGUNTA: Solicitamos atentamente poder presentar estas cartas y/o declaraciones digitalizadas e impresas, acompañadas de carta bajo protesta de decir verdad, que son escaneadas del original, y que en caso de resultar adjudicado, presentaremos las originales a la firma del contrato; debido a que por la Pandemia por SARS-CoV2 COVID-19, los tiempos de entrega de los envíos son más tardados de lo habitual y en algunos casos inciertos, por lo que dichas cartas no llegarán a tiempo para la apertura y presentación de propuestas, ¿se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
2.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X			Todas las partidas	Anexo N Carta Compromiso y Garantía	DICE: Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifestamos que en caso de resultar adjudicado nos comprometemos a que el equipo ofertado cuenta con 1 año de garantía a partir de la instalación, capacitación y puesta en marcha, por defectos de fabricación, materiales y/o instalación e incluye 2 mantenimientos preventivos por año durante el periodo de garantía. PREGUNTA: Entendemos que la garantía será válida, siempre y cuando el representante de la empresa proveedora, se encuentre presente durante la apertura, entregue instalación y puesta en marcha de los equipos, ya que en caso de que el personal del área usuaria decida abrir e instalar los equipos sin haber dado aviso al proveedor y éste se encuentre ausente por motivos no imputables al proveedor, la garantía mencionada, ya no será válida ¿Es correcto?	El licitante adjudicado, deberá desempeñar el equipo, armarlo, y en su caso instalarlo y ponerlo en operación, además de retirar el todo su material de embalaje, y en su caso deberá demostrar el funcionamiento del bien a entregar para su recepción, de conformidad por parte del área solicitante. En caso de equipo médico y de laboratorio especializado no se otorgará el sello de recepción si no se realiza la demostración de cumplimiento de características y funcionalidad en su caso. El licitante adjudicado, deberá contactar al responsable de cada unidad para acordar y aprender con 3 días de anticipación la recepción del bien dentro del horario establecido, de conformidad al Anexo O. SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A EXCEPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DONDE SE SEÑALEN LÍMITES MÁXIMOS Y TOLERANCIAS, LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE LOS ARGUMENTOS POR LOS CUALES LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SON SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		FLUJIMETRO 0-15 LPM	18 y 62	Todos los puntos	Debemos entender que ofertar características superiores a las solicitadas no es motivo de descalificación en virtud de que se está ofreciendo un bien de mejor calidad, ¿es esto correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
5.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		FLUJIMETRO 0-15 LPM	18 y 62	3	Solicitemos se nos permita ofertar manguera flexible anti-aplastamiento grado médico y de uso específico para terapia de Oxígeno, en virtud que es la indicada más allá de la manguera grado alimenticio que es de uso general, así como la que solicitamos poder ofertar proviene con su característica anti-aplastamiento que sea obstruida y se limite el flujo de oxígeno. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	Todos los puntos	Debemos entender que ofertar características superiores a las solicitadas no es motivo de descalificación en virtud que se está ofreciendo un bien de mejor calidad. ¿Es esto correcto?	SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A MÁXIMOS RANGOS Y TOLERANCIAS, LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE LOS ARGUMENTOS POR LOS CUALES LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SON SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	3.1	Solicitan giro rotatorio de 360° del brazo porta lámpara, un giro rotatorio del brazo porta lámpara no tiene sentido para una lámpara móvil, ya que esto puede ocasionar desbalance la lámpara ocasionando que se calga, además de que aplicar un ligero giro del brazo porta lámpara ocasionará que se deje de iluminar el área quirúrgica, derivado de la anterior. Solicitamos de la manera más atenta se permita ofertar giro rotatorio de 360° a través de mover la base móvil de la lámpara quirúrgica portátil. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
8.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	3.2	Solicitan brazo porta lámpara abatible a 35° o mayor hacia arriba y 35° o mayor hacia abajo. Nuestro equipo ofrece una altura máxima entre el piso y el cabezal de la lámpara de 1.85 mts. la cual es suficiente para que el médico pueda operar además de iluminar la mesa quirúrgica, esto a través del brazo porta lámpara abatible a 70° hacia arriba, para no limitar la libre participación de la proveeduría solicitamos de la manera más atenta se permita ofertar brazo porta lámpara abatible a 20° o mayor hacia arriba, y 35° o mayor hacia abajo. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
9.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	4.2.1	Solicitan fuente de luz de LED Blanco, debemos entender que la fuente de luz de LED debe dar luz blanca dentro del rango de temperatura de color solicitada por la convocante. ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
10.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	4.3	Solicitan temperatura de color dentro del rango de 4,200 a 6,000° Kelvin, debemos entender que si ofrecemos una temperatura de color dentro del rango de 4,200 kelvin o menor a 6,000 kelvin no será motivo de descalificación, debido a que estaríamos ofreciendo un rango mejor. ¿Es correcto?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
11.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	5.2	Solicitan tiempo de la batería en uso mínimo de 4 hrs., para no limitar la libre participación de la proveeduría solicitamos de la manera más atenta se permita ofertar batería en uso de 4 hrs. ± 0.5 hrs., ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
12.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	6	Solicitan cable de alimentación con clavija grado médico, en la literatura del fabricante no se menciona la cual clavija grado médico, sin embargo, la lámpara que ofertamos cumple con las normas eléctricas internacionales para equipo médico, para fines de referendación solicitamos de la manera más atenta se permita señalar las normas eléctricas para equipo médico con las que cumple la lámpara. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
13.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	6.1	Numeral, solicitan cable de alimentación con longitud de 3.5 metros, en la literatura del fabricante no se menciona la longitud del cable de alimentación, sin embargo, la lámpara que ofertamos cumple con las normas eléctricas internacionales para equipo médico, para fines de referendación solicitamos de la manera más atenta se permita señalar las normas eléctricas para equipo médico con las que cumple la lámpara. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
14.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED	21	Todos los puntos	Debemos entender que ofertar características superiores a las solicitadas no es motivo de descalificación en virtud que se está ofreciendo un bien de mejor calidad. ¿Es esto correcto?	SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A MÁXIMOS RANGOS Y TOLERANCIAS, LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE LOS ARGUMENTOS POR LOS CUALES LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SON SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
15.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED	21	4.2.1	Solicitan fuente de Luz de LED Blanco, debemos entender que la fuente de luz de LED debe dar luz blanca dentro del rango de temperatura de color solicitada por la convocante. ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
16.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED	21	4.3	Solicitan temperatura de color variable y ajustable electrónico dentro del rango de 4,200 a 6,000 kelvin, debemos entender que si ofrecemos una temperatura de color variable y ajustable electrónico dentro del rango de 4,200 kelvin o menor a 6,000 kelvin no será motivo de descalificación, debido a que estaríamos ofreciendo un rango mejor. ¿Es correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
17.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		MESA QUIRÚRGICA ELECTRO HIDRÁULICA (GRAL)	26	Todos los puntos	Debemos entender que ofertar características superiores a las solicitadas no es motivo de descalificación en virtud que se está ofreciendo un bien de mejor calidad. ¿Es esto correcto?	SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A MÁXIMOS RANGOS Y TOLERANCIAS, LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE LOS ARGUMENTOS POR LOS CUALES LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SON SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
18.	Anders Baupre, S.A. de C.V.		X		MESA QUIRÚRGICA ELECTRO HIDRÁULICA (GRAL)	26	2	Solicitan que la mesa sea controlada por microprocesador, nuestro equipo cumple con esta característica, sin embargo, en la literatura del fabricante no se menciona literalmente que tenga control por microprocesador, solicitamos de la manera más atenta que para fines de referenciación se permita señalar como mesa electrónica con software y pantalla digital, las cuales son características propias de un sistema controlado por microprocesador. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
1	MAFE MEDICAL SERVICE SA DE CV		X		Ventilador adulto Pediátrico Neonatal, V19	73	7.13	Solicito a la convocante nos permita ofertar nuestra Tecnología, la cual permite mantener la ventilación de manera continua sin ninguna baja, aún ante la ausencia total de alguno de los gases (aire-oxígeno) sin necesidad de algún suministro adicional (tecnología nueva), se acepta?	PODRÁN OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
1	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE CV		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35		Los organismos internacionales recomiendan conectar en la máquina de anestesia solo dispositivos de anestesia, tales como el vaporizador, el monitor de signos vitales, monitor para relajación muscular y monitores para nivel de hipnosis. Nuestro monitor de signos vitales incorpora estas tecnologías, por lo que solo se requiere un contacto para el mismo, más el del vaporizador, de esta manera queda libre aún un conector. Se solicita nos permita ofertar como mínimo 3 contactos interconstruidos. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE CV		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35	1.4 UN YUGO POR CADA CILINDRO DE O2	Solicitamos a la convocante nos especifique si únicamente requieren un (1) yugo para un (1) cilindro de O2. Favor de aclarar.	Se aclara que el punto 1.4. debe decir "un yugo para el tanque de oxígeno", dejando sin efecto el texto "1.4. UN YUGO POR CADA CILINDRO DE O2".
3	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE CV		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35	1.9 MANOMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESION AL FRENTE DEL EQUIPO, CODIFICADOS DE ACUERDO AL CODIGO AMERICANO DE COLORES (O2 VERDE Y AIRE AMARILLO)	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar manómetros interconstruidos de presión desplegados de forma digital en la pantalla del ventilador con la etiqueta de cada gas de la toma mural y los cilindros (O2 y Aire), ya que esto permite leer con mayor exactitud la presión de las tomas murales y de los cilindros. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE CV		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35	3.1.1 NEUMÁTICOS DOBLES PARA O2.	Para permitir una mejor entrega del gas fresco incluso en anestesia de bajos flujos, donde la programación de los gases debe ser precisa, solicitamos a la convocante nos permita ofertar flujómetros neumáticos con despliegue electrónico EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR, de los litros/ml programados ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE CV		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35	3.1.2 NEUMÁTICO SENCILLO O DOBLE PARA AIRE.	Para permitir una mejor entrega del gas fresco incluso en anestesia de bajos flujos, donde la programación de los gases debe ser precisa, solicitamos a la convocante nos permita ofertar flujómetros neumáticos con despliegue electrónico EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR, de los litros/ml programados ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE CV		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35	9.3 MASCARILLA TRANSPARENTE, REUSABLE, LIBRE DE LÁTEX Y ESTERILIZABLE	Con el fin de evitar infecciones cruzadas procurando una mayor protección hacia el paciente, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar 5 mascarillas desechables libres de látex, en los tamaños requeridos en los puntos 9.3.1 y 9.3.2. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LA DESCRIPCIÓN DE ESTOS PUNTOS DEBE SER: "9.3. MASCARILLA TRANSPARENTE, DESECHABLE Y LIBRE DE LÁTEX: 9.3.1. (5 PIEZAS) TAMAÑO ADULTO GRANDE. (5 PIEZAS) TAMAÑO ADULTO CHICO. 9.3.2. (5 PIEZAS) TAMAÑO PEDIÁTRICO GRANDE. (5 PIEZAS) TAMAÑO PEDIÁTRICO MEDIANO. (5 PIEZAS) TAMAÑO PEDIÁTRICO CHICO." DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "9.3. MASCARILLA TRANSPARENTE, REUSABLE, LIBRE DE LÁTEX Y ESTERILIZABLE: 9.3.1. DOS JUEGO PARA PACIENTE ADULTO (TAMAÑO CHICO, MEDIANO Y GRANDE). 9.3.2. DOS JUEGO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO (TAMAÑO CHICO, MEDIANO Y GRANDE)".

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (UNIVERSAL)	28	8.1. FRECUENCIA CARDIACA	La tecnología a ofertar cuenta con un algoritmo que permite determinar la fuente más confiable para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG y SpO2 evitando perder el valor de la frecuencia cardíaca en alguna situación de desconexión o de algún procedimiento en el paciente, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
8	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (UNIVERSAL)	28	7.3. PLETISMOGRAFIA	Solicitamos a la convocante considere la medición de pletismografía en pacientes en movimiento y de baja perfusión, la cual mejora la monitorización del paciente, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
9	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR SIGNOS VITALES INT UNI 19	28	19. DETECCIÓN DE ARRITMIAS BASICAS QUE CUMPLA CON AL MENOS DOS DE LAS SIGUIENTES: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA Y FIBRILACION VENTRICULAR.	Entendemos que el análisis de arritmias debe realizarse en al menos 4 derivaciones, esto con el objetivo de reducir falsas alarmas, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
10	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR SIGNOS VITALES INT UNI 19	66	7.3. DETECCIÓN DE ARRITMIAS BASICAS QUE CUMPLA CON AL MENOS DOS DE LAS SIGUIENTES: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA Y FIBRILACION VENTRICULAR.	Entendemos que el análisis de arritmias debe realizarse en al menos 4 derivaciones, esto con el objetivo de reducir falsas alarmas, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
11	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR SIGNOS VITALES INT UNI 19	66	7.3. PLETISMOGRAFIA	Solicitamos a la convocante considere la medición de pletismografía en pacientes en movimiento y de baja perfusión, la cual mejora la monitorización del paciente, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
12	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR SIGNOS VITALES INT UNI 19	66	8.1. FRECUENCIA CARDIACA	La tecnología a ofertar cuenta con un algoritmo que permite determinar la fuente más confiable para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG y SpO2 evitando perder el valor de la frecuencia cardíaca en alguna situación de desconexión o de algún procedimiento en el paciente, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
13	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	6.1.4. DETECCIÓN DE POR LO MENOS 10 ARRITMIAS.	Entendemos que el análisis de arritmias debe realizarse en al menos 4 derivaciones, esto con el objetivo de reducir falsas alarmas, ¿es correcto?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
14	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	6.1.5. DESPLIEGUE NUMERICO DE FRECUENCIA CARDIACA.	La tecnología a ofertar cuenta con un algoritmo que permite determinar la fuente más confiable para el cálculo de la frecuencia cardíaca considerando ECG, SpO2 y Presión Invasiva evitando perder el valor de la frecuencia cardíaca en alguna situación de desconexión o de algún procedimiento en el paciente, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
15	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	6.2. SpO2	Solicitamos a la convocante considere la medición de pletismografía en pacientes en movimiento y de baja perfusión, la cual mejora la monitorización del paciente, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
16	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	6.6. PRESION INVASIVA:	Con el objetivo de mejorar la interacción del usuario con el monitor, solicitamos a la convocante considere la opción de ajuste automático el cual mejora el posicionamiento de la curva de presión invasiva, optimizando su visualización, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
17	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	22.5. (1) CABLE TRONCAL Y (2) CABLES DE PACIENTE PARA ECG DE 10 PUNTAS PARA EL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE LAS 12 DERIVACIONES PARA CALIDAD DIAGNOSTICA, TIPO FINZA (CLIP).	Solicitamos a la convocante aclare si se requiere puntas de ECG tipo clip o tipo pinza.	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
18	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	22.7. PARA MEDICION DE LA PRESION INVASIVA INCLUIR AL MENOS: 1 CABLE TRONCAL PARA TRANSDUCTOR Y UN TRANSDUCTOR REUSABLE CON 20 DOMOS DESECHABLES O 10 KITS DE DESECHABLE, POR CADA CANAL (CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA).	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cable troncal dual de presión invasiva para transductor desechable, con el cual ya no es necesario el transductor reusable, mejorando el manejo del equipo por el personal de la unidad hospitalaria, ¿se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
19	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	23.4. UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS, TIPO PINZA (CLIP).	Solicitamos a la convocante aclarar si se requiere puntas de ECG tipo clip o pinza.	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
20	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	2.7. CON OPCIÓN DE PAUSA ESPIRATORIA DE 0 A 25 O MAYOR.	Se solicita a la convocante nos permita ofertar ventilador considerando pausa espiratoria de cero (0) como OFF o apagada. Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
21	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V20	73	2.12. SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRONICO, NEBULIZADOR ULTRASONICO O ELÉCTRICO.	Entendemos que el ventilador a ofertar, también debe tener la opción de nebulización neumática y permitir la compensación de entrada de flujo adicional. Es correcto?	PODRÁ OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
22	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V21	73	7.5. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE).	Se solicita a la convocante nos permita ofertar diez (10) circuitos desechables de paciente adulto incluida la cámara de humidificación; con adaptadores, conectores, trampa de agua, los que no requieren diafragma. Se acepta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.5. DEBE DECIR "10) CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO DESCHABLES, LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
23	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V22	73	7.6. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE).	Se solicita a la convocante nos permita ofertar diez (10) circuitos desechables de paciente pediátrico incluida la cámara de humidificación; con adaptadores, conectores, trampa de agua, los que no requieren diafragma. Se acepta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.6. DEBE DECIR "10) CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO DESCHABLES, LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
24	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V23	73	7.7. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE).	Se solicita a la convocante nos permita ofertar diez (10) circuitos desechables de paciente neonatal incluida la cámara de humidificación; con adaptadores, conectores, trampa de agua, los que no requieren diafragma. Se acepta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.7. DEBE DECIR "10) CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL DESCHABLES, LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
25	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V24	73	7.8.2 PARA PACIENTE PEDIÁTRICO TAMAÑOS: GRANDE, MEDIANO Y CHICO, 5 DE CADA TAMAÑO, CON ARNÉS O SUJETADOR.	Se solicita a la convocante nos permita ofertar 15 mascarillas tamaño chico o pequeño de paciente adulto con arnés y sujetador. Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
26	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V25	73	7.8.3 PARA PACIENTE NEONATAL TAMAÑOS: GRANDE, MEDIANO Y CHICO, 5 DE CADA TAMAÑO, CON ARNÉS O SUJETADOR.	Entendemos que para uso adecuado tanto de la mascarilla como de las puntas nasales, se requiere de un tubo interfaz tamaño 50 mm (para paciente menor a 1,500gr), un tubo interfaz tamaño 70 mm (para paciente de 1,500gr hasta 2,500gr) y un tubo interfaz tamaño de 100 mm (para paciente a partir de 2,500gr) El corrector O solo se requieren las mascarillas con sujetador?	AFEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
27	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V26	73	7.8.4 (5) PUNTAS MASALES DESCHABLES Y LIBRE DE LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA Y USO NEONATAL.	Se solicita a la convocante nos permita ofertar puntas nasales desechables de tamaño diverso: 3,5 mm/2,0 mm (cantidad 1); 4,5 mm/4,0 mm (cantidad 2); 5,0 mm/5,0 mm (cantidad 1); 6,0 mm/7,0 mm (cantidad 1). Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
28	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V27	73	7.1.3. SISTEMA INTERNO O INTERCONSTRUIDO DE SUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR (BLOWER)).	Para no afectar la libre participación, solicitamos a la convocante nos permita ofertar ventilador con suministro de aire desde toma mural considerando que no es ventilador de traslado. Se acepta?	AFEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
29	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL V28	73	7.14. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA O INTERCONSTRUIDA (DE LA MISMA MARCA), CON 60 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO PARA TODO EL EQUIPO (INCLUYENDO EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE).	Para no afectar la libre participación, solicitamos a la convocante nos permita ofertar ventilador con duración de la batería superior a 60 minutos y donde el autosuministro de aire es opcional, por las razones mencionadas en la pregunta anterior. Siendo así la batería soportaría el funcionamiento del ventilador hasta por 85 minutos. Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
30	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL V29	73	7.14. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA O INTERCONSTRUIDA (DE LA MISMA MARCA), CON 60 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO PARA TODO EL EQUIPO (INCLUYENDO EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE).	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un break para soportar funcionamiento de compresor en caso de requerirse. Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
31	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL V30	73	8.1 (2) CELDA O SENSOR DE OXIGENO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA).	Se solicita a la convocante nos permita ofertar ventilador con una celda de oxígeno libre de consumibles, y no requiere cambio. Lo que se consigna en manual de usuario. Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
32	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL V31	73	8.2 (3) FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL).	El ventilador a ofertar posee filtro inspiratorio reusable mismo para los tres tipos de paciente, por lo que solicitamos nos permita ofertar ventilador con las características del filtro universal antibacterial y antibacteriano, entregando cinco (5) filtros. Se acepta?	SE ACLARA SE DEJA SIN EFECTO EL PUNTO "8.2 (3) FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL)". PARA ESTA PARTIDA.
33	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL V32	73	CONSIDERACIÓN	Se solicita a la convocante, incluya en modos ventilatorios, un modo que soporte el destete ventilatorio de paciente y vite estado de apnea. Peliga muscular y uso de piza en T; calculo del indice de respiración rápida superficial. Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
34	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V		X		VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL V33	73	CONSIDERACIÓN	Se solicita a la convocante considere ventilador que a futuro proporcione monitorización de Gasto Energético y Círculo Respiratorio, demostrable en manual de usuario. Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
35	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V	X			TODOS	TODOS	BASES	Entendemos que podremos participar con equipos de cualquier origen. Es correcta nuestra apreciación?	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado II. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
36	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V	X			TODOS	TODOS	1) Lugar y tiempo de entrega	Solicitamos a la convocante que se extienda el tiempo a 60 días posteriores al fallo. Se acepta?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 9 DE MARZO DEL 2022, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO II) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO II. INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
37	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V	X			TODOS	TODOS	1.5 Original de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	Dado que este documento es electrónico, entendemos que con presentar una impresión a color aplica para solventar ese punto. Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACION
38	GE SISTEMAS Médicos de México		X		ULTRASONOGRAFO PORTATIL 19	34 y 72	4.6	Entendemos que para la evaluación de la hemodinamia, es conveniente tener disponible el modo triplex. Mismo que ayudará a aumentar el flujo de trabajo del usuario, revisando el vazo sanguíneo en tiempo real. Por lo que sugerimos se solicite como mínimo Modo Triplex. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
39	GE SISTEMAS Médicos de México		X		ULTRASONOGRAFO PORTATIL 19	34 y 72	16	Entendemos que para equipos de reciente fabricación es importante contar con salidas de video de última generación. Solicitamos amablemente, se nos permita ofertar salida de video con HDMI. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
40	GE SISTEMAS Médicos de México		X		ULTRASONOGRAFO PORTATIL 19	34 y 72	17	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita participar con un rango de 200 grs más de los 5kg solicitados. Lo cual no afecta o limita el desempeño del equipo. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 17 DEBE DECIR: "CON UN PESO MAXIMO DE 9 KG CON BATERIA", DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO: "CON UN PESO MAXIMO DE 5KG CON BATERIA".

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARACTER ADMINISTRATIVA	CARACTER TECNICO	CARACTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
41	GE Sistemas Médicos de México		x		ULTRASONOGRAFO PORTATIL 19	34 y 72	18	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar una batería extra de 30 minutos integrada al equipo. Que permitirá brindar soporte de alimentación de 60 minutos. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
42	GE Sistemas Médicos de México		x		ULTRASONOGRAFO PORTATIL 19	34 y 72		Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar carro de transporte que ayudará a brindar soporte, seguridad al equipo portátil. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
43	GE Sistemas Médicos de México	x			FCS: Declaración de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento	34 y 72	NA	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O PREVENTIVOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL LICITANTE PUEDA OFERTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE EL MANUAL DEL FABRICANTE ESTABLESCA PARA CADA EQUIPO MEDICO, ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO J.
1	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	x					III. Presentación de Ofertas14.	DICE: Copia simple de los documentos legales con los cuales acredita su constitución y la personalidad de su representante o apoderado legal, tales como: acta constitutiva notariada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; PREGUNTA: Entendemos que para cumplir con este requisito debemos presentar la copia simple del Acta Constitutiva de Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la última modificación y el Poder Notarial de quien firme la propuesta. ¿Es esto correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	x					III. Presentación de Ofertas15	DICE: Original de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) positiva y vigente ...PREGUNTA: Ya que actualmente este trámite se realiza en línea, solicitamos que nos permitan presentar de manera impresa la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) positiva y vigente, siempre y cuando contenga la cadena original, sello digital y código QR. ¿Se acepta?	PODRÁ PRESENTARLA DE ESTA MANERA.
5	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	x					III. Presentación de Ofertas	PREGUNTA: En caso de que alguno de los requisitos no sea aplicable a mi Representación, solicitamos que se permita presentar un escrito de No Aplica. ¿Se acepta?	PODRÁ PRESENTARLO.
6	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	x					III. Presentación de Ofertas117	DICE: En caso de ofertar equipo médico especializado, deberán incluir en su proposición técnica los manuales de operación y/o servicios completos en formato digital (USB o CD) PREGUNTA: Entendemos que los manuales a los que se refieren son los emitidos por el fabricante de los bienes y éstos no deberán estar referenciados de manera digital. ¿Es esto correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LAS REFERENCIAS DEBERÁN ESTAR PLASMADAS EN EL ANEXO Q Y EN LA PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO A).
7	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		x				III. Presentación de Ofertas1C4	PREGUNTA: Entendemos que para demostrar este requisito se podrá presentar: Certificado FDA o Certificado. ¿Es esto correcto?	PODRÁ PRESENTAR CERTIFICADO FDA O CERTIFICADO CE QUE CUMPLA CON LA APROBACIÓN DE LA NORMA 93/42/EEC, EN CASO DE OFERTAR EQUIPO DE IMPORTACIÓN. PARA PRODUCTOS DE FABRICACIÓN NACIONAL, DEBE PRESENTARSE: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EXPEDIDO POR COFEPRIS.
8	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		x				III. Presentación de Ofertas1C1	PREGUNTA: Solicitamos que se permita entregar carta solidaria original del fabricante o a del Titular del Registro Sanitario o del Representante de la marca en México o filial en México. ¿Se acepta?	Podrán presentarlo, siempre y cuando demuestre documentalmente la relación entre fabricante y filial.
9	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		x				III. Presentación de Ofertas1C5	DICE: Declaración de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento. PREGUNTA: Solicitamos a la Convocante que se permita entregar este documento con la información del licitante, ya que en caso de resultar adjudicatados seremos quienes realicemos el servicio de mantenimiento. ¿Se acepta?	PODRÁ PRESENTARLO DE ESTA MANERA.
10	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	x					CARTAS DE FABRICANTE	PREGUNTA: Solicitamos a la Convocante que se permita entregar las cartas de fabricante a nombre del fabricante o a del Titular del Registro Sanitario o del Representante de la marca en México o filial en México. ¿Se acepta?	Podrán presentarlo, siempre y cuando demuestre documentalmente la relación entre fabricante y filial.
11	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	x					III. Presentación de Ofertas	PREGUNTA: Debemos entender que la documentación se entregará en el orden indicado en el numeral III. Presentación de Ofertas, y ésta se deberá foliar de forma individual la documentación del sobre de la oferta Técnica y la documentación del sobre de la oferta económica. ¿Es esto correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
12	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.	x					III. Presentación de Ofertas	PREGUNTA: Solicitamos a la Convocante que nos permita entregar la documentación en idioma diferente al Español, siempre y cuando se incluya la traducción simple correspondiente. ¿Se acepta?	Los documentos que se presenten en un idioma diferente al español, deberán entregarse acompañados por traducción simple de las partes que se requiera para llevar a cabo una evaluación completa y precisa de la oferta.
13	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		x		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	2.1.1. LÍMITE INFERIOR: 5 O MENOR.	PREGUNTA: Dado que un volumen tidal de 5 ml no es muy usado en el día a día de la práctica, ya que este volumen es para pacientes muy prematuros, y dado que, un volumen de 20 ml es suficiente para atender las necesidades de pacientes pequeños, solicitamos a la convocante se permita ofertar un volumen tidal con límite inferior de 20 ml como mínimo ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
14	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	2.4.1. LÍMITE INFERIOR: 3 O MENOR.	Se solicita amablemente al convocante se permita ofertar una frecuencia respiratoria de 1-1 respiración por minuto, ¿se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
15	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	3.10. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS, CICLADO POR TIEMPO Y LÍMITADO POR PRESIÓN O TCPLV.	PREGUNTA: Entendemos que se requiere para este modo una ventilación limitada por presión, ciclada por tiempo y limitada en presión o TCPLV o de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando cumpla con lo solicitado, que proporcione una asistencia ventilatoria en pacientes que requieran volúmenes desde los 20 ml. ¿Es correcto?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
16	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	3.11. VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS EN LOS MODOS DE VENTILACIÓN: ASISTIDO-CONTROL, SIMV Y VENTILACIÓN CON PRESIÓN DE SOPORTE.	Entendemos que se requiere para este modo una ventilación limitada por presión ciclada por tiempo en los modos ventilatorios: asistido control, SIMV y ventilación con presión o desacoplado a la nomenclatura de cada fabricante siempre y cuando cumpla con lo solicitado, que proporcione una asistencia ventilatoria en pacientes que requieran volúmenes desde los 20 ml. ¿Es correcto?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
17	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.7. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE).	PREGUNTA: Entendemos que para este punto se requieren circuitos de paciente de 15 mm, reusables libres de latex (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE). ¿Es correcto?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.7. DEBE DECIR "100" CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL DESECHABLES, LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
18	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.8.3 PARA PACIENTE NEONATAL. TAMAÑOS: GRANDE, MEDIANO Y CHICO, 5 DE CADA TAMAÑO, CON ANILLOS O SUJETADOR.	PREGUNTA: Entendemos que se requieren mascarillas de tamaño grande mediano y chico (5 de cada tamaño) para el tipo de paciente que requiera un volumen desde los 20 ml. ¿Es correcto?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
19	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.10. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES NEONATALES O DIEZ DESECHABLES	PREGUNTA: Entendemos que se requieren Cámaras de humidificación reusables o diez desechables para el tipo de paciente que requiera un volumen desde los 20 ml. ¿Es correcto?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
20	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X			TODAS LAS PARTIDAS	TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE SE PUEDEN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN VIRTUD QUE NO AFECTEN LA SOLVENCIA TÉCNICA DE OFERTA, SI NO POR EL CONTRARIO LA CONVOCANTE OBTENDRÁ UN BIEN DE MEJOR CALIDAD. ¿ES ESTO CORRECTO?	SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A MÁXIMOS, RANGOS Y TOLERANCIAS, LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE LOS ARGUMENTOS POR LOS CUALES LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SON SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
21	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X			TODAS LAS PARTIDAS	TODOS LOS PUNTOS	ENTENDEMOS QUE SE PUEDEN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN VIRTUD QUE NO AFECTEN LA SOLVENCIA TÉCNICA DE OFERTA, SI NO POR EL CONTRARIO LA CONVOCANTE OBTENDRÁ UN BIEN DE MEJOR CALIDAD. ¿ES ESTO CORRECTO?	SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A MÁXIMOS, RANGOS Y TOLERANCIAS, LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE LOS ARGUMENTOS POR LOS CUALES LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SON SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
22	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X			TODAS LAS PARTIDAS	TODOS LOS PUNTOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE FOLLETO, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO, DONDE SE ENCUENTRAN LAS REFERENCIAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES. ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.17 DEL INCISO A) PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE FORMA PRESENCIAL Y PUNTO 1.13 DEL INCISO B) PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE FORMA ELECTRÓNICA DEL APARTADO III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
23	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X			TODAS LAS PARTIDAS	TODOS LOS PUNTOS	CADA FABRICANTE MANEJA SU PROPIA NOMENCLATURA Y LITETATURA POR CUESTIONES DE DERECHO DE MARCA E IDIOSINCRASIA DEL PAÍS DE ORIGEN, ES POR ELLO QUE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS NO SE ENCUENTRAN TÁCTAMENTE DENTRO DE SU INFORMACIÓN TÉCNICA, POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA SUSTENTAR EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES PUNTOS CON CARTA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
24	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X			TODAS LAS PARTIDAS	TODOS LOS PUNTOS	DEREMOS ENTENDER QUE LA OFERTA DE UN BIEN CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO PARA DESCALIFICACIÓN, PUES ESTO NO AFECTA LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, SI NO POR LO CONTRARIO SE LE OFERTA UN BIEN CON UN VALOR MAYOR AL SOLICITADO. ¿ES ESTO CORRECTO?	SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A EXCEPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DONDE SE SEÑALEN LÍMITES MÁXIMOS, RANGOS Y TOLERANCIAS, LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE LOS ARGUMENTOS POR LOS CUALES LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SON SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
25	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X			TODAS LAS PARTIDAS	TODOS LOS PUNTOS	CONFORME A LA SITUACIÓN MUNDIAL OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19, SE CONSIDERA LA ASISTENCIA A INSTITUCIONES DE SERVICIOS DE SALUD COMO UN RIESGO DEBIDO A LA FALTA DE VACUNAS EN CIERTOS GRUPOS DE EDAD, PARA EVITAR EXPONER EL BIENESTAR Y SALVAGUARDAR LA SALUD DE LOS LICITANTES, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REALIZAR LA DEMOSTRACIÓN DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO K POR MEDIO DE UN VIDEO O VIDEO LLAMADA, AGRADECENDO A LA CONVOCANTE TENER COMO PRIORIDAD EL PROTEGER AL PERSONAL PARTICIPE. ¿SE ACEPTA?	SI SE REFIERE AL ANEXO L, DEBERÁ APEGARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
26	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 28	PUNTO 7.1	ENTENDEMOS QUE SE PUEDE OFERTAR UN MONITOR DE SIGNOS VITALES CON UNA CAPACIDAD DE DESPLIEGUE MAYOR EN EL NÚMERO DE CURVAS SIMULTÁNEAS, YA QUE ESTO LE DA UN VALOR AGREGADO AL EQUIPO SIN AFECTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, DE LO CONTRARIO SE LE OFERTA UN BIEN CON UN VALOR MAYOR AL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO DESPLIEGUE AL MENOS CUATRO CURVAS SIMULTÁNEAS.
27	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 64	PUNTO 6.1.1	ENTENDEMOS QUE SE PUEDE OFERTAR UN MONITOR DE SIGNOS VITALES CON UNA CAPACIDAD DE DESPLIEGUE MAYOR EN EL NÚMERO DE CURVAS SIMULTÁNEAS, YA QUE ESTO LE DA UN VALOR AGREGADO AL EQUIPO SIN AFECTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, DE LO CONTRARIO SE LE OFERTA UN BIEN CON UN VALOR MAYOR AL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SI SE REFIERE AL PUNTO 5 DE LA PARTIDA 67 MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL), PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO DESPLIEGUE AL MENOS OCHOCURVAS SIMULTÁNEAS.
28	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 66	PUNTO 7.1	ENTENDEMOS QUE SE PUEDE OFERTAR UN MONITOR DE SIGNOS VITALES CON UNA CAPACIDAD DE DESPLIEGUE MAYOR EN EL NÚMERO DE CURVAS SIMULTÁNEAS, YA QUE ESTO LE DA UN VALOR AGREGADO AL EQUIPO SIN AFECTAR LA PROPUESTA TÉCNICA, DE LO CONTRARIO SE LE OFERTA UN BIEN CON UN VALOR MAYOR AL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO DESPLIEGUE AL MENOS SEIS CURVAS SIMULTÁNEAS.
29	INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.		X			PARTIDA 28, 64, 66	TODOS LOS PUNTOS	DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE VIVEN A NIVEL MUNDIAL DEBEMOS ENTENDER QUE LOS BIENES A OFERTAR DEBEN DE TENER LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO YA SEA QUE POR UNA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y/O COMPRA DE ACCESORIOS EXTRA ESTOS PUEDAN LLEGAR A MEDIR OTRO TIPO DE PARÁMETRO DE SER NECESARIO, ESTO NO AFECTA LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE SI NO POR LO CONTRARIO SE LE OFERTA UN BIEN CON UN VALOR MAYOR AL SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	SI SE REFIERE A LAS PARTIDAS 28, 66 Y 67, PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
1	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	1	Dice: Ajuste de la curva de TGC por medio de tres controles. ¿Pregunta: Hoy en día, el contar con una buena calidad de imagen por Ultrasonido que permita realizar un buen diagnóstico por parte del área médica, es fundamental. Por lo que, solicitamos a la convocante, que los ajustes de la curva de TGC sean de al menos 8 controles independientes. ¿Se acepta nuestra propuesta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	3	Dice: Rango dinámico del sistema de mínimo 150dB. Pregunta: ¿Para que el área usuaria pueda tener a equipo que cumpla con sus exigencias del día a día, solicitamos, que el rango dinámico sea de al menos 256 db. ¿Se acepta nuestra propuesta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
3	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	5	Dice: Zoom en tiempo real (lectura) y con imágenes congeladas (escritura). Pregunta: Entendemos que el equipo, adicional al zoom solicitado, deberá desplegar una ventana de aumento de imagen que permita realizar mediciones mucho más precisas. ¿Es esto correcto?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	6	Dice: con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop de 200 cuadros o mayor. Pregunta: Solicitamos a la convocante que la memoria de imagen o cine loop sea de al menos 14,000 cuadros o mayor. ¿Se acepta nuestra propuesta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	7	Dice: Monitor a color de 6 pulgadas o mayor. Pregunta: Solicitamos a la convocante que el monitor sea de al menos 21 pulgadas o mayor. Ex con el fin de tener mayor visualización en las imágenes diagnósticas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	13	Dice: Con capacidad de desplegar guía de biopsia. Pregunta: Entendemos que el equipo deberá desplegar la guía de biopsia y, adicional, deberá tener realce de aguja con distintos niveles de realce. ¿Es esto correcto?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	17	Dice: Con un peso máximo de 5kg con batería. Pregunta: El equipo que ofertaremos cuenta con carro de transporte interconstruido. Adicional, las baterías estarían montadas sobre el carrito lo cual facilitaría un mejor transporte y una mayor maniobrabilidad. Por lo cual, solicitamos que este punto sea omitido, toda vez que no es un factor importante en el cuidado de la salud del paciente. ¿Se acepta nuestra petición?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 17 DEBE DECIR: "CON UN PESO MÁXIMO DE 9 KG CON BATERÍA". DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO: "CON UN PESO MÁXIMO DE 5KG CON BATERÍA".
8	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	20.2	Dice: Maletín o mochila para el transporte del equipo. Pregunta: El equipo que ofertaremos cuenta con carro de transporte interconstruido. Por lo tanto, no requiere de maletín o mochila de transporte. Dicho esto, solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, sin ser una limitante para los demás licitantes. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 20.2 DEBE DECIR: "MALETÍN O MOCHILA O CARRO DE TRANSPORTE, PARA EL TRANSPORTE DEL EQUIPO", DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO: "MALETÍN O MOCHILA PARA EL TRANSPORTE DEL EQUIPO".
9	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	20.3.	Dice: Una batería adicional para soporte. Pregunta: Solicitamos a la convocante que este punto se pueda cumplir ofertando una UPS con respaldo de energía de al menos 30 minutos, esto sin ser una limitante para los demás licitantes. ¿Se acepta nuestra propuesta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
10	Electrónica y Medicina, S.A.		X		Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	S/P	Dice: Ultrasonido portátil 19. Pregunta: Con el fin de que la convocante tenga mayores opciones de compra, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo de Ultrasonido con carro de transporte interconstruido. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 20.2 DEBE DECIR: "MALETÍN O MOCHILA O CARRO DE TRANSPORTE, PARA EL TRANSPORTE DEL EQUIPO", DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO: "MALETÍN O MOCHILA PARA EL TRANSPORTE DEL EQUIPO".
11	Electrónica y Medicina, S.A.	X			Ultrasonido portátil 19	GRUPO 22: PARTIDAS 34 Y 72	Punto 1.19 inciso f c7	Entendemos que la carga de responsabilidad de tecnovigilancia podrá ser expedida por el fabricante del bien indicándole el nombre del responsable de tecnovigilancia para el bien ofertado según la partida que corresponda. ¿Es correcto?	DEBERÁN PRESENTAR LA CARTA DE RESPONSABLE DE TECNOSIGUIENCIA EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MARCA OFERTADA EN MÉXICO.
1		BASES			TOODS			ENTENDEMOS QUE AL SER UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA SE PUEDEN OFERTAR BIENES CON ORIGEN INTERNACIONAL TALES COMO COREA DEL SUR Y CHINA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
2		II. Información específica de la Licitación c) Características de Muestras			MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19	28	Anexo J	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OMITIR LA MUESTRA DE LA PARTIDA 28, YA QUE ESTE ES UN EQUIPO DE FUNCIONES BÁSICAS. ¿SE ACEPTA?	Deberá apesarse a lo señalado en los incisos c) y d) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
3		II. Información específica de la Licitación c) Características de Muestras			MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19	28	Anexo J	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER RECOGER EL EQUIPO MUESTRA DESPUÉS DE SU EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE, ¿SE ACEPTA?	Deberá apesarse a lo señalado en los incisos c) y d) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
4		II. Información específica de la Licitación c) Características de Muestras			MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19	28	Anexo J	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO QUE SE USE EN ESTE PROCESO COMO MUESTRA EN CASO DE SER ADJUDICADOS EN ESTA PARTIDA SE PUEDA TOMAR EN CUENTA DE DICHA ADJUDICACIÓN COMO PARTE DE LOS BIENES A ENTREGAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
5		II. Información específica de la Licitación j) Lugar y tiempo de entrega			MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19	66 / 67	Anexo M	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR FAVOR NOS ACLARE CUÁL ES LA CANTIDAD CORRECTA A DE LOS BIENES EN LAS PARTIDAS 66 Y 67 YA QUE EN EL ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SON 3 MONITORES PARA LA PARTIDA 66 Y SON 2 MONITORES PARA LA PARTIDA 67. EN EL ANEXO M DISTRIBUCIÓN PARA ENTREGA SON 2 MONITORES DE LA PARTIDA 66 Y SON 3 MONITORES DE LA PARTIDA 67	COMO PARTE DEL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE HACE ENTREGA DEL ANEXO M BIS, DEJANDO SIN EFECTO EL ANEXO M.
6		II. Información específica de la Licitación j) Lugar y tiempo de entrega			TOODS			MENTIONAN "LAS PARTIDAS PARA LAS QUE SE REQUIEREN INSTALACIÓN Y/O PUESTA EN OPERACIÓN, ASÍ COMO CAPACITACIÓN. SE INDICAN CON UNA "X" EN EL ANEXO I, EN LAS COLUMNAS "INSTALACIÓN", "PUESTA EN OPERACIÓN" Y "CAPACITACIÓN". EN EL ANEXO J, ENTENDEMOS QUE PARA LOS EQUIPOS QUE ESTEN MARCADOS EN DICHAS COLUMNAS, ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EL MISMO DÍA. ESTO PARA CONSIDERARLO EN LOS COSTOS A CALCULAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	PODRÁ REALIZARLO EL MISMO DÍA, SIEMPRE Y CUANDO SE DEN LAS CONDICIONES PARA ASÍ LLEVARLO A CABO.
7		III. Presentación de Ofertas a) Presentación de ofertas de manera presencial.			TOODS		1.17	MANUALES, CATÁLOGOS U HOJAS TÉCNICAS O PLANOS Y EN GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ORIGINAL GENERADA POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS. ENTENDEMOS QUE PODRÍAMOS REFERENCIAR CON IMÁGENES EN LOS CATÁLOGOS O MANUALES DE FABRICANTE LAS ESPECIFICACIONES QUE NO SEA POSIBLE REFERENCIAR TEXTUALMENTE ¿SE ACEPTA?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8		III. Presentación de Ofertas a) Presentación de ofertas de manera presencial.			TODOS		1.17	MECIONAN "EN CASO DE QUE EN LOS MANUALES, CATÁLOGOS O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, NO HAYA REFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES QUE COMPONEN EL BIEN, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE E: "NO. DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES QUE COMPONEN EL BIEN OFERTADO" SOLICITADOS EN EL ANEXO." ENTENDEMOS QUE SI PRESENTAREMOS CARTA DE APOYO PARA LA LICITACIÓN CON RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, EL MISMO PODRÁ EMITIRNOS LA CARTA EN MENCIÓN YA QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y REPRESENTANTE DEL FABRICANTE EN MÉXICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	En caso de que en los manuales, catálogos o documentación técnica, no haya referencia de la totalidad de los números de identificación de las partes que componen el bien, deberá presentar carta del fabricante donde indique el "No. de identificación de las partes que componen el bien ofertado" solicitados en el Anexo I.
9		III. Presentación de Ofertas a) Presentación de ofertas de manera presencial.			TODOS		1.19, fcl	FCL MENCIONAN "SI EL LICITANTE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PODRÁ PRESENTAR CARTA SOLIDARIA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA RESPALDANDO AL LICITANTE, PRESENTANDO ADEMÁS CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE RESPALDANDO AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RELACIÓN COMERCIAL DEL DISTRIBUIDOR CON EL FABRICANTE" SOLICITAMOS QUE LA CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE RESPALDANDO AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O AUTORIZADO POR EL FABRICANTE LA PODRÁ PRESENTAR EN COPIA SIMPLE, EN EL ENTENDIDO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LA CARTA ORIGINAL Y QUE LA CARTA SOLIDARIA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O AUTORIZADO POR EL FABRICANTE RESPALDANDO AL LICITANTE SE ENTREGARÁ EN ORIGINAL EN LA PROPIUESTA ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
10		III. Presentación de Ofertas a) Presentación de ofertas de manera presencial.			TODOS		1.19, fcl	FCL MENCIONAN "CARTA ORIGINAL DE VIGENCIA DE TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE" SOLICITAMOS LA PODRÁMOS PRESENTAR EN COPIA SIMPLE, EN EL ENTENDIDO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LA CARTA ORIGINAL ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
11			ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		CARDIOTOCÓGRAFO V19	13 Y 56	2	SOLICITAN "2. TRANSDUCTOR CON AL MENOS 7 CRISTALES PARA LA DETECCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL (FHF), A PRUEBA DE AGUA" SOLICITAMOS PODER OFERTARLO COMO "2. TRANSDUCTOR DOPPLER, TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PARA LA MEDICIÓN DEL FHF (FHF8-A, PRUEBA DE AGUA), 9 ELEMENTOS ULTRASONICOS SE USAN EN EL ENSAMBLAJE DEL TRANSDUCTOR" YA QUE DE ACUERDO CON LA GUÍA TECNOLÓGICA NO.21: CARDIOTOCÓGRAFOS Y FOTODTECTORES DE SECRETARÍA DE SALUD DESCRIBE "CRISTALES PIEZOELECTRICOS: SON ELEMENTOS FÍSICOS QUE CONVIERTEN LA SEÑAL ELÉCTRICA EN ENERGÍA ULTRASONICA QUE ES TRANSMITIDA A LOS TEJIDOS" http://www.cenotec.salud.gob.mx/deicargas/biomedica/guias_tecnologicas/21g_cardiotocografo_fonodetector.pdf (pag. 32). ¿SE ACEPTA?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes siempre y cuando demuestre el cumplimiento de las demás características solicitadas en el punto.
12			ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		CARDIOTOCÓGRAFO V19	13 Y 56	5	SOLICITAN "5. PROCESADOR DE SEÑAL POR AUTOCORRELACIÓN PARA ELIMINAR SEÑAL MATERNA." SOLICITAMOS PODER OFERTARLO COMO "SISTEMA DE MONITOREO PRENATAL PARA MEDICIONES NO INVASIVAS Y VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE CONTRACCIONES ABDOMINALES MATERNAS Y EL RITMO CARDÍACO FETAL MEDIANTE LA VISUALIZACIÓN EN UNA PANTALLA GRÁFICA NO PERMANENTE Y EN UN REGISTRADOR DE CUADRO DE BANDA. ESTA INFORMACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA AYUDAR EN LA EVALUACIÓN DEL BIENESTAR DEL FETO DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EMBARAZO (PRUEBA SIN ESTRÉS)". ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
13			ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		CARDIOTOCÓGRAFO V20	14 Y 56	9	SOLICITAN "9. DESPLIEGUE GRÁFICO Y NÚMERO DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON REGISTRO DE LA DETECCIÓN FETAL EN FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA (ACTOGRAMA)." SOLICITAMOS PODER OFERTARLO COMO "9. DESPLIEGUE GRÁFICO Y NÚMERO DE LA ACTIVIDAD UTERINA (UC CONTRACCIÓN UTERINA), CON MARCADOR DE EVENTOS CLÍNICOS: CUANDO OCURRE UN EVENTO IMPORTANTE COMO EL MOVIMIENTO DEL FETO, SE UTILIZA EL MARCADOR DE EVENTOS: MARCA DE EVENTO: OPRIMA EL MARCADOR DE EVENTOS (PARA UNA MUJER EMBARAZADA) Y MARCA DE DETECCIÓN: MEDIANTE EL ALGORITMO Y AUTOMÁTICO." ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
14			ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN N DE LOS BIENES		CARDIOTOCOGRAFO V21	15 Y 56	14.3	SOLICITAN "14.3 CON RETARDO DE ALARMA O INTERVALO DE TIEMPO PARA ACTIVACIÓN DE ALARMAS." SOLICITAMOS PODER OFERTARLO COMO "BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO DE SONIDO DE ALARMA E ICONO DE SONIDO DE ALARMA: INDICA UN SONIDO DE ALARMA HABILITADO/DESABILITADO" ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 PARA ESTA PARTIDA DE LA PRESENTE LICITACIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
15			ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN N DE LOS BIENES		CARDIOTOCOGRAFO V22	15 Y 56	17	SOLICITAN "17. TECLA DE PUESTA EN CERO DEL TRANSDUCTOR DE LA ACTIVIDAD UTERINA (UA)." SOLICITAMOS PODER OFERTARLO COMO "BOTÓN DE REFERENCIA UC: RENICIA LA LÍNEA BASE UC EN EL MODO DE MONITOREO; EL CUADRO DE GRÁFICA DEL UC VISUALIZA LA INFORMACIÓN DE LA GRÁFICA DE CONTRACCIÓN UTERINA. LA ESCALA ES DE CERO A 100 EN UNIDADES RELATIVAS." ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
16			ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN N DE LOS BIENES		CARDIOTOCOGRAFO V23	17 Y 56	22	SOLICITAN "22. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V +/- 10% @ 60HZ CON CLAVIA POLARIZADA GRADO MÉDICO." SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR "22. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA: 100V A 240V @ 50- 60HZ CON CLAVIA CON TOMA A TIERRA DE TRES HANURAS, CUMPLE CON EN60601-1, EN60601-1-1, EN60601-1-2" ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 PARA ESTA PARTIDA DE LA PRESENTE LICITACIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
17			ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN N DE LOS BIENES		MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO (UNIVERSAL)	28	12	SOLICITAN "CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PODER OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, POR LO TANTO QUE ESTE CABLE SEA OPCIONAL INTERCONSTRUIDO, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON CABLE DE PODER PARA CARGAR LA BATERÍA DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
18			ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN N DE LOS BIENES		MONITOR SIGNOS VITALES INT UNI 19	66	8.5	SOLICITAN "TEMPERATURA (T1, T2 Y DELTA)" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR A MENOS LAS TEMPERATURAS T1 Y T2, TENIENDO COMO OPCIONAL "DELTA" ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
19			ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN N DE LOS BIENES		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	1	SOLICITAN "MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MÍNIMO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR "MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO." ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
20			ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN N DE LOS BIENES		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	5	Solicitan "DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS": ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A LOS PARÁMETROS RESPIRACIÓN (RESP), SATURACIÓN DE OXÍGENO ARTERIAL (SPO2), PRESIÓN SANGÜÍNEA INVASIVA O NO INVASIVA (IPP DE 2 O 4 CANALES, NIBP), GASTO CARDÍACO (CO), TEMPERATURA (TEMP DOBLE), CO2 ESPIRADO Y GAS ANESTÉSICO (GA). EL MONITOR ESTÁ EQUIPADO CON ALARMAS QUE INDICAN FALLAS DEL SISTEMA COMO ELECTRODOS SUELTOS O QUE NO FUNCIONAN, PARÁMETROS FISIOLÓGICOS QUE EXCEDIERON LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
21			ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN N DE LOS BIENES		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	5	SOLICITAN "DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AL MENOS 6 CURVAS SIMULTÁNEAS, ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
22			ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN N DE LOS BIENES		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	6.1.3	SOLICITAN "MONITOREO Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS (AL MENOS TRES CANALES SIMULTÁNEOS)." ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A QUE EL MONITOR REALIZA ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST EN LATIDOS DE MARCAPASOS NORMALES Y ARRITMICULARES Y CALCULA LAS ELEVACIONES Y DEPRESIONES DEL SEGMENTO ST. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
23			ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN N DE LOS BIENES		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	6.7.2	SOLICITAN "DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS: INSPIRADO Y ESPIRADO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR AL MENOS CON UNO DE ESTOS PUNTOS COMO "CO2 ESPIRADO" ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
24			ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	9	SOLICITAN "CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PODER OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, POR LO TANTO QUE ESTE CABLE SEA OPCIONAL (INTERCONSTRUIDO, SÍMPRE Y CUANDO CUENTE CON CABLE DE PODER PARA CARGAR LA BATERÍA DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
1	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	X			TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS	TODAS LAS PARTIDAS	Numeral III punto 1.19 FC3	Se solicita amablemente a la convocante que derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podrán ser verificadas por el área usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta técnica, como condición de firmar el contrato, se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
2	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	X			TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS	TODAS LAS PARTIDAS	Numeral III inciso i	Se solicita amablemente a la convocante y en virtud de que se atraviesa fin de año y muchas cosas comerciales no laboran en esas fechas que se amplíe el plazo a 60 días después del fallo de adjudicación, se acepta?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 9 DE MARZO DEL 2022, DEANDO SIN EFECTO LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO II (JUNTA Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
3	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	31.51.69	1	Dice: MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FILOS, COLOR GRIS O NEGRO. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, ACOLINADOS Y DESMONTABLES, COLOR NEGRO toda vez que no demerita su funcionalidad, además de no encarecer el bien, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	31.51.69	1.1	Dice: PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar PROTECCIONES LATERALES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, toda vez que no demerita su funcionalidad además de no encarecer el bien, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	31.51.69	2.1.	Dice: ESTRIBO DE ALUMINIO ACABADO PULIDO ESTRIADO. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar ESTRIBO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO ESTRIADO toda vez que no demerita su funcionalidad además de no encarecer el bien, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	31.51.69	5	Dice: MANERAL, ACABADO DE POLIUNILLO (PVC FLEXIBLE) COLOR GRIS Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MANERAL, ACABADO DE POLIUNILLO (PVC FLEXIBLE) COLOR NEGRO toda vez que no demerita su funcionalidad, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	31.51.69	8.4.	Dice: CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO. 9. SISTEMA PLEGABLE, PERFIL, TUBULAR. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar ARO IMPULSOR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, toda vez que no demerita su funcionalidad además de no encarecer el bien, ¿se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS	TODAS LAS PARTIDAS SEGUN ANEXO J	Numeral III punto 1.19 FC3 Punto 2	Se solicita amablemente a la convocante que derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, se permita presentar solicitud de PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO con fecha 2019 en virtud de que la COFEPRIS no ha dado respuesta, ¿se acepta?	EN CASO DE NO CONTAR CON REGISTRO SANITARIO, MODIFICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO O PRORROGA DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE PODRÁ PRESENTAR SOLICITUD DE PRORROGA DE REGISTRO SANITARIO CON FECHA DE EMISIÓN DEL AÑO 2020 Ó 2021.
9	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X			11 Y 52	9 Y 10	Se solicita amablemente a la convocante poder ofertar 2 frascos de 2 litros de vidrio de alto impacto, ¿se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
10	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	4.5.1.	Dice: DIÁMETRO AJUSTABLE DE 18 CM COMO MÍNIMO, es correcto en entender que este se logra con el empuje de movimiento del jalisco de arriba hacia abajo, es correcto?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
11	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	5.1.	Se solicita amablemente a la convocante y con la finalidad de no limitar la libre participación poder ofertar el indicador del porcentaje de carga de la batería en la base del equipo por medio de leds, se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
12	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	3.2	ABATIBLE 35° O MAYOR HACIA ARRIBA Y 35° O MAYOR HACIA ABAJO. PREGUNTA: SE ENTENDE QUE SE PODRÁ OFERTAR ABATIBLE DE 145°, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
13	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	4.3.	TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 4,200 A 6,000 °KELVIN. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 3,800 A 5,000 °KELVIN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
14	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	20	4.7.	INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 100,000 A 160,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 40,000 A 160,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE, ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
15	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED V19	21	4.3.	TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 4,200 A 6,000 °KELVIN. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 3,800 A 5,000 °KELVIN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripcion del bien	partida	punto	PREGUNTA	RESPUESTA
16	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE LED V19	21	4.7.	INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 100,000 A 160,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 40,000 A 160,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
17	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		REFRIGERADOR PARA VACUNAS 12 FT3	50	1	CAPACIDAD DE 12 FT3, +/- 1 PIE CUBICO, INCLUYENDO CONGELADOR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE 14 FT, INCLUYENDO CONGELADOR, YA QUE SE ESTA OFERTANDO CAPACIDAD SUPERIOR A LO SOLICITADO. ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
18	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		REFRIGERADOR PARA VACUNAS 12 FT3	50	9.1	RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A +25°C. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A +25°C O DE -35°C A +15°C ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA ESTA PARTIDA.
1	Biomedica de México S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	Grupo 9 Partidas 16 y 59	5.3.2	Se entiende que es necesario ofertar obligatoriamente un equipo con monitorización de ECG de 7 derivaciones ya que en el punto 5.10 solicitan cable de paciente de 5 puntas ¿es correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	Biomedica de México S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	Grupo 9 Partidas 16 y 59	5.5.2	Se solicita a la convocante aclarar si es posible incluir en la propuesta solamente un sensor de SpO2 reusable adulto de dedo, o bien si es necesario incluir también ya sea un sensor de dedo pediátrico y/o un sensor multisitio neonatal. Favor de aclarar la cantidad total de sensores que es obligatorio ofertar y su tamaño.	SE ACLARA QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ OFERTAR UN CABLE TRONCAL Y DOS SENSORES REUSABLES, UN SENSOR ADULTO/PEDIATRICO Y UN SENSOR NEONATAL, YA SEAN DE DEDO O MULTISITIO.
3	Biomedica de México S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	Grupo 9 Partidas 16 y 59	5.9.2	Debido a que el desfibrilador es un equipo de soporte de vida, se solicita a la convocante sea obligatorio ofertar un equipo pueda proporcionar al menos 3.5 horas de monitorización con por medio de la batería. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4	Biomedica de México S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	Grupo 9 Partidas 16 y 59	5.9.3	Se solicita a la convocante que sea obligatorio ofertar un equipo con tiempo de carga máximo de la batería de 4.5 horas para el 100%, de manera que no sea necesario esperar tiempos excesivos para contar con el equipo funcional y disponible para su uso. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	Biomedica de México S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	Grupo 9 Partidas 16 y 59	5.1.7	Se entiende que debe comprobarse en el manual del equipo que este puede ser utilizado para desfibrilación interna por medio de palas internas, pero que no es necesario ofertar estos accesorios en la propuesta. ¿Es correcto? En caso de que si sea obligatorio incluir palas internas en la propuesta técnica y económica, favor de indicar cuántos juegos de palas internas se solicitan y si las medidas son para pacientes adultos o pediátricos.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA CON LA CAPACIDAD DE DESFIBRILACION INTERNA (CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO) Y EXTERNA, POR LO QUE NO REQUIERE INCLUIR PALAS INTERNAS.
6	Biomedica de México S.A. de C.V.	X					1.18	Debido a los tiempos cortos de la licitación, se solicita a la convocante que la carta del fabricante referente a los "números de identificación de las partes que componen el bien" pueda ser entregada en copia simple, debiendo entregar la original en caso de resultar adjudicados. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
7	Biomedica de México S.A. de C.V.	X					1.19 (C)	Debido a los tiempos cortos de la licitación, se solicita a la convocante que la carta de apoyo del fabricante pueda ser entregada en copia simple, debiendo entregar la original en caso de resultar adjudicados. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
8	Biomedica de México S.A. de C.V.	X					1.19 (C)	Debido a los tiempos cortos de la licitación, se solicita a la convocante que la carta de "Declaración de capacidad instalada para servicio de mantenimiento" pueda ser entregada en copia simple, debiendo entregar la original en caso de resultar adjudicados. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
9	Biomedica de México S.A. de C.V.	X					1.19 (C)	Debido a los tiempos cortos de la licitación, se solicita a la convocante que la carta de "Vigencia de tecnología del fabricante" pueda ser entregada en copia simple, debiendo entregar la original en caso de resultar adjudicados. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
10	Biomedica de México S.A. de C.V.	X					1.19 (C)	Debido a los tiempos cortos de la licitación, se solicita a la convocante que la carta de "Responsable de tecnología" pueda ser entregada en copia simple, debiendo entregar la original en caso de resultar adjudicados. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
11	Biomedica de México S.A. de C.V.			X			i)	Se solicita a la convocante indicar si es posible indicar el la propuesta un tiempo de entrega menor al solicitado por la convocante y si esto puede ser considerado durante la evaluación de las propuestas más convenientes para la convocante.	TODAS LAS PROPUESITAS SE EVALUARÁN EN IGUALDAD DE CONDICIONES, CONFORME A LOS TERMINOS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
1	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		CRANEOTOMO ELÉCTRICO	75	3.1.3.	DICE LARGO PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR LA LUNGITU DE 17 CM. LA MEDIDA PUEDE UTILIZARSE PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		CRANEOTOMO ELÉCTRICO	75	3.2.	DICE: ADITAMENTO ANGULADO. PREGUNTA: DEBIDO A LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPO QUE OFERTAMOS, NO ES NECESARIO LOS ADITAMIENTOS ANGULADOS, YA QUE, COMBINA LAS VENTAJAS DE LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD RECTA Y ANGULADA, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE AMBOS GRUPOS DE USUARIOS, PERMITIENDO AL DOCTOR REALIZAR EL PROCEDIMIENTO SIN PERDER VISIBILIDAD DEL AREA DE TRABAJO, POR LO ANTES EXPUESTO, SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR 3 PIEZAS DE MANO RECTAS DE DISTINTAS MEDIDAS EN LOS PUNTOS: 3.1.1., 3.1.2. Y 3.1.3. CON LA FINALIDAD DE TENER LONGITUDES DIFERENTES Y DE ESTA MANERA TENER MAYOR NUMERO DE OPCIONES PARA LOS PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA?	PEGAERSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
3	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		CRANEOTOMO ELÉCTRICO	75	4.1.1.	DICE: (1) 11 MM O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR MEDIDA DE 10 MM. LA MEDIDA CUMPLE CON LAS NECESIDADES PARA LOS PROCEDIMIENTOS PEDIÁTRICOS DE CRANEOTOMIA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		CRANEOTOMO ELÉCTRICO	75	4.1.3.	DICE: (1) 25 MM O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR MEDIDA DE 20 MM. LA MEDIDA CUMPLE CON LAS NECESIDADES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CRANEOTOMIA. ¿SE ACEPTA?	PEGAERSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
5	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		CRANEOTOMO ELÉCTRICO	75	4.4.1.	DICE: CON CONTROLES DE APAGADO/ENCENDIDO, SELECCIÓN DE PIEZA DE MANO, AJUSTE DE VELOCIDAD. SELECCIÓN DE MODO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE HACE REFERENCIA QUE LOS CONTROLES DE APAGADO Y ENCENDIDO, SELECCIÓN DE PIEZA DE MANO, AJUSTE DE VELOCIDAD Y SELECCIÓN DE MODO, SON COMANDADOS DESDE LA CONSOLA DE MANDO ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTAR LOS CONTROLES DE APAGADO/ENCENDIDO, SELECCIÓN DE PIEZA DE MANO, AJUSTE DE VELOCIDAD, SELECCIÓN DE MODO EN EL PEDAL ERGONOMICO Y/O EN LA CONSOLA DE MANDO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		CRANEOTOMO ELÉCTRICO	75	4.4.1.	EN CASO DE QUE EN LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR SE REFERIA AL PEDAL DICE: CON CONTROLES DE APAGADO/ENCENDIDO, SELECCIÓN DE PIEZA DE MANO, AJUSTE DE VELOCIDAD, SELECCIÓN DE MODO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR: MANDO PEDAL QUE PERMITE AL USUARIO ACTIVAR EL MOTOR DEL ELEMENTO DE APLICACIÓN Y SELECCIONAR EL SENTIDO DE GIRO, ACTIVAR - DESACTIVAR LA BOMBA DE LÍQUIDO REFRIGERANTE Y DE IRRIGACIÓN. EL PEDAL SIRVE PARA ESTABLECER LA VELOCIDAD NOMINAL DE LA UNIDAD DE CONTROL. DEPENDIENDO DEL CURSO DEL ACCIONAMIENTO, LA VELOCIDAD DEL MOTOR SE PUEDE REGULAR PROGRESIVAMENTE DE 0 HASTA LA VELOCIDAD MÁXIMA CONFIGURADA. ¿SE ACEPTA?	PREGUNTA CONTESTADA EN LA RESPUESTA ANTERIOR
7	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL SUTURA	3 y 10	2	DICE: PORTA AGUJA MAYO HEGAR. RECTO. SIN RANURA CENTRAL. ESTRÍAS TRANSVERSALES. LONGITUD: 18 CM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA PORTA AGUJA MAYO HEGAR. RECTO. SIN RANURA CENTRAL. ESTRÍAS TRANSVERSALES. LONGITUD 19 CM. LA MEDIDA PROPUESTA CUMPLE LA FUNCIONALIDAD PARA ESTE SET. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL SUTURA	3 y 10	4	DICE: VASO METÁLICO GRADUADO: 30 ML. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR VASO METÁLICO GRADUADO: 50 ML. EN EL VASO OFERTADO ESTA INCLUIDA LA GRADUACIÓN DE 30 ML. SOLICITADA POR LA CONVOCANTE Y CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EN EL SET DE SUTURA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
9	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL SUTURA	3 y 10	6	DICE: CHAROLA RECTANGULAR. CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR CESTA RECTANGULAR. CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE, DIMENSIONES: 24.3 X 25.3 X 7.6 CM. ESTAS MEDIDAS Y DIMENSIONES SON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE NUESTRA MARCA Y EN LA CESTA PUEDE CONTENER TODO EL INSTRUMENTAL DE SUTURA SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
10	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL SUTURA	3 y 10	7	DICE: CONTENEDOR. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR CONTENEDOR CON MEDIDAS Y DIMENSIONES PROPIAS DE NUESTRA MARCA QUE, JUNTO CON LA CESTA MENCIONADA EN LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTABRÍA TODO EL INSTRUMENTAL DEL SET SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
11	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL CESAREA	5	2	DICE: CANULA YANKAWEIR. CON BOTON DESATORNILLABLE. 22.8 CM DE LONGITUD. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR: CANULA YANKAWEIR. CON BOTON DESATORNILLABLE, 28.5 CM DE LONGITUD. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
12	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL CURACION	6	9	DICE: PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR. RECTO CON RANURA CENTRAL. LONGITUD DE 160 MM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR: PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR. RECTO CON RANURA CENTRAL. LONGITUD DE 150 MM. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
13	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL CURACION	6	9	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR NO SEA FAVORABLE, DICE: PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 180 MM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA PERMITA OFERTAR: PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 175 MM. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
14	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL LEGRADO	7	5	DICE: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, ROMA, ANCHO DE 7 A 7.5 MM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA NOS PERMITA OFERTAR: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, RIGIDA, ROMA, ANCHO DE 7 A 7.5 MM. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
15	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL LEGRADO	7	5	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR NO SEA FAVORABLE, DICE: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, ROMA, ANCHO DE 7 A 7.5 MM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA NOS PERMITA OFERTAR: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, CORTANTE, ANCHO DE 7 A 7.5 MM. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
16	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL LEGRADO	7	5	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR NO SEA FAVORABLE, DICE: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, ROMA, ANCHO DE 7 A 7.5 MM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA NOS PERMITA OFERTAR: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, RIGIDA, ROMA, ANCHO DE 7 A 7.5 MM. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
17	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL LEGRADO	7	6	DICE: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, ROMA, ANCHO DE 8 A 8.5 MM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA NOS PERMITA OFERTAR: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, CORTANTE, ANCHO DE 8 A 8.5 MM. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
18	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL LEGRADO	7	6	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR NO SEA FAVORABLE, DICE: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, ROMA, ANCHO DE 8 A 8.5 MM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA NOS PERMITA OFERTAR: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, RIGIDA, CORTANTE, ANCHO DE 8 A 8.5 MM. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
19	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL LEGRADO	7	6	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR NO SEA FAVORABLE, DICE: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, ROMA, ANCHO DE 8 A 8.5 MM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA NOS PERMITA OFERTAR: CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, RIGIDA, ROMA, ANCHO DE 8 A 8.5 MM. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
20	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL LEGRADO	7	10	DICE: PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA NOS PERMITA OFERTAR: PINZA BOZEMANN-DOUGLAS, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
21	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL LEGRADO	7	10	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR NO SEA FAVORABLE, DICE: PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA NOS PERMITA OFERTAR: PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. LA CLAVE OFERTADA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	PREGUNTA RESPONDIDA EN LA PREGUNTA ANTERIOR
22	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL LEGRADO	7	13	DICE: PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA NOS PERMITA OFERTAR: PINZA POZZI, LONGITUD 25.5 CM. LA MEDIDA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
23	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		SET INSTRUMENTAL PARTO	8	8	DICE: PORTA AGUA MANO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ADECUADA NOS PERMITA OFERTAR: PORTA AGUA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 19 CM. LA MEDIDA CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL SET ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
24	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.	XX			TODAS LAS PARTIDAS			DICE: Los bienes deberán ser entregados libre a bordo en ploy y en su caso armado, instalado y puesto en operación en las unidades médicas señaladas en el Anexo IV (Matriz de distribución) a más tardar el día 24 de Enero de 2022. PREGUNTA: Debido a que los equipos que ofertamos son de procedencia extranjera y previniendo un retraso en la importación, solicito a la convocante de la manera más adecuada, se amplíe el tiempo de entrega a 70 días naturales posteriores al fallo ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 9 DE MARZO DEL 2022, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO II) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
1	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	X			VENTILADOR ADULT PEDIATRICO NEONATAL V19	73		En caso de no contar con equipo para muestra, solicitamos a la convocante se permita entregar un equipo totalmente nuevo para la evaluación, y en caso de resultar adjudicado, este equipo sea retirado para entregar al destino final. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a lo solicitado en los incisos c) y d) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	X			VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	Bases Inicio d), evaluación de muestras	Entendemos que el tanque de oxígeno, fluorómetro y demás aditamentos, que no son propios del equipo y no están solicitados en la ficha técnica, pero son necesarios para esta evaluación, si pueden ser introducidos en la correspondiente a la misma. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	X			VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	Bases Inicio d) Registro de Propuestas	Entendemos que es decisión del proveedor el medio que utiliza para enviar la propuesta, sea electrónica o presencial. ¿Es correcto lo anterior?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	X			VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	Bases, III, Punto 1, Punto 1.17	Solo en caso de utilizar los manuales de usuario y/o de servicio deberán de agregarse completos en la memoria USB que solicitan. ¿Es esto correcto?	En caso de ofertar equipo médico especializado, deberán de incluir en su proposición técnica los manuales de operación y/o servicios completos en formato digital (USB o CD).
5	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	2.1.1	Solicitamos a la convocante que este límite inferior sea de 2 ml, ya que es para uso neonatal. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	2.2.2	Solicitamos a la convocante que este límite de este control sea mínimo de 140 o mayor, ya que garantiza una mayor capacidad de entrega de flujo en caso de ser necesario. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	3.5	Creemos que es un error que diga por volumen o presión, los equipos a proponer deberán contar con respaldo en caso de apnea por volumen y presión, para que a libre elección por el usuario determine cual usar. ¿Es esto correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	3.5	Requieren que el respaldo de APNEA solicitado en este punto, además de volumen o presión, ¿sea también en PNVCT? Ya que este último es un modo utilizado con mayor frecuencia.	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
9	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	4.11	Entendemos que este indicador deberá mostrarse en la pantalla del ventilador solicitada en el punto 1. ¿Es correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
10	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	4.12	Entendemos que este indicador deberá mostrarse en la pantalla del ventilador solicitada en el punto 1. ¿Es correcto?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
11	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	6.2	Solicitamos a la convocante que solo se oferten equipos con monitoreo de FIO2 interno. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
12	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.5	Solicitan circuito de paciente adulto reusable. Debido a que los circuitos reusable contribuyen al aumento de la tasa de las neumonías intrahospitalarias asociadas a la ventilación mecánica, solicitamos que, en lugar de dos circuitos reusable, se entreguen 10 circuitos desechables adulto-pediátrico. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.5. DEBE DECIR "10) CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO DESCHABLES, LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)". DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "7.5. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
13	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.6	Solicitan circuito de paciente pediátrico reusable. Debido a que el fabricante de circuitos al que representamos no cuenta en su catálogo de productos con circuito pediátrico, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita sustituir este punto con 10 circuitos desechables: 5 adulto-pediátrico y 5 neonatal-pediátrico. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.6. DEBE DECIR "10) CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO DESCHABLES, LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)". DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "7.6. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
14	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.6	En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante nos permita ofertar 10 circuitos de paciente desechables pediátrico. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.6. DEBE DECIR "10) CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO DESCHABLES, LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)". DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "7.6. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
15	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.7	Solicitan circuito de paciente neonatal reusable. Debido a que los circuitos reusable contribuyen al aumento de la tasa de las neumonías intrahospitalarias asociadas a la ventilación mecánica, solicitamos que, en lugar de dos circuitos reusable, se entreguen 10 circuitos desechables neonatal. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.7. DEBE DECIR "10) CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL DESCHABLES, LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)". DEJANDO SIN EFECTO "7.7. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
16	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.8.2	Solicitan mascarillas pediátricas. Debido a que en el mercado no se encuentran mascarillas pediátricas, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar 15 mascarillas desechables de tamaño chica de paciente adulto. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
17	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.13	Solicitamos a la convocante que los equipos a ofertar deben contar con fuente de autoalimentación de aire interno al cuerpo del ventilador. ¿se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
18	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.14	Para tener un mayor respaldo en caso de requerirse, solicitamos a la convocante que el respaldo mínimo de la batería sea por un lapso de 3 hrs como mínimo. ¿se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
19	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.14	Entendemos que la batería debe mantener funcionando el ventilador con su pantalla y la fuente de suministro de aire, solicitada en el punto 7.13, por el tiempo que solicitan de duración de la batería. ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APELACIÓN
20	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	8.2	Solicitamos a la convocante para evitar infecciones nosocomiales por un descuido en el proceso de esterilización, que solo se entreguen los filtros del punto 8.3 y este punto se omita. ¿se acepta?	SE ACLARA SE DEJA SIN EFECTO EL PUNTO "8.2 (3) FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)". PARA ESTA PARTIDA.
21	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	8.2	En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos nos permitan ofertar filtros reusables universales. ¿se acepta?	SE ACLARA SE DEJA SIN EFECTO EL PUNTO "8.2 (3) FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)". PARA ESTA PARTIDA.
22	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	8.3	Solicitamos a la convocante se entregue un filtro de bacterias desechable por cada circuito desechable entregado. ¿se acepta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 8.3 DEBE DECIR "1) FILTRO DE BACTERIAS DESCHABLE POR CADA CIRCUITO ENTREGADO" DEJANDO SIN EFECTO "8.3 (3) FILTROS DE BACTERIAS DESCHABLES, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)". ADEMÁS PODRÁ OFERTARLO DE
1	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V	X						PREGUNTA: DERIVADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL POR COVID 19, AL OFERTAR EQUIPO DE IMPORTACIÓN, LA LLEGADA DE ESTOS EQUIPOS A MÉXICO SE VE RETRASADA, POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA QUE LOS BIENES DE INVERSIÓN ADJUDICADOS SEAN ENTREGADOS A MÁS TARDAR 90 DÍAS DESPUÉS DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 9 DE MARZO DEL 2022, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO (J) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
2	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		X		LAMPARA DE EXAMINACIÓN LED	PARTIDAS 19, 43 Y 63		PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES COMO MÍNIMO O MAYOR A UNA DISTANCIA ENTRE 40 Y 60 CM. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
3	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		X		LAMPARA DE EXAMINACIÓN LED	PARTIDAS 19, 43 Y 63		PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EL OFERTAR TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL LED DE 30,000 COMO MÍNIMO O MAYOR NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO. FAVOR DE CONFIRMAR.	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
4	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		X		LAMPARA DE EXAMINACIÓN LED	PARTIDAS 19, 43 Y 63		PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN FIJO O VARIABLE DENTRO DEL RANGO DE 4 A 25 CM. UNA DISTANCIA DE 40 CM. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		X		LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE LED V19	21		PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EL SIGNIFICADO DE V19 ADJUNTADO EN EL NOMBRE DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN, FAVOR DE ACLARAR.	SE REFIERE A NOMENCLATURA INTERNA DEL BIEN.
6	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		X		LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE LED V19	21		PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 3800 A 5600°K, DADO QUE ESTE RANGO CORRESPONDE A LA LUZ NATURAL DEL SOL A MEDIO DÍA, LO QUE BRINDA UN CONTRASTE EXCELENTE, TONOS ROJOS NATURALES Y EVITA DISTORSIONES ÓPTICAS. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		X		LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE LED V19	21		PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 600 W/M2 O MENOR. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35		PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI EN ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESIÓN PARA DOS CILINDROS, UNO DE O2 Y OTRO DE N2O RESPECTIVAMENTE. ¿ES CORRECTO?	Se aclara que el punto 1.4, debe decir "Un yugo para el tanque de oxígeno", dejando sin efecto el texto "1.4. UN YUGO POR CADA CILINDRO DE O2".
9	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35		PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI EN ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESIÓN PARA DOS CILINDROS, UNO DE O2 Y OTRO DE N2O RESPECTIVAMENTE. ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
10	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35		PREGUNTA: DADO QUE EN EL PUNTO 3.1.3. SE HACE REFERENCIA A QUE LOS FLUJÓMETROS PUEDEN SER ELECTRÓNICOS O NEUMÁTICOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE SE DEBEN OFERTAR FLUJÓMETROS CON DESPLIEGUE ELECTRÓNICO O NEUMÁTICO PARA O2 Y AIRE. ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
11	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35		PREGUNTA: DADO QUE EN EL PUNTO 3.1.3. SE HACE REFERENCIA A QUE LOS FLUJÓMETROS PUEDEN SER ELECTRÓNICOS O NEUMÁTICOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE SE DEBEN OFERTAR FLUJÓMETROS CON DESPLIEGUE ELECTRÓNICO O NEUMÁTICO PARA O2 Y AIRE. ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
12	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	PUNTO 6.1.1. DESPLIEGUE SIMULTANEO DE AL MENOS 2 CURVAS, A ELEGIR ENTRE 12 DERIVACIONES.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ECG, QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. ¿SE ACEPTA?	AFEGRASE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
13	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	PUNTO 6.1.2. FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES.	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EL OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 7 DERIVACIONES COMO MÍNIMO, NO SEÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO CONTEMPLANDO QUE EL USO DE V- PARA LAS DERIVACIONES PRECORDIALES SON SUFICIENTES PARA LA MONITORIZACIÓN DE ECG DE UN PACIENTE. CONSIDERANDO QUE EN LOS HOSPITALES SE CUENTA CON EQUIPOS ESPECÍFICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ECG QUE PERMITEN AL USUARIO TENER 12 DERIVACIONES DISPONIBLES PARA MONITORIZAR. ¿SE CORRECTO?	AFEGRASE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
14	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	PUNTO 19. CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA.	PREGUNTA: SE DEBE ENTENDER QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO MEDIANTE CONEXIÓN ALÁMBRICA O INALÁMBRICA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
15	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL)	67	PUNTO 22.5. (1) CABLE TRONCAL Y (2) CABLES DE PACIENTE PARA ICG DE 10 PUNTAS PARA EL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE LAS 12 DERIVACIONES PARA CALIDAD DIAGNÓSTICA, TIPO PINZA (CLIP).	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 1 CABLE DE AL MENOS 5 PUNTAS CON EL CUAL SE REALIZA LA MONITORIZACIÓN DEL ECG ADECUADA PARA LOS PACIENTES ADULTO-PEDIÁTRICO. ¿SE ACEPTA?	AFEGRASE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
16	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.5. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE).	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITOS DE PACIENTE DESECHABLES, ESTO DE CARA A LA PANDEMIA DE COVID-19 QUE SE VIVE EN EL PAÍS Y PARA EVITAR INFECCIONES CRUZADAS O CONTAMINACIÓN DE EQUIPOS O PERSONAL MÉDICO.	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.5. DEBE DECIR "10" CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO DESECHABLES, LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
17	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.5. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE).	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO-PEDIÁTRICO, YA QUE EL EQUIPO OFERTADO TIENE LA POSIBILIDAD DE VENTILAR PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS CON EL MISMO TAMAÑO DE VÁLVULA Y CIRCUITO, PUES AL HACER LA COMPROBACIÓN DEL CIRCUITO ESTE MIDE LA COMPLIANCE, RESISTENCIA Y DEMÁS PARÁMETROS QUE PERMITEN DAR UNA VENTILACIÓN ÓPTIMA PARA LOS DOS TIPOS DE PACIENTE. SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO.
18	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.6. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLES LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE).	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITOS DE PACIENTE DESECHABLES, ESTO DE CARA A LA PANDEMIA DE COVID-19 QUE SE VIVE EN EL PAÍS Y PARA EVITAR INFECCIONES CRUZADAS O CONTAMINACIÓN DE EQUIPOS O PERSONAL MÉDICO.	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.6. DEBE DECIR "10" CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO DESECHABLES, LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
19	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.6. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLES LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE).	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO-PEDIÁTRICO, YA QUE EL EQUIPO OFERTADO TIENE LA POSIBILIDAD DE VENTILAR PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS CON EL MISMO TAMAÑO DE VÁLVULA Y CIRCUITO, PUES AL HACER LA COMPROBACIÓN DEL CIRCUITO ESTE MIDE LA COMPLIANCE, RESISTENCIA Y DEMÁS PARÁMETROS QUE PERMITEN DAR UNA VENTILACIÓN ÓPTIMA PARA LOS DOS TIPOS DE PACIENTE. SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
20	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.7. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE).	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITOS DE PACIENTE DESECHABLES, ESTO DE CARA A LA PANDEMIA DE COVID-19 QUE SE VIVE EN EL PAÍS Y PARA EVITAR INFECCIONES CRUZADAS O CONTAMINACIÓN DE EQUIPOS O PERSONAL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.7. DEBE DECIR "10) CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL DESECHABLES, LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)". DEJANDO SIN EFECTO "7.7. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
21	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.8.3 PARA PACIENTE NEONATAL TAMAÑOS: GRANDE, MEDIANO Y CHICO. 5 DE CADA TAMAÑO, CON ARNES O SUJETADOR.	ENTENDEMOS QUE PODRÍAMOS OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA Y/O NUMERACIÓN DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTARLO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
22	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.8.3 PARA PACIENTE NEONATAL TAMAÑOS: GRANDE, MEDIANO Y CHICO. 5 DE CADA TAMAÑO, CON ARNES O SUJETADOR.	ENTENDEMOS QUE PODRÍAMOS OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA Y/O NUMERACIÓN DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTARLO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
23	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	7.10. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES NEONATALES O DIEZ DESECHABLES	ENTENDEMOS QUE PODRÍAMOS OFERTAR DIEZ CÁMARAS NEONATALES DESECHABLES INCLUIDAS CON LOS CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATALES DESECHABLES, ¿ES CORRECTO?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
24	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	8.2 (3) FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL).	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FILTROS DE BACTERIAS DESECHABLES, ESTO DE CARA A LA PANDEMIA DE COVID-19 QUE SE VIVE EN EL PAÍS Y PARA EVITAR INFECCIONES CRUZADAS O CONTAMINACIÓN DE EQUIPOS O PERSONAL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA SE DEJA SIN EFECTO EL PUNTO "8.2 (3) FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)". PARA ESTA PARTIDA.
25	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	8.2 (3) FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL).	ENTENDEMOS QUE PODRÍAMOS OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA DESECHABLE, Y DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA Y/O NUMERACIÓN DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA SE DEJA SIN EFECTO EL PUNTO "8.2 (3) FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)". PARA ESTA PARTIDA.
26	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V		x		VENTILADOR ADULT PEDIÁTRICO NEONATAL V19	73	8.3 (3) FILTROS DE BACTERIAS DESECHABLES, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL).	ENTENDEMOS QUE SE CONSIDERAN ADITAMENTOS LAS REGLAS, FLEXÓMETROS O CINTAS DE MEDIR, SIMULADORES DE PACIENTE, FLUJÓMETROS, REGULADORES DE ALTA PRESIÓN, TANQUES DE OXÍGENO PORTÁTILES TIPO E Y PULMONES DE PRUEBA, TODO ESTO NECESARIO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS, POR LO QUE NO SEÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LLEVAR ESTOS ADITAMENTOS EL DÍA ASIGNADO A MI REPRESENTADA PARA REALIZAR LA MUESTRA FÍSICA DEL EQUIPO. ES CORRECTO?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 8.3 DEBE DECIR "1) FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE POR CADA CIRCUITO ENTREGADO" DEJANDO SIN EFECTO "8.3 (3) FILTROS DE BACTERIAS DESECHABLES, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL)". ADEMÁS PODRÁ OFERTARLO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
27	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V	x				TODAS	SECCIÓN D) EVALUACIÓN DE MUESTRAS, PUNTO 3.	SE CONSIDERA QUE LOS EQUIPOS ESTÁN ARMADOS Y FUNCIONALMENTE OPERABLES SI EL EQUIPO SÓLO NECESITA CONECTARSE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA PARA INICIAR Y NO ES NECESARIO MONTAR PANTALLAS, COMPRESORES, U OTROS ADITAMENTOS ESTRUCTURALES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
28	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V	x				TODAS	SECCIÓN D) EVALUACIÓN DE MUESTRAS, PUNTO 5.	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita recolección de muestras en caso de no adjudicación el día siguiente habiéndose notificado del fallo. ¿Se Acepta?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
1	IMAGYMED, S.A. DE C.V.	x			Monitores de Signos Vitales	28	II. Información específica de los bienes, inciso c) Características de las Muestras	Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita para equipo especializado imprimir y presentar solo las hojas de manuales que ocupamos para referenciar, esto debido que algunos manuales cuentan con más 500 hojas y además se van a anear un USB de estos completos. ¿Se Acepta?	Deberá apegarse a lo solicitado en los incisos c) y d) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
2	IMAGYMED, S.A. DE C.V.		x		Monitores SV, Cardiografos, Ultrasonografio Portatil y Carro rojo	13, 16, 28, 34, 35, 56, 59, 67	III. Requisitos proposiciones Punto 1.17 Manuales, Catálogos..	Entendemos que podemos presentar carta solidaria original de la filial en México del fabricante, Es correcta nuestra apreciación?	PODRÁN PRESENTARLO DE ESTA MANERA.
3	IMAGYMED, S.A. DE C.V.		x		Monitores SV, Cardiografos, Ultrasonografio Portatil y Carro rojo	13, 16, 28, 34, 35, 56, 59, 67	III. Requisitos proposiciones Punto 1.19 FC1 Carta solidaria del Fabricante		Podrán presentarlo, siempre y cuando demuestre documentalmente la relación entre fabricante y filial.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
4	IMAGMED, S.A. DE C.V.		X		Cardiotelegrafista	13, 56	3.	Entendemos que el equipo debe de contar con un algoritmo de autocorrelación para determinar la frecuencia cardíaca fetal (FCF). Es esto correcto?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes siempre y cuando demuestre el cumplimiento de las demás características solicitadas en el punto.
5	IMAGMED, S.A. DE C.V.		X		Cardiotelegrafista	13, 56	16.	Debido a que la estimulación acústica fetal utiliza un dispositivo electrónico manual que se coloca justo encima del abdomen de la madre, y habiendo una serie de estimuladores que frecuentemente los fabricantes de Cardiotelegrafistas no lo manejan, entendemos que este estimulador acústico puede ser independiente del fabricante del cardiotelegrafista y ponerle cualquier marca y así no limitar la libre participación en este proceso licitatorio. Es esto correcto?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 16 DEBE DECIR "CAPACIDAD PARA CONECTAR ESTIMULADOR ACÚSTICO FETAL", DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "36. CAPACIDAD PARA CONECTAR ESTIMULADOR ACÚSTICO FETAL DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO"
6	IMAGMED, S.A. DE C.V.		X		Cardiotelegrafista	13, 56	17.	Debemos entender que el equipo se pueda calibrar a la línea basal de acuerdo al valor que maneje cada tecnología ¿Es correcto?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN EL PUNTO
7	IMAGMED, S.A. DE C.V.		X		Ultrasonido portátil 19			Punto 15 Dice: "... CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG O BMP Y AVI. Solicitamos amablemente se permita hacer referencia este punto como: Capacidad de exportar datos como archivos compatibles con: PC 6. DICOM. Lo cual asegurará la compatibilidad de visualización en cualquier equipo de computo, además DICOM. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	IMAGMED, S.A. DE C.V.		X		Ultrasonido portátil 19			Punto 17.- Dice: CON UN PESO MÁXIMO DE 5KG CON BATERÍA. Solicitamos nos permita ofertar un equipo con peso de 7.3 Kg incluida la batería ya que este tiene una pantalla de 15.4" que es mayor a la solicitada en el punto número 7 por permitir tener un área de visualización mucho mayor que la solicitada evitando la fatiga visual.	SE ACLARA QUE EL PUNTO 17 DEBE DECIR: "CON UN PESO MÁXIMO DE 9 KG CON BATERÍA", DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO: "CON UN PESO MÁXIMO DE 5KG CON BATERÍA".
9	IMAGMED, S.A. DE C.V.		X		Ultrasonido portátil 19			Punto 18 Dice: SOPORTE DE ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS INTEGRADAS AL EQUIPO DE GEMIN (1 HORA) O MAYOR. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo con batería integrada y autonomía de 45 minutos de uso continuo sin adaptador de CA. Lo cual permite realizar cualquier estudio y es suficiente para que el equipo regrese a su estación de carga. ¿Se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
10	IMAGMED, S.A. DE C.V.		X		Ultrasonido portátil 19			20.1.2.-CONVEXO O CURVILÍNEO CON EL RANGO DE 2MHZ O MENOR A 5MHZ O MAYOR COMO MÍNIMO, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS. Considerando que el ofertar características superiores a las solicitadas no es motivo de descalificación solicitamos a la convocante nos permita ofertar transductor convexo con rango de: 1 Mhz a 5 Mhz el cual da un beneficio superior al solicitado para la realización de estudio abdominal en pacientes técnicamente difíciles o con tejido graso abundante es correcto nuestra apreciación.	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
1	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Vista e instalaciones	21 y 22 del Anexo I	Numeral I. Inciso a)	Se solicita de la manera más atenta se amplíe el tiempo de visita a instalaciones hasta un día previo a la apertura de propuestas. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a lo señalado en el inciso a) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
2	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Características de muestras	Todas	Numeral II. Inciso c)	Debido a que no todos los licitantes contamos con stock de equipos requeridos, solicitamos de la manera más atenta se nos permita presentar muestra física o video para la demostración de la características del bien a ofertar. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a lo solicitado en los incisos c) y d) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
3	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Características de muestras	Todas	Numeral II. Inciso d)	Se solicita de la manera más atenta para aquellos accesorios o consumibles que no se tengan en existencia se pueda demostrar con fotografías, catálogos o manuales del fabricante. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a lo solicitado en los incisos c) y d) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
4	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Evaluación de muestras	Todas	Numeral II. Inciso d)	Se solicita de la manera más atenta se nos permita ofertar tolerancias de +/- 10% ¿Se acepta?	Deberá apegarse a lo señalado en el inciso d) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
5	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Registro de Propuestas	Todas	Numeral II. Inciso e)	En caso de presentar nuestra propuesta en el portal de e-compras se entiende que todos los documentos originales no serán requeridos. ¿Es correcto?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Lugar y tiempo de entrega	Todas	Numeral II. Inciso f)	Debido a que en el mes de diciembre las fabricas usualmente paran su producción por periodo vacacional, se solicita de la manera más atenta se amplíe el plazo de entrega 15 días naturales posterior a la fecha indicada. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 9 DE MARZO DEL 2022, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO I) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
8	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Original de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	Todas	Numeral III Inciso a y b	Debido a que las opiniones son presentadas en forma electrónica con cadena digital y código QR para verificación entendemos que se podrá presentar como original dicho documento impreso. ¿Se acepta?	Es correcta su apreciación.
9	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Opinión del Cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social	Todas	Numeral III Inciso a y b	Debido a que las opiniones son presentadas en forma electrónica con cadena digital y código QR para verificación entendemos que se podrá presentar como original dicho documento impreso. ¿Se acepta?	Es correcta su apreciación.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CABÁRTER ADMINISTRATIVA	CABÁRTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
10	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales (INFONAVIT) y entero de descuentos	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.7	Debido a que las opiniones son presentadas en forma electrónica con cadena digital y código QR para verificación entendemos que se podrá presentar como original dicho documento impreso. ¿Se acepta?	Es correcta su apreciación.
11	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Original y copia simple del recibo de pago de bases	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.5	En caso de que el pago sea a través de transferencia electrónica se entiende que se podrá presentar como original dicho documento impreso. ¿Se acepta?	Es correcta su apreciación.
12	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Guía Mecánica	21 y 22	Numeral III Inciso a y b Punto 1.15	Se solicita de la manera más atenta poder presentar guías mecánicas "tipo" elaboradas por los fabricantes de los bienes en donde se especifica claramente todas las dimensiones e instalaciones especiales. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LA GUÍA MECÁNICA DEFINITIVA DEBE CONSIDERAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS EN BASE A LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN EL ANEXO GM (GUÍA MECÁNICA CONVOCANTE) LA VISTA REALIZADA, LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA TECNOLOGÍA OFERTADA.
13	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Manuales, catálogos u hojas técnicas o planos	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.17	Entendemos que será elección del licitante presentar la documentación impresa o electrónica (CD ó USB) y de manera impresa únicamente el documento anexo Q. ¿Es correcto?	Si se refiere a la presentación de la oferta de forma presencial, es correcta su apreciación.
14	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Carta solidaria original del fabricante	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FC1	Solicitamos a la convocante nos permita presentar carta firmada por el distribuidor autorizado que es el licitante, anexando copia de la carta de distribución otorgada por el fabricante. ¿Se acepta?	Deberá presentar carta solidaria del fabricante que lo acredite como distribuidor o representante autorizado, en la cual el fabricante respalde al licitante para contraer los compromisos derivados de la presente licitación, misma que deberá estar elaborada en papel membretado del fabricante, y deberá contener los datos de contacto de las oficinas de la fábrica para corroborar la información, el documento debe estar vigente.
15	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Carta solidaria original del fabricante	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FC1	Entendemos que para el caso de que los fabricantes cuenten con filiales en México serán igual de válidas las cartas de apoyo ¿Es correcto?	Podrán presentarlo, siempre y cuando demuestre documentalmente la relación entre fabricante y filial.
16	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Carta solidaria original del fabricante	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FC1	Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos actualmente, los procesos de los fabricantes extranjeros se han visto afectados, por lo anterior solicitamos de la manera más atenta se nos permita presentar cartas del fabricante electrónicas impresas y en caso de resultar adjudicados previo a la firma del contrato presentar dicha carta en original. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
17	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Declaración de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento.	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FCS	Solicitamos a la convocante nos permita presentar carta firmada por el distribuidor autorizado que es el licitante, anexando copia de la carta de distribución otorgada por el fabricante. ¿Se acepta?	Deberá presentarla emitida por el fabricante de los bienes.
18	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Declaración de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento.	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FCS	Entendemos que para el caso de que los fabricantes cuenten con filiales en México serán igual de válidas las cartas de apoyo ¿Es correcto?	Podrán presentarlo, siempre y cuando demuestre documentalmente la relación entre fabricante y filial.
19	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Declaración de la capacidad instalada para servicio de mantenimiento.	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FCS	Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos actualmente, los procesos de los fabricantes extranjeros se han visto afectados, por lo anterior solicitamos de la manera más atenta se nos permita presentar cartas del fabricante electrónicas impresas y en caso de resultar adjudicados previo a la firma del contrato presentar dicha carta en original. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
20	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Carta original de vigencia de tecnología del fabricante	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FCS	Solicitamos a la convocante nos permita presentar carta firmada por el distribuidor autorizado que es el licitante, anexando copia de la carta de distribución otorgada por el fabricante. ¿Se acepta?	Deberá presentarla emitida por el fabricante de los bienes.
21	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Carta original de vigencia de tecnología del fabricante	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FC6	Entendemos que para el caso de que los fabricantes cuenten con filiales en México serán igual de válidas las cartas de apoyo ¿Es correcto?	Podrán presentarlo, siempre y cuando demuestre documentalmente la relación entre fabricante y filial.
22	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Carta original de vigencia de tecnología del fabricante	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FC6	Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos actualmente, los procesos de los fabricantes extranjeros se han visto afectados, por lo anterior solicitamos de la manera más atenta se nos permita presentar cartas del fabricante electrónicas impresas y en caso de resultar adjudicados previo a la firma del contrato presentar dicha carta en original. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
23	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Carta de responsable de tecnovigilancia	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FC7	Se solicita de la manera más atenta se nos permita presentar escrito firmado por mi representada como licitante ya que en caso de resultar adjudicados será el responsable del seguimiento de los dispositivos médicos. ¿Se acepta?	La carta deberá ser expedida por el fabricante, el titular del registro sanitario o por el representante legal de la marca ofertada en México.
24	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Carta de responsable de tecnovigilancia	Todas	Numeral III Inciso a y b Punto 1.19 FC7	Entendemos que además de este escrito se deberá adjuntar el oficio de la COFEPRIS en donde se demuestre el nombre del responsable de tecnovigilancia dado de alta por mi representada. ¿Es correcto?	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
25	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras)	Todas	Numeral III Inciso b Anexo B	Para el caso de presentar propuestas a través del módulo de e-compras se ingresará únicamente la oferta económica en el sistema sin incluir el formato del anexo B. ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
26	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (GRAL)	26	TODOS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A CUANDO MENOS 60 DÍAS A PARTIR DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 9 DE MARZO DEL 2022, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO II J UGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
27	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (GRAL)	26	20.8	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA OFERTAR EN ESTE PUNTO UN SOPORTE PARA CHASIS X CON SUECIÓN AL RIEL LATERAL QUE PERMITE COLOCAR EL CHASIS EN TODAS LAS SECCIONES DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
28	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		GENERAL	TODAS	GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO EQUIVALENTES O SUPERIORES, ESTO PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE EMPRESAS ¿SE ACEPTA?	SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A MÁXIMOS, RANGOS Y TOLERANCIAS, LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE LOS ARGUMENTOS POR LOS CUALES LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SON SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
29	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		GENERAL	TODAS	GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR POR MEDIO DE IMÁGENES AQUELLAS CARACTERÍSTICAS QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR TEXTUALMENTE ¿SE ACEPTA?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
30	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		GENERAL	TODAS	GENERAL	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE O DE DISTRIBUIDOR DONDE MENCIONEMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS QUE NO NOS SEA POSIBLE REFERENCIAR EN LOS FOLLETOS, MANUALES O CATÁLOGOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTARLO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
31	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		GENERAL	TODAS	GENERAL	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SE AMPLÍE A 60 DÍAS POSTERIORES AL FALLO, DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SON DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 9 DE MARZO DEL 2022, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO II J UGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
32	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	X			CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	MUESTRAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CATÁLOGOS Y/O MANUALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS, DEBIDO A QUE POR LA SITUACIÓN POR LA QUE ESTAMOS PASANDO A NIVEL MUNDIAL, ES COMPLICADO EL TRASLADO DEL EQUIPO A SUS INSTALACIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Apegarse a lo señalado en los incisos c) y d) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
33	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	4.7	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACCOMPANAMIENTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE REFIERE AL PUNTO 4 "QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES DE FORMA ELÉCTRICA" DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
34	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	4.7	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR POSICIÓN VASCULAR O ELEVACIÓN DE PIES MANUAL EN 4 POSICIONES DIFERENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
35	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	7	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DE PACIENTE CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
36	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	8	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE LA CAMA CON UN ANCHO DE 99.5 CM COMO MÍNIMO, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
37	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	9	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTARLO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
38	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	9	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COLCHÓN CON SOBRE O PORTA CHASIS LATERAL, EL CUAL REPRESENTA UNA MEJORA TECNOLÓGICA DEBIDO A QUE NO ES NECESARIO MOVER AL PACIENTE PARA LA COLOCACIÓN DE LA PLACA PARA LA TOMA DE RAYOS X, SIEMPRE Y CUANDO PERMITA EL ACCESO A INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (ARCO EN C). ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTALO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LA REGIÓN DORSAL DEL PACIENTE Y QUE PERMITA EL ACCESO DEL INTENSIFICADOR DE IMÁGENES "ARCO EN C".
39	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	13	DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A UN COLCHÓN DE AIRE DE LA MISMA MARCA DE LA CAMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
40	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	19.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO, ALARMA VISUAL Y/O AUDIBLE CUANDO LA CAMA NO ESTE FRENADA Y ESTÉ CONECTADA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTALO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
41	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	22, 23.1	ENTENDEMOS QUE ESTOS PUNTOS SE REFIEREN AL MISMO ACCESORIO, ES DECIR, SOLO REQUIEREN DE UN POSTE DE ALTURA VARIABLE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (PORTAVENOCLOSIS). ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
42	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	23.3, 23.4	CON EL FIN DE NO ENCARCER EL PRECIO DE LA CAMA SOLICITADA, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COLCHÓN DE AIRE QUE BRINDE TERAPIA DE BAJA PRESIÓN ALTERNIA Y CONTINUA OFERDO DESDE PANTALLA A COLOR INTERCONSTRUIDA EN BARANDAL DE LA CAMA, CON LO QUE SE REDUCE CONSIDERABLEMENTE LA PRESIÓN EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES DE LOS PACIENTES QUE PERMANECEN DENTRO DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁN OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS PUNTOS 23.3 Y 23.4. SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 23.3 DEBE DECIR "COLCHÓN DE AIRE CON VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA" DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "23.3 COLCHÓN DE AIRE CON PERCUSIÓN, VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA". SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 23.4 DEBE DECIR "SISTEMA CON COLCHÓN DE AIRE CON VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA OFERDO DESDE LOS CONTROLES DE LA CAMA" DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "23.4 SISTEMA CON COLCHÓN DE AIRE CON PERCUSIÓN, VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA OFERDO DESDE LOS CONTROLES DE LA CAMA."
43	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	1.2.1	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR LONGITUD DE POR LO MENOS 68 CM, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
44	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	1.2.2	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR ANCHO DE POR LO MENOS 45 CM, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
45	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	1.2.3	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR ALTURA DE POR LO MENOS 81 CM, LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
46	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	1.1.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE 52.5 X 39 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
47	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	2.7.2	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR 1 PIEZA TAMAÑO ADULTO, 1 PIEZA TAMAÑO PEDIÁTRICO Y 1 PIEZA TAMAÑO NEONATAL ESTERILIZABLES EN VAPOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
48	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	2.10.1	LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
49	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	3.2.1	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BATERÍA DE NIQUEL-CADMIUM, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRÁ OFERTARLO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL TAMAÑO DE PILAS TIPO C, TIPO D O TIPO AA.
50	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	3.3.2	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LUZ HALÓGENA HOR. DE 3.5 VOLTS, CON LO QUE SE ASEGURA UNA REPRODUCCIÓN DEL COLOR REAL DEL TEJIDO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
51	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	5.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR CABLE DE PACIENTES DE 3 PUNTAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
52	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	6.2, 6.2.6.4	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR ESTOS PUNTOS DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN
53	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELÉCTRICO	General		Se solicita amablemente si la entrega de muestras se puede hacer a través de videos, manuales y catálogos de manera digital o física con los manuales y catálogos únicamente. ¿se acepta?	Deberá apegarse a lo señalado en los incisos c) y d) del Apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripcion del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
54	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO	General		Se solicita amablemente si nos amplía el plazo de entrega de equipos a 60 días, en caso de ser adjudicados. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 9 DE MARZO DEL 2022, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO II LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
55	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO	75	General	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar en manuales, catálogos, etc. en idioma original y presentar una traducción simple de los puntos referenciado ¿Se acepta?	Los documentos que se presenten en un idioma diferente al español, deberán entregarse acompañados por traducción simple de las partes que se requiera para llevar a cabo una evaluación completa y precisa de la oferta.
56	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO	75	General	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar con imágenes, aquellas características que no se puedan describir textualmente ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
57	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO	75	General	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar ciertos puntos que no se puedan referenciar con una carta de fabricante que los avale ¿Se acepta?	EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PUEDA REFERENCIAR UN PUNTO EN CATÁLOGOS Y/O MANUALES, PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
58	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		2.2	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita realizar este modo de selección por medio del pedal ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
59	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar estas medidas junto con la pieza de mano ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
60	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar medidas de acuerdo a cada fabricante ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
61	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar variación de medida de 4 o 5 cm ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
62	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar pieza de mano que ermite angulación ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE OFERTEN LOS ADITAMENTOS SOLICITADOS EN ESTOS PUNTOS
63	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar medidas de acuerdo a cada fabricante ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
64	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar variación de medida de 4 o 5 cm ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
65	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar estas medidas junto con la pieza de mano ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
66	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita una tolerancia de +/- 20% ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
67	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		4.4.1	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita que los controles del pedal ergonomico unicamente nos permita ajuste de velocidad, selección de modo ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA EL CONTROL DE TODOS LOS AJUSTES SOLICITADOS EN LA CONSOLA Y/O PEDAL.
68	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		4.4.1	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita que los controles se puedan referenciar en una consola o en el pedal ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTAR LOS CONTROLES DE APAGADO/ENCENDIDO, SELECCIÓN DE PIEZA DE MANO, AJUSTE DE VELOCIDAD, SELECCIÓN DE MODO EN EL PEDAL ERGONOMICO Y/O EN LA CONSOLA DE MANDO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
69	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		4.5	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita omitir este punto dao que nuestro equipo es de libre lubricación ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
70	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.		X		CRANEOTOMO ELECTRICO		5.7.1	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar solo boquillas rectas, en el entendido de que nuestra pieza de mano es angulada ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
1	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	X					SIN PUNTO	Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-074-21 (CAGEG-074/2021). Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, si es correcto entender, que al ser una Licitación de carácter Nacional, nos permita ofertar productos de origen Internacional, bajo los Tratados de Libre Comercio ¿Se acepta?	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
2	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	X					DOCUMENTACIÓN EN GENERAL	Se solicita amablemente a la Convocante, nos confirme si todos los escritos deberán ser dirigidos de la siguiente manera, ¿favor de aclarar? GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	X					III. Presentación de Ofertas	Se solicita amablemente a la Convocante, nos permita presentar con marca de agua o escrito libre con la leyenda "NO APLICA", en todos aquellos anexos que por su naturaleza no apliquen para mí representada. ¿Se acepta?	PODRÁ PRESENTARLO DE ESTA MANERA.
4	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	X					punto 1.19 FCI, ANEXO H- Carta solidaria original del fabricante	Se solicita amablemente a la Convocante, que las Cartas del Fabricante se podrá presentar en copia simple, en caso de resultar adjudicados, se presentaran en original. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE. LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
5	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACIÓN	ANEXO I. PARTIDAS 14, 39	2. QUE SOPORTE UN PESO DE 300 KG COMO MÍNIMO O MAYOR	Solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar un peso de 280kg. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACIÓN	ANEXO I. PARTIDAS 14, 39	3.4. ALTURA VARIABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 57 A 88 CM. COMO MÍNIMO.	Solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar altura variable de 55.5 a 88 cm. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACIÓN	ANEXO I. PARTIDAS 14, 39	6. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 190 CM DE LARGO X 65 CM. DE ANCHO. TOLERANCIA +/-5%.	Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar dimensiones de la superficie del paciente de 193cm de largo x 66 cm. de ancho. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACIÓN	ANEXO I. PARTIDAS 14, 39	7. DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA) +/-5%: LONGITUD TOTAL 210 CM, ANCHO TOTAL 83 CM.	Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar dimensiones de la cama (con barandales arriba) +/-5% longitud total de 211 cm, ancho total 76cm. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
9	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACIÓN	ANEXO I. PARTIDAS 14, 39	7. DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA) +/-5%: LONGITUD TOTAL 210 CM, ANCHO TOTAL 83 CM.	Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar dimensiones 76 cm. de ancho ya que para el traslado intrahospitalario es mejor para los pacientes, ya que reduce los riesgos de golpes y accidentes. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
10	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACIÓN	ANEXO I. PARTIDAS 14, 39	9.3 FABRICADA EN POLÍMERO MACIZO.	Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita, ofertar los materiales propios del fabricante, los cuales garanticen ser equivalentes y/o superiores a o requerido ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SI ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
11	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACIÓN	ANEXO I. PARTIDAS 14, 39	9.3 FABRICADA EN POLÍMERO MACIZO.	En caso de ser negativa nuestra solicitud anterior, solicitamos respetuosamente, nos adrese los alcances clínicos que puedan tener una característica exclusiva como la solicitada favor de aclarar?	PREGUNTA CONTESTADA EN LA RESPUESTA ANTERIOR
12	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACIÓN	ANEXO I. PARTIDAS 14, 39	11. BASE O COMPARTIMIENTO INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE OXÍGENO Y PERTENENCIAS DEL PACIENTE	Se solicita amablemente a la Convocante, nos permita únicamente que la camilla cuente con compartimento de almacenamiento para tanques de oxígeno. Se acepta? ya que dicha característica no modifica el manejo del producto.	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
13	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACIÓN	ANEXO I. PARTIDAS 14, 39	PUNTO 12. RUEDAS ANTIESTÁTICAS O CONDUCTIVAS DE 20 CM DE DIÁMETRO, COMO MÍNIMO.	Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita, presentar carta del fabricante, donde manifieste, que si se cumple, con esta característica. ¿Se acepta?	EN CASO DE QUE EL MANUAL, CATÁLOGO O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO INDIQUE ALGUNA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR LA MISMA MEDIANTE CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHA CARACTERÍSTICA, PUDIENDO PRESENTARLA EN COPIA SIMPLE DEBIENDO ENTREGAR EL ORIGINAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. CABE SEÑALAR QUE SE ACEPTARÁ UN MÁXIMO DE 3 CARACTERÍSTICAS NO MENCIONADAS EN LA DOCUMENTACIÓN A QUE REFIERE ESTE PUNTO, ACREDITADAS MEDIANTE LA CARTA DEL FABRICANTE

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	PREGUNTA	RESPUESTA
14	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	ANEXO I, PARTIDA 54	PUNTO 4.5. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 47 CM A 77 CM. (MEDIDO DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHON), COMO MINIMO.	Entendemos que ofertar características superiores a lo solicitado no es motivo de descalificación, nos permito ofertar, una altura y descenso ajustable que cubra el rango de 41 cm a 79cm ¿se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
15	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	ANEXO I, PARTIDA 54	PUNTO 4.6. POSICION DE REANIMACION CARDIO PULMONAR (RCP) EN MENOS DE 10 SEGUNDOS.	En este punto se refiere a una manivela de RCP, la cual baje el respaldo en menos de 10 segundos, el equipo a ofertar cuenta con esta característica y es capaz de lograr llegar a la posición 0° indicada para resp. en el tiempo indicado, el factor del peso del paciente también ayuda a lograrlo en menor tiempo, como esta característica no puede ser medida con exactitud, para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto en el manual del fabricante de la siguiente manera, la cama también permite bajar el respaldo de forma rápida mediante un procedimiento mecánico para realizar reanimaciones cardiopulmonares (RCP). ¿se acepta?	SE ACLARA QUE PARA EL PUNTO 4.6 DEBE DECIR: "POSICIÓN DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) DE FORMA ELECTRICA O MANUAL EN MENOS DE 15 SEGUNDOS", DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO: "POSICION DE REANIMACION CARDIO PULMONAR (RCP) EN MENOS DE 10 SEGUNDOS."
16	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	ANEXO I, PARTIDA 54	PUNTO 4.6. POSICION DE REANIMACION CARDIO PULMONAR (RCP) EN MENOS DE 10 SEGUNDOS.	Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar, posición de reanimación cardio pulmonar (RCP) de 30 segundos. ¿se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
17	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	ANEXO I, PARTIDA 54	PUNTO 4.6. POSICION DE REANIMACION CARDIO PULMONAR (RCP) EN MENOS DE 10 SEGUNDOS.	Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita, presentar carta del fabricante, donde manifieste, que si se cumple con el tiempo establecido, usando el paciente se encuentra arriba de la cama ¿se acepta?	EN CASO DE QUE EL MANUAL, CATÁLOGO O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO INDIQUE ALGUNA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR LA MISMA MEDIANTE CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHA CARACTERÍSTICA, PUDIENDO PRESENTARLA EN COPIA SIMPLE DEBIENDO ENTREGAR EL ORIGINAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. CABE SEÑALAR QUE SE ACEPTARÁ UN MÁXIMO DE 3 CARACTERÍSTICAS NO MENCIONADAS EN LA DOCUMENTACIÓN A QUE REFIERE ESTE PUNTO, ACREDITADAS MEDIANTE LA CARTA DEL FABRICANTE
18	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	ANEXO I, PARTIDA 54	PUNTO 9. CON CUBIERTA RADIO TRANSPARENTE AL MENOS EN LA REGION DORSAL Y QUE PERMITA EL ACCESO DEL INTENSIFICADOR DE IMAGENES (ARCO EN C).	Se solicita amablemente a la convocante que sea obligatorio para todos los participantes, si es correcto entender que este punto se tendrá que referenciar, en catalogo con imagen. Es correcto ?	El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto e imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciarlo podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal, donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
19	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	ANEXO I, PARTIDA 54	PUNTO 14. CON RUEDAS ANTIESTATICAS O CONDUCTIVAS DE 12.5 CM. DE DIAMETRO COMO MINIMO.	Entendemos que ofertar características superiores a lo solicitado no es motivo de descalificación, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar,ruedas antistáticas o conductivas de 15cm ¿se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
20	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	ANEXO I, PARTIDA 54	PUNTO 20.3. SENSIBILIDAD DE 100 GRAMOS O MENOR.	Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita, presentar una imagen explícita donde sea evidente el cumplimiento de los puntos que no nos sea posible referenciar textualmente en los folletos, manuales, catálogos y hojas de datos ¿se acepta?	El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto e imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciarlo podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal, donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
21	DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	ANEXO I, PARTIDA 54	PUNTO 20.3. SENSIBILIDAD DE 100 GRAMOS O MENOR.	Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita, presentar carta del fabricante, donde manifieste, que si se cumple, con esta característica. ¿se acepta?	EN CASO DE QUE EL MANUAL, CATÁLOGO O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO INDIQUE ALGUNA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR LA MISMA MEDIANTE CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHA CARACTERÍSTICA, PUDIENDO PRESENTARLA EN COPIA SIMPLE DEBIENDO ENTREGAR EL ORIGINAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. CABE SEÑALAR QUE SE ACEPTARÁ UN MÁXIMO DE 3 CARACTERÍSTICAS NO MENCIONADAS EN LA DOCUMENTACIÓN A QUE REFIERE ESTE PUNTO, ACREDITADAS MEDIANTE LA CARTA DEL FABRICANTE

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
22	DISTRIBUIDORA GORRA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	ANEXO I PARTIDA 54	PUNTOS EN GENERAL	Para no limitar la libre participación a esta convocatoria, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita, presentar carta del fabricante, donde manifieste, que si se cumple, con las características solicitadas. ¿Se acepta?	EN CASO DE QUE EL MANUAL, CATÁLOGO O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO INDIQUE ALGUNA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE, EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR LA MISMA MEDIANTE CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHA CARACTERÍSTICA, PUDIENDO PRESENTARLA EN COPIA SIMPLE DEBIDAMENTE ENTREGAR EL ORIGINAL EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. CABE SEÑALAR QUE SE ACEPTARÁ UN MÁXIMO DE 3 CARACTERÍSTICAS NO MENCIONADAS EN LA DOCUMENTACIÓN A QUE REFIERE ESTE PUNTO, ACREDITADAS MEDIANTE LA CARTA DEL FABRICANTE
1	DEWIMED, S.A		X		N/A	Todas	Todos	Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un rango de +/- 10% en las dimensiones del equipo e instrumental quirúrgico.	SE ACLARA QUE DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL RESPECTO A LA DECIMOCUARTA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO REALIZADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2003 EN EL CASO DE INSTRUMENTAL, SE ACEPTA UNA VARIACIÓN DE +/- 10% EN LAS MEDIDAS, APLICA PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3 ASÍ COMO LAS PARTIDAS 5, 6, 7 Y 8 DEL ANEXO I DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
2	DEWIMED, S.A		X		Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente, dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm.	3 y 10	6	Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente, dimensiones: 26 x 26 x 5 cm.	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
3	DEWIMED, S.A		X		Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm. De longitud.	5	2	Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 27 cm. De longitud.	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4	DEWIMED, S.A		X		Lámpara de examinación led	19, 43, 63	2	Fuente e luz con led blanco. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una iluminación led clara con led HQ que permitan intensa luminosidad y un índice de reproducción de color lo más alto posible. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	DEWIMED, S.A		X		Lámpara de examinación led	19, 43, 63	3	Solicitan intensidad de luz de 70,000 lúmenes como mínimo a una distancia entre 40 y 60 cm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una intensidad luminosa superior de 42,000 lúmenes a una distancia de trabajo de 30 cm. ¿Se acepta esta mejora tecnológica?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6	DEWIMED, S.A		X		Lámpara de examinación led	19, 43, 63	4	Solicitan temperatura de color de 4500°K. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una temperatura de color similar e intermedia de 4000°K que en conjunto con su IRC 95 permitan colores reales de los tejidos. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	DEWIMED, S.A		X		Lámpara de examinación led	19, 43, 63	5	Solicitan tiempo de vida útil del led 50,000 horas. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un tiempo de vida útil esperable del hasta 7 años. Siendo en horas superior a lo solicitado. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	DEWIMED, S.A		X		Lámpara de examinación led	19, 43, 63	8	Solicitan un diámetro de iluminación variable en el rango de 4 a 25cm a una distancia de 40cm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un diámetro de iluminación de 8.5cm a una distancia de 25cm y un campo iluminado de 12cm a una distancia de 40cm. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
9	DEWIMED, S.A		X		Lámpara de examinación led	19, 43, 63	9.2 y 9.3	Solicitan un eje de la lámpara con capacidad de giro 360° y altura ajustable desde 70cm hasta 90cm o mayor. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un cabezal ligero con cuello de cisne de 1m de longitud que permita mantener la lámpara en la posición deseada. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTREN LA EQUIVALENCIA DE FUNCIONES SOLICITADAS EN EL PUNTO
10	DEWIMED, S.A		X		Lámpara Quirúrgica Portatil para emergencia	20	4.6	Se solicita a la convocante nos permita una tolerancia de +/- 5% para este parámetro, dicha tolerancia se encuentra dentro de los estándares internacionales y realmente no modifica significativamente el desempeño óptimo del equipo y si permite ahorrar energía. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
11	DEWIMED, S.A		X		Lámpara Quirúrgica Portatil para emergencia	20	4.7	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con un máximo de intensidad luminosa de 130,000 lúmenes a 1 m de distancia. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
12	DEWIMED, S.A		X		Lámpara Quirúrgica Portatil para emergencia	20	4.9.1	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con temperatura de color fija, la cual se encuentre dentro del rango señalado en el punto 4.3, es decir, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con temperatura de color fija en 4500 Kelvin. ¿Se acepta?	AFEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
13	DEWIMED, S.A		X		Lámpara Quirúrgica sencilla Led V19	21	4.6	Se solicita a la convocante nos permita una tolerancia de +/- 5% para este parámetro, dicha tolerancia se encuentra dentro de los estándares internacionales y realmente no modifica significativamente el desempeño óptimo del equipo y si permite ahorrar energía. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
14	DEWIMED, S.A		X		Lámpara Quirúrgica sencilla Led V15	21	4.7	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con una máxima de intensidad luminosa de 130,000 luxes a 1 m de distancia. ¿Se acepta?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
15	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	Todos	Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
16	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	Todos	Se entiende que las especificaciones indicadas son las mínimas a cumplir y/u ofertar, por lo cual, no será motivo de ser descalificados si se oferta tanto características y tecnología superiores a las solicitadas. ¿Es correcto?	SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A EXCEPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DONDE SE SEÑALEN LÍMITES MÁXIMOS, RANGOS Y TOLERANCIAS, LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR DOCUMENTALMENTE LOS ARGUMENTOS POR LOS CUALES LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SON SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
17	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	1.3	Solicita "acero o aluminio anodizado, con escala graduada en centímetros". Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
18	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	1.4	Solicita: escala fabricada en aluminio mate con escala grabada con retroque en pintura color negro mate, en centímetros". Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
19	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	1.5	Solicita: formado por dos secciones ensambladas en forma telescópica, con tope plegable. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
20	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	1.6	Solicita: sujeto al cuerpo de la báscula con un sistema que garantice una perfecta fijación y su fácil deslizamiento. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATALOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
21	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	2.1	Solicita: fabricada en aluminio, 1/2" de espesor como mínimo. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 2 DEBE DECIR: "BARRA REGLETA SUPERIOR", DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "BARRA REGLETA". EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATALOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
22	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	2.2	Solicita: la parte superior con escala de divisiones de 100 g. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATALOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
23	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	2.3	Solicita: Numeración con capacidad de 20 kg. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATALOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
24	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	2.4	Regulador de equilibrio. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATALOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
25	DEWIMED, S.A		X		Báscula con estadímetro mecánica	38	2.5	Acabado pulido mate Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
26	DEWIMED, S.A		X		Báscula con estadímetro mecánica	38	2.6	Divisiones y numeración grabadas en bajo o alto relieve y retocadas en pintura color negro mate. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
27	DEWIMED, S.A		X		Báscula con estadímetro mecánica	38	2.7	Planes curvados fabricados en aluminio para señalamiento de la medición de gramos Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
28	DEWIMED, S.A		X		Báscula con estadímetro mecánica	38	3.1	Fabricada en aluminio, 1/2" de espesor como mínimo. Se solicita amablemente a la convocante nos oferte equipo con características propias como lo son Báscula sólida fabricada en acero ya que esto garantiza una larga vida útil y sin problemas. ¿Se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. SE ACLARA QUE EL PUNTO 3 DEBE DECIR: "BARRA REGLITA INFERIOR", DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "3. BARRA REGLITA".
29	DEWIMED, S.A		X		Báscula con estadímetro mecánica	38	3.2	La parte superior con escala de divisiones de 20 kg Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
30	DEWIMED, S.A		X		Báscula con estadímetro mecánica	38	3.5	Acabado pulido mate Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
31	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	3.6	Divisiones y numeracion graadas en bajo o alto relieve y retocado en pintura color negro mate. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
32	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	3.7	Pilones cursores fabricados en aluminio para señalamiento de la medición de kilogramos. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
33	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	4	Base de lámina acero calibre 16, acabado en pintura color gris. Se solicita amablemente a la convocante nos ofrta equipo con características propias como lo son Bascula sólida fabricada en acero ya que esto garantiza una larga vida útil y sin problemas. ¿Se acepta?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO.
34	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	4.2	Regatón de polipropileno, con altura ajustable. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
35	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	5	Columna de lámina de acero calibre 20 como minimo. Se solicita amablemente a la convocante nos ofrta equipo con características propias como lo son Bascula sólida fabricada en acero ya que esto garantiza una larga vida útil y sin problemas.	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO.
36	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	5.1	Diámetro de 2.5". Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
	DEWIMED, S.A		X		Bascula con estadimetro mecánica	38	5.2	Acabado pintura color gris. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NÚMERO DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
38	DEWIMED, S.A		X		Balanza con estadímetro mecánica	38	6	Columna de lámina de acero calibre 20 como mínimo. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
39	DEWIMED, S.A		X		Balanza con estadímetro mecánica	38	6.1	Acabado pintura color gris. Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer referencia a nuestras características mediante imágenes, sin que esto sea motivo de descalificación. ¿Se acepta?	EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS CATÁLOGOS Y MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, PUDIENDO REFERENCIAR CON TEXTO E IMAGEN LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE SIEMPRE Y CUANDO SE DE MANERA CLARA Y CONCISA. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIARLO PODRÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE Y DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE MÁXIMO TRES CARACTERÍSTICAS.
40	DEWIMED, S.A		X		Balanza con estadímetro mecánica	38	8	Plataforma de lámina acero calibre 16, acabado en pintura color gris. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo con características propias como lo son báscula sólida fabricada en acero ya que esto garantiza una larga vida útil y sin problemas.	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO.
41	DEWIMED, S.A		X		Estuche de diagnóstico básico	42, 61	1	Solicitan: "Un básico estuche de diagnóstico con led". Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar estuche diagnóstico con tecnología XHL, el cual proporciona una luz blanca y muy clara, dando más apertura de participación. ¿Se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
42	DEWIMED, S.A		X		Estuche de diagnóstico básico	42, 61	2	Solicitan: "Un otoscopio con iluminación de luz tipo led. A través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo". Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar con tecnología de 2.5 volts, siendo esta una tecnología de ahorro de energía para el equipo y las baterías. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO
43	DEWIMED, S.A		X		Estuche de diagnóstico básico	42, 61	2.5	Solicitan: "Vida útil del led 10,000 horas como mínimo". Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar una bombilla extra, que duren hasta un 50% más, si se comparan con las convencionales, aportando una larga duración, óptima función y efectividad de coste. ¿Se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
44	DEWIMED, S.A		X		Estuche de diagnóstico básico	42, 61	2.6	Solicitan: "Temperatura de color en el rango de 3500 a 5500 grados Kelvin". Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar una temperatura de color de 3000 grados Kelvin la cual que emite una luz blanca cálida y suave que permite un buen diagnóstico. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
45	DEWIMED, S.A		X		Estuche de diagnóstico básico	42, 61	3	Solicitan: "Ofotomicroscopio con iluminación tipo led de 3.5 V, como mínimo". Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar con tecnología XHL de 2.5 volts, siendo esta una tecnología de en el punto 3, ahorro de energía para el equipo y las baterías. ¿Se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
46	DEWIMED, S.A		X		Estuche de diagnóstico básico	42, 61	3.1	Solicitan: "Con al menos 6 aperturas y 3 filtros". Se solicita amablemente a la convocante nos permita 5 aperturas y un filtro dando más apertura de participación. ¿Se acepta?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
47	DEWIMED, S.A		X		Estuche de diagnóstico básico	42, 61	3.3	Solicitan: "Temperatura de color en el rango de 3500 a 5500 grados Kelvin". Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar una temperatura de color de 3000 grados Kelvin la cual que emite una luz blanca cálida y suave que permite un buen diagnóstico. ¿Se acepta?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
48	DEWIMED, S.A		X		Estuche de diagnóstico básico	42, 61	4.2	Solicitan: "Recargable a la corriente de forma directa o con cargador". Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un cargador que se puede conectar a la corriente directa y al cual es compatible y carga las baterías recargables que utiliza el rango. ¿Se acepta?	—
3 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y INWASE S.A. DE C.V.		X			SIGUN APRIQUE	SIGUN APRIQUE	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN C) CARACTERÍSTICAS DE MUESTRAS	POR MECA PRACTICIDAD, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA PROVEEDURIA REQUERIR MUESTRAS DE PROCESOS PREVIOS QUE VA SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DE INVENTARIOS DE BAPEG, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SEAN LIBERADAS HASTA EL INTERIO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CASO DE SER ADJUDICADOS EN AMBOS PROCESOS. ¿SE ACEPTA?	Deberán tramitar la devolución de su muestra en el Almacén de Inventarios del BAPEG, para su posterior reclutamiento y reintegro a dicho almacén como muestra de la presente licitación.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE Aclaraciones

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	descripción del bien	partida	punto	pregunta	respuesta
2	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENASE S.A. DE C.V.		X		LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR	22	NUMERAL II, PUNTO 1.15	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE COMPARTA EL PLANO ARQUITECTÓNICO DEL ÁREA DONDE SERÁ INSTALADO EL LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR.	EL PLANO ARQUITECTÓNICO ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE ASISTIERON A LA VISITA SEÑALADA EN EL INCISO A) DEL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EL CUAL SE DEBERÁ SOLICITAR AL CORREO ELECTRÓNICO inisan@guanajuato.gob.mx CON EL ING. JOSÉ RUBÉN RUIZ SÁNCHEZ.
1	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACION	14 Y 39	2	SOLICITAN CARRO CAMILLA QUE SOPORTE UN PESO 300 KG COMO MÍNIMO O MAYOR. LA FICHA DEL CENTE SOLICITA "QUE SOPORTE UN PESO 225 KG COMO MÍNIMO (SE ANEXA FICHA). POR TANTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMILLA QUE SOPORTE UN PESO DE 225 KG COMO MÍNIMO O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente licitación y/o acordado en la presente junta de aclaraciones
2	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACION	14 Y 39	7	SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAMILLA CON UN ANCHO TOTAL DE 77.6 CM ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
3	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		CARRO CAMILLA RECUPERACION	14 Y 39	10	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN COLCHON CON ESPESOR DE 6 CM. YA QUE NO ESTA NO AFECTA PARA NADA LA FUNCIONALIDAD DE LA CAMILLA, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO.
4	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	2	SOLICITAN REANIMADOR PULMONAR MANUAL (REUSABLE) YA QUE HOY EN DIA PARA REDUCIR LAS INFECCIONES CRUZADAS EN VIAS AEREAS, SE RECOMIENDA LAS ARTICULOS DESECHABLES. ENTENOS QUE PODEMOS OFERTAR REANIMADORES DESECHABLES ¿ES CORRECTO?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
5	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	16 Y 59	2.7.2.7.1, 2.7.2	SOLICITAN MASCARILLAS ESTERILIZABLES EN VAPOR (REUSABLES). YA QUE HOY EN DIA PARA REDUCIR LAS INFECCIONES CRUZADAS EN VIAS AEREAS, SE RECOMIENDA LAS ARTICULOS DESECHABLES. ENTENOS QUE PODEMOS OFERTAR MASCARILLAS DESECHABLES ¿ES CORRECTO?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
6	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		LAMPARA DE EXAMINACION LED	19, 43 Y 63	8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR UNA LAMPARA CON ILUMINACION VARIABLE EN EL RANGO DE 11 A 20 CM A UN DISTANCIA DE 40 CM, YA QUE ESTO NO DELIMITA PARA NADA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	20	4.5.1	DICE DIAMETRO AJUSTABLE DE 18 CM COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LAMPARA CON DIAMETRO AJUSTABLE DE 220- 260 MM. A UN METRO DE DISTANCIA ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE LED V19	21	4.5.1.1	DICE DIAMETRO AJUSTABLE DE 18 CM COMO MÍNIMO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LAMPARA CON DIAMETRO AJUSTABLE DE 220- 260 MM. A UN METRO DE DISTANCIA ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
9	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (GRAL)	26	20.7	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL, DEBIDO A QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE SOLICITA PIERNAS ARTICULADAS TIPO GOSPEL CON FIADORES, LO QUE PERMITE ALCANZAR LA POSICION SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA DE LAS FUNCIONES ACREDITANDO CLARAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS MANUALES DE OPERACIÓN O SERVICIO PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN.
10	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		ULTRASONIDO PORTATIL 19	34 Y 72	7 Y 17	EN EL PUNTO 7.- SOLICITAN MONITOR A COLOR DE 6 PULGADAS O MAYOR EN EL PUNTO 17.- SOLICITAN CON UN PESO MÁXIMO DE 5 KG CON BATERIA. NUESTRO EQUIPO, TIENE UNA PANTALLA DE 15 PULGADAS POR TANTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PESO DE 8.8 KG CON BATERIA INCLUIDA Y CARGADOR ¿SE ACEPTA?	PARA EL PUNTO 7 PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. PARA EL PUNTO 17 SE ACLARA QUE DEBE DECIR: " CON UN PESO MÁXIMO DE 9 KG CON BATERÍA." DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO: "CON UN PESO MÁXIMO DE 5KG CON BATERIA"
11	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35	9.3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS CIRCUITOS SEAN DE TIPO DESECHABLE YA QUE LAS MASCARILLAS REUSABLES AL NO SER LIMPIADAS Y DESINFECTADAS DE MANERA ADECUADA AUMENTAN EL RIESGO DE PRODUCIR CONTAMINACIÓN CRUZADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE LA DESCRIPCIÓN DE ESTOS PUNTOS DEBE DECIR: "9.3. MASCARILLA TRANSPARENTE, DESECHABLE Y LIBRE DE LÁTEX". 9.3.1. (5 PIEZAS) TAMAÑO ADULTO GRANDE. (5 PIEZAS) TAMAÑO ADULTO MEDIANO Y (5 PIEZAS) TAMAÑO ADULTO CHICO. 9.3.2. (5 PIEZAS) TAMAÑO PEDIÁTRICO GRANDE. (5 PIEZAS) TAMAÑO PEDIÁTRICO MEDIANO Y (5 PIEZAS) TAMAÑO PEDIÁTRICO CHICO. " DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "9.3. MASCARILLA TRANSPARENTE, REUSABLE, LIBRE DE LÁTEX Y ESTERILIZABLE". 9.3.1. DOS JUEGO PARA PACIENTE ADULTO (TAMAÑO CHICO, MEDIANO Y GRANDE). 9.3.2. DOS JUEGO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO (TAMAÑO CHICO, MEDIANO Y GRANDE)".

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICTANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
12	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		UNIDAD DE ANESTESIA BAS 19	35	9.4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS CIRCUITOS SEAN DE TIPO DESECHABLE YA QUE LAS BOLSAS PARA VENTILACION REUSABLES AL NO SER LIMPIADAS Y DESINFECTADAS DE MANERA ADECUADA AUMENTAN EL RIESGO DE PRODUCIR CONTAMINACIÓN CRUZADA. SE ACEPTA?	SI SE REFIERE AL PUNTO 9.1, SE SOLICITA CIRCUITO DE PACIENTE DESECHABLE. SI SE REFIERE AL PUNTO 9.4 APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
13	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMA CON SUPERFICIE DE 86 X 200 CM. SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
14	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	21	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ALARMAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA Y A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.
15	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		CAMA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	54	13, 13.1, 13.2, 13.3, 23.2, 23.3, 23.4	EN LOS PUNTOS 13, 13.1, 13.2, 13.3, 23.2, 23.3, 23.4, ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN LOS PUNTOS 23.2, 23.3, 23.4, YA QUE SON CARACTERISTICAS TOTALMENTE DIFERENTES A LAS DE LOS PUNTOS 13, 13.1, 13.2, 13.3. POR TANTO ENTENDEMOS QUE PUEDEN SER CARACTERISTICAS OPCIONALES, ¿ES CORRECTO?	No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I y lo acordado en la presente junta de aclaraciones
16	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIATRICO NEONATAL V19	73	4.21	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL O SE quite de la ficha con el fin de no encarecer la propuesta, SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta, en virtud de que estas mediciones en conjunto nos ayudan totalmente a un manejo dinámico del paciente ventilatorio reduciendo la estancia hospitalaria, insumos y medicamentos
17	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIATRICO NEONATAL V19	73	7.5	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR HAYA SIDO RESPONDIDA NEGATIVAMENTE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTAR CON LA MEDICION DE PRESION INTRAPULMONAR, ESOFAGICA O TRAQUEAL PARA EL AREA A LA QUE VA DIRIGIDA EL EQUIPO?	1. La medición de presión intrapulmonar es importante para evitar la lesión al parénquima pulmonar (bronquiolos terminales, bronquiolos alveolares y alveolos) por sobre distensión pudiendo ocasionar barotrauma. La otra razón sería para evitar el colapso del capilar alveolar permitiendo la oxigenación de la hemoglobina que pasa por dicho vaso disminuyendo el Shunt o corto circuito fisiológico. 2. La presión esofágica se debe de medir sobre en patologías e intervenciones que llegan a afectar a la pleura que se encuentra entre el órgano (pulmon) y la parilla costal, para permitirle una correcta cicatrización y evitar hemotorax, neumotorax o hemo neumotorax. Patologías como en las que existe una remodelación de la vía aérea (EPOC o fibrosis) o traumatismos penetrantes o cerrados. 3. La presión traqueal se debe medir para evitar el colapso de la mucosa que la recubre y con esto prevenir la extenosis traqueal o incluso la formación de fistulas. Con el paciente COVID-19 nos da la idea del daño pulmonar que tiene, para de esa forma titular los parámetros a ocupar.
18	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIATRICO NEONATAL V19	73	7.6	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS CIRCUITOS SEAN DE TIPO DESECHABLE YA QUE LOS CIRCUITOS REUSABLES AL NO SER LIMPIADOS Y DESINFECTADOS DE MANERA ADECUADA AUMENTAN EL RIESGO DE PRODUCIR CONTAMINACIÓN CRUZADA, SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.5 DEBE DECIR "100 CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO DESECHABLES, LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)". DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "7.5. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
19	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIATRICO NEONATAL V19	73	7.7	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS CIRCUITOS SEAN DE TIPO DESECHABLE YA QUE LOS CIRCUITOS REUSABLES AL NO SER LIMPIADOS Y DESINFECTADOS DE MANERA ADECUADA AUMENTAN EL RIESGO DE PRODUCIR CONTAMINACIÓN CRUZADA, SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE EL PUNTO 7.6 DEBE DECIR "100 CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIATRICO DESECHABLES, LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)". DEJANDO SIN EFECTO EL TEXTO "7.6. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIATRICO REUSABLES LIBRES DE LATEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE)".
20	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIATRICO NEONATAL V19	73	8.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS FILTROS QUE SE OFERTEN PUEDAN SER LOS QUE SE INCLUYEN EN EL CIRCUITO DE PACIENTE DESECHABLE, SE ACEPTA?	SE ACLARA SE DEJA SIN EFECTO EL PUNTO "8.2 (3) FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL)". PARA ESTE GRUPO DE PARTIDAS.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-074-21 (CAGEG-074/2021), para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	licitante	carácter administrativa	carácter técnico	carácter legal	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
21	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		X		VENTILADOR ADULT PEDIATRICO NEONATAL V19	73	8.3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS FILTROS QUE SE OFERTEN PUEDAN SER LOS QUE SE INCLUYEN EN EL CIRCUITO DE PACIENTE DESECHABLE. SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
22	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	X					VARIOS PUNTOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS CARTAS DE EMITIDAS POR EL FABRICANTE DE MANERA DIGITAL Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAREMOS LAS ORIGINALES A MAS TARDAR A LA FIRMA DEL CONTRATO ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DIGITALIZADA E IMPRESA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA CUAL PODRÁ SER VERIFICADA POR LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
23	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						BASES II.- b)-	SOLICITAN TIEMPO DE ENTREGA PARA EL 24 DE ENERO DEL 2022, DEBIDO A LAS ACTUALES SITUACIONES PROVOCADAS POR LA PANDEMIA DE COVID, AUNADO A LA FIESTA DE FIN DE AÑO Y PRINCIPALMENTE A LOS TIEMPOS DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES 70 DIAS DESPUES DE LA NOTIFICACION DEL FALLO ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE LA FECHA DE ENTREGA DEBERÁ SER A MÁS TARDAR EL 9 DE MARZO DEL 2022, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA SEÑALADA EN EL INCISO I) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO II. INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

Documento en versión pública por contener información clasificada como confidencial

Tabla Campos

I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica	II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública	III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman	IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma	V. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica	VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.
Dirección General de Recursos Materiales Y Servicios Generales	Contratos, Anexos Y Actas de Comité	1) En el caso de persona moral: i) Fimas y rúbricas de las personas que no son servidores públicos, ii) nombres y firmas de las personas que firman los documentos de las afianzadoras. 2) En el caso de persona física: i) Fimas y rúbricas de las personas que no son servidores públicos, claves y números de identificación oficial de la persona física y iii) nombres y firmas de las personas que firman los documentos de las afianzadoras.	Artículo 77, fracciones I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. . Artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato	José Luis Cuellar Franco 	RCT_0447_2017 de fecha 4 de mayo de 2017

JA

1

