



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 655ª Reunión Ordinaria


Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-091-21 (CAGEG-081/2021) Segunda Convocatoria, para la Adquisición de Otros Equipos para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 15:15 horas del día 20 de diciembre de 2021, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-2050/2018 
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020 	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. José Carlos Arredondo Pérez
Representante de Instituto de Salud
Pública del Estado de Guanajuato

C. Pablo Román Gómez Farías García
Representante de Instituto de Salud
Pública del Estado de Guanajuato

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta N°40051001-091-21(CAGEG-081/2021) Segunda Convocatoria, para la Adquisición de Otros Equipos para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato:**

Nombre	Firma
PRAXAIR MÉXICO S DE RL DE CV C. Oscar Iván Ortiz Méndez	Eliminado: Firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones


- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Así mismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras. adjuntando impresión de pantalla para su debida constancia.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si las respuestas a las preguntas que formuló fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Montserrat Merari Martínez Chowell Gómez



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **15:40 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **20 de diciembre de 2021**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Eliminado: Rúbrica del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Licitación Pública Nacional Mixta N°. 40051001-091-21(CAGEG-081/2021, Segunda Convocatoria, Para La Adquisición De Otros Equipos Para El Instituto De Salud Pública Del Estado De Guanajuato la dirección electrónica: <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>.

Licitaciones

Número de operación: 7900001706 A

Nombre:

Aplicar Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900001706	40051001-091-21	Licitación pública	Concluido	12.12.2021	09:30:00	16.12.2021	12:00:00

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Entrar Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

Handwritten signature and date: 16/12/2021

ANEXO G

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-091-21(CAGEG 081/2021) SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Nombre Del Participante: Comercializadora Internacional de Compresores S.A. de C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	2 y 3	Lo anterior en referencia a sus especificaciones técnicas solicitadas, dado que solamente vemos en las bases publicadas la siguiente especificación y no sabemos si tienen una especificación más amplia o solo se tiene esta información:	Compresor tríplex reciprocante 3X20HP : Compresor de aire tipo reciprocante libre de aceite "Grado medico" de 20 Hp configuración tríplex (3 x 20Hp), sistema tipo paquete integrado con motores eléctricos 220 v- 240 v, 60 htz, con enfriadores aire- aire, con sistema de secado de aire tipo regenerativo, sistema filtrado aire, sistema de monitoreo con alarmas, tanque de almacenamiento de capacidad mínima 240 galones	Deberán apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo I.
2	2 y 3	Lo anterior en referencia a sus especificaciones técnicas solicitadas, dado que solamente vemos en las bases publicadas la siguiente especificación y no sabemos si tienen una especificación más amplia o solo se tiene esta información:	Compresor cuádruplex reciprocante 4X20HP Compresor de aire tipo reciprocante libre de aceite "Grado medico" de 20 Hp configuración Cuádruplex (4 x 20Hp) sistema tipo paquete integrado con motores eléctricos 440 v-480 v, 60 htz, con enfriadores aire-aire, con sistema de secado de aire tipo regenerativo, sistema filtrado, sistema de monitoreo con alarmas, tanque de almacenamiento de 240 galones mínimo	Deberán apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo I.

ANEXO G

Nombre Del Participante: Eder Ortega Rodríguez

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	1	II.-Información específica de la licitación, inciso (f) lugar y tiempo de entrega	En la tabla especifica especifica fechas de entrega maximas para los equipos licitados. Hacemos referencia que la fabricación de los equipos es de 4 semanas posteriores al acto de fallo. ¿se acepta estas modificaciones a la fecha de entrega de los equipos?	Se aclara que para la partida 1, la fecha máxima de entrega será el 14 de marzo de 2022, dejando sin efecto la fecha señalada en el inciso f) del apartado II Información específica de la Licitación.
2	2 y 3	II.-Información específica de la licitación, inciso (f) lugar y tiempo de entrega	En la tabla especifica especifica fechas de entrega maximas para los equipos licitados. Hacemos referencia que la fabricación de los equipos es de 8-10 semanas posteriores al acto de fallo. ¿Se acepta estas modificaciones a la fecha de entrega de los equipos?	Se aclara qué para las partidas 2 y 3 la fecha máxima de entrega será el 14 de marzo de 2022, dejando sin efecto la fecha señalada en el inciso f) del apartado II Información específica de la Licitación.
3	4	II.-Información específica de la licitación, inciso (f) lugar y tiempo de entrega	En la tabla especifica especifica fechas de entrega maximas para los equipos licitados. Queremos hacer referencia que la entrega del equipo sea de 1 semana posterior al acto de fallo. ¿Se acepta estas modificaciones a la fecha de entrega de los equipos?	Deberán apegarse a la fecha establecida en el inciso f) del apartado II Información específica de la Licitación.
4	2 y 3	Anexo H, columna k alcance de entrega (incluye, instalación calibración, puesta en punto puesta en marcha según aplique)	Para instalación y arranque de los equipos se requiere contar con adecuaciones de obra civil y eléctrica entendemos que estas adecuaciones serán suministradas por el Instituto de salud pública al estado de Guanajuato ya que en el anexo H menciona que no aplica para el licitante ¿podría aclararlo?	Para estas partidas 2 y 3 no se requiere la instalación y arranque de acuerdo a lo establecido anexo H (distribución para entrega) de las bases de la presente licitación.

ANEXO G

Nombre del Participante: Praxair México S de RL de CV

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1, 2 Y 3	II información específica de la licitación inciso f	En la tabla especifican las fechas de entrega máximas para los equipos licitados. Queremos hacer mención que la fabricación de los equipos es de 10 a 12 semanas después de aceptadas las especificaciones, ¿será posible aceptar estas modificaciones a la fecha de entrega de los equipos?	Se aclara qué para las partidas 1, 2 y 3 la fecha máxima de entrega será el 14 de marzo de 2022 , dejando sin efecto la fecha señalada en el inciso f) del apartado II Información específica de la Licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	3 y 3	Anexo I	Para la instalación y arranque de los equipos se requiere contar con adecuaciones de obra civil y eléctricas. Entendemos que estas adecuaciones serán suministradas por el Instituto de salud pública del estado de Guanajuato ¿es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, para la partida 3 no se requiere la instalación y arranque de acuerdo a lo establecido anexo H (distribución para entrega) de las bases de la presente licitación
2	1,2 y 3	Anexo I	Pedimos a la convocante confirmar si para la partida 1, 2 y 3, solo es entrega, no requiere instalación y puesta a punto	Para las partidas 1, 2 y 3 no se requiere la instalación y arranque de acuerdo a lo establecido anexo H (distribución para entrega) de las bases de la presente licitación.
3	4	Anexo I	En la portada de convocatoria de la licitación donde vienen el resumen de las bases, aparece que para la partida 4 se considera un manifold AUTOMATICO de 3x3 y en el ANEXO I en la partida 4 en la descripción técnica de la misma viene señalado manifold SEMI AUTOMATICO de 3x3.	Se aclara que deberá ser manifold Semi Automático, dejando sin efecto la palabra "Automático" del anexo I

ANEXO G

			¿Podría aclarar?	
4	1	Anexo I	¿En el ANEXO I partida 1 viene considerada una alimentación eléctrica de 220-240V 60 Hz, es correcto esto o debe ser 110V 60 Hz? ¿Podría aclarar?	Deberán apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo I.
5	2	Anexo I	¿En el ANEXO I partida 2 especifican motor eléctrico 220-240V 60 Hz, es correcto o debe ser 440-480V 60 Hz? ¿Podría aclarar?	Deberán apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo I.
6	3	Anexo I	¿En el ANEXO I partida 3 especifican motor eléctrico 440-480V 60 Hz, es correcto o debe ser 220-240V 60 Hz? ¿Podría aclarar?	Deberán apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo I.
7	4	Anexo I	En el ANEXO I partida 4, no viene especificada la alimentación eléctrica, ¿consideramos 110 o 220V 60 Hz? ¿Podría aclarar?	Se aclara que la alimentación eléctrica de la partida 4 deberá corresponder a 220V 60 Hz,

Documento en versión pública por contener información clasificada como confidencial

Tabla Campos

I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica	II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública	III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman	IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma	V. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica	VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.
Dirección General de Recursos Materiales Y Servicios Generales	Contratos, Anexos Y Actas de Comité	1) En el caso de persona moral: i) Fimas y rúbricas de las personas que no son servidores públicos, ii) nombres y firmas de las personas que firman los documentos de las afianzadoras. 2) En el caso de persona física: i) Fimas y rúbricas de las personas que no son servidores públicos, claves y números de identificación oficial de la persona física y iii) nombres y firmas de las personas que firman los documentos de las afianzadoras.	Artículo 77, fracciones I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. . Artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato	José Luis Cuellar Franco 	RCT_0447_2017 de fecha 4 de mayo de 2017

JA

1

