



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-54503322-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50257454	200.00	PZA	<p>AUXILIAR AUDITIVO PERDIA PROFUNDA</p> <p>Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190039890 00010 Agrup. Carrito 3000022333 0001</p> <p>Entrega en: HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO LA HACIENDA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: OCHO A DIECISEIS CANALES Y OCHO A DIECISEIS BANDAS DE FRECUENCIA O EQUIVALENTE. PROGRAMABLE POR COMPUTADORA MEDIANTE HI PRO. COLORES VARIOS. AL MENOS TRES PROGRAMAS DIFERENTES DE ESCUCHA. CANCELACION DE RETROALIMENTACION AUTOMATICO, ADAPTATIVO O DINAMICO. TONOS DE ALERTA PARA BATERIA BAJA. ENTRADA DIRECTO DE AUDIO. SELECCION DE METODOS DE COMPRESION. NIVEL DE PRESION DE SALIDA OSPL COMO MINIMO DE 144 DB EN ADELANTE EN SIMULADOR DE OIDO, CONTROL DE VOLUMEN. CONTROL DE VOLUMEN. REDUCCION O SUPRESION ADAPTATIVA DEL RUIDO. TRANSPOSICION DE FRECUENCIAS. REDUCTOR DE REVERBERACION. INDICADOR LED. SUPRESOR ADAPTATIVO PARA RUIDOS SUAVES. GANANCIA MAXIMA CON UN PICO MINIMO DE 84 DB EN SIMULADOR DE OIDO. RANGO DE FRECUENCIA DE 100-7100 HZ CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5% EN CADA LIMITE EN SIMULADOR DE OIDO. PORCENTAJE DE DISTORSION EN 800 HZ Y 1600 HZ MENOR O IGUAL A 3% EN SIMULADOR DE OIDO. DOCE PILAS QUE CORRESPONDAN AL TAMAÑO Y VOLTAJE ADECUADO PARA AUXILIAR QUE SE OFERTA Y PROBADOR DE PILAS. CEPILLO DE LIMPIEZA Y ESTUCHE RIGIDO PARA AUXILIAR AUDITIVO. DESHUMIDIFICADOR POR CADA AUXILIAR AUDITIVO. MOLDE DE IMPRESION Y UN MOLDE YA TERMINADO O ADAPTACION ABIERTA POR# CADA AUXILIAR AUDITIVO. EL MATERIAL UTILIZADO PARA LA TOMA DE IMPRESION DEBERA SER A BASE DE POLIVINILSILOXANO CON SUS RESPECTIVOS OTOBLOCKS EN SU REALIZACION, ESPECIFICAMENTE EN HULE ESPUMA (PROTECTORES DE TIMPANO PARA TOMA DE MOLDES), EL MOLDE TERMINADO EN SILICON. EL MATERIAL DEBERA PRESENTARSE EN ENVASES ORIGINALES. INSTRUCTIVO DE USO EN IDIOMA ESPAÑOL POR CADA AUXILIAR. GARANTIA DE 2 AÑOS DEL AUXILIAR AUDITIVO. UN EQUIPO HIPRO PARA PROGRAMACION POR COMPUTADORA. SOFTWARE ORIGINAL PARA PROGRAMACION COMPATIBLE CON HIPRO Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O# SUPERIOR. CATALOGO Y FICHA TECNICA EN ESPAÑOL. SEIS JUEGOS DE CABLES Y ZAPATAS (DERECHO E IZQUIERDO) PARA PROGRAMACION DE LOS AUXILIARES AUDITIVOS COMPATIBLES CON HIPRO. ///</p>
2	50257461	28.00	PZA	<p>KIT TRANSFEMORAL MOV. 2</p> <p>Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190039899 00010 Agrup. Carrito 3000022339 0001</p> <p>Entrega en: HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO LA HACIENDA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: PIE SACH DINAMICO+KIT MODULAR DE ACERO INOXIDABLE TRANSFEMORAL+ RODILLA 4 BARRAS+VALVULA</p>



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
3	50257456	11.00	PZA	<p>DE SUCCION IMPORTADA CON DOMMIES+BOLSA DE COLOCACION IMPORTADA. ///</p> <p>KIT TRANSTIBIAL MOVILIDAD 1</p> <p>Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190039899 00020 Agrup. Carrito 3000022339 0002</p> <p>Entrega en: HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO LA HACIENDA México/GTO</p> <p>Descripción técnica: PIE SACH DINAMICO+KIT MODUAR TRANSTIBIAL+RODILLERA SILICON ///</p>