



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
40051001-058-22 (CAGEG-031/2022)		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50531452	1.00	PZA	COMBO ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040069 00010 Agrup. Carrito 3000022506 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: EQUIPO COMBINADO DE 2 CANALES DE ELECTROTERAPIA INDEPENDIENTES Y UNCANAL DE ULTRASONIDO , PANTALLA TACTIL A COLOR DE 4.3 PULGADAS ,PROTOCOLOS PREDEFINIDOS , PROTOCOLOS DEFINIDOS POR EL USUARIO Y OPCIONDE GUARDARLOS CON LOS DATOS DEL PACIENTE O POR PATOLOGIA, ENCICLOPEDIATERAPEUTICA CON IMAGENES ANATOMICAS A COLOR, GUIA TERAPEUTICA QUEINDICA LA FORMA DE APLICACION DE CADA TERAPIA POR PATOLOGIA, MODULO DEELECTRODIAGNOSTICO QUE PERMITE IDENTIFICAR PUNTO MOTOR, GRAFICAR CURVAI/T, MEDICION DE CRONAXIA, REOBASE Y CALCULO DEL COEFICIENTE DEACOMODACION, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CORRIENTES : GALVANICA ,DIADINAMICAS (TIPO DF , MF , CP , LP , CP-ISO) , TRABERT ULTRA-REIZ ,FARADICA , NEOFARADICA , ESTIMULACION RUSA , PULSOS RECTANGULARES , TENS(SIMETRICO , ASIMETRICO Y ALTERNO) , INTERFERENCIAL DE 2 POLOS ,INTERFERENCIAL DE 4 POLOS , PULSOS TRIANGULARES , PULSOS EXPONENCIALES ,PULSOS EXPONENCIALES CON RAMPa , PULSOS COMBINADOS , VECTOR ISOPLANAR ,VECTOR BIPOLAR , PULSOS INTERRUMPIDOS , CORRIENTE LEDUC , ONDA H ,MICROCORRIENTES , MEDIA FRECUENCIA , ESTIMULACION ESPASTICA HUFSCHEIDT ,ESTIMULACION ESPASTICA JANTSCH , ALTO VOLTAJE , PULSOS IG , PULSOS DECORRIENTE MODULADA , CORRIENTE VMS , CORRIENTE KOTZ , EPIR , SECUENCIASPROGRAMABLES EN ULTRASONIDO Y ELECTROESTIMULACION, ULTRASONIDO CONCABEZAL MULTIFRECUENCIAL DE 1 Y 3 MHZ DE 5 CM2 SUMERGIBLE CON INDICACIONVISUAL Y AUDIBLE DE CONTACTO, CABEZALES OPCIONALES DE 1 CM2 Y 4x3 CM2,6x3 CM2 (MANOS LIBRES), PERMITE TENER DOS CABEZALES CONECTADOSSIMULTANEAMENTE , FRECUENCIA MODULAR DE 10 A 150 HZ, PORCENTAJE PULSATILDEL 5 AL 95 % EN PASOS DE 1, PRESELECCIONADO DE 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1DE LA INTENSIDAD SELECCIONADA Y CONTINUO, INTENSIDAD MAXIMA EN MODOCONTINUO DE 2 W/CM2 , INTENSIDAD MAXIMA EN MODO PULSADO 3 W/CM2 , AREAEFECTIVA DE RADIACION (ERA) DE 5 CM2, BNR DE 3 +/-30%, CALENTAMIENTO DELCABEZAL, OPCION DE APLICACION CON FRECUENCIA ALTERNADA SIN INTERRUPCIONDEL TRATAMIENTO, EQUIPO MULTILINGUE , MODULO DE AUTOCALIBRACION DELCABEZAL, IDENTIFICACION Y CHEQUEO DE ACCESORIOS , ADAPTADOR DE CORRIENTE, BATERIA OPCIONAL, GEL DE 300 ML Y GUIA DE USUARIO, INCLUYE 4ELECTRODOS DE CAUCHO DE 5 x 7 Y ESPONJAS, DOS CABLES DE ELECTRODOS, SETDE 8 BANDAS DE SUJECION. ///
2	50531778	1.00	PZA	ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00010 Agrup. Carrito 3000022507 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS, AJUSTABLES, CON SOPORTE PARA 3, 4 O 6 LENTES ESTANDAR (38 MM) DE# CADA LADO; 3 GIRATORIAS A 360 PARA CILINDROS Y TRANSPORTADOR GRADUADO PARA LECTURA DEL EJE CILINDRICO.#2. DISTANCIA VARIABLE INTERPUPILAR GRADUADA DE 24 A 38 MM EN CADA LADO.#3. VARILLAS AJUSTABLES Y PUENTE.# MOVIBLE HORIZONTAL Y VERTICALMENTE. ///
3	50531949	1.00	PZA	ASPIRADOR GASTRICO SUCCION CONTINUA Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00020 Agrup. Carrito 3000022507 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. ASPIRADOR PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE #2. MODO DE OPERACION CONTINUO E INTERMITENTE#3. FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE BOMBA: DE PISTON, DIAFRAGMA O VENA ROTATORIA.#4. CON UN FLUJO:#4.1. PARA MODO CONTINUO 20 L/MIN O MAYOR.#4.2. PARA MODO INTERMITENTE 3 L/MIN O MAYOR.#5. CONTROLES PARA:#5.1. ENCENDIDO Y APAGADO.#5.2. REGULACION DEL NIVEL DE SUCCION.#5.3. SELECCION DE SUCCION CONTINUA O INTERMITENTE.#5.4. AJUSTE DE TIEMPO PARA SUCCION INTERMITENTE#6. REGULACION DEL NIVEL DE SUCCION POR VALVULA O CONTROL ELECTRONICO.#7. AJUSTE DE LA PRESION DE SUCCION#7.1. PARA MODO CONTINUO 250 MMHG O SU EQUIVALENTE (33 KPA, 333 MBAR O 9.8INHG) O MAYOR.#7.2. PARA MODO INTERMITENTE 200 MMHG O SU EQUIVALENTE (26 KPA, 266 MBAR O 7.9 INHG) O MAYOR. #8. NIVEL MAXIMO DE RUIDO 60 DB#9. CON AL MENOS DOS RECIPIENTES DE POLICARBONATO GRADUADO REUSABLES. #10. CAPACIDAD DE CADA RECIPIENTE 600 ML COMO MINIMO.#11. CON PROTECCION DE SOBRE FLUJO Y FILTRO HIDROFOBICO.#12. CON FILTRO ANTIBACTERIAL HIDROFOBICO EN LA SALIDA DEL AIRE.#13. CON CARRO DE TRANSPORTE O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS.#14. CON MANGUERAS, CONECTORES Y ADAPTADORES QUE# PERMITAN EL USO INMEDIATO DEL ASPIRADOR.#15. ALIMENTACION ELECTRICA 120 V +/- 10% @ 60 HZ. ///
4	50531498	12.00	PZA	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00040 Agrup. Carrito 3000022507 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO1. BASCULA ELECTRONICA1.1. DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO DIGITAL.1.2. RANGO DE MEDICION DE 0 A180 KILOGRAMOS O MAYOR.1.3. RESOLUCION: 100 GRAMOS O MENOR.1.4. SENSIBILIDAD DE 100 GRAMOS O MENOR (50 GRAMOS).1.5. FUNCIONESHOLD Y TARA.1.6. INDICE DE MASA CORPORAL (BMI Y / O IMC).1.7. AJUSTE AUTOMATICO A VALOR CERO.1.8. INDICADOR DE BATERIABAJA.1.9. APAGADO AUTOMATICO.2. ESTADIMETRO:2.1. RANGO DE MEDICION DE ALTURA DE 60 A 195 CM O MAYOR.2.2. ACERO O ALUMINIOANODIZADO.2.3. ESCALA FABRICADA EN ALUMINIO MATE CON ESCALA GRABADA, EN CENTIMETROS O SISTEMA DIGITAL.2.4. RESOLUCION DE 1 MMINIMO.2.5. MECANISMO TELESCOPICO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
5	50531793	1.00	PZA	PLEGABLE CON TOPE O CORREDERA.2.5.1. SUJETO AL CUERPO DE LA BASCULA CON UN SISTEMA QUEGARANTICE UNA PERFECTA FIJACION.2.5.2. AMBAS BARRAS DEBEN SER DE UNA SOLA PIEZA.3. INCLUYE:3.1. CARGADOR DE BATERIAS.3.2.REGATONES PARA NIVELACION.4. ALIMENTACION ELECTRICA DEL CARGADOR DE 120 V ± 10% " 60 HZ. /// BASCULA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00060 Agrup. Carrito 3000022507 0006 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1.- PLATAFORMA ESTABLE CON RAMPA QUE PERMITA EL FACIL ACCESO PARA LA SILLA DE RUEDAS.#2.- DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA.#3.- RANGO DE MEDICION: 0 A 300 KILOGRAMOS O MAYOR.#4.- DIVISION: 100 GRAMOS O MENOR.#5.- FUNCION QUE ELIMINE EL PESO ADICIONAL DE LA SILLA DE RUEDAS Y/O ACCESORIOS (FUNCION#TARA).#6.- FUNCION DE RETENCION QUE PERMITA MANTENER LA MEDICION DE LOS PACIENTES QUE SE#HAN DESPLAZADO DE LA BASCULA.#7.- INDICE DE MASA CORPORAL (BMI Y/O IMC).#8.- ACCESORIOS:#8.1- BARANDAL (ES)#8.2.- SOPORTE PARA DISPLAY#9.- ALIMENTACION ELECTRICA 120V +/- 10% @ 60 HZ. ///
6	50532229	1.00	PZA	CARRO CAMILLA ADU Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00070 Agrup. Carrito 3000022507 0007 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTE.#2. QUE SOPORTE UN PESO DE 225 KG. COMO MINIMO O MAYOR.#3. QUE PERMITA LAS SIGUIENTES POSICIONES EN FORMA HIDRAULICO Y/O NEUMATICO: #3.1. TRENDELEMBURG 12° COMO MINIMO.#3.2. TRENDELEMBURG INVERTIDO 12° COMO MINIMO.#3.3. SECCION DE ESPALDA O FOWLER CON SISTEMA NEUMATICO QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 87° COMO MINIMO.#3.4. ALTURA VARIABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 56 A 86 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHON).#4. SUPERFICIE DE LA CAMILLA RIGIDA.#5. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 190CM DE LARGO X 64 CM DE ANCHO. TOLERANCIA +/-5%.#6. DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL 215CM, ANCHO TOTAL 82 CM. TOLERANCIA +/-5%.#7. BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES.#8. TOPE PROTECTOR CONTRA GOLPES.#8.1 UNO EN CADA ESQUINA DE LA CAMA, #8.2. QUE GIRE SOBRE SU PROPIO EJE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.#8.3 FABRICADA EN POLIMERO MACIZO.#9. COLCHON DE POLIURETANO DE 6 CM DE ESPESOR COMO MINIMO, DE ALTA DENSIDAD, ANTIESTATICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LIQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO. DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA Y DIMENSIONES ACORDE AL# MODELO.#10. BASE O COMPARTIMIENTO INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE OXIGENO Y PERTENENCIAS DEL PACIENTE.#11. RUEDAS ANTIESTATICAS O CONDUCTIVAS DE 20 CM DE DIAMETRO, COMO MINIMO.#12. CON SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PARA FACILITAR LA CONDUCCION DE LA CAMILLA.#13. CON SISTEMA DE FRENADO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS.#14. CAPACIDAD DE COLOCAR POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CUATRO ESQUINAS. #15. CINTURONES DE SUJECION PARA EL PACIENTE, AL MENOS DOS.#16. GANCHOS PARA BOLSAS DE DRENAJE EN AMBOS LADOS DE LA# CAMILLA.#17. ACCESORIOS:#18 POSTE DE INFUSIONES (PORTAVENOCCLISIS). ///
7	50531674	1.00	PZA	CISTOURESTROSCOPIO RIGIDO TRAB Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00090 Agrup. Carrito 3000022507 0009 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: CISTOURESTROSCOPIO (RIGIDO DE TRABAJO)1.- CISTOSCOPIO1.1.- ÓPTICA 0° O 7°1.2.- DIÁMETRO MÁXIMO DE 9 FR. Ó CHARR.1.3.- LONGITUDMÁXIMA DE 160 MM.1.4.- ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.1.5.- CABLE CONDUCTOR DE LUZ DE LONGITUD MÍNIMA DE 230 CM COMPATIBLE CON ELENDOSCOPIO Y CON LA FUENTE DE LUZ DE LA UNIDAD MEDICA.1.6.- CANAL DE TRABAJO DE MÍNIMO 3 CHARR O FR.1.7.- CON CANAL DE IRRIGACIÓN LLAVES DE PASO INTEGRADAS2.- EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE VAPOR.2.1.- FLEXIBLE Y COMPATIBLE CON ELDIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO.2.2.- PINZA DE AGARRE.2.3.- PINZA DE BIOPSIA3.- DEBE INCLUIR3.1.- DOS ELECTRODOS DE BOTÓN.3.2.-CABLE DE ALTA FRECUENCIA.3.3.- CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE Y GUARDA ADECUADO PARA EL EQUIPO. ///
8	50531625	37.00	PZA	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE (ADULTO) Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00100 Agrup. Carrito 3000022507 0010 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE (ADULTO)1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO:1.1. ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO.2. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS EN SILICON O GOMA LAVABLES.3. MUELLE EXTERNO O INTEGRADO EN FORMA DE U.4. LIBRE DE LATEX.5. TUBO FLEXIBLE CON UN LARGO DE MINIMO 50 CM A PARTIR DE LA Y.6. CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE:6.1. CON VASTAGO O CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO.6.2. CON VALVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA.7. CAPSULA GRANDE PARA MEMBRANA EN EL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIAMETRO:7.1. MEMBRANA O DIAFRAGMA ACUSTICA FABRICADA DE MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO.7.2. SISTEMA QUE PERMITA EL CAMBIO DE LA MEMBRANA Y CUBRA EL BORDE DEL DIAFRAGMA8. CAPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIAMETRO:8.1. CON ANILLO DE GOMA O SILICON O PLASTICO GRADO MEDICO PARA CUBRIR EL BORDE DE LA CAMPANA. ///
9	50530809	3.00	PZA	ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA PEDIATRICO Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00110 Agrup. Carrito 3000022507 0011 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: CLAVE DIB:ESTE-DOBL-03.1-CT-14, ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA PEDIATRICO,1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO.1.1. ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OIDO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DEL USUARIO.2. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICON O GOMA OPLASTICO GRADO MEDICO, LAVABLES.3. UN TUBO FLEXIBLE UN LARGO DE MINIMO 50 CM.4. CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION FABRICADA ENACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO.4.1. CON VASTAGO O CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO.4.2. CON VALVULA SELECTORAO SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA.5. CAPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO.3.5 A 4 CM DE DIAMETRO.5.1.MEMBRANA O DIAFRAGMA ACUSTICA FABRICADA DE UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO.5.2. ANILLO DE GOMA, SILICONO PLASTICO GRADO MEDICO CON ROSCA.6. CAPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 2.5 A 3 CM DE DIAMETRO.6.1. CON ANILLO DE GOMA O SILICONO PLASTICO GRADO MEDICO. ///
10	50531217	1.00	PZA	INFANTOMETRO PORTATIL Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00120 Agrup. Carrito 3000022507 0012 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: INFANTOMETRO PORTATIL1. INFANTOMETRO2. METALICO Y/O ACRILICO3. MEDICION DE LONGITUD DE 40 CM O MENOR HASTA 90 CM O MAYOR.4.ESCALA GRADUADA EN CENTIMETROS O DIGITAL5. RESOLUCION DE 0.5 CM.6. CURSOR DESLIZABLE PARA AJUSTAR LA MEDICION7. TOPE A 90° PARACABEZA Y PIES8. INCLUYE:8.1 ESTUCHE PARA GUARDA ///
11	50532237	26.00	PZA	LAMPARA DE EXAMINACION LED Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00130 Agrup. Carrito 3000022507 0013 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. LAMPARA DE EXAMINACION DE UN LED, CABEZAL PEQUEÑO.#2. FUENTE DE LUZ CON LED BLANCO.#3. INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES COMO MINIMO A UNA DISTANCIA ENTRE 40 Y 60 CM.#4. TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 GRADOS KELVIN COMO MINIMO.#5. TIEMPO DE VIDA UTIL DEL LED 50,000 HORAS COMO MINIMO.#6. CABEZAL DE ILUMINACION COMPACTA.#7. LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE DE 79 CM COMO MINIMO.#8. CON DIAMETRO DE ILUMINACION VARIABLE EN EL RANGO DE 4 A 25 CM A UNA DISTANCIA DE 40 CM.#9. BASE RODABLE ESTABLE CON AL MENOS 5 RUEDAS.#9.1. RUEDAS CON FRENO (AL MENOS 2 DE ELLAS).#9.2. EJE DE LA LAMPARA CON CAPACIDAD DE GIRO (360°)#9.3. ALTURA AJUSTABLE DESDE 70 CM HASTA 90 CM O MAYOR.#10. ALIMENTACION ELECTRICA DE OPERACION: 120V +/-10% @60HZ. ///
12	50531907	4.00	PZA	LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACC Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00140 Agrup. Carrito 3000022507 0014 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1.- LAMPARA FRONTAL DE LED CON BATERIAS RECARGABLES. #2.- LAMPARA DE LED DE LUZ BLANCA.#3.- CON CINTA O BANDA CRANEAL LIGERA, RESISTENTE CON CUBIERTA ACOJINADA Y LAVABLE. #4.- CON SISTEMA DE FIJACION AJUSTABLE PARA EL PERIMETRO Y ALTURA CEFALICOS. #5.- MOVIMIENTO DE LA LAMPARA EN EL EJE VERTICAL DE HASTA 200

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				GRADOS O MAYOR.#6.- CON CONTROL DE INTENSIDAD DE ILUMINACION. #7.- CON REGULACION DEL DIAMETRO DEL HAZ DE LUZ EN EL RANGO DE 6.5 A 8 CM COMO MINIMO Y UNA DISTANCIA DE 40 CM COMO MINIMO. #8.- INTENSIDAD DE LUZ DE 11,000 LUXES COMO MINIMO A UNA DISTANCIA DE 25 CM COMO MINIMO.#9.- TEMPERATURA DE COLOR DE 5000 GRADOS KELVIN COMO MINIMO.#10.-TIEMPO DE VIDA UTIL DE LA LAMPARA LED 50,000 HORAS COMO MINIMO. #11.- BATERIA(S) RECARGABLE(S) CON DURACION DE AL MENOS 4 HORAS. #12.- CARGA DE LA BATERIA A TRAVES DE CARGADOR DE ESCRITORIO DE LA MISMA MARCA, O MIENTRAS EL EQUIPO ESTE CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA. #13.- INDICADOR DEL NIVEL DE BATERIA. #14.- PESO DEL EQUIPO MAXIMO DE 375 G. #15.- CON SISTEMA QUE PERMITA EL USO DE LUPAS.#16.- ACCESORIOS: #16.1.- BATERIA RECARGABLE ADICIONAL DE RESPALDO DE LA MISMA MARCA.#16.2.- ESTUCHE PARA GUARDA Y TRANSPORTE O# MALETIN DE MATERIAL RIGIDO.#17. ALIMENTACION ELECTRICA 120 V +/- 10%, 60 HZ. ///
13	50531731	1.00	PZA	LENSOMETRO Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00150 Agrup. Carrito 3000022507 0015 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "1. EQUIPO UTILIZADO PARA MEDIR LA ESFERA DE UNALENTE, EL APICE DE DIOPTRIA, EL EJE CILINDRICO, EL GRADO PRISMATICO, EL CENTROOPTICO DE UNALENTE Y EL PODER DE ADICION DE LOS BIFOCALES.2. ALTA SENSIBILIDAD Y ESTABILIDAD PARA LEER LOS LENTES SUELTOS O ENSU MARCO.3. CON INCLINACION AJUSTABLE.4. MARCADOR PARA EL EJE DE LENTES.5. PLATINA PARA COLOCACION DE LENTES AJUSTABLE ENALTURA.6. DIAMETRO DEL TAMAÑO DE LOS LENTES DE 15 A 90 MM O MAYOR.7. LECTURA DE LENTES ESFERICOS Y CILINDRICOS DENTRO DE UNRANGO DE -25 A + 25 DIOPTRIAS EN PASOS DE 0.25 D.8. LECTURA DE EJES CON TAMBOR DE 0 A 180° EN PASOS DE 1°.9. OCULAR CON LECTORDE ENFOQUE.10. LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.11. ALIMENTACION ELECTRICA DE OPERACION: 120V @ 60 HZ +/- 10%." ///
14	50531780	1.00	PZA	REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00210 Agrup. Carrito 3000022507 0021 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. APARATO QUE REALIZA AUTORREFRACCION Y QUERATOMETRIA EN DIFERENTES TIPOS DE PACIENTES (AUN CON CATARATA O CONLENTE INTRAOCULAR)#2. AUTORREFRACTOR Y QUERATOMETRO CON PANEL DE CONTROL A 90 O 180 GRADOS, CON ALINEAMIENTO AUTOMATICO.#3. MEDICION DE ESFERA DENTRO DEL RANGO DE -17D A +20D, EN PASOS DE 0.12D Y 0.25D.#4. MEDICION DEL CILINDRO EN EL RANGO DE -7D A +7D, CON PASOS DE 0.12D A 0.25D.#5. MEDICION DEL RANGO DEL EJE DE 0 A 180° EN PASOS DE 1 GRADO.#6. LINEAS DE AGUDEZA DE 20 / 15 A 20 / 400, DISTANCIA AL VERTICE DE 0.0, 10.5, 12.0, 13.5, 16.5 MM. #7. RANGOS DE QUERATOMETRIA DE 30.00D A 60.00D EN PASOS DE 0.12D. #8. CONTROL DE ENFOQUE QUE PERMITE DETERMINAR EL MISMO POR SUPERPOSICION DE IMAGENES.#9. EJE DE 0 A 180° EN PASOS DE 1 GRADO, #10. CON IMPRESORA INTEGRADA. #11. CON MENTONERA INTEGRADA.PANTALLA DE 5 #. CRT.#12. INTERFASE RS-232C Y VIDEO #13.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
15	50532239	3.00	PZA	ACCESORIOS: #13.1. CARTILLAS STARBUST, SNELLEN, ROJO-VERDE, VISION CERCANA, BAJO CONTRASTE Y PARA NIÑOS. IMPRESION DE REFRACCION OBJETIVA, SUBJETIVA, VISION CERCANA, AGUDEZA VISUAL, BAJO CONTRASTE, QUERATOMETRIA, DISTANCIA AL VERTICE Y DISTANCIA INTERPUPILAR.. #13.2. .MESA CON AJUSTE DE ALTURA MOTORIZADA. #13.3.# REGULADOR DE VOLTAJE.#14. ALIMENTACION ELECTRICA 120 V +/- 10% @ 60 HZ.# /// REFRIGERADOR PARA VACUNAS 12 PIES Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00220 Agrup. Carrito 3000022507 0022 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. CAPACIDAD DE 12 FT3, +/- 1 PIE CUBICO, INCLUYENDO CONGELADOR.2. CONGELADOR:2.1. COLOCADO EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR DEL REFRIGERADOR CAPAZ DE MANTENER UNA TEMPERATURA HOMOGENEA Y CONSTANTE EN EL REFRIGERADOR.2.2. CAPACIDAD DEL CONGELADOR ENTRE 1 Y 2 PIES CUBICOS.2.3. DIFUSOR DE AIRE CIRCULANTE QUE OPTIMIZA LA UNIFORMIDAD DE TEMPERATURAS EN TODO EL REFRIGERADOR.2.3.1. CON PARO DE DIFUSOR POR ABERTURA DE PUERTA PRINCIPAL DEL REFRIGERADOR.2.4. CON UNA PUERTA INDIVIDUAL INTERNA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON AISLANTE.2.5. MECANISMO DE AUTO CIERRE.2.6. DESHIELO AUTOMATICO POR MEDIO DE CIRCULACION INVERSA DE GAS CALIENTE O RESISTENCIA.2.7. CHAROLA DE ESCURRIMIENTO REMOVIBLE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 COLOCADA DEBAJO DEL CONGELADOR CON DESAGÜE A LA CHAROLA DE RECEPCION DE CONDENSADOS.3. TEMPERATURA:3.1. CONTROL MICROPROCESADO DE TEMPERATURA CON DISPLAY DIGITAL DE AL MENOS 3 DIGITOS CON UN DIGITO PARA PUNTO DECIMAL Y SISTEMA DE PARO-ARRANQUE AUTOMATICO DEL COMPRESOR CON BATERIA RECARGABLE PARA FUNCIONAMIENTO DE AL MENOS 36HRS.3.2. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8° C COMO INTERVALO DE CONTROL.3.3. FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42° GRADOS CENTIGRADOS.3.4. CONTROLES PARA AJUSTE DE TEMPERATURA Y ALARMAS.4. ALARMAS:4.1. AUDIBLES Y VISUALES QUE SE ACTIVEN (PROTEGIDAS CON BATERIAS EN CASO DE FALLA ELECTRICA CON SOPORTE DE BATERIA RECARGABLE DE 36HRS).4.1.1. EN CASO DE FALLA DE SUMINISTRO ELECTRICO.4.1.2. INDICADOR DE BATERIA BAJA.4.1.3. POR ABERTURA DE PUERTA DESPUES DE 1 MIN.4.1.4. PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS.4.1.5. FALLA DEL SENSOR DE TEMPERATURA.5. PUERTA:5.1. PUERTA PRINCIPAL SOLIDA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.5.2. EMPAQUE MAGNETICO CON SELLADO HERMETICO.5.3. MECANISMO DE AUTO CIERRE.5.4. CERRADURA QUE EVITE EL CONTACTO CON EL SELLO HERMETICO DE LA PUERTA.5.4.1. INCLUYE: LLAVE Y DUPLICADO.5.5. EN LA PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 SIN MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES.5.6. CON ESPESOR MINIMO DE 5 CM. AISLAMIENTO DE ESPUMA PRESURIZADA DE POLIURETANO.5.7. CON MANIJA FIRME PARA ABERTURA DE PUERTA Y SER INDEPENDIENTE DE LA CERRADURA.6. PANELES INTERNOS Y EXTERNOS:6.1. DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ESPESOR MINIMO DE 5 CM.6.2. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA DE POLIURETANO RIGIDA LIBRE DE CFC`S.7. COMPRESOR:7.1. SELLADO HERMETICAMENTE.7.2. SILENCIOSO.7.3. LIBRE DE MANTENIMIENTO.7.4. CAPACIDAD DE ¼ HP MINIMO.7.5. SISTEMA PARO-ARRANQUE AUTOMATICO.7.6. FUNCIONAMIENTO CON GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO (R-134 A).8. CONDENSADOR:8.1.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DINAMICO DE LIBRE DE MANTENIMIENTO.8.2. CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO.9. GRAFICADOR DE TEMPERATURA:9.1. RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A +25°C.9.2. DISCO CIRCULAR PARA GRAFICADOR DE 4 A 6 PULGADAS DE DIAMETRO, PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS.9.3. TRES PLUMILLAS DE REPUESTO, PARA REGISTRAR TEMPERATURAS.9.4. SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL CUERPO DEL REFRIGERADOR.9.5. PRECISION DEL SENSOR DE + / - 1°C.9.6. CON FUNCIONAMIENTO DE CORRIENTE ELECTRICA Y BATERIAS DE RESERVA HASTA POR 36 HORAS.9.7. AJUSTABLE Y CALIBRABLE PARA OBTENER UN REGISTRO PRECISO DE TEMPERATURA.9.8. INCORPORADO EN EL CUERPO DEL REFRIGERADOR.10. INTERIOR:10.1. 4 PARRILLAS AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.10.2. 4 CHAROLAS O CANASTILLAS CON PERFORACIONES NO MAYORES A 1CM. CON ESQUINAS REDONDEADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE PARA ESTIBAR VACUNAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.10.3. ILUMINACION INTERIOR CON LUZ LED QUE SE ENCIENDA AL ABRIR LA PUERTA.11. REGATONES NIVELADORES CON BASE AISLANTE PARA SUPERFICIES IRREGULARES, CON ESTRUCTURA DE ACERO.12. EL REFRIGERADOR DEBE PRESENTAR UN ACABADO AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ESPESOR MINIMO DE 5 CM SIN PARTES FILOSAS, REBABAS, SOBRANTES O FALTANTES DE MATERIAL EN EL GABINETE, EN LA PUERTA Y EN LAS PARRILLAS.13. ACCESORIOS:13.1. CAJA CON 100 HOJAS PARA REGISTRO.14. EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON REGULADOR INTERCONSTRUIDO DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS, SISTEMA DE PROTECCION CONTRA VARIACIONES DE VOLTAJE DE 90 A 140 V, CON BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMATICO.15. ALIMENTACION ELECTRICA 120V +/-10% @60HZ.. ///
16	50540745	1.00	PZA	RETINOSCOPIO LINEAL Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00230 Agrup. Carrito 3000022507 0023 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. MANGO DE BATERIAS RECARGABLES.2. LAMPARA HALOGENA ALTO BRILLO.3. EL FILTRO POLARIZANTE LINEAL CRUZADO.4. MANGA DE ENFOQUEEXTERNO.5. OPTICA SELLADA.6. INCLUYE ADITAMENTO PARA RINOSCOPIA DINAMICA.7. CABEZAL CON GIRO DE 360° Y MOVIMIENTO VERTICAL.8.ESTUCHE RIGIDO. ///
17	50531912	2.00	PZA	SIERRA PARA CORTAR YESO Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00240 Agrup. Carrito 3000022507 0024 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. SIERRA OSCILATORIA.#2. CABEZAL DE LA SIERRA CON REVESTIMIENTO DE PLASTICO O METALICO.#3. MOTOR ELECTRICO.#4. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO.#5. VELOCIDAD OSCILANTE DE 15000 RPM COMO MINIMO.#6. PESO NO MAYOR A 2 KG. #7. SISTEMA O TOPE DE PROTECCION DE PACIENTE.#8. INCLUYE SISTEMA O LLAVE PARA CAMBIO DE DISCOS DE SIERRA.#9. ACCESORIOS: #9.1. (3) HOJAS CIRCULARES PARA VENDAJES DE FIBRA DE VIDRIO Y VENDAJES DUROS, DIAMETROS ENTRE 50 Y 65 MM.#9.2. CABLE DE ALIMENTACION DE TRES METRO, MINIMO.#10. ALIMENTACION ELECTRICA 120 V ± 10% @ 60 HZ, CON Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MEDICO.# ///

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
18	50531878	1.00	PZA	UNIDAD OFTALMOLOGICA Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00260 Agrup. Carrito 3000022507 0026 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1.- UNIDAD OFTALMOLOGICA#2.- SILLON OFTALMOLOGICO ELECTROHIDRAULICO:#2.1.- FORRADO EN MATERIAL PLASTICO LAVABLE#2.2.- ARTICULADO EN RESPALDO, ASIENTO Y DESCANSAPIES#2.3.- CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 120 KILOGRAMOS, COMO MINIMO#2.4.- GIRATORIO 180° COMO MINIMO#2.5.- RECLINACION MANUAL A UN ANGULO DE 100 A 160 GRADOS, COMO MINIMO.#2.6.- AMBOS DESCANSA BRAZOS ABATIBLES.#2.7.- CABEZAL AJUSTABLE.#2.8.- CONECTADO A PANEL DE CONTROL Y A INTERRUPTOR DE PIE#2.9.- ELEVACION DEL SILLON CONTROLADO ATRAVES DE INTERRUPTOR EN EL RESPALDO O DESCANSABRAZO, INTERRUPTOR DE PIE O PEDAL Y PANEL O CONSOLA DE CONTROL.#2.10.- DESCANSAPIES ABATIBLE.#3.- COLUMNA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:#3.1.- PANEL O CONSOLA DE CONTROL CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS:#3.1.1.- ELEVADOR DE SILLON.#3.1.2.- ENCENDIDO Y CONTROL DE INTENSIDAD DE LAMPARA DE EXAMINACION.#3.1.3.- CON TRES FOSOS PORTAINSTRUMENTOS PARA RECARGA DE INSTRUMENTOS DE MANO#3.2.- TRES TOMAS DE ALIMENTACION ELECTRICA COMO MINIMO.#3.3.- LAMPARA DE EXAMINACION CON CONTROL DE INTENSIDAD.#3.4.- BRAZO CONTRABALANCEADO PARA LAMPARA DE HENDIDURA.#3.5.- BRAZO CONTRABALANCEADO PARA FOROPTERO.#3.6.- BRAZO# PARA PROYECTOR DE OPTOTIPOS.#4.- FOROPTERO:#4.1.- REFRACTOR MANUAL.#4.2.- LENTES CILINDRICOS DE 0 A 6 DIOPTRIAS.#4.3.- PASOS 0.25 GIRABLES.#4.5.- PASOS DE 3 A 4 DIOPTRIAS PARA CAMBIOS RAPIDOS.#4.4.- LENTES ESFERICOS -19 +16.75 DIOPTRIAS EN PASOS DE 0.25.#4.6.- CILINDROS CRUZADOS DE 0.25 O 0.50 DIOPTRIAS.#4.7.- VARILLA CON CARTILLA DE VISION CERCANA.#5.- LAMPARA DE HENDIDURA:#5.1.- MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO.#5.2.- CON SELECTOR DE AUMENTOS DE 5 PASOS DE 6X, 10X, 16X, 25X Y 40X. COMO MINIMO.#5.3.- DISTANCIA INTERPUPILAR# AJUSTABLE.#5.4.- OCULARES DE 12.5X.#5.5.- CORRECTOR DE AMETROPIAS 5 DIOPTRIAS COMO MINIMO.#5.6.- PROYECCION DE HENDIDURA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLES ENTRE 0 Y 8 MM. COMO MINIMO.#5.7.- FILTROS: AZUL-COBALTO, VERDE (LIBRE DE ROJO), ANTICALORICO Y NEUTRO.#5.8.- ROTACION DE HENDIDURA 180°#5.9.- LAMPARA PRE-ENFOCADA DE HALOGENO.#5.10.- MOVIMIENTO DE LA LAMPARA HORIZONTAL Y VERTICAL.#5.11.- CONTROLADO CON UN SOLO MANDO.#5.12.- AJUSTE VERTICAL DE FUENTE DE ILUMINACION, MICROSCOPIO Y BARBIQUEJO.#5.13.- PUNTO DE FIJACION.#5.14.- TONOMETRO DE# APLANACION CON ESCALA DE MEDICION DE 0 A 60 MMHG O MAYOR.#5.15.- PRISMA DE CONTACTO CORNEAL.#5.16.- CALIBRADOR.#5.17.- RANGO DE INCLINACION DE 20° COMO MINIMO.#5.18.- CON CAPACIDAD DE CONEXION A VIDEO Y/O FOTOGRAFIA. #6.- PROYECTOR DE OPTOTIPOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:#6.1.- PARA COLOCARSE EN LA UNIDAD DE REFRACCION#6.2.- OBJETIVO PARA PROYECCION DE 2M A 6M O MAYOR. #6.3.- CON AJUSTE DE ANGULO DE PROYECCION.#6.4.- PANTALLA PARA OPTOTIPOS.#6.5.- CON CONTROL REMOTO INALAMBICO PROGRAMABLE.#6.6.- CON LOS OPTOTIPOS:#6.6.1.-# ANILLOS.#6.6.2.- LETRA E O ILETRADOS.#6.6.3.- LETRAS O SNELLEN.#6.6.4.- NIÑOS U OPTOTIPOS.#6.6.5.- RETICULA EN CRUZ.#6.6.6.- PRUEBA DE HAZ O DE CONINCIDENCIA.#6.6.7.- PRUEBA DE DALTON O VERDE-ROJO.#6.6.8.- PRUEBA CUANTITATIVA DE FORIAS.#6.6.9.- ESTEREOPRUEBAS.#7. ALIMENTACION ELECTRICA 120V +/- 10% @ 60 HZ. ///

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
19	50531361	2.00	PZA	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00270 Agrup. Carrito 3000022507 0027 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: "1. UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA, NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO Y MANCHAS.2. EQUIPO CON TECNOLOGIA PIEZOELECTRICA.3. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO REGULABLE EN EL RANGO DE 28 KHZ A30 KHZ, COMO MINIMO4. CONTROL O SELECTOR DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL5. PARA USO EN AL MENOS DOS ESPECIALIDADES: PERIODONCIA Y ENDODONCIA6. ENTRADA PARA ALIMENTACION DE AGUA CON MANGUERA, FILTRO Y CONEXIONESRAPIDAS PARA USO EN UNIDAD DENTAL O DEPOSITO DE AGUA INDEPENDIENTE.6.1 FLUJO DE AGUA REGULABLE: 0-60 ML/MIN7. CONTROL PARA REGULAR EL FLUJO DE IRRIGACION: ROCIO O SPRAY8. PIEZA DE MANO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR; CON LUZ LEDINTEGRADA.9. ACTIVACION A TRAVES DE PEDAL10. ACCESORIOS10.1 (3) INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES10.1.1 FABRICADAS DE TITANIO O ALEACION DE METAL/DIAMANTE/CARBONO10.1.2 INTERCAMBIABLES10.1.3 ESTERILIZABLES EN SUSTANCIAS QUIMICAS O VAPOR10.2 INSERTOS O PUNTAS PARA DIFERENTES APLICACIONES CLINICAS ENPERIODONCIA, PROFILAXIS, ENDODONCIA, REHABILITACION Y RESTAURACION10.2.1 ESTERILIZABLES EN SUSTANCIAS QUIMICAS O VAPOR10.3 LLAVE O HERRAMIENTA PARA INTERCAMBIO DE INSERTOS O PUNTASPERIODONTALES10.4 PEDAL PARA ACTIVACION11. ALIMENTACION ELECTRICA: 120 V +/- 10% @HZ.4. " ///
20	50532178	1.00	PZA	URETEROSCOPIO FLEXIBLE Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040070 00280 Agrup. Carrito 3000022507 0028 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. URETEROSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA CON DIRECCION VISUAL DE DEFLEXION DE 270° O MAYOR HACIA ARRIBA/ABAJO.#3. MANGO ERGONOMICO DE FACIL MANEJO.#4. DIAMETRO MAXIMO DE PARTE PROXIMAL DE 9FR.#5. DIAMETRO MAXIMO DE PUNTA DISTAL DE 7FR.#6. CANAL DE TRABAJO DE 3.6FR.#7. ANGULO DE VISION DENTRO DEL RANGO 85° A 90°#8. LONGITUD DE TRABAJO DE 67 A 70CM.#9. ESTERILIZABLE EN GAS.#10. ACCESORIOS:#10.1. MALETIN PARA GUARDA Y TRANSPORTE.#10.2. PINZA DE AGARRE DE 3FR; (1) REUSABLE O (5) DE UN SOLO USO.#10.3. PINZA DE BIOPSIA DE 3FR; (1) REUSABLE O (5) DE UN SOLO USO.#10.4. (1) ADAPTADOR O (10) VALVULAS PARA INTRODUCCION DE INSTRUMENTOS POR CANAL DE TRABAJO.#10.5. CABLE CONDUCTOR DE LUZ FIBRA OPTICA DE LONGITUD MINIMA DE 230CM COMPATIBLE CON EL ENDOSCOPIO Y CON LA FUENTE DE LUZ DE LA UNIDAD MEDICA (EN CASO DE SER NECESARIO).#10.6. RECIPIENTE PARA GUARDA Y ESTERILIZACION.#10.7. COMPROBADOR DE ESTANQUEIDAD.#10.7.1. CONECTOR PARA COMPROBADOR DE ESTANQUEIDAD EN CASO DE SER NECESARIO.#11. CONSUMIBLES:#11.1. (10) CEPILLOS DE LIMPIEZA DE UN SOLO USO. ///
21	50531654	14.00	PZA	SET INSTRUMENTAL ASEPSIA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
22	50531655	8.00	PZA	Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040073 00010 Agrup. Carrito 3000022510 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SET INSTRUMENTAL ASEPXIA1. PINZA FOERSTER FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM 535.701.1955 (1 PIEZA)2.PINZA FOERSTER O FOESTERS-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MMM 535.701.1880 (1 PIEZA)3. RIÑON DE ACEROINOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD 513.790.0014 (1 PIEZA)4. VASO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 A 250 ML 513.950.0119 (1 PIEZA) /// SET INSTRUMENTAL CURACION Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040073 00020 Agrup. Carrito 3000022510 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SET INSTRUMENTAL CURACION1. MANGO PARA BISTURI DEL N° 3 LARGO 535.608.0589 (1 PIEZA)2. PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SINDIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM 535.701.0833 (2 PIEZAS)3. TIJERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 135 A 140 MM 535.859.0056 (1PIEZA)4. PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM 537.703.9655 (2 PIEZAS)5. PINZA ADSON SIN DIENTES, LONGITUD DE150 A 155 MM 535.701.9743 (2 PIEZAS)6. PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM 535.701.1518 (2PIEZAS)7. PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM 535.701.1419 (1 PIEZA)8. RIÑON DEACERO INOXIDABLE 500 ML DE CAPACIDAD 513.790.0014 (1 PIEZA)9. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO CON RANURA CENTRAL, LONGITUDDE 160 MM 535.716.2683 (1 PIEZA)10. PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM 535.701.0874 (1 PIEZA) ///
23	50532162	1.00	PZA	SET INSTRUMENTAL (OFTALMOLOGIA) Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040073 00030 Agrup. Carrito 3000022510 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. TIJERA MC.PHERSON-WESCOTT, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 95 A 110MM. CCB 537.857.0146 (2 PIEZAS).2. TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD, DE 110 A 120MM. CCB 537.857.0195 (2 PIEZAS).3. PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, PARA SUTURA, ANGULADA, CON DIENTES DE 0.5MM DE ANCHO, LONGITUD DE 100MM. CCB 537.716.0790 (2 PIEZAS).4. PINZA BISHOP-HARMON, PUNTAS EXTRADELICADAS DE 0.12MM. CCB S/C (3 PIEZAS).5. BISTURI QUIRURGICO, MANGO N° 3: CORTO PARA HOJA 15. CCB 535.137.0035 (1 PIEZA).6. TIJERA WESCOTT, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 110 A 115MM. CCB 537.857.1193 (2 PIEZAS).7. ASA ESTRIADA, PARA CRISTALINO (SNELLEN). CCB 537.089.0104 (2 PIEZAS).8. PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, SIN RETEN, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD 130 A 140MM. CCB 537.716.1210 (2 PIEZAS).9. MICROPORTAGUJAS BARRAQUER, CURVO, SIN RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 140MM. CCB 537.716.1202 (2 PIEZAS).10. GANCHO DE SINSKEY, ANGULADO DE 0.2MM, DE DIAMETRO, LONGITUD DE 110 A 120MM. CCB 537.440.1148 (1 PIEZA).11. TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85MM.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CCB 537.857.2068 (2 PIEZAS).12. FORCEPS DE CAPSULORREXIS PUNTA ROMA MANGO PLANO (UTRATA). CCB S/C (2 PIEZAS).13. ESPATULA DE CRUZ OFTALMICA. CCB S/C (1 PIEZA).14. CHOPPER AKAOSHI COMBO MICROINCISION . CCB S/C (1 PIEZA).15. BLEFAROSTATO CASTROVIEJO MEDIANO. CCB 537.109.0217 (3 PIEZAS).16. BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO. CCB 537.109.0084 (3 PIEZAS).17. TIJERA KATZIN, CURVA A LA IZQUIERDA, LONGITUD DE 95 A 100MM. CCB 537.857.0385 (2 PIEZAS).18. TIJERA KATZIN, CURVA A LA DERECHA, LONGITUD DE 95 A 100MM. CCB 537.857.0377 (2 PIEZAS).19. PINZA DE CORNEA 0.12MM. CCB S/C (3 PIEZAS).20. TIJERA VANNAS, RECTA, LONGITUD 80 A 90MM. CCB 537.857.2233 (2 PIEZAS).21. PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.12 O 0.15MM DE ANCHO, LONGITUD DE 100MM CCB 537.703.1454 (2 PIEZAS).22. PINZA MC PHERSON, RECTA, CON DIENTES Y PLATAFORMA. CCB 537.702.0473 (1 PIEZA).23. PINZA MC PHERSON, ANGULADA, SIN DIENTES, CON PLATAFORMA. CCB 537.702.0465 (1 PIEZA).24. PINZA MC PHERSON, ANGULADA, CON DIENTES Y PLATAFORMA. CCB 537.702.0457 (1 PIEZA).25. CANULA SIMCOE, CURVA, DE DOBLE VIA, CON TUBO DE SILASTIC Y CONEXION DE JERINGA INVERSA. CCB 537.173.0788 (3 PIEZAS).26. CANULA SIMCOE, CURVA, DE DOBLE VIA, CON TUBO DE SILASTIC Y CONEXION DIRECTA A JERINGA. CCB 537.173.0770 (3 PIEZAS).27. PINZA DESMARRES, MEDIANA, LONGITUD DE 90MM CCB 537.702.3733 (1 PIEZA).28. CUCHARILLA PARA CHALAZION DE 1.5MM DE DIAMETRO CCB 537.263.1704 (1 PIEZA).29. CUCHARILLA PARA CHALAZION DE 3.5MM DE DIAMETRO CCB 537.263.1746 (1 PIEZA).30. CUCHARILLA PARA CHALAZION DE 0.5MM DE DIAMETRO CCB 537.263.1688 (1 PIEZA).31. CUCHARILLA PARA CHALAZION DE 1.8MM DE DIAMETRO CCB 537.263.1712 (1 PIEZA).32. CUCHARILLA BUNGE. PEQUEÑA. (EVISCERACION OCULAR) CCB 537.263.0060 (1 PIEZA).33. CUCHARILLA BUNGE, MEDIANA. (EVISCERACION OCULAR) CCB 537.263.1381 (1 PIEZA).34. CUCHARILLA BUNGE, TAMAÑO GRANDE. (EVISCERACION OCULAR) CCB 537.263.0078 (1 PIEZA).35. CUCHARILLA PARA CHALAZION DE 1.0MM DE DIAMETRO. CCB 537.263.1696 (1 PIEZA).36. MARCADOR OSHER-NEUMAN, PARA INCISIONES CORNEALES DE 6 A 8 LINEAS. CCB 537.603.0051 (1 PIEZA). ///
24	50531663	9.00	PZA	SET INSTRUMENTAL RETIRAR PUNTOS Centro Gestor 0806 Solicitud de Pedido 0190040073 00040 Agrup. Carrito 3000022510 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SET INSTRUMENTAL RETIRAR PUNTOS1. PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. (CCB 535.701.0544) (1PIEZA)2. TIJERA DE METZEMBAUM CURVA PUNTAS AGUDAS 14 CM (CCB 535.859.0296) (1 PIEZA). ///
25	50532237	2.00	PZA	LAMPARA DE EXAMINACION LED Centro Gestor 0749 Solicitud de Pedido 0190040074 00080 Agrup. Carrito 3000022511 0008 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. LAMPARA DE EXAMINACION DE UN LED, CABEZAL PEQUEÑO.#2. FUENTE DE LUZ CON LED BLANCO.#3. INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES COMO MINIMO A UNA DISTANCIA ENTRE 40 Y 60 CM.#4. TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 GRADOS KELVIN COMO MINIMO.#5. TIEMPO DE VIDA UTIL DEL LED 50,000 HORAS COMO MINIMO.#6. CABEZAL DE ILUMINACION

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
26	50531949	2.00	PZA	COMPACTA.#7. LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE DE 79 CM COMO MINIMO.#8. CON DIAMETRO DE ILUMINACION VARIABLE EN EL RANGO DE 4 A 25 CM A UNA DISTANCIA DE 40 CM.#9. BASE RODABLE ESTABLE CON AL MENOS 5 RUEDAS.#9.1. RUEDAS CON FRENO (AL MENOS 2 DE ELLAS).#9.2. EJE DE LA LAMPARA CON CAPACIDAD DE GIRO (360°)#9.3. ALTURA AJUSTABLE DESDE 70 CM HASTA 90 CM O MAYOR.#10. ALIMENTACION ELECTRICA DE OPERACION: 120V +/-10% @60HZ. /// ASPIRADOR GASTRICO SUCCION CONTINUA Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190040075 00010 Agrup. Carrito 3000022512 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. ASPIRADOR PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE #2. MODO DE OPERACION CONTINUO E INTERMITENTE#3. FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE BOMBA: DE PISTON, DIAFRAGMA O VENA ROTATORIA.#4. CON UN FLUJO:#4.1. PARA MODO CONTINUO 20 L/MIN O MAYOR.#4.2. PARA MODO INTERMITENTE 3 L/MIN O MAYOR.#5. CONTROLES PARA:#5.1. ENCENDIDO Y APAGADO.#5.2. REGULACION DEL NIVEL DE SUCCION.#5.3. SELECCION DE SUCCION CONTINUA O INTERMITENTE.#5.4. AJUSTE DE TIEMPO PARA SUCCION INTERMITENTE#6. REGULACION DEL NIVEL DE SUCCION POR VALVULA O CONTROL ELECTRONICO.#7. AJUSTE DE LA PRESION DE SUCCION#7.1. PARA MODO CONTINUO 250 MMHG O SU EQUIVALENTE (33 KPA, 333 MBAR O 9.8INHG) O MAYOR.#7.2. PARA MODO INTERMITENTE 200 MMHG O SU EQUIVALENTE (26 KPA, 266 MBAR O 7.9 INHG) O MAYOR. #8. NIVEL MAXIMO DE RUIDO 60 DB#9. CON AL MENOS DOS RECIPIENTES DE POLICARBONATO GRADUADO REUSABLES. #10. CAPACIDAD DE CADA RECIPIENTE 600 ML COMO MINIMO.#11. CON PROTECCION DE SOBRE FLUJO Y FILTRO HIDROFOBICO.#12. CON FILTRO ANTIBACTERIAL HIDROFOBICO EN LA SALIDA DEL AIRE.#13. CON CARRO DE TRANSPORTE O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS.#14. CON MANGUERAS, CONECTORES Y ADAPTADORES QUE# PERMITAN EL USO INMEDIATO DEL ASPIRADOR.#15. ALIMENTACION ELECTRICA 120 V +/- 10% @ 60 HZ. ///
27	50531950	1.00	PZA	INCUBADORA CUIDADOS GENERALES V19 Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190040075 00070 Agrup. Carrito 3000022512 0007 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. CONTROLES:#1.1. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR. #1.2. SISTEMA DE HUMIDIFICACION CON MODO SERVOCONTROLADO Y MANUAL#1.2.1. PROPORCIONAR UNA HUMEDAD RELATIVA DE 30% A 95%#1.2.2. CON INCREMENTOS DE 1%#1.3. CON DEPOSITO DE AGUA REMOVIBLE Y ESTERILIZABLE.#1.4. PUERTO DE ENTRADA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. #1.5. CONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE#1.5.1. CON MODO SERVOCONTROLADO DE 23° C O MENOR A MAXIMO 37° C. #1.5.2. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETENPERATURA DE MAS DE 37° C HASTA 39° C.#1.6. CONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE#1.6.1. CON MODO SERVOCONTROLADO NO MENOR A 34 ° C HASTA 37.5 ° C. #1.6.2. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETENPERATURA EN EL RANGO DE 37° C A MAXIMO 38 ° C.#1.7. RESOLUCION MINIMA DE 0.1

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				° C.#2. MONITOREO DE PARAMETROS:#2.1. DESPLIEGUE DIGITAL, INDEPENDIENTE Y SIMULTANEO EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: #2.1.1. TEMPERATURA DEL AIRE MEDIDA Y PROGRAMADA.#2.1.2. TEMPERATURA DEL PACIENTE MEDIDA Y PROGRAMADA.#2.1.3. TEMPERATURA DE CONTROL MEDIDA Y PROGRAMADA.#2.1.4. HUMEDAD RELATIVA MEDIDA Y PROGRAMADA#2.2. CON# INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR.#2.3. REGISTRO DE TENDENCIAS DE AL MENOS 24 H DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS:#2.3.1. TEMPERATURA#2.3.2. CONCENTRACION DE OXIGENO#2.3.3. HUMEDAD#3. ALARMAS #3.1. AUDIBLES Y VISUALES.#3.2.TEMPERATURA ALTA DEL AIRE.#3.3. TEMPERATURA ALTA DEL PACIENTE EN MODO SERVOCONTROLADO.#3.4. FALLA DE LA CIRCULACION O FLUJO DE AIRE.#3.5. FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.#3.6. FALLA DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL PACIENTE.#3.7. FALLA DEL SISTEMA.#3.8. HUMEDAD RELATIVA ALTA Y BAJA#3.9. SILENCIADOR# TEMPORAL DE ALARMAS.#4. GABINETE:#4.1. CAPACETE TRANSPARENTE, DESMONTABLE PARA PERMITIR SU COMPLETA LIMPIEZA Y DESINFECCION. #4.2. DOBLE PARED, CON CIRCULACION DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED.#4.3. PUERTA DE ACCESO FRONTAL CON CORTINA DE AIRE.#4.4 PORTILLAS LATERALES (DOS).#4.5. CON AL MENOS CUATRO PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE.#4.6. CON AL MENOS CUATRO ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DE LA CAMARA.#4.7. COLCHON:#4.7.1. CON CUBIERTA LAVABLE#4.7.2 HIPOALERGENICO.#4.7.3 CON DIFUSOR DE PRESION.#4.8. BASE# RADIOTRASPARENTE PARA EL COLCHON CON AJUSTE DE TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO DE AL MENOS +/- 12°.#4.9. GABINETE RODABLE CON FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS.#4.10. UNA PUERTA O UN CAJON O ENTREPAÑO, COMO MINIMO#4.11. NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR A 50 DBA.#5. CONSUMIBLES:#5.1. DOS SENSOES DE TEMPERATURA DE PIEL, REUSABLES O 50 DESECHABLES.#5.2. PARCHES REFLEJANTES PARA SOSTENER EL SENSOR (50 PIEZAS).#5.3. FILTRO DE AIRE (3 PIEZAS).#5.4. FILTRO DE OXIGENO (3 PIEZAS)#5.5. MANGAS PARA PORTILLOS (2 JUEGOS)#6.# ACCESORIOS:#6.1. SOPORTE PARA SOLUCIONES#6.2. CHAROLA/ BANDEJA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X.#6.3. SOPORTE PARA MONITOR O INSTRUMENTAL.#7. ALIMENTACION ELECTRICA 120 V +/- 10%@ 60 HZ. Y CABLE CON CLAVIJA GRADO MEDICO. ///
28	50531592	2.00	PZA	MESA CARRO ANESTESIOLOGO Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190040075 00100 Agrup. Carrito 3000022512 0010 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: MESA CARRO ANESTESIOLOGO1. CAJONES POR AMBOS LADOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NO. 20.1.1. JALADERASINTEGRADAS ACABADO PULIDO.1.2. CERRADURAS TIPO ESCRITORIO LATERAL O FRONTAL.2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.3. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO, CON REFUERZOS DE TUBODE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO.4. PROTECTOR PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304CALIBRE NO. 18 DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO.5. RODAJA GIRATORIA CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALEROS CON LLANTA DE GELTRANSPARENTE, TORNILLO (EJE DE RODAMIENTO) DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA.5.1. AL MENOS DOS RUEDAS CON FRENO COLOCADAS EN FORMADIAGONAL.6. DIMENSIONES GENERALES: 70 X 44 X 105 CM7. TOLERANCIA DIMENSIONES

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				GENERALES +/- 5%. ///
29	50532241	6.00	PZA	SIST ASPIRACION SECRECIONES TROMBA PARED Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190040075 00170 Agrup. Carrito 3000022512 0017 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. ASPIRADOR MEDICO DE PARED CONTINUO.#2. SISTEMA VENTURI.#3. MODO DE OPERACION CONTINUO.#4. RANGO DE SUCCION DEL EQUIPO DE 0 A 400 MMHG. #5. VALVULA DE APERTURA MANUAL.#6. VACUOMETRO INTEGRADO CON ESCALA EN MMHG O EQUIVALENTE.#7. CON CONECTOR COMPATIBLE A LA TOMA DE AIRE: TIPO PURITAN BENNET, ENCHUFE RAPIDO.#8. CON CONEXION DE SALIDA DE ESPIGA O ROSCADA AL SISTEMA DE ASPIRACION.#9. ACCESORIOS:#9.1. RECIPIENTE DE POLICARBONATO GRADUADO EN MILILITROS PARA USAR CON O SIN BOLSAS DE POLIPROPILENO GRADUADAS EN MILILITROS.#9.1.1. CAPACIDAD DE RESERVORIO DE 1000 MILILITROS.#9.2. TAPA DE HULE CON PIVOTES Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EVITAR RETORNO DE FLUIDOS.#9.3. PLACA METALICA PARA ADAPTAR LOS RECIPIENTES CON ANCLAJE PARA TORNILLOS.#9.4. CANASTILLA, SOPORTE O DISPOSITIVO METALICO O PLASTICO PARA COLOCACION DE RECIPIENTES. #9.5. JUEGO DE TUBOS O MANGUERAS TRANSPARENTES FLEXIBLES GRADO ALIMENTICIO, DE 10 METROS DE LONGITUD.#10. TORNILLERIA NECESARIA PARA SU INSTALACION. ///
30	50531914	6.00	PZA	SIST ASPIRACION SECRECIONES (VACUOMETRO) Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190040075 00180 Agrup. Carrito 3000022512 0018 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. SISTEMA DE ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES#2. EVITA EL CONTACTO DE LAS MISMAS CON EL USUARIO.#3. ELIMINA LA CONTAMINACION DEL SISTEMA Y SU DERRAME DURANTE EL USO Y TRANSPORTE. #4. SISTEMA CERRADO DE SUCCION MEDIANTE VACIO, INTEGRADO POR: #4.1 RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA# CONTENER BOLSAS DE PROPILENO. #4.2 GRADUADAS EN MILIMETROS CON SOPORTE ENSAMBLADO AL RECIPIENTE. #4.3 VALVULA DE ABRIR Y CERRAR VACIO CON TUBO DE PLASTICO FLEXIBLE, CON CONECTOR DE PLASTICO RIGIDO (TIPO MACHO) PARA ADAPTARSE AL PUERTO DE VACIO.#4.4 CAPACIDAD OPCIONAL DE 1 000, 1 500 Y 3 000 ML. #4.5 TUBO PARA CONEXION A SISTEMA DE VACIO DE PLASTICO LONGITUD DE 3 METROS Y DIAMETRO DE 8 MM. #4.6 SISTEMA PARA DISTRIBUCION DE VACIO, CON OPCION DE TUBOS PARA 2, 3 Y 4 RECIPIENTES. #4.7 PLACAS DE PLASTICO PARA ADAPTAR LOS RECIPIENTES# CON ANCLAJE PARA TORNILLOS. #4.8 INCLUYE CARRO MOVIL PARA SOSTENER HASTA 4 RECIPIENTES, RESISTENTE E INASTILLABLE, CON MASTIL DE 75 CM DE ALTURA. ///
31	50532242	2.00	PZA	UNIDAD ELECTROCIRUGIA GRAL Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190040075 00200 Agrup. Carrito 3000022512 0020

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: 1. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 1 SALIDA BIPOLAR. #2. SALIDA MONOPOLAR:#2.1. CON CORTE PURO CON POTENCIA MINIMA DE 300 WATTS#2.2. CON MEZCLA, BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MINIMA DE 200 WATTS.#2.3. CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACION MONOPOLAR CON POTENCIA MINIMA DE 120 WATTS.#3. SALIDA BIPOLAR:#3.1. CON COAGULACION CON POTENCIA DE SALIDA MINIMA DE 70 WATTS.#3.2. CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCION DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR.#4. MONITORIZACION DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO:#4.1. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE ACTIVA CUANDO EXISTE UN FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTE CONECTADO AL GENERADOR.#4.2. CON DESACTIVACION AUTOMATICA DE LA ENERGIA O DEL GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA EN CASO DE FALSO CONTACTO DE ELECTRODO NEUTRO O PLACA O SI SE DETECTA UNA CONDICION DE FALLA.#5. CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCION DEL NIVEL DE LA POTENCIA EN MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.#6. FRECUENCIA DE SALIDA: #6.1. FRECUENCIA MAYOR O IGUAL A 300 KHZ.#7. ACTIVACION DE LA UNIDAD:#7.1. POR MEDIO DEL LAPIZ,# INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR.#7.2. POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR.#8. PEDAL GRADO MEDICO, RESISTENTE AL AGUA.#9. POSIBILIDAD DE USO DE PLACAS DE PACIENTE DESECHABLES.#10. ACCESORIOS: #10.1. UN PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACION Y OTRO PEDAL BIPOLAR PARA COAGULACION. #10.1.1. CODIFICADOS POR COLOR (CORTE Y COAGULACION)#10.1.2. BASE ANTIDERRAPANTE.#10.1.3. DIVISION FISICA INTEGRADA DEL MISMO MATERIAL DE LA BASE DE PEDAL PARA EVITAR OPRIMIR LOS DOS PEDALES SIMULTANEAMENTE (CORTE Y# COAGULACION).#10.2. (2) LAPIZ REUSABLE, PORTA ELECTRODOS.#10.3 ELECTRODOS DESECHABLES O REUSABLES:#10.3.1. TIPO RECTO O NAVAJA (10 PIEZAS DESECHABLES O 2 PIEZAS REUSABLES).#10.3.2. TIPO ANGULADO (10 PIEZAS DESECHABLES O 2 REUSABLES).#10.3.3. TIPO AGUJA (10 PIEZAS DESECHABLES O 2 REUSABLES).#10.3.4. TIPO BOLA DE 2 DIAMETROS DIFERENTES (5 PIEZAS DESECHABLES DE CADA DIAMETRO O 1 PIEZA REUSABLE DE CADA DIAMETRO).#10.3.5. TIPO ASA CON 2 DIAMETROS DIFERENTES Y LONGITUDES (5 PIEZAS DESECHABLES DE CADA DIAMETRO Y LONGITUD O 1 PIEZA REUSABLE DE# CADA DIAMETRO O LONGITUD).#10.4. PINZA DESECHABLE O REUSABLE BIPOLAR TIPO BAYONETA Y RECTA (1 PIEZA DE CADA UNO).#10. 5 CABLE DE CONEXION PARA PINZA BIPOLAR COMPATIBLE CON LAS PINZAS DESCRITAS EN EL PUNTO ANTERIOR (2 PIEZAS).#10.6. PLACA DE RETORNO REUSABLE DE PACIENTE. #10.7. CABLE DE CONEXION PARA PLACA DE RETORNO.#10.8. CARRO DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO.#10.8.1. SISTEMA DE FRENO, EN AL MENOS EN DOS RUEDAS.#10.8.2. DISEÑO ESPECIFICO PARA PARA FIJAR FIRMEMENTE EL EQUIPO (MEDIANTE TORNILLOS).#11. CONSUMIBLES:#11.1. CAJA# DE 50 PLACAS DESECHABLES PARA SISTEMA DE PROTECCION DE PACIENTE (CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA), CON CABLE DE CONEXION#12. ALIMENTACION ELECTRICA DE OPERACION: 120 V +/- 10% @ 60 HZ Y CLAVIJA GRADO MEDICO. ///
32	50531659	1.00	PZA	SET INSTRUMENTAL HISTERECTOMIA ABDOMINAL Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190040076 00010 Agrup. Carrito 3000022513 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: "SET INSTRUMENTAL HISTERECTOMIA ABDOMINAL1. CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM. (CCB 513.227.0074) (1 PIEZA)2. BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 4 (CCB 535.137.0084) (2PIEZAS)3. CANULA ASPIRACION YANKAUER 300 MM DE LONGITUD. (SIN CLAVE DE CUADRO BASICO) (1PIEZA)4. CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE 22.8 CM DE LONGITUD. (CCB 535.156.0031) (1 PIEZA)5. CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM. (CB 513.227.0074) (1 PIEZA)6. CONTENEDOR ESPECIFICO PARA ESTE INSTRUMENTAL. (CCB 537.832.0351) (1 PIEZA)7. PINZA ADLERKREUTZ, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 MM. (CCB 535.701.0338) (1 PIEZA)8. PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM. (CCB 537.702.5944) (8 PIEZAS)9. PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM. (CCB 535.702.0147) (6 PIEZAS)10. PINZA BOZEMANN, CURVA, EN FORMA DE ""S"" CON ESTRIAS TRANSVERSALES, (CCB 537.703.8483) (1 PIEZA)11. PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM. (CCB 535.701.0742) (10 PIEZAS)12. PINZA DARTIGUES O TISTEROLABO, LONGITUD DE 255 A 270 MM. (CCB 537.703.7063) (1 PIEZA)13. PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. (CCB 535.701.0585) (1 PIEZA)14. PINZA ESTANDAR RECTA, CON DIENTES, DE 250 A 260 MM. (CCB 537.702.4202) (1 PIEZA)15. PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. (CCB 535.701.0544) (1 PIEZA)16. PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM. (CCB 537.702.4194) (2 PIEZAS)17. PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. (CCB 535.701.1955) (2 PIEZAS)18. PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. (CCB 535.701.1880) (2 PIEZAS)19. PINZA HEANEY, CURVA, CON DOS DIENTES TRANSVERSALES Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 22 CM. (CCB 535.701.4066) (6 PIEZAS)20. PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 220 A 225 MM. (CCB 537.702.4814) (6 PIEZAS)21. PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 240 A 255 MM. (CCB 537.702.4962) (2 PIEZAS)22. PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM. (CCB 535.716.0299) (1 PIEZA)23. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 240 MM. (CCB 535.716.0141) (1 PIEZA)24. SEPARADOR DEEVER, VALVA DE 25 MM X 300 MM. (CCB 535.814.6289) (1 PIEZA)25. SEPARADOR DEEVER, VALVA DE 75 MM X 300 A 310 MM. (CCB 535.814.6339) (1 PIEZA)26. SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. (CCB 535.814.6495) (1 PIEZA)27. SEPARADOR O#SULLIVAN O#CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES (CCB 535.814.3609) (1 PIEZA)28. TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. (CCB 535.859.2672) (1 PIEZA)29. TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. (CCB 535.859.2698) (1 PIEZA)30. TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. (CCB 535.859.2417) (1 PIEZA)31. TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 230 MM. (CCB 535.859.2409) (1 PIEZA)32. TIJERA MAYO-HARRINGTON, CURVA, LONGITUD DE 225 A 230 MM. (CCB 537.702.2248) (1 PIEZA)33. TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM. (CCB 535.859.1021) (1 PIEZA)34. TIJERA METZEMBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 23 CM. (CCB 535.859.0429) (1 PIEZA)35. RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD. (CCB 513.790.0055) (1 PIEZA)36. VASO DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML. (CCB 513.950.0119) (1 PIEZA)." ///
33	50531660	1.00	PZA	SET INSTRUMENTAL HISTERECTOMIA VAGINAL Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190040076 00020 Agrup. Carrito 3000022513 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: "SET INSTRUMENTAL HISTERCTOMIA VAGINAL1. CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM. (CCB 513.227.0074) (1 PIEZA)2. CONTENEDOR (CCB 537.832.0351) (1 PIEZA)3. PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. (CCB 535.701.0734) (10 PIEZAS)4. PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. (CCB 537.702.5951) (10 PIEZAS)5. PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE ""S"", CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. (CCB 537.703.8483) (1 PIEZA)6. PINZA DE DISECCION ESTANDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD. (CCB 537.702.4178) (1 PIEZA)7. PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. (CCB 535.701.0601) (1 PIEZA)8. PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. (CCB 535.701.1955) (2 PIEZAS)9. PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 205 A 210 MM. (CCB 537.702.6850) (6 PIEZAS)10. PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. (CCB 535.701.1542) (6 PIEZAS)11. PORTA AGUJA HEANEY, CURVO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 200 A 210 MM DE LONGITUD. (CCB 535.716.2758) (1 PIEZA)12. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM. (CCB 535.716.2683) (1 PIEZA)13. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 200 A 210 MM. (CCB 535.716.2691) (1 PIEZA)14. SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 85 A 92 MM, LONGITUD DE 240 MM. (CCB 537.814.9024) (1 PIEZA)15. SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM X 85 A 92 MM, LONGITUD DE 240 MM. (CCB 537.814.9008) (1 PIEZA)16. TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. (CCB 535.859.2672) (1 PIEZA)17. TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. (CCB 535.859.4702) (1 PIEZA)18. TIJERA METZENBAUM RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. (CCB 535.859.4942) (1 PIEZA)19. VASO METALICO GRADUADO: 30 ML.(CCB 513.950.0101) (1 PIEZA)20. PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. (CCB 535.701.0585) (1 PIEZA)21. TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. (CCB 535.859.2417) (1 PIEZA)22. RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, DE 250 A 500 ML DE CAPACIDAD. (CCB 513.790.0014) (2 PIEZAS)23. BISTURI QUIRURGICO. MANGO N° 4 (CCB 535.137.0084) (2 PIEZAS)24. PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM. (CCB 535.702.0147) (6 PIEZAS)25. PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. (CCB 537.702.0952) (2 PIEZAS)." ///
34	50531663	1.00	PZA	SET INSTRUMENTAL RETIRAR PUNTOS Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190040076 00030 Agrup. Carrito 3000022513 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: SET INSTRUMENTAL RETIRAR PUNTOS1. PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. (CCB 535.701.0544) (1PIEZA)2. TIJERA DE METZEMBAUM CURVA PUNTAS AGUDAS 14 CM (CCB 535.859.0296) (1 PIEZA). ///
35	50531665	2.00	PZA	SET INSTRUMENTAL SUTURA Centro Gestor 0819 Solicitud de Pedido 0190040076 00040 Agrup. Carrito 3000022513 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/



Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: SET INSTRUMENTAL SUTURA1. PINZA DE DISECCION ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. (CCB 535.701.0544) (1PIEZA)2. PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM. (CCB 535.716.0372) (1 PIEZA)3.TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM (CCB 535.859.2417) (1 PIEZA)4. VASO METALICO GRADUADO: 30 ML. (CCB 513.950.0101) (1PIEZA)5. PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM (CCB 535.701.0833) (6 PIEZAS)6. CHAROLARECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE, DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM (CCB 513.227.0116) (1 PIEZA)7.CONTENEDOR. (CCB 537.832.0351) (1 PIEZA). ///
36	50532296	1.00	PZA	AUDIÓMETRO Centro Gestor 0101 Solicitud de Pedido 0190040141 00010 Agrup. Carrito 3000022578 0001 Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEON LOS RAMIREZ México/GTO Descripción técnica: 1. AUDIÓMETRO DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN INICIAL DE LA CAPACIDAD AUDITIVA DEL PACIENTE MEDIANTE PROGRAMA DE AUDIOMETRÍA.#2. FRECUENCIA DE ESTÍMULO ENTRE 125 Y 8000 HZ.#3. RANGO VARIABLE DEL ATENUADOR (ENMASCARAMIENTO):#VÍA AÉREA: 125 A 8000 HZ, -10 A 120 DB.#VÍA ÓSEA: 250 A 8000 HZ, -10 A 80 DB.#4. PRESENTACIÓN DEL TONO EN INTERVALOS ALEATORIOS EN LA PRUEBA DE HUGHSON-WESTLAKE.#5. DURACIÓN DEL TONO: CONTINUO Y PULSADO, HASTA 5 HZ FRECUENCIA DE REPETICIÓN.#6. PROGRAMA PARA DETECCIÓN DE UMBRAL DE REFERENCIA SENCILLA CON UMBRAL DE FRECUENCIA SENCILLA (HUGHSON WESTLAKE).#7. PROGRAMA EN MODO MANUAL, PARA AUDIOMETRÍA MANUAL.#8. CÁLCULOS: UMBRAL (PRUEBA DE TONOS), PORCENTAJE DE IMPEDIMENTO BINAURAL Y PROMEDIOS (ABLB TEST).#9. PROGRAMA PARA COMUNICACIÓN DE AUDIÓMETRO A COMPUTADORA Y PARA ALMACENAMIENTO DE LAS AUDIOMETRÍAS DE PACIENTES EN LA COMPUTADORA.#10. FUNCIONES DE REPORTE PERSONALIZADOS.#11. AUDIÓMETRO CON INTERFASE RS-232 (AHORA USB) PARA COMUNICACIÓN CON PC COMPATIBLE.#12. PANTALLA.#12.1 PANTALLA GRÁFICA INTEGRADA A COLOR.#12.2 RESOLUCIÓN LCD O MAYOR.#13. ACCESORIOS:#13.1 DIADEMA DE VÍA AÉREA COMPLETA (CON PAR DE BOCINAS) Y# DIADEMA DE VÍA ÓSEA.#13.2 BOTÓN DE RESPUESTA DE PACIENTE.#14. MANUAL DE OPERACIÓN.#15. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 VAC ± 10% @ 60 HZ.#16. GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS MÍNIMO DE UN AÑO. ///