

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CDE-54500423-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOTIFICACIÓN DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	501472		X		Autoclave eléctrica	1	1	¿La altura de la autoclave puede ser 4 cm mayor? 52cm, en algunos equipos de potencia de 2000w llegan a esa altura	Se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demas participantes.
2	501472		X		Autoclave eléctrica	1	2	el recipiente, así como la autoclave vertical es generalmente redondo, en las especificaciones de lo que requiere indica que tiene que llevar rejillas, estas rejillas las requiere verticales dentro del recipiente? Ya que los modelos con puerta horizontal son los que llevan rejillas separadoras de nivel, pero no todos tienen recipiente. lo requiere a vapor?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
3	501472	X			Autoclave eléctrica, termohigrómetro, centrifuga de 56 tubos, parrilla calentamiento de agitación digital, agitador de tubo tipo vortex, equipos de secador de vacío, mini centrifuga de mesa por pulsos, autoclave vertical (08), balanza granataria, parrilla de calentamiento.	01,02,03,04,05,06, 07,08,09,10	1	En el contrato hay varios puntos para asegurarse que el proveedor cumpla en tiempo y forma la entrega de los bienes ofertados, garantías, fianza, etc. Hay posibilidad del pago total para generar el pedido o hay alguna sección que garantice que el pago correspondiente será en el día acordado? en caso de no pagar el día acordado que aplica legal y financieramente? tiene preferencia por alguna marca en algún equipo? ya que hay las mismas características en equipos con diferencias superiores a los \$100,000 pesos por articulo similar.	Los pagos se llevarán de conformidad a lo establecido en la invitación. No se solicita ninguna marca en específico, por lo que podrá ofertar equipos que cumplan con las características solicitadas.
4	501472		X		Termohigrómetro	2	1	En las especificaciones pide que guarde hasta 900 días, la programación en algunos equipos es especificada por número de eventos que en este caso piden memoria de 14,000 eventos, depende de cuantos eventos por día programe será directamente proporcional a los días en memoria, 14000 eventos con programación de grabar un evento cada 30 minutos da un total de 291 días, puede dar un valor en Gb que requiere para el equipo? puede ser una memoria superior a los 900 días?	La capacidad en gb deberá ser suficiente para almacenar 14,000 eventos. Respecto a su segunda pregunta, se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demas participantes.
5	501472		X		Termohigrómetro	2	2	¿El intervalo de temperatura puede ser de 30° a 60°? ¿O superior a los 70°C requeridos?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
6	501472	X						Mi ramo es la maquinaria para las artes gráficas, electrónica, automatización y control, ¿puedo ofertarles los equipos?	Podrá ofertar equipos que cumplan con los requisitos y características solicitados en las bases y anexos de la presente invitación.

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CDE-54500423-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOTIFICACIÓN DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	501472	X			Autoclave vertical	01,08	3	¿Se repiten las mismas especificaciones en estas partidas, entonces la cantidad es dos piezas o hay un error? Tiene el mismo número de artículo en dos partidas diferentes	Las partidas 1 y 8 son bienes de idénticas características, en las cuales se solicita 1 pieza en cada partida.
1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		X		Clave 50531437 PARRILLA CALENTAMIENTO AGITACION DIGITAL	4	RANGO DE TEMPERATURA: AMBIENTE + 5 A 550°C,	- La temperatura del equipo por ofertar cuenta con un rango máximo de 380°C que es el rango más utilizado en laboratorios, ya que temperaturas superiores requieren de otro tipo de aislantes y precauciones solicitamos atentamente a la convocante, nos permita ofertar un rango de temperatura de 0° hasta 380°C, ¿se acepta?	Apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
2	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		X		Clave 50531437 PARRILLA CALENTAMIENTO AGITACION DIGITAL	4	PLACA DE CERAMICA DE 12.7*17.8 cm	- Las dimensiones de las placas cerámicas pueden variar de acuerdo al diseño de cada fabricante, en nuestro caso ofrecemos una placa cerámica de 19x19 cm siendo una superficie cuadrada regular que genera una agitación consistente. ¿Se acepta nuestra oferta para permitir la libre participación?	Se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demás licitantes.
3	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		X		Clave 50531437 PARRILLA CALENTAMIENTO AGITACION DIGITAL	4	MEDIDAS TOTALES: 19.7*28*10.8 cm	- Las medidas volumétricas totales dependen del diseño de cada fabricante sin alterar el funcionamiento ni utilidad del equipo. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Medidas totales de 20x25x12 cm (estando dentro del 10% de variación de las medidas solicitadas originalmente) para permitir la libre participación?	Se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demás licitantes.
4	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		X		Clave 50531071 - 3 PZA- PARRILLA DE CALENTAMIENTO	10	DIAMETRO 10 CM	- Las dimensiones de las placas cerámicas pueden variar de acuerdo al diseño de cada fabricante, en nuestro caso ofrecemos una placa cerámica de 19x19 cm siendo una superficie cuadrada regular que genera una agitación consistente. ¿Se acepta nuestra oferta para permitir la libre participación?	Se acepta su propuesta sin ser obligatoria para los demás participantes.
5	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		X		Clave 50531071 PARRILLA DE CALENTAMIENTO	10	No se especifica	- Queremos corroborar con la convocante si en esta partida se busca que La parrilla por ofertar sea con tecnología digital o análoga, ¿puede confirmar?	Se aclara que la parrilla debiera ser digital

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CDE-54500423-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOTIFICACIÓN DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		X		Clave 50531071 PARRILLA DE CALENTAMIENTO	10	VELOCIDAD 2400	- Queremos corroborar con la convocante que el ofertar La velocidad de 2000 rpm podrá dar cumplimiento a este punto, ¿se acepta?	Es correcta su apreciacion
1	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	XX				TODAS	Punto I, inciso F	Lugar y tiempo de entrega: Dado que se atraviesan los días inhábiles de la semana santa y los de poca actividad de la semana de pascua y dado que algunos equipos son de importación solicito de la manera más atenta que se amplie el plazo de entrega a 60 días hábiles ¿se acepta nuestra propuesta?	Se aclara que la fecha máxima de entrega será a más tardar 60 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación; dejando sin efecto lo mencionado en el inciso F) Lugar y tiempo de entrega del apartado I. Información específica de la invitación de la presente invitación.