



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 155ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-016-23 (CAGEG-002/2023) Segunda Convocatoria, para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:00 horas del día 26 de abril de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal


El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. David Díaz Estrada
Representante del ISAPEG



C. Ana Carolina Hernández Gómez
Representante del ISAPEG



Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-016-23 (CAGEG-002/2023) Segunda convocatoria, para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato**, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.


El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

IV. Fundamento Legal


La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del




Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:30 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **26 de abril de 2023**, firmando en ella los que intervinieron.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-016-23 (CAGEG-002/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1.-	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		PÁGINA 1	PUNTO CARÁCTER DE LA LICITACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. 40051001-002-23 (CAGEG-002/2023).	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, SI ACEPTARA EQUIPO DE IMPORTACIÓN. ¿SE CONFIRMA?	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
2.-	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		PÁGINA 9	PUNTO FC1: CARTA SOLIDARIA ORIGINAL DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITE COMO DISTRIBUIDOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO, EN LA CUAL EL FABRICANTE RESPALDE AL LICITANTE PARA CONTRAER LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, MISMA QUE DEBERÁ ESTAR ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE, Y DEBERA CONTENER LOS DATOS DE CONTACTO DE LAS OFICINAS DE LA FÁBRICA PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN. (ANEXO H).	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE TITULAR DE REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES OFERTADOS. ¿SE ACEPTA?	Podrán presentar la carta solicitada con la firma del titular del registro sanitario en México, siempre y cuando adjunten el documento de respaldo del fabricante que acredite al titular del registro sanitario, sin ser obligatorio para los demás participantes.
3.-	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		PÁGINA 7	1.13 MANUALES, CATÁLOGOS U HOJAS TÉCNICAS	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA PRESENTAR SOLO LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES, CATÁLOGOS EN FORMA IMPRESA Y COMPLETOS EN FORMA DIGITAL (USB O CD). ¿SE ACEPTA?	Podrá presentar impresas únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes donde se encuentren las referencias, siempre y cuando presente de manera digital para el equipo médico especializado los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos de los bienes, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.13.
4.-	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVANZADA PÁGINA 5	PARTIDA 6	PUNTO 7. CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 34 A 38°C.	PREGUNTA: YA QUE LA HIPOTERMIA ESTÁ DEFINIDA COMO UNA TEMPERATURA CENTRAL MENOR A 35 °C, DONDE SE PRODUCE ESTRÉS POR FRIO, Y QUE LA TEMPERATURA ÓPTIMA PARA LOS RECIÉN NACIDOS ES AQUELLA EN LA QUE EL GASTO DE CALORÍAS NECESARIAS PARA MANTENER LA TEMPERATURA NORMAL DEL CUERPO ES MÁS BAJO, TÍPICAMENTE ENTRE 36.7 Y 37.3 °C. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UN CONTROL DENTRO DE LOS RANGOS DE 35°C O MENOR A 37.5°C O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
5.-	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	DIANTE FOTOTERAPIA AVANZADA	PARTIDA 6	PUNTO 16.3. DE POLIMERO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO	PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA BASE RODABLE COMPUESTA POR CAJONES FABRICADOS DEL POLÍMERO DE POLIESTIRENO SIENDO ESTE RESISTENTE AL ALTO IMPACTO POR SUS SIGLAS (PS-TSG) Y UNA COLUMNA RODABLE (CARRITO) FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE (METAL CON PROPIEDADES SUPERIORES AL POLÍMERO). RECOMENDAMOS SEA ACERO INOXIDABLE Y NO ALUMINIO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y CORROSIÓN DEL EQUIPO EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO, ASÍ COMO ASEGURAR LA DURABILIDAD DE ESTE. PARA ESTO, TAMBIÉN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DEMOSTRAR ESTE PUNTO CON LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LA CARTA DE FABRICACIÓN POR PARTE DE CASA MATRIZ. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo siempre y cuando demuestre que la columna rodable es fabricada en acero inoxidable y el resto en polímero resistente al alto impacto. Respecto a su segunda pregunta, podrá presentar copia simple de la carta de fabricación por parte de la casa matriz acompañada de su traducción simple para acreditar dicho punto.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-016-23 (CAGEG-002/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6.-	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	DIANTE FOTOTERAPIA AVANZADA	PARTIDA 6	PUNTO 23.2. UNA PARA INSTRUMENTAL, DEBERA SOPORTAR UN PESO MINIMO DE 2 KG.	PREGUNTA CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL PESO MÍNIMO DE 2KG, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON 2 CHAROLAS PARA INSTRUMENTAL, QUE SOPORTEN 1 KG CADA UNA. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
7.-	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVANZADA PÁGINA 5	PARTIDA 6	PUNTO 24.1. LAMPARA DE FOTOTERAPIA INTEGRADA (NO RODABLE).	PREGUNTA YA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS A CUMPLIR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. POR LO TANTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE TECNOLOGÍA LED INTEGRADA (NO RODABLE). ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
8.-	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVANZADA PÁGINA 5	PARTIDA 6	PUNTO 24.1.1. EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANOMETROS.	PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS DE TECNOLOGÍA LED CON UNA LONGITUD DE ONDA EN EL RANGO DE 460 NM A 490 NM, RANGO EFICAZ PARA REDUCIR FOTO QUÍMICAMENTE LA BILIRRUBINA EN LOS PACIENTES, RANGO APROBADO Y RECOMENDADO POR LA ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÍA. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
9.-	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVANZADA PÁGINA 5	PARTIDA 6	PUNTO 25.3. PROTECTOR DE GENITALES (20 PIEZAS).	PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR 6 PROTECTORES GENITALES (2 DE TAMAÑO CHICO, 2 MEDIANOS Y 2 GRANDES) REUSABLES COMO OPCIÓN A LOS 20 PROTECTORES GENITALES DESECHABLES. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes o podrán ofertar 6 antifaces para fototerapia neonatal reusables de al menos 3 tamaños diferentes.
1	MASI CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	SISTEMA ASPIRACIÓN SECRECIONES TROMBA PARED	7	9.3	DICE: PLACA METÁLICA PARA ADAPTAR LOS RECIPIENTES CON ANCLAJE PARA TORNILLOS. PREGUNTA: NOS ACEPTAN PRESENTAR PLACA DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, YA QUE NO DEMERITA LA FUNCIÓN DEL EQUIPO ?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
1	DEWIMED, S.A.	Equipo médico - Unidad Oftalmológica	2	3.6	Solicitamos amablemente a la convocante se omita el presente punto, debido a que solicitan una columna porta instrumentos, con un brazo para proyector de optotipos, el equipo cuenta con una tecnología de ofertar una pantalla digital de optotipos" lo cual permite tener una mayor ventaja ante los proyectores de optotipos que actualmente se encuentran obsoletos por algunas marcas, por las mejoras tecnológicas que ofrecen las pantallas. Solicitamos amablemente a la convocante, se nos permita ofertar la columna sin necesidad del brazo para optotipos y poder montar la pantalla de optotipos oferta a la pared. ¿Se nos permite ofertar con esta mejora tecnológica?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
2	DEWIMED, S.A.	Equipo médico - Unidad Oftalmológica	2	5.2	Solicitan una lámpara de hendidura con selector de aumentos de 5 pasos, solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar un aumento mínimo de 6.5, el cual no demerita el funcionamiento del mismo. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto 5.2.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-016-23 (CAGEG-002/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	DEWIMED, S.A.	Equipo médico - Unidad Oftalmológica	2	6	Solicitan un proyector de optotipos; solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar una pantalla con un sistema digital de optotipos, haciéndola una unidad integral, versátil y conveniente para la valoración de la agudeza visual, superando aún las características de un proyector de optotipos, el cual se encuentra en obsolescencia debido a la nueva tecnología. ¿Se nos permite ofertar con esta mejora tecnológica?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
4	DEWIMED, S.A.	Equipo médico - Unidad Oftalmológica	2	6.1	Solicitamos amablemente a la convocante se omita el presente punto: "Para colocarse a pared". Debido a que estamos ofertando una pantalla digital de optotipos, con la finalidad de tener equipos con una tecnología más avanzada. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Si se refiere al punto 6.1. PARA COLOCARSE EN LA UNIDAD DE REFRACCIÓN, podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología del fabricante sin ser obligatorio para los demás participantes.
5	DEWIMED, S.A.	Equipo médico - Unidad Oftalmológica	2	6.2	Pedimos a la convocante se nos permita ofertar una pantalla con objetivo de proyección de 1.83M a 7.5M con la finalidad de poder ser adaptable en cualquier consultorio, aun siendo este con dimensiones más pequeñas. ¿Se nos permite ofertar con esta característica?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
6	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	S/P	Conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación del día 01 de octubre de 2003 y en la que se dio a conocer la décima cuarta actualización del cuadro básico y catálogo de instrumental y equipo médico: modificaciones de instrumental, se cita: En el caso de instrumental, se acepta una variación de +/- 10% en las medidas. De acuerdo con lo anterior, se solicita a la convocante, considerar dichas tolerancias de +/- 10% en las medidas generales del instrumental siempre y cuando no afecte su funcionalidad. ¿Se acepta?	Para el instrumental médico se acepta una variación de +/-10% en las medidas de acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 01 de octubre de 2003, de acuerdo a lo establecido en el apartado II. Información específica de la Licitación, inciso f) Lugar y tiempo de entrega de la presente Licitación.
7	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	S/P	Se solicita a la convocante, con el fin de permitir la libre participación, se acepte adjuntar carta de fabricante donde se especifique el cumplimiento de las características no señaladas explícitamente en el manual o catálogo del instrumental ofertado. ¿Se acepta?	Apegarse a lo señalado en el numeral 1.13 del apartado III. Presentación de ofertas de la presente Licitación. En caso de que el manual, catálogo o documentación técnica no indique alguna característica solicitada por la convocante, el licitante deberá acreditar la misma mediante carta original del fabricante firmada por el representante legal, donde manifieste y demuestre el cumplimiento de dicha característica. Cabe señalar que se aceptará un máximo de 3 características no mencionadas en la documentación a que refiere este punto, acreditadas mediante la carta del fabricante.
8	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	1	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Alveolotomo o pinza gubia, mead, punta redonda, longitud de 160 mm. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
9	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	4	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Cucharilla lucas, de doble extremo, 18 cm de longitud. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
10	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	6	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Elevador cryer de bandera, derecho, con mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja grande. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-016-23 (CAGEG-002/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
11	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	7	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Elevador cryer de bandera, izquierdo, con mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja grande. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
12	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	15	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Fórceps dental, infantil, No. 151 K. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
13	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	16	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Fórceps. no. 101, estriado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
14	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	20	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Forceps dental. forceps no. 18 derecho, estriado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
15	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	21	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Forceps dental. forceps no. 18 izquierdo, estriado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
16	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	22	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Forceps dental. no. 23, liso. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
17	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	23	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Fórceps. no. 53 derecho, estriado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
18	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	24	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Fórceps. no. 53 izquierdo, estriado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
19	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	25	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Forceps. no. 69, estriado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
20	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	26	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Fórceps. no. 99 c, estriado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
21	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	27	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Forceps para odontectomías Milwaukee, del no. 3. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
22	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	28	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Forceps para odontectomías Physick, del no. 6. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
23	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	42	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Porta matriz ivory universal, 5 mm. fig. 08, siendo un modelo similar que cumple con la misma aplicación o función. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
24	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	43	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Porta matriz ivory universal, 7 mm. fig. 08, siendo un modelo similar que cumple con la misma aplicación o función ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
25	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	45	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Porta amalgamas Ivory, de doble extremo, con puntas desmontables. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
26	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	46	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Tijera quinby, curva, hojas cortas, longitud 13 cm. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
27	DEWIMED, S.A.	Set instrumental dental	5,9	47	Se solicita a la convocante, se permita ofertar: Elevador Apical, con brazo recto, extremo acanalado y punta aguda. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
1	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DEC.V.	TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS	TODAS LAS PARTIDAS	Numeral III punto 1.15 FC1,FC5,FC6 Y FC7	Se solicita amablemente a la convocante que derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podran ser verificadas por el area usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta tecnica, como condicion de firmar el contrato, se acepta?	Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-016-23 (CAGEG-002/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	SIST ASPIRACION SECRECIONES TROMBA PARED	7	9.1.1.	Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar: RESERVOTIO DE 1500 MILILITROS	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
3	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	SIST ASPIRACION SECRECIONES TROMBA PARED	7	9.3.	Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar: PLACA DE PLASTICO RIGIDO PARA ADAPTAR LOS RECIPIENTES.....	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
4	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	SIST ASPIRACION SECRECIONES (VACUOMETRO)	8	4.3	Dice: VÁLVULA DE ABRIR Y CERRAR VACÍO CON TUBO DE PLÁSTICO FLEXIBLE, CON CONECTOR DE PLÁSTICO RÍGIDO (TIPO MACHO) PARA ADAPTARSE AL PUERTO DE VACÍO. Pregunta: se refiere a la válvula del Regulador de Vacío que debiera estar incluido?	El punto 4.3. hace referencia a la válvula de abrir y cerrar vacío del sistema de succión, que deberá ser de tubo plástico flexible, con conector de plástico rígido (tipo macho) para adaptarse al puerto de vacío, la cual deberá estar incluida en su propuesta.
5	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	SIST ASPIRACION SECRECIONES (VACUOMETRO)	8	4.4	Dice: CAPACIDAD OPCIONAL DE 1000, 1500 Y 3000ML. Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar: 4 Recipientes de capacidad : 1000 o 1500 ml. Se acepta?	Podrán ofertar 4 recipientes de capacidad 1000ml o 1500ml, sin ser obligatorio para los demás participantes. Se aclara que el punto 4.4. debe decir "Capacidad de 1000, 1500 y 3000ml", dejando sin efecto "4.4. CAPACIDAD OPCIONAL DE 1000, 1500 Y 3000ML."