



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-038-23-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50532318	1.00	PZA	HORNO ESTERILIZADOR EN SECO Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042035 00010 Agrup. Carrito 3000024227 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: HORNO ESTERILIZADOR EN SECO, secado horizontal de temperatura constante. Capacidad: minimo 18 L y máximo 20L, Intervalo de temperatura: T.A. +10°C a 300°C, Estabilidad de la temperatura: + 1.0°C, Tipo de convección: natural o forzada , Alimentación: CA 110V,60 Hz.
2	50530190	1.00	PZA	CENTRIFUGA Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042035 00020 Agrup. Carrito 3000024227 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CENTRIFUGACOLOR (ES): negro plateadoCARACTERISTICAS ESPECIFICAS: PARA USO GENERAL CON VELOCIDAD VARIABLE DE 250 A 6000 rpm CONTROL DIGITAL DE 0,5 A 30 MIN O CONTINUO FRENO FORZADO O SUAVE TAPA DE SEGURIDAD INDICADOR DE DEBALANCEO CON PARODE SEGURIDAD ALIMENTACION 115v INCLUYE ROTOR EN ALGULO FIJO DE 28° PARA 12x1
3	50531942	1.00	PZA	ESTUFA DE CULTIVO BACTEREOLÓGICO Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042035 00030 Agrup. Carrito 3000024227 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1. PARA EL TRATAMIENTO SEGURO DE CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS#2. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR MULTIPLE#3. RANGO DE TEMPERATURA DESDE 5°C SOBRE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 99.9°C#4. 3 PROGRAMAS AJUSTABLES#5. INTERFAZ RS 232 PARA CONEXION DE IMPRESORA O PC#6. RELOJ PROGRAMABLE DE 99 HORAS 59 MINUTOS#7. INTERVALO TEMPORAL DE 99 HORAS Y 59 MINUTOS#8. ALARMA ACUSTICA Y VISUAL PARA LA SEÑALIZACION DE ERRORES#9. TERMOSTATO DIGITAL DE SEGURIDAD#10. VOLUMEN 55L. TOLERANCIA DE +/- 10 %#11. DIMENSIONES INT. (AN x F x AL) 400x390x350 MM. TOLERANCIA DE +/- 10%#12. BANDEJAS, ACERO INOXIDABLE (INCLUYE 2)#13. DISTANCIA ENTRE BANDEJAS 70 MM. TOLERANCIA DE +/- 10%#14. SUPERFICIE UTIL DE CADA BANDEJA (AN x F) 330x335 MM. TOLERANCIA DE +/- 10%#15. PESO ADMISIBLE (BANDEJA/DENTRO DE CAMARA) 20 / 50 KG. TOLERANCIA DE +/- 5%#16. DIMENSIONES EXTERNAS (AN x F x AL)

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				620×640×680 MM. TOLERANCIA DE +/- 10%#17. DIAMETRO Ø DEL CONDUCTO DE AIRE 52 / 49 MM#18. PESO (NETO/BRUTO) 55 /66 KG. TOLERANCIA DE +/- 5%#19. ALIMENTACION 120 V / 60 HZ.#
4	50531349	2.00	PZA	DESTILADOR DE AGUA Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042035 00040 Agrup. Carrito 3000024227 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: DESTILADOR DE AGUAESPECIFICACIONESPRODUCE AGUA PURIFICADA TIPO II, CAPACIDAD 5 LITROS /HR, ALIMENTACION DE 110 VOLTS. INCLUYETANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD PARA 30 LITROS, MODULO DE PRETRATAMIENTO, JUEGO DE PRETRATAMIENTO, MODULO DE SANITIZACIONPARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, FILTRO DE VERTEO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CAMPANA UV, PAQUETES DE TABLETAS DE CLORO, TABLETASACIDAS Y TABLETAS BASICAS
5	50530199	1.00	PZA	EQUIPO PARA DESIONIZAR AGUA Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190042035 00050 Agrup. Carrito 3000024227 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EQUIPO PARA DESIONIZAR AGUA22 X 15 X 72 (L X W X H)Equipo para desionizar agua 120 V 50/60 Hz, velocidad de flujo hasta 38L/hr, medidor deresistividad de 25 000 a 18 000 ohms-cm, que incluya soporte para el cartucho desionizador, 91 cmdetubo de plástico para conectar a la linea de agua, codos y tubos de entrada y salida de agua, conválvula para ajuste deflujo, válvula para drenar, switch y cable para conectar a la corriente.Que incluya tres cartuchos con resina de lecho mixto,capacidad de 875 granos.
6	50531857	1.00	PZA	MESA DE EXPLORACION Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042047 00010 Agrup. Carrito 3000024235 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA DE EXPLORACION PROSPERA#1. CONSTRUIDA CON LAMINA O LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, RECUBIERTA CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA EN POLVO O ALQUIDALICA ELECTROSTATICA HORNEADA#2. DIMENSIONES:#2.1 ALTURA TOTAL ENTRE 80 Y 90 CM#2.2 LONGITUD TOTAL DE LA SUPERFICIE ACOJINADA DE 185 CM COMO MINIMO#2.3 ANCHO DE 68 CM COMO MINIMO#3. CON TRES SECCIONES#3.1 DORSO#3.1.1 CON SISTEMA DE ABATIMIENTO#3.1.2 PARA ELEVACION CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 70 GRADOS COMO MINIMO#3.1.3 CON PORTARROLLOS DE PAPEL INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR#3.2 PELVICA#3.3. MIEMBROS INFERIORES#3.3.1 DESLIZABLE O CON SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA NIVELAR LA SUPERFICIE DE FORMA AUTOMATICA#4. CON COLCHON DE HULE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG/CM3 FIRME, CON CUBIERTA DE VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, REUSABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL#5. BASE O ESTRUCTURA METALICA CON 3 CAJONES#6. ESCALON INTEGRADO Y CON CUBIERTA DE HULE ANTIDERRAPANTE#7. CHAROLA RECOLECTORA

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE LIQUIDOS#8. PIERNERAS DE ALUMINIO CON CUBIERTA ACOLCHONADO REMOVIBLES.#9. TALONERAS RETRACTILES INTEGRADAS O REMOVIBLES.
7	50531607	2.00	PZA	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042047 00020 Agrup. Carrito 3000024235 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "SILLA DE RUEDAS PLEGABLE1. MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FIJOS, COLOR GRIS O NEGRO.1.1. PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO.2. DESCANSAPIES, TUBO REDONDO DE LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO CON SISTEMA TELESCOPICO PARA ELEVACION A DIFERENTES ALTURAS, CON CINTAS DE TALON.2.1. ESTRIBO DE ALUMINIO ACABADO PULIDO ESTRIADO.3. ELEVAPIERNAS3.1. SOPORTE (FIJADO AL TUBO ELEVAPIERNAS) PARA LA PIERNA Y PANTORRILLA, AJUSTABLE A 3 POSICIONES DE INCLINACION DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS O NEGRO.3.2. TODO EL CONJUNTO DE ELEVAPIERNAS DEBERA SER ABATIBLE Y DESMONTABLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA.4. ESTRUCTURA (MARCO) DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 Y 7/8" DE DIAMETRO ACABADO CROMO BRILLANTE.4.1. SISTEMA DE FRENO AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 10 DE 5/8" DE DIAMETRO.5. MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR GRIS.6. RESPALDO Y ASIENTO DE LONA PLASTICA, RESISTENTE A LA TENSION Y RETARDANTE AL FUEGO.7. RUEDA GIRATORIA DELANTERA7.1 RIN DE ABS DE ALTO IMPACTO DE 8" DE DIAMETRO.7.2. LLANTA DE HULE MACIZO COLOR GRIS DE ½" DE HUELLA.7.3. REFORZADAS Y GIRATORIAS DE 360°.8. RUEDA TRASERA8.1. DE HULE SINTETICO MACIZO.8.2. DE 24" DE DIAMETRO.8.3. RIN DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO.8.4. CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO.9. SISTEMA PLEGABLE, PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO EN SISTEMA DE TIJERA.10. SOPORTE DE PESO: 150 KG O MAYOR11. DIMENSIONES GENERALES: 120 X 70 X 92 CM."
8	50531262	2.00	PZA	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042047 00030 Agrup. Carrito 3000024235 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TANQUE DE OXIGENO DE 680 LTC/CARRO, CANULA Y CARGA.
9	50532340	2.00	PZA	PORTA SUEROS DE 5 APOYOS Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042047 00040 Agrup. Carrito 3000024235 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36275 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PORTA SUEROS DE 5 APOYOS CON ALTURA AJUSTABLE, POSTE DE TUBULAR DE 1" PULGADA CALIBRE 18, ANTENA DE TUBULAR DE 1/2 PULGADA Y GANCHO CON VARILLA DE 5/16 PULGADA, PULIDA CON ACABADO EN CROMO. ANTENA CON 2 GANCHOS ACABADO EN CROMO. ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE HASTA 200 CM (+-1CM). ALTURA MÍNIMA 110 CM (+-1CM).

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
10	50532272	4.00	PZA	PERILLA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA PARA AJUSTE DE ALTURA. BASE DE PLÁSTICO USO RUDO DE 5 APOYOS. LLANTAS DOBLES GIRATORIAS TIPO YOYO DE 2" PULGADAS FABRICADAS EN PLÁSTICO USO RUDO MEDIDA ESTÁNDAR: 110 A 200 CM (+1CM). Baumanometro Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042140 00010 Agrup. Carrito 3000024314 0001 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: Baumanometro. Descripción adicional: Monitor portátil y automático de T/A de brazo, por método oscilométrico; con botón para inflar el brazalete y desinflado automático. Cuenta con: monitor, brazalete: circunferencia de brazo de 22 a 42cm del brazalete, tamaño del brazalete: aproximadamente 152 mm (ancho), tubo del brazalete 600 mm (alto), estuche, instrucciones y pilas. Pantalla: Pantalla digital LCD. Rango de medición: Presión: 0 a 299 mmHg, Pulso: 40 a 180/min. Precisión/Calibración: Presión: ±3mmHg. Pulso: ±5% de lectura. Inflado: Automático por bomba eléctrica. Desinflado: Válvula de liberación automática de presión. Liberación rápida de presión: Válvula de liberación automática de presión. Fuente de alimentación: 4 pilas "AA" o "AAA". Contiene: Unidad principal, Brazalete, 4 pilas alcalinas "AA" o "AAA" y un repuesto, Manual de instrucciones, Estuche. F
11	50532342	10.00	PZA	KIT DE CRIMINALISTICA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042140 00020 Agrup. Carrito 3000024314 0002 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: KIT DE CRIMINALISTICA INCLUYE: JUEGO DE NÚMEROS CÓNICOS. BANDERILLAS. ESTUCHE DE PINZAS DIVERSAS (METÁLICAS, PLÁSTICAS). MASCARILLA DE ANTI PUTREFACCIÓN. CINTAS DE ACORDONAMIENTO. CINTAS PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA. KIT DE 3 LÁMPARAS (LUZ BLANCA, LUZ UV 395 NM, LUZ UV 470 NM) CON PILAS RECARGABLES TMX100. 50 TRAJES TYVEK. 2 CAJAS DE GUANTES. SOPORTE PARA ANOTACIONES. ROTÁMETRO. CINTA MÉTRICA DE USO RUDO. DISTANCIOMETRO. #KIT DE DACTILOSCOPIA CON: POLVO OXIDO NEGRO, POLVO OXIDO BLANCO, POLVO MAGNÉTICO NEGRO, POLVO MAGNÉTICO BLANCO, POLVO FLUORESCENTE AMARILLO, POLVO FLUORESCENTE VERDE, POLVO MAGNÉTICO FLUORESCENTE, BROCHAS DE FIBRA DE VIDRIO, APLICADOR MAGNÉTICO, PLUMERO MARABÚ NEGRO, PLUMERO MARABÚ BLANCO, NINHIDRINA, NITRATO DE PLATA, ARDROX, PISTOLAS DE YODO, AMARILLO BÁSICO, DFO, CINTAS PARA LEVANTAMIENTO DE DIVERSOS TAMAÑOS, ACETATOS DIVERSOS PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLAS, KIT PARA TOMA DE HUELLAS (RODILLO Y TINTAS) Y KIT PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLAS DE CALZADO.##
12	50532343	9.00	PZA	KIT DE LÁMPARAS FORENSES Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042140 00030 Agrup. Carrito 3000024314 0003 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
13	50532341	9.00	PZA	Descripción técnica: KIT DE LÁMPARAS FORENSES PARA REVELADO DE HUELLAS: UNA LINTERNA LED BLANCA DE UN VATIO, ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. UNA LINTERNA LED DE UN VATIO DE ONDA LARGA UV (365NM), ALUMINIO ANODIZADO NEGRO CON CABLE DE CARGA USB Y BATERÍA RECARGABLE. UNA LINTERNA LED AZUL (455NM) UN VATIO, NEGRO ALUMINIO ANODIZADO. UN MINI TRÍPODE FLEXIBLE TMXFT1 TACTICAL MAX. UN DIFUSOR. UNAS GAFAS NARANJAS CON ESTUCHE. UN CARGADOR DE BATERÍA. TRES BATERÍAS DE IONES DE LITIO DE 18650 3.7V. Y UNA CAJA DE NYLON NEGRO. KIT PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA Centro Gestor 211213062020000 Solicitud de Pedido 0190042140 00040 Agrup. Carrito 3000024314 0004 Entrega en: Carretera Guanajuato - Juventino km. 7.5 C.P. 36250 Guanajuato México/GTO Descripción técnica: KIT PARA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA INCLUYE: CAJA TRANSPORTADORA, CON CHAROLA. BLOCK DE CÉDULAS DECACTILAR. BRÚJULA INGENIERO METAL C/LÍQUIDO Y LED. FRASCOS PARA INDICIOS DIFERENTES TAMAÑOS. FRASCOS ESTERILIZADOS. HISOPOS ESTERILIZADOS CON TUBO DE PROTECCIÓN Y EMBALAJE. ANTEOJOS SEGURIDAD VIRTUAL. LENTES PROTECTORES COLOR ÁMBAR INTEGRADAS CON AMPLITUD DE ENFOQUE, PILA RECARGABLE, CARGADOR DE PILA USB Y ESTUCHE RÍGIDO AUTO-TRASPORTABLE. LUPA CUENTA-HILOS. PAQUETE DE GISES. SOLUCIÓN SALINA. PIPETAS DE PLÁSTICO#-PAQUETE DE TESTIGOS MÉTRICOS: REGLAS RECTAS DE 10 CM. DIFERENTES COLORES. POLIETILENO. REGLAS RECTAS DE 5 CM. DIFERENTES COLORES. CARTULINA SULFATADA. REGLA RECTA DE 5 CM, AMARILLA. POLIETILENO. REGLA DE 3 CM, AMARILLA. POLIETILENO. REGLA DE ESCUADRA DE 12 CM. POLIETILENO. REGLA DE ESCUADRA DE 8 CM. POLIETILENO. REGLA DE ESCUADRA DE 5 CM. AMARILLA DE POLIETILENO. PUNTAS SEÑALIZADORAS ADHERIBLES DE 5 CM. AMARILLA Y ANARANJADA. PUNTAS SEÑALIZADORAS ADHERIBLES DE 2.5 CM. AMARILLA Y ANARANJADA.#-KIT DE BOLSAS PARA INDICIOS: BOLSAS PARA EMBALAJE DE PAPEL CHICA. BOLSAS PARA EMBALAJE DE PAPEL MEDIANA. BOLSAS PARA EMBALAJE DE PAPEL GRANDE. BOLSAS# PARA EMBALAJE DE POLIETILENO DIFERENTES TAMAÑOS. BOLSA DE BIOSEGURIDAD, PARA RESIDUOS PELIGROSOS. BOLSA ANTIESTÁTICA CHICA.##
14	50531898	1.00	PZA	VITRINAS SENCILLAS CON ENTREPAÑO Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00010 Agrup. Carrito 3000024385 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: VITRINA SENCILLA CON ENTREPAÑO, MEDIDAS GENERALES ALTURA 154 CM. ANCHO 60 CM. FONDO 37 CM., CUERPO: CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, PUERTA: ABATIBLE CON CRISTAL Y MARCO DE LAMINA DE ACERO CAL. 22, CON CHAPA. PUERTA: ABATIBLE Y 1 CAJON CON JALADERA EMBUTIDA. SOPORTES INTERIORES PARA 2 ENTREPAÑOS. ACABADO: EN PINTURA HORNEADA +-5 ENTRE 10 CM
15	50531171	1.00	PZA	NEGATOSCOPIO DE LED (SENCILLO)

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00020 Agrup. Carrito 3000024385 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "NEGATOSCOPIO DE LED (SENCILLO)1. GABINETE TIPO PLANO CON UN GROSOR DE 45 MM MaXIMO.2. PARA EMPOTRARSE EN LA PARED EN FORMA SEGURA3. TERMINADO EN ESMALTE ACRÍLICO BLANCO DE 2 MM COMO MiNIMO.4. PANTALLA DE ACRÍLICO RESISTENTE, EN COLOR BLANCO OPALESCENTE.5. ILUMINACIóN MEDIANTE MATRIZ DE LEDS DE COLOR BLANCO PURO Y SUILUMINACIóN DEBE SER CONTINUA, SIN PARPADEOS6. LA ILUMINACIóN DEBERa SER HOMOGeNEA CON VARIACIóN MaXIMA DE 15 %ENTRE UNA ZONA Y OTRA.7. CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA.8. BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,000 CD/M2 O 3,333 LUXES, PARARADIOGRAFIA CONVENCIONAL, MEDIDO EN EL CENTRO DEL CAMPO VISUAL9. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL INDEPENDIENTE PARA CADA CAMPO10. SISTEMA DE FIJACIóN RaPIDA DE PLACA EN LA PARTE SUPERIOR CON SOLODESLIZAR LA PELICULA EN EL BORDE SUPERIOR11. VISUALIZACIóN DE UNA PLACA DE HASTA 14 X 17 PULGADAS EN FORMAVERTICAL12. ACCESORIOS PARA INSTALACIóN, JUEGO DE TORNILLOS Y TAQUETES ADECUADOSPARA SU COLOCACIóN.13. ALIMENTACIóN ELeCTRICA DE OPERACIóN: 120V @ 60 HZ +/- 10%."
16	50540659	1.00	PZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00030 Agrup. Carrito 3000024385 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "1. Monitor configurado o modular con pantalla de 8 pulgadas comomínimo.2. Peso no mayor a 6 Kg incluyendo la batería.3. Salida analógica de ECG o Sincronía para desfibrilación.4. Pantalla policromática (color): tecnología LCD de matriz activa oTFT.5. Protección contra descarga de desfibrilador6. Detección de marcapasos.7. Despliegue de curvas fisiológicas:7.1. Al menos 3 curvas simultáneas.7.2. ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 1 curvas, aelegir de entre 3 derivaciones o más.7.3. Pletismografía.7.4. Respiración.8. Despliegue numérico de:8.1. Frecuencia cardiaca.8.2. Frecuencia respiratoria.8.3. Saturación de oxígeno.8.4. Presión no invasiva (sistólica, diástolica y media).8.5. Temperatura.9. Modos para la toma de presión: Manual y automática a diferentesintervalos de tiempo.10. Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas Como mínimo de todos losparámetros, seleccionables por el usuario.11. Que cubra uso desde neonato hasta adulto.12. Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas,con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla.13. Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres nivelescon función que permita revisar y modificar los límites superior einferior de los siguientes parámetros:13.1. Saturación de oxígeno.13.2. Frecuencia cardiaca.13.3. Presión arterial no invasiva (sistólica, diástolica).13.4. Temperatura.13.5. Frecuencia respiratoria.14. Alarma de apnea.15. Con silenciador de alarmas.16. Alarmas del sistema que indique el estado de funcionamiento delmonitor.17. Menús y mensajes en pantalla o software de operación deben de ser enespañol.18. Teclado o Interface deben ser en español.19. Sistema para fijación de cada monitor: Asa y soporte para camilla.20. Registrador térmico o impresora térmica interconstruidos o móduloinsertable.20.1. De al menos 2 canales.20.2. Con 5 rollos de papel.21. Con capacidad para conectarse a ambulancia.22. Cable para alimentación en ambulancia.23. Accesorios para adulto:23.1. Un cable troncal y dos sensores tipo dedal, reusable, paraoximetría de pulso.23.2. Un Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie).23.3. Un Brazalete reusable para medición de la presión no invasivaadulto con una manguera reusable con conector para los brazaletes.23.4. Un Cable troncal y un cable de

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				paciente para ECG de al menos trespuntas.24. Accesorios para pediátrico:24.1. Un cable troncal y dos sensores tipo dedal, reusable, paraoximetría de pulso.24.2. Un Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie).24.3. Un Brazaletes reusable para medición de la presión no invasivapediátrico con una manguera reusable con conector para los brazaletes.24.4. Un Cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos trespuntas.25. Accesorios para neonato:25.1. Un Cable troncal y cuatro sensores multisitio reusable paraoximetría de pulso.25.2. Cuatro sensores reusables de temperatura (de piel o superficie).25.3. Con 50 brazaletes desechables para medición de la presión noinvasiva, neonatal, una manguera reusable con conector para losbrazaletes.25.4. Un Cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas.26. Consumibles:26.1. Con 300 electrodos para ECG adulto/pediátrico.26.2. Con 300 Electrodo para ECG neonatales..27. Alimentación eléctrica de operación: 120V @ 60 Hz +/- 10%.
17	50531630	1.00	PZA	LAMPARA DE EXAMINACION LED Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00040 Agrup. Carrito 3000024385 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA (LED)1. LAMPARA DE EXAMINACION DE UN LED, CABEZAL PEQUEÑO.2. FUENTE DELUZ CON LED BLANCO.3. INTENSIDAD DE LUZ DE 20,000 LUXES COMO MINIMO A UNA DISTANCIA ENTRE 40 Y 60 CM.4. TEMPERATURA DE COLOR DE4500 GRADOS KELVIN COMO MINIMO.5. TIEMPO DE VIDA UTIL DEL LED 50,000 HORAS COMO MINIMO.6. CABEZAL DE ILUMINACION COMPACTA.7.LONGITUD DEL BRAZO FLEXIBLE DE 79 CM COMO MINIMO.8. CON DIAMETRO DE ILUMINACION VARIABLE EN EL RANGO DE 4 A 25 CM A UNA DISTANCIAD E 40 CM.9. BASE RODABLE ESTABLE CON AL MENOS 5 RUEDAS.9.1. RUEDAS CON FRENO (AL MENOS 2 DE ELLAS).9.2. EJE DE LA LAMPARA CONCAPACIDAD DE GIRO (360°)9.3. ALTURA AJUSTABLE DESDE 70 CM HASTA 90 CM O MAYOR.10. ALIMENTACION ELECTRICA 120 V " 60 HZ + / - 10%Y CLAVIJA GRADO MEDICO.
18	50531374	1.00	PZA	GABINETE MEDICO PARA CONSULTORIO Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00050 Agrup. Carrito 3000024385 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: GABINETE MEDICO PARA CONSULTORIO, MEDIDAS GENERALES LARGO 80 CM, ALTURA 152 CM, PROFUNDIDAD 40CM .CUERPO: CONSTRUIDA EN LAMINA DEACERO CAL. 22, PUERTAS ABATIBLES: DOS CON CRISTALES Y CON MARCO DE LAMINA UNA CON CHAPA Y LA SEGUNDA CON SEGURO EN SU INTERIORSOPORTES INTERIORES PARA 2 ENTREPAÑOS.DOS CAJONES EN LA PARTE MEDIA DE LA VITRINA.Y EN LA ZONA INFERIOR DOS PUERTAS ABATIBLES DELAMINA CAL. 22, ACABADO: PINTURA HORNEADA SEGUN ZOCLO: DE LAMINA DE ACERO CAL. 20
19	50532310	1.00	PZA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00060 Agrup. Carrito 3000024385 0006

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO, QUE INCLUYA, BAUMANOMETRO ANEROIDE BRAZAL, ESTETOSCOPIO TIPO CLASSIC II CON CAMPANA DUPLEX ADULTO, TERMOMETRO DIGITAL, MANGO PARA MÍNIMO DOS BATERIAS TIPO C Y/O RECARGABLE, OTOSCOPIO CON 3 ESPECULOS, OFTALMOSCOPIO, RINOSCOPIO, EXTENCION CON LUZ PARA LARINGE PARA ADULTO, 2 ESPEJOS BUCALES Y PORTA ABATELENGUAS, UN FOCO DE REPUESTO, MODELO CLASICO.
20	50531958	1.00	PZA	MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00070 Agrup. Carrito 3000024385 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: 1. MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 10 PULGADAS COMO MINIMO.#2. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO. #3. SALIDA ANALOGICA DE ECG O SINCRONIA PARA DESFIBRILACION.#4. PANTALLA A COLOR TECNOLOGIA LCD, TFT O TECNOLOGIA SUPERIOR.#5. PROTECCION CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.#6. DETECCION DE MARCAPASOS.#7. DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA DE:#7.1. AL MENOS 4 CURVAS SIMULTANEAS.#7.2. ECG, QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE AL MENOS 2 CURVAS, A ELEGIR DE ENTRE 3 DERIVACIONES O MAS.#7.3. PLETISMOGRAFIA.#7.4. RESPIRACION.#8. DESPLIEGUE NUMERICO DE:#8.1. FRECUENCIA CARDIACA.#8.2. FRECUENCIA RESPIRATORIA.#8.3. SATURACION DE OXIGENO.#8.4. PRESION NO INVASIVA (SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA).#8.5. TEMPERATURA.#9. MODOS PARA LA TOMA DE PRESION: MANUAL Y AUTOMATICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.#10. TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 24 HORAS COMO MINIMO DE TODOS LOS PARAMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO.#11. PARA USO EN PACIENTES DESDE NEONATO HASTA ADULTO.#12. CON BATERIA INTERNA RECARGABLE CON DURACION DE AL MENOS 1 HORA, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA.#13.# ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCION QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LIMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS:#13.1. SATURACION DE OXIGENO.#13.2. FRECUENCIA CARDIACA.#13.3. PRESION ARTERIAL NO INVASIVA (SISTOLICA, DIASTOLICA).#13.4. TEMPERATURA.#13.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA.#14. ALARMA DE APNEA.#15. ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR.#16. CON SILENCIADOR DE ALARMAS.#17. INTERFACE, MENUS Y MENSAJES EN ESPAÑOL.#18. CON DISEÑO QUE PERMITA AL EQUIPO SER USADO# COMO MONITOR PORTATIL Y MONITOR DE CABECERA.#18.1. INCLUYE SISTEMA PARA MONTAJE DE PARED.#19. DETECCION DE ARRITMIAS BASICAS QUE CUMPLA CON AL MENOS DOS DE LAS SIGUIENTES: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA Y FIBRILACION VENTRICULAR. #20. ACCESORIOS PARA USO ADULTO/PEDIATRICO:#20.1. (1) CABLE TRONCAL Y (2) SENSORES TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRIA DE PULSO.#20.2. (2) SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE).#20.3. BRAZALETES REUSABLES PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA CON MANGUERA REUSABLE:#20.3.1. (1)# BRAZALETE TAMAÑO ADULTO.#20.3.2. (1) BRAZALETE TAMAÑO PEDIATRICO.#20.3.3. (1) MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.#20.4. (1) CABLE TRONCAL Y (1) CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS TRES PUNTAS.#21. ACCESORIOS PARA USO NEONATAL:#21.1. UN CABLE TRONCAL Y UN

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				SENSOR MULTISITIO REUSABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO.#21.2. UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE).#21.3. (20) BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA NEONATAL EN DOS MEDIDAS DIFERENTES.#21.3.1. UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS# BRAZALETES.#21.4. UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS.#22. CONSUMIBLES (CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA):#22.1. (300) ELECTRODOS PARA ECG TAMAÑO ADULTO/PEDIATRICO.#22.2. (300) ELECTRODOS PARA ECG TAMAÑO NEONATAL.#23. ALIMENTACION ELECTRICA DE OPERACION: 120V + / - 10%. @ 60 HZ Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MEDICO.
21	50530327	1.00	PZA	CARRO DE CURACIONES Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00080 Agrup. Carrito 3000024385 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CLAVE DIB:CARR-CURA-01.1-CB-14, CARRO DE CURACIONES, Arillo con sistemagiratorio porta-cubeta y porta-bandeja de solera de acero inoxidable de 2.5mm (3/32") y 25.4mm (1") de ancho acabado pulido.1. Cubierta en forma de charola de lámina de acero inoxidable calibre no. 18 acabado pulido.2. Entrepañ en forma de charola de lámina de acero inoxidable calibre no.18 acabado pulido con través años de tubo de lámina de acero inoxidable calibre no.18 acabado pulido de 19mm (3/4") de diámetro.3. Estructura de tubo de lámina de acero inoxidable calibre no.18,25.4mm (1") de diámetro acabado pulido.4. Pestaña de 10 cm en sus extremos5. Rodajas giratorias con sistema de rodamiento embalerado y llanta degel transparente de 101.1mm (4") de diámetro con orquilla de acero troquelada de una sola pieza acabado cromado.6. Porta cubeta para desechos en cada uno de sus extremos7. Cubeta con capacidad de 12lts. De lámina de acero inoxidable calibre no.20 acabado pulido con asa de alambro de acero inoxidable de 6mm (1/4") de diámetro acabado pulido.8. Bandeja con capacidad de 2.1lts. De lámina de acero inoxidable calibre no.20 acabado pulido.9. El acero inoxidable deberá ser tipo AISI-30410. Tolerancia en las dimensiones generales +/- 1.0cm.
22	50511685	1.00	PZA	BIOMBO Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00090 Agrup. Carrito 3000024385 0009 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BIOMBOMATERIAL(ES): ACERO Y TELA POLIESTER,COLOR (ES): BLANCOMEDIDAS: 2 CUERPOS DE 1.70 X 2.20 MT.CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18 CUERPO DE TELA DE POLYESTER
23	50540652	1.00	PZA	ESFIGMOMANOMETRO ANAEROIDE DE PARED ACC Centro Gestor 211110700040400 Solicitud de Pedido 0190042229 00100 Agrup. Carrito 3000024385 0010 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "1. Esfigmomanómetro diseñado para ser montado en la pared.2. Estructura de plástico ABS (Marcadas de acuerdo con la

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				norma ISO11469 (DIN 58840) resistente a los impactos, alta duración y fácil delimpia.3. Equipo libre de latex.4. Manómetro Aneroides con escala de 0 a 300 mmHg.5. Sistema contra golpes que permita asegurar la precisión en la lectura.6. Carátula de al menos 15 cm de diámetro.6.1. Alto contraste de colores entre fondo y dígitos.6.2. Movimiento lateral de al menos 40° para facilitar la visibilidad.6.3. Graduado de 0 a 300 mmHg o mayor.6.4. Precisión para medir presión de ± 3 mmHg.6.5. Con Mínima división de escala de 2 mmHg.6.6. Mica de protección transparente.7. Mica de protección transparente.8. Perilla de Insuflación libre de látex.9. Válvula de purga de aire de precisión, con ajuste y sin desgaste.10. Montado en base rodable de altura ajustable.11. Rodajas con bajo nivel de ruido.12. Canastilla para guarda de brazalete y mangueras, integrada o interconstruida en la base.13. Brazaletes ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL:13.1. Con bolsas de Insuflación libres de Látex integrada.13.2. Reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva.13.3. Cierre Tipo Velcro.14. Mangueras o Tubos en Espiral Libres de Látex con longitud de 2.5 mt. como mínimo.15. Incluye material para montaje en pared.16. Un juego completo extra de brazaletes para repuesto.
24	50532326	3.00	PZA	CAMA TIPO BOBATH Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041759 00010 Agrup. Carrito 3000024029 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Cama baja para terapia o cama tipo bobath. Colchoneta de espuma de poliuretano de densidad de 24+- 2 kg/cm3, espesor de 10 cm (+/- 3cm) forrada de material impermeable, fácil de limpiar y resistente. Superficie de 200 cm*170 cm +/-20 cm. Base de madera estufada y desflemada. Capacidad de soporte de al menos 180 kg. Altura de cama 50 cm +/- 10 cm.
25	50531500	1.00	PZA	BASCULA ELECTRONICA PESABEBE Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041759 00020 Agrup. Carrito 3000024029 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BASCULA ELECTRONICA PESABEBE (INFANTOMETRO)1. BASCULA ELECTRONICA1.1. DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN KILOGRAMOS Y GRAMOS.1.2.RANGO DE MEDICION DE 0 A 20 KILOGRAMOS.1.3. AJUSTE AUTOMATICO A CERO.1.4. RESOLUCION DE CINCO GRAMOS O MENOR.1.5. SENSIBILIDAD DE CINCO GRAMOS O MAYOR (DOS GRAMOS).1.6. INDICADOR DE BATERIA BAJA.1.7. CHAROLA RESISTENTE AL ALTO IMPACTO PARA COLOCACION DEL BEBE.1.8. FUNCIONES HOLD Y TARA.1.9. APAGADO AUTOMATICO.2. INFANTOMETRO:2.1. RANGO DE MEDICION DE LA LONGITUD DE 40 CM. O MENOR HASTA 80 CM. O MAYOR.2.2. ESCALA GRADUADA EN CENTIMETROS.2.3. RESOLUCION MINIMA DE 0.5 CM.2.4. CURSOR DESLIZABLE PARA AJUSTE DE LA MEDICION.2.5. SUJETO AL CUERPO DE LA BASCULA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACION.2.6. TOPES A 90° PARA CABEZA Y PIES.3. INCLUYE:3.1. CARGADOR DE BATERIAS.3.2. REGATONES PARA NIVELACION.4. ALIMENTACION ELECTRICA DEL CARGADOR: 120 VA $\pm 10\%$ " 60 HZ.
26	50531128	1.00	PZA	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041759 00030 Agrup. Carrito 3000024029 0003

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "ESPECIFICACIONES:METODO: METODO SEGMENTAL DIRECTO DE ANALISIS DE IMPEDANCIA BIOELECTRONICA DE MULTI-FRECUENCIA.FRECUENCIAS: 5KHZ, 50KHZ, 500KHZ.DURACION: 30 SEG.BASE DE DATOS: 100.000TIPO DE HOJA DE RESULTADOS: A4 (ADULTO, NIÑO)RANGO DE EDAD: 1-99 AÑOSRANGO DE PESO: 5-250 KGRANGO DE ESTATURA: 50-300CMPARAMETROS (PARA ADULTOS): AGUA CORPORAL TOTAL, PROTEINA, MINERALOSEO/NO OSEO, MASA GRASA CORPORAL, MASA MAGRA, MASA LIBRE DE GRASA,PESO, MASA DE MUSCULO ESQUELETICO (MME), INDICE DE MASA CORPORAL (IMC),PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL (PGC), MASA MAGRA SEGMENTAL, PROPORCION DEMASA MAGRA SEGMENTAL, AEC/ACT TOTAL, HISTORIAL DE COMPOSICION CORPORAL(8 RESULTADOS ACUMULADOS), PUNTAJE EN EL CUERP, CONTROL DE PESO (PESOIDEAL, PESO, GRASA, MUSCULO), EVALUACION DE OBESIDAD (IMC, PGC),EVALUACION DE EQUILIBRIO CORPORAL, ANALISIS DE GRASA SEGMENTAL, AGUAINTRACELULAR, AGUA EXTRACELULAR, METABOLISMO BASAL (MB), RELACIONCINTURA-CADERA, NIVEL DE GRASA VISCERAL, GRADO DE OBESIDAD, CONTENIDOMINERAL OSEO, MASA CELULAR CORPORAL, CIRCUNFERENCIA DE BRAZO,CIRCUNFERENCIA DE MUSCULO DE BRAZO, IMPEDANCIA DE CADA SEGMENTO YFRECUCENCIA.CARACTERISTICAS:HOJA DE RESULTADO PROFESIONAL CON 53 PARAMETROS SELECCIONABLES,COMUNICACION INALAMBICA (BLUETOOTH, WI-FI), INTERFAZ FACIL CON GUIA DEPOSTURA DE VOZ Y FUNCIONES INTELIGENTES Y PROFESIONALES."
27	50531498	1.00	PZA	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041759 00040 Agrup. Carrito 3000024029 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO1. BASCULA ELECTRONICA1.1. DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO DIGITAL.1.2. RANGO DE MEDICION DE 0 A180 KILOGRAMOS O MAYOR.1.3. RESOLUCION: 100 GRAMOS O MENOR.1.4. SENSIBILIDAD DE 100 GRAMOS O MENOR (50 GRAMOS).1.5. FUNCIONESHOLD Y TARA.1.6. INDICE DE MASA CORPORAL (BMI Y / O IMC).1.7. AJUSTE AUTOMATICO A VALOR CERO.1.8. INDICADOR DE BATERIABAJA.1.9. APAGADO AUTOMATICO.2. ESTADIMETRO:2.1. RANGO DE MEDICION DE ALTURA DE 60 A 195 CM O MAYOR.2.2. ACERO O ALUMINIOANODIZADO.2.3. ESCALA FABRICADA EN ALUMINIO MATE CON ESCALA GRABADA, EN CENTIMETROS O SISTEMA DIGITAL.2.4. RESOLUCION DE 1 MMINIMO.2.5. MECANISMO TELESCOPICO PLEGABLE CON TOPE O CORREDERA.2.5.1. SUJETO AL CUERPO DE LA BASCULA CON UN SISTEMA QUEGARANTICE UNA PERFECTA FIJACION.2.5.2. AMBAS BARRAS DEBEN SER DE UNA SOLA PIEZA.3. INCLUYE:3.1. CARGADOR DE BATERIAS.3.2.REGATONES PARA NIVELACION.4. ALIMENTACION ELECTRICA DEL CARGADOR DE 120 V ± 10% " 60 HZ.
28	50531793	1.00	PZA	BASCULA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041759 00050 Agrup. Carrito 3000024029 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: 1.- PLATAFORMA ESTABLE CON RAMPA QUE PERMITA EL FACIL ACCESO PARA LA SILLA DE RUEDAS.#2.- DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA.#3.- RANGO DE MEDICION: 0 A 300 KILOGRAMOS O MAYOR.#4.- DIVISION: 100 GRAMOS O MENOR.#5.- FUNCION QUE ELIMINE EL PESO ADICIONAL DE LA SILLA DE RUEDAS Y/O ACCESORIOS (FUNCION#TARA).#6.- FUNCION DE RETENCION QUE PERMITA MANTENER LA MEDICION DE LOS PACIENTES QUE SE#HAN DESPLAZADO DE LA BASCULA.#7.- INDICE DE MASA CORPORAL (BMI Y/O IMC).#8.- ACCESORIOS:#8.1- BARANDAL (ES)#8.2.- SOPORTE PARA DISPLAY#9.- ALIMENTACION ELECTRICA 120V +/- 10% @ 60 HZ.
29	50530278	7.00	PZA	Mesa con ruedas para equipo Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041759 00060 Agrup. Carrito 3000024029 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: Mesa con ruedas para equipo. Medidas: 70cm x 43cm x40 cm (+/- 5cm)Fabricada en acero inoxidable, con 1 cajón y 3 repisas,medidas: 70cm x 43cm x40 cm (+/- 5cm), con ruedas de uso rudo de 6cm +/- 0.5cm
30	50532338	1.00	PZA	Estación de trabajo para ORL Centro Gestor 211213019050600 Solicitud de Pedido 0190041766 00010 Agrup. Carrito 3000024036 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: APEGARSE A DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
31	50532339	1.00	PZA	RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T Centro Gestor 211213019050300 Solicitud de Pedido 0190041767 00010 Agrup. Carrito 3000024037 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica: APEGARSE A DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
32	50532328	2.00	PZA	TIJERA WESCOT DE 115 MM Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00010 Agrup. Carrito 3000024105 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: TIJERA WESCOT GRANDE DE 115 MM,ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
33	50532329	2.00	PZA	PINZA .12 MANGO CASTRO VIEJO DE 90MM Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00020 Agrup. Carrito 3000024105 0002

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINZA .12 MANGO CASTRO VIEJO DE 90MM, ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
34	50532330	2.00	PZA	PINZA UTRATA MICROINCISIÓN Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00030 Agrup. Carrito 3000024105 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINZA UTRATA MICROINCISIÓN - MANGO REDONDO ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
35	50532331	1.00	PZA	PINZA DE RELOJERO FINA RECTA Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00040 Agrup. Carrito 3000024105 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINZA DE RELOJERO FINA RECTA MANGO DE 110MM ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
36	50532332	1.00	PZA	PINZA BONACCOLTO 11CM Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00050 Agrup. Carrito 3000024105 0005 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINZA BONACCOLTO 11CM ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
37	50532333	2.00	PZA	CHOPPER SEIBEL1/SEIBEL2 LONG TOTAL 135MM Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00060 Agrup. Carrito 3000024105 0006 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CHOPPER SEIBEL1/SEIBEL2 LONGITUD TOTAL 135MM. ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
38	50532334	1.00	PZA	forceps ILM 23G para limitorexis Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00070 Agrup. Carrito 3000024105 0007 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: FORCEPS ILM 23G PARA LIMITOREXIS (RETINA). ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
39	50532335	1.00	PZA	PORTA AGUJAS FINO DE ACERO INOXIDABLE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00080 Agrup. Carrito 3000024105 0008 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PORTA AGUJAS FINO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, CURVO SIN RETEN MODELO BARRAQUER,RAMAS DE 9MM, LONGITUD DE 120MM
40	50532336	1.00	PZA	ROTADOR DE NUCLEO Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00090 Agrup. Carrito 3000024105 0009 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: ROTADOR DE NUCLEO. ACERO QUIRURGICO GRADO MÉDICO.
41	50532337	2.00	PZA	PINZA MC PHERSON DE ACERO INOXIDABLE Centro Gestor 211213054010000 Solicitud de Pedido 0190041861 00100 Agrup. Carrito 3000024105 0010 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: PINZA MC PHERSON DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, ANGULADA SIN DIENTES PARA PUNTOS O PARA INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR, MANGO CORTO 75MM Y RAMAS DE 10MM
42	50532327	13.00	PZA	MESAS PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIOS Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190041877 00010 Agrup. Carrito 3000024108 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MESA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIOS: #Estructura de PTR de 2"x2" cal 14 con medidas de 2.95 m X 1.10 m y una altura de 0.90 m, debe incluir una tarja de acero inoxidable en un extremo con medidas de 0.65 m X 1.10 m, la tarja debe tener su propia estructura de PTR de 2" X 2" cal 14 y debe ir atornillada a la mesa, la tarja deberá incluir la válvula de cuello de ganso para agua, la cubierta de la mesa debe ser de acero inoxidable tipo 304 cal. 16, en la cubierta deberá incluir soldadas 2 torres a 1/3 de la longitud respecto de cada extremo, cada torre debe llevar a cada lado un contacto duplex para servicio eléctrico y dos válvulas de espiga, una para agua y una para gas LP, las 4 patas de la mesa deben llevar soldada en la parte inferior solera de 2" x 1/4" con una longitud de 4 pulgadas y una perforación de 1/4" de diámetro para atornillarse a piso, según dibujos. Todas las dimensiones mencionadas aceptan una tolerancia de +/- 5 cm. # Pintura esmalte color azul marino. Deberá considerar las imágenes de referencia del Anexo T.
43	50531452	2.00	PZA	COMBO ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190041905 00010 Agrup. Carrito 3000024121 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: EQUIPO COMBINADO DE 2 CANALES DE ELECTROTERAPIA INDEPENDIENTES Y UNCANAL DE ULTRASONIDO , PANTALLA TACTIL A COLOR DE 4.3 PULGADAS ,PROTOCOLOS PREDEFINIDOS , PROTOCOLOS DEFINIDOS POR EL USUARIO Y OPCIONDE GUARDARLOS CON LOS DATOS DEL PACIENTE O POR PATOLOGIA, ENCICLOPEDIATERAPEUTICA CON IMAGENES ANATOMICAS A COLOR, GUIA TERAPEUTICA QUEINDICA LA FORMA DE APLICACION DE CADA TERAPIA POR PATOLOGIA, MODULO DEELECTRODIAGNOSTICO QUE PERMITE IDENTIFICAR PUNTO MOTOR, GRAFICAR CURVAI/T, MEDICION DE CRONAXIA, REOBASE Y CALCULO DEL COEFICIENTE DEACOMODACION, CUENTA CON LAS SIGUIENTES CORRIENTES : GALVANICA ,DIADINAMICAS (TIPO DF , MF , CP , LP , CP-ISO) , TRABERT ULTRA-REIZ ,FARADICA , NEOFARADICA , ESTIMULACION RUSA , PULSOS RECTANGULARES , TENS(SIMETRICO , ASIMETRICO Y ALTERNO) , INTERFERENCIAL DE 2 POLOS ,INTERFERENCIAL DE 4 POLOS , PULSOS TRIANGULARES , PULSOS EXPONENCIALES ,PULSOS EXPONENCIALES CON RAMPa , PULSOS COMBINADOS , VECTOR ISOPLANAR ,VECTOR BIPOLAR , PULSOS INTERRUPTIDOS , CORRIENTE LEDUC , ONDA H ,MICROCORRIENTES , MEDIA FRECUENCIA , ESTIMULACION ESPASTICA HUFSCHMIDT ,ESTIMULACION ESPASTICA JANTSCH , ALTO VOLTAJE , PULSOS IG , PULSOS DECORRIENTE MODULADA , CORRIENTE VMS , CORRIENTE KOTZ , EPIR , SECUENCIASPROGRAMABLES EN ULTRASONIDO Y ELECTROESTIMULACION, ULTRASONIDO CONCABEZAL MULTIFRECUENCIAL DE 1 Y 3 MHZ DE 5 CM2 SUMERGIBLE CON INDICACIONVISUAL Y AUDIBLE DE CONTACTO, CABEZALES OPCIONALES DE 1 CM2 Y 4x3 CM2,6x3 CM2 (MANOS LIBRES), PERMITE TENER DOS CABEZALES CONECTADOSSIMULTANEAMENTE , FRECUENCIA MODULAR DE 10 A 150 HZ, PORCENTAJE PULSATILDEL 5 AL 95 % EN PASOS DE 1, PRESELECCIONADO DE 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1DE LA INTENSIDAD SELECCIONADA Y CONTINUO, INTENSIDAD MAXIMA EN MODOCONTINUO DE 2 W/CM2 , INTENSIDAD MAXIMA EN MODO PULSADO 3 W/CM2 , AREAEFECTIVA DE RADIACION (ERA) DE 5 CM2, BNR DE 3 +/-30%, CALENTAMIENTO DELCABEZAL, OPCION DE APLICACION CON FRECUENCIA ALTERNADA SIN INTERRUPCIONDEL TRATAMIENTO, EQUIPO MULTILINGUE , MODULO DE AUTOCALIBRACION DELCABEZAL, IDENTIFICACION Y CHEQUEO DE ACCESORIOS , ADAPTADOR DE CORRIENTE, BATERIA OPCIONAL, GEL DE 300 ML Y GUIA DE USUARIO, INCLUYE 4ELECTRODOS DE CAUCHO DE 5 x 7 Y ESPONJAS, DOS CABLES DE ELECTRODOS, SETDE 8 BANDAS DE SUJECION.
44	50532059	2.00	PZA	EQUIPO DE PRESOTERAPIA Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190041905 00020 Agrup. Carrito 3000024121 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: EQUIPO DE PRESOTERAPIA O COMPRESION SECUENCIAL CON ACCESORIOS PARA PIERNAS, PIES, CADERA Y BRAZO. PANTALLA TACTIL. AJUSTE DE PRESION INDIVIDUAL PARA CADA CAMARA DE 20 A 160MMHG Y GRADIENTE DEL 0 AL 100% AJUSTE CONTINUO. 12 CAMARAS. 12 A 15 PROGRAMAS DEFINIDOS Y PROTOCOLOS CLINICOS.
45	50532193	1.00	PZA	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190041905 00030 Agrup. Carrito 3000024121 0003 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Descripción técnica: 1. MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FIJOS, COLOR GRIS O NEGRO.#1.1. PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO.#2. DESCANSAPIES, TUBO REDONDO DE LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO CON SISTEMA TELESCOPICO PARA ELEVACION A DIFERENTES ALTURAS.#2.1. ESTRIBO DE PLASTICO NEGRO. #3. ELEVAPIERNAS#3.1. SOPORTE (FIJADO AL TUBO ELEVAPIERNAS) PARA LA PIERNA Y PANTORRILLA, AJUSTABLE A 3 POSICIONES DE INCLINACION DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS O NEGRO.#3.2. TODO EL CONJUNTO DE ELEVAPIERNAS DEBERA SER ABATIBLE Y DESMONTABLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA.#4. ESTRUCTURA (MARCO) DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 Y 7/8" DE DIAMETRO ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. #4.1. SISTEMA DE FRENO AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 10 DE 5/8" DE DIAMETRO.#5. MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR GRIS.#6. RESPALDO Y ASIENTO DE LONA PLASTICA, RESISTENTE A LA TENSION Y RETARDANTE AL FUEGO.#7. RUEDA GIRATORIA DELANTERA#7.1 RIN DE ABS DE ALTO IMPACTO DE 8" DE DIAMETRO.#7.2. LLANTA DE HULE MACIZO COLOR GRIS DE 1/2" DE HUELLA.#7.3. REFORZADAS Y GIRATORIAS DE 360°.#8. RUEDA TRASERA#8.1. DE HULE SINTETICO MACIZO.#8.2. DE 24" DE DIAMETRO.#8.3.# RIN DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO.#8.4. CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO.#9. SISTEMA PLEGABLE, PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO EN SISTEMA DE TIJERA.#10. SOPORTE DE PESO: 90 KG O MAYOR#11. DIMENSIONES GENERALES: 100 X 63.5 X 85 CM.#
46	50530940	1.00	PZA	EQUIPO PARA LASER TERAPEUTICO Centro Gestor 211213050030000 Solicitud de Pedido 0190041905 00040 Agrup. Carrito 3000024121 0004 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: CARACTERISTICAS: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. CODIGO DE ACCESO NUMERICO. LLAVE ELECTRONICA DE OPERACION MEDIANTE CONTROL MANUAL.SOPORTE INTEGRADO AL EQUIPO PARA PROTECCION DEL APLICADOR. RELOJ CONSEÑAL ACUSTICA EN TIEMPO REGRESIVO DEL TRATAMIENTO. CALCULO AUTOMATICODE LA DOSIS EN JOULES O JOULES/CM2. CALCULO AUTOMATICO DEL TIEMPO DETRATAMIENTO COMBINADO CON LA DOSIS. FRECUENCIAS DE EMISION CONTINUA.FRECUENCIAS DE EMISION PULSATIL (DE 2.5HZ A 20 000 HZ). INCLUYEPROTOCOLOS CLINICOS CON LAS PATOLOGIAS MAS COMUNES Y LOS PARAMETROSPUEDEN SER AJUSTADOS A LOS MAS APROPIADOS PARA CADA SITUACION DELPACIENTE. SONDA LASER CON PROTECCION METALICA EN EL DIODO. POTENCIA DE100MW (DIODO DE 850NM). CUENTA CON LA OPCION DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTEBATERIA. PANTALLA LCD CON CAJA DE LUZ INTEGRADA QUE PERMITE VISUALIZARLOS PARAMETROS CON CONTROL DE AJUSTE DE INTENSIDAD. ESPECIFICACIONESTECNICAS: CLAVE - C-2779. FUENTE DE ALIMENTACION: 120-240V, 50-60HZ.PESO: 2.3KG. DIMENSIONES APROX: 33X29X16.3CM. RELOJ DE 0 A 99 MINUTOS.CLASE DE SEGURIDAD ELECTRICA: CLASE 1, TIPO BF. LASER TERAPEUTICO CONCATEGORIA 3BF. PRUEBAS DE SEGURIDAD: IEC 60601-1, IEC 60825-1, EN 60601-2-22.