



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 297ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-037-23 (CAGEG-037/2023), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 12:00 horas del día 22 de junio de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Diana Berenice Rodríguez Casillas Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSG/DAS-1618/18	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Luis Ernesto Barba Aguilera
Representante del Instituto de Salud
Pública del Estado de Guanajuato

C. Itzel Verónica Domínguez Montero
Representante del Instituto de Salud
Pública del Estado de Guanajuato

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en participar en la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-037-23 (CAGEG-037/2023), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio**, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencionada licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Florencio Vieyra Caudillo

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **12:20 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **22 de junio de 2023**, firmando en ella los que intervinieron.

ANEXO F
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 NO. 40051001-037-23 (CARGO 037/2023)
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

ANEXO F. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	licitante	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ELECTRÓNICA Y MEDICINA S. A.			Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, diversos tamaños	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15 y 16	VII Condición es, Inicio M)	Solicitamos amablemente a la Convocante, que debido al volumen solicitado de bienes y el tiempo que solicitan para entrega de los mismos, permita que el material sea entregado en parcialidades y/o diferentes módulos para poder cumplir en tiempo y forma con las necesidades de la entidad.	Apegarse a lo señalado en el inciso m) del apartado VII. Condiciones de las bases de la presente licitación.
1	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X	Película radiografía, seca Konica Min 10x17. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 10x17 pulgadas. Caja con 125 piezas.	1	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
2	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X	Película radiografía, seca Konica Min 14x17. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 14x17 pulgadas. Caja con 125 piezas.	2	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
3	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X	Película radiografía, seca Konica Min 8x10. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 8x10 pulgadas. Caja con 125 piezas.	3	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
4	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X	Película radiografía, seca Konica Min 10x17. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 10x17 pulgadas. Caja con 125 piezas.	4	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
5	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X	Película radiografía, seca Konica Min 14x17. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 14x17 pulgadas. Caja con 125 piezas.	5	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.

ANEXO F
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MKTA
NO. 40051001-037-23 (CAGEG-037/2023)
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

ANEXO F. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 10417. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 10x12 pulgadas. Caja con 125 piezas.	6	ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
7	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 14x17. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 14x17 pulgadas. Caja con 125 piezas.	7	ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
8	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 10x12. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 10x12 pulgadas. Caja con 125 piezas.	8	ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
9	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 14x17. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 14x17 pulgadas. Caja con 125 piezas.	9	ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
10	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 8x10. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 8x10 pulgadas. Caja con 125 piezas.	10	ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
11	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 14x17. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 14x17 pulgadas. Caja con 125 piezas.	11	ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeg.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.

ANEXO F
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NO. 40051001-037-23 (CAGEG-037/2023)
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

ANEXO F. FORMATO ENTREGA DE PREGUNTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
12	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 10x12. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 10x12 pulgadas. Caja con 125 piezas.	12	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeq.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
13	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 10x12. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 10x12 pulgadas. Caja con 125 piezas.	13	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeq.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
14	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 14x17. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 14x17 pulgadas. Caja con 125 piezas.	14	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeq.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
15	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 8x10. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 8x10 pulgadas. Caja con 125 piezas.	15	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeq.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
16	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X		Película radiografía seca Konica Min 14x17. Película seca para radiología general marca Konica minolta, modelo SD-5, tamaño 14x17 pulgadas. Caja con 125 piezas.	16	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de promover la libre competencia acepte película láser de impresión en seco con calidad diagnóstica que cumple la funcionalidad requerida por el Instituto, colocando el equipo necesario para su impresión sin costo adicional para Isapeq.	Apegarse a las características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
17	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.		X			TODAS	ANEXO I (ESPECIFICACIONES)	Solicitamos atentamente a la convocante nos aclare si las impresoras KONICA son activos propiedad del Instituto o si se colocaron en calidad de préstamo. Favor de aclarar?	En términos de lo establecido en el artículo 80 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, sus preguntas no se encuentran directamente vinculadas con los puntos contenidos en las bases y anexos de la presente licitación, por lo que el Comité desecha su pregunta.

CAPTURA DE PANTALLA MEDIANTE LA CUAL SE EVIDENCIA QUE NO SE RECIBIERON PREGUNTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA E-COMPRAS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-037-23 (CAGEG-037/2023), PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

Correo de guanajuato.gob.mx

guanajuato.gob.mx - Calendar

pseig.guanajuato.gob.mx:9100/portal

Manual del usuario

Salir del sistema

Bienvenido, Señora Diana Berenice Rodriguez Casillas

Convenios

Clausulado

Proveedores Consulta

Evidencia OFERTA SRM

Oficios

Administración SRM

Compra

Fallo

Clausulado de Contratos

Anexos a Licitaciones

Historial

Favoritos

Personalizar

Vista

Pantalla completa

Preguntas

Preguntas > Preguntas

7900002021

40051001-037-23-1

Licitación pública

Concluido

13.06.2023

21:00:00

19.06.2023

12:00:00

1 registros encontrados

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emtir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	-------------

Buscar

26°C Soleado

10:28 a.m.

ESP

22/06/2023

[Handwritten signature]