



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PRESENCIAL DIRECTA No. CDF-46500323-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		MESA DE MAYO	2	1.1.1 , ANEXO I	DICE: DIMENSIONES DE 35 X 48 CM. PREGUNTA : SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR: CHAROLA DE MAYO DE 31.2 CM X 47.7 CM. LA MEDIDA NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		MESA DE MAYO	2	2, ANEXO I	DICE: COLUMNA DESLIZABLE EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE NO. 18 , DE 1" DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. PREGUNTA : SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR: COLUMNA DESLIZABLE EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 25.4 MM, DE 1" DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. RECORDANDO QUE, EN CUESTION DE CALIBRES, EL NO 16 ES MÁS GRUESO QUE EL 18, POR CONSIGUIENTE ES MÁS RESISTENTE ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		MESA DE MAYO	2	4, ANEXO I	DICE: SISTEMA OPRESOR PARA COLOCAR LA COLUMNA DESLIZABLE A DIFERENTES ALTURAS A BASE DE PERILLA OPRESORA DE ACERO INOXIDABLE FACIL DE ACCIONAR CON MECANISMO DE DISEÑO ESPECIAL QUE GARANTICE UNA FIJACION ESTABLE PREGUNTA : SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR: PALANCA OPRESORA DE ACERO DE 8 CM DE LARGO ACABADO CROMADO, PARA COLOCAR LA COLUMNA DESLIZABLE A DIFERENTES ALTURAS ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		MESA DE MAYO	2	5, ANEXO I	DICE: PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 14, ACABADO PULIDO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE PLOMO DE ACERO . PREGUNTA : SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR: PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 14, ACABADO PULIDO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE ACERO . ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V.		XX		MESA PASTEUR	4	4, ANEXO I	DICE: ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 18, DE 1" DE DIAMETRO, Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE ½" DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO . PREGUNTA : SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR: ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 18, DE 1" DE DIAMETRO, Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE ½" DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.