

ESPECIFICACIONES PARA CASETA DE COMPRESORES PARA LAS UNIDADES DENTALES DEL CAISES LEÓN

Se solicita que los proveedores consideren dentro de su propuesta técnico económica, la elaboración de una caseta de guarda de los 3 compresores en el jardín colindante al consultorio dental (planta baja). Las características de la caseta son las siguientes:

- Dimensiones: largo y ancho será en función de las dimensiones de los 3 compresores. La altura mínima deberá ser de 1.5m, con pendiente pluvial en techo.
- Puerta de acceso: De metal de tipo louver, que cuente con rejillas para disipación de calor al interior y capacidad de poner candado para resguardo.
- Suministro eléctrico: Deberá contar con sus respectivos contactos dobles polarizados independientes para cada compresor en función de los requerimientos establecidos por parte del fabricante de los compresores.
- Suministro neumático: Las líneas de suministro neumático (aire comprimido) deberán ser dedicadas por cada unidad dental por compresor, con especificaciones de las líneas independientes en materiales establecidos por parte del fabricante de las unidades dentales. Deberá asegurar la correcta instalación para el suministro desde compresor a la unidad dental, asegurando la calidad de los materiales que estarán a la intemperie.
- Obra civil: Líneas ocultas, bajo piso, con materiales y acabados similares a los existentes.

