



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 578ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta
40051001-075-23 (CAGEG-075/2023) para la adquisición de Otros
Equipos**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **09:30** horas del día **19 de octubre de 2023**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.





I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Yazmín Itzé Sancén Cerda Ejecutivo de Compras 	C. Juan Antonio Hernández Ramírez Representante de la Coordinación General de Comunicación Social 
C. Marco Antonio Pacheco Murrieta Representante de la Comisión Estatal del Agua 	C. José David Rivera Becerra Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. José Antonio Tejeda Hernández Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 	C. Ricardo Rene García López Representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 
C. Juan Gerardo Picón Ibarra Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 	C. Elisa Cecilia Hernández Morales Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 
C. Yuliana Elizabeth Delgado Rodríguez Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 	C. Edgar Alejandro Guth Yebra Representante de la Secretaría de Seguridad Pública 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-075-23 (CAGEG-075/2023) para la Adquisición de Otros Equipos:**

Nombre	Firma
Compañía Mexicana de Protección S de RL de CV C. Jesús Enrique Gómez Olguín	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- Se aclara que para la **partida 8** correspondiente al **Dron DJI Mavic 3T**, se deberá incluir una tarjeta de microSD mínimo de 128 GB compatible con el bien propuesto.
- Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así

como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. María del Carmen Villegas Hernández _____

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:45 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **19 de octubre de 2023**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Nombre del Participante: GLOBALCENTER S. DE R.L. DE C.V.

Partida: 1, 7 Y 8

Pregunta 1: "Debido a la alta demanda de estos equipos, Se solicita amablemente a la convocante nos permita extender el tiempo de entrega al 30 de diciembre ¿Se acepta nuestra propuesta?"

Respuesta: Se aclara que los bienes descritos en las partidas 1, 7 y 8 deberán ser entregados a más tardar el 29 de diciembre de 2023, dejando sin efecto, para estas partidas, las fechas mencionadas en el inciso g) apartado II. Información específica de las Bases de la presente Licitación.

Partida: 8

Pregunta 2: "Se solicita amablemente a la convocante nos aclare ¿cuántas baterías requieren para este equipo? ya que en la descripción solo mencionan que "deberá incluir baterías" pero no se especifica cuántas."

Respuesta: Se aclara que deberá incluir una batería para el control remoto, otra para el dron que garantice el funcionamiento para su primer uso y una más de repuesto para el dron.

Partida: 8

Pregunta 3: "Se solicita amablemente a la convocante nos aclare que usos le van a dar a este dron con el fin de saber si incluir el módulo RTK que es para mayor precisión, por ejemplo, si requieren el dron para fotogrametría si es necesario incluir el módulo RTK, pero si solo requieren el dron para seguridad e inspección o búsqueda y rescate no es necesario incluir el módulo RTK."

Respuesta: No se requiere que cuente con el módulo RTK.

Nombre del Participante: SEQUOPRO S.A. DE C.V.

Partida: 5 y 6

Pregunta 1: "Favor de confirmar que para estas partidas no se requiere de visita a instalaciones."

Respuesta: No se requiere visita para las partidas 5 y 6, de conformidad con lo establecido en el apartado II. Información específica de la Licitación, inciso a), de las Bases de la presente Licitación.

Partida: 5 y 6

Pregunta 2: "Favor de confirmar si para estas partidas, ¿se debe considerar en nuestra oferta los servicios de instalación, puesta en operación y capacitación de los equipos?"

Respuesta: Se requiere instalación, puesta a punto y capacitación para las partidas 5 y 6 de conformidad con lo establecido en el apartado II. Información específica de la Licitación, incisos g) y h) de las Bases de la presente Licitación.

Partida: 5 y 6

Pregunta 3: "Página 14, numeral 1.12

Se solicita Carta de Fabricante o distribuidor mayorista en que manifieste que el licitante es fabricante o Distribuidor autorizado, según aplique de los bienes ofertado y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, etc.

Favor de confirmar que la carta deberá estar dirigida a la convocante especificando el número de licitación y las partidas en las que se esté participando y deberá ser de fecha reciente."

Respuesta: La carta deberá estar dirigida al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal y especificar el número de licitación y las partidas en que participe. Además, la fecha deberá ser a partir de la publicación de la convocatoria.

Partida: 6

Pregunta 4: "Favor de indicar si se requiere incluir en la oferta los consumibles para la operación del equipo, por lo menos para 1 año de operación continua."

Respuesta: Podrá incluir los consumibles correspondientes a las cintas filtro que utiliza el equipo de medición por lo menos para un año de operación continua.

Partida: 5 y 6

Pregunta 5: "Favor de aclarar si la facturación de los bienes será requisito realizarla en el año 2023 y será pagada en este mismo año o será aceptado facturar a más tardar el 8 de enero de 2024, fecha que se establece como máxima para la entrega de estos bienes."

Respuesta: De conformidad con el apartado VII. Condiciones, inciso o) de las Bases, para las partidas 5 y 6, los pagos se tramitarán dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del comprobante fiscal (CFDI), **previa entrega de los bienes** a entera satisfacción del área solicitante de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Nombre del Participante: COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

Partida: 1

Pregunta 1: "En el mercado existen diferentes tipos de drones (profesionales para video y los FPV), los dos se pueden utilizar para vuelos de interiores deshabilitando el sensor de GPS. Solicitamos respetuosamente a la convocante que especifique más información técnica del modelo a requerir ya que la información que se proporciona hace alusión a un equipo Mavic 2, el cual no es para vuelo de interiores, además de que este ya se encuentra discontinuado. Favor de pronunciarse al respecto."

Respuesta: No se solicita marca en específico para la partida 1, podrá ofertar cualquier marca siempre y cuando cumpla con los requisitos solicitados en el Anexo I de las Bases de la presente Licitación. Con respecto al sensor para vuelo, se está solicitando sin GPS.

Las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos, por lo que el equipo ofertado deberá considerar las especificaciones establecidas en el Anexo I de las Bases de la Licitación.

Partida: 1

Pregunta 2: "Solicitamos respetuosamente a la convocante que considere que en el caso de los drones solicitados para esta partida que sean profesionales para foto y video se puede añadir protectores de hélices para hacer un vuelo seguro en interiores. Se pide a la convocante que en caso de requerir este tipo de dron se añada este accesorio. ¿Se acepta nuestra propuesta, sin obligatorio para los demás participantes?"

Respuesta: No se requiere el accesorio propuesto, sin embargo, podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.

Partida: 1, 7 y 8

Pregunta 3: "Solicitamos respetuosamente a la convocante nos indique si debemos considerar algún curso de vuelo para los usuarios de dichos drones, en el caso de ser afirmativa la respuesta para cuantas personas se contemplaría. Favor de pronunciarse al respecto."

Respuesta: No se requiere curso de vuelos.

Nombre del Participante: PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Partida: 1, 7 y 8

Pregunta 1: "Solicitamos a la convocante, por favor ampliar el tiempo de entrega a 45 días naturales más de lo mencionado en las bases."

Respuesta: Se aclara que los bienes descritos en las partidas 1, 7 y 8 deberán ser entregados a más tardar el 29 de diciembre de 2023, dejando sin efecto, para estas partidas, las fechas mencionadas en el inciso g) apartado II. Información específica de las Bases de la presente Licitación.

Partida: Todas las partidas

Pregunta 2: "Acepta la convocante, presentar carta en copia digital con el compromiso de entregar la original a la firma del contrato."

Respuesta: No es posible atender su solicitud toda vez que no indica la carta o punto de las Bases al que se refiere.

Nombre del Participante: TERSUM A´RES S.A.P.I. DE C.V.

Partida: 5

Pregunta 1: "SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS CONGREGO

Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar sistema de adquisición de datos de otra marca, debido a que en la descripción se solicita una marca y modelo en específico, lo que impide la participación de otras marcas."

Respuesta: Debido a la infraestructura instalada en la red de monitoreo de Guanajuato, es necesario ofertar el bien con la marca y modelo descrito en el Anexo I de las Bases.

Partida: 5

Pregunta 2: "SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS CONGREGO

Se solicita amablemente a la convocante permita ofertar sistema de adquisición de datos con las siguientes características:

Sistema de Adquisición de Datos Envidas Ultimate de 32 canales Integrado

Marca: Envidas

Modelo: AIT-2.1.1A

Características de Envidas Ultimate:

Configurable por el usuario.

Promedios de 1, 5, 10, 15, 30,45 y 60 minutos de manera simultanea

Tasa de Medición: cada 1, 2, 5, 10 seg o tasa requerida.

Promedios especiales de 5,10,15 y 30 segundos

Reportes: exportación de datos a Excel, PDF, CSV.

Diagramas y Graficas instantáneas configurables por el usuario.

Pantalla, Consolas Dinámicas y Graficas en tiempo real.

Rosa de vientos.

Control de calibración gráfico.

Manejo de calibración semi y automáticas

multipuntos por comandos tcp.

Manejo de análisis de datos.

Manejo de bitácora Digital.

Manejo de inventario, refacciones y consumibles.

Capacidad para almacenar concentraciones y diagnósticos (estos sin utilizar canales adicionales) .

Capacidad para realizar reportes de diagnósticos de los Equipos.

Calculo del Índice de Calidad del Aire de acuerdo a la NOM-172-SEMARNAT-2019, índice aire y salud (Estándar).

Acceso a calculo del índice en IMECAS (a solicitud).

Reporte de fallas eléctricas de la estación y estados de operación de cada equipo.

Capaz de agregar N usuarios con 3 Niveles de Jerarquía.

Licencia original de software tipo llave física

Resguardo de toda la información en SQL

Server de arquitectura abierta.

Capacidad de realizar prevalidación de canales

Envío de Datos vía FTP manual y automáticamente

Integrado en:

Hardware Industrial para Rack de 19"

Con:

Procesador i7

Memoria RAM de 8G.

2 x LAN, 6 x USB, 6 x RS 232 / RS485/422, 2 x HDMI

Disco Duro SSD 480 GB SATA III.

Windows 11 PRO X64

16 Entradas Analógicas internas

6 Entradas Digitales internas

6 Salidas Digitales internas

Alimentación 110/230 VAC, 50/60 Hz, 40 VA

Compatibilidad 100% con el sistema desarrollado por SINAICA.

Acceso en forma remota, para poder visualizar y manipular los parámetros directamente de los analizadores en tiempo real: Ecotech (Serinus 10,20,30,40, 44,50, 51, 55. SerinusCal 1000,2000,3000, Serie 9800), Ametek Mocon (Baseline 9000 / Baseline 9100), Magee Scientific (Aethalometer model AE33), Met One Ins. (BAM 1020, Bam 1022, BC 1054, ES-642 Dust Monitor, E-BAM Plus), Teledyne API (Gas Analyser Gas Calibrator).

(Este Sistema de adquisición de datos es compatible con todas las marcas mencionadas, por lo que se puede ingresar de manera remota para visualizar los datos de cada uno de los equipos)

Protección de descargas eléctrica.

Incluye:

Switch de 16 puertos"

Respuesta: Debido a la infraestructura instalada en la red de monitoreo de Guanajuato, es necesario ofertar el bien con la marca y modelo descrito en el Anexo I de las Bases.

Partida: 5

Pregunta 1: "SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS CONGREGO

Se solicita amablemente a la convocante permita entregar una carta de subdistribuidor emitida por el distribuidor de la marca en México."

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en los numerales 1.12 del inciso a) y 1.10 del inciso b) del apartado III. Presentación de ofertas de las Bases de la presente Licitación.

Partida: 6

Pregunta 1: "EQUIPO DE MEDICION DE PM2.5

Se solicita amablemente a la convocante aceptar una resolución de 0.1 UGR/M3, aclarando que esto cumple con los criterios de la EPA para medición de partículas en el aire ambiente."

Respuesta:

Se acepta la resolución de 0.1 UGR/M3 al encontrarse dentro del rango solicitado en el Anexo I de las Bases.

2

g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z