



**NOTIFICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54508723-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**

El presente acto dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **14:00** horas del día **23 de noviembre de 2023** en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones y Suministros adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5.

**I. Lista de asistencia**

El nombre, cargo y firma del servidor público que asistió a este acto es el que aparece a continuación:

**Servidores Públicos**

C. Karina García Barbosa  
Ejecutivo de Compras de la Dirección de Adquisiciones y Suministros

**II. Notificación de preguntas y respuestas**

La C. Karina García Barbosa, Ejecutivo de Compras de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, informa que para la presente invitación se recibieron 6 preguntas de un interesado en la invitación.

Mediante oficio número CEPT-CANC-5310-OPD-GTO-02563-2023 suscrito por el Mtro. Julio César Martínez Sánchez, Director Administrativo del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato, se cancela la partida 8 de la presente invitación, de conformidad al artículo 51 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

En virtud del tiempo requerido para la publicación de las presentes aclaraciones se informa que la fecha de presentación de ofertas será a más tardar el **lunes 27 de noviembre de 2023 a las 12:00** horas, bajo los términos y condiciones establecidos en las bases de la presente invitación.

Leída la presente acta, se da por terminada la reunión a las 14:15 horas, en la ciudad de Guanajuato, Gto., el 23 de noviembre de 2023.

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54508723-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOTIFICACIÓN DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Lab Tech Instrumentación,		X		todas	todas	ANEXO I	para todas las partidas las especificaciones señaladas se consideran como características mínimas a cumplir es posible proponer características iguales o superiores? Favor de aclarar	Se podrán ofertar características superiores a excepción de las características donde se señalen límites máximos, rangos y tolerancias.
2	Lab Tech Instrumentación,			X	lugar y tiempo de entrega	1 a la 8	punto F	se menciona un tiempo de entrega de días posterior a la notificación de adjudicación, debido a la naturaleza son tecnología de importación, solicitamos a la convocante ampliar de al menos 90 días de entrega ? Favor de aclarar	Se aclara que la fecha máxima de entrega será a más tardar 90 días naturales posteriores a la notificación de adjudicación dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso F) Lugar y tiempo de entrega del apartado I. Información específica de la invitación, de las bases de la presente invitación.
3	Lab Tech Instrumentación,	X			Opinion de cumplimiento en materia de seguridad social		punto 5	al respecto este documento de opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, dicha opinión al ser descargada del portal correspondiente se emite con una vigencia del mismo día, solicitamos a la convocante aclarar si dicha opinión puede presentarse con fecha de 15 días antes de la presentación y apertura de propuestas?	Es correcta su apreciación.
4	Lab Tech Instrumentación,		X		Campana de flujo laminar horizontal	2	especificación	solicitan un característica de ventana frontal de vidrio templado, en estas campanas el flujo laminar es de forma horizontal en toda la cara que abarca el filtro, el ponerle una ventana frontal modifica la dirección del flujo laminar con el riesgo de crear turbulencia e ingreso de contaminantes ya que el frente debe ser abierta totalmente en el área de trabajo, solicitamos a la convocante nos aclare esta característica ?	La ventana frontal solicitada es una escotilla para cuando la campana no este en operación, funciona como un sello para evitar que cuando este sin usar entre un exceso de polvo. Por lo tanto esta ventana se abre cuando se va operar y se cierra cuando no esta en uso. Se podrá ofertar una campana con una característica similar o equivalente, sin ser obligatorio para los demás participantes.
5	Lab Tech Instrumentación,		X		centrifuga con cabezal intercambiable	5	punto 8.4	adicional al rotor basculante y su adaptadores, requiere un rotor para tunos capilares de hematocrito? Ya que para el uso de este rotor debe ser otra centrifuga especifica para tubos de hematocrito (capilares), favor de aclarar	Se solicita apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida. Se aclara que solo se solicita una centrifuga con cabezal intercambiable, o sea que puedan cambiarse los rotores, no se estan solicitando todos los cabezales o rotores. Solo se solicita un rotor de capacidad de 50 ml. incluido en la centrifuga.
6	Lab Tech Instrumentación,		X		campana de flujo laminar vertical	8	punto 2	gabinete de seguridad biologica, para garantizar y asegurar este calidad de bioseguridad debe cumplir con clase II tipo A2, solicitamos a la convocante nos aclare esta calidad de bioseguridad, condicion especial para el manejo biologicos y/o patogenos?	Se aclara que la partida 8 de la presente invitación queda cancelada a petición del área solicitante de conformidad al oficio CEPT-CANC-5310-OPD-GTO-02563-2023.