



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

**Acta Correspondiente
A la 771ª Reunión Ordinaria**

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. 40004001-012-23 PARA LA CONTRATACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE HEMODINAMIA, RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y MEDICINA PALIATIVA Y DEL DOLOR PARA EL HOSPITAL GENERAL LEÓN

La reunión dio inicio en la Ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 10:55 horas del día 15 de diciembre de 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.




I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité, pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Ma. Elena Agüero Soto Ejecutivo de Compras 	C. Carlos Guillermo Hinojosa Gutiérrez Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 
C. Gustavo Adolfo Flores Saldaña Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 	C. Denisse Alejandra Ramírez Barrón Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 
C. Luz del Carmen Galán del Valle Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. 40004001-012-23 para la Contratación del Abastecimiento de Material de Hemodinamia, Radiología Intervencionista y Medicina Paliativa y del Dolor para el Hospital General León:**

Nombre	Firma
DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V. C. EDGAR RAFAEL GAYTAN GARNICA	
SOLUCIONES MEDCO, S.A. DE C.V. C. KARLA MARÍA FRAYRE CAMPOS	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una

ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

A los interesados que no se encuentran presentes se hará de su conocimiento la presente acta con la publicación en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> y , https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Función Pública, mediante el Recurso de Inconformidad que contemplan los Artículos 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 117 de su Reglamento, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Montserrat Merari Martínez Chowell Gómez

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada la reunión a las 12:45 horas en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 15 de diciembre de 2023 firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

CONCENTRADO DE PREGUNTAS DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. 40004001-012-23 PARA LA CONTRATACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE HEMODINAMIA, RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y MEDICINA PALIATIVA Y DEL DOLOR PARA EL HOSPITAL GENERAL LEÓN

NOMBRE: SOLUCIONES MEDCO, S.A. DE C.V.

RFC: SME151120H16

PREGUNTA 1:

ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 92 SIN CLAVE KIT INTRODUTOR VASCULAR RADIAL DE 5 FR O 6FR CON LONGITUD DE CÁNULA 11 Y 23 CM. INCLUYE; AGUJA DE PUNCIÓN DE 20 O 21 G CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, VÁLVULA HEMOSTÁTICA CROSS-CUT. SISTEMA DE CONECTOR CON CIERRE DE SEGURIDAD.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INTRODUTOR RADIAL 5 O 6 FR., CON LONGITUD DE CÁNULA 10 Y 16, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, INCLUYE AGUJA DE 20 O 21 G, GUÍA, SISTEMA DE CONECTOR CON CIERRE DE SEGURIDAD. ESTO SIN QUE AFECTE SU FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 2:

ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 83 SIN CLAVE INTRODUTOR HIDROFÍLICO MALLADO EN NITINOL, CON LA PUNTA RADIOPACA DE 6, 7, 8 Y 9 FR X 55, 70 Y 90 CM DE LONGITUD.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INTRODUTORES LARGOS DE NYLON, MALLADO EN ACERO, NO HIDROFÍLICO CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPÉUTICA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 3:

ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 14 SIN CLAVE CAMISAS MULLINS O INTRODUTORES LARGOS DESDE 10 A 14 F

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INTRODUTOR LARGO DE 30, 65 Y 85 CM CON RESISTENCIA AL KINKEO, TRENZADO DE NYLÓN DE INICIO A FIN CON 20 CM ADICIONALES DE FLEXIBILIDAD PARA MAYOR NAVEGABILIDAD, EN LA PUNTA UNA MARCA RADIOPACA DE PLATINO /IRIDIO CON DILATADOR DE LDPE COMPATIBLE CON GUÍA 0.035", DE 12 Y 14 FR CUENTA CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y LLAVE DE TRES VÍAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 4:

A ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 16 SIN CLAVE BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 5.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 8 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 12 MM A 30 MM DE LONGITUD.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 5:

ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 68 060.345.3556 EQUIPO PARA DRENAJE BILIAR POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CONSTA DE: - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.97 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J". - DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRES 6, 8, 10 Y 12 FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO SHIBA CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA 0.018" UNO PARA CADA AGUJA. - TUBO DE DRENAJE CALIBRE 8 FR X 45 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR LUER LOCK U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN. - ESTÉRIL Y DESECHABLE. - CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO. CALIBRE: 8 FR X 45 CM DE LONGITUD.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO PARA DRENAJE BILIAR POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CONSTA DE: - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.97 MM) DE DIÁMETRO Y 150 CM DE LONGITUD CON PUNTA RECTA. - DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRES 6, 8, 10 Y 12 FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO SHIBA CALIBRE 21 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA 0.018" UNO PARA CADA AGUJA. - TUBO DE DRENAJE CALIBRE 8 FR X 35 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR LUER LOCK U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN. - ESTÉRIL Y DESECHABLE.

- CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO. CALIBRE: 8 FR X 45 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA? **RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE AL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.**

PREGUNTA 6:

ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 70 SIN CLAVE EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA, CONSTA DE: - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.97 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J". - DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRES 3, 4, 5, 6, 8, 10 Y 12 FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO SHIBA CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA 0.018" UNO PARA CADA AGUJA. - TUBO DE DRENAJE CALIBRE 8 FR X 30 CM DE LONGITUD CON CONECTOR LUER LOCK U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. - CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE: 8 FR X 25 O 35 CM DE LONGITUD.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA, CONSTA DE: - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.97 MM) DE DIÁMETRO Y 150 CM DE LONGITUD, CON PUNTA RECTA. - DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRES 3, 4, 5, 6, 8, 10 Y 12 FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO SHIBA CALIBRE 21 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA 0.018" UNO PARA CADA AGUJA. - TUBO DE DRENAJE CALIBRE 8 FR X 30 CM DE LONGITUD CON CONECTOR LUER LOCK U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. - CATÉTER

COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE: 8 FR X 25 O 35 CM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE AL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 7:

ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 72 SIN CLAVE EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 25 CM EN 6 FR. (TIPO GUIDE LINER). COMPATIBLE SOBRE GUÍA 0.014 CALIBRES 5, 5.5, 6, 7 Y 8 FR.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 25 CM EN 6 FR. (TIPO GUIDE LINER). COMPATIBLE SOBRE GUÍA 0.014 CALIBRES 6, 7 Y 8 FR.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 8:

ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 79 SIN CLAVE GUÍA HIDROFÍLICA DE ACERO INOXIDABLE PARA USO INTRAVASCULAR CEREBRAL. DIÁMETRO DE 0.014 PULGADAS Y 205 CM DE LONGITUD TOTAL. PUNTA DISTAL RADIOPACA DE 5 CM.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER GUÍA HIDROFÍLICA DE ACERO INOXIDABLE PARA USO INTRAVASCULAR CEREBRAL. DIÁMETRO DE 0.014 PULGADAS Y 200 CM DE LONGITUD TOTAL. PUNTA DISTAL RADIOPACA DE 5 CM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 9:

ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 71 SIN CLAVE ESPUMA HEMOSTÁTICA.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ALMOHADILLA HEMOSTÁTICA. ESTO SIN QUE AFECTE SU FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE AL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 10:

ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 104 SIN CLAVE MICROGUÍA DE ACERO INOXIDABLE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA Y EXTREMO DISTAL RADIOPACO CON PUNTA MOLDEABLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS 0.010 X 300 Ó 0.014 X 260 CM.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MICROGUÍA DE ACERO INOXIDABLE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA Y EXTREMO DISTAL RADIOPACO CON PUNTA MOLDEABLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS 0.014 X 300 CM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 11:

ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA

NO. 105 SIN CLAVE MICROGUÍA DE ACERO INOXIDABLE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA Y EXTREMO DISTAL RADIOPACO CON PUNTA MOLDEABLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS 0.010 X 300 Ó 0.014 X 260 CM.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MICROGUÍA DE ACERO INOXIDABLE, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA Y EXTREMO DISTAL RADIOPACO CON PUNTA MOLDEABLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS 0.014 X 300 CM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 12:

ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

EQUIPO DE RESERVA DE FLUJO FRACCIONAL FFR

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO QUE INTEGRE LAS TECNOLOGÍAS FFR Y DFR, ESTÁ ÚLTIMA COMPATIBLE CON IFR. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 13:

ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

ULTRASONIDO 8. PANEL TÁCTIL DE 10 PULGADAS LED O MAYOR.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PANEL TÁCTIL LCD DE 10.4 PULGADAS COMO MEJORA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 14:

ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

ULTRASONIDO 16. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE CD-RW O DVD Y PUERTO USB.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR USB, CON CRECIMIENTO A ALMACENAMIENTO EN CD/ DVD. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 15:

ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

ULTRASONIDO 1.1 LINEAL CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 18 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULOESQUELÉTICO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS Y CAPACIDAD PARA ELASTOGRAFÍA.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE 5MHZ A 18MHZ PARA LOS ESTUDIOS INDICADO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 16:

ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

ULTRASONIDO 1.4 TRANSDUCTOR LINEAL PALO DE HOCKEY CON EL RANGO DE 5 MHZ O MENOR A 16 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL TIPO PALO DE HOCKEY CON RANGO DE 3MHZ A 15MHZ PARA LOS ESTUDIOS INDICADO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 17:

ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

ULTRASONIDO 6. UPS DE DOBLE CONVERSIÓN CON SUPRESOR DE PICOS.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UPS DE 1500VA CON FUNCIÓN DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 18:

BASES 40004001-012-23

22. CATÁLOGOS Y, MANUALES DE USO Y/O TÉCNICA QUIRÚRGICA, ORIGINALES DEL FABRICANTE CONSIDERANDO TODOS LOS MATERIALES Y EN SU CASO EQUIPOS SOLICITADOS, INDICANDO LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE SE PUEDAN VERIFICAR. EN CUALQUIER CASO, LOS CATÁLOGOS DEBERÁN CONTENER COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: MARCA, IMAGEN, FICHA TÉCNICA (MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS), EQUIPO E INSTRUMENTAL DE COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES (CUANDO APLIQUE), ASÍ COMO, NOMBRE DEL LICITANTE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR LA O LAS HOJAS CORRESPONDIENTES DEL INSUMO SOLICITADO DE LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES DE USO Y/O TÉCNICA QUIRÚRGICA, IDENTIFICANDO CLARAMENTE EL NÚMERO CONSECUTIVO AL QUE CORRESPONDA. ESTO CON LA FINALIDAD DE FACILITAR SU REVISIÓN. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE AL NUMERAL 22 DEL SUBAPARTADO III.2 DEL APARTADO III. REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 19:

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

D) EQUIPOS MÉDICOS

EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ PROPORCIONAR EN COMODATO, SIN COSTO PARA EL ISAPEG, LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL ANEXO I.V FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU UTILIZACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO I.IV CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE INSUMOS POR CADA PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD REALIZADA POR LOS MÉDICOS INTERVENCIONISTAS MEDIANTE EL ANEXO I.VII SOLICITUD DE MATERIAL DE INTERVENCIÓN.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS PUEDAN SER ITINERANTES, GARANTIZANDO QUE EN CASO DE SER NECESARIO SU USO ESTARÁN DISPONIBLES EN EL HOSPITAL. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES. DE ACUERDO A LOS TIEMPOS SEÑALADOS EN EL ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.

NOMBRE: **PRODINAMIC33, S.A. DE C.V.**

RFC: **PRO19Q1244H8.**

RELACIONAR NÚMERO DE PREGUNTA
ANEXO Y PARTIDA

PREGUNTA 1:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NUMERO CONSECUTIVO 8:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) DIVERSAS MEDIDAS DE 2.0 A 4.0 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES DESDE 12 MM A 30 Ó 40 MM DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA? "

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 2:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 20:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE ABLACIÓN IRRIGADO BIDIRECCIONAL, CURVA STANDARD Y LARGA, 7.5 FR, ESPACIO INTERELECTRODO 2-5-2, PUNTA 4 MM, LONGITUD ÚTIL 115 CM, EN VIRTUD DE QUE LA CURVA DF Y EL ESPACIADO SOLICITADO SON CARACTERÍSTICAS DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 3:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 21:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE ABLACIÓN IRRIGADO BIDIRECCIONAL, CURVA STANDARD Y LARGA, 7.5 FR, ESPACIO INTERELECTRODO 2-5-2, PUNTA 4 MM, LONGITUD ÚTIL 115 CM, EN VIRTUD DE QUE LA CURVA DF Y EL ESPACIADO SOLICITADO SON CARACTERÍSTICAS DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 4: "ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 23 Y 24:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE ABLACIÓN NO IRRIGADO CURVA STANDARD, EN VIRTUD DE QUE LA CURVA M, CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTAS: "ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA
NÚMERO CONSECUTIVO 35:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DUODECAPOLAR CURVA H DEFLECTABLE (PUSH/PULL), ESPACIO INTERELECTRODO 2-2-2 O 2-10-2. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 6:
"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA
NÚMERO CONSECUTIVO 45:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER TETRAPOLAR, CURVA HISSEY, LO CUAL NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL DISPOSITIVO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 7: "ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA
NÚMERO CONSECUTIVO 49:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONECTOR PARA CATÉTER IRRIGADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 8: "ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA
NÚMERO CONSECUTIVO 68:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:

EQUIPO PARA DRENAJE BILIAR POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, CONSTA DE: - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.97 MM) DE DIÁMETRO Y 150 CM DE LONGITUD CON PUNTA RECTA. - DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRES 6, 8, 10 Y 12 FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO SHIBA CALIBRE 21G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA 0.018"

UNO PARA CADA AGUJA. - TUBO DE DRENAJE CALIBRE 8 FR X 35 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR LUER LOCK U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN.

- ESTÉRIL Y DESECHABLE.
- CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO.
- CALIBRE: 8 FR X 45 CM DE LONGITUD.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 9:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 70:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:

EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA, CONSTA DE:

- GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.97 MM) DE DIÁMETRO Y 150 CM DE LONGITUD, CON PUNTA RECTA.
- DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRES 3, 4, 5, 6, 8, 10 Y 12 FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM.
- AGUJA TIPO SHIBA CALIBRE 21 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA 0.018"

UNO PARA CADA AGUJA.

- TUBO DE DRENAJE CALIBRE 8 FR X 30 CM DE LONGITUD CON CONECTOR LUER LOCK U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL. ESTÉRIL Y DESECHABLE.

- CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE: 8 FR X 25 O 35 CM DE LONGITUD.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 10:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 72:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EXTENSIÓN COAXIAL DE CATÉTER GUÍA DE RÁPIDO INTERCAMBIO DE 25 CM EN 6 FR. (TIPO GUIDE LINER). COMPATIBLE SOBRE GUÍA 0.014 CALIBRES 6, 7 Y 8 FR. ¿SE ACEPTA?"

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 11: "ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 75:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE INSUMO EN CALIBRE 0.016. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 12: "ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 79:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE INSUMO DIÁMETRO DE 0.014 PULGADAS Y 200 CM DE LONGITUD TOTAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 13: "ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 86:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUCIDORES ARTERIAL PARA SISTEMA TAVI DE CALIBRE 14 FR."

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 14:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 91:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR KIT DE MONTAJE Y DISPOSITIVO DE ENTREGA DE VÁLVULA AÓRTICA DE 23 O 25 O 27 MM. ¿SE ACEPTA?"

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 15:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 95:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODO DE FIJACIÓN ACTIVA PARA EL VENTRÍCULO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?"

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 16:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 98:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR MICROCATÉRES DE INFUSIÓN, PARA ESPIRALES (COILS) PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL, DE 0.021" CON CUERPO ENMALLADO, DIÁMETRO INTERNO DE 0.021", RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, DISTINTAS PUNTAS, DIÁMETROS EXTERNOS DISTAL DE 2.4 FR LONGITUD CM 105,130 Y 155 CM. MARCADORES RADIOPAcos DISTALES 1. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 17:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 99:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR MICROCATÉTER HIDROFÍLICO PARA ACCESO A VASCULATURA PERIFÉRICA, DESTINADO PARA INTRODUCIR COILS, INFUSIÓN DE AGENTES FARMACOLÓGICOS Y MEDIO DE CONTRASTE PARA PROCEDIMIENTOS DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA PERIFÉRICO, CONSTA DE 1 MARCADOR EN EL EXTREMO DISTAL, LONGITUD UTILIZABLE DE 105, 130 Y 155 CM, DIÁMETRO EXTERNO DISTAL DE 2.4 FR; DIÁMETRO INTERNO DE 0.021 DE PULGADA, TIPO DE PUNTA RECTA, 45° Y EN J. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 18:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 101:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR MICROCATÉTER HIDROFÍLICO PARA ACCESO A VASCULATURA CEREBRAL Y PERIFÉRICA, DESTINADO PARA INTRODUCIR COILS, INFUSIÓN DE AGENTES FARMACOLÓGICOS Y MEDIO DE CONTRASTE PARA PROCEDIMIENTOS DE EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA CEREBRAL, CONSTA DE MARCADOR DUAL EN EL EXTREMO DISTAL, EJE EXTERIOR PORCIÓN DISTAL Y DE TRANSICIÓN CONSTRUÍDO DE PEBAX, EJE EXTERIOR PORCIÓN PROXIMAL DE TRANSICIÓN CONSTRUÍDO DE GRILAMID 1-25, EJE INTERIOR DE PTFE Y EN SU PORCIÓN PROXIMAL DE POLYMIDE/IRIDIO, ALIVIO DE CARGA DE DYNAFLEX - KRATON Y HUB DE TROGAMID, LONGITUD UTILIZABLE DE 150 CM Y TOTAL DE 155 CM, DIÁMETRO PROXIMAL DE 2.1 FR. Y DISTAL DE 1.7 FR; DIÁMETRO INTERNO DE 0.021 DE PULGADA, LONGITUD DE LA PUNTA 2.5 Y 5.0 MM. TIPO DE PUNTA RECTA, 45° Y 90°. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 19: "ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 102:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR MICROCATÉTERES DE INFUSIÓN, PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL, DE 0.021" CON CUERPO ENMALLADO, DIÁMETRO INTERNO DE 0.021", RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO Y DIÁMETROS EXTERNO DISTAL DE 2.4 FR, PUNTA RECTA, CURVA 45° O EN J. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 20: "ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 103:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA SOLICITUD ES DE ESFERAS CAPACES DE CARGAR MEDICAMENTO (DOXORUBICINA O IRINOTECAN). FAVOR DE ACLARAR

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE PRECISA QUE EL INSUMO REQUERIDO SE REFIERE A MICROESFERAS DE PVA; NO SE ACEPTAN MICROPARTÍCULAS DE PVA, ESTE RENGLÓN ES SIN MEDICAMENTO.

PREGUNTA 21:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 104:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE INSUMO EN CALIBRE 0.014 CON 300 CM DE LARGO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 22:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 105:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTÁROSTE INSUMO EN CALIBRE 0.014. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 23: "ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 116:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTÁROSTE INSUMO EN CALIBRE 0.018. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 24:

"ANEXO A, PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO CONSECUTIVO 116:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE INSUMO ELABORADO DE PLATINO Y TUNGSTENO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

PREGUNTA 25:

"DICE: EQUIPO DE RESERVA DE FLUJO FRACCIONAL FFR

PREGUNTA:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE INTEGRE LAS TECNOLOGÍAS FFR Y DFR, ÉSTA ÚLTIMA COMPATIBLE CON IFR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

NOMBRE: DISEÑO Y DESARROLLO MÉDICO, S.A. DE C.V.

RFC: DDM950901N65

1. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN:

DICE: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR INSUMOS QUE CUYA FABRICACIÓN SEA EN COSTA RICA, PAÍS CON EL CUAL MÉXICO SOSTIENE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, CAPÍTULO XII, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 1995 Y, EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN LISTADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRÁ OFERTAR INSUMOS CUYA FABRICACIÓN SEA EN COSTA RICA, PAÍS CON EL CUAL MÉXICO SOSTIENE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.

2. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN:

DICE: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA SIGUIENTE INTERPRETACIÓN. AL NO CONSTITUIR UNA ADQUISICIÓN DE BIENES SINO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL, CONFORMADO POR SOPORTE TÉCNICO PRIVADO, EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y BIENES DE CONSUMO COMPATIBLES CON EL EQUIPO MÉDICO Y ENTRE SI, LOS CUALES NO PASAN A SER PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, LOS BIENES NO ESTÁN SUJETOS A LOS TRATADOS, POR LO QUE EL ORIGEN DE LOS MISMOS PODRÁN PROVENIR DE PAÍSES NO SOCIOS PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES ACREDITEN SU NACIONALIDAD, YA SEA MEXICANA O DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA CELEBRADO UN TLC CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 28, FRACCIÓN II DE LA LAASSP. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL OBJETO DE CONTRATACIÓN BAJO LA PRESENTE CONVOCATORIA ES EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL, POR LO QUE DEBERÁ APEGARSE A LOS CRITERIOS DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y A LO ESTABLECIDO A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

+

3. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN: II. FORMAS Y TÉRMINOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN, INCISO B). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES POSIBLE QUE UN APODERADO LEGAL DIFERENTE AL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN PODRÁ PRESENTAR LA PROPOSICIÓN Y PERMANECER EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ ASISTIR CUALQUIER PERSONA SIEMPRE Y CUANDO RECABE EL SELLO EN EL ANEXO R Y QUE LA PROPUESTA PRESENTADA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL ACREDITADO

4. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN: II. FORMAS Y TÉRMINOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN, INCISO F) NUMERAL 9

SE RECOMIENDA PRESENTAR LAS OFERTAS PREFERENTEMENTE FOLIADAS, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL NO PRESENTAR FOLIO O EN CASO DE NO DAR CONTINUIDAD A ALGUNAS DE LAS PÁGINAS, NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SE ACLARA QUE EL NUMERAL 9) DEL INCISO F) DEL APARTADO II. FORMAS Y TÉRMINOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN

DEBE DECIR: DEBERÁ PRESENTAR LAS OFERTAS FOLIADAS, EN EL ORDEN SOLICITADO Y DEBIDAMENTE INTEGRADAS PARA SU SEGURIDAD.[...]

DEJANDO SIN EFECTO: SE RECOMIENDA PRESENTAR LAS OFERTAS PREFERENTEMENTE FOLIADAS, EN EL ORDEN SOLICITADO Y DEBIDAMENTE INTEGRADAS PARA SU SEGURIDAD. ASIMISMO, LAS COPIAS SOLICITADAS DEBERÁN ENTREGARSE LEGIBLES Y EN BUEN ESTADO.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

5. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN: III.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA, NUMERAL 6
DOCUMENTOS LEGALES
FALTA PREGUNTA DE JURÍDICO.
RESPUESTA: NO ES UNA PREGUNTA

6. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN: III.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA, NUMERAL 19.
CARTA SOLIDARIO ORIGINAL DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO...
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE
REQUERIMIENTO, TAMBIÉN NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO
SANITARIO Y/O CARTA DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO Y/O ÚNICO APOSTILLADA, EMITIDA POR EL
FABRICANTE A MI REPRESENTADA, ¿SE ACEPTA?
**RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 19 DEL SUBAPARTADO III.2 DEL
APARTADO III. REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA.**

7. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN: III.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA, NUMERAL 19.
CARTA SOLIDARIO ORIGINAL DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO...
EN RELACIÓN CON LA PREGUNTA ANTERIOR, EN EL CASO DE RESULTAR NEGATIVA SU RESPUESTA.
CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PODER OFERTAR LAS MEJORES
CONDICIONES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIAS SIMPLES DE LAS
CARTAS SOLIDARIAS, TODA VEZ QUE LA MAYORÍA DE LOS FABRICANTES SON EXTRANJEROS Y LOS
TIEMPOS LOGÍSTICOS NOS LIMITAN A LA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA PARA LA PARTICIPACIÓN.
CON EL COMPROMISO DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAR LOS ORIGINALES DE
LAS CARTAS SOLIDARIAS ANTES DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?
**RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 19 DEL SUBAPARTADO III.2 DEL
APARTADO III. REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA.**

8. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN: III.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA, NUMERAL 20.
COPIA SIMPLE DEL ANVERSO Y REVERSO DE LOS REGISTROS SANITARIOS...
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR EL PRESENTE
DOCUMENTO POR FAMILIA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO NÚMERO CONSECUTIVO, CLAVE Y
PROCEDIMIENTO SE RELACIONA, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA. PODRÁ PRESENTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

9. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN: III.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA, NUMERAL 20.
CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y CON EL OBJETIVO DE NO
LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ADEMÁS, PODER OFERTAR LAS MEJORES CONDICIONES.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CUMPLIR CON UN MÍNIMO DEL 80% DE LOS
REGISTROS SANITARIOS CONFORME A LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
CON EL COMPROMISO DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAR LA TOTALIDAD DE
LOS REGISTROS SANITARIOS ANTES DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 20 DEL SUBAPARTADO III.2 DEL APARTADO III. REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA APEGARSE AL NUMERAL 20 DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

10. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN: III.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA, NUMERAL 22. CATÁLOGOS Y, MANUALES DE USO Y/O TÉCNICA QUIRÚRGICA...
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR EL PRESENTE DOCUMENTO POR FAMILIA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO NÚMERO CONSECUTIVO, CLAVE Y PROCEDIMIENTO SE RELACIONA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ PRESENTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

11. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN: III.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA, NUMERAL 22. CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ADEMÁS, PODER OFERTAR LAS MEJORES CONDICIONES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CUMPLIR CON UN MÍNIMO DEL 80% DE LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES DE USO ORIGINALES DE LOS FABRICANTES CONFORME A LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. CON EL COMPROMISO DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS CATÁLOGOS Y/O MANUALES DE USO ANTES DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 22 DEL SUBAPARTADO III.2 DEL APARTADO III. REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

12. BASES DE LA CONVOCATORIA NOMBRE DE LA LICITACIÓN: III.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACEPTE DOCUMENTOS CON MARCA DE AGUA REFERENCIADOS A OTRO EVENTO, TODA VEZ QUE EXISTEN EMPRESAS QUE SIN SER TITULARES DE REGISTROS SANITARIOS, CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS COMPARTEN DOCUMENTACIÓN. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 PÁRRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTA CONVOCANTE ADVIERTE QUE SU PREGUNTA NO SE ENCUENTRA DIRECTAMENTE VINCULADA CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PREGUNTA.

PREGUNTAS TECNICAS

13. ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO INCISO D) EQUIPOS MÉDICOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL BALÓN DE ULTRASONIDO ENDOVASCULAR (IVUS) EN CALIDAD DE ITINERANTE, DEBIDO A QUE EL USO DEL EQUIPO, NO ES PREDECIBLE, Y DEPENDE DE LA CONDICIÓN ESPECÍFICA DE CADA PACIENTE, POR LO QUE NO DEBEN ESTAR INSTALADOS DE FORMA PERMANENTE EN EL HOSPITAL. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. DEBERÁ APEGARSE A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.

14. ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO INCISO D) EQUIPOS MÉDICOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL EQUIPO DE TROMBECTOMÍA EN CALIDAD DE ITINERANTE, DEBIDO A QUE EL USO DEL EQUIPO, NO ES PREDECIBLE, Y DEPENDE DE LA CONDICIÓN ESPECÍFICA DE CADA PACIENTE, POR LO QUE NO DEBEN ESTAR INSTALADOS DE FORMA PERMANENTE EN EL HOSPITAL. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. DEBERÁ APEGARSE A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.

15. ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO INCISO D) EQUIPOS MÉDICOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL EQUIPO DE ABLACIÓN EN CALIDAD DE ITINERANTE, DEBIDO A QUE EL USO DEL EQUIPO, NO ES PREDECIBLE, Y DEPENDE DE LA CONDICIÓN ESPECÍFICA DE CADA PACIENTE, POR LO QUE NO DEBEN ESTAR INSTALADOS DE FORMA PERMANENTE EN EL HOSPITAL. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. DEBERÁ APEGARSE A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.

16. ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO INCISO D) EQUIPOS MÉDICOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL EQUIPO DE ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA EN CALIDAD DE ITINERANTE, DEBIDO A QUE EL USO DEL EQUIPO, NO ES PREDECIBLE, Y DEPENDE DE LA CONDICIÓN ESPECÍFICA DE CADA PACIENTE, POR LO QUE NO DEBEN ESTAR INSTALADOS DE FORMA PERMANENTE EN EL HOSPITAL. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. DEBERÁ APEGARSE A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.

17. ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO INCISO D) EQUIPOS MÉDICOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN EN CALIDAD DE ITINERANTE, DEBIDO A QUE EL USO DEL EQUIPO, NO ES PREDECIBLE, Y DEPENDE DE LA CONDICIÓN ESPECÍFICA DE CADA PACIENTE, POR LO QUE NO DEBEN ESTAR INSTALADOS DE FORMA PERMANENTE EN EL HOSPITAL. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. DEBERÁ APEGARSE A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.

18. ANEXO I.V FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES REQUERIDA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS QUE AVALEN LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SE ACLARA QUE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL RUBRO DE NORMAS O CERTIFICADOS DEL ANEXO I.V FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA COPIA SIMPLE DE LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS SEGÚN SEA EL CASO.

19. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 67, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTOR ARTERIAL O VENOSO, CALIBRE 4-10 FR, LONGITUD DE 10 CM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

20. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 92, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTOR RADIAL HIDROFÍLICO, CALIBRE 5 Y 6 FR, LONGITUD DE 10, 16 Y 25 CM, AGUJA DE PUNICIÓN 20, 21 O 22 GA", ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

21. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS, EQUIPO FFR, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS HEM.INT. 0001, HEM.INT. 0002 Y HEM.INT. 0003 DEL ANEXO I.IV, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LA TECNOLOGÍA "DPR" (**RELACIÓN DE PRESIÓN DIASTÓLICA POR SUS SIGLAS EN INGLES**) EN LUGAR DE "IFFR", YA QUE "IFFR" ES ESPECIFICA DE UNA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. CONFIRMAMOS QUE AMBAS TECNOLOGÍAS TIENEN LA APLICACIÓN EN EL CÁLCULO DE RESERVA DE FLUJO FRACCIONAL LIBRE DE ADENOSINA, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

22. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 17, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "BALÓN CORONARIO SEMICOMPLACIENTE, DIÁMETRO DE 1.5-2.5 MM Y LONGITUD DE 10 A 20 MM", ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

23. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 8, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "BALÓN CORONARIO CON MEDICAMENTO (PACLITAXEL O SIROLIMUS), DIÁMETRO 2 A 4 MM Y LONGITUD MÍNIMA ENTRE 8 Y 12 MM Y LONGITUD MÁXIMA ENTRE 30 Y 40 MM", ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

24. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 110, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "STENT CORONARIO DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTO CON PTFE, DIÁMETRO DE 2.8 A 4.8 Y LONGITUD DE 16 A 26 MM", ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERO CONSECUTIVO 110 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

25. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 109, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "STENT CUBIERTO DE PTFE MONTADO EN BALÓN, DIÁMETRO DE 12 A 30 MM Y LONGITUD DE 16 A 60 MM, ASEGURANDO UNA OFERTA MÁS AMPLIA", ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERO CONSECUTIVO 109 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

26. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 124, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "STENT PERIFÉRICO DESMONTADO, FABRICADO EN CROMO-COBALTO, EXPANDIBLE DENTRO DE UN RANGO DE 8 A 32 MM Y LONGITUDES 39 A 57 MM", ASEGURANDO UNA OFERTA MÁS AMPLIA, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

27. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 14, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PALABRA "MULLINS" YA QUE ES UNA MARCA ESPECIFICA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTORES LARGOS DESDE 10 A 14 FR", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE DEJA SIN EFECTO LA PALABRA "MULLINS" SEÑALADA EN EL PUNTO 14 DE LA COLUMNA NÚMERO CONSECUTIVO DEL ANEXO I.IX.

PODRÁ OFERTAR "INTRODUCTORES LARGOS DESDE 10 A 14 FR", SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

28. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 57, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA CON PUNTA FLEXIBLE Y PREFORMABLE, RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO O SILICONADO, DIÁMETRO 0.035" Y LONGITUD ENTRE 260 Y 300 CM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 57 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

29. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 123, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "STENT AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL O ALEACIÓN ELGILOY, INDICACIÓN VENOSA, CON O SIN MARCAS RADIOPACAS, SIEMPRE QUE SE GARANTICE LA RADIOPACIDAD DEL IMPLANTE, DIÁMETROS ENTRE 12 Y 18 MM, LONGITUD MÍNIMA ENTRE 40-60 MM Y LONGITUD MÁXIMA ENTRE 150 - 160 MM", ASEGURANDO UNA OFERTA MÁS AMPLIA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 123 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

30. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 125, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "STENT PERIFÉRICO MEDICADO MONTADO SOBRE GUÍA 0.035", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 125 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

31. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 108, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "STENT PERIFÉRICO CUBIERTO DE PTFE MONTADO EN BALÓN, DIÁMETRO DE 5-10 MM Y LONGITUD MÍNIMA ENTRE 16-19 Y MÁXIMA ENTRE 58-59 MM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 108 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

32. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 119, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "SISTEMA DE TROMBECTOMÍA REOLITICA Ó FARCAMOMECAICA Ó POR ASPIRACIÓN CON BOMBA. CON DIÁMETROS, LONGITUDES Y ESPECIFICACIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE, YA QUE EL PRODUCTO SOLICITADO ES

EXCLUSIVO DE UNA SOLA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 119 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

33. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 104, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "MICROGUÍA NEUROVASCULAR HIDROFÍLICA CALIBRE 0.010" A 0.014" Y LONGITUD ENTRE 200-205 CM Y LONGITUD DE INTERCAMBIO ENTRE 300-350 CM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

34. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 61, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "DISPOSITIVO DE REVASCULARIZACIÓN MECÁNICA, INDICADO EN ICTUS ISQUÉMICO, EN VASOS INTRACRANEALES DE 1.5 A 6.5 MM. STENT FABRICADO EN NITINOL Y MARCAS RADIOPACAS DE PLATINO (3 DISTALES, 2 PROXIMALES Y 4 POR CADA SEGMENTO), ALAMBRE NITINOL CON LONGITUD 196 CM, TODO LAS MEDIDAS COMPATIBLES CON MICROCATÉTER DIÁMETRO INTERNO 0.021". DIÁMETROS 5 Y 6.5 MM Y LONGITUDES 22, 37 Y 45 MM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

35. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 83, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTOR HIDROFÍLICO 4 A 8 FR Y LONGITUD DE 45, 65 Y 90 CM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 83 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

36. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 115, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "SISTEMA DE BIOPSIA AUTOMÁTICA TRUCUT DESECHABLE CON COAXIAL COMPATIBLE CON PISTOLA DE BIOPSIA PROMAG, ASEGURANDO QUE, EN CASO DE SER ADJUDICADO, EL LICITANTE COLOCARÁ LA PISTOLA SIN CARGO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 115 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

37. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 114, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINA LA PALABRA "MISSION", YA QUE ES UN MARCA ESPECIFICA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, DE IGUAL FORMA SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR "AGUJA DE BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA TRUCUT CON COAXIAL, VARIAS MEDIDAS", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ESTÁ SOLICITANDO NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO PODRÁ OFERTAR CUALQUIER MARCA SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON SISTEMA BARD.

SE DEJA SIN EFECTO LA PALABRA "MISSION" SEÑALADA EN EL PUNTO 114 DE LA COLUMNA NÚMERO CONSECUTIVO DEL ANEXO I.IX.

PODRÁ OFERTAR "AGUJA DE BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA TRUCUT CON COAXIAL, VARIAS MEDIDAS" SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

38. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 29, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO DE 6 A 16 FR", YA QUE LAS MEDIDAS REQUERIDAS SON ESPECÍFICAS DE UNA SOLA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 29 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

39. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 105, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "MICROGUÍA NEUROVASCULAR HIDROFÍLICA CALIBRE 0.010" A 0.014" Y LONGITUD ENTRE 200-205 CM Y LONGITUD DE INTERCAMBIO ENTRE 300-350 CM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES

40. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 116, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "COIL NEUROVASCULAR DESPRENDIBLE DE FORMA MECÁNICA Ó ELECTROLÍTICA O TERMOELÉCTRICA, SISTEMA 10 O 18, DISEÑO HELICOIDAL O TRIDIMENSIONAL, DIÁMETROS ENTRE 1.5 A 20 MM Y LONGITUD DE 2 A 60 CM, DIFERENTES TIPOS DE SUAVIDAD", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES

41. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 118, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "SISTEMA LIQUIDO EMBOLICO INDICADO EN LA EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS, COMPUESTO DE EVOH Y DMSO Y AGENTE RADIOPACO TANTALIO O YODO, INCLUYE VIAL DE LÍQUIDO EMBOLICO, SOLVENTE DMSO Y JERINGAS", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 118 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

42. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 117, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "SISTEMA DE LIBERACIÓN DE COILS DESPRENDIBLE COMPATIBLE CON LOS COILS OFERTADOS, YA SEA MECÁNICA, ELECTROLÍTICA O TERMOELÉCTRICA", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES

43. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 99, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "MICROCATÉTER DIRIGIDO POR FLUJO, DIÁMETRO DE DISTAL 1.5 FR, DIÁMETRO PROXIMAL 2.7 FR Y PUNTAS DESPRENDIBLES DE 1.5, 2.5 Y 3.5 CM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 99 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

44. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 75, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "MICROGUÍA NEUROVASCULAR, DIÁMETRO DISTAL 0.008" Y PROXIMAL ENTRE 0.010"-0.012", LONGITUD DE 200 A 210 CM," ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES

45. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 45, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER TETRAPOLAR CURVA D O JOSEPHSON, ESPACIO INTERELECTRODO 2-5-2, 5 FR, LONGITUD ÚTIL 120 CM" YA QUE LA NOMENCLATURA REQUERIDA ES ESPECIFICA DE UNA MARCA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 45 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

46. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 35, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER DUODECAPOLAR TIPO HALO, DEFLECTABLE (PUSH/PULL), ESPACIO INTERELECTRODO 1-7-2, 7 FR", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 35 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

47. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 51, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CONECTOR DE 150 CM COMPATIBLE PARA EL CATÉTER TETRAPOLAR OFERTADO", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 51 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

48. RESPECTO AL ANEXO I.IV CANTIDADES ESTIMADAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE INSUMOS, PROCEDIMIENTOS HEM.INT.007 Y HEM.INT.008, EN CASO DE OFERTAR CONSUMIBLES DE UNA MARCA DISTINTA AL EQUIPAMIENTO DE ELECTROFISIOLOGÍA CARDIACA CON EL QUE CUENTA EL HOSPITAL, EL LICITANTE ADJUDICADO SE COMPROMETE A LLEVAR EL EQUIPO DE FORMA ITINERANTE (GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA Y BOMBA DE IRRIGACIÓN), ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LOS PROCEDIMIENTOS HEM.INT.007 Y HEM.INT.008 DEL ANEXO I.IV DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

49. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 22, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER DE ABLACIÓN NO IRRIGADO BIDIRECCIONAL, CURVA DF O FJ (PUSH/PULL), ESPACIO INTERELECTRODO 2-5-2", YA QUE LA NOMENCLATURA DE LAS CURVAS ES ESPECIFICA A UNA SOLA MARCA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 22 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

50. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVOS 23 Y 25, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER DE ABLACIÓN NO IRRIGADO, UNIDIRECCIONAL, DIFERENTES CURVAS (PUSH/PULL), ESPACIO INTERELECTRODO 2-5-2, 7 FR, PUNTA 4 MM, LONGITUD ÚTIL 110 CM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 23 Y 25 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

51. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 26, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER DE ABLACIÓN NO IRRIGADO, UNIDIRECCIONAL, DIFERENTES CURVAS CURL (PERILLA), ESPACIO INTERELECTRODO 2-5-2, 7 FR, PUNTA 4 MM, LONGITUD ÚTIL 115 CM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 26 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

52. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 21, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER DE ABLACIÓN IRRIGADO, BIDIRECCIONAL, CURVA D-F, 8 FR, ESPACIO INTERELECTRODO 2-5-2, PUNTA 4 MM, LONGITUD UTIL 115 CM", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 21 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

53. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 20, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER DE ABLACIÓN IRRIGADO, BIDIRECCIONAL, SMART TOUCH CURVA D-F, 8 FR, ESPACIO INTERELECTRODO 1-4-1, PUNTA 4 MM, LONGITUD ÚTIL 115 CM" YA QUE LA ESPECIFICACIÓN "SENSOR ENABLE" HACE REFERENCIA A UNA MARCA ESPECIFICA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 20 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

54. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 49, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CONECTOR PARA CATÉTER DE ABLACIÓN OFERTADO", YA QUE LA ESPECIFICACIÓN "FLEXABILITY" HACE REFERENCIA A UNA MARCA ESPECIFICA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 49 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

55. RESPECTO AL ANEXO I.IX LISTADO GENERAL DE INSUMOS, NO. CONSECUTIVO 24, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER DE ABLACIÓN NO IRRIGADO, CURVA M (PUSH/PULL), ESPACIO INTERELECTRODO 2-5-2, 7 FR, PUNTA 4 MM, LONGITUD ÚTIL 110 CM, CON CONECTOR" ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NÚMERO CONSECUTIVO 24 DEL ANEXO I.IX DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

56. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: 1.2 KV. DE 40 A 125. PREGUNTA: DADO QUE NUESTRA TECNOLOGÍA MANEJA UN GENERADOR MÁS POTENTE A LO SOLICITADO, LA PENETRACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS IMÁGENES NO SE VERÁN AFECTADAS, POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR KV DE 40 A 120, 5 VOLTS DE DIFERENCIA NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES.

57. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: 3.4 RECORRIDO VERTICAL MONITORIZADO DE 49 CM O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN RECORRIDO VERTICAL DE 42 CM O MAYOR, AUNADO A QUE EL MOVIMIENTO EN CONJUNTO CON LA MESA PERMITE CUBRIR UN MAYOR RANGO DE ELEVACIÓN. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE**

58. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TECNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: 4.2 MATRIZ DE 1500 X 1400 PÍXELES O MAYOR. PREGUNTA: LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ESTUDIOS DE CARDIO, RADICA EN LA RESOLUCIÓN DE ADQUISICIÓN. EL SOLICITAR UNA MATRIZ DE 1500 X 1400 PÍXELES IMPLICA ADQUIRIR IMÁGENES DE BAJA RESOLUCIÓN, POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE SE DEBA OFERTAR UNA MATRIZ DE AL MENOS 3000 X 3000 PÍXELES. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

59. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: 4.3 - DE SILICÓN AMORFO (A-SI) O IODURO DE CESIO (CSI), TAMAÑO DE 25 CM. X 25 CM (10" X 10") O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE OFERTAR UN DETECTOR DE TAMAÑO 30 X 30 CM O MAYOR, LO ANTERIOR PARA PODER TENER MAYOR COBERTURA Y PODER REALIZAR PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN NINGÚN IMPEDIMENTO. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

60. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: 4.3 - DE SILICÓN AMORFO (A-SI) O IODURO DE CESIO (CSI), TAMAÑO DE 25 CM. X 25 CM (10" X 10") O MAYOR. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA CMOS O IGZO CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

61. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: 5.3 HERRAMIENTA PARA DIBUJAR DIGITALMENTE UN CONTORNO EN 5 COLORES DIFERENTES O MAYOR PARA MARCAR UNA BIFURCACIÓN O RAMAS LATERALES EN IMÁGENES DE FLUOROSCOPIA EN VIVO. PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA, BASADO EN EL REALCE DE COLORES PARA VISUALIZAR LA ANATOMÍA PARA INTERVENCIONES VASCULARES COMPLEJAS, LO ANTERIOR DA CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

62. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: 6.1 FLUOROSCOPIA PULSADA DE 30 IMÁGENES O FRAMES/SEGUNDO O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FLUOROSCOPIA PULSADA DE 25 IMÁGENES O FRAMES / SEGUNDO. EN NUESTRA TECNOLOGÍA SE PUEDE REALIZAR ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA DESDE 12.5 FRAMES/S HASTA 25 FRAMES/S SIN NINGUNA LIMITACIÓN AUNADO A QUE SE MANEJA MENOS DOSIS EN BENEFICIO DEL PACIENTE Y DEL POE. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

63. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: 7. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 120,000 IMÁGENES O MAYOR O 800 GB O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ALMACENAMIENTO DE 100,000 IMÁGENES, LO ANTERIOR NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

64. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPO, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: ACCESORIOS: INTERRUPTOR DE PEDAL. PREGUNTA: PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE SE DEBA OFERTAR UN INTERRUPTOR DE PEDAL INALÁMBRICO, PARA UN MEJOR FLUJO DE OPERACIÓN Y DE ESTA MANERA EVITAR TROPIEZOS DEL ESPECIALISTA. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

65. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 220V +/- 10% @ 60HZ. PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR SI SE PERMITE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 117 V +/- 10% @60 HZ, CONSIDERAR QUE ES UNA ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR EN QUIRÓFANO, EN CASO CONTRARIO ENTENDEMOS QUE LA ALIMENTACIÓN 220V SOLICITADA ESTARÁ DISPONIBLE.

RESPUESTA: SE ACLARA QUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN ES DE: 117 V +/- 10% @60 HZ

DEJANDO SIN EFECTO: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 220V +/- 10% @ 60HZ

66. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAN LO SIGUIENTE: CUBIERTAS ESTERILIZABLES PARA TUBO Y ARCO. POR TEMAS DE MANEJO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS SE PERMITA ENTREGAR FUNDAS ESTÉRILES. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

67. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA CON POTENCIA DE 12-15 KW O MAYOR, ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

68. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, EN EL EQUIPO ULTRASONIDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ULTRASONIDO PORTÁTIL CON PANTALLA DE 19 PULGADAS, QUE CUMPLA CON TODAS LAS FUNCIONES, SOFTWARE Y QUE CUENTE CON TODOS LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS, SIN CAPACIDAD DE INCORPORAR A FUTURO 3D EN TIEMPO REAL O 4D Y SOFTWARE DE CARDIOLOGÍA, SIN PERJUICIO PARA EL HOSPITAL, YA QUE EL EQUIPAMIENTO NO SERÁ UN ACTIVO FIJO Y NO IMPLICA PERJUICIO PARA EL MISMO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

69. RESPECTO AL ANEXO I.V FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPAMIENTO CON ESPECIFICACIONES TECNOLÓGICAS IGUALES O SUPERIORES A LOS REQUERIDOS, LAS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN LA MARCA OFERTADA, SIN AFECTAR EL NIVEL DE SERVICIO, ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE**

70. ANEXO I.V FICHA TECNICA

RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C"

PREGUNTA 1.- PUNTO 1.1. POTENCIA DE 15 KW O MAYOR

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE UN RANGO DE POTENCIA DE 20 KW O MAYOR, PARÁMETRO QUE PERMITE ENGLOBAR PROCEDIMIENTOS VASCULARES, CARDIOLÓGICOS, ORTOPÉDICOS Y TRAUMATOLÓGICOS, NEUROLOGÍA, ENDOSCOPIA, UROLOGÍA Y ALGOLOGÍA, CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN EN SITUACIONES MÁS DEMANDANTES, SIENDO UNA VENTAJA PARA LA TOMA DE DECISIÓN GRACIAS A LA IMAGEN INTRAOPERATORIA QUE PROPORCIONA EL EQUIPO ACORDE A SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADEMÁS QUE PERMITE INTERVENCIONES MÁS LARGAS SIN UN SOBRECALENTAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE**

PREGUNTA 2.- PUNTO 1.3 CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O CONTINUA DE 3 MA. O MENOR A 200 MA. O MAYOR.

ENTENDEMOS QUE EL RANGO MÍNIMO DE CORRIENTE PARA FLUOROSCOPIA PULSADA O CONTINUA DEBE SER DE 3 MA O MENOR A 200 MA O MAYOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA CALIDAD DE IMAGEN NECESARIA DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR DENTRO DE LA SALA DE EXAMEN, SIENDO LA CORRIENTE UN PARÁMETRO DETERMINANTE PARA LA CORRECTA VISUALIZACIÓN DE LA ANATOMÍA A ESTUDIAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

PREGUNTA 3.- PUNTO 1.4.- CORRIENTE DE RADIOGRAFÍA DIGITAL O IMAGEN ÚNICA DE 125 MA. O MAYOR.

DADA LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR LITERALMENTE "CORRIENTE DE RADIOGRAFÍA DIGITAL O IMAGEN ÚNICA", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR COMO "IMAGEN INDIVIDUAL", QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA, ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE**

PREGUNTA 4.- PUNTO 3.1-"SID" DE 100 CM. O MAYOR. DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE).

DADA LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR LITERALMENTE "'SID" DE 99 CM. O MAYOR. DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE)", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR COMO "DISTANCIA DE LA FUENTE AL DETECTOR", QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA, ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

PREGUNTA 5.- PUNTO 3.2 ROTACIÓN DE ± 200 GRADOS O MAYOR.

DADA LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR LITERALMENTE "'ROTACIÓN DE ± 200 GRADOS O MAYOR.", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR COMO "ANGULACIÓN" Y COMPLEMENTAR A TRAVÉS DE UNA IMAGEN EL MOVIMIENTO DESCRITO, QUE ES EQUIVALENTE Y DA CUMPLIMIENTO AL RANGO SOLICITADO ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA, ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

PREGUNTA 6.- 3.4 RECORRIDO VERTICAL MONITORIZADO DE 49 CM O MAYOR.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL DESPLAZAMIENTO EN VERTICAL SEA DE 49 CM $\pm 10\%$ DADO QUE ESTO NO AFECTA EN NINGÚN SENTIDO EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y NO LIMITA NINGUNA APLICACIÓN CLÍNICA PARA LA CUAL ESTÁ DESTINADA EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

PREGUNTA 7.- 3.5 MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL.

DADA LA DIFICULTAD DE REFERENCIAR LITERALMENTE "MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR COMO "INTERVALO DE ROTACIÓN" Y COMPLEMENTAR A TRAVÉS DE UNA IMAGEN EL MOVIMIENTO DESCRITO, QUE ES EQUIVALENTE Y DA CUMPLIMIENTO AL RANGO SOLICITADO ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA, ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

PREGUNTA 8.- 3.6 ANGULACIÓN DE 140 GRADOS O MAYOR.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR Y OFERTAR EL PUNTO COMO ANGULACIÓN $\pm 225^\circ$ Y MOVIMIENTO ORBITAL 148° , COMPLEMENTANDO A TRAVÉS DE IMÁGENES LOS MOVIMIENTOS DESCRITOS, SIENDO EQUIVALENTE Y DANDO CUMPLIMIENTO AL RANGO SOLICITADO ES SOLO POR TEMAS DE REFERENCIA, ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

PREGUNTA 9.- 4.3 - DE SILICÓN AMORFO (A-SI) O IODURO DE CESIO (CSI), TAMAÑO DE 25 CM. X 25 CM (10" X 10") O MAYOR.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DE MATERIAL CMOS (SEMICONDUCTOR DE ÓXIDO DE METAL COMPLEMENTARIO) CON CONTADOR DE CENTELLEO CSI, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA, PERMITIENDO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE IMAGEN, GRACIAS A LA CONVERSIÓN INDIRECTA DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

PREGUNTA 10.- 5.3 HERRAMIENTA PARA DIBUJAR DIGITALMENTE UN CONTORNO EN 5 COLORES DIFERENTES O MAYOR PARA MARCAR UNA BIFURCACIÓN O RAMAS LATERALES EN IMÁGENES DE FLUOROSCOPIA EN VIVO

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA LICENCIA DE SUPERPOSICIÓN GRÁFICA, SIENDO UNA HERRAMIENTA DE DIBUJO PARA IMÁGENES EN TIEMPO REAL. ESTAS SUPERPOSICIONES SE UTILIZAN, POR EJEMPLO, EN LOS EXÁMENES DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, ASÍ COMO EN LAS TÉCNICAS DE SUSTRACCIÓN Y ROADMAP (BIFURCACIONES O RAMAS LATERALES). ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.**

PREGUNTA 11.- 6.2 PARÁMETROS DE FLUOROSCOPIA PROGRAMADOS ANATÓMICAMENTE ESPECÍFICOS PARA PROCEDIMIENTOS DE ELECTROFISIOLOGÍA, COLOCACIÓN DE MARCAPASOS Y CIRUGÍA CARDÍACA

ENTENDEMOS QUE DAMOS CUMPLIMIENTO AL PUNTO AL OFERTAR LA LICENCIA DE FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA DE ALTA FRECUENCIA QUE PERMITEN UNA SERIE DE CINE DIGITAL PARA LOS PROCEDIMIENTOS CARDIACOS.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

**71. ANEXO I.V FICHA TECNICA
ULTRASONOGRAFO**

PREGUNTA 12.- 1.2 CONVEXO O CURVILÍNEO CON EL RANGO DE 1 MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR COMO MÍNIMO, CON FRECUENCIAS ARMÓNICA. CAPACIDAD PARA ELASTOGRAFÍA.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA

EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR LINEAL DE 4.6-18.0 MHZ CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS Y CON CAPACIDAD PARA ELASTOGRAFÍA. 0.6 NO INVOLUCRA CAMBIO EN CALIDAD DE IMAGEN Y NUESTRA TECNOLOGÍA PERMITE UNA PROFUNDIDAD DE 80MM Y CON EL CAMPO DE VISIÓN DE 58 MM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I.V FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS. SE SOLICITAN RANGOS PARA TRANSDUCTOR CONVEXO Y ESTÁ OFERTANDO EN TRANSDUCTOR LINEAL.

PREGUNTA 13.- 1.4 TRANSDUCTOR LINEAL PALO DE HOCKEY CON EL RANGO DE 5 MHZ O MENOR A 16 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR LINEAL PALO DE HOCKEY CON PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS Y MÚSCULO ESQUELÉTICO CON FRECUENCIA DE 5.5-21.10 MHZ. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SE PRECISA QUE DEBERÁ OFERTAR ARCO CON MESA COMPATIBLE.

PREGUNTA 14.- 3. TRES ACCESORIOS PARA TOMA DE BIOPSIA PARA EL TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UNA GUÍA DE AGUJA REUTILIZABLE PARA EL TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO OFERTE LOS 3 INSUMOS SOLICITADOS.

PREGUNTA 15.- 3. TRES ACCESORIOS PARA TOMA DE BIOPSIA PARA EL TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO.

SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UNA GUÍA DE AGUJA DESECHABLE - PAQUETE DE 24 PARA EL TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO APLICA SU PREGUNTA, DADO A LA RESPUESTA QUE ANTECEDE.