



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 253ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-037-24 (CAGEG-037/2024) para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **14:20** horas del día **29 de mayo de 2024**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.


I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Cinthia Berenice Gómez Aguiñaga Ejecutivo de Compras 	C. José Hernández Arzola Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad 
C. Luis Gerardo Prado Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad 	C. Álvaro Gutiérrez Zárate Representante del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos 
C. Oscar Miguel Salazar Bonilla Representante del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos 	C. Marco Tulio Carrillo Fuentes Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
C. Elias Guerra Morales Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-037-24 (CAGEG-037/2024) para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos:

Nombre	Firma
OTTO BOCK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. C. Graciela Velázquez López	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal, familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Jorge Eduardo Hernández Muñoz



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **15:55 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **29 de mayo de 2024**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Preuntas - Gobierno de Guanajuato

https://pseig.guanajuato.gob.mx/100/ij/portal

Gobierno del Estado SAP NetWeaver Por. Compranet Gam Login Acceso a usuarios Finanzas Gto Sitio de Estadística Unidad de Transpar. Fallo Técnico

Manual del usuario Salir del sistema

Bienvenido Señora CINTHIA BERENICE GOMEZ AGUILAR

Preuntas Preguntas

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preuntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep preg	Hora recep preg
7900002246	40051001.037.24	Licitación pública	Concluido	17.05.2024	09:20:00	23.05.2024	12:00:00

1 registros encontrados

Preuntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preuntas	Fecha envío	Acuse	Enviar Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	----------------	-------------	-------	--------------

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-037-24 (CAGEG-037/2024) PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

INTERESADO: SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Partida: 14. Punto 1

Pregunta 1:

Dice: VITRECTOMY PACK 23 G. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar paquete con 5 piezas. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

Se aclara que el paquete debe de contar con al menos casete, vitrector, endoluz, trocares y llave de 3 vías; y ser compatible con la marca del equipo en que se utilizarán que es FAROS OERTLI.

Partida: 22. Punto 1

Pregunta 2:

Dice: Trocares 23 G con linea de infusión paquete con 3. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar 2 paquetes con 9 piezas. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.

INTERESADO: O AND P DE MEXICO S.A. DE C.V.

NUMERAL II, INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION INCISO B) MUESTRAS FISICAS

Pregunta 1:

SE ENTIENDE QUE LAS MUESRTAS SON UNICAMENTE PARA LA PARTIDA 2, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

NUMERAL III, INCISO 1.21

Pregunta 2:

SOLICITA CARTA FIRMADA POR EL FABRICANTE PARA LAS PARTIDAS 87,88,89,90 Y 91 DONDE, EL LICITANTE SE COMPROMETA A ENTREGA LOS BIENES CON UNA CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, AL REFERENTE COMENTAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS BIENES QUE CONFORMAN LAS PARTIDAS MENCIONADAS SON BIENES FABRICADOS EN ACERO Y ALUMINIO, Y NO TIENE CADUCIDAD, PRO LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITE ENTREGAR ESCRITO DONDE SE MANIFIESTE QUE POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES NO TIENE CADUCUDAD, O EN SU DEFECTO SE PERMITA NO ESTREGAR ESTE DOCUMENTO PARA LAS PARTIDAS MENCIONADAS, LO ANTERIOR PARA NO CAER EN INCUMPLIMIENTO, PREGUNTA ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA SOLICITUD?

Respuesta: Se aclara que dentro del punto 1.21 del inciso a) apartado III, se especifica lo siguiente:

"Aplica para las partidas 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80 y 81 del Anexo I."

Por lo tanto este requisito no aplica para las partidas 87, 88, 89, 90 y 91.

NUMERAL III, INCISO 1.25

Pregunta 3:

LA CONVOCANTE SOLICITA CATALOGO DE LOS BIENES OFERTADOS, EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 87, 88, 89, 91 Y 91, SON SISTEMAS DE COMPONENTES ARMADOS, EN KIT, POR LO CUAL SERIA COMPLICADO TENER UN CATALOGO, PERMITE LA CONVOCANTE SE ENTREGUE FICHAS TECNICAS DEL KIT, DESGLOSANDO LOS COMPONENTES Y CARACTERISTICAS EN FICHAS TECNICAS DE LOS DE LOS COMPONENTES.

Respuesta: Se acepta su propuesta; siempre y cuando se incluyan fichas técnicas de cada uno de los componentes que incluye el KIT.

Lo anterior sin ser obligatorio para los demás participantes.

NUMERAL III, INCISO 1.9

Pregunta 4:

LA CONVOCANTE SOLICITA RECIBO ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL PAGO DE BASES, QUEREMOS COMENTAR A LA CONVOCANTE EN AL GENERAR EL RECIBO DE PAGO DE LAS MISMAS EN LA PAGINA <https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/servicios?tipoServicio=GP01> , BASES DE LICITACION SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION , CUANDO SE GENERA LA HOJA PARA PAGO Y SE COLOCA EN NUMERO DE LICITACION, NO APARECEN EN LA HOJA DE AYUDA O EN LA FACTURA QUE TE GENERA EL SISTEMA EL NUMERO DE LA CONVOCATORIA APESAR DE COLOCARLO, SOLO APARECE EL CONCEPTO DE SERVICIO APAR006603466763 Bas Lic Sec Finan Inv y Adm.2405 COMO DESCRIPCION EN LA FACTURA, PERO NO APARECE RELACION DE LA LICITACION NI LUGAR PARA PONERLA PREVIO A LA FACTURA, PREGUNTA YA QUE EL SISTEMA NO MUESTRA PARA CUAL LICITACION SE HA COMPRADO BASES Y EL SISTEMA NO DA OPCION A COLOCARLO DE MANERA MANUAL COMO CONCEPTO, SE ANEXARA LA HOJA GUIA Y LA FACTURA DEL PAGO QUE SE GENERA EN LA PAGINA <https://finanzas.guanajuato.gob.mx/#/> , PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO AUNQUE NO APARESCA EN EL CONCEPTO LA LICITACION PARA LA CUAL SE ADQUIRIERON LAS BASES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.

Respuesta: Podrá presentar hoja de ayuda y el comprobante de pago en línea, si su forma de pago es en línea, o bien, hoja de ayuda y ticket impreso si su pago lo hace en cualquiera de los establecimientos autorizados.

Partida: 87. Anexo I

Pregunta 5:

CON RESPECTO A ESTA PARTIDA LA CONVOCANTE SOLICITA KIT TRANSTIBIAL MOVILIDAD 1, LA CONVOCANTE SOLOCOTA, PIE DINAMICO SACH+ KIT MODULAR TRANSTIBIAL+ RODILLERA DE SILICON, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR EN LUGAR DE RODILLERA DE

SILICION, RODILLERA DE NEOPRENO, LO ANTERIOR PARA PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACION EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, YA QUE LA RODILLERA SOLO ES UN MEDIO DE SUJECION, Y EL MATERIAL SOLO REPRESENTA UNA LIMITACION PARA LA PARTICIPACION.

PREGUNTA: ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA SOLICITUD?

Respuesta: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

Partida: 88. Anexo I

Pregunta 6:

CON RESPECTO A ESTA PARTIDA 88, LA CONVOCANTE SOLICITA **KIT TF CON RODILLA 3R78 Y PIE THERION**, AL RESEPECTO DECLARAMOS A LA QUE LA **CLAVE 3R78 Y EL PIE THERION SON EXCLUSIVOS DE LA MARCA OTTO BOCK**, POR LO QUE SE ESTARIA SOLICITANDO UNA MARCA ESPECIFICA, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE PONE A TODAS LAS EMPRESAS QUE NO COTICEN LA MARCA Y EL MODELO EN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO, Y EN VISTA DE QUE EXISTEN PRODUCTOS QUE SON DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL MERCADO OFERTADOS POR OTRAS MARCAS Y QUE NO HABRIA RAZONES TECNICAS VALIDAS PARA SOLICITAR ESTA MARCA EN ESPECIFICO, CON BASE DEL ART. 45 DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE DICE TEXTUALMENTE QUE , EN LAS ADQUISICIONES QUE SE REALICEN AL AMPARO DE ESTA LEY NO PODRA SOLICITARSE UNA MARCA ESPECIFICA O UNA EMPRESA DETERMINADA, SOLICITAMOS SEA ELMINADO LA CLAVE 3R78 Y EL NOMBRE DEL PIE " THERION" DE LA DESCRIPCION, YA QUE SE IRIA EN CONTRA DEL LO MENCIONADO EN EL ARTICULO 45 DE LA LEY, Y SE SOLICITE EN BASE A SUS CARACTERISTICAS, **KIT TF CON RODILLA POLICENTRICA NEUMATICA Y PIE DE FIBRA DE CARBONO MOVILIDAD 3** QUE SERIA LA DESCRIPCION GENERICA DE LOS BIENES SOLICITADOS

PREGUNTA: CAMBIARA LA DESCRIPCION LA CONVOCANTE PARA NO CAER EN INCUMPLIMIENTO DEL ART 45 DE LA LEY.

Respuesta: Se aclara que podrá ofertar PIE MOV. 3 ALTO PERFIL FIBRA DE VIDRIO + KIT MODULAR DE ACERO INOXIDABLE TRANSFEMORAL+ RODILLA NEUMATICA POLICENTRICA 5 EJES + VALVULA DE SUCCION IMPORTADA + BOLSA DE COLOCACION IMPORTADA.

Lo anterior sin ser obligatorio para los demás participantes.

Partida: 89. Anexo I

Pregunta 7:

CON RESPECTO A ESTA PARTIDA 89, LA CONVOCANTE SOLICITA **KIT MODULAR DESARTICULADO DE CADERA CON CADERA MECANICA 7E4 Y RODILLA 3R20 CON PIE DINAMICO**, AL RESEPECTO DECLARAMOS A LA QUE LA **CLAVE 7E4 Y LA RODILLA 3R20 SON EXCLUSIVOS DE LA MARCA OTTO BOCK**, POR LO QUE SE ESTARIA SOLICITANDO UNA MARCA ESPECIFICA, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE PONE A TODAS LAS EMPRESAS QUE NO COTICEN LA MARCA Y EL MODELO EN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO, Y EN VISTA DE QUE EXISTEN PRODUCTOS QUE SON DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL MERCADO OFERTADOS POR OTRAS MARCAS Y QUE NO HABRIA RAZONES TECNICAS VALIDAS PARA SOLICITAR ESTA MARCA EN ESPECIFICO, CON BASE DEL ART. 45 DE LA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE DICE TEXTUALMENTE QUE , EN LAS ADQUISICIONES QUE SE REALICEN AL AMPARO DE ESTA LEY NO PODRA SOLICITARSE UNA MARCA ESPECIFICA O UNA EMPRESA DETERMINADA, SOLICITAMOS SEA ELMINADO LA CLAVE 3R78 Y EL NOMBRE DEL PIE " THERION" DE LA DESCRIPCION, YA QUE SE IRIA EN CONTRA DEL LO MENCIONADO EN EL ARTICULO 45 DE LA LEY, Y SE SOLICITE EN BASE A SUS

CARACTERISTICAS, KIT PARA DESARTICULADO DE CADERA MOV. 2, CON RODILLA POLICENTRICA Y ARTICULACION DE CADERA MONOCENTRICA CON PIE DINAMICO QUE SERIA LA DESCRIPCION GENERICA DE LOS BIENES SOLICITADOS

PREGUNTA: CAMBIARA LA DESCRIPCION LA CONVOCANETE PARA NO CAER EN INCUMPLIMIENTO DEL ART 45 DE LA LEY.

Respuesta: Se aclara que podrá ofertar KIT MODULAR DESARTICULADO DE CADERA MOV. 2, CON RODILLA MECANICA POLICENTRICA DE 4 BARRAS, Y ARTICULACION DE CADERA MONOCENTRICA CON PIE DINÁMICO.

Lo anterior sin ser obligatorio para los demás participantes.

INTERESADO: MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.

Partida: 8. Anexo I

Pregunta 1:

DICE: 254000004135 8.00 PZA ANILLOS DE TENSION PMMA

CENTRO GESTOR 211213054010000 SOLICITUD DE PEDIDO 0190044148 00060 AGRUP. CARRITO 3000026061 0006

ENTREGA EN: HACIENDA SILAO 16 C.P. 36100 SILAO LA HACIENDA MÉXICO/GTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ANILLOS DE TENSION PMMA CAPSULAR

¿PREGUNTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE MEDIDAS SON LAS QUE SE REQUIEREN PARA EL BIEN SOLICITADO.

Respuesta: Se aclara que las medidas solicitadas son de 13.00 X 11.00 milímetros.

Partida: 14. Anexo I

Pregunta 2:

DICE: 6.00 PZA VITRECTOMY PACK 23 G

CENTRO GESTOR 211213054010000 SOLICITUD DE PEDIDO 0190044148 00120 AGRUP. CARRITO 3000026061 0012

ENTREGA EN: HACIENDA SILAO 16 C.P. 36100 SILAO LA HACIENDA MÉXICO/GTO DESCRIPCIÓN TÉCNICA: VITRECTOMY PACK 23 G

¿PREGUNTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, LA MARCA DEL EQUIPO CON EL QUE SERAN UTILIZADOS LOS BIENES SOLICITADOS.

Respuesta: Se aclara que la marca del equipo en el que se utilizarán, es FAROS OERTLI, debiendo observar lo acordado en la presente Junta de Aclaraciones.

Partida: 17. Anexo I

Pregunta 3:

DICE: 254000002323 10.00 PZA SUTURA NYLON 10-0

CENTRO GESTOR 211213054010000 SOLICITUD DE PEDIDO 0190044148 00150 AGRUP. CARRITO 3000026061 0015

ENTREGA EN: HACIENDA SILAO 16 C.P. 36100 SILAO LA HACIENDA MÉXICO/GTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: SUTURA NYLON 10-0 PRESENTACION:

¿PREGUNTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA PRESENTACION EN LA QUE SE REQUIERE EL BIEN SOLICITADO.

Respuesta: Se aclara que se solicita presentación de caja con 12 piezas.

Partida: 21. Anexo I

Pregunta 4:

254000004180 3.00 CAJ TIRAS DE FLUORESCEINA

CENTRO GESTOR 211213054010000 SOLICITUD DE PEDIDO 0190044148 00200 AGRUP.
CARRITO 3000026061 0020

ENTREGA EN: HACIENDA SILAO 16 C.P. 36100 SILAO LA HACIENDA MÉXICO/GTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: TIRAS DE FLUORESCEINA CAJA C/300

¿PREGUNTA? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION PODER OFERTAR PRESENTACION CAJA CON 100. SE ACEPTA

Respuesta: Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con la cantidad total de tiras (900).

Lo anterior ser obligatorio para los demás participantes.

INTERESADO: ACCENDO INDUSTRY, S.A. DE C.V.

Partida: 1. Anexo I

Pregunta 1:

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos indique si la mochila para botiquín debe contemplar alguna personalización y en de requerir personalización nos precise si esta puede ser mediante serigrafía., favor de precisar

Respuesta: La mochila debe contener el logo de la estrella de la vida, el cual puede ser impreso en serigrafía o bordado, se anexa imagen de referencia.



Partida: 1. Anexo I

Pregunta 2:

Referente a la mochila de Botiquín, el diseño es libre?, o existe un diseño que se deba contemplar, en caso de ser un diseño específico, solicitamos a la convocante, pueda anexar imagen de la mochila

Respuesta: Se anexa imagen.



Partida: 1. Anexo I

Pregunta 3:

Solicitamos a la convocante, nos precise algunos detalles para los insumos que contendrá el botiquín solicitado para la Partida 1.

- 1 ALCOHOL EN GEL (FAVOR DE INDICAR PRESENTACIÓN QUE DEBEMOS OFERTAR)
- 1 ANTIBENZIL (FAVOR DE INDICAR PRESENTACIÓN QUE DEBEMOS OFERTAR)
- 1 JABON QUIRURGICO (FAVOR DE INDICAR PRESENTACIÓN QUE DEBEMOS OFERTAR)
- 1 COMPRESA FRIA, 1 COMPRESA CALIENTE (FAVOR DE INDICAR QUE MEDIDA SE REQUIERE OFERTAR Y SI ES POSIBLE OFERTAR 1 SOLA PIEZA QUE SEA "COMPRESA FRIO/CALOR REUTILIZABLE)
- 1 MICROPORE (FAVOR DE INDICAR PRESENTACIÓN Y COLOR QUE DEBEMOS OFERTAR)
- 1 COLLARIN BLANO (FAVOR DE PRECISAR SI EL USO ES PARA ADULTO O NIÑO)
- 4 GUANTES DE LATEX (FAVOR DE PRECISAR SI SE DEBE CONTEMPLAR 4 PARES O 4 PIEZAS AMBIDIESTROS)
- 1 TIJERA DE USO RUDO (FAVOR DE PRECISAR, SI SE REFIERE A UNA TIJERA TIPO RAPTOR DE PARAMEDICO ? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE PRECISAR)
- ROSA VENUS (FAVOR DE PRECISAR DE CUANTOS GRAMOS SE DEBE OFERTAR)
- 1 COTONETES CON /20 PIEZAS (SE ACEPTA, PODAMOS OFERTAR PRESENTACIÓN CON 25 PIEZAS?)
- 1 DICLOFENACO POMADA (FAVOR DE PRECISAR DE CUANTOS GRAMOS SE DEBE OFERTAR)
- 1 LAMPARA DE DIAGNOSTICO (FAVOR DE PRECISAR, SI SE REFIERE A UNA LAMPARA PUPILERA DE BOLSILLO, EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR)
- 1 MERTHIOLATE (MERTHIOLATE ES UN NOMBRE COMERCIAL, LA SUSTANCIA ACTIVA ES "CLORURO DE BENZALCONIO" LA CUAL SE USA COMO ANTISÉPTICO, SE PUEDE OFERTAR LA MISMA SUSTANCIA CON OTRO NOMBRE COMERCIAL EN PRESENTACIÓN DE AL MENOS 40 ML COLOR BLANCO?, EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR COLOR Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR LA CONVOCANTE)

Respuesta: Se aclara que se precisan características de los insumos que contiene el botiquín:

- 1 ALCOHOL EN GEL (FAVOR DE INDICAR PRESENTACIÓN QUE DEBEMOS OFERTAR)

Respuesta: Se aclara que se requiere 1 pieza de alcohol en gel antibacterial de bolsillo desinfectante de mínimo 60ml.

- 1 ANTIBENZIL (FAVOR DE INDICAR PRESENTACIÓN QUE DEBEMOS OFERTAR)

Respuesta: 1 pieza de antibenzil de mínimo 120ml.

1 JABON QUIRURGICO (FAVOR DE INDICAR PRESENTACIÓN QUE DEBEMOS OFERTAR)

Respuesta: Se aclara que se requiere 1 pieza de Iodopovidona solución antiséptica de mínimo 120 ml.

1 COMPRESA FRIA, 1 COMPRESA CALIENTE (FAVOR DE INDICAR QUE MEDIDA SE REQUIERE OFERTAR Y SI ES POSIBLE OFERTAR 1 SOLA PIEZA QUE SEA "COMPRESA FRIO/CALOR REUTILIZABLE)

Respuesta: Se aclara que se requiere 1 pieza de compresa de gel frío, medidas 23x12cm. y 1 pieza de compresa caliente de gel, medidas 23x12cm; por lo que no se acepta la propuesta de ofertar 1 sola pieza de compresa frío/calor.

1 MICROPORE (FAVOR DE INDICAR PRESENTACIÓN Y COLOR QUE DEBEMOS OFERTAR)

Respuesta: Se aclara que se requiere 1 pieza de rollo de cinta microporosa de 2.5cm x 5 metros, en color blanco. Dejando sin efecto "cinta micropore" mencionada dentro del Anexo I.

1 COLLARIN BLANO (FAVOR DE PRECISAR SI EL USO ES PARA ADULTO O NIÑO)

Respuesta: Se aclara que se requiere 1 pieza de collarín blando para adulto.



4 GUANTES DE LATEX (FAVOR DE PRECISAR SI SE DEBE CONTEMPLAR 4 PARES O 4 PIEZAS AMBIDIESTROS)

Respuesta: Se aclara que se requiere Guante de látex estéril, 4 piezas ambidiestros en empaque individual, talla mediana, color natural.

1 TIJERA DE USO RUDO (FAVOR DE PRECISAR, SI SE REFIERE A UNA TIJERA TIPO RAPTOR DE PARAMEDICO ? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE PRECISAR)

Respuesta: Se aclara que se requiere 1 Tijera de botón uso rudo de acero inoxidable de Paramédico.



ROSA VENUS (FAVOR DE PRECISAR DE CUANTOS GRAMOS SE DEBE OFERTAR)

Respuesta: Se aclara que se requiere 1 pieza de jabón neutro de mínimo 25 gramos, en color blanco. Dejando sin efecto "Rosa Venus" solicitado en el Anexo I.

1 COTONETES CON /20 PIEZAS (SE ACEPTA, PODAMOS OFERTAR PRESENTACIÓN CON 25 PIEZAS?)

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.

1 DICLOFENACO POMADA (FAVOR DE PRECISAR DE CUANTOS GRAMOS SE DEBE OFERTAR)

Respuesta: Se aclara que se requiere Diclofenaco en Gel de mínimo 60 gramos.

1 LAMPARA DE DIAGNOSTICO (FAVOR DE PRECISAR, SI SE REFIERE A UNA LAMPARA PUPILERA DE BOLSILLO, EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR)

Respuesta: Es correcta su apreciación, se aclara que se requiere lámpara tipo pluma de diagnóstico médico (pupilera).

1 MERTHIOLATE (MERTHIOLATE ES UN NOMBRE COMERCIAL, LA SUSTANCIA ACTIVA ES "CLORURO DE BENZALCONIO" LA CUAL SE USA COMO ANTISÉPTICO, SE PUEDE OFERTAR LA MISMA SUSTANCIA CON OTRO NOMBRE COMERCIAL EN PRESENTACIÓN DE AL MENOS 40 ML. COLOR BLANCO?, EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR COLOR Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR LA CONVOCANTE)

Respuesta: Se aclara que se requiere Frasco de Cloruro de Benzalconio, color indistinto, frasco con mínimo 20 mililitros.

Así mismo se aclara que:

Se solicita hidrogenocarbonato de sodio comprimido efervescente, dejando sin efecto "ALKA SELTZER" mencionado dentro del Anexo I.

Partidas: 7 y 77. Anexo I

Pregunta 4:

BATA PARA PACIENTE DESECHABLE TALLA GRANDE SIN MANGAS BOLSA CON 10 PIEZAS NO ESTERIL (FAVOR DE PRECISAR DE CUANTOS GRAMOS SE DEBE CONTEMPLAR LA TELA SMS, PARA LA FABRICACIÓN DE LAS BATAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE)

Respuesta: Se aclara que para la partida 7 se solicitan de 40 gramos +- 5 gramos.

Se aclara que para la partida 77 se solicitan de 25 a 35 gramos.

Partidas: 12 y 57. Anexo I

Pregunta 5:

LA CONVOCANTE SOLICITA "ISODINE ESPUMA GALON", ISODINE ES EL NOMBRE COMERCIAL QUE SE LE DA A LA SOLUCIÓN CONSTITUIDA POR UNA SOLUCIÓN "YODO POLIVIDOMA" POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR SOLUCIÓN "YODO POLIVIDONA" SIN IMPORTAR EL NOMBRE COMERCIAL, RESPETANDO LA PRESENTACIÓN EN GALÓN)

Respuesta: No se acepta su propuesta.

Se acepta ofertar solución "YODO YODOPOVIDONA" o "YODO IODOPOVIDONA" sin importar el nombre comercial.

Partida: 71. Anexo I

Pregunta 6:

SOLICITA LA CONVOCANTE "ABATELENGUAS DE MADERA PARA EXPLORACIÓN ORAL. PRESENTACION EN CAJA CON 100" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS

ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN 100 PIEZAS DE ABATELENGUAS DE MADERA EN BOLSA, SE CAPETA NUESTRA PROPUESTA?

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.

Partida: 72. Anexo I

Pregunta 7:

LA CONVOCANTE SOLICITA MICRODACYN 60 SOLUCIÓN ESTERILIZANTE Y ANTISÉPTICA DE SÚPER OXIDACIÓN FRASCO CON ATOMIZADOR DE 120 ML SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR "SOLUCIÓN ANTISÉPTICA ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, EN PRESENTACIÓN DE 120 ML CON SPRAY ATOMIZADOR, SIN QUE SEA EXIGIBLE EL NOMBRE COMERCIAL MICRODACYN 60, FAVOR DE CONCEDER

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.

INTERESADO: VICTOR MANUEL NAVARRO SILVA

Partida: 1. Descripción

Pregunta 1:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, indicar la presentación completa de los medicamentos requeridos en el botiquín (gramaje de paracetamol, y para el caso de la aspirina confirmar si es posible cotizar la presentación de menor piezas que es de 12 tabletas 500 mg efervescentes)

Respuesta: Se aclara que se requiere lo siguiente:

- Paracetamol de 500 mg. caja con 10 Tabletas.
- No se acepta su propuesta, se solicita Aspirina de 500 mg. caja con 20 tabletas.

Partida: 15. Descripción

Pregunta 2:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, indicar la presentación completa del producto requerido

Respuesta: Jeringa desechable de 5 ml. Con aguja caja con 100 piezas.

Partida: 34. Descripción

Pregunta 3:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, indicar la presentación completa del producto requerido

Respuesta: Se aclara que se solicita Cubrebocas tricapa caja con 50 piezas.

Partida: 37. Descripción

Pregunta 4:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, indicar la presentación completa indicando talla/ tamaño del producto requerido.

Respuesta: Se aclara que se solicitan talla Mediana.

Partida: 44. Descripción

Pregunta 5:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, indicar la descripción completa de las medidas de aguja requerida para la jeringa.

Respuesta: Se aclara que se solicita jeringa desechable de 10 ml con aguja de 21 G x 32 mm.

Partida: 45. Descripción

Pregunta 6:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, indicar la descripción completa de las medidas de aguja requerida para la jeringa.

Respuesta: Se aclara que se solicita jeringa de 3 ml con aguja de 22 G x 32 mm.

Partida: 46. Descripción

Pregunta 7:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, indicar la descripción completa de las medidas de aguja requerida para la jeringa.

Respuesta: Se aclara que se solicita jeringa para insulina de 1 CM3 con aguja de 27 G x 13 mm.

Partida: 55. Descripción

Pregunta 8:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, indicar si la presentación correcta del producto es 7.5X 5 CM ya que la solicitada no está en distribución.

Respuesta: Se aclara que se solicita gasa simple estéril 7.5 x 5 cm, dejando sin efecto la medida solicitada dentro del Anexo I.

Partida: 62. Descripción

Pregunta 9:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, indicar si la presentación del producto se puede cotizar en empaque caja y no en tubo, que es la presentación que se comercializa para las medidas solicitadas del producto.

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.

Partida: 77. Descripción

Pregunta 10:

Solicito a la convocante de la manera más atenta, indicar si la talla de la bata puede ser cotizada como UNITALLA (S,M,G) que es la medida general comercializada de este producto.

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes.

INTERESADO: GRUPO MÉDICO GE, S. DE R.L. DE C.V.

Partida: 1. Descripción

Pregunta 1:

EN ESTA PARTIDA SE SOLICITA SOLURAL LIQUIDO DE 500 ML ¿SE PUEDE SUSTITUIR POR SOBRES PARA DILUIR?

Respuesta: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

Partida: 1. Descripción

Pregunta 2:

EN CASO DE SER POSITIVA LA PREGUNTA 1 ¿ESTA BIEN SI SE SUSTITUYE EL SOLURAL POR PAQUETE DE 5 SOBRES PARA DILUIR EN AGUA?

Respuesta: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

Partida: 3. Descripción

Pregunta 3:

PARA ESTA PARTIDA EL EQUIPO PARA VENOCISIS LO NECESITA ¿CON AGUJA O SIN AGUJA?

Respuesta: Se aclara que se requiere sin aguja.

Partida: 4. Descripción

Pregunta 4:

¿EL CUBREBOCAS LO QUIEREN TRICAPA O SENCILLO?

Respuesta: Se solicita tricapa.

Partida: 6. Descripción

Pregunta 5:

PARA ESTA PARTIDA, ¿NOS PUEDEN PROPORCIONAR LA MARCA DEL EQUIPO PARA DONDE NECESITAN LOS LAPICES?

Respuesta: La marca del equipo para donde se necesitan los lápices es MEDTRONIC.

Partida: 20. Descripción

Pregunta 6:

EN ESTA PARTIDA ¿SE REFIEREN AL TEGADERM?

Respuesta: Es correcta su apreciación.