

GUANAJUATO
SECRETARÍA DE FINANZAS,
INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN



GUANAJUATO
200
AÑOS DE GRANDEZA

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal**

Acta Correspondiente

A la 345ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No.
40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo
Médico y de Laboratorio**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:00** horas del día **10 de julio de 2024**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades




C. Jesús Ismael Mendoza Sandoval Representante de INFOSPE	C. Arturo Medina Abad Representante del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón
C. José Rubén Ruíz Sánchez Representante de ISAPEG	C. David Díaz Estrada Representante de ISAPEG
C. Karina Abigail Juárez Reynoso Representante de ISAPEG	C. Andrea Aurora Rosales Camargo Representante de ISAPEG
C. Dulce Daniela Espinoza García Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. José Antonio Tejeda Hernández Representante de la Secretaría de Seguridad Pública
C. Ricardo Tovar Melecio Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Liliana Lizbeth Aguirre Avitúa Representante de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas
C. Jorge Alejandro Torres Ochoa Representante de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024)**, para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio:

Nombre	Firma
GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. C. Leonardo Mata Silva C. Antonio de Jesús Tirado Ramírez	
TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. C. Juan Luis Arellano Reyes	
ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A. C. Oscar Iván Ortiz Méndez	
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. C. Jesús Gómez de Loera	
NEW PHARMA, S.A. DE C.V. C. María Natalia Cornejo Peredo	
CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. C. Arturo Vargas Olivares	
INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS ANALÍTICOS, S.A. DE C.V. C. Alfredo Pérez Rodríguez	
JEOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. C. Erick Eddy Leyva Ramírez	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) Se aclara que para la partida 3 del Anexo I, se deberá considerar en su propuesta técnica (Anexo A) y Económica un acondicionador de línea para los aires acondicionados tipo minisplit suministrados por el licitante.
- c) Se aclara que el cableado eléctrico para la partida 3 del Anexo I deberá ser reemplazado de acuerdo a Guía Mecánica (Anexo GM) y Constancia de visita (Anexo CV) de la visita realizada al hospital, el material del conductor deberá ser cobre.
- d) En el presente evento se hace entrega a los interesados presentes los anexos siguientes:
- Anexo S Memoria descriptiva.
 - Anexo U el cual es una carpeta digital que contiene la siguiente información: Plano arquitectónico del área donde será instalado el equipo, Levantamiento de niveles, Memoria analítica, Guía Mecánica (Anexo GM) del equipo instalado actualmente y ruta de arrastre del Hospital General Celaya.
 - Anexos J Bis y M Bis, dejando sin efecto los anexos J y M.

Dichos anexos forman parte integral de las bases y anexos de la presente licitación, consultables en la página electrónica https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php.

- e) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Montserrat Merarí Martínez Chowell Gómez

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **14:15 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **10 de julio de 2024**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio
Anexo J Bis- Requisitos de calidad

PARTIDA	CANTIDAD	NO. MATERIAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	FC7	ANEXO (N) CARTAS COMPROMISO								
				CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE	CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485:2016	REGISTRO SANITARIO	PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN	DECLARACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	CARTA DE VIGENCIA TECNOLÓGICA	CARTA DE RESPONSABLE DE TECNOMIGILANCIA	EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO (1 AÑO)	EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO GENERAL	VISITA A UNIDAD MEDICA	GUÍA MECÁNICA Y MEMORIA DESCRIPTIVA	INSTALACIÓN	ARMADO Y PUESTA A PUNTO	CAPACITACIÓN	UN AÑO DE GARANTÍA A PARTIR DE LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA, POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, MATERIAL Y/O INSTALACIÓN.	DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
3	1	531000000490	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
20	5	531000000230	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
21	7	531000000228	ASPIRADOR GASTRICO SUCCION CONTINUA	✓	✓	✓	✓					✓				✓		✓	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials and marks below it.

ANEXO M BIS MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN

SOLPED	POSICION	DRM	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE MATERIAL	PARTIDA ANEXO I	Hospital General de Celaya	Hospital General Uriangato	Total
190044392	10	DRM0260	5310	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	531000000490	3	1		1
190044696	10	DRM0305	5310	CUNA DE CALOR RADIANTRE CON FOTOTERAPIA	531000000230	20		5	5
190044696	20	DRM0305	5310	ASPIRADOR GASTRICO SUCCION CONTINUA	531000000228	21		7	7

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de
Equipo Médico y de Laboratorio

ANEXO S

Atención: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal.

Fecha: DD/MM/AAAA

Bien: TOMOGRAFO 64 CORTES

Inicio de trabajos:

Fin de trabajos:

Duración:

Lugar:

MEMORIA DESCRIPTIVA

Referencia	Concepto	Unidad
	TOMOGRAFO 64 CORTES	
001	ANALISIS DEL PROYECTO PROYECTO EJECUTIVO QUE INCLUYE: (MEMORIA DESCRIPTIVA, PLANOS, ALCANCES, ETC.)	un
002	MONTAJE DEMOLICIÓN DE	m2
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA ELECTRICA QUE INCLUYE	m
004	RESANE Y PINTURA DE.....	m2
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA ELECTRICA... QUE INCLUYE...	pz
006	MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPO QUE INCLUYE	un
007	LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO..... QUE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIOS DEL SITIO	un
008	PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO PRUEBA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE ... QUE INCLUYE REPORTE DE....	un
009	CAPACITACIÓN DE PERSONAL QUE INCLUYE....	un

Atentamente

Representante o Apoderado Legal



ANEXO 5

Atención: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal.
Bien: TOMOGRAFO 64 CORTES

Fecha: DD/MM/AAAA

Lugar:
Ciudad: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, GUANAJUATO

Duración: XX días naturales
Inicio obra: DD/MM/AAAA
Fin obra: DD/MM/AAAA

PROGRAMA DE GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

[illegible]

$\mathcal{I}$
 $\mathcal{X}$
 $\mathcal{D}$
 $\mathcal{Z}$
 $\mathcal{A}$
 $\mathcal{B}$
 $\mathcal{T}$
 $\mathcal{X}$

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON	COLORIMETRO	17	1	¿Se acepta un espectrofotometro UV VIS con software para medir todas las coordenadas de color descritas en la licitacion?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con todas las características solicitadas en el Anexo I.
2	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON	COLORIMETRO	17	1	¿El analisis de color es en muestras solidas, liquidas o ambas?	Es para ambas.
1	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases, punto 1.2	Solicitamos a la convocante permita, que cualquier representante legal de la empresa que acredite su personalidad, firme la propuesta sin necesidad de estar inscrito en el padrón. ¿Se acepta?	Es correcta su apreciación.
2	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases, punto 1.6	De acuerdo con el código de comercio, no es obligatoria la inscripción en el registro público de la propiedad para los poderes generales de administración de los representantes legales. Por lo que solicitamos amablemente a la convocante que nos permita entregar el poder del representante legal sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio ¿Se acepta?	Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.6 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
3	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases VII. Condiciones s)	Dice: La pena convencional, la cual se determinará aplicando 2% sobre el valor de los bienes no suministrados por cada semana y/o el porcentaje que corresponda por fracción de semana de atraso a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados. Duda: Entendemos que en caso de incurrir en estas penas convencionales, el tope es del 12% ya que es el porcentaje de la fianza de cumplimiento ¿es correcto?	De conformidad a lo establecido en punto 1 del apartado IV. Contrato e inciso r) del apartado VII. Condiciones de las bases de la licitación, la fianza será por el 12% del monto total adjudicado sin IVA, según en las partidas en las que participe; en caso de retraso de entrega de los bienes, se determinará aplicando 2% sobre el valor de los bienes no suministrados por cada semana y/o el porcentaje que corresponda por fracción de semana de atraso a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados. Lo anterior sin, menoscabo de las sanciones que deriven una vez agotado el monto total adjudicado.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	2	DICE "64 DETECTORES O CORTES O MAYOR...", EN ESTA PETICION HAY UNA GRAN DIFERENCIA TECNOLÓGICA Y EN APROVECHAMIENTO PARA EL HOSPITAL YA QUE CON 64 DETECTORES FISICOS SE PUEDE ESCALAR A FUTURO DE MANERA MUY ECONOMICA CRECER A 128 CORTES LO CUAL AUMENTA LA CAPACIDAD CLINICA E IGUALMENTE EL FLUJO DE TRABAJO, SUGERIMOS QUE SEA UNICAMENTE 64 DETECTORES O MAYOR PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL TOMOGRAFO, ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
2	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	4.2	EN NUESTRO CASO OFRECEREMOS UN TOMOGRAFO DE 80 CORTES DONDE LA COVERTURA ES LAS MAS GRANDE DEL SEGMENTO, Y NO NECESITAMOS UN PITCH TAN GRANDE PARA CUBRIR EL AREA QUE SE NECESITA EXPLORAR, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE PITCH DE 0.563 A 1.4, LO CUAL NO AFECTA A LOS ESTUDIOS, ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
3	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	7	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR RECONSTRUCCION DE IMÁGENES DE 50 IMÁGENES POR SEGUNDO, ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
4	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	9.3	SOLICITAN QUEMADOR DE CD/ DVD, ENTENDEMOS SE REFIEREN A UNA UNIDAD INTERNA DE LA CONSOLA DE OPERACIÓN, ¿ES CORRECTO?	Se solicita un Quemador de CD y/o DVD con software para visualizar imágenes DICOM, el cual podrá estar de manera interconstruida a la consola de operación.
5	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	9.3	EN CASO QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, Y POR CUESTIONES DE OPERACIÓN DEL HOSPITAL, ¿DESEAN SE INCLUYA UN ROBOT QUEMADOR DICOM?, FAVOR DE ACLARAR	No aplica su pregunta, en virtud de que la respuesta a su pregunta anterior no fue negativa.
6	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	9.7	ENTENDEMOS QUE DESEAN EL INYECTOR ESTE SINCRONIZADO CON EL DISPARO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MEDIO DE CONTRASTE, ¿ES CORRECTO?	Se refiere a que desde la estación de adquisición se realice el seguimiento automático del bolo y auto inicio del escaneo sincronizado con el disparo del medio de contraste del inyector ofertado en el punto 17.1.
7	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	15.3	SOLICITAN QUEMADOR DE CD/ DVD, ENTENDEMOS SE REFIEREN A UNA UNIDAD INTERNA, ¿ES CORRECTO?	Se solicita un Quemador de CD y/o DVD con software para visualizar imágenes DICOM, el cual podrá estar de manera interconstruida a la consola de operación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	16.6	EN LA PRACTICA EL PAQUETE PARA MEDICION DE LA DENSIDAD OSEA, HEMOS OBSERVADO QUE NO LA USAN Y EN SU LUGAR A LOS PACIENTES LOS MANDAN A UN DENSITOMETRO (EQUIPO DEDICADO A ANALISIS MINERAL DE HUESO), Y EMPLEAN EL TIEMPO DEL CT A ESTUDIOS MAS COMPLEJOS, SUGERIMOS ESTA OPCION DE SOFTWARE SEA CAMBIANDO A OTRA MAS FUNCIONAL, POR EJEMPLO SOFTWARE PARA MAPAS DE IODO (HERRAMIENTA PARA DETECCION Y SEGUIMIENTO PACIENTES CON COVID, INFLUENZA, ETC.)	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	16.15	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA MARCARLO CON IMAGEN, ¿SE ACEPTA?	El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
10	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	16.15	TODAS LAS IMÁGENES QUE SE OBTIENEN EN EL CT O QUE SE VISUALIZEN EN LA ESTACION DE TRABAJO SON DE RESOLUCION ADECUADA PARA SER OBSERVADAS POR EL MEDICO RADIOLOGO DE OTRA MANERA NO TIENE SENTIDO TENER UN EQUIPO DE IMAGENOLOGIA, ESTE ES MAS BIEN UN CONCEPTO COMERCIAL DE ALGUNA MARCA, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFRECER SOFTWARE PULMONAR, ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
11	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	17.2	EXISTEN CAJAS DE 25, 50, 100 UNIDADES, SUGERIMOS SEAN CAJAS DE 100 CD, Y 100 DVD, ¿SE ACEPTA?	Se aclara que se deja sin efecto el texto: "1 CAJA DE CD Y DVD ", del punto 17.2 de esta partida, quedando de la siguiente manera: "17.2 (1) CAJA DE 100 CD Y (1) CAJA DE 100 DVD"
12	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	17.5.1	SUGERIMOS SEA REQUERIDO UN PORTAMANDIL, COMO COMPLEMENTO PARA LOS MANDILES, ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
13	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	17.6	EN ESTE PUNTO DESEAN UPS PARA TODO EL EQUIPO PERO EN EL PUNTO 9.8 PIDEN UPS PARA LA COMPUTADORA DE LA ESTACION DE ADQUISICION, EN NUESTRO CASO LA ESTACION DE ADQUISICION ESTA CONECTADA AL EQUIPO YA QUE SON PARTE DEL SISTEMA, ENTONCES LA UPS ESTARIA CUBRIENDO LA ESTACION DE ADQUISICION, SOLICITAMOS LA UPS PEQUEÑA SEA SOLO PARA LA ESTACION DE TRABAJO Y LA UPS GRANDE CUBRA TODO EL EQUIPO INCLUYENDO LA ESTACION DE ADQUISICION, ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
14	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	SIN PUNTO	SUGERIMOS SEA REQUERIDO MUEBLE A LA MEDIDA EN SALA DEL CT PARA COLOCACION DE PROTECCION RADIOLOGICA, FANTOMS, ETC. ¿SE ACEPTA?	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
1	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19	20	ANEXO M Y ANEXO J	EN ANEXO M (MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN) Y EN EL ANEXO J (REQUISITOS DE CALIDAD) MENCIONA QUE LA PARTIDA DE LA CUNA DE CALOR ES LA NO. 22, PERO TENEMOS ENTENDIDO QUE DEBEMOS TOMAR EL NÚMERO QUE VIENE EN EL ANEXO I, POR LO TANTO, CORRESPONDE LA PARTIDA NO. 20 Y ES LA QUE DEBEMOS UTILIZAR PARA REALIZAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ¿ES ESTO CORRECTO?	Es correcta su apreciación. Se aclara que en la presente junta de aclaraciones se hace entrega del Anexo J BIS (requisitos de calidad) y Anexo M BIS (Matriz de distribución), dejando sin efecto el Anexo J y Anexo M.
15	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	II.- Información específica de la Licitación, Incisos: c) Registro de propuestas y d) Acto de Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas	ENTENDEMOS QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS, LAS PODRÁ PRESENTAR CUALQUIER PERSONA PRESENTANDO UNA CARTA PODER SIMPLE QUE LE OTORQUE NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO TAL FUNCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR	Es correcta su apreciación siempre y cuando la propuesta técnica y económica este firmada por el representante legal acreditado del licitante.
16	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	DOCUMENTACIÓN FC4: PUNTO i- Certificado FDA	EN NUESTRO CASO EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS ES FABRICADO Y COMERCIALIZADO, PRINCIPALMENTE EN JAPÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER PRESENTAR A USTEDES UN CERTIFICADO EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE JAPÓN (CERTIFICADO DE LIBRE VENTA), EN SUSTITUCIÓN DEL CERTIFICADO FDA. ¿ACEPTAN NUESTRA SOLICITUD? FAVOR DE ACLARAR	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes; siempre y cuando el documento sea emitido por la autoridad sanitaria del país donde se fabrica el equipo, deberá indicar fecha de vencimiento vigente.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
17	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TOMOGRFO DE 64 CORTES	3	FCG: Carta original de vigencia de tecnología del fabricante,	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA, NOS PERMITA AGREGAR A ESTE DOCUMENTO, UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFESTEMOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, los servicios de mantenimiento preventivo y/o CORRECTIVO los realizará TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS S.A. DE C.V. QUE ES EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO A NIVEL NACIONAL DE CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION ¿ACEPTAN NUESTRA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	Apegarse a lo solicitado a las Bases, Anexos y presente junta de aclaraciones de esta licitación.
5	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19	PARTIDA 20	PUNTO 4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MODO DE PRECALENTAMIENTO MANUAL, YA QUE AL MOMENTO DE PREPARAR EL EQUIPO PARA RECIBIR AL PACIENTE, EL USUARIO LO PUEDE ACTIVAR COMO UNO DE LOS PASOS DE PREPARACIÓN, ADEMÁS QUE NO DEMERITA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I de la presente licitación.
6	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19	PARTIDA 20	PUNTO 22	SOLICITAN CONTACTOS INTERCONSTRUIDOS. DEBIDO A QUE NO TODOS LOS EQUIPOS EN EL MERCADO CUENTAN CON CONTACTOS INTERCONSTRUIDOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CONTACTOS INTEGRADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando acredite claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	JEOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO CLAVE ART. 531000002167	1	ANEXO I	En las especificaciones técnicas del ANEXO I se indica: *Resolución a bajo vacío: mínima distancia observable: 1.8nm a 15kV – máxima distancia observable 3.0nm a 30kV. *Resolución a alto vacío: mínima distancia observable: 0.9nm a 15kV – máxima distancia observable a 3.0nm a 30kV. ¿Se debe entender estas especificaciones como un rango de resolución? ¿Es decir que el instrumento a ofertarse debe tener una resolución dentro de ese rango solicitado?	Es correcta su apreciación
2	JEOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO CLAVE ART. 531000002167	1	ANEXO I	En las especificaciones técnicas del ANEXO I se indica: Voltaje de aceleración mínimo: 20V a 30kV – máximo de 500V a 30kV. ¿Se debe entender estas especificaciones como un rango de aceleración de voltaje?	Es correcta su apreciación

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	JEOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO CLAVE ART. 53000002167	1	PUNTO 1.21	Favor de confirmar si el ANEXO H y/o ANEXO H-I solamente son requeridos para las partidas 3, 20 y 21 del ANEXO I	Es correcta su apreciación
4	JEOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO CLAVE ART. 53000002167	1	PUNTO FC6	Favor de confirmar si el ANEXO VT solamente es requerido para las partidas 3, 20 y 21 del ANEXO I	Es correcta su apreciación
2	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	VARIAS	TODAS	1.6	SOLICITAN COPIAS DE LAS MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA. CONSIDERANDO QUE NUESTRA REPRESENTADA TIENE VARIAS ACTAS, SOLICITAMOS NOS PERMITA PRESENTAR LA IMPRESIÓN CON 4 PAGINAS POR HOJA EN AMBOS LADOS, PARA REDUCIR EL PAPEL A UTILIZAR. ¿SE ACEPTA?	Podrá presentarla de esta manera, siempre y cuando sea legible y visible.
3	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	VARIAS	TODAS	1.14, 1.21 FC1, FC5, FC6, FC7 Y DEMAS DOCUMENTOS FIRMADOS POR EL FABRICANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DEBIDO A QUE LOS DIAS ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA ENTREGA DE PROPUESTA SON MUY POCOS, SE NOS PERMITA ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE, EN IMPRESIÓN A COLOR DEL ARCHIVO ELECTRONICO QUE NOS HACEN LLEGAR, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAR EL ORIGINAL EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Podrá presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por las áreas solicitantes previo al acto de fallo de la presente licitación.
4	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	VARIAS	3, 20 Y 21	NUMERAL 1.20	SOLICITAN MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS O PLANOS Y EN GENERAL DOCUMENTACION TÉCNICA ORIGINAL GENERADA POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS EN FORMA IMPRESA O DIGITAL (USB). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EN FORMA IMPRESA SOLAMENTE LAS HOJAS REFERENCIADAS Y EN FORMA DIGITAL LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO COMPLETOS. ¿SE ACEPTA?	Podrá presentar impresas únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes donde se encuentren las referencias, siempre y cuando presente de manera digital (USB) para el equipo médico especializado los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos de los bienes, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.20.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	SIEMENS HEALT CARE DIAGNOSTICS	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	2	Solicitamos respetuosamente a la convocante que, para el Punto 2, Partida 3, nos permita suministrar un equipo de Tomografía Computarizada de 64 cortes reconstruidos por rotación (en un giro de 360 grados) a 0.33 segundos. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I de la presente licitación.
2	SIEMENS HEALT CARE DIAGNOSTICS	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	9.3	Solicitamos respetuosamente a la convocante que, para el Punto 9.3, Partida 3, nos permita suministrar un Quemador externo de CD/DVD ¿Se acepta?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
3	SIEMENS HEALT CARE DIAGNOSTICS	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	3.4	Solicitamos respetuosamente a la convocante no limitar la libre participación de los proveedores y que, para el Punto 3.4, Partida 3, nos permita suministrar una carta de fábrica para justificar este punto. Esto se debe a que la especificación técnica requerida no está descrita en nuestra hoja de especificaciones. Nuestro tomógrafo cuenta con una cobertura de detector o ancho del detector de 38.4 mm. Con este tipo de detector, es posible cubrir los alcances de imagen cardiovascular (score de calcio, angiografía para coronarias, análisis de función ventricular, perfusión miocárdica, neurología avanzada, oncología avanzada, imagen espectral e imagen de rutina). ¿Se acepta?	En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características por partida.
4	SIEMENS HEALT CARE DIAGNOSTICS	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	16.14	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto con el aplicativo syngo.CT Colonoscopy que cuenta con la opción de endoscopio virtual mismo que es utilizado para vías aéreas pero no puede ser referenciado textualmente. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I de la presente licitación. En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
1	Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.			1.3	Solicitamos a la convocante que para cumplir con este punto nos permita entregar como ORIGINAL el documento arrojado por la página del SAT impresa a color. ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2.	Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.			GENERAL PUNTO 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE FABRICANTE EN COPIA SIMPLE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Podrá presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por las áreas solicitantes previo al acto de fallo de la presente licitación.
3.	Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.			FC7	ENTENDEMOS QUE LA CARTA SOLICITADA EN ESTE PUNTO PUEDE SER EXPEDIDA POR EL FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE. ¿ES CORRECTO?	Deberá apegarse a lo solicitado del apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.21, FC7 de la presente licitación.
4.	Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.			FC5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL "ANEXO P" DEBE IR FIRMADO POR EL FABRICANTE, LICITANTE O DE MANERA CONJUNTA (FABRICANTE Y LICITANTE) FAVOR DE ACLARAR.	El Anexo P deberá ser emitido por el fabricante de los bienes ofertados.
5.	Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.		3	PUNTO II INCISO G LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA	DEBIDO A LA ESCASES DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS A NIVEL MUNDIAL Y AUNADO A QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SON FABRICADOS EN EL EXTRANJERO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA PARTIDA 3, AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024 ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso g) del Apartado II de las bases de la presente licitación.
6	Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.			1.1	Entendemos que el "Anexo AB" se debe de entregar firmado por el representante legal con todos los numerales ahí señalados y no debemos entregar una carta por cada numeral solicitado en dicho Anexo. ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación.
7.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		TODAS LAS PARTIDAS	PÁGINA 10 III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PUNTO 1.20	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DONDE NO SEA SUFICIENTE EL TEXTO PARA COMPROBAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NOS PERMITA COMPROBAR MEDIANTE IMÁGENES EN CATÁLOGOS Y MANUALES ¿SE ACEPTA?	El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		TODAS LAS PARTIDAS	FC4	EM CUANTO AL CERTIFICADO CE, EL CERTIFICADO UE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MDR) ES EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDR) SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA Y ENTRÓ EN VIGOR EL 25 DE MAYO DE 2017, MARCANDO EL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN PARA LOS FABRICANTES QUE VENDEN PRODUCTOS SANITARIOS EN EUROPA. COMO FABRICANTE DE UN PRODUCTO SANITARIO, DEBE ASEGURARSE DE QUE CUMPLE LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS PERTINENTES ANTES DE COMERCIALIZAR SU PRODUCTO; EN EL CASO DE LA UE, ESTOS SE DESCRIBEN EN EL REGLAMENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDR) (UE) 2017/745 Y, EN EL CASO DEL REINO UNIDO, EN EL REGLAMENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL REINO UNIDO (MDR) DE 2002. DEJANDO ÁTRAS AL CE, ENTRANDO EN VIGOR ESTE NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CE O UE (MDR) DE ACUERDO A NUESTROS PRODUCTOS Y DE ACUERDO A LAS VIGENCIAS DE LOS MISMOS. ¿SE ACEPTA?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
9.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		TODAS LAS PARTIDAS	FC4	UNO DE NUESTROS CERTIFICADOS DE COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DE IMPORTACIÓN MENCIONA LO SIGUIENTE: "ESTO ES PARA CERTIFICAR QUE LOS PRODUCTOS ANTERIORES HAN SIDO REGISTRADOS PARA SER FABRICADOS Y VENDIDOS EN CHINA. LA EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS NO ESTÁ RESGITRINGIDA". ESTO QUIERE DECIR QUE ES UN DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA AUTORIDAD SANITARIA LOCAL CERTIFICA QUE UN PRODUCTO O MATERIAS PRIMAS DETERMINADAS CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES LEGALES POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y QUE SE USAN O CONSUMEN LIBREMENTE Y SIN RESTRICCIÓN ALGUNA EN EL PAÍS DE ORIGEN QUE EN ESTE CASO ES CHINA. ESTE MISMO DOCUMENTO FUE PRESENTADO EN LA COMISIÓN FEREDAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS PARA EL REGISTRO DEL PRODUCTO, MISMO QUE FUE AUTORIZADO CON EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE QUE SE INCLUYE EM LA PROPUESTA, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE. TODOS LOS CERTIFICADOS DE COMERCIALIZACIÓN DENTRO Y FURA DE CHINA VIENEN CON LA MISMA LEYENDA, YA QUE ESTÁN APROBANDO LA UTILIZACIÓN EN SU MERCADO INTERNO Y POR LO TANTO LA EXPORTACIÓN. POR LO QUE CUMPLE LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA ESE DOCUMENTO COMO CERTIFICADO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DE IMPORTACIÓN?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		TODAS LAS PARTIDAS	III. Presentación de Ofertas 1.16.- En caso de ofertar equipo médico especializado, deberán de incluir en su proposición técnica los manuales de operación y servicios completos en formato digital (USB o CD).	Entendemos que será suficiente con entregar manuales completos en CD o USB que serán utilizado para realizar la comprobación de las características técnicas ¿Correcto?	Podrá presentar impresas únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes donde se encuentren las referencias, siempre y cuando presente de manera digital (USB) para el equipo médico especializado los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos de los bienes, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.20.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
11	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	tomógrafo de 64 cortes	3	9.7 Seguimiento Automático del bolo y auto inicio del escaneo con integración del inyector	Entendemos que esta característica podremos ofrecerla de acuerdo a nuestra tecnología como "SEGUIMIENTO AUTOMATICO DE BOLO Y ESCANEO CON CONTRASTE" en el entendido a que se refiere a que el equipo deberá detectar automáticamente la llegada del medio de contraste a una Región Anatómica específica y empezar en automático el escaneo, ¿es correcto?	Se refiere a que desde la estación de adquisición se realice el seguimiento automático del bolo y auto inicio del escaneo sincronizado con el disparo del medio de contraste del inyector ofertado en el punto 17.1.
12	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	tomógrafo de 64 cortes	3	16.4. APLICACIONES CARDIACAS, CUANTIFICACIÓN DE CALCIO EN CORONARIAS O SCORE DE CALCIO. ANÁLISIS DE CORONARIAS CON ELIMINACIÓN DE CAJA TORÁCICA AUTOMÁTICA,	Entendemos que con "Eliminación de Caja Torácica Automática", se refiere a que la región cardiaca se extraiga automáticamente de las imágenes torácicas, ¿es correcto? Y podrá ser referenciado con descripción e imágenes que comprueben la extracción, ¿es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto. El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa.
5	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3		De acuerdo a la visita realizada en Sitio, entendemos que el proveedor adjudicado deberá considerar en su propuesta realizar un mantenimiento mayor a los equipos de Aire Acondicionado Existente para poder verificar su estado actual y garantizar que tengan correcto funcionamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que se deberá suministrar aire acondicionado tipo mini split en sala de examen y cuarto de equipos adicional al sistema de aire acondicionado actual de la sala de acuerdo a Guía Mecánica (Anexo GM) y Constancia de visita (Anexo CV) de la visita al hospital.
14	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomografo de 64 cortes	3	16.15. ALTA RESOLUCIÓN PULMONAR.	Entendemos que podremos referenciar esta característica de acuerdo a nuestra tecnología como "Imágenes HD, precisas y software de analisis pulmonar" ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
15	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		TODAS LAS PARTIDAS	III. Presentación de ofertas,	Entendemos que de forma impresa únicamente se podrá entregar índice y páginas referenciadas de manuales y de forma digital catálogos y manuales completos ¿Correcto?	Podrá presentar impresas únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes donde se encuentren las referencias, siempre y cuando presente de manera digital (USB) para el equipo médico especializado los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos de los bienes, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.20.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
16	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.		TODAS LAS PARTIDAS	III. Presentación de ofertas,	Solicitamos a la convocante que donde no sea suficiente el texto para comprobar las características solicitadas nos permita comprobar mediante imágenes en catálogos y Manuales ¿Se acepta?	El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa.
17.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	17.4 ACCESORIOS PARA POSICIONAMIENTO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	ENTENDEMOS QUE LA PALABRA "TOPOGRAFICOS" QUIERE DECIR TOMOGRÁFICOS. ¿ES CORRECTO?	Se aclara que se deja sin efecto el texto: "ACCESORIOS PARA POSICIONAMIENTO DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS", del punto 17.4 de esta partida, quedando de la siguiente manera: "17.4. ACCESORIOS PARA POSICIONAMIENTO DE ESTUDIOS."
6	SIEMENS HEALT CARE DIAGNOSTICS	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3		De acuerdo a la visita realizada, entendemos que los equipos de aire acondicionado que se suministraran e instalar como refuerzo deberán ser de tecnología Mini Split. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se acepta que sea del tipo mini split siempre y cuando cumplan con las condiciones ambientales de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.
6	SIEMENS HEALT CARE DIAGNOSTICS	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3		De acuerdo a la visita realizada, entendemos que se debiera cambiar el cableado eléctrico existente y el nuevo deberá ser suministrado forzosamente en cobre. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que el cableado eléctrico deberá ser reemplazado de acuerdo a Guía Mecánica (Anexo GM) y Constancia de visita (Anexo CV), de la visita realizada al hospital, el material del conductor deberá ser cobre.
13	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	tomógrafo de 64 cortes	3	16.9. COLONOSCOPIA VIRTUAL CON SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE COLON, VISUALIZACIÓN 2D Y 3D	Entendemos que segmentación se refiere a la extracción automática del colón; Y con 3D se refiere a representación de volumen en colón y MPR ¿Es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
18	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a las visitas realizadas, hay un tomógrafo instalado, entendemos que las sala ya cuentan con protección radiológica y no se deberá hacer modificación alguna a la misma, ¿es correcto?	Se aclara que actualmente existe un tomógrafo el cual deberá ser desinstalado, embalado y colocado en estructura tipo tarima protegido con plástico, etiquetado con la información de los elementos y con maniobra de resguardo dentro del mismo hospital, la protección radiológica no deberá ser modificada; sin embargo en caso de realizar daños a la infraestructura de la protección radiológica en sala, durante los trabajos de adecuación, el licitante adjudicado será el responsable de las adecuaciones necesarias.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
19.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En caso de requerir cubrir algún tipo de protección radiológica que no cumpla con la sala como lo es en las fisuras existentes ¿Será el Hospital o el Instituto el encargado de realizar lo necesario?	La protección radiológica no se encuentra dentro del alcance del presente proyecto, sin embargo en caso de realizar daños a la infraestructura de la protección radiológica en sala, durante los trabajos de adecuación, el licitante adjudicado será el responsable de las adecuaciones necesarias.
20.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita realizada, indican que se deberá entregar: Memoria analítica, control de calidad y Verificación de Blindajes, en caso de tener alguna observación en dichos estudios, ¿Será el Hospital o el Instituto el responsable de hacer las reparaciones correspondientes?	En caso de que hubiera alguna observación derivada de los estudios de protección radiológica se atenderá por parte del ISAPEG. Se aclara que en caso de realizar daños a la infraestructura de la protección radiológica en sala, durante los trabajos de adecuación, el licitante adjudicado será el responsable de las adecuaciones necesarias.
21.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	¿ ¿Será el Hospital o el Instituto el responsable del desmonte y retiro del equipo existente en sala? Y ¿Cuáles serán los alcances de dichos trabajos?	Se aclara que el licitante adjudicado deberá desinstalar el equipo actualmente instalado considerando posicionar los elementos del tomógrafo en algún tipo de estructura, protegido con plástico, etiqueta con información del elemento y con maniobra de resguardo dentro del mismo hospital que será indicado por personal responsable de biomedica, mantenimiento y/o administración.
22.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Del equipo existente si algún elemento es utilizable y servible para la instalación del equipo nuevo a instalar ¿se puede utilizar lo existente como interruptores, cableado, transformador, canalización existente etc.?	Se aclara que se podrán reutilizar los elementos servibles, siempre y cuando no afecte el funcionamiento de su tecnología ofertada, a excepción del cableado del suministro eléctrico y delta electrónica independiente mencionado en el Anexo CV de la constancia de visita.
23.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En caso de requerir algún nodo de red en la sala del tomógrafo o cuarto de control para el equipo a instalar, ¿Será el Hospital o el Instituto el responsable de la instalación?	Es responsabilidad del licitante adjudicado realizar las adecuaciones u obra civil necesarias para el correcto funcionamiento y operatividad del equipo a instalar, debiendo respetar los acabados actuales o similares con los que cuenta la unidad médica.
24.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita indican que el nodo de red existente es de punto a punto, ¿es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación.
25.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	¿Cuál es la distancia desde el site a la sala de escaneo?	La distancia desde el site a la sala de escaneo es de 10 metros.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
26.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	¿Cuál es la distancia desde la subestación eléctrica a la sala de escaneo?	La distancia desde la subestación eléctrica a la sala de escaneo es de 80 metros.
27.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Se entiende que la sala de escaneo se encuentra en planta baja, y no cuenta con sótano por lo que el piso es un firme sin sótano o elemento alguno debajo de equipo ¿es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación.
28.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Se entiende que sobre (arriba) del área del equipo se encuentra un área de oficinas de gobierno ¿es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación.
29.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Se entiende que la instalación eléctrica desde subestación eléctrica tiene trayectoria entre losa y plafón. ¿es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación, la trayectoria del cableado eléctrico es entre losa y plafón.
30.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a las visitas realizadas, se observaron fisuras y/o golpes en muros, detalles de puertas y manijas, etc.; ¿Se harán mejoras?; ¿Será el Hospital o Instituto responsable de los trabajos de mejoras en cada sala?; ¿Cuál será el alcance de los trabajos?	No estan consideradas dichas modificaciones dentro de los alcances del presente proyecto, sin embargo en caso de realizar daños a la infraestructura durante los trabajos de instalación, el licitante adjudicado será el responsable de las adecuaciones necesarias.
31.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	¿Nos pueden proporcionar por favor los croquis y/o planos de la instalación eléctrica del Hospital para revisar trayectorias eléctricas y calibres de cable instalados por favor?	Se pone a disposición en la página electrónica https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php , así como en la Dirección de Adquisiciones (debiendo considerar traer un dispositivo USB para su transferencia), el Anexo U el cual es una carpeta digital que contiene la siguiente información: Plano arquitectónico del área donde será instalado el equipo, Levantamiento de niveles, Memoria analítica, Guía Mecánica (Anexo GM) del equipo instalado actualmente y ruta de arrastre del Hospital General Celaya.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
32.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	¿Cuál será el horario y los días de trabajo en cada unidad hospitalaria para realizar trabajos de adecuación, instalación y entrega de equipo de tomografía?	El horario para realizar trabajos de adecuación, instalación y entrega del equipo de tomografía será de Lunes a Viernes en un horario de 7:00 a.m a 16:00 hrs. El licitante adjudicado deberá de coordinar los trabajos a realizar con personal responsable del área usuaria, mantenimiento, Biomédica y/o administración del hospital, así como con personal de Dirección de Ingeniería Biomédica.
33.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita realizada, se observó que hay canalizaciones en la sala, ¿en caso de requerir trayectorias diferentes a las existentes de quien será responsabilidad las canalizaciones para el equipo nuevo? ¿se pueden hacer las ranuras necesarias en piso con la condicionante que se suministre e instale un piso similar al existente?	Es responsabilidad del licitante adjudicado realizar las adecuaciones u obra civil necesarias para el correcto funcionamiento y operatividad del equipo a instalar, se podrán hacer las adecuaciones pertinentes siempre y cuando se respeten los acabados actuales o similares con los que la unidad médica cuenta actualmente, el material de piso de la sala se solicita pvc antiestático de acuerdo a la Guía Mecánica (Anexo GM).
34.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En el caso de nuestros equipos, requerimos de 380 volts 125 KVA para el equipo. En caso que el hospital no cuente con la capacidad eléctrica requerida ¿Será el Hospital o Instituto el responsable de suministrar en el hospital la capacidad eléctrica para conexión del equipo de tomografía?	El Hospital General Celaya cuenta con un transformador en seco de 250 KVA. El licitante adjudicado será responsable de suministrar, de ser el caso, el autotransformador para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada.
35.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Se entiende que la medida de la mirilla existente en es el necesario para el hospital y no se toca ni se cambia, ¿es correcto?	Es correcta su apreciación, sin embargo en caso de realizar daños a la infraestructura de la protección radiológica en sala, durante los trabajos de adecuación, el licitante adjudicado será el responsable de las adecuaciones necesarias.
36.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Se requiere saber para el anclaje del equipo en piso, ¿Qué tipo de piso se tiene? ¿Espesor de piso?, ¿resistencia del piso? En caso de requerir un mejoramiento del piso para anclar el equipo ¿Quién será responsable?	Se cuenta con un firme de concreto y un equipo que pesa 3,010 kg. El licitante adjudicado deberá consultar la guía mecánica del equipo actualmente instalado la cual se encuentra disponible en el Anexo U y será el responsable de las adecuaciones necesarias para la correcta instalación de su equipo.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
37.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Al retirar el equipo y algunas instalaciones en sala, posiblemente queden marcas y/o parches en los acabados, en muros y piso; ¿Quién será responsable de hacer las reparaciones? ¿Se pueden hacer reparaciones similares solo en partes dañadas o deberán ser en muros y piso completos?	El licitante será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes. De conformidad a la constancia de visita, el piso de la sala del equipo deberá ser reemplazado por piso rollo PVC antiestático.
38.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita realizada, ¿quién será el responsable de proporcionar la instalación eléctrica y voltajes solicitados en guía mecánica para la conexión del equipo en sala? ¿La línea eléctrica existente es dedicada e independiente para el equipo?	Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes.
39.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Para el ingreso del equipo a la sala, ¿Quién será responsable del retiro y reinstalación de puertas?, en caso de ser necesario.	En caso de ser necesario retirar marcos y puertas de los locales, el licitante adjudicado será el responsable y deberá considerar estas maniobras en su propuesta.
40.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Para el caso de almacenaje del equipo de tomografía que se va a desinstalar, ¿se tendrán las ruedas propias para su movilidad?	Se aclara que el equipo no cuenta con ruedas para su movilidad, el tomógrafo deberá ser desinstalado, embalado y colocado en estructura tipo tarima protegido con plástico, etiquetado con la información de los elementos y con maniobra de resguardo dentro del mismo hospital.
41.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En caso de requerir un transformador eléctrico para el equipo, ¿Quién será responsable para su suministro e instalación?	El Hospital General Celaya cuenta con un transformador en seco de 250 KVA. El licitante adjudicado será responsable de suministrar, de ser el caso, el autotransformador para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada.
42.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	¿Las unidades cuentan con un área de resguardo para el equipo en cajas cerradas? Se requiere un área segura de al menos 5 x 4 m con una altura mínima de 2.5 m libre de humedad (no se observan muros delimitantes ni escalón en caso de una subida de nivel de agua ocasionado por lluvia).	Se aclara que el licitante adjudicado deberá desinstalar el equipo actualmente instalado considerando posicionar los elementos del tomógrafo en algún tipo de estructura, protegido con plástico, etiqueta con información del elemento y con maniobra de resguardo dentro del mismo hospital que será indicado por personal responsable de biomédica, mantenimiento y/o administración.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
43.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Para evitar ranurar muros y dañar protección radiológica, ¿se aceptan instalaciones visibles en muros?	Podrán realizarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.
44.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a las visitas se entiende que se podrá reutilizar la instalación eléctrica, canalizaciones, focos rojos e instalaciones en general que puedan ser útiles para la instalación del nuevo equipo, ¿es correcto?	Se aclara que se podrán reutilizar los elementos servibles, siempre y cuando no afecte el funcionamiento de su tecnología ofertada, a excepción del cableado del suministro eléctrico y delta electrónica independiente mencionado en el Anexo CV de la constancia de visita.
45.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	¿Quién será responsable que cada sitio cumpla con los requerimientos ambientales tales como temperatura y humedad relativa, indicados en guías mecánicas del equipo?	Se aclara que el licitante adjudicado es el responsable de cumplir con los requerimientos ambientales.
46.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Se requiere una barra de trabajo en área de control, ¿Quién será el responsable del suministro e instalación?	Se aclara que se deberá considerar en su propuesta técnica (Anexo A) y Económica una barra o mesa de trabajo en área de control.
47.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Cuentan con planos actualizados del área e instalaciones que pasan o intervienen en las salas ¿pueden proporcionarnos copia de estos?, para en caso de requerir perforar o hacer algún ajuste las instalaciones se tenga conocimiento de sus trayectorias.	Se pone a disposición en la página electrónica https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php , así como en la Dirección de Adquisiciones (debiendo considerar traer un dispositivo USB para su transferencia), el Anexo U el cual es una carpeta digital que contiene la siguiente información: Plano arquitectónico del área donde será instalado el equipo, Levantamiento de niveles, Memoria analítica, Guía Mecánica (Anexo GM) del equipo instalado actualmente y ruta de arrastre del Hospital General Celaya.
48.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita realizada, ¿se tiene tierra física para la protección del equipo?, en caso de ser necesario su colocación ¿quién será el responsable de la instalación? en caso de solo requerir un mejoramiento, ¿se puede mejorar la tierra existente o deberá cambiar ó instalar una nueva?	Se aclara que el equipo actual cuenta con su tierra dedicada, sin embargo el licitante adjudicado deberá considerar el suministro de una nueva tierra dedicada con las características establecidas por parte del fabricante. La localización de la misma fue indicado durante la visita.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
49	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Se requiere de un área mínimo de 3 x 4 m para UPS y Baterías, ¿en qué área se puede ubicar el equipo?. En caso de colocarse el UPS en el área de equipamiento detrás del área de tomografía, que alcances se tendría en esta área en cuanto a acabados o solo es lo necesario para la instalación de propio UPS, (esto es instalación eléctrica y aire acondicionado?, ¿se tendría algún otro alcance, como mejora de plafón el cual esta dañado visiblemente por alguna filtración de agua?	El espacio destinado para UPS y batería será en el cuarto de equipos (detrás de la sala de tomografía). Se aclara que las areas no podrán ser modificadas y el equipo a entregar deberá ser adaptado a las condiciones actuales del hospital, esto conforme a la Guía Mecánica (Anexo GM) y Constancia de visita (Anexo CV). Cabe señalar que en caso de existir algún daño en pasillos, muros y demás infraestructura del hospital, el licitante adjudicado deberá considerar la reposición de los mismos considerando los mismos acabados que se tienen en el hospital.
50.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En el caso de los acabados, y que en la visita se entiende que deberá ser similar al existente. Se tendrá catálogo de conceptos de materiales instalados existente en el sitio. ¿Nos será proporcionado para considerarlo? En caso de que el acabado, material etc. ¿Si se encuentre descontinuado se podrá colocar un similar o como se deberá proceder?	Se aclara que no se cuenta con un catálogo de conceptos.El licitante adjudicado será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros y piso por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes.
51.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	¿La sala asignada cuenta con equipo de aire acondicionado dedicado para el equipo? En caso contrario ¿Quién será responsable del suministro e instalación del sistema de aire acondicionado en sala de Tomografía y en área de UPS? ¿puede ser minisplit?, en caso de ser afirmativo ¿donde se colocarían las condensadoras de aire acondicionado y el dren de desagüe?, la instalación de esta podría ser aparente para no dañar la protección radiológica?	Se aclara que se deberá suministrar aire acondicionado tipo mini split en sala de exámen y cuarto de equipos adicional al sistema de aire acondicionado actual de la sala de acuerdo a Guía Mecánica (Anexo GM) y Constancia de visita (Anexo CV). Las condensadoras se podrán colocar en pasillo exterior a 15 m de la sala del Tomógrafo y las instalaciones podrán ser aparentes. El dren de desagüe será orientado hacia el baño/vestidor del servicio de tomografía.
52.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Dentro de los acabados existentes se encuentra chisa en muros entendiendo que este no es un requerimiento de norma para la sala se podría aplicar pintura blanca antibacterial en muros en revestimientos donde se tenga chisa? Esto con el fin de mejorar el aspecto físico de la sala y este no encarezca la propuesta del licitante y futuros mantenimientos.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando sean los mismos acabados con los que cuenta la sala de tomografía. El licitante será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros y piso por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
53.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En la visita se entendió que se requiere cambio de piso por uno de lienzo de PVC antiestático, este piso requiere una curva de zoclo, actualmente se tiene un zoclo de plástico que al retirar por mas cuidado que se tenga posiblemente se desprenda parte de acabado del muro el detalle que surja entre muro y zoclo ¿se podrá pintar o realizar un ajuste lo mas similar a lo existente? ya que difícilmente se llega a tonos existentes por el tiempo.	El licitante adjudicado será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros y piso por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes.
54.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita se observa que el piso existente sale ligeramente de la sala afectando el pasillo aproximadamente 15 cm en lo largo de la puerta de acceso ¿ese detalle será del tipo de piso a cambiar? o ¿cómo se deberá realizar este detalle?	Se aclara que para ese excedente de piso de la sala de tomografía hacia el pasillo deberá ser considerado por parte de los trabajos del licitante adjudicado. El licitante adjudicado será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros y piso por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes.
55.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En la visita se solicita cambio de luminarias de 60cm x 60 cm de led y redondas de led, ¿se tiene alguna especificación de modelo y marca? o ¿es a criterio del licitante?	Se aclara que el reemplazo de luminarias deberá ser en LED sin tener alguna marca y modelo específico , siempre y cuando se cumpla con la funcionalidad de la iluminación de acuerdo a los procedimientos que se llevan a cabo en la sala de tomografía. Se solicita la renovación de la luminaria en sala de tomografía (fija y dimmeable), así como reemplazo de luminaria en cuarto de control (dimmeable).
56.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En caso de requerir colocar contactos, nodos de red, apagadores o algún elemento que lleve accesorio eléctrico ¿deberá ser del mismo modelo y marca existente? Debido a que por el tiempo podría estar descontinuado ¿podría ser similar o se deberán cambiar todos los existentes para que queden todos de la misma línea?	Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes. Se aclara que en caso de requerirse , pueden ser similares a los existentes.
57.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Se entiende que las puertas no se tocan, pero dadas las condiciones de la sala la puerta de acceso principal a la sala se encuentra muy golpeada y con el plomo expuesto en la entrecalle central ¿por parte del Hospital o Instituto se rehabilitara o se dará algún mantenimiento?	Las puertas no se encuentran dentro del alcance del presente proyecto, sin embargo en caso de realizar daños a la infraestructura durante los trabajos de adecuación, el licitante adjudicado será el responsable de las adecuaciones necesarias.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
58.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En caso de requerir el cambio general del cableado ¿se puede colocar aluminio o es estrictamente cobre?	Se aclara que el cableado eléctrico deberá ser reemplazado de acuerdo a Guía Mecánica (Anexo GM) y Constancia de visita (Anexo CV), de la visita realizada al hospital, el material del conductor deberá ser cobre.
59.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De los accesorios del equipo de seguridad de protección al usuario (guantes, chaleco, etc...) entendemos que necesitan algún tipo de mueble para resguardo de los mismos y será responsabilidad del Hospital o Instituto suministrarlo ¿es correcta nuestra apreciación?	El mueble no se encuentra dentro de los alcances del proyecto.
60.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	De acuerdo a la visita se entiende que el área de interpretación queda dentro del cuarto de control del equipo ¿es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación.
61.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En la visita indican que se deberá contar con detector de humo en cada espacio del tomógrafo (control, sala de escaneo y cuarto de equipamiento , estos deberá colocarlos el licitante similares al existente, en caso de ser así, ¿nos podrían indicar marca o proveedor de los existentes?	Se aclara que el detector de humo solicitado es únicamente para el cuarto de equipos, deberá cumplir con la condición que pueda ser monitoreado desde la red general actual del hospital.
62.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	En el caso del detector de humo existen algunos modelos inalámbricos en caso que su sistema se adapte al sistema existente ¿este se podría colocar?	Se aclara que el detector de humo solicitado es únicamente para el cuarto de equipos, deberá cumplir con la condición que pueda ser monitoreado desde la red general actual del hospital .
63.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Dentro de las áreas existentes pertenecientes al tomógrafo se tiene un sanitario el cual podría requerir mantenimiento, se entiende que nada de este espacio se toca, a excepción de el desagüe para los equipos de minisplit. ¿Es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación.
64.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	Se entiende que los equipos de aire acondicionado existentes son de unidad paquete de 3 toneladas que se reparten entre control, cuarto de equipamiento y sala de escaneo. De acuerdo a la visita solicitan se coloquen minisplits, actualmente se observa un equipo de 1 ton tipo minisplit en control ¿este podrá dejar o se deberá retirar y colocar uno nuevo en su lugar?	Se aclara que se deberá suministrar aire acondicionado tipo mini split en sala de examen y cuarto de equipos adicional al sistema de aire acondicionado actual de la sala de acuerdo a Guía Mecánica (Anexo GM) y Constancia de visita (Anexo CV) de la visita al hospital. Por otra parte el minisplit de 1 tonelada no forma parte de los alcances del proyecto.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
65.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	¿La losa de la sala está preparada para recibir el peso del equipo de aproximadamente 2160 kg?	Se cuenta con un firme de concreto y un equipo que pesa 3,010 kg. El licitante adjudicado deberá consultar la guía mecánica del equipo actualmente instalado la cual se encuentra disponible en el Anexo U y será el responsable de las adecuaciones necesarias para la correcta instalación de su equipo.
66.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones	¿Es necesario un paro de emergencia y arrancador para el Tomógrafo?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando exista un paro de emergencia en la sala o en el Tomógrafo.
1	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		Todas	1.20 Manuales, catálogos u hojas técnicas o planos y en general documentación técnica original generada por el fabricante de los bienes ofertados en forma impresa o digital (USB).	Se solicita amablemente a la convocante que, para dar cumplimiento a este punto, nos permita presentar impresas únicamente las hojas referenciadas de los manuales, catálogos u hojas técnicas y en formato digital los documentos completos (USB). ¿Se acepta?	Podrá presentar impresas únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes donde se encuentren las referencias, siempre y cuando presente de manera digital (USB) para el equipo médico especializado los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos de los bienes, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.20.
2	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		Todas	1.21 FC4, subinciso ii	Solicitamos amablemente a la convocante confirme que se podrá presentar certificado CE y carta de confirmación del organismo certificador TÜV en el que se indica que el certificado emitido al fabricante es válido hasta el 31 de diciembre de 2028 al encontrarse en periodo de transición, de conformidad con las disposiciones del reglamento europeo de productos sanitarios MDR 2017/745. Favor de confirmar	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		Todas	1.21 FC4, subinciso ii	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que para dar cumplimiento a este punto podemos presentar certificado CE, TÜV o MDR, o el que corresponda de acuerdo al origen de los bienes ofertados por mi representada. Favor de confirmar	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes; siempre y cuando el documento sea emitido por la autoridad sanitaria del país donde se fabrica el equipo, deberá indicar fecha de vencimiento vigente.
4	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		Todas	1.21 FC1	Se solicita amablemente a la convocante confirme que se podrá entregar carta de fabricante, el titular del registro sanitario o por el representante legal de la marca ofertada en México como se menciona en el punto FC7. Favor de confirmar.	Podrán presentar el documento solicitado con la firma del fabricante, el titular del registro sanitario o por el representante legal de la marca ofertada en México, siempre y cuando adjunte documento de respaldo del fabricante que lo acredite, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		Todas	1.21 FC5	Se solicita amablemente a la convocante confirme que se podrá entregar carta de fabricante, el titular del registro sanitario o por el representante legal de la marca ofertada en México como se menciona en el punto FC7. Favor de confirmar.	Podrán presentar el documento solicitado con la firma del fabricante, el titular del registro sanitario o por el representante legal de la marca ofertada en México, siempre y cuando adjunte documento de respaldo del fabricante que lo acredite, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		Todas	1.21 FC6	Se solicita amablemente a la convocante confirme que se podrá entregar carta de fabricante, el titular del registro sanitario o por el representante legal de la marca ofertada en México como se menciona en el punto FC7. Favor de confirmar.	Podrán presentar el documento solicitado con la firma del fabricante, el titular del registro sanitario o por el representante legal de la marca ofertada en México, siempre y cuando adjunte documento de respaldo del fabricante que lo acredite, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		Todas	1.21 FC1, FC5, FC6	Se solicita amablemente a la convocante nos confirme que las cartas de fabricante podrán presentarse originales con firma digital al momento del acto de presentación y apertura de proposiciones y que solo el licitante adjudicado las presentará originales con firma autógrafa. Favor de confirmar.	Podrá presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
8	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		PARTIDA 20	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19	DICE: 16.3. DE POLIMERO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO. PREGUNTA: Se solicita a la convocante permita ofertar una base rodable compuesta por cajones fabricados del polímero de poliestireno siendo este resistente al alto impacto por sus siglas (PS-TSG) y una columna rodable (carrito) fabricada de acero inoxidable (metal con propiedades superiores al polímero). Recomendamos sea acero inoxidable y no aluminio para evitar oxidación y corrosión del equipo en el ambiente hospitalario, así como asegurar la durabilidad del mismo. Para esto, también se solicita a la convocante nos permita referenciar este punto en el folleto oficial de características físicas de nuestra representada. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo siempre y cuando demuestre que la columna rodable es fabricada en acero inoxidable y el resto en polímero resistente al alto impacto.
9	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		PARTIDA 20	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19	22.- TOMACORRIENTE ADICIONAL INTERCONSTRUIDO, UNO COMO MINIMO. PREGUNTA: Se solicita a la convocante permita ofertar un tomacorriente adicional interconstruido o integrado, uno como mínimo. En este caso, estaríamos ofertando un tomacorriente integrado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando acredite claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación, sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
10	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		PARTIDA 20	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19	23.2.- UNA PARA INSTRUMENTAL, DEBERA SOPORTAR UN PESO MINIMO DE 2 KG. PREGUNTA: Ya que las características solicitadas son las mínimas a cumplir, se solicita a la convocante que el ofertar tecnología superior no será motivo de descalificación, por lo que se solicita a la convocante nos permita ofertar la misma charola solicitada en el punto 23.1, ya que, esta puede soportar un peso de 10 kilogramos en total, además de que la pueden utilizar perfectamente para el monitor e instrumental junto con el almacenamiento dual (cajones) integrado al equipo. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
11	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		PARTIDA 20	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19	DICE: 24.1. LAMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA (NO RODABLE). PREGUNTA: Ya que las características solicitadas son las mínimas a cumplir, se solicita a la convocante que el ofertar tecnología superior no será motivo de descalificación. Por lo tanto, se solicita a la convocante permita ofertar una lámpara de fototerapia de tecnología LED integrada (no rodable). ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
12	DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		PARTIDA 20	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19	DICE: 24.1.1. EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANOMETROS. PREGUNTA: Se solicita a la convocante permita ofertar equipos de tecnología LED con una longitud de onda en el rango de 460 nm a 490 nm, rango eficaz para reducir foto químicamente la bilirrubina en los pacientes, rango aprobado y recomendado por la Academia Americana de Pediatría. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
67.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	1. EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN TIEMPO DE RASTREO HELICOIDAL Y AXIAL EN GIRO COMPLETO 360° EN 0.5S O MENOR, APLICABLE A TODAS LAS REGIONES DEL CUERPO.	Entedemos que podremos referenciar "rastreo helicoidal" de acuerdo a nuestra tecnología y terminología como "escaneo espiral" que es la misma función ¿se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
68.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo I-A DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	Entendemos que podremos ofertar características superiores a las solicitadas sin ser motivo de descalificación ¿es correcta nuestra apreciación?	Se podrán ofertar características superiores a excepción de las características donde se señalen límites máximos, rangos y tolerancias; deberá tomar en cuenta lo acordado en la presente junta de aclaraciones. El licitante deberá referenciar en su catálogo, manual o documento técnico dichas características superiores.
3	ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo 1-A Punto 16.8.	Entendemos que se puede referenciar de acuerdo con la literatura de cada fabricante, en el caso de el punto Endoscopía Virtual, nuestro proveedor la literatura que maneja es Vista Interior, lo que corresponde a lo solicitado. Lo anterior por temas de nomenclatura ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
4	ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo I-A Punto 16.14	Entendemos que se puede referenciar de acuerdo con la literatura de cada fabricante, en el caso de el punto Broncoscopía Virtual, nuestro proveedor la literatura que maneja es Vista Interior, lo que corresponde a lo solicitado. Lo anterior por temas de nomenclatura ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
69.	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	11. RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN MPR EN TIEMPO REAL.	Entendemos que podremos referenciar de acuerdo a nuestra tecnología y terminología como "Reforma Multiplanar MPR, admite la reconstrucción en cualquier ángulo, ajuste libre de espesor de capa / espaciado de capa / número de capas, y adminite guardar los parámetros de recostrucción MPR como una plantilla personalizada, a la que se puede acceder en cualquier momento" que es la función solicitada ¿se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	1	DICE: EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN TIEMPO DE RASTREO HELICOIDAL Y AXIAL EN GIRO COMPLETO 360° EN 0.55 O MENOR, APLICABLE A TODAS LAS REGIONES DEL CUERPO. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE SOLICITÉ UNA ROTACIÓN MÍNIMA DE 0.35 SEGUNDOS O MENOR DEBIDO A QUE ESTE SISTEMA SERÁ USADO EN ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS Y ES DE SUMA IMPORTANCIA CONTAR CON UNA ROTACIÓN QUE PERMITA TENER IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y DE ESA MANERA SE PUEDA DAR UNA ATENCIÓN ADECUADA Y TAMBIÉN QUE NO SE VEAN EN LA NECESIDAD DE REPETIR LOS ESTUDIOS DEBIDO A UNA RESOLUCIÓN TEMPORAL DEFICIENTE, FAVOR DE CONFIRMAR	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
1	ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo I-A Punto 2	Entendemos que se deberá ofertar un equipo de 64 detectores y 128 cortes ¿Es correcto?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
2	ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo I-A Punto 2	En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, aclarar si se podrá ofertar un equipo con 32 detectores y 64 cortes ¿Es correcto?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I de la presente licitación.
5	ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.	Tomógrafo de 64 cortes	3	1.21	Para dar cumplimiento a los puntos FC1, FC5, FC6 y FC7 bastará con presentar copia simple del documento emitido por el fabricante, haciendo entrega de las cartas originales solicitadas en este punto en caso de resultar adjudicados. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Podrá presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
2	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	3.4	DICE: COBERTURA DEL DETECTOR DE 38MM O MAYOR. PREGUNTA: DADO QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON PARA HOSPITALES DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, ES DECIR, DE ALTA ESPECIALIDAD, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE LA COBERTURA SEA AL MENOS DE 40 MM, LO QUE PERMITIRÁ REALIZAR ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS EN PACIENTES CON TAQUICARDIAS Y ARRITMIAS, ASÍ COMO PACIENTES PEDIÁTRICOS CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS, SE REDUCIRÁ LA DOSIS DE RADIACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIOS YA QUE EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DISMINUIRÁ, LA RESOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMÁGENES SE VERÁ BENEFICIADA, AUMENTARÍA LA CERTEZA DE LOS ESTUDIOS Y SE LOGRARÁ DAR MEJOR ATENCIÓN Y CUIDADOS AL PACIENTE, FAVOR DE CONFIRMAR	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	5.1	DICE: TUBO DE RAYOS X CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO DE 7 MHU O MAYOR, RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA. PREGUNTA: CREEMOS QUE LA CAPACIDAD SOLICITADA COMO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR NO ES SUFICIENTE PARA UN EQUIPO DE ESTE SEGMENTO YA QUE ESTARÁ ENFOCANDO A ATENDER UNA CANTIDAD ELEVADA DE PACIENTES Y DE ACUERDO A LAS APLICACIONES CLÍNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES, SE NECESITARÁ UN EQUIPO QUE PUEDA HACER SIN NINGUNA LIMITANTE ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA AVANZADA, PERFUSIÓN DE ÓRGANOS, TRAUMA ENTRE OTROS LO QUE DEMANDA DEL EQUIPO MUCHOS DISPAROS DE RAYOS X Y PODRÍA CALENTAR EL TUBO Y TENER LA DESVENTAJA DE SUFRIR PAROS POR CALENTAMIENTO DEL SISTEMA, POR TANTO, SOLICITAMOS QUE ESTE VALOR SEA DE CUANDO MENOS 8 MHU O MAYOR PARA EVITAR LO ANTES MENCIONADO Y SIN EFECTO DE RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA, ES DECIR, QUE SEAN VALORES NOMINALES PARA GARANTIZAR QUE LA MEDIDA DE MHU SEA ABSOLUTA Y NO RELATIVA POR DICHO EFECTO DE RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA, FAVOR DE CONFIRMAR	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
4	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	5.2	DICE: GENERADOR DE RAYOS X DE 70KW O MAYOR. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN MEXICANA TIENE UNA ALTA TASA DE OBESIDAD PROPONEMOS QUE ESTE VALOR SOLICITADO SEA DE 80 KW O MAYOR Y SEA UN VALOR NOMINAL, ES DECIR, UN VALOR QUE PUEDA SER ENTREGADO POR EL HARDWARE DEL EQUIPO Y NO POR UNA EQUIVALENCIA DE RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA Y ASÍ GARANTIZAR UNA ADECUADA PENETRACIÓN DE LOS TEJIDOS EN PACIENTES DE ALGO ÍNDICE DE MASA CORPORAL O PERSONAS OBESAS, FAVOR DE CONFIRMAR	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.

2

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	7	DICE: RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL DE 25 IMÁGENES POR SEGUNDO O MAYOR. PREGUNTA: LOS SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA SE CARACTERIZAN POR ENTREGAR UN DIAGNÓSTICO INSTANTÁNEO CON GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN PARA REACCIONAR ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS, POR TANTO, SUGERIMOS QUE LA RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN SEA DE 60 IMÁGENES POR SEGUNDO O MAYOR YA QUE PERMITIRÁ TENER DIAGNÓSTICOS OPORTUNOS PARA LOS PACIENTES, FAVOR DE CONFIRMAR	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
6	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	9.5	DICE: PROTOCOLOS PARA PEDIATRÍA. PREGUNTA: DEBIDO A LOS PUNTOS SOLICITADOS ENTENDEMOS QUE TIENEN Y TENDRÁN UN GRAN NÚMERO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS, POR LO QUE EL AHORRO DE DOSIS ES DE SUMA IMPORTANCIA, DEBIDO A ELLO SUGERIMOS ATENTAMENTE SE SOLICITE EL PROTOCOLO ESPECIAL DE ATENCIÓN A NIÑOS CON UN RANGO DE EXPLORACIÓN QUE COMIENCE EN 70 KV, DE ESTA MANERA EL PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN AHORRARÁ AUTOMÁTICAMENTE UN 20% DE DOSIS DE RADIACIÓN (EN COMPARACIÓN AL TRADICIONAL DE 80 KV) A ESA POBLACIÓN QUE ES MUCHO MÁS VULNERABLE A LOS EFECTOS ESTOCÁSTICOS Y ASÍ EVITAR FUTURAS COMPLICACIONES POR LAS DOSIS INNECESARIAS, ESTO CONLLEVA A UN MEJOR CUIDADO DE LA SALUD DE LOS PACIENTES Y AL MISMO TIEMPO PODER ATENDER A NIÑOS SIN LA PREOCUPACIÓN DE UNA DOSIS EXCESIVA Y DEJAR ATRÁS EL DILEMA DEL COSTO-BENEFICIO DE LOS ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA EN NIÑOS, FAVOR DE CONFIRMAR	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '2' at the top right and various initials like 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' and other marks.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	9.7	DICE: SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DEL BOLO Y AUTO INICIO DEL ESCANEADO CON INTEGRACIÓN DEL INYECTOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS CONFIRME QUE SE REFIEREN A QUE EL SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE BOLO TENGA UNA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DE INYECCIÓN AUTOMATIZADA PARA MONITOREAR EL REALCE DEL CONTRASTE E INICIAR EL ESCANEADO EN UN NIVEL PREDETERMINADO Y POR OTRO LADO EL SOFTWARE DE INICIO AUTOMÁTICO EN ESPIRAL (SAS) PERMITA QUE EL INYECTOR SE COMUNIQUE CON EL ESCÁNER. ESTO PERMITE AL TECNÓLOGO CONTROLAR EL CONTRASTE. INYECCIÓN Y PARA INICIAR LA EXPLORACIÓN (CON UN RETRASO PREDETERMINADO) FAVOR DE CONFIRMAR	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
8	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	17.4.1	DICE: UN KIT DE POSICIONADORES CON SUJETADORES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE SE NOS PERMITA COLOCAR TODO EL SET DE POSICIONADORES Y CINTAS DE SUJECIÓN QUE CONTIENE EL EQUIPO TANTO PARA LOS ESTUDIOS DE ADULTO COMO DE PEDIÁTRICO, FAVOR DE CONFIRMAR	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
9	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	EN EL CASO DE QUE EL LEVANTAMIENTO DE NIVELES NO SEA FAVORABLE, POR NO INCLUIR EN LOS ALCANCES BARITADO, PUERTAS Y CRISTAL PLOMADO, NO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE, ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación, sin embargo en caso de realizar daños a la infraestructura de la protección radiológica en sala, durante los trabajos de adecuación, el licitante adjudicado será el responsable de las adecuaciones necesarias.
10	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	PARA EL TEMA DE ACABADOS, SOLO EN CASO DE QUE, POR CAUSAS IMPUTABLES AL LICITANTE Y RESULTADO DE LAS MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, EL LICITANTE DEBERÁ REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS A LA SALA, CUARTO DE CONTROL Y ÁREA DE UPS, RUTA DE ARRASTRE DEL EQUIPO, ¿ES CORRECTO?	El licitante será el responsable de las reparaciones en las áreas intervenidas por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes o de acuerdo a las indicaciones del Hospital.
11	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	¿RESULTADO DE LA VISITA GUIADA POR EL ISAPEG A LAS ÁREAS DESTINADAS PARA EL TOMÓGRAFO, NO SE CONTEMPLA NINGÚN TIPO DE ACABADOS ADICIONALES A LOS EXISTENTES EN DICHAS ÁREAS?	Es correcta su apreciación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
12	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	SOBRE LOS DETALLES EXISTENTES EN MUROS, PUERTAS, PLAFÓN Y ÁREA DE BAÑO AL INTERIOR DEL ÁREA DE TOMOGRAFÍA, ¿EL LICITANTE NO ESTÁ OBLIGADO A REPARAR LOS YA EXISTENTES?	Es correcta su apreciación.
13	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	¿TOMANDO EN CUENTA QUE EL ACABADO EN MUROS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA SERÁ POSIBLE QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE SE ALISEN Y SE PINTEN TODOS LOS MUROS DE ESTAS ÁREAS DE BLANCO U OTRO COLOR, PARA TENER UN ÁREA DE MEJOR PRESENTACIÓN?	El licitante será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros y piso por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes.
14	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	EN EL RECORRIDO SE DETECTARON ALGUNOS PUNTOS DE HUMEDAD EN EL CUARTO DE UPS Y SALA DE TOMOGRAFÍA, YA EXISTENTES, ENTENDEMOS QUE NO ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO LA REPARACIÓN DE ESTAS ÁREAS, ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación
15	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	¿EN LA PROPUESTA NO DEBERÁ ESTAR CONSIDERADO NINGÚN TIPO DE ACCESORIO O MOBILIARIO AL MENCIONADO EN LA CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO, ES CORRECTO?	Se aclara que se deberá considerar en su propuesta técnica (Anexo A) y Económica una barra o mesa de trabajo en área de control.
16	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	RESULTADO DE LA VISITA, SE SABE QUE EXISTEN 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLIMATIZAR LAS ÁREAS DE CONTROL, SALA DE EXAMEN Y GABINETES, Y LA CONVOCANTE NOS PIDE REFORZAR CON 2 EQUIPOS MINISPLIT EN SALA DE EXAMEN Y GABINETES, ENTENDIENDO QUE LA LICITANTE SÓLO DARÁ LA GARANTÍA EN LA CLIMATIZACIÓN DE LOS EQUIPOS MINISPLIT, ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación, el licitante solo dará garantía a los minisplit que suministre.
1	Distribuidora GOBA de Queretaro S.A de C.V	CAMA HOSPITALARIA	10	DESCRIPCION TECNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMA ELECTRICA CON ESPECIFICACIONES SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, CONSIDERANDO LA COMODIDAD, ASI COMO LAS NECESIDADES ESPECIALES DEL PACIENTE CON LARGA ESTANCIA Y TERAPIA. ¿SE ACEPTA?	Se podrán ofertar características superiores a excepción de las características donde se señalen límites máximos, rangos y tolerancias; deberá tomar en cuenta lo acordado en la presente junta de aclaraciones. El licitante deberá referenciar en su catálogo, manual o documento técnico dichas características superiores.
2	Distribuidora GOBA de Queretaro S.A de C.V	CAMA HOSPITALARIA	11	DESCRIPCION TECNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMA ELECTRICA CON ESPECIFICACIONES SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, CONSIDERANDO LA COMODIDAD, ASI COMO LAS NECESIDADES ESPECIALES DEL PACIENTE CON LARGA ESTANCIA Y TERAPIA. ¿SE ACEPTA?	Se podrán ofertar características superiores a excepción de las características donde se señalen límites máximos, rangos y tolerancias; deberá tomar en cuenta lo acordado en la presente junta de aclaraciones. El licitante deberá referenciar en su catálogo, manual o documento técnico dichas características superiores.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	Distribuidora GOBA de Queretaro S.A de C.V	CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA V19	20	24.1.3.- AJUSTE DE ALTURA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA CUNA DE CALOR RADIANTE CON LAMPARA DE FOTOTERAPIA, CON BRAZO FLEXIBLE, MISMO QUE AL INCLINARLO, PODEMOS AJUSTAR LA DISTANCIA (ALTURA) ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
17	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	DERIVADO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA CONVOCANTE DE CONSIDERAR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT AUNADO A LA SOLICITUD DE INCLUIR EN LA PROPUESTA ECONÓMICA SÓLO LO MÁS ELEMENTAL, MANTENIENDO LOS ACABADOS EN LOS MUROS, EN EL RECORRIDO SE ACORDÓ QUE LOS DRENES DE CONDENSADOS DE ESTOS EQUIPOS SERÁN INSTALADOS DE MANERA APARENTE HASTA EL PUNTO DE SU DESCARGA, ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación.
18	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	EN EL HOSPITAL SE TIENEN FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y POR LO MISMO PICOS ELÉCTRICOS QUE ALTERAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUEDEN LLEGAR A DAÑAR PARTES ELECTRÓNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE DEBEMOS INCLUIR UN ACONDICIONADOR DE LÍNEA PARA LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO POR EL UPS DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA QUE ES LA LÍNEA DE 480 VOLTS, YA QUE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT QUE SOLICITAN SE CONECTAN A LA LÍNEA DE 220 VOLTS, ¿ES CORRECTO?	Se aclara que se deberá considerar en su propuesta técnica (Anexo A) y Económica un acondicionador de línea para los aires acondicionados tipo minisplit suministrados por el licitante.
19	INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	VISITA	CON RELACIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE POTENCIA, SE ACORDÓ EN LA VISITA QUE EL CABLEADO EN SU TOTALIDAD SERÁ INCLUIDO COMO NUEVO, MIENTRAS QUE EL TRANSFORMADOR, LA CANALIZACIÓN Y EN SU CASO LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS SI CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITANTE SE PODRÁN REUTILIZAR, ¿ES CORRECTO?	Se aclara que se podrán reutilizar los elementos servibles, siempre y cuando no afecte el funcionamiento de su tecnología ofertada, a excepción del cableado del suministro eléctrico y delta electrónica independiente mencionado en el Anexo CV de la constancia de visita.
	CONSORCIO HERMES S. A. DE C. V.	TOMOGRAFO DE 64 CORTES	3	II, a) VISITA	Debido a la premura del calendario estipulado solicitamos a la convocante se permita realizar visita hasta cinco días previos a la presentación de las y apertura de propuestas técnicas y económicas, ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, apegarse a lo establecido en el inciso a) del apartado II de la bases de la presente licitación.
1	Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.	Microscopio Electrónico de Barrido	1	Anexo I. Descripción Técnica	En el caso del rango de corriente de emisión del emisor FEG se solicitan valores de 3 pA a 20,000 pA. Un emisor FEG puede alcanzar arriba de 100 nA. ¿Acepta la convocante este incremento en la especificación?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.	Microscopio Electrónico de Barrido	1	Anexo I. Descripción Técnica	Con base en la máxima distancia observable solicitada de 3.0 nm a 30 kV. Confirmar si el voltaje de aceleración para esta resolución es 3 kV o similar, en lugar de 30 kV.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.	Microscopio Electrónico de Barrido	1	Anexo I. Descripción Técnica	Solicitamos a la convocante confirmar si por el tipo de muestras a analizar necesitan que nuestra propuesta incluya accesorios específicos, por ejemplo: platina de calentamiento, análisis de muestras no conductoras, etc.	Se aclara para esta partida se deberá incluir en su propuesta técnica accesorios específicos como platina de calentamiento y análisis de muestras no conductoras.
4	Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.	Microscopio Electrónico de Barrido	1	Punto II. Inciso a)	El microscopio electrónico funciona con una alimentación eléctrica de 220 V +/-10% a 60 Hz, ¿Proporcionará la universidad esta acometida eléctrica al cuarto seleccionado para la instalación de este equipo? O bien, ¿debemos incluirla en nuestra oferta?	Se aclara que se cuenta con instalacion eléctrica de 220 V +/-10% a 60 Hz en el espacio propuesto para la instalación.
5	Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.	Microscopio Electrónico de Barrido	1	Punto II. Inciso a)	Se necesita un sistema de tierra física dedicada para protección del microscopio y sus usuarios, ¿Será esta proporcionada por la universidad? O bien, ¿debemos incluirla en nuestra oferta?	Se aclara que se deberá incluir en su propuesta técnica un sistema de tierra física dedicada para protección del equipo.
6	Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.	Espectrómetro Infrarrojo	2	Anexo I. Descripción Técnica	El rango solicitado por la convocante es de 7800 a 350 cm-1 y también indica que el equipo propuesto incluya la opción de expandirse a detectores MCT e InGaAs. Nuestra propuesta incluye un detector tipo DLaTGS. ¿Acepta la convocante un detector que cubra el rango solicitado?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con el rango solicitado.
7	Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.	Espectrómetro Infrarrojo	2	Punto II. Inciso a)	El equipo requiere de una mesa que pueda soportar 15 kg de peso y que sea firme. Debe estar en un sitio que no esté afectado por vibraciones, campos electromagnéticos y con humedad y temperatura controlados (humedad hasta 45% HR y temperatura de 16 a 27°). ¿Puede confirmar la convocante si cuenta con un espacio con estas características?	Si se cuenta con mesa y espacio adecuado para la instalacion del Espectrómetro Infrarrojo.
1	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV			II. Información específica de la Licitación c) Registro de propuestas	Es correcto entender que ¿las propuestas se entregaran en 1 solo sobre que contengan la documentacion de la propuesta Tecnica y Economica?	De conformidad a las bases de la presente licitación, es recomendable presentar la propuesta técnica y económica en sobres separados
2	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV			III. Presentación de Ofertas 1.3 Original de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)	Solicitamos a la convocante ¿nos permite presentar copia simple de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales ya que este trámite se presenta directamente en la página del SAT de manera electrónica y no se genera un documento original.	Podrá presentarlo de esta manera.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV			III. Presentación de Ofertas 1.5 ANEXO D-PERSONA FISICA	En caso de que mi representada sea una persona moral, entendemos que para dar cumplimiento a este punto de las bases ¿es suficiente con presentar un escrito con la leyenda NO APLICA?	Es correcta su apreciación, sin embargo deberá llenar el Anexo D Persona Moral.
4	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV			III. Presentación de Ofertas 1.6	Es correcto entender que en caso de ser personal moral se presentara original o copia certificada para cotejo, así como copia simple del acta constitutiva y en caso de existir modificaciones estas ultimas ¿se presentaran unicamente en copia simple?	Deberá presentar original o copia certificado para cotejo del acta constitutiva y del poder notarial de quien firma las propuestas. Para el caso de modificaciones, bastará con presentar copia simple de las mismas.
5	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV			III. Presentación de Ofertas 1.12 Oferta técnica por separado	Solicitamos a la convocante favor de informar a que se refiere con la frase POR SEPARADO en referencia al documento de Oferta Tecnica	Se refiere a presentar oferta técnica por partida ofertada.
6	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV			III. Presentación de Ofertas Requisitos adicionales para las partidas 4,51 6, 7,81 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Anexo I: puntos 1.13, 1.14	Entendemos que los puntos 1.13 y 1.14 ¿solamente se presentaran en caso de ofertar las partidas 4,51 6, 7,81 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Anexo I y NO aplican en caso de ofertar una partida distinta?	Los puntos 1.13 y 1.14 del Apartado III. Presentación de ofertas son requisitos adicionales en caso de ofertar las partidas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Anexo I y no aplican en caso de ofertar alguna partida diferente a éstas.
7	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV			III. Presentación de Ofertas Requisitos adicionales para las partidas 3, 20 y 21 del Anexo I,	Entendemos que los puntos 1.15,1.16, 1.17,1.18,1.19,1.20, Y 1.21, ¿solamente se presentaran en caso de ofertar las partidas 3,20 Y 21 del Anexo I y NO aplican en caso de ofertar una partida distinta?	Los puntos 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 y 1.21, son requisitos adicionales en caso de ofertar las partidas 3, 20 y 21 del Anexo I y no aplican en caso de ofertar alguna partida diferente a éstas.
8	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV			III. Presentación de Ofertas puntos 1.1-1.27	Solicitamos a la convocante favor de indicar que puntos de las bases son obligatorios presentar como parte de la propuesta tecnica para todos los licitantes invariablemente las partidas que oferten	Deberá presentar lo solicitado en los puntos del 1.1 al 1.12, los cuales son los requisitos obligatorios independientemente de las partidas en las que participe, tal como se menciona en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
9	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Cuál es la capacidad de carga eléctrica actual de cada área?	La capacidad de carga eléctrica actual es de 220 V, 60HZ, 15A.
10	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Hay una fuente de energía dedicada para el Microscopio Electrónico De Barrido (MEB) que garantice la estabilidad de la corriente?	No se cuenta con fuente de energía dedicada para el Microscopio Electrónico de Barrido, por lo que deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida, en el cual se especifica que debe incluir una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) con las especificaciones necesarias para la operación del equipo.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
11	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Existen sistemas de protección contra fluctuaciones de voltaje o cortes de energía?	No se cuenta con sistemas de protección contra fluctuaciones de voltaje o cortes de energía, por lo que deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida, en el cual se especifica que debe incluir una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) con las especificaciones necesarias para la operación del equipo.
12	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Qué sistemas de control de temperatura y humedad están implementados en cada área?	Por el momento no se cuenta con sistemas de control de temperatura y humedad, el licitante adjudicado podrá sugerir el tipo de sistemas de control de temperatura y humedad a colocar en la área para mantener las condiciones necesarias para el Microscopio Electrónico de Barrido.
13	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Las áreas tienen aire acondicionado o sistemas de climatización adecuados para mantener las condiciones necesarias para el Microscopio Electrónico De Barrido (MEB)?	Por el momento no se cuenta aire acondicionado o sistemas de climatización, el licitante adjudicado podrá sugerir el tipo de sistemas de control de temperatura y humedad a colocar en la área para mantener las condiciones necesarias para el Microscopio Electrónico de Barrido.
14	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Las áreas están libres de fuentes de vibración y ruido que puedan interferir con el funcionamiento del Microscopio Electrónico De Barrido (MEB)?	De conformidad al punto 1.26 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación, será responsabilidad del licitante adjudicado realizar el estudio ambiental de campos magnéticos y sonido, que se requiere para la instalación y arranque del equipo.
15	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Se han realizado estudios o mediciones de vibraciones en estas áreas?	No se han realizado estudios o mediciones de vibraciones, será responsabilidad del licitante adjudicado realizar el estudio ambiental de campos magnéticos y sonido, que se requiere para la instalación y arranque del equipo.
16	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Qué otros equipos o actividades se realizarán en el área donde se instalará el Microscopio Electrónico De Barrido (MEB)?	Será un espacio exclusivo para el Microscopio Electrónico de Barrido.
17	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿El área será de uso exclusivo para el Microscopio Electrónico De Barrido (MEB) o compartirá espacio con otros equipos?	Será un espacio exclusivo para el Microscopio Electrónico de Barrido.
18	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Existen permisos o certificaciones específicos que deben obtenerse para la instalación y operación del Microscopio Electrónico De Barrido (MEB) en estas áreas?	El licitante adjudicado deberá preveer lo necesario para la instalación y operación del Microscopio Electrónico de Barrido.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
19	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Qué documentación adicional se requiere para el proceso de instalación?	El licitante adjudicado deberá proveer lo necesario para la instalación y operación del Microscopio Electrónico de Barrido.
20	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Cuál es el cronograma previsto para la adecuación de las áreas y la instalación del Microscopio Electrónico De Barrido (MEB)?	El licitante adjudicado deberá proponer el cronograma de actividades directamente con el área solicitante para su autorización, considerando la fecha máxima de entrega de conformidad a lo establecido en las presentes bases.
21	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Podría indicar en el plano de detalle los elementos constructivos que se pueden remover?	La información solicitada se proporcionará al licitante adjudicado en caso de requerirse.
22	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Se pueden entregar los planos constructivos a detalles y los de instalación?	La información solicitada se proporcionará al licitante adjudicado en caso de requerirse.
23	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Podrían Indicar el tipo de equipos necesarios para la preparación de muestras para MEB, incluyendo cortadoras y pulidoras, sistemas de inclusión en resinas epóxicas, recubridoras de metales (sputtering) oro y evaporadora de carbón, y secadoras de punto crítico?	En términos de lo establecido en el artículo 80 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, su pregunta no se encuentra directamente vinculada con los puntos contenidos en las bases y anexos de la presente licitación, desprendiéndose que el planteamiento vertido no se encuentra orientado propiamente a hacer dudas o comentarios en torno al pliego de requisitos contenidos en las bases.
24	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Se aceptaría el rango de resolución a 1k V: de 3,5 nm a 2,8 nm?	Deberá apegarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I.
25	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Se aceptaría el rango de resolución de 15 kV: de 2,5 nm a 1,5 nm?	Deberá apegarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I.
26	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Se aceptaría un rango de 30 Pa +/- 10Pa hasta un máximo de 133 Pa +/-17Pa?	Deberá apegarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I.
27	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Se aceptan los siguientes rangos para el desplazamiento de la muestra: X: de 80 mma 125 mm Y: de 60 mm a 100 mm Z: de 50mm a 80mm	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
28	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1		¿Del sistema de detector de rayo x, se aceptaría un tamaño de ventana de 30 mmx2 y una resolución de 129 eV?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
29	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1	II. Información específica de la Licitación g) lugar y tiempo de entrega	¿Considerando que el tiempo de entrega asignado puede ser insuficiente para asegurar una entrega de calidad y cumplir con todos los requisitos especificados solicitamos amablemente a la convocante ampliar el tiempo de entrega al 20 de diciembre del 2024?	Deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso g) del apartado II de las bases de la presente licitación.
30	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Microscopio Electrónico de Barrido	1	II. Información específica de la Licitación g) lugar y tiempo de entrega	¿En caso de ser negativa la repuesta a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante especificar cual seria el tiempo maximo para la entrega del equipo?	Deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso g) del apartado II de las bases de la presente licitación.
31	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Espectrofotómetro Infrarrojo	2		¿Se puede ofertar un equipo con interferómetro permanentemente alineado?	Deberá apegarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I.
32	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Espectrofotómetro Infrarrojo	2		¿El equipo se usará con otro rango de IR en el futuro?	Si se usará un equipo con otro rango de IR en un futuro.
33	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Espectrofotómetro Infrarrojo	2		¿Se puede ofertar una librería espectral de 26,000 espectros?	Deberá apegarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I.
34	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Espectrofotómetro Infrarrojo	2		¿Qué tipo de estación de trabajo / PC debe ser ofertada?	Ya se cuenta con PC para operar el equipo, por lo que no es necesario ofertarla.
35	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Espectrofotómetro Infrarrojo	2		¿Qué tipo de muestras se estarán usando en el equipo?	Muestras sólidas y líquidas.
36	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Espectrofotómetro Infrarrojo	2		¿Es necesario ofrecer alguna extensión de garantía?	Deberá apegarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I.
37	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Espectrofotómetro Infrarrojo	2		¿Es bienvenido un contrato de mantenimiento prepago?	Deberá apegarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I.
38	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Espectrofotómetro Infrarrojo	2		¿Es bienvenido un contrato de mantenimiento prepago?	Deberá apegarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I.
39	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Espectrofotómetro Infrarrojo	2	II. Información específica de la Licitación g) lugar y tiempo de entrega	¿Considerando que el tiempo de entrega asignado puede ser insuficiente para asegurar una entrega de calidad y cumplir con todos los requisitos especificados solicitamos amablemente a la convocante ampliar el tiempo de entrega al 30 de noviembre del 2024?	Deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso g) del apartado II de las bases de la presente licitación.
40	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	Espectrofotómetro Infrarrojo	2	II. Información específica de la Licitación g) lugar y tiempo de entrega	¿En caso de ser negativa la repuesta a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante especificar cual seria el tiempo maximo para la entrega del equipo?	Deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso g) del apartado II de las bases de la presente licitación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
	CONSORCIO HERMES S. A. DE C. V.	TOMOGRAFO DE 64 CORTES	3	II, a) VISITA	En caso de negativa a la pregunta anterior solicitamos a la convocante que el no presentar la constancia de visita no sea un motivo de descalificación. ¿Se acepta?	No aplica su pregunta, en virtud de que la respuesta a su pregunta anterior no fue negativa.
	CONSORCIO HERMES S. A. DE C. V.	TOMOGRAFO DE 64 CORTES	3	ANEXO GM GUIA MECANICA	Debemos entender que la disposición final del equipo desinstalado correrá a cargo de la convocante y el licitante sólo se hará responsable del resguardo en el sitio indicado, ¿es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que el licitante adjudicado deberá desinstalar el equipo actualmente instalado considerando posicionar los elementos del tomografo en algun tipo de estructura, protegido con plástico, etiqueta con información del elemento y con maniobra de resguardo dentro del mismo hospital que será indicado por personal responsable de biomédica, mantenimiento y/o administración.
	CONSORCIO HERMES S. A. DE C. V.	TOMOGRAFO DE 64 CORTES	3	15 Y 15.1	Como mejora de tecnología, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un solo monitor de 24" o mayor para la consola de postproceso, en el entendido de que en el mismo monitor se pueden comparar estudios ¿se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando sea un monitor de 27" o mayor.
1	New Pharma S.A de C.V	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo I-A	Buen día, en el Anexo I-A descripción de los bienes, se menciona que el equipo requiere de una conexión de tierra física, durante la visita a la unidad se nos presento una tierra física ya construida. Por lo cual se solicita amablemente a la convocante precisar si es posible utilizar esta tierra física ya construida siempre y cuando esta cumpla con las características mínimas de calidad y el proveedor se encargue de darle un mantenimiento preventivo?	Se aclara que el equipo actual cuenta con su tierra dedicada, sin embargo el licitante adjudicado deberá considerar el suministro de una nueva tierra dedicada con las características establecidas por parte del fabricante. La localización de la misma fue indicado durante la visita.
2	New Pharma S.A de C.V	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo I-A punto 18	Buen día estimada convocante, en el Anexo I-A en el punto 18 se menciona una conexión eléctrica de 480v, el equipo ofertado por New Pharma S.A de C.V de la marca FujiFilm utiliza un valor nominal de 400V por lo que el proveedor se compromete a instalar un transformador hecho a medida que sea compatible con el equipo sin costo para el hospital, durante la visita se nos mostró los lugares donde podrá estar instalado dicho transformador. Por lo cual se solicita a la convocante aclarar si con el fin de minimizar las caídas de voltaje por distancias y mejorar el redimiendo eléctrico, se podrá instalar el transformador en el cuarto de maquinas que se encuentra en continuidad a la sala de tomografía?	Se acepta siempre y cuando las dimensiones del cuarto sean las adecuadas para su tecnología y el espacio sea suficiente para los demás elementos del sistema de tomografía tales como UPS, banco de baterías, gabinetes, etc.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	New Pharma S.A de C.V	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases	Buen dia estimada convocante, se le solicita amablemente precisar si el diseño de la sala debe seguir algún tipo de patron de diseño y/o colores institucionales o puede ser utilizado el diseño que nosotros como proveedores recomendamos el cual se les hará una presentación de dichos diseños antes de realizar las adecuaciones	Se aclara que no se cuenta con un catálogo de conceptos. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes.
4	New Pharma S.A de C.V	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases	Buen dia estimada convocante, se le solicite amablemente confirmar si nos puede proporcionar la memoria analítica y levantamiento de niveles mas reciente de la sala de tomografía con el fin de conocer los niveles de blindaje actuales y tener un dato mas preciso sobre los alcances de las adecuaciones que se deberán de hacer para ajustar los niveles de blindaje necesarios	Se pone a disposición en la página electrónica https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php , así como en la Dirección de Adquisiciones (debiendo considerar traer un dispositivo USB para su transferencia), el Anexo U el cual es una carpeta digital que contiene la siguiente información: Plano arquitectónico del área donde será instalado el equipo, Levantamiento de niveles, Memoria analítica, Guía Mecánica (Anexo GM) del equipo instalado actualmente y ruta de arrastre del Hospital General Celaya.
5	New Pharma S.A de C.V	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases punto 1.18 memoria descriptiva	Buen dia estimada convocante, se le solicita aclarar si el anexo S Memoria descriptiva sera proporcionada con el fin de cumplir con los puntos de las bases, ya que el Anexo S al que se hace referencia en las bases de la licitación no forma parte del archivo anexos de la licitacion	Se aclara que en la presente junta de aclaraciones se hace entrega de la memoria descriptiva (Anexo S).
6	New Pharma S.A de C.V	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases Oferta económica	Se solicita amablemente a la convocante precisar si en el sobre denominado oferta económica únicamente debe ir el Anexo B oferta economica, es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación
7	New Pharma S.A de C.V	Tomógrafo de 64 cortes	3	ANEXO AB	Buen dia, se le solicita amablemente a la convocante confirmar si es posible modificar el titulo de la Carta Anexo AB ya que este no coincide con el procedimiento actual	Se confirma que el titulo del Anexo AB contiene el nombre y número correcto de la presente licitación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	New Pharma S.A de C.V	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo CM	Buen dia estimada convocante, en el anexo CM calendario de mantenimiento se encuentran 4 espacios para colocar fecha de mantenimiento, dado que la vigencia de la garantía descrita en el punto 1.14 es de un año y se requiere de dos mantenimientos por año en un lapso de 6 meses entre uno y otro por lo que los dos últimos espacios no aplicarían. Se le solicita amablemente a la convocante aclarar si es posible dejar dichos espacios en blanco ya que el Anexo CM está diseñado para una garantía de 2 años	Es correcta su apreciación, solamente se llenarán los dos mantenimientos preventivos del año de garantía.
4	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo H	¿Es correcto entender que la carta de apoyo por parte del fabricante puede ser emitida y firmada por la entidad matriz global, controladora de las plantas filiales que manufacturan los equipos? Acompañando a la misma de la certificación respecto a dichas filiales de la entidad matriz global. ¿Se acepta?	Podrá presentar la carta solicitada con la firma de la entidad matriz global, siempre y cuando mencione que es controladora de las plantas filiales que manufacturan el equipo a ofertar.
5	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo H-I	¿Es correcto entender que la carta de apoyo por parte del fabricante puede ser emitida y firmada por la entidad matriz global, controladora de las plantas filiales que manufacturan los equipos? Acompañando a la misma de la certificación respecto a dichas filiales de la entidad matriz global. ¿Se acepta?	Podrá presentar la carta solicitada con la firma de la entidad matriz global, siempre y cuando mencione que es controladora de las plantas filiales que manufacturan el equipo a ofertar.
6	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases, punto 1.21, FC1	Somos la empresa filial en México del fabricante y titulares de los registros sanitario, por lo que solicitamos a la convocante nos permita emitir la carta solicitada en este numeral a nombre de mi representada. ¿Se acepta?	Podrá presentar la carta solicitada con la firma del representante legal que es el titular del registro sanitario, siempre y cuando se adjunte el documento de respaldo del fabricante que acredite al distribuidor o representante autorizado.
7	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases, punto 1.21, FC1	En caso de que la pregunta anterior sea negativa, solicitamos que nos permitan que esta carta sea emitida y firmada por la entidad matriz global, controladora de las plantas filiales que manufacturan los equipos. Acompañando a la misma de la certificación respecto a dichas filiales de la entidad matriz global. ¿Se acepta?	No aplica su pregunta, en virtud de que la respuesta a su pregunta anterior no fue negativa.
8	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases, punto 1.21, FC6	Somos la empresa filial en México del fabricante y titulares de los registros sanitario, por lo que solicitamos a la convocante nos permita emitir la carta solicitada en este numeral a nombre de mi representada. ¿Se acepta?	Podrá presentar la carta solicitada con la firma del representante legal que es el titular del registro sanitario, siempre y cuando adjunten el documento de respaldo del fabricante que acredite al distribuidor o representante autorizado.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
9	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Bases, punto 1.21, FC6	En caso de que la pregunta anterior sea negativa, solicitamos que nos permitan que esta carta sea emitida y firmada por la entidad matriz global, controladora de las plantas filiales que manufacturan los equipos. Acompañando a la misma de la certificación respecto a dichas filiales de la entidad matriz global. ¿Se acepta?	No aplica su pregunta, en virtud de que la respuesta a su pregunta anterior no fue negativa.
10	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	2	DE 64 DETECTORES O CORTES O MAYOR EN UN GIRO COMPLETO DE 360° DE CUERPO ENTERO. Se entiende con esto que el equipo debe de contar con 64 filas de detectores?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumplan con las demás características solicitadas en el punto.
11	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	16.14	BRONCOSCOPIA VIRTUAL. Solicitamos que este punto pueda referenciarse como Trazabilidad o seguimiento de vías aéreas, con mediciones en 2D y 3D, lumen y diámetro de vía aérea. Análisis de vías aéreas, segmentación y seguimiento de vías aéreas. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre broncoscopia virtual en 3D.
12	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo N	¿Se acepta que la frecuencia y actividades de los mantenimientos preventivos se realice conforme a lo estipulado en el manual de servicio del equipo, aunque la frecuencia sea mayor o menor que los 2 servicios por año mencionados en las bases?	Si la frecuencia de sus mantenimientos preventivos es mayor a dos deberán indicarlo en el Anexo CM, de lo contrario no podrán ser menor a los dos mantenimientos preventivos por año solicitados conforme a bases y anexos de la presente licitación.
13	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo N / mantenimiento	Se acepta que la atención de los servicios correctivos sea realizada vía remota en caso de aplicar.	La atención mediante soporte en línea deberá ser solucionada dentro de las 24 horas y en caso de requerirse un mantenimiento correctivo deberá atenderse conforme a lo establecido en el Anexo N.
14	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo N Tomógrafo sobre mantenimiento	Se entiende que las 48 horas para atención de los servicios es en horario hábil ¿Es correcto?	Se refiere a que el licitante tiene obligación de respuesta en los mantenimientos correctivos en un tiempo máximo de 48 horas, es decir, 2 días naturales para su respuesta.
15	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	Anexo N Tomógrafo Generalidades	Se entiende que las 3 fallas a contabilizar en un lapso de 30 días naturales previo a la solicitud de reemplazo, serán fallas propias al equipo que tengan el mismo origen y que lo dejen fuera de servicio, excluyendo también las fallas por consumibles o accesorios. ¿Es correcto?	Deberá apegarse a lo establecido en el Anexo N "Carta Compromiso y Garantía Equipo Médico y De Laboratorio (Especializado 1 Año)" para la partida 3 Tomógrafo De 64 Cortes.
16	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. Información específica de la licitación: Inciso a) Visita	Con respecto a la visita a sitio y la guía entregada, en caso de ser necesario ¿se puede hacer modificación al área interna del área con la finalidad de mejorar las áreas de funcionamiento del equipo?	La pregunta no es clara, toda vez que el licitante no refiere que tipo de modificaciones pretendiera realizar en caso de resultar adjudicado, por lo que este Comité se encuentra impedido para formular una respuesta.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
17	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. Información específica de la licitación. Inciso a) Visita	¿La unidad cuenta con la memoria de blindajes del equipo actual que pueda ser compartida?	Se pone a disposición en la página electrónica https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php , así como en la Dirección de Adquisiciones (debiendo considerar traer un dispositivo USB para su transferencia), el Anexo U el cual es una carpeta digital que contiene la siguiente información: Plano arquitectónico del área donde será instalado el equipo, Levantamiento de niveles, Memoria analítica, Guía Mecánica (Anexo GM) del equipo instalado actualmente y ruta de arrastre del Hospital General Celaya.
18	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. Información específica de la licitación. Inciso a) Visita	¿La unidad dará libre acceso al área de la tomografía durante el proceso de intervención de la sala?	El horario para realizar trabajos de adecuación, instalación y entrega del equipo de tomografía será de Lunes a Viernes en un horario de 7:00 a.m a 16:00 hrs. El licitante adjudicado deberá de coordinar los trabajos a realizar con personal responsable del área usuaria, mantenimiento, Biomédica y/o administración del hospital, así como con personal de Dirección de Ingeniería Biomédica.
19	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. Información específica de la licitación. Inciso a) Visita	Existe humedad en el área, muros dañados, plafón, en la visita se comentó que esto no debe ser considerado, ¿es correcta esta afirmación?	Es correcta su apreciación, esos detalles de infraestructura no deberán ser considerados por parte del licitante.
20	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. Información específica de la licitación. Inciso a) Visita	En la visita de Instalaciones se comentó que se puede reutilizar cableado y transformador, ¿es correcta esta afirmación?	El cableado eléctrico deberá ser reemplazado de acuerdo a Guía Mecánica (Anexo GM) y Constancia de visita (Anexo CV) de la visita realizada al hospital, el material del conductor deberá ser cobre. El transformador podrá ser reutilizado siempre y cuando cubra las necesidades de su tecnología, caso contrario el licitante adjudicado será responsable de suministrar el autotransformador para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada.
21	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. Información específica de la licitación. Inciso a) Visita	En el área existe un baño, este no debe ser considerado en las adecuaciones, ¿es correcta la apreciación?	Es correcta su apreciación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
22	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. Información específica de la licitación. Inciso a) Visita	En la visita de Instalaciones se comentó que se colocaran sistemas minisplit para las áreas, estos equipos no garantizan la regulación de humedad y temperatura, para el óptimo funcionamiento del equipo, se puede considerar al menos unidades Fan and coil?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando el sistema proporcionado garantice las condiciones ambientales establecidas por el fabricante.
23	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. Información específica de la licitación. Inciso a) Visita	Para el ingreso del equipo, en la ruta de acceso se deben hacer desmontajes de algunas puertas, antepechos, entre otros, ¿estos adecuaciones se tienen que considerar en el costo de las adecuaciones o las realizara el hospital?	En caso de ser necesario retirar marcos y puertas de los locales, el licitante adjudicado será el responsable y deberá considerar estas maniobras en su propuesta. El licitante será el responsable de las reparaciones en las áreas intervenidas por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes o de acuerdo a las indicaciones del Hospital.
24	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	Tomógrafo de 64 cortes	3	II. Información específica de la licitación. Inciso a) Visita	Entendemos que la desinstalación del equipo actual es con fines de destrucción, esto en función del tiempo de vida que ya tiene este equipo ¿Es correcto?	Es correcta su apreciación.
1	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS, 1, 1.1	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE DICHA CONSTANCIA CON UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES ANTERIOR A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	Apegarse a lo solicitado en el punto 1.3 del apartado III de las bases de la presente licitación, donde se solicita la constancia de situación fiscal con una vigencia de 30 días naturales anteriores contados a partir de la presentación de ofertas.
2	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS, 1.8	LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE ES PARA COTEJO, LA CONVOCANTE PERMITE QUE SE PRESENTE EL DOCUMENTO ORIGINAL EN UN CUBRE DOCUMENTOS (PLÁSTICO/MICAS) EN EL NUMERAL QUE ES REQUERIDO CON SU COPIA FIE. ¿SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás licitantes
3	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS, 1.8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, QUE EL ENTERO DE DESCUENTO DEBERÁ SER DEL ÚLTIMO BIMESTRE ¿ES CORRECTO?	Apegarse a lo solicitado en el punto 1.8 del apartado III de las bases de la presente licitación, donde se solicita la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
4	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS,1.8	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, PARA CUMPLIR CON EL ENTERO DE DESCUENTOS, SI ES CORRECTO PRESENTAR ÚNICAMENTE EL SUA, O TAMBIÉN SE DEBE PRESENTAR EL EMA Y EBA QUE EMITE EL IMSS. FAVOR DE INDICAR	Apegarse a lo solicitado en el punto 1.8 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación, donde se solicita la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos con una fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores contados a partir del acto de apertura de la presente licitación.
5	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS,1.9	FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DEL RECIBO DE PAGO DE BASES, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL PAGO BANCARIO QUE ACREDITA EL PAGO DE DICHA COMPRA, EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE?	Es correcta su apreciación.
6	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS,1.17	GUÍA MECÁNICA: ¿SE PODRÁ PRESENTAR EL EL FORMATO DIGITAL EN .PDF PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO?	Apegarse a lo solicitado del apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.17 de la presente licitación.
7	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS,1.21, FC1	PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE CON PRESENTAR ÚNICAMENTE LA CARTA SOLIDARIA CON EL FABRICANTE SE CUMPLE CON DICHO REQUISITO?	Apegarse a lo solicitado del apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.21, FC1 de la presente licitación.
8	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.		PARTIDA 1	III PRESENTACIÓN DE OFERTAS,1.21, FC7	CARTA DE RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA. PARA CUMPLIR ESTE PUNTO, ¿SE PUEDE PRESENTAR EL OFICIO DE TECNOVIGILANCIA A NOMBRE DEL LICITANTE PARA CUBRIR ESTE REQUISITO?	Deberá apegarse a lo solicitado del apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.21, FC7 de la presente licitación.
9	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS,1.26	EN CASO DE NO OFERTAR LA PARTIDA 1, ¿PODREMOS INTEGRAR UN ESCRITO LIBRE DONDE INDIQUE QUE NO APLICA? FAVOR DE ACLARAR	Podrá presentarlo.
10	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS,1.27	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE PRESENTAR EL ESCRITO SOLICITADO Y ADEMÁS EL ANEXO CM? FAVOR DE ACLARAR	Es correcta su apreciación.
11	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS,1.27 NUMERAL 4	¿SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO FOLIAR LA PROPUESTA?	No será motivo de desechamiento, sin embargo para certeza de los licitantes se recomienda presentar la propuesta debidamente foliada.
12	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS,1.27 NUMERAL 4	¿PODREMOS FOLIAR EN UNA SOLA SERIE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA? EN CASO CONTRARIO, AGRADECEREMOS NOS INDIQUE CUÁL SERÁ LA FORMA DE FOLIAR	Podrá foliarlo de esa manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS,1.27 NUMERAL 5	AGRADECEREMOS NOS INDIQUE, ¿EN QUÉ PARTE DE LAS CARPETAS SE DEBERÁ PONER LA MEMORIA USB?	Debera incluirla dentro de la propuesta técnica, por seguridad del licitante en un lugar fijo para que pueda ser identificable.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
14	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS, 1.27 NUMERAL 6, ÚNICA VIÑETA	FAVOR DE ACLARAR, SI LA PROPUESTA ADMINISTRATIVA, LEGAL, TÉCNICA EN UNA SOLA CARPETA Y EN OTRA CARPETA LA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿ES CORRECTO? EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA, AGRADECEREMOS NOS INDIQUE DE QUÉ FORMA SE DEBERÁ INTEGRAR.	De conformidad a las bases de la presente licitación, es recomendable presentar la propuesta técnica y económica en sobres separados.
15	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			III PRESENTACIÓN DE OFERTAS, 1.27 NUMERAL 6, ÚNICA VIÑETA	ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARPETAS TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA DEBERÁN ESTAR DENTRO DE UN MISMO SOBRE SELLADO E IDENTIFICADO CON EL NOMBRE DEL LICITANTE, FECHA, NOMBRE DE LA CONVOCANTE Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO? EN CASO DE SER NEGATIVO, AGRADECEREMOS NOS INDIQUE DE QUÉ FORMA SE DEBERÁN PONER LAS CARPETAS.	Podrá presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.
16	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			SIN NUMERAL	EN CASO DE QUE NO ASISTA EL REPRESENTANTE LEGAL A PRESENTAR LA PROPUESTA EN LA FECHA Y HORA ESPECIFICADA, ¿PODRÁ ASISTIR PERSONA DIVERSA CON CARTA PODER FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL DONDE FACULTE A LA PERSONA QUE ASISTA A DICHO EVENTO? EN CASO NEGATIVO, AGRADECEREMOS NOS INDIQUE CÓMO PODRÁ ACREDITARSE LA PERSONA DIVERSA QUE NO SEA EL REPRESENTANTE LEGAL	Es correcta su apreciación, siempre y cuando la propuesta técnica y económica este firmada por el representante o apoderado legal acreditado del licitante.
17	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			SIN NUMERAL	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ÚNICAMENTE SE FIRMARÁ LA PROPUESTA AL FINAL DE CADA DOCUMENTO DONDE INDIQUE EL NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL?	Se deberán firmar todos los documentos donde se indique el nombre del representante o apoderado legal del licitante.
18	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			SIN NUMERAL	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ OBLIGATORIO RUBRICAR TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA?	Para certeza de los licitantes, se recomienda presentar la propuesta debidamente rubricada.
19	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			SIN NUMERAL	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE DEBERÁN SELLAR TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y LEGAL?	No es necesario sellar todas las hojas que conforman la propuesta técnica y legal.
20	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO F	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	El anexo F - Formato de fianza, es de conocimiento para el licitante, no es necesario que sea parte de su propuesta.
21	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO CC	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	El anexo CC es un formato que deberá entregar de conformidad al Anexo N y J, dependiendo la partida que oferte y sólo en caso de resultar adjudicado
22	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO CM	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	El anexo CM es un formato que deberá entregar de conformidad al Anexo N y J y al punto 1.27 del Apartado III. Presentación de Ofertas, dependiendo la partida que oferte.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
23	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO H-I	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	Deberá entregar el anexo dependiendo la partida que oferte, de conformidad al apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
24	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO K	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	El Anexo K Aviso de Privacidad, es de conocimiento para el licitante, no es necesario que sea parte de su propuesta.
25	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO J	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	El anexo J BIS Requisitos de calidad, se detallan los requisitos a entregar como parte del punto 1.21 del Apartado III. Presentación de ofertas, por lo que dicho anexo únicamente es de carácter informativo para el licitante, no es necesario integrarlo como parte de su propuesta.
26	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO M	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	El Anexo M Matriz de Distribución, es de conocimiento para el licitante, no es necesario que sea parte de su propuesta.
27	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO M-I	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	El Anexo M-I Direcciones de Entrega, es de conocimiento para el licitante, no es necesario que sea parte de su propuesta.
28	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO N	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	Deberá entregar el anexo dependiendo la partida que oferte, de conformidad al apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
29	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO O	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	El Anexo O Facturación y entrega de documentación, es de conocimiento para el licitante, no es necesario que sea parte de su propuesta.
30	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO Q	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	Deberá entregar el Anexo Q dependiendo la partida que oferte, de conformidad al apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
31	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			ANEXO T	¿ESTE ANEXO SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR	El Anexo T Requisitos de facturación, es de conocimiento para el licitante, no es necesario que sea parte de su propuesta.
32	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			SIN NUMERAL	AGRADECEMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO QUE TODAS LAS CARTAS, ANEXOS Y ESCRITOS DEBERÁN IR DIRIGIDOS A: COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. P R E S E N T E ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
33	MEDICA LUTESA, S.A. DE C.V.			SIN NUMERAL	AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME SI LA LUGAR Y FECHA DE TODOS LOS ESCRITOS, ANEXOS Y CARTAS DEBERÁN SER (LUGAR) DEL DOMICILIO FISCAL O DEL LUGAR DONDE SE PRESENTARÁ LA PROPUESTA (CELAYA, GUANAJUATO), FAVOR DE PRECISAR.	Deberá de presentarlo de conformidad a lo solicitado en bases y anexos de la presente licitación.
1	Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.	Microscopio Electronico de Barrido	1	II. Información Especifica de la Licitación Inciso g) Lugar y Tiempo de entrega	Debido a que el Equipo que oferta mi representada es de importación y que se fabrica en base a la configuración solicitada y ofertada para el presente evento, solicitamos de la manera mas atenta la fecha de entrega del bien sea dentro de las 32 semanas a partir de la emision del fallo, se acepta?	Deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso g) del apartado II de las bases de la presente licitación.
2	Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.	Microscopio Electronico de Barrido	1	V. Descalificación de Licitantes inciso u)	Es correcto entender que solo los manifiestos, escritos, anexos, propuesta técnica ANEXO A y propuesta economica (ANEXO B) deben ir debidamente firmadas y el resto de la propuesta bastara con que sea rubricada, es correcta nuestra apreciacion?	No es correcta su apreciación, deberá ir debidamente firmada por su representante o apoderado legal los documentos donde se solicite.
3	Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.	Microscopio Electronico de Barrido	1	II. Información Especifica de la Licitación Inciso d) Acto de Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas	Para la presentación de la carpeta con la propuesta para la presente licitación, quien asista al evento lo podra realizar con Carta Poder firmada por el Representante Legal, se acepta?	Podrá presentarla, siempre y cuando la propuesta técnica este firmada por su representante o apoderado legal.
4	Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.	Microscopio Electronico de Barrido	1	III. Presentación de Ofertas	Para los manifiestos, escritos, anexos que para mi representada no apliquen sera suficiente con indicar que dicho manifiesto, escrito y/o anexo "NO APLICA", se acepta?	Podrá presentarlo de esta manera.
5	Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.	Microscopio Electronico de Barrido	1	Descripción Técnica	Solicitan Resolución a bajo vacío: mínima distancia observable 1.8 nm a 15 kV -máxima distancia observable 3.0 nm a 30 kV.*Resolución a alto vacío: mínima distancia observable 0.9 nm a 15 kV - máxima distancia observable 3.0 nm a 30 kV. ¿se permite ofertar una resolución en bajo vacío (presión variable) de 2nm a 30kV?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.	Microscopio Electronico de Barrido	1	Descripción Técnica	Es correcto entender que para la puesta en marcha del equipo sera suficiente con la entrega solo de los consumibles de arranque, es correcta nuestra apreciación?	Deberá considerar todo lo necesario para la debida instalación y arranque del equipo.
7	Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.	Microscopio Electronico de Barrido	1	Descripción Técnica	Solicitamos de la manera mas atenta nos indique si se cuenta con el cableado correcto y necesario donde se instalará el equipo, Favor de aclarar?	Se cuenta con el cableado correcto y necesario para la instalación del equipo.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.	Microscopio Electronico de Barrido	1	Descripción Técnica	De acuerdo a la visita realizada a las instalaciones la universidad la cual ya cuenta con lo optimo para la instalación del equipo que ofertamos, entendemos que no sera necesario realizar adecuaciones, es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
1	ETEINMO	Cama Hospitalaria	10 y 11	BARANDALES LATERALES DESLIZABLES FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE MINIMO 1 PULGADA ACABADO CROMADO	¿Podemos ofertar barantes en material ABS de alta resistencia abatibles, 2 para la zona de la cabeza y 2 para la zona de pies, en total 4 en lugar de lugar debarandal de tubo?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	ETEINMO	Cama Hospitalaria	10 y 11	DOS MANIVELAS DE . MINIMO CINCO POSICIONES	El modelo de cama que manejamos y ofertaremos cuenta con 4 manivelas para realizar los 5 movimientos del la cama, ¿Podemos ofertar?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	ETEINMO	Cama Hospitalaria	10 y 11	INCLUYE COLCHON DE UNA PIEZA O TRES SECCIONES MEDIDAS: 100 X 192 X 10 CM	Por las características de base del colchón que vamos a ofertar, el colchón que incluimos en la entrega, es de 4 secciones, ¿se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	ETEINMO			4 RUEDAS/LLANTAS GIRATORIAS MINIMO DE 4 PULGADAS, DOS CON FRENO Y DOS SIN FRENO.	El modelo de cama que ofertaremos puede ser con freno en las cuatro ruedas o freno centralizado con pedal que lo activa para las cuatro ruedas, ¿se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	ETEINMO			Punto 1.21 incisos del FC1 al FC7 y punto 1.22 al 1.27	Solicito atenamente a la convocante que los documentos o escritos que solicitan los deben de presentar solamente la empresas que paricipen en las partidas: 1, 2, 3, 20 y 21?	Los numerales 1.15 al 1.21 son requisitos adicionales para las partidas 3, 20 y 21 del Anexo I y los numerales 1.22 al 1.27 son requisitos adicionales para las partidas 1 y 2 del Anexo I.
6	ETEINMO			Anexos E, K, O y T	No se indica en la bases si las debemos entregar en la propuesta técnica, ¿es correcto entender que se deben entregar en la misma?	El Anexo E deberá entregarlo de conformidad a lo solicitado en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación. Los Anexos K, O y T son de carácter informativo para el licitante, no es necesario que sea parte de su propuesta.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	ETEINMO			Anexos J, N, P, Q, VT	los escritos que se solicitan en los anexos J, N, P, Q y VT, solo los deben entregar las empresas que oferten las partidas ¿ 1, 2, 3, 20 y 21? favor de confirmar	El anexo J BIS Requisitos de calidad, se detallan los requisitos a entregar como parte del punto 1.21 del Apartado III. Presentación de ofertas, por lo que es de carácter informativo para el licitante, no es necesario integrarlo como parte de su propuesta. En cuanto a los Anexos N, P, Q y VT, deberá integrarlos a su propuesta dependiendo la partida que oferte, de conformidad al apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
8	ETEINMO			Anexo R	El anexo R son las portadas que debe de llevar cada sobre?	El anexo R deberá presentarlo al momento de entregar los sobres de su oferta, para poder registrar el día y la hora en el reloj checador, y deberá estar pegado a dichos sobres.
1	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	N/A	TODAS	1.20	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar de manera impresa únicamente la portada y las hojas de manuales donde se hace referencia a las características técnicas ofertadas y en formato digital (USB) los manuales de operación y/o servicios completos. ¿Se acepta?	Podrá presentar impresas únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes donde se encuentren las referencias, siempre y cuando presente de manera digital (USB) para el equipo médico especializado los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos de los bienes, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.20.
2	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	N/A	TODAS	1.21, FC5 Y FC6	¿Es correcto entender que se podrán entregar las cartas solicitadas emitidas por el titular del registro sanitario y distribuidor mayorista, anexando documento que acredite la relación comercial del distribuidor con el fabricante? ¿Es correcta nuestra apreciación?	Podrá presentar la carta solicitada con la firma del titular del registro sanitario y/o distribuidor mayorista, siempre y cuando adjunten el documento de respaldo del fabricante que acredite al titular del registro sanitario y/o distribuidor mayorista.
3	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	N/A	TODAS	21. FC4.ii-	es un nuevo reglamento de la Unión Europea, el cual reemplaza las directivas sobre dispositivos médicos (Directiva 93/42 / CEE – DDM y Directiva 90/385 / CEE – DDMIA). El MDR impone obligaciones estrictas a todas las organizaciones que fabrican, importan o distribuyen dispositivos médicos en la Unión Europea. Derivado a los cambios en la normatividad europea donde el certificado MDR viene a sustituir el CE y varias empresas	Podrán presentar el certificado de cumplimiento de la Normatividad 2017/745 para dar cumplimiento al punto 1.21., apartado FC4 de la presente licitación, sin ser obligatorio para los demás licitantes. Debe presentarse en copia simple el certificado de cumplimiento con los datos del fabricante y del modelo ofertado

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
4	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	17.1.1.	Solicitan: 20 juegos de jeringas desechables incluyendo la tubería necesaria para su utilización. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar los consumibles necesarios de acuerdo a la tecnología del fabricante, la cual es superior a la solicitada: -Tubo de la bomba para uso de 24 horas con tres puntas, dos son para los contrastes y uno es para la solución salina, integrado con una unidad de detector de presión y una	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con la cantidad solicitada (20 tubos de la bomba y 20 tubos de paciente de 250ml).
5	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	3	17.1.	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DOBLE JERINGA PARA APLICACIONES GENERALES. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo inyector de medio de contraste para tomografía que no requiera jeringas ni conectores especiales para su uso. Con tecnología de bomba de	Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando acredite claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
1	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I-A	21	Numeral III Punto 1.21 DOCUMENTOS FC1	Se solicita amablemente a la convocante que derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podrán ser verificadas por el área usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta técnica, como condición de firmar el contrato, se acepta?	Podrá presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
2	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19	Numeral III Punto 1.14	Se solicita amablemente a la convocante que derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podrán ser verificadas por el área usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta técnica, como condición de firmar el contrato, se acepta?	Podrá presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por las áreas solicitantes previo al acto de fallo de la presente licitación.
3	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	21	9 y 10	DICE: 9. CON AL MENOS DOS RECIPIENTES DE POLICARBONATO GRADUADO REUSABLES, 10. CAPACIDAD DE CADA RECIPIENTE 600 ML COMO MINIMO, PREGUNTA: Se solicita amablemente a la convocante y con la finalidad de no limitar la libre participación poder ofertar 2 frascos de vidrio reusable de alto impacto Graduados y esterilizables con capacidad de 2 litros cada uno, toda vez que no demerita su funcionalidad, Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	6	1	Dice: MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FIJOS, COLOR GRIS O NEGRO. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, ACOJINADOS Y DESMONTABLES, COLOR NEGRO toda vez que no demerita su funcionalidad, Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-043-24 (CAGEG-043/2024), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	6	1.1	Dice: PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO, Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar PROTECCIONES LATERALES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	6	2.1.	Dice: ESTRIBO DE ALUMINIO ACABADO PULIDO ESTRIADO, Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar ESTRIBO DE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO ESTRIADO toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	6	5	Dice: MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR GRIS Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR NEGRO toda ez que no demerita su funcionalidad , Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	6	8.4	Dice: CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO., Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar ARO IMPULSOR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA toda vez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	CAMILLA TACTICA EXTRACCION RAPIDA	4	SP	Solicitan FABRICADA EN MATERIAL DE LONA A DOBLE CARA Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar: Fabricada en polyester 600D y cubierta de PVC	Deberá apegarse a las características solicitadas para esta partida en el Anexo I.
10	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	CAMILLA TACTICA EXTRACCION RAPIDA	4	SP	Solicitan dimensiones de 180 CM A 190 CM DE LARGO. DE 50 CM A 70 CM DE ANCHO, Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar dimensiones de 220cm x 70 cm	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
11	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	CAMILLA TACTICA EXTRACCION RAPIDA	4	SP	Solicitan QUE CONTENGA DE 10 A 12 ASAS DE AGARRES CON COSTURAS REFORZADAS; Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar 6 asas de agarre con costuras reforzadas	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.