



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 360ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial 40051001-047-24 (CAGEG-047/2024) Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **11:30** horas del día **17 de julio de 2024**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022
C. José Luis Pelagio Mejía Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades


C. Luis Ernesto Barba Aguilera Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	C. Paulina Lozano Ávila Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
C. Eréndira Morales López Representante del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato	C. Mayra Guadalupe Cuellar Ortega Representante del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato
C. Juan González Rosales Representante de la Secretaría de Seguridad Pública	C. Elías Guerra Morales Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad
C. Juana Patricia Ramos Nieves Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad	C. Francisco Javier Rodríguez Lozano Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad
C. María de Lourdes Acevedo Durán Representante de la Secretaría de Gobierno	C. Luciana María Loreto Romero Pérez Representante de la Secretaría de Gobierno

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-047-24 (CAGEG-047/2024), para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio:

Nombre	Firma
COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. Raúl Gutiérrez Quiroz	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- Se precisa que para la partida 399 debe incluir el aplicador para la utilización del insumo, 124 aplicadores como mínimo.
- El licitante deberá observar que los insumos de las partidas 3 y 4 deben ser de la misma marca de conformidad a lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
- Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si las respuestas a las preguntas que formulo fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Luis Leonardo Noriega Moreno

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **13:19 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **17 de julio de 2024**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTA PATA LA JUNTA DE ACLARACIONE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-047-24 (CAGEG-047/2024) ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **KABLA COMERCIAL S.A DE C.V.**

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1		Apartado III punto 1.9 Original para cotejo recibo de pago remitirnos al inciso J)	Debemos entender que es el apartado VII con opción a pago en línea. en inciso J) mencionan características técnicas. Solicitamos a la convocante para integrar en nuestra propuesta el comprobante de pago, podremos imprimir el acuse de pago en línea e integrar el comprobante de pago. de acuerdo al apartado VII inciso x) pago de Bases ¿Se acepta? R: Se aclara que para el recibo de pago de bases debe remitirse al inciso x) del apartado VII. Condiciones. Y para dar cumplimiento a este punto, podrá presentar la impresión del acuse de pago y comprobante de pago.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	14 y 15	anexo I. Cartucho de prueba. · Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. · Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra)	Solicitamos a la convocante nos corrobore, si debemos entender que bulbo de plástico (pipetas de toma de muestras). Debemos entender que se refiere a la pipeta de plástico para la transferencia para la muestra que sea desechable. ¿Es correcta nuestra apreciación? R: No es correcta su apreciación, deberá apegarse a solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
2	14 y 15	anexo I. Cartucho de prueba. · Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. · Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres	Solicitamos a la convocante nos corrobore, si debemos entender que se entregará un sobre que contenga lo siguiente: (10 Cartuchos de prueba, 10 lancetas, 10 buffer y 10 pipetas. ¿Es Correcta apreciación? R: No es correcta su apreciación, deberá apegarse a solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

3	14 y 15	anexo I. Cartucho de prueba. · Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. · Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). · Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres	Solicitamos a la convocante nos corrobore si vamos a entregar sobre individual o poder ofertar caja con 25 pba que contiene: lanceta, pipeta para muestra y cartucho de prueba, dando cumplimiento con el total de pruebas licitadas o sobre individual que contenga, cartucho de prueba, lanceta y pipeta para muestra. R: Deberá apegarse a solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
4	14 y 15	anexo I. Solicitan una lanceta retráctil con 3 niveles de punción.	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una lanceta de seguridad de 1 nivel de punción de 23G, con la finalidad de no limitar la libre participación.¿Se acepta? R: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
5	475 y 488	Anexo I Pruebas antidoping 5 parámetros (cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos y metanfetaminas). Contenido del kit: tarjetas reactivas 5 drogas, caducidad mínima de 12 meses, frasco colector primario A con termómetro integrado capacidad 120 ml, frasco colector secundario B con tapa capacidad 100 ml	Solicitamos a la convocante nos corrobore para esta partida debemos entregar por separado caja de cartucho o Panel de prueba 5 parámetros, Frasco colector primario A con termómetro y capacidad de 120 ml y para el frasco secundario B con capacidad nos acepten frasco con capacidad de 120 ml y podremos presenta tapa de color diferente para distingue A primario y B frasco secundario. ¿Se acepta? R: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	482 y 488	Anexo I Pruebas antidoping 5 parámetros (cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos y metanfetaminas). Contenido del kit: tarjetas reactivas 5 drogas, caducidad mínima de 12 meses, frasco colector primario A con termómetro integrado capacidad 120 ml, frasco colector secundario B con tapa capacidad 100 ml	a) Solicitamos a la convocante, nos corrobore si el panel de Drogas y los frascos primario y secundario deberán entregarse por separado diferenciando ¿Es correcta nuestra apreciación? b) Si nuestra respuesta anterior es positiva solicitamos nos permita ofertar caja de panel antidoping con 5 drogas y los frascos primario y secundario por separado ¿Se acepta? R: a) Podrá entregarlo por separado sin ser obligatorio para los demás licitantes. b) Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

7	521	Anexo I PRUEBAS TOXICOLÓGICAS panel de 6 drogas	Solicitamos a la convocante nos corrobore si debemos entender que debemos entregar prueba de panel de 6 drogas en cartucho por inmersión y/o agregando la muestra por medio de una pipeta. R: La tarjeta podrá utilizarse tanto por medio de inmersión en la muestra de orina, así como agregando la muestra por medio de una pipeta de plástico incluida en cada prueba, de conformidad con lo señalado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
8	521	Anexo I PRUEBAS TOXICOLÓGICAS panel de 6 drogas	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un frasco colector de 120 mL. R: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9	532	Anexo I PRUEBA INMUNOLOGICA DE EMBARAZO	Solicitamos a la convocante nos permita que el control positivo y negativo sean opcionales ya que la prueba incluye en su proceso interno control señalado en la zona C en el cartucho. ¿Se acepta? R: No se acepta su propuesta, apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
10	657	Anexo I Termómetro Digital. Temperatura de punto dice: 34°C a 42°C	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar termómetro digital con una temperatura de 34.9 a 42°C R: Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.
11	657	Anexo I Termómetro Digital. punto 8 dice: con estuche para guardar o funda protectora	Solicitamos a la Convocante nos permita que esta especificación sea opcional. R: Apegarse a solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
12	388 a 462	Entrega de muestras físicas	Solicitamos a la convocante nos corrobore si debemos entender, para dar cumplimiento en el Apartado III Presentación de Ofertas, punto 1.10 en la integración de documentos Anexo M entrega y recepción de Muestra físicas, cuando no aplique en las partidas que no fue requerida la muestras físicas, podremos colocar marco de agua que no aplica en Anexo M. ¿Se acepta? R: Podrá presentarla de esta forma sin ser obligatorio para los demás licitantes.

13	14 y 15	Apartado II inciso J Capacitación	Solicitamos a la convocante nos indique el lugar donde se llevarán a cabo las capacitaciones de las 8 jurisdicciones sanitarias (100 personas aproximadamente) además de una capacitación al personal de oficina central de servicios de Salud (20 personas) acerca del uso, operación y mantenimiento de los insumos correspondientes, de los bienes comprendidos en las partidas 14 y 15. R: Se aclara que ya no se requiere capacitación, dejando sin efecto lo mencionado en el inciso j) del apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases.
14	14,15	Apartado III punto 1.17 Requisitos adicionales para participar en las partidas 14 y 15	Debemos entender que para dar cumplimiento con este punto se deberá presentar certificado de libre venta de la FDA donde venga la referencia del producto ofertado. ¿Es correcta nuestra apreciación? R: No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo solicitado en el punto 1.17 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
15	521	Apartado III 1.17 Y 1.18 ,1.19,1.20, 1.21, 1.22 Y 1.23	Solicitamos a la convocante nos corrobore en que numeral mencionados 1.17 al 1.123, vamos anexar la partida 521 para carta de fabricante o distribuidor mayorista . R: Para la partida 521 deberá apegarse a lo mencionado en los puntos 1.15 y 1.16 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
16		Apartado III 1.17 Y 1.18 ,1.19,1.20, 1.21, 1.22 Y 1.23	Solicitamos a la convocante que nos permita presentar carta del distribuidor primario y carta de distribución del fabricante. ¿Se acepta? R: Apegarse a lo solicitado en los puntos 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 y 1.23 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
17		Apartado III 1.25 Registro Sanitario Punto 1. Solicitud de prórroga, el documentos tendrá que acompañarse de la copia legible certificada ante notario del registro Sanitario	Solicitamos a la convocante nos permita presentar original de la prórroga para su cotejo ya que los documentos oficiales el papel de seguridad en caso de no tener a tiempo la copia certificada, se acepta presentar los originales. ¿Se acepta? R: Deberá apegarse a lo solicitado en el punto 1.25 del apartado II. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

18		Apartado III 1.25 Registro Sanitario Punto 1. Solicitud de prórroga, el documentos tendrá que acompañarse de la copia legible certificada ante notario del registro Sanitario	Solicitamos a la convocante en los casos que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de salud. Podría la convocante presentar copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga y acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario y presentando Carta Bajo Protesta de decir Verdad manifieste que el trámite de prórroga del registro sanitario del cual se presenta copia, que fue sometido en tiempo y forma. ¿ se acepta? R: Deberá apegarse a lo solicitado en el punto 1.25 del apartado II. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
----	--	--	---

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: BTNT SERVICE, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	391	I	Por medio de la presente se solicita a la convocante poder ofertar resina fluida de 2grs. R: Apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación. Se aclara que deberán ofertar mínimo tres tonalidades del colorímetro VITA.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1			Siendo esta Licitación de carácter Nacional ¿se permitirá el poder ofertar productos de importación? R: Podrán ofertar productos de importación, siempre y cuando cumplan con las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, así como con las condiciones mencionadas en las Bases de la

			Licitación.
2		i) lugar y tiempo de entrega	Respecto de los bienes ¿será en una sola entrega? R: Para todas las partidas del Anexo I no se aceptarán entregas parciales, por lo que se deberá entregar la totalidad de los bienes de las partidas comprendidas dentro de un pedido. Para la partida 1 del Anexo II son entregas parciales ya que será en modalidad de contrato abierto.
3		III) Presentación de ofertas, punto 1.24	Solicitamos de la manera más atenta se nos permita el poder entregar carta digitalizada o impresa y de ser adjudicados entregar su original a la firma del contrato respectivo. R: Apegarse a los solicitado en el punto 1.24 III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: INSUMOS Y SOLUCIONES MÉDICAS S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462	Punto 1.24 Carta solidaria original con firma autógrafa del fabricante que lo acredite como distribuidor o representante autorizado, en la cual el fabricante respalde al licitante para contraer los compromisos derivados de la presente licitación, misma que deberá de estar elaborada en papel membretado del fabricante, y deberá de contener los datos de contacto de las oficinas de la fábrica para corroborar la información la información (ANEXO H)	Solicitamos a la convocante considerar que la carta solidaria sea solo de distribuidor y no considerar la de fabricante ya que las cantidades en general son mínimas, y en la mayoría de las veces los fabricantes no proporcionan carta de apoyo por cantidades mínima. Favor de considerar R: Apegarse a los solicitado en el punto 1.24 III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
-----	----------	--------	----------

1	33	PARTIDA 33 la partida 33 con descripción Insulina Glargina Sol. Iny. 100	Se Solicita a la convocante aclarar que para esta partida la descripción completa es la siguiente :INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML. Es Correcto ? R: Es correcta su apreciación.
---	----	--	---

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	14 Y 15	ANEXO I	FAVOR DE ACLARAR SI PARA LAS PARTIDAS 14 Y 15, SE REFIERE A LA CLAVE DE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS MEDICOS 080.784.8007 CON DESCRIPCION: "PRUEBAS RÁPIDAS. REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CROMATOGRÁFICA, CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH TIPO 1 Y 2 Y TREPONEMA PALLIDUM. CADA SOBRE CONTIENE: -CARTUCHO DE PRUEBA. -UN BULBO DE PLÁSTICO CON REGULADOR DE CORRIMIENTO. -UN BULBO DE PLÁSTICO VACÍO (PIPETA PARA TOMA DE MUESTRA). -UNA LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PUNCIÓN. CAJA PARA MÍNIMO 10 SOBRES. CON SENSIBILIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 99% Y ESPECIFICIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 98% PARA VIH Y SENSIBILIDAD NO MENOR AL 95% Y UNA ESPECIFICIDAD NO MENOR AL 98% PARA SÍFILIS, DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS, O EN SU CASO ALGÚN OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA O LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD." ¿ ES CORRECTO MI APRECIACION? R: Es correcta su apreciación.
2	14 y 15	ANEXO I	solicitamos nos aclare que, ¿para la PRUEBA RÁPIDA, es requisito indispensable ofertar, tal como lo indica la descripción por prueba con todos los accesorios, Cada Sobre Contiene: Cartucho de prueba, Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento, un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra) Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción caja con mínimo 10 sobres, es correcto? R: No es correcta su apreciación, deberá apegarse a solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SERGIO ALEJANDRO LUNA GUEL

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	391	ANEXO I	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR RESINA COLOR A3? R: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a los solicitado en bases y anexos y a lo acordado en la presente junta de aclaraciones.
2	393	ANEXO I	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR KIT DE PULIDO CON 3 DISCOS? R: Se aclara que se requiere mínimo con 10 discos granulados con soporte flexible.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SOLUCIONES MÉDICAS VITALCORP S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	390	I	Se solicita a la convocante poder ofertar Ionomero de Vidrio con polvo de 10g y liquido de 5.2ml R: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	390	I	Se solicita a la convocante poder ofertar en tono A2 ya que es el más común en el sector salud en México. R: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	N/A	N/A	De acuerdo con el Carácter de la Licitación "Pública Nacional Presencial No. 40051001-47-24" Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar productos de Origen Internacional (Importación) Toda vez que en algunos productos no hay fabricación nacional ¿Se acepta? R: Podrán ofertar productos de origen internacional, siempre y cuando cumplan con las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, así como con las condiciones mencionadas en las Bases de la Licitación.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	2	ANEXO I	Refiriéndonos a la Partida No. 2 Del Anexo I, que a su letra dice: Película rad. Dental 070.707.0587 Películas. Radiográficas dentales, sensibles al azul para tomografía panorámica dental Infantil sencilla periapical de 2.2 x 3.5 cm. Caja con 100 películas. Pregunta: Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar lo siguiente, ya que seria la descripción correcta: Película rad. Dental 070.707.0587 Películas. Radiográficas dentales, sensibles al azul Infantil sencilla periapical de 2.2 x 3.5 cm. Caja con 100 películas. R: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	3	ANEXO I	Refiriéndonos a la Partida No. 3 Del Anexo I, que a su letra dice: Soluc. de revelado 070.817.0550 Soluciones para revelado y fijado. Solución para revelado para sistema manual de revelador concentrado. Envase 800 ml. (La marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.426.0363). Pregunta: Solicitamos se nos permita ofertar lo siguiente ya que la presentación de 800 ml, esta descontinuada: Soluc. de revelado 070.817.0550 Soluciones para revelado y fijado. Solución para revelado para sistema manual de revelador concentrado. Envase 1000ml. (La marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.426.0363). R: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	4	ANEXO I	Refiriéndonos a la Partida No. 4 Del Anexo I, que a su letra dice: Soluc. De fijado 070.426.0363 Soluciones para revelado y fijado. Solución para revelado para sistema manual de revelador concentrado. Envase 800 ml. (La marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.817.0550). Pregunta: Solicitamos se nos permita ofertar lo siguiente ya que la presentación de 800 ml, esta descontinuada: Soluc. De fijado 070.426.0363 Soluciones para revelado y fijado. Solución para revelado

			para sistema manual de revelador concentrado. Envase 1000 ml.(La marca de este producto debe ser la misma de la clave 070.817.0550). R: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
--	--	--	--

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: GRUPO ADDIM S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	14 Y 15	ANEXO I	POR SER UNA LICITACION DE CARÁCTER NACIONAL ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE ACEPTA PRODUCTOS DE FABRICACION NACIONAL ¿ES CORRECTA SU APRECIACION? R: Podrán ofertar productos de importación, siempre y cuando cumplan con las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I, así como con las condiciones mencionadas en las Bases de la Licitación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DRAEGER SAFETY, S.A. DE C.V.

No. de Pregunta	Licitante	Carácter Administrativo	Carácter Técnico	Carácter Legal	Descripción del Bien	Partida	Punto	Pregunta
1	Draeger Safety S.A. de C.V.		X		Alcoholímetro e impresora	8	1.24 Copia de Registro Sanitario	Solicitamos a la convocante nos confirme que, para la partida 8 será suficiente presentar oficio emitido por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) donde indique que el equipo Alcoholímetro e impresora no requiere registro sanitario. Favor de Confirmar R: Si se refiere al punto 1.25 Registro sanitario del apartado III. Presentación de ofertas de

No. de Pregunt a	Licitante	Carácte r Adminis trativa	Carácter Técnico	Carácter Legal	Descripción del Bien	Partid a	Punto	Pregunta
								las bases de la presente licitación, deberá apegarse a lo mencionado en el último párrafo del punto mencionado.
2	Draeger Safety S.A. de C.V.		X		Panel de Drogas de Abuso 7 Parámetros	10	Panel de Drogas de Abuso 7 Parámetros	Solicitamos a la convocante se acepte ofertar, dispositivos de detección multidrogas (Anfetamina, Cocaína, Metanfetamina, Marihuana además de opiáceos) a través de una muestra de fluido bucal (saliva), que no es invasiva, que es higiénica, precisa, segura y que no requiere electricidad, toda vez que este dispositivo es No invasivo y Menos propenso a adulteración. ¿Se acepta? R: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
3	Draeger Safety S.A. de C.V.		X		Panel de Drogas de Abuso 7 Parámetros	10	Caducidad	Solicitamos a la convocante que para no limitar la libre participación se permita ofertar una caducidad Mínima de 12 meses, toda vez que las pruebas de saliva brindan mayor precisión, no son invasivas y altamente efectivas. ¿Se acepta? R: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNOSTICO

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	14-15	DESCRIPCION TECNICA	PRUEBA RAP VIH DET CROMATOGRAFICA Pruebas Rápidas. Reactivo para la determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: · Cartucho de prueba. · Un bulbo de plástico con regulador de corrimiento. · Un bulbo de plástico vacío (pipeta para toma de muestra). · Una lanceta retráctil con 3 niveles de punción. Caja para mínimo 10 sobres Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH y sensibilidad no menor al 95% y una especificidad no menor al 98% para sífilis DE ACUERDO AL ARTÍCULO 3. PARRAFO IV DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NO CAER EN PRACTICAS MONOPOLICAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, DADO QUE EN EL MERCADO SOLO EXISTE UNA MARCA EN ESPECÍFICO QUE OFRECE DICHA ESPECIFICACIÓN DE "LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PUNCIÓN". SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA LANCETA DE UN NIVEL DE PUNCIÓN LA CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN REQUERIDA. ¿SE ACEPTA? R: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
1	388	DESCRIPCION TECNICA	AGUJAS DENTAL.TIPO CARPULE. DESECHABLE solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto interpretar a que se refiere a presentacion de caja con 100 pzas es decir 1271 cajas con 100 agujas respectivamente, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? R: Es correcta su apreciación.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: María Adriana García Moctezuma

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1	Anexo II	Referente a la partida 1 del Anexo II del lente intraocular se solicita lente intraocular plegable monofocal asférica constante de 118.4 filtros de luz

			azul y ultravioleta de una sola pieza acrílica, plegable óptica asférica sin aberraciones monofocales de la dioptría 0 a la 30, la constante 118.4 corresponde al lente intraocular plegable monofocal esférica filtros de luz azul y ultravioleta de una sola pieza acrílica, plegable óptica asférica sin aberraciones monofocales de la dioptría 0 a la 30, puedo cotizar el lente con constante 118.4 esférico R: Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
--	--	--	---

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Zeferino Herrera Rubio

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta
1	1	Anexo II	En el Anexo II la descripción del lente intraocular se solicita lente intraocular plegable monofocal asférica constante de 118.4 filtros de luz azul y ultravioleta de una sola pieza acrílica, plegable óptica asférica sin aberraciones monofocales de la dioptría 0 a la 30 la cual está agotada de laboratorio, mi pregunta es si puedo ofertar el lente intraocular plegable monofocal asférica constante de 118.5 filtros de luz azul y ultravioleta de una sola pieza acrílica, plegable óptica asférica sin aberraciones monofocales de la dioptría 0 a la 30 R: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo II de las bases de la presente licitación.