

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA**

**INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-52205524-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE: EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V**

b).- De carácter técnico

<b>No.</b>	<b>Partida:</b>	<b>Punto:</b>	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
1	12		<p>RESPECTO A LA SUBIDA-BAJADA ELECTRICA DESDE 46 A 94 CM +- 5 CM, CONTROLABLE MEDIANTE LOS PEDALES A LOS QUE SE PUEDE ACCEDER DESDE TODOS LOS LADOSDE LA CAMILLA.</p> <p><b>SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA PODER OFERTAR: UNA SUBIDA Y BAJADA ELÉCTRICA DE 45-76 CM. CON CONTROL ALÁMBRICO</b></p>	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I.
2	12		<p>RESPECTO A LA SECCION DE CABECERA PIVOTANTE INDEPENDIENTEMENTE.</p> <p><b>SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA SOLO OFERTAR MOVIMIENTOS EN ÁNGULO PARA SECCION DE RESPALDO Y PIERNAS, Y VARIACION DE ALTURA, YA QUE NUESTRO EQUIPO NO CUENTA CON MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE CABEZA.</b></p>	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I.
3	12		<p>RESPECTO DE LA ACCION NEUMATICA ELEVA LA SECCION DE LOS PIES CON LA BARRA DE DESCONEXION RAPIDA.</p> <p><b>SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA PROPONER DICHA ACCION CON</b></p>	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I.

			<b>MOVIMIENTO ELECTRICO.</b>	
4	12		<p>RESPECTO AL COJIN DE LAS PIERNAS PUEDE ELEVARSE A CUALQUIER ANGULO DESEADO, HASTA UN MAXIMO DE 80 GRADOS +- 15° SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE CON ESPUMA INTEGRAL I-SKIN ESTANDAR.</p> <p>A ESTO REQUERIDO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ANTENTA SE NOS PERMITA EL OFERTAR LA CAMA SIN ESTA ESPECIFICACION DESCRITA.</p>	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I.
5	12		<p>RESPECTO AL SISTEMA DE RUEDECILLAS RECTRACTIL DOBLE.</p> <p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA PODER OFERTAR RUEDAS CON FRENO INDIVIDUAL.</p>	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I.
6	12		<p>RESPECTO AL ACOPLAMIENTO DE LA FUNCION DE DRENAJE POSTURAL ELECTRICO OPCIONAL CON SOLO PULSAR UN BOTON.</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA EL OFERTAR SIN ESTA CARACTERISTICA REQUERIDA</p> <p>.</p>	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I.
7	12		<p>RESPECTO ALA CONVESION FACIL A LA POSICION TRENDELENBURG CON UNA RAPIDA SUBIDA DEL ASIDERO NEUMATICO.</p> <p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITIDA OFERTA NUESTRO EQUIPO CON MOVIMIENTO ELÉCTRICO (TLB DE 12°).</p>	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I.

8	12	RESPECTO DE LAS DIMENSIONES DE LA CAMA SOLICITADA DE DIMENSIONES: 200 X 71 X 45.7 - 94 CM.  SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA EL PODER OFERTAR CON MEDIDAS DE: 169.9 (LONGITUD) X 75-132.2 (ANCHO) X 132.9-163.9CM (ALTURA).	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I.
9	12	RESPECTO A LA CAPACIDAD DE ELEVACION: 204 KG+-10.  SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAPACIDAD DE CARGA SEGURA DE 163 KG.	Deberá apegarse a las características y especificaciones solicitadas en el Anexo I.

**NOMBRE DEL PARTICIPANTE:** Fisioterapia y Laboratorio Tecnológico S.A.P.I. de C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	1, 2, 3, 6 y 10	Numeral 7. Pagina 7. De las bases	Dice: <b>Carta del fabricante o distribuidor mayorista</b> en la que manifieste que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados y que responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes ofertados por el licitante, <b>por los períodos señalados en el anexo I</b> a partir de la entrega y en su caso instalación y puesta a punto según se solicite, indicando el número de partida que respalda el documento.  Las partidas 1, 2, 3, 6 y 10 son productos internacionales de los cuales los productos que ofertamos somos los importadores y distribuidores primarios, por lo anterior solicitamos amablemente a la convocante nos acepte meter carta como distribuidor mayorista en representación propia aceptando que se responderá para la aplicación de garantías de fábrica, mano de obra, componentes y/o refacciones, por defectos de fabricación	Deberá apegarse a lo solicitado en las bases y anexos de la presente invitación.

			y/o vicios ocultos de los bienes ofertados, anexando una copia simple de la carta del fabricante para los permisos de importación y distribución. ¿Se acepta?	
--	--	--	---	--

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	3	Anexo I Características	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sin el precalentamiento del cabezal toda vez que las características solicitadas pertenecen a una marca específica y dicha característica no afecta el funcionamiento y/o tratamiento. ¿Se acepta?	Podrá ofertar “sin el precalentamiento del cabezal”, lo anterior sin ser obligatorio para los demás participantes.
2	10	Anexo I características	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ingresar características iguales y/o superiores, sin considerar el rendimiento en Watts y los lentes de protección lo anterior para no limitar la libre participación, toda vez que el rendimiento en watts no afecta el funcionamiento y tratamiento, así como los lentes no son necesarios para el uso del equipo ya que son características de otro equipo ¿Se acepta?	Podrá ofertar características iguales y/o superiores, sin considerar el rendimiento en Watts.  Se deja sin efecto el requisito solicitado en el anexo I correspondiente a lo siguiente: “que incluya 2 gafas de protección de láser, uno para el usuario y otro para el paciente “