



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal**

**Acta Correspondiente
A la 559ª Reunión Ordinaria**




**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
40004001-016-24
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO**

La reunión dio inicio en la Ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las **13:00 horas** del día **16 de octubre de 2024**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.




I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité, pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024 
C. Miriam Sugghey Colmenero Rojas Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024 	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0631/2023 

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Juan Manuel Rangel Aguilera Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 	C. Madian Asurim Juárez Hernández Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato 
C. Luz María Correa Palacios Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad 	C. Elías Guerra Morales Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad 
C. Jocelyn Valencia Medina Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad 	C. Francisco Javier Rodríguez Lozano Representante del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad 
C. Claudia Nuñez Palma Representante de la Universidad Tecnológica de Salamanca 	C. Esmeralda Rabago Cardona Representante de la Universidad Tecnológica de Salamanca 
C. Ariadna Patricia Delgado Navarro Representante de la Universidad Tecnológica de Salamanca 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias.

Conocidos los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su

intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Así mismo, se hace constar que no se encuentran interesados presentes en este acto, lo anterior según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional, Presencial 40004001-016-24 para la Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> y, https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php de conformidad a lo señalado en el artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Función Pública, mediante el Recurso de Inconformidad que contemplan los Artículos 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Thalia Beatriz Ojeda Jasso

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada la reunión a las 13:20 horas en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 16 de octubre de 2024 firmando en ella los que intervinieron.

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		X		ESTUFA DE INCUBACIÓN	18	3	Dice: "3. ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ". Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo son estabilidad de temperatura de $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		X		ESTUFA DE INCUBACIÓN	18	5	Dice: "5. DIMENSIONES DE LA CÁMARA (ANCHO X ALTO X FONDO): 40 x 45 x 40 CM". Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con dimensiones 44x40x47 CM. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		X		ESTUFA DE INCUBACIÓN	18	6	Dice: "6. DIMENSIONES EXTERIORES (ANCHO X ALTO X FONDO): 55 x 75 x 55". Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con dimensiones 62x56x84 CM. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO LOS 84 CM QUE OFERTA NO CORRESPONDAN A LA MEDIDA DE FONDO, LA CUAL NO DEBE EXCEDER LOS 75 CM. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		X		MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO	13	5.3	5.3 Dice: "Temperatura de color constante". Solicitamos amablemente a la convocante nos indique por favor a qué hace referencia este punto solicitado	LA ILUMINACIÓN SE REFIERE A QUE NO BAJE LA INTENSIDAD DE LA FUNCIÓN SI SE CALIENTA EL MICROSCOPIO POR EL FOCO. PODRÁ CONTAR CON UNA FUNCIONALIDAD QUE APAGUE LA LUZ CUANDO SE CALIENTE EL FOCO COMO PROTECCIÓN.
5	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		X		MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO	13	6.1	6.1 Dice: "Con pinzas sujetas objetos". Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un microscopio estereoscópico sin pinzas sujetas objetos en virtud de que el uso habitual de estos equipos es para piezas de mayor tamaño que no es posible sujetar con dichas pinzas. Particularmente el uso de sujetadores se presenta en microscopios para observar laminillas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA DE EQUIPO SIN PINZAS SUJETADORES, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X						Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es correcta la apreciación acerca de la obligatoriedad de presentar toda la presentación digitalizada en formato PDF independientemente de la propuesta física. ¿Es correcto?	SE SOLICITA PREFERENTEMENTE, PARA CERTEZA DE LOS PARTICIPANTES.
1	Lab tech Instrumentación, S.A. de C.V.		X		TODAS	1 A LA 30	ANEXO I	Del Anexo I especificaciones técnicas, entendemos que son las especificaciones técnicas mínimas requeridas por lo que podemos ofertar bienes con las mismas características o superiores? Favor de aclarar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. ESTO DE ACUERDO AL APARTADO IX CONDICIONES INCISO C. DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
2	Lab tech Instrumentación, S.A. de C.V.	X			LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA	1 A LA 30	INCISO I)	Se menciona en bases un tiempo de entrega para todas las partidas de 1 a la 30 que de entregarse a más tardar el 13 de diciembre, debido a que los bienes requeridos por su tecnología son bienes de importación, solicitamos a la convocante reconsidere una aplicación mínimo a los 60 días posteriores a la notificación de fallo? favor de aclarar	PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 PODRÁ ENTREGAR A MÁS TARDAR EL 11 DE FEBRERO DE 2025, PARA EL RESTO DE LAS PARTIDAS DEBERÁ APEGARSE A LA FECHA ESTABLECIDA EN EL INCISO I) DEL APARTADO III. FORMAS Y TÉRMINOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
3	Lab tech Instrumentación, S.A. de C.V.		X		AUTOCALVE MANUAL 40LT	2	DESCRIP	las especificaciones se mencionan algunas características del modelo automático digital y algunas del equipo manual: solicitamos a la convocante nos aclare si requiere del modelo automático o Manual? Favor de aclarar	PODRÁ OFERTAR MODELO SEMIAUTOMÁTICO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	Lab tech Instrumentación, S.A. de C.V.		X		MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO	13	8.1	Cámara digital de 3 megapíxeles, proponemos cámara digital 2.048 X 1.532 PÍXELES equivalente a 3.13 megapíxeles	SE ACEPTA SU PROPUESTA DE CÁMARA DIGITAL DE 3.13 MEGAPÍXELES. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
							8.4	Estuche de transporte, el equipo es un modelo de mesa no es para campo ya que requiere de un suministro eléctrico para su operación, solicitamos a la convocante que esta especificación sea sin estuche sin ser obligatorio para los demás? Favor de aclarar	SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
							GENERAL	Requieren un sistema basado en filtros o uno con monocromador para la selección libre de longitud de onda	PODRÁ OFERTAR EQUIPO CON MONOCROMADOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES; SIEMPRE Y CUANDO PERMITA LA SELECCIÓN DE LONGITUDES DE ONDA DE 405, 450, 492 y 630 nm, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS METODOLOGÍAS A EMPLEAR Y CUMPLA CON EL PARÁMETRO DE: Repetibilidad: $\pm 0.1\%$ a $\pm 0.0025\%$ A.
5	Lab tech Instrumentación, S.A. de C.V.		X		LECTOR DE MICROPLACAS	14	GENERAL	Necesitan que el instrumento opere solo en el rango visible o también en el ultravioleta? Un rango espectral más alto nos permitirá incluir un mayor número de ensayos, como lecturas de ácidos nucleicos o proteínas, los cuales se pueden leer con la placa de lectura incluida con el equipo	SE REQUIERE UN EQUIPO QUE PERMITA LAS SIGUIENTES LONGITUDES DE ONDA 405, 450, 492 y 630 nm OBLIGATORIAMENTE. LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS METODOLOGÍAS A EMPLEAR Y CUMPLA CON EL PARÁMETRO DE: Repetibilidad: $\pm 0.1\%$ a $\pm 0.0025\%$ A. PUEDE OFRECER UN RANGO ESPECTRAL MÁS AMPLIO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
							GENERAL	Requieren un equipo con incubación?	NO SE REQUIERE EQUIPO CON INCUBACIÓN.
6	Lab tech Instrumentación, S.A. de C.V.		X		INCUBADORA REFRIGERADA 50-90	16	1	solicitamos proponer a la convocante un modelo con volumen de 6.3 pies ³ , con dimensiones: EXTERNAS 64 ANCHO X 92 DE ALTURA X 73 CM DE FONDO, INTERNAS 46 ANCHO X 70 DE ALTO X 54 CM FONDO	PODRÁ OFERTAR CON LAS MEDIDAS PROPUESTAS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
							3	LAS DIMENSIONES SON INTERIORES O EXTERIORES?	EN EL PUNTO 3 SE REFIERE A DIMENSIONES EXTERNAS MÁXIMAS.
8	Lab tech Instrumentación, S.A. de C.V.		X		BAANZA ANALÍTICA DE 320g	30	4	solicitan una linealidad de $\pm 0.0002\%$ (0.2mg), en este sentido de ± 0.0003 (0.3mg) que entiendo que podemos proponer una linealidad de ± 0.0003 (0.3mg) que en realidad estamos hablando de una 10 milésima de gramo que no le afecta a su última de pesas con precisión y exactitud, solicitamos a la convocante se proponga esta especificación de 0.3mg y no incurrir a un modelo y marca específica con la característica solicitada? favor de aclarar	NO SE ACEPTA PROPUESTA. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA LINEALIDAD DE $\pm 0.0002\%$ (0.2mg).

9	Lab tech Instrumentación, S.A. de C.V.	X					III.2 PROPOSICION TECNICA			14	solicitan original de Carta de distribuidor autorizado, solicitamos a la convocante nos permita presentar la carta correspondiente en copia y en caso de adjudicación presentar el original a firma de contario? Favor de aclarar	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
10	Lab tech Instrumentación, S.A. de C.V.				X		TODAS		1	ANEXO I	Incubadora de Baja Temperatura: solicitamos a la convocante nos pueda indicar de que capacidad de botellas requiere su incubadora de 60 o 80 botellas, esta especificación es muy importante independientemente de la capacidad en litros de la incubadora? Favor de aclarar	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
1	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Foroptor manual profesional con lentes au		9	6	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un foroptor manual con dimensiones 323 (ancho), 99 (profundidad) y 293 (alto) mm, esto sin afectar la función principal del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
2	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Foroptor manual profesional con lentes au		9	7	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un foroptor manual con un peso de 4.3 kg, esto sin afectar la función principal del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
3	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Tonómetro de rebote portátil		10	1	Solicitamos amablemente a la convocante, sin limitar nuestra libre participación, nos permita ofertar un tonómetro de aplanación el cual funciona mediante un transductor que convierte la fuerza aplicada en señal eléctrica. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
4	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Tonómetro de rebote portátil		10	1	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un tonómetro de aplanación con un rango de medición de 5 mmHg a 55 mmHg, siendo que la presión intraocular promedio del ojo humano es de 10 a 22 mmHg. Por lo que no afecta en las mediciones finales del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
5	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Tonómetro de rebote portátil		10	3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un paquete de 150 capuchones que recubren el transductor de medición del tonómetro de aplanación portátil. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
6	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Tonómetro de rebote portátil		10	3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un tonómetro de aplanación on maletín rígido y sistema ergonómico que permite realizar mediciones en cualquier posición que se encuentre el paciente, por lo que no requiere collarín, base para sonda y muñequera. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
7	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Topógrafo corneal		11	1	Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal que adicionalmente realice biometría ocular, queratometría, cálculo de lentes intraoculares y OCT. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
8	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Topógrafo corneal		11	3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un topógrafo corneal con dimensiones de (Al x An x Pr) 480x560x460 mm, esto sin afectar la función principal de equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
9	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Topógrafo corneal		11	4	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un topógrafo corneal con un peso de 31 kg, esto sin afectar la función principal de equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
10	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Topógrafo corneal		11	6	Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal el cual realiza OCT con un rango de longitud de 1080 nm. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
11	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Topógrafo corneal		11	6	Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal el cual realiza OCT con un rango de longitud de 1080 nm. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
12	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Topógrafo corneal		11	7	Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal el cual realiza pupilometría con LED infrarrojo y blancos cálidos de longitud de onda de 850 nm. ¿Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
13	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Topógrafo corneal		11	8	Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal que realice un escaneo Mandala. A diferencia de los escaneos radiales o en línea clásicos, que escanean cada punto solo una vez (excepto el ápice), las trayectorias del escaneo Mandala están alineadas en un patrón entrelazado y altamente denso, tanto en el centro como en la periferia. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
14	Dewimed, S.A. de C.V.				X		Topógrafo corneal		11	9	Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal que realice un escaneo en Mandala y OCT, que en combinación resulta en un conjunto de datos tridimensional detallado y altamente preciso. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

15	Dewimed, S.A. de C.V.		X		Topógrafo corneal	11	10	Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal con cobertura topográfica de 12 mm. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	Dewimed, S.A. de C.V.		X		Microscopio Binocular	15	1	Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo de nuestra marca con sus propias características, a fin de no limitar la libre participación y dar apertura a nuevas tecnologías ¿se acepta?	NO SE ACEPTA PROPUESTA. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE A LA MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 1, PARA LA PARTIDA 15.
17	Dewimed, S.A. de C.V.		X		Microscopio Binocular	15	2	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar iluminación únicamente LED, esto como mejora tecnológica y una vida útil más larga, además de que no limita el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA PROPUESTA. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE A LA MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 1, PARA LA PARTIDA 15.
18	Dewimed, S.A. de C.V.		X		Microscopio Binocular	15	6	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar una platina con accionamiento coaxial y desplazamiento de 76 x 50 mm, ya que al solicitar 75x50 mm se está limitando la participación ¿se acepta?	NO SE ACEPTA PROPUESTA. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE A LA MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 1, PARA LA PARTIDA 15.
19	Dewimed, S.A. de C.V.		X		Microscopio Binocular	15	10	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con oculares WF 10x/20, ya que son suficientes para su uso incluso en usuarios con gafas. ¿se acepta?	NO SE ACEPTA PROPUESTA. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE A LA MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 1, PARA LA PARTIDA 15.
1	RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS		X		Autoclave manual de 40 lts	2	ANEXO 1 PAGINA 1	No se menciona el diámetro ni el largo de la cámara. ¿Queda a criterio del fabricante o el solicitante cuenta con las medidas requeridas?	PODRÁ OFERTAR MEDIDAS A CRITERIO DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA.
2	RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS		X		Autoclave manual de 40 lts	2	ANEXO 1 PAGINA 1	Se solicita "selección de idioma y unidades de operación", ¿Qué idiomas y unidades requieren para el control? o ¿Se puede ofertar sólo un idioma y un tipo de unidades?	Se solicita el equipo con idioma español e inglés y unidades de operación del sistema internacional y sistema inglés
3	RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS		X		Autoclave manual de 40 lts	2	ANEXO 1 PAGINA 1	Siendo que la autoclave se solicita con algunos controles automáticos ¿Se puede ofertar una autoclave de operación automática?	PODRÁ OFERTAR MODELO SEMIAUTOMÁTICO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4	RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS		X		Autoclave manual de 40 lts	2	ANEXO 1 PAGINA 1	¿La disposición de la autoclave es vertical u horizontal?	SE REQUIERE AUTOCLAVE VERTICAL
5	RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS		X		Autoclave manual de 40 lts	2	ANEXO 1 PAGINA 1	¿Los paneles son inoxidables o en acero al carbon?	SE DEBERÁ OFERTAR ACERO INOXIDABLE
6	RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS		X		Autoclave manual de 40 lts	2	ANEXO 1 PAGINA 1	Se solicita una autoclave MANUAL, sin embargo dentro de la descripción se solicita "alarmas para límites alto y bajo de temperatura, detección de fallas, bajas de voltaje, timer hasta 99:59 minutos, selección de idioma y unidades de operación" lo que correspondería a una autoclave con controles automáticos ¿Es una autoclave de operación manual o automática, o semi automática?	PODRÁ OFERTAR MODELO SEMIAUTOMÁTICO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
1	JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO		X		CAMPANA DE EXTRACCIÓN	22	ANEXO 1	Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione las Dimensiones internas y externas, y nos indique si se requiere de hacer visita al lugar.	DIMENSIONES EXTERNAS DE LA CAMPANA: 120 CM X 75CM X 140 CM Y/5 CM (FRENTE X FONDO X ALTO). LAS DIMENSIONES INTERNAS DEBERÁN SER PROPORCIONALES A LAS EXTERNAS EN UN 10%. NO SE REQUIERE REALIZAR VISITA A LA UNIDAD.
2	JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO		X		CAMPANA UV PCR	26	ANEXO 1	Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione las dimensiones interna y externa y tipo de control	SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EXTERNAS: ANCHO NOMINAL (PIES): 2 FT MÍNIMO A 4 FT MÁXIMO, ALTO (CM): 100 MÁXIMO, FONDO (CM): 70 MÁXIMO; MEDIDAS INTERNAS PROPORCIONALES A LAS EXTERNAS EN UN 10% MÁXIMO. DEBERÁ CONTAR CON: 1. FILTRO HEPA 99.99% EFICIENCIA, 2. FLUJO LAMINAR, 3. NO SE REQUIERE CON BASE (EQUIPO DE SOBREMESA).
1	R.G. Representacione s Para Laboratorio		X		LECTOR DE MICROPLACAS Filtros ópticos: 405, 492 y 630 nm (rango 405-630 mínimo 0.0001 A" Visualización: Pantalla de 8 pulgadas* Almacenamiento: Más de 300 programas de prueba o resultados de 50 microplacas de 96 pozos* Longitud de onda: 330 - 800 nm +5%*Dimensiones: 525 x 420 x 260 mm +-5%*Interfaz: USB, RS232, VGA y LAN* Alimentación: 110V -240V* Fuente de iluminación: Lámpara de Halógeno, Tungsteno de 6V* Repetibilidad: <0.1% ó ±0.0025 A" Peso neto: 9 kg +-5%*Velocidad de medición: <3s, microplaca de 96 pozos	14	FILTROS	La tecnología que actualmente solicitan (filtros) es muy antigua, hoy en día la tecnología que se utiliza es con monocromador, ¿podemos ofertar esta tecnología?	SE ACEPTA PROPUESTA DE EQUIPO CON MONOCROMADOR, SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO PERMITA LA SELECCIÓN DE LONGITUDES DE ONDA DE 405, 492 y 630 nm. LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS METODOLOGÍAS A EMPLEAR Y CUMPLA CON EL PARÁMETRO DE: Repetibilidad: <0.1% ó ±0.0025 A.

2	R.G. Representaciones Para Laboratorio	X	Incubadora refrigerada 700 L Incubadora refrigerada para determinaciones microbiológicas. #2 Capacidad mínima de la cámara interior de 700 Litros. #3. Rango de temperatura de: 0°C a 60°C como mínimo. #4. Sistema de convección mecánica o superior. #5. Con resolución del indicador de la temperatura: 0.1°C #6. Sistema de control de temperatura: microprocesador PID. #7. Pantalla digital doble para mostrar temperatura. #8. Interior de lacámara de acero inoxidable. #9. Entrepaños en la cámara interior: deberá contar con al menos 3 niveles para colocar rejillas, ya incluidas. #10. Material del exterior: lámina de acero. #11. Puertainterior de cristal. #12. Puerta exterior sólida. #13. Base con ruedagoratorias y sistema de freno para evitar deslizamientos. #14. Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz.	17	CONVECCIÓN	Por el tamaño de la incubadora recomendamos que sea convección mecánica, esto ayuda a tener una recuperación de temperatura muy rápida cada que se abre la incubadora en comparación a la convección por gravedad, ¿podemos ofertar esta característica?	EN EL PUNTO 4 SE ESPECIFICA QUE DEBE CONTAR CON SISTEMA DE CONVECCIÓN MECÁNICA O SUPERIOR, POR LO QUE PUEDE OFRECER DICHA CARACTERÍSTICA.
3	R.G. Representaciones Para Laboratorio	X	Incubadora refrigerada 700 L Incubadora refrigerada para determinaciones microbiológicas. #2 Capacidad mínima de la cámara interior de 700 Litros. #3. Rango de temperatura de: 0°C a 60°C como mínimo. #4. Sistema de convección mecánica o superior. #5. Con resolución del indicador de la temperatura: 0.1°C #6. Sistema de control de temperatura: microprocesador PID. #7. Pantalla digital doble para mostrar temperatura. #8. Interior de lacámara de acero inoxidable. #9. Entrepaños en la cámara interior: deberá contar con al menos 3 niveles para colocar rejillas, ya incluidas. #10. Material del exterior: lámina de acero. #11. Puertainterior de cristal. #12. Puerta exterior sólida. #13. Base con ruedagoratorias y sistema de freno para evitar deslizamientos. #14. Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz.	17	VOLTAJE	Recomendamos que el equipo sea a 220V, tiene mejor desempeño y durabilidad, si la limitante es que no se cuenta con energía 220V, podemos integrar un convertidor de energía para que el equipo tenga este desempeño, ¿podemos ofrecer esta característica?	NO SE ACEPTA PROPUESTA. EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS REFERIDAS EN EL PUNTO 14: Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz.
4	R.G. Representaciones Para Laboratorio	X	CAMPANA DE EXTRACCIÓN 1. CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES ORGÁNICOS Y ÁCIDOS. #2. CONSTRUIDA EN TODO SU INTERIOR CON ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18. EXTERIORMENTE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 RECUBIERTO CON PINTURA. #3. TODAS SUS PARTES PROTEGIDAS CONTRA LA CORROSIÓN. #4. CON GABINETE Y BASE REFORZADA. #5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROTEGIDA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. CONTACTOS Y APAGADORES EXTERNOS. ILUMINACIÓN ENCAPSULADA. #6. PUERTA DE GULLITON VERTICAL CON CONTRAPESAS PARA CORRER DE APERTURA Y CIERRE. CRISTAL O ACRILICO DE SEGURIDAD. #7. DIMENSIONES CAMPANA: 120 CM X 75 CM X 140 CM +/- 5 CM (FRENTE X FONDO X ALTO) #8. CONTRUIDA PARA EXTRACTOR REMOTO, INCLUIDO CON POTENCIA ADECUADA PARA UNA EXTRACCIÓN DE 0.3 – 0.8 M/S. CON BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA. #9. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN COMPLETA. CONEXIÓN A DUCTO DE SALIDA Y PRUEBAS INDISPENSABLES. #10. ALIMENTACIÓN CON CORRIENTE EN RANGO DE 120 VOLTS +/- 10% @ 50/60 HZ.	22	PINTURA TARJA CONEXIONES DUCTERIA	1. Queremos preguntar si podemos ofrecer una cubierta de resina fenólica (tienen más resistencia química que el acero inoxidable) 2. En la misma cubierta quieren tener una mini-tarja para controlar derrames? 3. No menciona si necesita servicios de agua y gas, ¿los necesita? 4. ¿Cuántos metros de ducteria, necesitamos contemplar?, normalmente se considera 6 metros	1.- SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 2.- NO SE REQUIERE TARJA O ESCUDILLA 3.- DEBERÁ OFERTAR TOMA DE GAS CON ESPIGA EN INTERIOR Y TOMA PARA CONEXIÓN A TUBERÍA EXTERNA 4.- SE DEBEN CONTEMPLAR COMO MÍNIMO 6 M DE DUCTERIA PARA CONEXIÓN DE EXTRACTOR REMOTO.

5	R.G. Representaciones Para Laboratorio				X		Incubadora refrigerada 700 L 1. Incubadora refrigerada para determinaciones microbiológicas. #2 Capacidad mínima de la cámara interior de 700 Litros. #3. Rango de temperatura de: 0°C a 60°C como mínimo. #4. Sistema de convección mecánica o superior. #5. Con resolución del Indicador de la temperatura: 0.1°C. #6. Sistema de control de temperatura: microprocesador PID. #7. Pantalla digital doble para mostrar temperatura. #8. Interior de la cámara de acero inoxidable. #9. Entrepaños en la cámara interior. #10. Material del exterior: lámina de acero. #11. Puertanterior de cristal. #12. Puerta exterior sólida. #13. Base con ruedas giratorias y sistema de freno para evitar deslizamientos. #14. Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz	27	CONVECCIÓN	Por el tamaño de la incubadora recomendamos que sea convección mecánica, esto ayuda a tener una recuperación de temperatura muy rápida cada que se abre la incubadora en comparación a la convección por gravedad, ¿podemos ofertar esta característica?	EN EL PUNTO 4 SE ESPECIFICA QUE DEBE CONTAR CON SISTEMA DE CONVECCIÓN MECÁNICA O SUPERIOR, POR LO QUE PUEDE OFRECER DICHA CARACTERÍSTICA.
6	R.G. Representaciones Para Laboratorio				X		Incubadora refrigerada 700 L 1. Incubadora refrigerada para determinaciones microbiológicas. #2 Capacidad mínima de la cámara interior de 700 Litros. #3. Rango de temperatura de: 0°C a 60°C como mínimo. #4. Sistema de convección mecánica o superior. #5. Con resolución del Indicador de la temperatura: 0.1°C. #6. Sistema de control de temperatura: microprocesador PID. #7. Pantalla digital doble para mostrar temperatura. #8. Interior de la cámara de acero inoxidable. #9. Entrepaños en la cámara interior. #10. Material del exterior: lámina de acero. #11. Puertanterior de cristal. #12. Puerta exterior sólida. #13. Base con ruedas giratorias y sistema de freno para evitar deslizamientos. #14. Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz	27	VOLTAJE	Recomendamos que el equipo sea a 220V, tiene mejor desempeño y durabilidad, si la limitante es que no se cuenta con energía 220V, podemos integrar un convertidor de energía para que el equipo tenga este desempeño, ¿podemos ofrecer esta característica?	NO SE ACEPTA PROPUESTA. EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS REFERIDAS EN EL PUNTO 14: Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz.
1	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.				X		TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I	1 A LA 12	14 NUMERAL III.2	Se solicita amablemente a la convocante, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podrán ser verificadas por el área usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta técnica, como condición de firmar el contrato, se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.				X		TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I	13 A LA 30	20 FCI NUMERAL III.2	Se solicita amablemente a la convocante, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podrán ser verificadas por el área usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta técnica, como condición de firmar el contrato, se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
3	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.				X		TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I	TODAS LAS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I	Numeral III inciso f)	Se solicita amablemente a la convocante ampliar el plazo a por lo menos 60 días naturales posteriores al fallo de adjudicación, se acepta?	PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 PODRÁ ENTREGAR A MÁS TARDAR EL 11 DE FEBRERO DE 2025, PARA EL RESTO DE LAS PARTIDAS DEBERÁ APEGARSE A LA FECHA ESTABLECIDA EN EL INCISO f) DEL APARTADO III. FORMAS Y TÉRMINOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
4	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.				X		TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I	TODAS LAS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I	SIN PUNTO	Se solicita amablemente a la convocante aclarar si es posible ofertar productos de procedencia extranjera, toda vez que no en todos los bienes existen fabricantes nacionales, se acepta?	
5	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.				X		INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA	1	S/P	DICE: TIMER HASTA DESDE 1 MIN 99:59 HRS Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar: TIMER DESDE 1 MIN HASTA 166.65 HRS, lo cual no determina en la funcionalidad del equipo, se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
											SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

6	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA	1	S/P	DICE: POTENCIA, 300WATTS. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : POTENCIA, 800WATTS, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
7	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA	1	S/P	DICE: CAPACIDAD DE 113 LTS. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : CAPACIDAD DE 150 LTS, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
8	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.			x	INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA	1	S/P	DICE: UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA 0/ + 0.7°C. ESTABILIDAD DE 0/+ 0.35°C. RANGO DE TEMPERATURA DE 0-50°C. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : RANGO DE TEMPERATURA DE 0-65°C y una UNIFORMIDAD/ ESTABILIDAD DE TEMPERATURA 0.5°C +1 °C, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
9	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		AUTOCLAVE MANUAL DE 40 LTS	2	S/P	DICE: CAPACIDAD 40 LTS Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : CAPACIDAD 50 LTS, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
10	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		AUTOCLAVE MANUAL DE 40 LTS	2	S/P	DICE: TIMER HASTA 99:59 MINUTOS Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : TIMER HASTA 99 MINUTOS, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		AUTOCLAVE MANUAL DE 40 LTS	2	S/P	DICE: TEMPERATURA MÁXIMA DE 132°C Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : TEMPERATURA MÁXIMA DE 134°C, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		Rotoevaporador (evaporador rotatorio)	4	S/P	DICE: Velocidad de agitación de 20 a 180 rpm; para el límite superior hay tolerancia hasta 315 rpm. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si debió decir: "tolerancia" en lugar de "tolerancia" ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
13	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		Rotoevaporador (evaporador rotatorio)	4	S/P	En caso de que la pregunta anterior no sea correcta la observación, Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : Velocidad de agitación de 20 a 200 rpm, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	NO APLICA SU PREGUNTA EN VIRTUD DE LA RESPUESTA DADA A SU PREGUNTA ANTERIOR.
14	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		Potenciómetro p/ alimentos- Medidor de Ph	5	S/P	DICE: Intervalo de pH -1.00 a 15.00 pH +2°C Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : Rango de pH -2.00 a 16.00 pH Resolución pH 0.01 pH y Rango de temperatura -5.0 a 105.0°C Resolución Temperatura 0.1°C, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
15	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		Analizador fibra cruda	7	S/P	DICE: Opera 110V ±10V Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : Equipo que Opera 220V, 50 Hz, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
16	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		LECTOR DE MICROPLACAS	14	S/P	DICE: Visualización: Pantalla de 8 pulgadas Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : Pantalla de 7 pulgadas, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
17	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		LECTOR DE MICROPLACAS	14	S/P	DICE: Almacenamiento: Más de 300 programas de prueba Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : Almacenamiento: 200 programas y 100,000 registros de pruebas, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		LECTOR DE MICROPLACAS	14	S/P	DICE: Longitud de onda: 330 - 800 nm +5% Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participación poder ofertar : Longitud de onda: 340 - 750 nm , lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
19	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		LECTOR DE MICROPLACAS	14	S/P	DICE: Dimensiones: 525 x 420 x 260 mm +5% Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participación poder ofertar : Dimensiones: 440 x 295 x 225 mm , lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
20	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		LECTOR DE MICROPLACAS	14	S/P	DICE: Fuente de iluminación: Lámpara de Halógeno, Tungsteno de 6V Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participación poder ofertar : Fuente de iluminación: Lámpara de Cuarzo-Halógeno de 6V, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
21	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		LECTOR DE MICROPLACAS	14	S/P	DICE: Velocidad de medición. Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participación poder ofertar : Tiempo de Lectura <6s, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
22	Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V.		x		PLACA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN	19	S/P	DICE: 2. CON AGITACIÓN MAGNÉTICA. VELOCIDAD 50 - 1500 RPM Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participación poder ofertar : CON AGITACIÓN MAGNÉTICA. VELOCIDAD 100 - 1500 RPM lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo. Se acepta?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

23	Promos Proveduria Especializada S. DE R.L. DE C.V.			x	Centrifuga refrigerada p/tubos 50 ml	28	5	DICE Con rotor fijo o basculante y adaptador para 8 plazas minimo de tubos cónicos de 50 ml Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participacion poder ofertar : Con rotor fijo o basculante y adaptador para 6 plazas minimo de tubos cónicos de 50 ml. Se acepta?	AFEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I. DESCRIPCION SE SOLICITA ENTREGA DE PROPUUESTA DE MANERA IMPRESA Y DE PREFERENCIA PROPUESTA DIGITALIZADA PARA CERTeza DE LOS PARTICIPANTES.
1	EQUIPAR S.A. DE C.V.	x					III.2	¿Si la propuesta técnica se entregará digital, también se debe entregar impresa? ¿Debe ser de ambas formas?	LAS PROPUUESTAS PODRAN SER ENTREGADAS POR CUALQUIER PERSONA QUE EL PARTICIPANTE DISEÑE.
2	EQUIPAR S.A. DE C.V.			x			III.1	¿Si el apoderado legal se presentara en la entrega de propuesta con que solo presente su INE original y copia simple es suficiente?	NO SE REQUIERE VIDRIERIA, SIN EMBARGO EN CASO DE OFERTARLO CONSIDERAR DE 800ML
3	EQUIPAR S.A. DE C.V.		x		Kjeldahl combinado, 6 unidades.	6		¿Requieren la vidrieria? De ser así ¿de qué volumen requieren los tubos?	