



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal**

**Acta Correspondiente
A la 423ª Reunión Ordinaria**

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO
COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NO. 40004001-002-25 PARA LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

La reunión dio inicio en la Ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **08:30 horas** del día **11 de septiembre de 2025**, en Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5., Col. Yerbabuena.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Agustín Sierra Ferreyra Representante de ISAPEG	C. David Díaz Estrada Representante de ISAPEG
C. José Rubén Ruíz Sánchez Representante de ISAPEG	C. Andrea Aurora Rosales Camargo Representante de ISAPEG
C. Juan Manuel Rangel Aguilera Representante de ISAPEG	C. Karina Abigail Juárez Reynoso Representante de ISAPEG
C. Daniela Alvarado Valdés Representante de ISAPEG	C. Luz Violeta Gutiérrez Serrano Representante de ISAPEG

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procede a informar los nombres de las personas que solicitaron aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases y anexos de la **Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados Electrónica No. 40004001-002-25, para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato** que son los siguientes:

Nombre o razón social de los interesados
SH DIAGNOSTICA SA DE CV
B.C. APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES SA DE CV
SURTIDOR QUIMICO DEL CENTRO SA DE CV
HIROSTECNOLOGIAS SA DE CV
INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNOSTICO SA DE CV
DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA SA DE CV
INNOVACION TECNOLOGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS SA DE CV

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o

recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, las cuales constan en el ANEXO de la presente.

La notificación de la presente acta de junta de aclaraciones se llevará a cabo con la publicación de la misma en la plataforma Compras MX, en la página electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>. Asimismo, queda a disposición de los interesados a participar en la presente licitación en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, así como en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en el artículo 36 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que, de acuerdo con el numeral I, inciso b) de las Bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 36 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- b) En el presente evento se integra el anexo VT Bis, el cual forma parte integral de las bases y anexos de la presente licitación, dejando sin efecto el Anexo VT.
- c) En cumplimiento a lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 46 fracción II segundo párrafo de su Reglamento vigente; se establece que el plazo de seis horas empieza a correr a partir de la notificación de la presente acta en el que los interesados podrán enviar sus solicitudes de aclaración sobre las respuestas a sus preguntas formuladas y una vez fenecido dicho plazo, se levantará el acta correspondiente.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, mediante el escrito de inconformidad que contemplan los artículos 95 y 96 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 117 de su Reglamento vigente, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de Honestidad:

C. Luis Leonardo Noriega Moreno

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada la reunión a las **08:50 horas** en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día **11 de septiembre de 2025** firmando en ella los que intervinieron.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NO. 40004001-002-25 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
					LA CARTA SOLICITADA DEBERA CONTAR CON UNA VIGENCIA MINIMA DE 10 AÑOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. SE ACLARA QUE EN EL APARTADO INICIAL DONDE DICE: "VIGENCIA _____", DEBE DECIR "FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO" DEJANDO SIN EFECTO LA PALABRA "VIGENCIA".
					SE INTEGRA COMO PARTE DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES EL ANEXO VT BIS, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES Y ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEJANDO SIN EFECTO EL ANEXO VT.
908658	SH DIAGNOSTICA SA DE CV	TÉCNICO	1.2.5 FC3	CARTA ORIGINAL DE TECNOVIGILANCIA DEL FABRICANTE, EN EL ANEXO VT PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE APARECE UN RENGLON DONDE PIDE VIGENCIA DEL DOCUMENTO, EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA. ¿ CUAL ES LA VIGENCIA QUE SOLICITA LA CONVOCANTE PARA EL ANEXO VT? DECLARACION DE QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA TECNICA SUFICIENTE PARA ATENDER CUALQUIER SOLICITUD DE SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS EXPRESADAS EN SU OFERTA EN UN PLAZO NO MAYOR A 48 HRS A PARTIR DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO. ¿ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ATENDER CUALQUIER SOLICITUD DE SERVICIO EN UN PLAZO NO MAYOR A LAS 72 HRS, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACION.
908659	SH DIAGNOSTICA SA DE CV	TÉCNICO	1.2.5 FC3	QUE LA TECNOLOGIA OFERTADA ES TECNOLOGIA QUE SE COMERCIALIZA ACTUALMENTE, QUE LA DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES, SOPORTE TECNICO Y ACCESORIOS TENDRAN POR LO MENOS UN PERIODO NO MENOR A 10 AÑOS DE VIDA EN EL MERCADO ANTES DE VOLVERDE OBSOLETA O DESCONTINUADA. ¿ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR POR LO MENOS UN PERIODO DE 5 AÑOS DE VIDA EN EL MERCADO ANTES DE VOLVERSE OBSOLETA YA QUE LA TECNOLOGIA MEDICA TIENE AVANCES MUY RAPIDOS, SE ACEPTA? EN LA DESCRIPCION DEL BAUMANOMETRO SOLICITAN EN TAMAÑO DEL BRAZALETE: APROXIMADAMENTE 152 MM (ANCHO). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, TAMAÑO DE BRAZALETE EN UN RANGO 142 MM A 152 MM DE ANCHO. ¿SE ACEPTA? AL SER UNA LICITACION BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y EL ORIGEN DE LOS BIENES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES NECESARIO PRESENTAR REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DEL PAIS DE ORIGEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?? A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRÍFUGA CON UN ROTOR PARA 6 TUBOS DE 50 ML. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA CENTRÍFUGA REFRIGERADA CON UN RANGO DE TEMPERATURA DE -9 A 40 °C, EN EL ENTENDIDO QUE SE CUBRE EL RANGO SOLICITADO, ¿ACEPTA NUESTRA PRPUESTA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACION.
908660	SH DIAGNOSTICA SA DE CV	TÉCNICO	1.2.5 FC3		
908693	SH DIAGNOSTICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO I PARTIDA 8		PODRAN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
908694	SH DIAGNOSTICA SA DE CV	TÉCNICO	1.2.5		NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.2.5 DEL APARTADO II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
908803	B.C. APLICACIONES MEDICAS IN' TÉCNICO		PARTIDA 3. CENTRÍFUGA REFRIGERADA.		NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LA SOLICITADO EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
908804	B.C. APLICACIONES MEDICAS IN' TÉCNICO		PARTIDA 3. CENTRÍFUGA REFRIGERADA.		PODRAN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
908805	B.C. APLICACIONES MEDICAS IN' TÉCNICO		PARTIDA 3. CENTRÍFUGA REFRIGERADA	ENTENDEMOS QUE EL OFRECER CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS OTORQUE UN PLAZO DE ENTREGA DE 90 DÍAS, EN EL ENTENDIDO QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SON BIENES DE IMPORTACIÓN, ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE PODRAN OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES SALVO EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE ESTABLEZCAN LIMITES MAXIMOS O RANGOS PERMITIDOS; DEBERA TOMAR EN CUENTA LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EL LICITANTE DEBERA REFERENCIAR EN SU CATALOGO, MANUAL O DOCUMENTO TECNICO DICHAS CARACTERISTICAS SUPERIORES. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LA FECHA ESTABLECIDA EN EL INCISO G. DEL APARTADO I. INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
908806	B.C. APLICACIONES MEDICAS IN' TÉCNICO		TIEMPO DE ENTREGA		
908807	B.C. APLICACIONES MEDICAS IN' TÉCNICO		PARTIDA 3. CENTRÍFUGA REFRIGERADA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL INCISO FC4 NO RESULTA APLICABLE PARA LA PRESENTE PARTIDA, EN VIRTUD DE QUE EL BIEN REQUERIDO NO CORRESPONDE A UN DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'L' and various initials like 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NO. 40004001-002-25 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
912457	SURTIDOR QUIMICO DEL CENTR	TÉCNICO	ANEXO I	PARTIDA 1 - MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PUNTO 2.4 INCLINACIÓN DE 30° O 45° SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON INCLINACIÓN DE 25° QUE ES UN ÁNGULO MÁS ERGONÓMICO Y CÓMODO PARA EL USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	PODRAN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
913913	HIROSTECONOLOGIAS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 5	PODRÍA INDICARNOS SI LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS E INSTALACION SERIA EN PLANTA BAJA, EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ. ¿EN QUE PISO SE ESTARÍA ENTREGANDO? ¿SE CUENTA CON ELEVADOR DE CARGA? EN CASO DE CONTAR CON ELEVADOR, ¿NOS PODRÍA APOYAR CON INDICAR LA ALTURA MÁXIMA	SE ACLARA QUE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ES EN PLANTA BAJA.
913914	HIROSTECONOLOGIAS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1 PARTIDA 6	PODRÍA INDICARNOS SI LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS E INSTALACION SERIA EN PLANTA BAJA, EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ. ¿EN QUE PISO SE ESTARÍA ENTREGANDO? ¿SE CUENTA CON ELEVADOR DE CARGA? EN CASO DE CONTAR CON ELEVADOR, ¿NOS PODRÍA APOYAR CON INDICAR LA ALTURA MÁXIMA	SE ACLARA QUE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ES EN PLANTA BAJA.
914332	INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNO	TÉCNICO	ANEXO I PARTIDA 8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL BAUMANOMETRO DEBERA DE CONTAR CON ELIMINADOR A LA RED ELECTRICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACION?	PODRAN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
914340	INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNO	TÉCNICO	1.2.5 FC3 ANEXO VT	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE CARTA DE LA FILIAL EN MEXICO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A DICHA CARTA.	PODRA PRESENTAR LA CARTA SOLICITADA CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FILIAL EN MEXICO O CON LA FIRMA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, SIEMPRE Y CUANDO ADJUNTE EL DOCUMENTO DE RESPALDO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE A LA FILIAL EN MEXICO O AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.
914440	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA	TÉCNICO	ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 8	DICE: TAMAÑO DEL BRAZALETE: APROXIMADAMENTE 152 MM (ANCHO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA MANGUITO CON ANCHO DE 145 MM DE ANCHO, LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	PODRAN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
914441	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA	TÉCNICO	ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 8	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA NUMERAR LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 8 BAUMANOMETRO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. MONITOR PORTÁTIL Y AUTOMÁTICO DE T/A DE BRAZO. 2. POR MÉTODO OSCILOMETRICO; 3. CON BOTÓN PARA INFLAR EL BRAZALETE Y DESINFLADO AUTOMÁTICO. 4. CUENTA CON: 4.1 MONITOR, 4.2 BRAZALETE: 4.2.1. CIRCUNFERENCIA DE BRAZO DE 22 A 42 CM DEL BRAZALETE, 4.2.2. TAMAÑO DEL BRAZALETE: APROXIMADAMENTE 152 MM (ANCHO), 4.2.3. TUBO DEL BRAZALETE 600 MM (ALTO), 4.2.4. ESTUCHE, INSTRUCCIONES Y PILAS. 5. PANTALLA: PANTALLA DIGITAL LCD. 6. RANGO DE MEDICIÓN: 6.1 PRESIÓN: 0 A 299 MMHG, 6.2 PULSO: 40 A 180/MIN. 7. PRECISIÓN/CALIBRACIÓN: 7.1 PRESIÓN: ±3MMHG. 7.2 PULSO: ±5% DE LECTURA. 8. INFLADO: AUTOMÁTICO POR BOMBA ELÉCTRICA. 9. DESINFLADO: VÁLVULA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DE PRESIÓN. 10. LIBERACIÓN RÁPIDA DE PRESIÓN: VÁLVULA DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DE PRESIÓN. 11. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 4 PILAS "AA" O "AAA". 12. CONTIENE: 12.1. UNIDAD PRINCIPAL, 12.2. BRAZALETE, 12.3. 4 PILAS ALCALINAS "AA" O "AAA" Y UN REPUESTO, 12.4. MANUAL DE INSTRUCCIONES, 12.5. ESTUCHE. ESTO CON EL FIN DE PODER PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA MÁS ORDENADA Y QUE SEA MÁS SENCILLO AL MOMENTO DE SU REVISIÓN ¿SE ACEPTA?	PODRAN OFERTARLO DE ESTA MANERA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO I.
914461	DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA SA	TÉCNICO	ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 8, E	DICE: TUBO DEL BRAZALETE 600 MM (ALTO), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR TUBO DE AIRE DE 750 MM DE ALTO LO CUAL PERMITE TENER UN MAYOR RANGO PARA COLOCACIÓN DEL BRAZALETE ¿SE ACEPTA?	PODRAN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
914710	INNOVACION TECNOLOGICA INTEC	TÉCNICO	PARTIDA 5 REFRIGERADOR PUNTO 13	DICE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120 V +/- 10% @ 50/60 HZ. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN DE 220 V Y ADICIONAL AL EQUIPO UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE DE 220V A 120V, ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTA PARTIDA EN EL ANEXO I.
914712	INNOVACION TECNOLOGICA INTEC	TÉCNICO	PARTIDA 6 ULTRACONGELADOR PUNTO 3	DICE CON DISPLAY LCD TOUCHSCREEN, MÍNIMO UN PUERTO USB. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR UN EQUIPO CON PANTALLA LCD SIN SER TOUCHSCREEN Y CON BOTONES NÚMERICOS, ¿SE ACEPTA?	PODRAN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO INCLUYA MÍNIMO UN PUERTO USB.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NO. 40004001-002-25 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
914713	INNOVACION TECNOLOGICA INTEC	TÉCNICO	PARTIDA 6 ULTRACONGELADOR PUNTO 5	DICE REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 120V. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR UN EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN DE 220V Y ADICIONAL AL EQUIPO UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE DE 220V A 120V, ¿SE ACEPTA?	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO PARA ESTA PARTIDA EN EL ANEXO I.
914778	INNOVACION TECNOLOGICA INTEC	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES DE LA CONVOCATORIA G. LUGAR Y TIEMPO D	CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS POR ESTA INSTITUCIÓN Y CONSIDERANDO LOS TIEMPOS DE IMPORTACIÓN DE ALGUNOS DE NUESTROS EQUIPOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 11 SEMANAS A PARTIR DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LA FECHA ESTABLECIDA EN EL INCISO G. DEL APARTADO I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
914779	INNOVACION TECNOLOGICA INTEC	TÉCNICO	PARTIDA 1 MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PUNTO 1	PUNTOS 1 Y 2.- MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA FLUORESCENCIA Y TUVO DE OBSERVACIÓN TRIOCULAR. CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRMAR SI SE ACEPTA COMO EQUIVALENTE UN CABEZAL BINOCULAR CON LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE CÁMARA EN EL MISMO. ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO, SIEMPRE Y CUANDO CAPTURE IMÁGENES Y SE REALICE LA CORRECTA EXPORTACIÓN DE IMÁGENES, BAJO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO I.
914780	INNOVACION TECNOLOGICA INTEC	TÉCNICO	PARTIDA 1 MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA PUNTO 1	DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, Y CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA ESTA FUNCIÓN COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO APLICA SU PREGUNTA, EN VIRTUD DE QUE LA RESPUESTA A SU PREGUNTA ANTERIOR NO FUE NEGATIVA.
914781	INNOVACION TECNOLOGICA INTEC	TÉCNICO	PARTIDA 2 INCUBADORA PUNTO 3	DICE ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTA CON DESVIACIÓN DE TEMPERATURA A 37°C $0.3 \pm K$ Y A TEMPERATURA 100°C $1.1 \pm K$ Y UNA FLUCTUACIÓN DE LA TEMPERATURA A 37°C $0.1 \pm K$ Y A TEMPERATURA 100°C $0.3 \pm K$ ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
914783	INNOVACION TECNOLOGICA INTEC	TÉCNICO	PARTIDA 2 INCUBADORA PUNTO 6	DICE DIMENSIONES EXTERIORES (ANCHO X ALTO X FONDO): 55 X 75 X 55 +/- 5 CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES EXTERIORES: 56 X 62.5 X 56.5 CM ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
914784	INNOVACION TECNOLOGICA INTEC	TÉCNICO	PARTIDA 6 ULTRACONGELADOR PUNTO 6	DICE DIMENSIONES EXTERNAS RANGOS ALTO 1.75M A 2.00M, ANCHO 70CM A 1.20M PROFUNDIDAD 50CM A 80CM. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES EXTERIORES ALTO 196.6 CM, ANCHO 82.6 CM Y PROFUNDIDAD DE 93.8 CM ¿SE ACEPTA?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

(PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE)

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios de la Administración Pública Estatal.
P r e s e n t e**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NO.
40004001-002-25 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

CARTA DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Fecha de elaboración del documento _____

Por cuanto a **(nombre del Fabricante)** con domicilio en _____ declaramos bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos a respaldar la oferta presentada y garantizamos que la tecnología ofertada es tecnología que se comercializa actualmente, que la disponibilidad de refacciones, soporte técnico y accesorios tendrán por lo menos un periodo **no menor a 10 (diez)** años de vida en el mercado antes de volverse obsoleta o discontinuada, así como declaramos que poseemos la infraestructura técnica suficiente para atender cualquier solicitud de servicio para el cumplimiento de las garantías expresadas en la oferta dentro de un **periodo no mayor a 48 horas posteriores** a la **notificación** de la falla.

Por la presente garantizamos la vigencia tecnológica para las siguientes partidas:

Partida	Descripción	Marca	Modelo	Cantidad

A t e n t a m e n t e

Representante o Apoderado Legal