



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 440ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-064-25 (CAGEG-064/2025), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **13:55** horas del día **18 de septiembre de 2025**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.




I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Armando González Hernández Representante del INFOSPE 	C. Filiberto Hernández Leyva Representante del ITESI 
C. Gabriel Herrera Pérez Representante del ITESI 	C. Verónica Rodríguez Alcántara Representante de la Secretaría de Seguridad y Paz 
C. Luz Elena Camacho Delgado Representante de la SDIFEG 	C. Germán Ortega Gómez Representante de CONALEP 
C. Blanca Esmeralda Contreras Amaro Representante de CONALEP 	C. José Misael López Jacinto Representante de la Secretaría de Seguridad y Paz 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-064-25 (CAGEG-064/2025), para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio:**

Nombre	Firma
GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V. C. Romel Flores García	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o

para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en la página electrónica http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- b) En relación a la partida 20, se proporciona Anexo K con imágenes de referencia.
- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si las respuestas a las preguntas que formuló fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Luis Leonardo Noriega Moreno

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **14:55 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **18 de septiembre de 2025**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Biotécnica del bajo		X		CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	14	1	1. ¿Cuál es la tolerancia permitida para las dimensiones????	Las medidas solicitadas son mínimas.
2	Biotécnica del bajo		X		CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	14	1	2. Solicitan que el material del cuerpo principal sea, altamente resistente a ácidos alcalis y corrosivos fuertes. ¿Se acepta que el material del cuerpo principal sea de polipropileno?. En caso de que la respuesta sea sí, ¿Se acepta que sea el interior de polipropileno y exterior de acero inoxidable ó tiene que ser completamente de polipropileno?	Se aclara que el material del cuerpo principal debe ser acero inoxidable.
3	Biotécnica del bajo		X		CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	14	1	3. No son comunes los extractores tipo axial o tipo impulsor que resistan ácidos y bases fuerte. ¿Se acepta extractor centrifugal de polipropileno, tipo jaula de ardilla de los que existen refacciones y son resistentes a ácidos y bases fuertes?.	Se aclara que el material del extractor tipo axial o centrifugal debe ser acero inoxidable.
4	Biotécnica del bajo		X		CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	14	1	4. ¿Qué proceso se va a llevar a cabo dentro de la campana???	Los procesos que se llevarán a cabo son extracción de gases, vapores y polvos tóxicos.
5	Biotécnica del bajo		X		CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	14	1	5. Se solicita que la plataforma de trabajo sea de resina fenólica. ¿Se acepta que sea de polipropileno o resina epóxica?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	Biotécnica del bajo	X			CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	14	1	6. En caso de resultar adjudicados, se solicita se nos proporcione la información respecto a el tiro aproximado del ducto y cantidad de codos necesarios para llevar a cabo la instalación. ¿Se nos proporcionará la información necesario para llevar a cabo la instalación?.	No se solicita instalación para esta partida.
7	Biotécnica del bajo		X		CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	14	1	7. ¿La base de la campana de que material se solicita polipropileno, acero inoxidable T304 o T316, galvanizado o lámina negra?, estos 3 últimos (acero inox, galvanizado y negra) recubiertos con pintura horneada.	Se aclara que la base de la campana deberá de ser de acero inoxidable. Podrá ser recubierta con pintura horneada.
1	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV		X		MICROSCOPIO BINOCULAR	9	TODA LA DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS HAGA FAVOR DE INDICAR LOS OBJETIVOS Y AUMENTOS QUE DEBE INCLUIR EL EQUIPO SOLICITADO.	Se aclara que los objetivos que debe incluir el equipo son 4, 10 y 40 y los aumentos son 4X, 10X, 40X y 100X.
2	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV		X		MICROSCOPIO BINOCULAR	9	TODA LA DESCRIPCIÓN	INCLINACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TUBO BINOCULAR DE 30° LO CUAL LO HACE MÁS ERGONÓMICO Y CÓMODO PARA EL USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV		X		MICROSCOPIO BINOCULAR	9	TODA LA DESCRIPCIÓN	OCULARES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO OCULARES 10X/20MM LO QUE PERMITE AL USUARIO TENER UN CAMPO VISUAL MÁS AMPLIO SIN SACRIFICAR MAGNIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV		X		MICROSCOPIO BINOCULAR	9	TODA LA DESCRIPCIÓN	LÁMPARA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ILUMINACIÓN LUZ LED; LA CUAL EMITE MENOS CALOR Y TIENE MAYOR DURABILIDAD QUE LA LÁMPARA HALÓGENA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	EQUIPOS MEDICOS DENAMED S. DE R.L. DE C.V.		X		BASCULA ELECTRONICA PORTATIL	1	ANEXO I	De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, entendemos que en las licitaciones de carácter nacional únicamente pueden participar personas y bienes de origen mexicano, mientras que en las internacionales se permite la participación de bienes de procedencia extranjera. En este sentido, respetuosamente solicitamos al Comité aclarar si en la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-063-25 (CAGE-063/2025) para la Adquisición de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración es posible ofertar equipos de origen extranjero, cumpliendo con los requisitos legales, aduanales y normativos aplicables en México, o si la convocatoria se encuentra restringida exclusivamente a bienes de producción nacional.	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
1	TREKSYS, S.A. DE C.V.	X				1 A 23	NUMERAL II, INCISO g)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LAS PARTIDAS 1 A 23 A 90 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, SE ACEPTA??	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo establecido en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del Apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases, en el cual se establece el plazo máximo para la entrega de los bienes solicitados.
2	TREKSYS, S.A. DE C.V.	X				TODAS	NUMERAL III, PUNTO 1.14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR SEA DIGITAL Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAR EL ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO, SE ACEPTA??	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.14 del Apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la licitación.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V.			X			BASES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EN CASO QUE LA PERSONA QUE SE PRESENTE AL ACTO DE REGISTRO DE PROPUESTAS, PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS, NO SEA EL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE, PODRA ACREDITAR SU PERSONALIDAD MEDIANTE CARTA PODER SIMPLE EMITIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, FAVOR DE ACLARAR	La presentación de propuestas técnicas y económicas podrá ser llevada a cabo por cualquier persona que designe el licitante, siendo responsabilidad de los licitantes registrar el anexo R en el reloj checador, que deberá anexar en la parte exterior del sobre la propuesta técnica presentada, así como también registrarse en la lista emitida para el acto de apertura de ofertas en la sala de juntas de la Dirección General. Para el acto de apertura podrá presentar carta poder simple, siempre y cuando las propuestas técnicas y económicas se encuentren con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado.
2	GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V.	X					II	INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION INCISO j) FIRMA DEL CONTRATO Y PEDIDO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE SALIR FAVORECIDOS Y/O ADJUDICADOS CON ALGUNA DE LAS PARTIDAS QUE MI REPRESENTADA PARTICIPE SE NOS PUEDA ENTREGAR UN CONTRATO Y PEDIDO EN ORIGINAL PARA NUESTRO EXPEDIENTE INTERNO SE ACEPTA?	Podrá solicitarlo al momento de la suscripción del contrato directamente en la Jefatura de Contratos de Coordinación Ejecutiva Jurídica.
3	GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V.	X						PUNTO 1, LA CONVOCANTE INDICA DE PREFERENCIA SE DEBERA INCLUIR UN INDICE DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR, EN ESTE SENTIDO ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA NO PRESENTACION DE DICHO INDICE NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTAS PRESENTADAS? FAVOR DE ACLARAR	Es correcta su apreciacion, sin embargo se recomienda su presentación para certeza de los licitantes.
4	GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V.	X					BASES NUMERAL 7, PAGINA 10	LA CONVOCANTE INDICA DE PREFERENCIA SE DEBERA INCLUIR LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA TECNICA ESCANEADA (DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL APARTADO III PRESENTACION DE OFERTAS) EN MEDIO ELECTRONICO (USB) EN FORMATO PDF, EN ESTE SENTIDO ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA NO PRESENTACION DE DICHO MEDIO ELECTRONICO NO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTAS PRESENTADAS? FAVOR DE ACLARAR	Es correcta su apreciación.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V.		X		CAMARA DE RECUPERACION DE PROYECTILES	25	ANEXO I	EN LA DESCRIPCION DEL ANEXO I INDICAN QUE DEBERA CONTAR CON 4 RODAMIENTOS GIRATORIOS, 2 CON FRENO, EN ESTE TIPO DE EQUIPOS SE SUGIERE QUE 2 DE LOS 4 RODAMIENTOS SEAN FIJOS PARA QUE EL EQUIPO TENGA MEJOR ESTABILIDAD, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE DEBRA DE OFERTAR LOS 4 RODAMIENTOS GIRATORIOS O 2 RODAMIENTOS GIRATORIOS Y 2 RODAMIENTOS FIJOS, FAVOR DE ACLARAR	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
1	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS	X		X	BASES DE LA CONVOCATORIA	PARTIDAS 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22	II. G) Lugar y tiempo de entrega	CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS POR ESTA INSTITUCIÓN Y CONSIDERANDO LOS TIEMPOS DE IMPORTACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LAS PARTIDAS 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 11 SEMANAS A PARTIR DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo establecido en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del Apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases, en el cual se establece el plazo máximo para la entrega de los bienes solicitados.
2	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MICROSCOPIO BINOCULAR	9	ILUMINACION HALOGENA6V20 W.	LA TECNOLOGÍA SOLICITADA HA SIDO REEMPLAZADA ACTUALMENTE POR ILUMINACIÓN LED, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR FUENTE DE LUZ LED. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		AUTOCLAVE	10	2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR UN EQUIPO CON UNA (1) CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, DADO QUE LA CÁMARA TIENE LA CAPACIDAD Y DIMENSIONES ADECUADAS PARA SU OPERACIÓN, ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS	14	N/A	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS PLANO ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS E HIDRAULICOS, AL IGUAL QUE CROQUIS Y LISTADO DETALLADO DE LA DUCTERÍA (LONGITUDES, CODOS, REDUCCIONES Y ACCESORIOS EN GENERAL, DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA EXTRACCIÓN HASTA EL PUNTO DE DESCARGA FINAL) DEL ÁREA EN DONDE SE INSTALARÁ LA CAMPANA. ¿SE ACEPTA?	No se solicita instalación para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS	14	N/A	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL MODELO Y CAPACIDAD DEL EXTRACTOR YA QUE NO HACE MENCIÓN DE ÉL, DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES.	No se solicita marca o modelo para el extractor de gases, por lo que deberá ofertar de conformidad a lo solicitado en el Anexo I para esta partida y lo acordado en la presente junta de aclaraciones.
6	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS	14	N/A	DICE: MATERIAL DEL CUERPO PRINCIPAL: ALTAMENTE RESISTENTE A ÁCIDOS, ALCALIS Y CORROSIVOS FUERTES. MESA DE TRABAJO FENOLICA RESISTENTE A QUÍMICOS. POR LO QUE SE ENTIENDE QUE EL EXTRACTOR TAMBIÉN TIENE QUE SER ANTICORROSIVO ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?	Es correcta su apreciación.
7	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS	14	N/A	EN CASO AFIRMATIVO DE LA PREGUNTA ANTERIOR, CABE SEÑALAR QUE LOS MOTORES ANTICORROSIVOS ÚNICAMENTE SE MANEJAN EN VOLTAJE DE 220 V, POR LO QUE SOLICITAMOS CONFIRMACIÓN DE QUE ESTE VOLTAJE ES ACEPTABLE. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS	14	N/A	LA CONVOCANTE PIDE UN MOTOR 110V PERO EN ESTE VOLTAJE NO SE PUEDE INCLUIR UN VARIADOR DE VELOCIDAD POR LO QUE SE VUELVE A PLANTEAR EL HECHO DE QUE SE MENCIONE EL MODELO DEL MOTOR QUE EL LICITANTE SOLICITA PARA EL EQUIPO.	No se solicita marca o modelo, por lo que deberá ofertar de conformidad a lo solicitado en el Anexo I para esta partida y lo acordado en la presente junta de aclaraciones.
9	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS	14	N/A	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISAR SI LA INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR SE REALIZARÁ EN LA AZOTEA O EN PARED. ADICIONALMENTE, SE SOLICITA QUE PROPORCIONEN IMÁGENES ACTUALIZADAS DEL SITIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA INSTALACIÓN.	No se solicita instalación para esta partida.
10	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR QUÉ TIPO DE ESTRUCTURA O MUEBLE SOPORTA LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CONFIRMAR SI ES DE TUBULAR Y ESPECIFICAR LA MEDIDA DEL TUBO Y EL CALIBRE	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
11	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	DE SER MOBILIARIO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR CUÁNTOS MUEBLES FORMAN LA MESA Y CUANTOS CAJONES PUERTAS Y ENTREPAÑOS TIENE CADA MUEBLE.	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
12	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LAS MEDIDAS SOLICITADAS DE LAS TARJAS. TAMBIÉN ESPECIFICAR SI LA LLAVE MENCIONADA SE REQUIERE QUE SEA DE AGUA SOLA O ES UNA LLAVE COMBINADA CON AGUA Y GAS. FAVOR DE ESPECIFICAR SI SON TARJAS PARA DESECHOS O PARA LAVAR MATERIAL.	Las medidas de la tarja son máximo de 25 cm x 25 cm. La llave debe ser combinada para agua y gas. Se aclara que las tarjas son para desechos.
13	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR DÓNDE SE REQUIERE O EN QUE PARTE DE LA MESA DEBEN DE TENER LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS.	Los contactos eléctricos deben ir en la parte frontal y trasera.
14	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI LA MESA SE FIJA AL PISO, DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ESPECIFICAR CÓMO SE DEBE DE FIJAR.	La mesa de fijará al piso con taquete y tornillería.
15	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN EL SITIO DONDE SE INSTALARÁ LAS MESAS CENTRALES DE LABORATORIO HABRÁ TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA O PREPARACIÓN DE SERVICIOS, AL IGUAL QUE ESPECIFICAR SI ESTOS SE ENCUENTRAN EN EL PISO Y A QUE DISTANCIA. EN CASO CONTRARIO INDICARNOS EL ALCANCE DE LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS A CUENTA DEL PROVEEDOR INCLUYENDO PLANOS ELÉCTRICOS, DISTANCIAS Y ESPECIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y CONEXIÓN	No se solicita instalación para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
16	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EPECIFICAR SI EL COLOR DE MOBILIARIO ES BLANCO. DE NO SER ASÍ, ESPECIFICAR QUÉ COLOR ES.	Se aclara que el color de las mesas debe ser en color blanco o colores claros.
17	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	Se solicita amablemente a la convocante precisar si la instalación de los servicios de agua, gas, drenaje y electricidad deberá ser realizada por el proveedor, o si únicamente se entregará la mesa y la instalación de dichos servicios será responsabilidad del cliente.	No se solicita instalación para esta partida.
18	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LA INSTALACIÓN ES DE LAS MESAS EN PLATA BAJA.	No se solicita instalación para esta partida.
19	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS	X		X	MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	¿ES NECESARIO CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2015?	No se solicita este requisito.
20	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA CENTRAL DE LABORATORIO	17	N/A	SE SOLICITAN DIBUJOS Y PLANO DE LA MESA PARA REALIZAR LA PROPUESTA DE MANERA QUE SE CUMPLA EL OBJETIVO DE LA LICITACIÓN DE QUE LOS PROVEEDORES PUEDAN OFERTAR EL MISMO MOBILIARIO.	No se cuenta con dibujos o planos de la mesa, por lo que deberán ofertar de acuerdo a lo solicitado en el Anexo I y lo acordado en la presente junta de aclaraciones.
21	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	SE SOLICITA ESPECIFICAR DE LOS 3 MUEBLES QUE SE SOLICITAN, QUE MEDIDA TIENE CADA UNO DE ELLOS? ¿CUÁNTOS CAJONES, PUERTAS Y ENTREPAÑOS TIENE CADA UNO?	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
22	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	SE REQUIEREN QUE LOS ENTREPAÑOS DEBEN SER DE ALTURA AJUSTABLE?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
23	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	¿LOS MUEBLES DEBEN DE TENER UNA TAPA TRASERA PARA PODER HACER TRABAJOS DE SERVICIOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS MUEBLES?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
24	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	¿UNO DE LOS 3 MUEBLES DEBE DE TENER LA PREPARACIÓN PARA LA TARJA?	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
25	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	¿EN QUE PARTE DE LA MESA DEBE DE ESTAR LA TARJA?	Podrá ir en el lado izquierdo, central o derecho de la mesa.
26	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	¿QUÉ MEDIDA DEBE TENER LA TARJA DE FRENTE, FONDO Y PROFUNDIDAD?	Se aclara que la tarja deberá medir máximo 30 cm X 30 cm y de profundidad mínimo 15 cm.
27	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	¿SE DEBE DE INCLUIR LA FONTANERÍA E INSTALACIÓN DE LA TARJA?	No se solicita instalación para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
28	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	¿LOS GABINETES DE PARED QUE MEDIDA DEBEN DE TENER? ¿QUÉ TIPO DE PUERTAS DEBE DE TENER LAS VITRINAS? ¿EL MURO DONDE SE VAN A INSTALAR LOS GABINETES DE PARED ES DE CEMENTO O DE TABLAROCA?	No se cuentan con medidas para los gabinetes, deberán ser acordes a las medidas de la mesa, se solicita que las puertas sean corredizas de vidrio. Los gabinetes de pared se instalarán en pared de concreto. Se proporciona Anexo K con imágenes de referencia.
29	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	SE SOLICITA QUE LA CUBIERTA PUEDA SER DE RESINA EPOXICA DE LA MISMA CALIDAD Y RESISTENCIA DE LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN QUE SOLICITAN (PARTIDA 14 – 531000000393) ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
30	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI LOS MUEBLES SON EN COLOR BLANCO CON FRENTES SUPERIORES EN VERDE JADE O TODO EL MUEBLE EN SU TOTALIDAD ES EN VERDE JADE?	Se aclara que los bienes de esta partida se solicitan en colores claros.
31	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS	X		X	MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	¿ES NECESARIO CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2015?	No se solicita este requisito.
32	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS		X		MESA FIJA CON TARJA	20	N/A	SE SOLICITAN DIBUJOS Y PLANO DE LA MESA PARA REALIZAR LA PROPUESTA DE MANERA QUE SE CUMPLA EL OBJETIVO DE LA LICITACIÓN DE QUE LOS PROVEEDORES PUEDAN OFERTAR EL MISMO MOBILIARIO.	No se cuenta con dibujos o planos de la mesa, por lo que deberán ofertar de acuerdo a lo solicitado en el Anexo I y lo acordado en la presente junta de aclaraciones.
1	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.		P		EQUIPO DESECADOR DE VACIO	PARTIDA 5	ANEXO I	Se solicita amablemente al convocante indicar si se requiere que el desecador incluya una bomba de vacío y en caso de ser afirmativo favor de indicarnos las especificaciones para la misma.	No se solicita bomba de vacío para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.		P		AUTOCLAVE	PARTIDA 10	ANEXO I	Se solicita amablemente al convocante indicar si se requiere una autoclave vertical u horizontal y cual es la temperatura máxima y presión que se requieren?.	Se solicita autoclave horizontal, con una temperatura máxima de 134°C.
3	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.		P		EQUIPO DESECADOR DE VACIO	PARTIDA 18	ANEXO I	Se solicita amablemente al convocante indicar si se requiere que el desecador incluya una bomba de vacío y en caso de ser afirmativo favor de indicarnos las especificaciones para la misma.	No se solicita bomba de vacío para esta partida.
4	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.		P		ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE RANGO#160;	PARTIDA 13 y 23	g) Lugar y tiempo de entrega	En virtud de las condiciones de importación de los bienes requeridos, que pudieran afectar la entrega de los productos, solicitamos respetuosamente que se amplíe el plazo de entrega en 90 días hábiles para dar cumplimiento oportuno al contrato.	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo establecido en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del Apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases, en el cual se establece el plazo máximo para la entrega de los bienes solicitados.
1	GRUPO BAPED S.A. DE C.V.		X		RECUPERACIÓN DE PROYECTILES CÁMARA DE RECUPERACIÓN DE PROYECTILES MARCA MTI, PARA REALIZAR ESTUDIOS MICRO COMPARATIVOS DE BALÍSTICA FORENSE Y REGISTRO DE LA HUELLABALÍSTICA EN SISTEMAS DE BÚSQUEDA Y CORRELACIÓN BALÍSTICA Y REGISTRO MASIVO DE ARMAS DE FUEGO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: •CÁMARA DE RECUPERACIÓN DE PROYECTILES. •BASE PRINCIPAL DE CÁMARA DE RECUPERACIÓN DE	25		En relación con el requerimiento de la Cámara de recuperación de proyectiles marca MTI, se solicita a la convocante respetuosamente que aclare si es posible ofertar una marca distinta.	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	FALCON		X		Partida No. 13 – Espectrofotómetro UV-Visible	13	Anexo 1	En el anexo técnico no se especifica el método de comunicación del software con el equipo, por lo que solicitamos a la convocante confirmar si se acepta que el espectrofotómetro cuente con interfaz propia mediante pantalla táctil a color para el control directo en el instrumento, o si necesariamente se requiere que la operación sea a través de un sistema de cómputo externo (PC) con software dedicado.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	FALCON		X		Partida No. 13 – Espectrofotómetro UV-Visible	13	Anexo 1	Considerando que el anexo técnico especifica un espectrofotómetro de haz simple, solicitamos confirmar si se acepta un sistema de doble haz con ancho de banda de 1 nm, óptica de alta eficiencia, mayor resolución, precisión fotométrica mejorada, estabilidad de línea base superior y rango fotométrico ampliado, lo cual optimiza la reproducibilidad y exactitud de las mediciones frente a un sistema de haz simple.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	FALCON		X		Partida No. 13 – Espectrofotómetro UV-Visible	13	Anexo 1	Para la protección del equipo Espectrofotómetro UV-Visible contra variaciones de voltaje, se requiere el uso de un supresor de picos. Se solicita confirmar si la convocante requiere que todos los licitantes incluyan este accesorio en su propuesta.	No se está solicitando por lo que deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
4	FALCON		X		Partida No. 23 – Espectrofotómetro UV-Visible	23	Anexo 1	En el anexo técnico no se especifica el método de comunicación del software con el equipo, por lo que solicitamos a la convocante confirmar si se acepta que el espectrofotómetro cuente con interfaz propia mediante pantalla táctil a color para el control directo en el instrumento, o si necesariamente se requiere que la operación sea a través de un sistema de cómputo externo (PC) con software dedicado.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	FALCON		X		Partida No. 23 – Espectrofotómetro UV-Visible	23	Anexo 1	Considerando que el anexo técnico especifica un espectrofotómetro de haz simple, solicitamos confirmar si se acepta un sistema de doble haz con ancho de banda de 1 nm, óptica de alta eficiencia, mayor resolución, precisión fotométrica mejorada, estabilidad de línea base superior y rango fotométrico ampliado, lo cual optimiza la reproducibilidad y exactitud de las mediciones frente a un sistema de haz simple.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	FALCON		X		Partida No. 23 – Espectrofotómetro UV-Visible	23	Anexo 1	Para la protección del equipo Espectrofotómetro UV-Visible contra variaciones de voltaje, se requiere el uso de un supresor de picos. Se solicita confirmar si la convocante requiere que todos los licitantes incluyan este accesorio en su propuesta.	No se está solicitando por lo que deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON		X		Analizador termogravimétrico (TGA-DSC) Partida No. 24 -	24	Anexo 1	Se solicita confirmar si los licitantes deben incluir la provisión e instalación de líneas de gases secos para la operación del equipo TGA-DSC, específicamente: Nitrógeno (N ₂) seco y Aire seco u Oxígeno. O si el sitio ya dispone de infraestructura de suministro de gases compatible con las necesidades del equipo.	Deberá incluir la instalación con pruebas de funcionamiento y consumibles para operación durante el período de garantía, asegurando una implementación eficiente y operativa desde su puesta en operación, de conformidad a la visita realizada y a lo establecido en el Anexo I para esta partida
8	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON		X		Analizador termogravimétrico (TGA-DSC) Partida No. 24 -	24	Anexo 1	La convocante no indica los consumibles de arranque. Se solicita confirmar si los licitantes deben incluir en su propuesta crisoles o copas para la inserción de muestras para la operación del equipo TGA-DSC	Se aclara que para la operación del instrumento TGA-DSC se requieren consumibles como son los crisoles o copas (material alúmina), así como gases de purga aire seco y nitrógeno. Además deberá considerar un kit de puesta en marcha y 6 crisoles de alúmina.
9	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON		X		Analizador termogravimétrico (TGA-DSC) Partida No. 24 -	24	Anexo 1	En caso de requerirse consumibles de arranque, se solicita indicar el tipo de crisoles, especificaciones de material y capacidades que deberán ser incluidos para todos los licitantes.	Deberá considerar un kit de puesta en marcha y 6 crisoles de alúmina congruentes con la capacidad deseable de masa de conformidad al equipo ofertado.
10	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON		X		Analizador termogravimétrico (TGA-DSC) Partida No. 24 -	24	Anexo 1	Para la operación del equipo TGA-DSC y el análisis de resultados, se requiere un sistema de cómputo que no está considerado en las bases de la licitación. Se solicita confirmar si la convocante requiere que este sistema de cómputo sea incluido en la propuesta de todos los licitantes.	Deberá de incluirlo como parte de su propuesta con las siguientes características: Almacenamiento digital mayor a 500 GB, capacidad de gestionar más de 10,000 registros de análisis térmicos. El equipo debe contar con interfase digital y conectividad avanzada mediante USB 3.0, Ethernet a 1 Gbps y Wi-Fi 5 GHz, permitiendo la integración con sistemas de gestión de laboratorio y la supervisión remota de los análisis. De conformidad a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
11	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON		X		Analizador termogravimétrico (TGA-DSC) Partida No. 24 -	24	Anexo 1	Las bases indican que el equipo debe contar con un sistema de red para transferencia de datos; sin embargo, para la operación del equipo TGA-DSC se requiere software especializado. Se solicita confirmar si la convocante acepta que la transferencia de datos se realice mediante extracción por USB, o si será obligatorio utilizar el sistema de red (Ethernet u otro) para la transferencia de datos.	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
12	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON		X		Analizador termogravimétrico (TGA-DSC) Partida No. 24 -	24	Anexo 1	Respecto al analizador termogravimétrico (TGA-DSC), se solicita a la convocante confirmar si el sistema debe incluir un horno de diseño horizontal que asegure estabilidad de la línea base con mínima deriva de peso, reduzca los efectos de flotabilidad en la señal de TGA, ofrezca uniformidad térmica para resultados reproducibles, proteja la balanza de gases o subproductos, y permita mayor sensibilidad en las mediciones DSC, así como confirmar si estas características son requeridas para todos los licitantes.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON		X		Analizador termogravimétrico (TGA-DSC) Partida No. 24 -	24	Anexo 1	Respecto al al analizador termogravimétrico (TGA-DSC), considerando la especificación de control de flujo de 10 a 500 mL/min con purga digital $\pm 1\%$, se solicita a la convocante confirmar si el control debe implementarse mediante un sistema de control de flujo másico (MFC) digital integrado, que garantice: ajuste preciso y reproducible del caudal de gas, programación automatizada de perfiles atmosféricos, incremento en la confiabilidad y estabilidad del análisis térmico, y la capacidad de operar con múltiples MFCs de manera simultánea para distintos gases, asegurando así la flexibilidad y exactitud en condiciones experimentales complejas. De ser así, confirmar si las características son requeridas para todos los licitantes	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
1	Proveeduría de Productos y Servicios de México S.A. de C.V.		X		Analizador termogravimétrico (TGA-DSC)	24	I	En relación con la especificación que indica que la balanza debe medir entre 1 μg y 5000 mg, con posibilidad de expansión hasta 50 g, solicitamos amablemente se aclare lo siguiente: De acuerdo con los estándares técnicos de balanzas analíticas de alta precisión, el rango máximo de pesaje compatible con una resolución de 1 μg suele limitarse a aproximadamente 5 g. Extender el rango hasta 50 g implicaría un cambio significativo en el tipo de balanza, afectando tanto la sensibilidad como el volumen de pesaje, lo cual podría comprometer la precisión requerida y salirse de los valores estándar del mercado. ¿Podría la convocante confirmar si la expansión hasta 50 g es indispensable, o si se aceptaría un rango máximo de 5 g que preserve la resolución de 1 μg ?	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	Proveeduría de Productos y Servicios de México S.A. de C.V.	X				TODAS		Solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 30 días adicionales de lo que se menciona en las bases.	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo establecido en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del Apartado II. Información específica de la licitación de las presentes bases, en el cual se establece el plazo máximo para la entrega de los bienes solicitados.
3	Proveeduría de Productos y Servicios de México S.A. de C.V.			X		TODAS	Capítulo III.1.14	Solicitamos nos permita presentar copia de la carta solicitada por parte del fabricante o distribuidor autorizado en el punto 1.14 y en caso de ser adjudicados nos comprometemos a presentar las cartas en original.	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.14 del Apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la licitación.
1	DEWIMED, S.A.		X		Báscula electrónica portátil	1		Solicitamos al convocante como una mejora tecnológica se nos permita ofertar un equipo con características propias que son una báscula electrónica portátil sin IMC y TARA ¿Se acepta la característica propuesta?	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
2	DEWIMED, S.A.		X		Estadimetro portátil	2	3	Solicitamos al convocante como una mejora tecnológica se nos permita ofertar un equipo con características propias que son un estadimetro portátil con un rango de medición de 20-200 cm ¿Se acepta la característica propuesta?	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
1	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	X			No aplica	No aplica	I. Información específica de los bienes	Solicitamos amablemente a la convocante nos comparta el formato referente al inciso K toda vez que el mismo no se encuentra cargado en la plataforma.	Se aclara que se deja sin efecto la letra "K", del segundo párrafo del apartado I. Información específica de los bienes de las bases de la presente licitación.
2	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	X			No aplica	No aplica	III. Presentación de Ofertas	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar carta poder simple para facultar a la persona que acuda a la presentación de propuestas a dejar el sobre, el cual será otorgado por el representante legal que se encuentre registrado en el Padron de Proveedores de la Administración Pública Estatal actualizado al 2024 del Gobierno del Estado de Guanajuato. ¿Se acepta?	La presentación de propuestas técnicas y económicas podrá ser llevada a cabo por cualquier persona que designe el licitante, siendo responsabilidad de los licitantes registrar el anexo R en el reloj checador, que deberá anexar en la parte exterior del sobre la propuesta técnica presentada, así como también registrarse en la lista emitida para el acto de apertura de ofertas en la sala de juntas de la Dirección General. Para el acto de apertura podrá presentar carta poder, siempre y cuando las propuestas técnicas y económicas se encuentren con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	X			Analizador termogravimétrico (TGA-DSC)	24	III. Presentación de Ofertas El sobre (a) de la oferta Técnica deberá contener lo siguiente: Punto 1.12.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar carta en hoja membretada en donde se manifieste que no aplica a mi representada lo solicitado en el punto 1.12, lo anterior debido a que no presenta propuesta para la partida 24, lo anterior a fin de no limitar la libre participación, y así conseguir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento para su institución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Se acepta?	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	X			Todas las descripciones	Todas	III. Presentación de Ofertas El sobre (a) de la oferta Técnica deberá contener lo siguiente: Punto 1.14.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar la carta solicita en el punto 1.14 en formato impreso con la mejor resolución, así como una carta compromiso en hoja membretada del licitante en donde se manifieste que se entregara la original en caso de resultar adjudicados, lo anterior a fin de no limitar la libre participación, y así conseguir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento para su institución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.14 del Apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la licitación.
5	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	X			Todas las descripciones de la partida 5 a la 25	5 a 25	III. Presentación de Ofertas El sobre (a) de la oferta Técnica deberá contener lo siguiente: Punto 1.15.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar carta en hoja membretada del licitante en donde se manifieste que no aplica a mi representada lo solicitado en el punto 1.15, lo anterior debido a que no presenta propuesta para las partidas 5 a 25 del Anexo I, lo anterior a fin de no limitar la libre participación, y así conseguir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento para su institución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Se acepta?	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	X			Analizador termogravimétrico (TGA-DSC)	24	III. Presentación de Ofertas El sobre (a) de la oferta Técnica deberá contener lo siguiente: Punto 1.16.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar carta en hoja membretada en donde se manifieste que no aplica a mi representada lo solicitado en el punto 1.16, lo anterior debido a que no presenta propuesta para la partida 24, lo anterior a fin de no limitar la libre participación, y así conseguir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento para su institución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Se acepta?	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	X			CÁMARA DE RECUPERACIÓN DE PROYECTILES	25	III. Presentación de Ofertas El sobre (a) de la oferta Técnica deberá contener lo siguiente: Punto 1.17.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar carta en hoja membretada en donde se manifieste que no aplica a mi representada lo solicitado en el punto 1.17, lo anterior debido a que no presenta propuesta para la partida 25, lo anterior a fin de no limitar la libre participación, y así conseguir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento para su institución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Se acepta?	Podrá presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	X			Todas las descripciones	Todas	III. Presentación de Ofertas El sobre (a) de la oferta Técnica deberá contener lo siguiente: Punto 1.18.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita señalar la palabra "NO COTIZA", en las partidas que no se oferten por el licitante. ¿Se acepta?	Podrá señalarlo de esta manera.
9	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	X			Todas las descripciones	Todas	III. Presentación de Ofertas El sobre de la oferta económica deberá contener lo siguiente: Punto 1	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita señalar la palabra "NO COTIZA", en las partidas que no se oferten por el licitante. ¿Se acepta?	Podrá señalarlo de esta manera.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
10	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			X	CÁMARA DE RECUPERACIÓN DE PROYECTILES	25	ANEXO I	La convocante solicita se oferte un bien de la marca MTI, derivado de lo anterior solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar el bien solicitado en la partida 25, de otra marca y empresa, la cual cuenta con la patente del producto solicitado en bases de la misma marca con idénticas características y especificaciones, emitido por parte de la empresa MTI, por lo que se adjuntaría copia simple del documento que acredite que se cuenta con la patente mencionada que faculta al fabricante para la elaboración de los mismos, lo anterior a fin de no limitar la libre participación y así conseguir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento para su institución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I.
1	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	X			Todos los que se describen en Anexo I	Todas	Numeral III Punto 1.14	Se solicita amablemente a la convocante que debido a que los días entre la junta de aclaraciones y la entrega de propuesta son muy pocos, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podrán ser verificadas por el área usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta técnica, como condición de firmar el contrato, se acepta?	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 1.14 del Apartado III. Presentación de Ofertas de las bases de la licitación.
2	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	X			Todos los que se describen en Anexo I	Todas	Numeral III Punto 1.13	Se solicita amablemente a la convocante tener la opción presentar Manuales, catálogos u hojas técnicas y en general documentación técnica original generada por el fabricante de los bienes ofertados en forma impresa o digital (USB o CD), Se acepta?	Podrá presentarlos de esta manera siempre y cuando lo presente en memoria USB. Siendo responsabilidad del licitante que los archivos sean legibles, se puedan abrir y que no se encuentren dañados.
3	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	X			Silla de ruedas plegable	3	1	Dice: MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FIJOS, COLOR GRIS O NEGRO. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, ACOJINADOS Y DESMONTABLES, COLOR NEGRO toda vez que no demerita su funcionalidad, Se acepta?	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I, de las bases de la presente licitación.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
4	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		Silla de ruedas plegable	3	1.1	Dice: PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO, Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar PROTECCIONES LATERALES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta?	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I, de las bases de la presente licitación.
5	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		x		Silla de ruedas plegable	3	2.1.	Dice: ESTRIBO DE ALUMINIO ACABADO PULIDO ESTRIADO, Solicitamos atentamente a la convocante tener la opcion de ofertar: ESTRIBO DE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO ESTRIADO toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta?	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I, de las bases de la presente licitación.
6	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		x		Silla de ruedas plegable	3	4	Dice: ESTRUCTURA (MARCO) DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 Y 7/8" DE DIAMETRO ACABADO CROMO BRILLANTE, Solicitamos atentamente a la convocante tener la opcion poder ofertar: ACABADO CROMO BRILLANTE O NEGRO CON PINTURA EPOXICA, toda ez que no demerita su funcionalidad , Se acepta?	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I, de las bases de la presente licitación.
7	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		x		Silla de ruedas plegable	3	5	Dice: MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR GRIS Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR NEGRO toda ez que no demerita su funcionalidad , Se acepta?	Podra ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		x		Silla de ruedas plegable	3	8.4	Dice: CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO., Solicitamos atentamente a la convocante tener la opcion de ofertar : ARO IMPULSOR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA toda vez que no demerita su funcionalidad , Se acepta?	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I, de las bases de la presente licitación.

Goldman

Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-064-25 (CAGEG-064/2025),
para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

Anexo K – Imágenes de referencia



Guido Herra Pantoja

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



4 y

[Signature]