



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 496ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-070-25 (CAGEG-070/2025), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y Otros Productos Químicos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **11:30** horas del día **08 de octubre de 2025**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024 
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024 	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025 

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades


C. Rebeca Zárate Acevedo Representante del ISAPEG 	C. Luis Ernesto Barba Aguilera Representante del ISAPEG 
C. Carlos Alberto Valtierra Guerra Representante del ISAPEG 	C. Daniela Alvarado Valdés Representante del ISAPEG 
C. Agustín Sierra Ferreyra Representante del ISAPEG 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-070-25 (CAGEG-070/2025)**, para la **Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y Otros Productos Químicos**:

Nombre	Firma
COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. C. Raúl Gutiérrez Quiroz	

Conocido el registro de los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como

incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si las respuestas a las preguntas que formuló fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Thalía Beatriz Ojeda Jasso

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **12:15 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **08 de octubre de 2025**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-070-25 (CAGEG-070/2025), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y Otros Productos Químicos

Pantalla e-compras

← ↻ 🏠 https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/rj/portal 🔍 A* ⭐ ⚙️ 👤 ... 🌐

GTO Manual del usuario Salir del sistema

⬅ Atrás Continuar ➡ Historial Favoritos Personalizar Vista Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado ⬅ ➡ »

Preguntas

Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Licitaciones

Número de operación: 🇲🇽 7900002482 A ➡

Nombre:

Aplicar Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep.preg.	Hora recep.preg.
7900002482	40051001-070-25-1	Licitación pública	Concluido	29.09.2025	12:40:00	02.10.2025	12:00:00

← ↻ 🏠 https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/rj/portal 🔍 A* ⭐ ⚙️ 👤 ... 🌐

GTO Manual del usuario Salir del sistema

⬅ Atrás Continuar ➡ Historial Favoritos Personalizar Vista Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado ⬅ ➡ »

Preguntas

Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'A' and several other marks.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	EYM SOLUTIONS	X			AGUJA PARA BIOPSIA MAMA CAL. 14GX10CM	20	S/N	FAVOR DE CONFIRMAR SI PARA ESTA PARTIDA SERA NECESARIO ENTREGAR MUESTRA FISICA?	Para esta partida no se solicita la entrega de muestra.
2	EYM SOLUTIONS	X			AGUJA DE BIOPSIA 16GX10CM	21	S/N	FAVOR DE CONFIRMAR SI PARA ESTA PARTIDA SERA NECESARIO ENTREGAR MUESTRA FISICA?	Para esta partida no se solicita la entrega de muestra.
3	EYM SOLUTIONS	X			AGUJA DE BIOPSIA 16GX 16 CMS	22	S/N	FAVOR DE CONFIRMAR SI PARA ESTA PARTIDA SERA NECESARIO ENTREGAR MUESTRA FISICA?	Para esta partida no se solicita la entrega de muestra.
4	EYM SOLUTIONS	X			AGUJA PARA BIOPSIA MAMA CAL. 14GX10CM	20	S/N	FAVOR DE CONFIRMAR SI SERA NECESARIO ENTREGAR PISTOLAS EN COMODATO PARA CONSUMO DE ESTA CLAVE?	Para esta partida no se solicita la entrega de equipo en comodato.
5	EYM SOLUTIONS		X		AGUJA DE BIOPSIA MAMA CAL. 14GX10CM	21	S/N	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR Y ENTREGAR AGUJA DE BIOPSIA COMPATIBLE CON MAGNUM DE TEJIDO BLANDO 16G X 10 CM., SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
6	EYM SOLUTIONS		X		AGUJA DE BIOPSIA 16GX 16 CMS	22	S/N	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR Y ENTREGAR AGUJA DE BIOPSIA COMPATIBLE CON MAGNUM DE TEJIDO BLANDO, SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
7	EYM SOLUTIONS		X		AGUJA DE BIOPSIA 16GX16CMS	22	S/N	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR Y ENTREGAR MEDIDA DE 16GX15CM., SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
1	Arlena Comercializadora			X	III. Presentacion de ofertas	1,24,25	1.15 Inciso ii	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar certificado CE con vigencia al 2025 y carta aclaratoria del fabricante donde se menciona que existe prorroga legal según el artículo 110.3b del IVDR.	Deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
2	Arlena Comercializadora			X	III. Presentacion de ofertas	1	1.16	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar carta original del distribuidor mayorista en la que manifieste que el licitante se compromete a realizar la entrega de los bienes con una caducidad minima de 10 meses contados apartir de la entrega de los bienes y donde se comprometa a entregar carta canje.	Deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
3	Arlena Comercializadora			X	III. Presentacion de ofertas	24 Y 25	1.17	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar carta original del distribuidor mayorista en la que manifieste que el licitante se compromete a realizar la entrega de los bienes con una caducidad minima de 14 meses contados apartir de la entrega de los bienes y donde se comprometa a entregar carta canje.	Deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
4	Arlena Comercializadora			X	III. Presentacion de ofertas	Todas las partidas	1.23	Con el fin de no limitar la libre participacion, solicitamos amablemente a la convocante nos permita la participacion en el presente evento sin la presentacion del certificado de calidad ISO 9001 del licitante, ya que lo que esta en objeto de contratacion es la adquisicion de bienes y no de servicio. La presentacion de calidad de los bienes la avala el certificado ISO 13485:2016	Deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
5	Arlena Comercializadora			X	VII. Condiciones	1,24,25	Inciso N	Derivado que los bienes ofertados son de importacion, solicitamos amablemente a la convocante nos permita la entrega parcial de minimo el 60% de los bienes en un periodo de 30 dias posteriores a la emision del fallo y el restante en un plazo maximo de 60 dias posteriores a la primer entrega, comprometiendonos a gestionar el pago al finalizar la entrega total de los bienes sin que esto nos genere sanciones.	Deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso h) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6	Arlena Comercializadora		X		Anexo I	1	Descripción técnica	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA PARA LA DETERMINACION DEL ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO La prueba PSA-CHECK-1 es un ensayo cualitativo rápido para la detección de PSA humano (forma libre o complejo con α 1-antiquimotripsina) en plasma, suero o sangre entera. El método emplea una combinación única de conjugado de colorante monoclonal y anticuerpos monoclonales (de ratón) en fase sólida para identificar selectivamente el PSA en las muestras de prueba con un alto grado de sensibilidad. A medida que la muestra de prueba fluye a través del dispositivo absorbente, el conjugado de colorante-anticuerpo marcado se une al PSA formando un complejo antígeno-anticuerpo. Este complejo se une al anticuerpo anti-PSA en la zona de reacción positiva (T) y produce una banda de color rosa cuando la concentración de PSA es superior a 4 ng/mL. En ausencia de PSA, no hay línea en la zona de reacción positiva (T). La mezcla de reacción continúa fluyendo a través del dispositivo absorbente más allá de la zona de reacción y la zona de control. El conjugado no unido se une a los reactivos en la zona de control (C) y produce una banda de color rosa, lo que demuestra que los reactivos funcionan correctamente. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
7	Arlena Comercializadora		X		Anexo I	1	Descripción técnica	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar presentación de 20 pruebas, comprometiendonos a entregar la cantidad total de pruebas individuales y el excedente correspondiente a nuestra presentación, es decir un total de 2013 cajas con 20 pruebas. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
8	Arlena Comercializadora		X		Anexo I	24	Descripción técnica	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar TIRA PERFIL DE LIPIDOS con rango de medición para colesterol HDL de 25-95 mg/dl. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ TORRES	XXXX					1.14	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE SI EL LICITANTE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEBE PRESENTAR CARTA SOLIDARIA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA RESPALDANDO AL LICITANTE. ¿PARA DICHO PUNTO SE DEBERA UTILIZAR EL ANEXO H DE LAS PRESENTES BASES, ¿00ESTA APRECIACION ES CORRECTA ?	Si el licitante es distribuidor autorizado deberá presentar carta solidaria con firma autógrafa del distribuidor mayorista respaldando al licitante, presentando además carta solidaria (Anexo H) del fabricante respaldando al distribuidor mayorista o documento que acredite la relación comercial del distribuidor con el fabricante, dicha situación podrá ser corroborada por el ISAPEG.
2	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ TORRES	XXXX					1.14	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE DEBE PRESENTAR CARTA SOLIDARIA DEL FABRICANTE RESPALDANDO AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA, O ALGUN DOCUMENTO QUE RESPALDE LA RELACION COMERCIAL DEL FABRICANTE. EN DICHO PUNTO SE DEBERA UTILIZAR EL ANEXO H-1 DE LAS PRESENTES BASES, ¿ESTA APRECIACION ES CORRECTA?	No es correcta su apreciación, el Anexo H-I se utilizará en caso que el licitante sea el fabricante de los bienes ofertados.
3	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ TORRES	XXXX					ANEXO N	LA CONVOCANTE EN EL ANEXO N " CONDICIONES DE ENTREGA", INCISO (d) MENCIONA QUE SE DEBERA ENTREGAR CON REMISION, LA PREGUNTA ES ¿DICHA REMISION DEBERA CONTENER TAMBIEN EL NUMERO DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS BIENES?	Es correcta su apreciación.
4	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ TORRES		XX		ESPONJA ABSORBIBLE HEMOSTATICA PREPARADA CON GELATINA, ESPONJA HEMOSTATICA DE 1cm X 1cm X	6	ANEXO I	LA CONVOCANTE SOLICITA COMO UNIDAD DE MEDIDA "PIEZAS", PERO DICHO PRODUCTO CONTIENE 24 PIEZAS POR CAJA. LA PREGUNTA ES, ¿SE DEBEN COTIZAR 60 CAJAS CON 24 PZAS, ó 60 PIEZAS EN SU TOTALIDAD ?	SE SOLICITAN 60 CAJAS CON 24 PIEZAS.
5	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ TORRES		XX		BOLSA PARA ESTERILIZAR CHICA PAPEL PEEL-PROO 9 X 23	8	ANEXO I	LA CONVOCANTE SOLICITA COMO UNIDAD DE MEDIDA "PIEZAS", PERO DICHO PRODUCTO CONTIENE 200 PIEZAS POR CAJA. LA PREGUNTA ES, ¿SE DEBEN COTIZAR 300 CAJAS CON 200 PZAS ó 300 PIEZAS SOLAMENTE ?	SE ACLARA QUE SE SOLICITAN 300 CAJAS CON 200 BOLSAS.
6	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ TORRES		XX		ANESTESICO MEPIVACAINA. LATA CON 50 CARTUCHOS DENTALES DE 1.8ML. (MEPIVACAINA 36 MG) MG	19	ANEXO I	LA CONVOCANTE SOLICITA COMO UNIDAD DE MEDIDA "PIEZAS", PERO DICHO PRODUCTO CONTIENE 50 PIEZAS POR CAJA. LA PREGUNTA ES, ¿SE DEBEN COTIZAR 27 CAJAS CON 50 PZAS O 27 PIEZAS SOLAMENTE ?	SE SOLICITAN 27 CAJAS CON 50 PIEZAS.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ TORRES		XX		ANESTESICO MEPIVACAINA. LATA CON 50 CARTUCHOS DENTALES DE 1.8ML. (MEPIVACAINA 36 MG) MG	19	ANEXO I	LA CONVOCANTE SOLICITA COMO PRESENTACION "LATAS", PERO LA PRESENTACION REAL DEL PRODUCTO ES CAJA. LA PREGUNTA ES, ¿LA CONVOCANTE MODIFICARA EL TIPO DE PRESENTACIONES DICHA PRODUCTO PARA NO CAER EN UN ERROR AL PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA DEL PRODUCTO?	SE ACLARA QUE SE SOLICITAN 27 CAJAS CON 50 PIEZAS.
1	BJX DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.		X			24 Y 25	1.17	Carta original del fabricante o distribuidor mayorista con firma autógrafa del representante o apoderado legal, en la que manifieste que el licitante se compromete a realizar la entrega de los bienes con una caducidad mínima de 18 meses contados a partir de la entrega de los bienes. Aplica para las partidas 24 y 25. Solicitamos a la convocante nos permita entregar con caducidad mínima de 12 meses mas carta canje de los bienes por los 6 meses restantes. ¿Se acepta?	Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	BJX DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.		X			24 y 25	1.18	Carta original del licitante con firma autógrafa del representante o apoderado legal, en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar por pieza (prueba) una lanceta retráctil de seguridad y toalla alcoholada, con caducidad mínima a la solicitada en cada partida. Aplica para las partidas 1, 24 y 25. Solicitamos a la convocante que para las partidas 24 y 25 nos permita entregar con caducidad mínima de 12 meses mas carta canje de los bienes por los 6 meses restantes. ¿Se acepta?	Podrá presentarlo, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	BJX DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.		X			1, 24 y 25	1.21	¿Es correcto interpretar que para las partidas 1, 24 y 25 se tendrá que presentar Registro Sanitario de la lanceta retráctil de seguridad y de la toalla alcoholada?	Es correcta su apreciación.
4	BJX DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.		X			25	ANEXO I	¿Es correcto interpretar que la tira reactiva para determinación de glucosa deberá ser en sangre capilar, venosa, arterial y neonatal?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	BJX DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.		X			25	ANEXO I	¿Es correcto interpretar que la tira reactiva para determinación de glucosa deberá el tiempo de la prueba no deberá ser mayor a 5 seg?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	BJX DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.		X			1, 24 y 25	1.15	¿Es correcto interpretar que para las partidas 1, 24 y 25 se tendrá que presentar Certificado de Libre Venta (del país de origen o EU/CE o FDA) de la lanceta retráctil de seguridad y de la toalla alcoholada?	Es correcta su apreciación.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	BJX DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.		X			1, 24 y 25	1.22	¿Es correcto interpretar que para las partidas 1, 24 y 25 se tendrá que presentar ISO 13485:2016 de los bienes ofertados así como de la lanceta retractoril de seguridad y de la toalla alcoholada?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	BIODIST S.A. DE C.V.		X		TIRAS PERFIL DE LIPIDOS Y TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR	24 y 25	III. PRESENTACION DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TECNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR QUE LAS CARTAS SOLICITADAS EN LOS NUMERALES 1.13 Y 1.14 APLICA UNICAMENTE PARA EL BIEN PRINCIPAL EL CUAL CORRESPONDE A LAS TIRAS REACTIVAS DE ACUERDO CON EL ANEXO I Y QUE EN EL CASO DE LA LANCETA DE SEGURIDAD, TOALLA ALCOHOLADA Y EQUIPOS EN COMODATO SE DEBERAN CONSIDERAR UNICAMENTE LAS CARTAS SOLICITADA EN LOS NUMERALES 1.18 Y 1.19 FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se aclara que para las partidas 1, 24 y 25 los numerales 1.13 y 1.14 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial y 1.11 y 1.12 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas, se deberán presentar ambas cartas tanto para la prueba, como para la lanceta retractoril, la toalla alcoholada y los equipos en comodato, según participe.
2	BIODIST S.A. DE C.V.		X		PRUEBA RAPIDA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	III. PRESENTACION DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TECNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR QUE LAS CARTAS SOLICITADAS EN LOS NUMERALES 1.13 Y 1.14 APLICA UNICAMENTE PARA EL BIEN PRINCIPAL EL CUAL CORRESPONDE A LA PRUEBA RAPIDA DE ACUERDO CON EL ANEXO I Y QUE EN EL CASO DE LA LANCETA DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA SE DEBERAN CONSIDERAR UNICAMENTE LA CARTA SOLICITADA EN EL NUMERAL 1.18 FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se aclara que para las partidas 1, 24 y 25 los numerales 1.13 y 1.14 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial y 1.11 y 1.12 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas, se deberán presentar ambas cartas tanto para la prueba, como para la lanceta retractoril, la toalla alcoholada y los equipos en comodato, según participe.
3	BIODIST S.A. DE C.V.		X		TIRAS PERFIL DE LIPIDOS Y TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR	25	III. PRESENTACION DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TECNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR QUE LAS CARTAS SOLICITADAS EN LOS NUMERALES 1.13 Y 1.14 APLICA UNICAMENTE PARA EL BIEN PRINCIPAL EL CUAL CORRESPONDE A LAS TIRAS REACTIVAS DE ACUERDO CON EL ANEXO I Y QUE EN EL CASO DE LA LANCETA DE SEGURIDAD, TOALLA ALCOHOLADA Y EQUIPOS EN COMODATO SE DEBERAN CONSIDERAR UNICAMENTE LAS CARTAS SOLICITADA EN LOS NUMERALES 1.18 Y 1.19 FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se aclara que para las partidas 1, 24 y 25 los numerales 1.13 y 1.14 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial y 1.11 y 1.12 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas, se deberán presentar ambas cartas tanto para la prueba, como para la lanceta retractoril, la toalla alcoholada y los equipos en comodato, según participe.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
4	BIODIST S.A. DE C.V.		X		PRUEBA RAPIDA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	III. PRESENTACION DE OFERTAS, SOBRE DE LA OFERTA TECNICA, 1.15 CERTIFICADO O PERMISO DE COMERCIALIZACION	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CERTIFICADOS DETALLADOS EN LOS PUNTOS i y ii EN EL CASO DE LA PARTIDA 1 APLICA UNICAMENTE PARA EL BIEN PRINCIPAL EL CUAL CORRESPONDE A LAS PRUEBAS RAPIDAS PARA ANTIGENO PROSTATICO DE ACUERDO CON EL ANEXO I . ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Se aclara que para las partidas 1, 24 y 25 el numeral 1.15 del inciso a) Presentación de ofertas de manera presencial y 1.14 del inciso b) Presentación de ofertas de manera electrónica (e-compras) del apartado III. Presentación de ofertas, se deberán presentar permiso de comercialización tanto por la prueba, como para la lanceta retractil, la toalla alcoholada y los equipos en comodato, según participe.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	BIODIST S.A. DE C.V.		X		TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR	1	ANEXO I, INCLUIR DOS JUEGOS DE BATERÍAS INTERCAMBIABLES (DEL TIPO Y TAMAÑO QUE CORRESPONDA) COMPATIBLES AL 100% CON EL EQUIPO LECTOR DEBIENDO SER ALCALINA Y DE LARGA DURACIÓN.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BATERIA DE LITIO 3V LA CUAL ES COMPATIBLE AL 100% CON EL EQUIPO QUE ESTAREMOS PROPONNIENDO PARA EL PRESENTE EVENTO. ¿SE ACEPTA?	Si se refiere a las partidas 24 y 25 del Anexo I, podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6	BIODIST S.A. DE C.V.		x		TIRA DE PERFIL DE LÍPIDOS	24	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL LDL Y TRIGLICERIDOS, EN SANGRE TOTAL, CAPILAR O VENOSA. 1) PARA COLESTEROL MINIMO DE 100 MG/DL Y MAXIMO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACLARAR QUE CUANDO HABLAN DE RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS SE ACEPTARA UNA TIRA QUE CUENTE CON LOS SIGUIENTES RANGOS DE MEDICION: 1) PARA COLESTEROL 100 MG/DL A 400 MG/DL; COLESTEROL HDL DE 20 A 120 MG/DL; Y TRIGLICERIDOS 50 MG/DL A 500 MG/DL Y EL PARAMETRO DE COLESTEROL LDL DEBERA SER CALCULADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
	BIODIST 7 S.A. DE C.V.		X		PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA), TIRAS PERFIL DE LIPIDOS , TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR	1, 24, 25	III. PRESENTACION DE OFERTAS , SOBRE DE LA OFERTA TECNICA. CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA, SOLICITADAS PARA LOS NUMERALES 1.13, 1.14, 1.16 Y 1.17	EN LA ACTUALIDAD EL FABRICANTE CUENTA CON REPRESENTACIÓN PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN MÉXICO BAJO LA FIGURA DE EMPRESAS FILIALES OFICIALMENTE AUTORIZADAS Y/O REPRESENTANTE ÚNICO EN MÉXICO, POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE SIRVA ACEPTAR ESTAS CARTAS DE EXPEDIDAS POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O FILIAL EN MÉXICO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	BIODIST S.A. DE C.V.		X		PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA), TIRAS PERFIL DE LIPIDOS , TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR	1, 24 y 25.	III PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERA L 1.15	SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE ACLARE SI EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN CON BIENES DE CUALQUIER PAÍS DE ORIGEN, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SANITARIAS Y REGULATORIAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES, INCLUYENDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SANITARIA NACIONAL Y LA PRESENTACIÓN DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR COFEPRIS. LO ANTERIOR, A EFECTO DE GARANTIZAR CONDICIONES EQUITATIVAS DE PARTICIPACIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES, SIN RESTRINGIR EL ACCESO A BIENES QUE PUEDAN SER LEGALMENTE COMERCIALIZADOS Y UTILIZADOS EN EL PAÍS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. FAVOR DE ACLARAR.	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
9	BIODIST S.A. DE C.V.		X		PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA), TIRAS PERFIL DE LIPIDOS , TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR	1, 24 y 25.	III PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERA L 1.13, 1.14, 1.16 Y 1.17.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LAS CARTAS DE APOYO PODRÁN SER INDISTINTAMENTE DEL FABRICANTE, FILIAL DEL MISMO EN MÉXICO, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. COMO RESPALDO DE LA TRAZABILIDAD MENCIONADA, SE PROPORCIONARA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	Deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
10	BIODIST S.A. DE C.V.		X		PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA), TIRAS PERFIL DE LIPIDOS , TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR	1, 24 y 25.	III PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERA L 1.13, 1.14, 1.16 Y 1.17.	POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITO SU AMABLE APOYO PARA PERMITIRME ENTREGAR COPIA SIMPLE EN FORMATO PDF DE LAS CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE, SU FILIAL EN MÉXICO, EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO, O EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. PARA CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES YA MENCIONADOS. EN EL MOMENTO DE FORMALIZAR EL CONTRATO SE ENTREGARÁN LAS CARTAS EN ORIGINAL. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	Deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS S.A DE C.V. x							SIENDO ESTE PROCESO DE CARACTER NACIONAL SE ACEPTARA EL PODER PROPONER PRODUCTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA?	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
2.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	4	RESPECTO DEL PUNTO 4. LONGITUD DE ONDA O ANCHO DE ESPECTRO DE 400-525NM, COMO MINIMO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR: RANGO DE LONGITUD ONDA: 430-480 NM	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	5	RESPECTO DEL PUNTO 5. INTENSIDAD LUMINICA DE 1000 MW/CM2 COMO MINIMO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR: INTENSIDAD DE LUZ: 1470 MW/CM2	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
4.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	6	RESPECTO DEL PUNTO 6. TIEMPO DE POLIMERIZACION INICIANDO EN 5 SEGUNDOS Y HASTA LOS 20 SEGUNDOS O MAYOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR: TIEMPOS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN DE 5, 10, 15 Y 20 SEGUNDOS. MODO DE FOTOPOLIMERIZACIÓN TACK-CURE	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	7	RESPECTO DEL PUNTO 7. . CON BOTON O CONTROL DE ENCENDIDO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR: INDICADOR DE ENCENDIDO	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
6.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	8.1	RESPECTO DEL PUNTO 8.1. ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LAMPARA DE FOTOCURADO., SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR: INDICADOR LED DE ENCENDIDO Y APAGADO	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	8.2	RESPECTO DEL PUNTO 8.2. TIEMPO DE POLIMERIZACION, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR: TIEMPOS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN DE 5, 10, 15 Y 20 SEGUNDOS.	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS ,S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	8.3	RESPECTO DEL PUNTO 8.3. BATERIA BAJA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR: INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
9.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS ,S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	9.1	RESPECTO DEL PUNTO 9.1. INICIO Y FIN DE CICLO DE FOTOCURADO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR:INDICADOR AUDIBLE CADA 5 SEGUNDOS Y UN SONIDO DE TRES PARPADEOS AL TERMINAR EL CICLO DE FOTOCURADO	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
10.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS ,S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	9.2	RESPECTO DEL PUNTO 9.2. BATERIA BAJA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR:INDICADOR AUDIBLE Y VISUAL INDICATIVO DE BATERIA BAJA	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
11.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS ,S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	10	RESPECTO DEL PUNTO 10. CARGA DE LA BATERIA POR MEDIO DE BASE PARA RECARGA, DE LA MISMA MARCA O A TRAVES DE CONEXION DIRECTA POR MEDIO DE ELIMINADOR DE LA MISMA MARCA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR:ELIMINADOR CON CABLE PARA LA CARGA DIRECTA, CON TECNOLOGÍA DE AUTO CORTO DE ENERGÍA AL CARGAR AL 100% LA BATERIA	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
12.-	EQUIPO QUIRURGICOS POTOSINOS ,S.A DE C.V.		X		LAMPARA DE FOTOCURADO LED	7	11.1	RESPECTO DEL PUNTO 11.1. LENTES O GAFAS DE PROTECCION COLOR AMBAR PARA USUARIO Y PACIENTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PROTECCIÓN COLOR ÁMBAR INTEGRADA EN LA LAMPARA PARA EL USUARIO EN SUSTITUCION DE LOS LENTES O GAFAS DE PROTECCION COLOR AMBAR SOLICITADAS PARA USUARIO Y PACIENTE.	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
13.-	MOINCOS DE R L		X		TIRA DE PERFIL DE LIPIDOS	24	ANEXO I.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LO QUE REQUIERE ES UNA TIRA DE PERFIL DE LIPIDOS CON LOS SIGUIENTES RANGOS DE MEDICION COLESTEROL 100 MG/DL A 500 MG/DL; COLESTEROL HDL DE 15 A 100 MG/DL; Y TRIGLICERIDOS 45 MG/DL A 650 MG/DL ES CORRECTA	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	MOINCO S DE R L		X		TIRA DE PERFIL DE LIPIDOS	24	ANEXO I.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL TIPO DE MUESTRA PARA LA TIRA DE PERFIL DE LIPIDOS TIENE QUE SER SANGRE CAPILAR O VENOSA, PLASMA, SUERO ¿ES CORRECTO?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	MOINCO S DE R L		X		TIRA DE PERFIL DE LIPIDOS	24	ANEXO I.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA MEMORIA PARA DE EL EQUIPO PARA LA TIRA DE PERFIL DE LIPIDOS TIENE QUE SER DE MINIMO 200 REGISTROS ¿ES CORRECTO?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV	X			*ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) *TIRAS PERFIL DE LIPIDOS. *TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR	1,24 Y 25		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SE PRESENTE PERSONAL DE MI REPRESENTADA A LA EVALUACION DE MUESTRAS PARA PODER REALIZAR EL CORRIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y ASI DEMOSTRAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS. ¿ES CORRECTA LA APRESIACION?	No se acepta su propuesta. Deberá apegarse a lo establecido en los inciso b) y c) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.
2	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV	X			*ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) *TIRAS PERFIL DE LIPIDOS. *TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR	1,24 Y 25		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA DIRECCION, FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO LA EVALUACION DE LAS MUESTRAS.	No aplica su pregunta, dado la respuesta que antecede.
3	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1		¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE LA PRUEBA SOLICITADA CONTenga BUFFER DE CORRIMIENTO POR PRUEBA DE FORMA INDIVIDUAL, LO ANTERIOR PARA LA MEJOR APLICACIÓN DE ESTA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICION?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1		¿FAVOR DE RATIFICAR SI PARA ESTA PARTIDA REQUIEREN QUE LA LANCETA, BANDITA Y TOALLITA ESTOS INSUMOS SEAN AUTORIZADAS POR LA COFEPRI EN REGISTRO SANITARIO DE LA PRUEBA SOLICITADA, ES CORRECTO?	Deberá apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación y a lo acordado en la presente junta de aclaraciones.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1		¿POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS CONFIRME SI REQUIEREN PRUEBA RAPIDA CROMATOGRAFICA PARA LA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO ENVASADA DE MANERA INDIVIDUAL CON LANCETA POR PRUEBA, BUFER O REGULADOR DE CORRIMIENTO INDIVIDUAL POR PRUEBA AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO CONFORME LO ESTABLECE LA COFEPRIS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
6	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1		¿POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITAN OFERTAR PRUEBA RAPIDA CROMATOGRAFICA PARA LA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO CON 1 ORIFICIO PARA MUESTRA Y SOLUCION AMORTIGUADORA, SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1		¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS INSUMOS SOLICITADOS DEBEN VENIR POR PRUEBA INDIVIDUAL AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR COFEPRIS?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
8	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1		ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRUEBA SE PODRA REALIZAR A TRAVES DE SANGRE CAPILAR, SANGRE TOTAL, SUERO Y PLASMA	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1		¿ES CORRECTO QUE DE ACUERDO CON SU DESCRIPCION TECNICA ESTA PRUEBA NO REQUIERE DE EQUIPO ADICIONAL NI REFRIGERACION FAVOR DE RATIFICAR?	Es correcta su apreciación, la prueba no debe requerir equipo adicional ni refrigeración.
10	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1		ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRUEBA RAPIDA CROMATOGRAFICA PARA LA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO DEBE TENER UNA SENSIBILIDAD DE 2ng/ml Y VALOR DE REFERENCIA DE 4ng/ml	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
11	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		TIRAS PERFIL DE LIPIDOS	24		¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO LECTOR PARA LA PARTIDA DE PERFIL DE LÍPIDOS TENGA COMO CARACTERÍSTICA: EL NO NECESITAR CONECTARSE A LA LUZ ELÉCTRICA Y QUE SEA UN EQUIPO PIONT OF CARE QUE PERMITA TRASLADARSE CON FACILIDAD A LAS ZONAS EN DONDE SE HACEN LAS PRUEBAS Y QUE EN CASO DE NO HABER SERVICIOS ELÉCTRICOS PUEDA SEGUIR OPERANDO?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
12	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		TIRAS PERFIL DE LIPIDOS	24		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LOS PARÁMETROS PARA COLESTEROL SEAN DE 100 MG/DL A 400 MG/DL; COLESTEROL HDL DE 20 MG/DL A 120 MG/DL; TRIGLICÉRIDOS MÍNIMOS DE 50 MG/DL A 500 MG/DL. YA QUE NO ES NECESARIO REBASAR ESTOS ESTÁNDARES DE MEDICIÓN EN ESTA PRUEBA ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
13	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		TIRAS PERFIL DE LIPIDOS	24		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO DE RESULTADOS QUE SE OBTENGA DEL EQUIPO LECTOR SEA DE 2 MINUTOS MÁXIMO, YA QUE ESTE TIEMPO LE DARÁ OPORTUNIDAD A LA GENTE QUE OPERA LOS PROGRAMAS DE REALIZAR MAS TAMIZAJES Y NO HACER ESPERAR TANTO TIEMPO AL PACIENTE, ADEMÁS LES DARÁ LA OPCIÓN DE OPERAR MENOS EQUIPOS Y EVITAR ERRORES DE PERSONA EN PERSONA AL ATENDER VARIOS PACIENTES DE FORMA SIMULTANEA POR EL EXCESO DE TIEMPO EN EL RESULTADO DE LA PRUEBA QUE ARROJA CADA EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
14	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		TIRAS PERFIL DE LIPIDOS	24		¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRUEBA SE OPERARA CON UNA SOLA GOTA EN LA TIRA?	Es correcta su apreciación.
15	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		TIRAS PERFIL DE LIPIDOS	24		¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL VOLUMEN DE MUESTRA PARA ESTA PRUEBA TIENE UN RANGO DE 35 A 40 UL, PARA EVITAR EXTRAER MÁS SANGRE O LASTIMAR EN EXCESO AL PACIENTE AL FINAL ESTE VOLUMEN ES MAS QUE SUFICIENTE PARA ESTA PRUEBA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
16	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		TIRAS PERFIL DE LIPIDOS	24		SE SOLICITA QUE LA PIPETA DE RECOLECCIÓN O CAPILAR PARA TOMA DE MUESTRA TENGA COMO MÁXIMO EL VOLUMEN DE 40 UL Y QUE ESTE GRADUADO EN LA PIPETA O CAPILAR, PARA EVITAR QUE SE CONTAMINE EL EQUIPO O EL PROFESIONAL DE LA SALUD AL TENER UN EXCESO DE SANGRE QUE PUEDA OCASIONAR UN LLENADO INCORRECTO EN LA TIRA ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
17	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV	X			TIRAS PERFIL DE LIPIDOS	24		CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO INGRESO DE INSUMOS EN EL PAIS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDAN ENTREGAR SOLO BIENES QUE CUMPLAN CON LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO	Podrán ofertar bienes independientemente de su origen, siempre y cuando presente los requisitos solicitados en el Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
18	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		TIRAS PERFIL DE LIPIDOS	24		PARA GARANTIZAR QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS SANITARIOS QUE MARCA LA FARMACOPEA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES NECESARIO PRESENTAR REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL ANALIZADOR PORTATIL DE SANGRE	Es correcta su apreciación, se solicita registro sanitario de la prueba, lanceta retractil, toalla alcoholada y equipo lector.
19	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		GLUCOSA	25		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE DEBERA DE CUMPLIR CON LOS MEJORES ESTÁNDARES DE CALIDAD, POR LO CUAL ENTENDEMOS QUE LA TIRA REACTIVA DEBERA SER ESTABLE EN PRECISIÓN Y EXACTITUD DURANTE LA FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL FRASCO QUE LAS CONTIENE, AÚN DESPUÉS DE HABERLO ABIERTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
20	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		GLUCOSA	25		SOLICITAN TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR UN MEJOR USO DE LA TIRA REACTIVA PARA DETERMINAR GLUCOSA EN SANGRE ESTA DEBERA PODER SER UTILIZADA EN SANGRE NEONATAL, CAPILAR, VENOSA Y ARTERIAL. LO QUE PERMITIRA SU USO INDISTINTO EN TODA LA POBLACION DEL INSTITUTO. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
21	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		GLUCOSA	25		SOLICITA LANCETA POR CADA TIRA, POR SEGURIDAD DEL PERSONAL USUARIO Y PACIENTE PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA O INFECCIÓN POR CONTACTO, ENTENDEMOS QUE LA LANCETA DEBE SER DESECHABLE QUE NO REQUIERA DE UN DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, NI OTRO DISPOSITIVO QUE PODRÍA INCREMENTAR LA MANIPULACION DEL MISMO, LA LANCETA DEBE CONTENER SISTEMA INTERNO DE PUNCIÓN DE UN SOLO USO, DESECHABLE Y CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA, PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL USUARIO ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
22	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		GLUCOSA	25		SOLICITA LANCETA POR CADA TIRA, SI REQUIRIESE TIRA DE ALTA CALIDAD Y QUE INCLUYA A TODAS LAS POBLACIONES PARA EL USO DEL BIEN DE MANERA INDISTINTA, SE ENTIENDE QUE REQUIEREN TIRA QUE PUEDA SER UTILIZADO CON SANGRE NEONATAL, CAPILAR, VENOSA O ARTERIAL. ENTENDEMOS QUE TAMBIÉN REQUIEREN UNA LANCETA QUE PUEDA SER UTILIZADA EN ADULTOS Y PACIENTES MENORES DE 2 AÑOS, DE SEGURIDAD DESECHABLE QUE NO REQUIERA DE UN DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, NI OTRO DISPOSITIVO QUE PODRÍA INCREMENTAR LA MANIPULACION DEL MISMO, LA LANCETA DEBE CONTENER SISTEMA INTERNO DE PUNCIÓN DE UN SOLO USO, DESECHABLE Y CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA, PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL USUARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
23	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		GLUCOSA	25		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE DEBERA OFRECER LA POSIBILIDAD DE COMPROBAR ADICIONALMENTE EL RESULTADO, MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE COLORES, DICHA ESCALA DEBERA DE ESTÁR IMPRESA EN UNA ETIQUETA PUESTA EN EL TUBO, SIRVIENDO ESTO COMO VERIFICACIÓN DE PLAUSIBILIDAD DEL RESULTADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
24	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		GLUCOSA	25		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR ALMOHADILLA PARA ASEPSIA DE USO EXETRNO, SATURADA AL 70% DE ALCOHOL ISOPROPILICO ¿SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
25	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		GLUCOSA	25		PARA GARANTIZAR QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS SANITARIOS QUE MARCA LA FARMACOPEA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES NECESARIO PRESENTAR REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL GLUCOMETRO	Es correcta su apreciación, se solicita registro sanitario de la prueba, lanceta retractil, toalla alcoholada y equipo lector.
26	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		CLORHEXIDINA	5		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR , SOLUCIÓN AL 2% DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA (CHG) DESTINADA A LA LIMPIEZA Y LA HUMECTACIÓN DE PREPARACIONES DE CAVIDADES. FRASCO 135 ML ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
27	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		ESPONJA ABSORBIBLE HEMOSTATICA PREPARADA CON GELATINA,	6		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR , ESPONJA HEMOSTÁTICA CON PLATA COLOIDAL OFRECE AL DENTISTA UN PRODUCTO EFICAZ Y BIOCOMPATIBLE PARA LA EXTRACCIÓN FIABLE DE POSTES Y EXTRACCIÓN. LA PLATA COLOIDAL TIENE UN EFECTO BACTERICIDA. BLISTER INCLUYE 20 ESPONJAS ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
28	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJO SA DE CV		X		LAMPARA DE FOTOCURADO DE LED	13		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR , LÁMPARA DE FOTOCURADO DE COLTENE QUE DEFINE UN RENDIMIENTO SIN RIESGOS. EL TIEMPO EN CONSULTA SE PUEDE REDUCIR DE FORMA EFICAZ GRACIAS A LA POLIMERIZACIÓN RÁPIDA Y COMPLETA DE LOS MATERIALES FOTOPOLIMERIZABLES, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA RESISTENCIA, LÁMPARA MULTILED (4) POLIMERIZA LOS DISTINTOS MATERIALES DENTALES Y SUS DIFERENTES FOTO INICIADORES, FIBRA ÓPTICA TURBO DE 11 MM CON PUNTA TERMINADA EN 8MM FÁCIL ACCESO EN ÁEREAS COMPLEJAS DE LA CAVIDAD ORAL, BOTONES INTUITIVOS DE FÁCIL MANIPULACIÓN, BATERIA ION LITIO DE ALTA RESISTENCIA 300 POLIMERIZACIONES DE 10 SEGUNDOS POR CARGA ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
29	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		BOLSA PARA ESTERILIZAR	8		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR , BOLSA PARA ESTERILIZAR CHICA AUTOSELLABLE 9 X 23, CAJA CON 200 PZS. ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
30	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		ACIDO FOSFORICO	14		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR , ETCH 37% ES UN ÁCIDO FOSFÓRICO SEMI GEL, DISPONIBLE CON BENZALKONIUM CHLORIDE (BAC) Y DISEÑADO PARA EL GRABADO DE LA ESTRUCTURA DEL DIENTE ANTES DE LA ADHESIÓN. ESTÁ COMPUESTO POR UN 37% DE H3PO4 Y ES ESPECIALMENTE EFICAZ PARA GRABAR EL ESMALTE Y LA DENTINA. INCLUYE; 4 JERINGAS DE 5 G Y PUNTAS APLICADORAS ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
31	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		X		ANESTESICO MEPIVACAINA	19		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR , ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE. MEPIVACAÍNA 3% CAJA CON CARTUCHOS DE VIDRIO DE 5 BLÍSTER DE 10 X 1,8 ML CADA UNO ¿SE ACEPTA?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
1	Comercializadora VCR-Davila s.A. de C.V.		X		DESCRIPCIÓN TÉCNICA:DIQUE DE HULE PARA AISLAMIENTO DE CAMPO OPERATORIO, DE LATEX, MEDIDAD DE 5 X 5", DE GROSOR	3	GROSOR	SE SOLICITA AL CONVOCANTE PODER ENTREGAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: DIQUE 6X6 AZUL NICTONE MEDIO CON 36	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
1	IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	X			ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	PARTIDA 1	h) Lugar y tiempo de entrega	Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el tiempo de entrega para la partida 1, por 25 días naturales adicionales al plazo otorgado, lo anterior debido a que el producto requiere de dicho plazo para su debida imortacion, lo anterior a fin de no limitar la libre participacion y asi conseguir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso h) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.