



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 546ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-082-25 (CAGEG-082/2025) para la Adquisición de Otros Equipos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **09:00** horas del día **04 de noviembre de 2025**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Karla Elizabeth Ambrosio Hernández Ejecutivo de Compras 	C. Karla Sofia Sánchez Fernández Representante de la Secretaría de Obra Pública 
C. Edenia Vargas Barajas Representante de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 	C. Javier Oswaldo Núñez Guevara Representante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. 
C. Ma. Yolanda Meza Ríos Representante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. 	C. Xochiquetzal Landín Rojas Representante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. 
C. Mitzi Loisa Zuleica Meza Estrada Representante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-082-25 (CAGEG-082/2025)** para la Adquisición de Otros Equipos:

Nombre	Firma
MECIT S.A. DE C.V. Diana Karina Ramírez Aldape	

Conocido el registro del interesado en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formulo fueron claras, respondiendo este de manera afirmativa.


IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del


Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Florencio Vieyra Caudillo



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **09:50 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **04 de noviembre de 2025**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.





GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-082-25 (CAGEG-082/2025) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

Nombre del participante: Dakar Comercializadora S.A. de C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	1,2,3	Anexo I	10 drones DJI Mavic 3T incluye control remoto para su operatividad, deberá incluir baterías, cargador directo y centro de carga de baterías del dron. Propuesta: Con relación a la solicitud de 10 drones DJI Mavic 3T, se hace de su conocimiento que dicho modelo ha sido descontinuado por el fabricante DJI. En su lugar, se ha lanzado el modelo sustituto DJI Mavic 3 TA (DJI Mavic 3 Enterprise Advanced), el cual cuenta con mejoras técnicas y una cámara de mayor desempeño. Por lo que, respetuosamente, se solicita a la convocante su autorización para ofertar este modelo actualizado como sustituto del DJI Mavic 3T. ¿Se acepta nuestra propuesta de sustitución por el modelo DJI Mavic 3 TA (DJI Mavic 3 Enterprise Advanced)?	No se acepta su propuesta deberá apegarse a la marca y modelo establecido en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
2	1,2,3	Anexo I	10 drones DJI Mavic 3T incluye control remoto para su operatividad, deberá incluir baterías, cargador directo y centro de carga de baterías del dron. Propuesta: En caso de que la convocante no acepte la sustitución del modelo DJI Mavic 3T por el DJI Mavic 3 TA (DJI Mavic 3 Enterprise Advanced), respetuosamente se propone la posibilidad de ofertar el modelo DJI Matrice 4T, el cual cumple con características técnicas superiores y funcionales para las mismas aplicaciones requeridas. El Dron DJI Matrice 4T incluye control remoto para su operatividad, así como baterías para el dron y para el control remoto, garantizando su correcto funcionamiento. Además, se entregaría con	No se acepta su propuesta deberá apegarse a la marca y modelo establecido en el Anexo I de las bases de la presente licitación.



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-082-25 (CAGEG-082/2025) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

			cargador directo y centro de carga de baterías para asegurar su plena funcionalidad. ¿Se acepta nuestra propuesta de sustitución con el modelo DJI Matrice 4T?	
3	1,2,3	Anexo I	10 drones DJI Mavic 3T incluye control remoto para su operatividad, deberá incluir baterías, cargador directo y centro de carga de baterías del dron. Pregunta Se solicita amablemente a la convocante indicar la cantidad exacta de baterías requeridas para cada dron, así como el número de baterías que deberán incluirse para el control remoto, a fin de garantizar que la propuesta cumpla correctamente con las especificaciones solicitadas.	No se requieren baterías adicionales, solo las baterías que vienen incluidas de fabrica con el Dron.
4	5	Anexo I	Dron DJI Matrice 4T, incluye control remoto para su operatividad, deberá incluir baterías tanto para el dron como para el control remoto que garantice el correcto funcionamiento, cargador directo y centro de carga de baterías para su funcionalidad. Pregunta Se solicita amablemente a la convocante indicar la cantidad exacta de baterías requeridas para cada dron, así como el número de baterías que deberán incluirse para el control remoto, a fin de garantizar que la propuesta cumpla correctamente con las especificaciones solicitadas.	No se requieren baterías adicionales, solo las baterías que vienen incluidas de fabrica con el Dron. Se aclara que se requiere que la carga completa de las baterías sea de al menos al 95%

Nombre del participante: Nitidata León, S.A. de C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	1,2,3	Dron DJI Mavic 3T	Solicitan Dron DJI Mavic 3T. Actualmente el modelo 3T, cuenta con una versión técnica más reciente, el DJI Mavic 3 TA (Thermal Advanced), el cual mantiene el mismo formato, dimensiones y compatibilidad con accesorios (baterías, centro de carga, control	No se acepta su propuesta deberá apegarse a la marca y modelo establecido en el Anexo I de las bases de la presente licitación.



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-082-25 (CAGEG-082/2025) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

			remoto), pero incorpora mejoras en la cámara térmica y en la precisión de imagen térmica sin costo adicional. Solicitamos a la convocante confirmar si podemos ofertar el DJI Mavic 3 TA (Thermal Advanced), que cumple con lo solicitado, y ofrece prestaciones avanzadas, sin costo adicional. ¿se acepta nuestra solicitud?	
2	1,2,3	Dron DJI Mavic 3T	Solicitan que el dron incluya: control remoto para su operatividad, incluir baterías, cargador directo y centro de carga de baterías del dron. El equipo solicitado incluye una batería solamente. El centro de carga de baterías del dron, tiene capacidad para hasta 3 baterías cargadas en secuencia. ¿podría la convocante confirmar cuántas baterías adicionales a la incluida con el equipo deberán de ofertarse?	No se requieren baterías adicionales, solo las baterías que vienen incluidas de fabrica con el Dron.
3	1,2,3	Dron DJI Mavic 3T	a) ¿Es requerido ofertar capacitación en el uso de los drones? b) En caso de ser afirmativa la respuesta del inciso a), ¿podría confirmar para cuantas personas? c) En caso de ser afirmativa la respuesta del inciso a), ¿deberá ser impartida por personal certificado del fabricante DJI? d) En caso de ser afirmativa la respuesta del inciso a), ¿podría indicar si se requiere en sitio, y en qué lugar se realizaría?	No es necesario la capacitación.
4	5	Dron DJI Matrice 4T	Solicitan que el dron incluya: control remoto para su operatividad, incluir baterías tanto para el dron como para el control remoto que garantice el correcto funcionamiento, cargador directo y centro de carga de baterías para su funcionalidad. El equipo solicitado incluye una batería para el dron solamente. El centro de carga de baterías del dron, está incluido, y tiene capacidad para hasta 4 baterías cargadas en secuencia. ¿podría la convocante confirmar cuántas baterías adicionales a la incluida con el equipo deberán de ofertarse?	No se requieren baterías adicionales, solo las baterías que vienen incluidas de fabrica con el Dron. Se aclara que se requiere que la carga completa de las baterías sea de al menos al 95%

h

e

7

1

7

L

7

1

7



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-082-25 (CAGEG-082/2025) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

5	5	Dron DJI Matrice 4T	Solicitan que el dron incluya: control remoto para su operatividad, incluir baterías tanto para el dron como para el control remoto que garantice el correcto funcionamiento, cargador directo y centro de carga de baterías para su funcionalidad. El equipo solicitado incluye el control remoto, con una batería integrada al mismo control. Si requiere una batería adicional para el control remoto, éste es un accesorio adicional. ¿podría la convocante confirmar cuantos accesorios de batería para control remoto adicionales deberán de ofertarse?	No se requieren baterías adicionales, solo las baterías que vienen incluidas de fabrica con el Dron. Se aclara que se requiere que la carga completa de las baterías sea de al menos al 95%
---	---	----------------------------	--	---

Nombre del participante: MECIT S.A. DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

b). - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	4	ANEXO I "Kit de Robótica"	Respecto al "Kit de Robótica" la convocante solicita "5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" (STEM por sus siglas en inglés); Se solicita se aclare que, para la evaluación de la convocante ¿los licitantes deberá incluir en oferta técnica acceso a 5 usuarios a la plataforma didáctica STEM ofertada por el licitante?	Deberá ofertar 5 (cinco) accesos para maestro a plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
2	4	ANEXO I "Kit de Robótica"	Respecto al "Kit de Robótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas"; ¿la plataforma mencionada deberá contener las 16 prácticas del kit de robótica?	Es correcta su apreciación



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-082-25 (CAGEG-082/2025) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

3	4	ANEXO I "Kit de Robótica"	Respecto al "Kit de Robótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" (STEM por sus siglas en inglés); Para que la convocante lleve a cabo la evaluación técnica de la plataforma que solicita, los licitantes ¿deberán de permitir el acceso a la versión demostrativa de dicha plataforma, indicando en su propuesta técnica usuario y contraseña de acceso?	Se aclara que para efectos de presentación de oferta técnica deberá presentar versión demostrativa con usuario y contraseña de acceso y en caso de resultar adjudicado deberá presentar accesos de licencia de la plataforma.
4	4	ANEXO I "Kit de Robótica"	Respecto al "Kit de Domótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" (STEM por sus siglas en inglés); Se solicita se aclare que, para la evaluación de la convocante ¿Se deberá incluir en oferta técnica acceso a 5 usuarios a la plataforma didáctica STEM ofertada por el licitante?	Deberá ofertar 5 (cinco) accesos para maestro a plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
5	4	ANEXO I "Kit de Robótica"	Respecto al "Kit de Domótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas"; ¿la plataforma mencionada deberá contener las 14 prácticas del kit de domótica?	Es correcta su apreciación
6	4	ANEXO I "Kit de Robótica"	Respecto al "Kit de Domótica" la convocante solicita "Hasta 5 Accesos para maestro a Plataforma que sea compatible para las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" (STEM por sus siglas en inglés); Para que la convocante lleve a cabo la evaluación técnica de la plataforma solicitada, los licitantes ¿deberán de permitir el acceso a la versión	Se aclara que para efectos de presentación de oferta técnica deberá presentar versión demostrativa con usuario y contraseña de acceso y en caso



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. 40051001-082-25 (CAGEG-082/2025) PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS

			demonstrativa de dicha plataforma, indicando en su propuesta técnica usuario y contraseña de acceso?	de resultar adjudicado deberá presentar accesos de licencia de la plataforma.
7	4	ANEXO I "Laboratorio Móvil de Ciencias Básicas"	Respecto al "Laboratorio Móvil de Ciencias Básicas" la convocante indica que "Incluye prácticas de R.A." Se solicita amablemente a la convocante aclarar que R.A. tiene por significado "Realidad Aumentada"	La expresión "prácticas de R.A." se refiere a prácticas de Realidad Aumentada.
8	4	ANEXO I "Conjunto de recolección de datos 1. Interface colectora de datos"	Respecto a "conjunto de recolección de datos" se solicita aclarar que se ¿deberá de incluir en oferta técnica el software para operación, análisis de datos y representación gráfica de la interface?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.
9	4	ANEXO I "Conjunto de Microscopía compuesto"	Respecto al "Conjunto de Microscopía compuesto" se menciona en dos ocasiones el siguiente elemento: "Bureta graduada de 50 ml " Se solicita amablemente a la convocante aclarar que, ¿se deberán incluir en oferta técnica 2 buretas graduadas de 50 ml ¿	Es correcta su apreciación
10	4	ANEXO I	De conformidad con lo establecido en el art 66 fracción IX de la ley, debido a que se se deben de establecer normas que sean aplicables a los bienes objeto de la partida 4, con la finalidad de tener claridad y precisión respecto de las mismas, ¿debo entender que con estas normas se refiere al iso 9001:2015 y certificado hecho en México las cuales permiten garantizar la calidad y cumplimiento de lo requerido en dicha partida?	No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente licitación.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]