



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

NOTIFICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54508525-2 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

El presente acto dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:00** horas del día **24 de noviembre de 2025** en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones y Suministros adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5.

I. Señalamientos y Puntualizaciones

Se adjunta como parte integral de la presente Notificación, el documento que comprende las preguntas y respuestas recibidas para el presente procedimiento

La presente notificación queda a disposición de los interesados a participar en la presente Invitación, en las páginas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>.

Se da por terminada la presente a las **12:20** horas, en la ciudad de Guanajuato, Gto., el **24 de noviembre de 2025**.

Servidores Públicos

C. Karina García Barbosa
Ejecutivo de Compras de la Dirección de
Adquisiciones y Suministros

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54508525-2 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOTIFICACIÓN DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Medica Siller S. A. de C. V.	X			Equipo de Química Sanguinea	1	F. Lugar y tiempo de entrega de las bases	Solicitan como tiempo de entrega considerando como fecha de entrega 45 días naturales posteriores a la notificación de adjudicación. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta la ampliación del tiempo de entrega a 90 días naturales posteriores a la notificación de adjudicación, esto debido a que son bienes de importación y el paso por aduana por las fechas son prolongados para su ingreso al país. ¿Se acepta?	Se aclara que la fecha de entrega para la partida 1 deberá ser a más tardar el 02 de marzo de 2026, lo anterior dejando sin efecto para la partida 1 la fecha señalada en el inciso F del apartado I. Información específica de la invitación, de las bases de la presente invitación.
2	Medica Siller S. A. de C. V.	X			Equipo de Química Sanguinea	1	B. Presentación de oferta de manera presencial. Documentación No. 9 Carta del fabricante o distribuidor mayorista ...	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que nos permita entregar Carta del fabricante o distribuidor mayorista impresa a color y en caso de resultar adjudicados se entregara la carta en original en la firma del contrato. ¿Se acepta?	Podrá entregarla de esta forma sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	Medica Siller S. A. de C. V.	X			Equipo de Química Sanguinea	2	10. Catálogo o ficha técnica de los bienes ofertados	En caso de no poder referenciar alguna característica, solicitamos a la convocante nos permita entregar carta de apoyo donde mencione que el equipo ofertado cumple con la característica solicitada. ¿Se acepta?	Podrá presentarla sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	Medica Siller S. A. de C. V.		X		Equipo de Química Sanguinea	1	Anexo I	Solicitamos a la convocante nos aclare si las características solicitadas en el anexo I son de referencia y se podrá ofertar las características de cada casa comercial esto para no limitar la libre participación. ¿Es correcto?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a lo acordado en la presente notificación de aclaraciones.
5	Medica Siller S. A. de C. V.		X		Equipo de Química Sanguinea	1	Anexo I	Solicitan de 300-400 pruebas por hora, solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita ofertar equipo con velocidad de 250 pruebas por hora de química clínica para no limitar la libre participación. ¿Se acepta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	Medica Siller S. A. de C. V.		X		Equipo de Química Sanguinea	1	Anexo I	Solicitan 8 longitudes de onda 340 nm, 405 nm, 450 nm, 510 nm, 578 nm, 630 nm, 670 nm y 460-546 nm, sin embargo, cada casa comercial maneja las longitudes de acuerdo a sus productos, para no limitar la libre participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo con 8 longitudes de ondas de acuerdo con cada casa comercial ofertada. ¿Se acepta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	Medica Siller S. A. de C. V.		X		Equipo de Química Sanguinea	1	Anexo I	Solicitan que el equipo cuente con modos de calibración: lineal (un punto, doble punto y multipunto), logit-log de 4p, logit log sp, spline, ranura, exponencial, polinomio y parábola, entendemos que con que cuente con alguno de estos métodos de calibración de acuerdo con la tecnología de cada casa comercial. ¿Es correcto?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a lo acordado en la presente notificación de aclaraciones.

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54508525-2 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

NOTIFICACIÓN DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	Medica Siller S. A. de C.V.		X		Equipo de Química Sanguinea	1	Anexo I	Solicitan que el equipo cuente con reglas de control: XR, LJ, Westgard, Multi Norma, y Suma Acumulativa, entendemos que con que cuente con alguna de estas reglas de control de acuerdo con la tecnología de cada casa comercial. ¿Es correcto?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I y a lo acordado en la presente notificación de aclaraciones.
1	LOURDES PATRICIA CASTILLO HERNANDEZ				X	1	F. LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA	DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA FORMA EN QUE SE SOLICITA EL EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA CON EL MÓDULO ISE PARA ELECTROLITOS, SE DEBE SOLICITAR DESDE FABRICA QUE EL EQUIPO CUENTE CON EL MISMO, Y NO CONTAMOS EN MÉXICO CON EL EQUIPO CON ESA CARACTERISTICA, POR LO CUAL LA PREGUNTA ES SI, ¿HAY POSIBILIDAD DE QUE TIEMPO OFERTADO EN ESTA PARTIDA SE EXTIENDA A 3 MESES, PARA SU ENTREGA?	Se aclara que la fecha de entrega para la partida 1 deberá ser a más tardar el 02 de marzo de 2026, lo anterior dejando sin efecto para la partida 1 la fecha señalada en el inciso F del apartado I. Información específica de la invitación, de las bases de la presente invitación.
1	Instrumentos y Equipos Falcon S.A. de C.V.		X		Equipo de Química Sanguinea	1		1. Respecto al volumen del reactivo R1: Se solicita a la convocante considerar la aceptación de un volumen de reactivo en R1 de 120 µL a 450 µL, toda vez que dicho rango no afecta la calidad ni la precisión de los resultados. Esto con el fin de no limitar la libre participación de los licitantes.	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	Instrumentos y Equipos Falcon S.A. de C.V.		X		Equipo de Química Sanguinea	1		2. Respecto al volumen de reacción: Se solicita a la convocante considerar la aceptación de un volumen de reacción mínimo de 200 µL y máximo de 600 µL, ya que dicho rango no afecta la calidad de los resultados ni las condiciones de operación del usuario final. En espectrofotometría, ningún volumen —mayor o menor— es intrínsecamente superior; la selección depende del método, la cubeta y el equipo utilizado. Lo anterior con el fin de no limitar la libre participación de los licitantes.	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	Instrumentos y Equipos Falcon S.A. de C.V.		X		Equipo de Química Sanguinea	1		3. Respecto a la fuente de luz del sistema óptico: Se solicita a la convocante considerar la aceptación de una fuente de luz tipo LED, toda vez que esta tecnología incrementa la vida útil del sistema, mejora la eficiencia energética y reduce la generación de calor. Esto con el fin de no limitar la libre participación de los licitantes.	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.