

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA
Invitación mixta mediante Invitación con cotización de tres proveedores no. M3E-52209025-1 para
la adquisición de equipo médico y de laboratorio

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DEWIMED, S.A.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	3	4.3	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una lámpara con una temperatura variable de 4200 a 5500, esto no demerita el uso del bien y permite una libre participación de los licitantes. ¿Se acepta?	Podrán ofertar una lámpara con una temperatura variable de 4200 a 5500, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	3	4.7	Entendemos que podemos ofertar un equipo con intensidad luminosa máxima de 130,000 luxes toda vez que este valor se encuentra dentro del rango publicado, ¿es correcto? Favor de aclarar.	Deberá apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I y I-B de la presente Invitación.
1	3	4.6	Si la respuesta a la pregunta anterior fuera negativa y la lámpara debe llegar a una intensidad luminosa máxima de 160,000 luxes, se solicita a la convocante que, para cumplir el punto 4.6 nos permita una tolerancia de +/- 5% en los valores de energía de radiación, esta tolerancia entra en concordancia con acuerdos internacionales y no afecta el desempeño óptimo del equipo, ¿Se acepta?	Podrá ofertar ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 600 W/M2 O MENOR POR CADA LÁMPARA, sin ser obligatorio para los demás participantes.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: EQUIVER, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	13	4.2.2. ENSAMBLADO EN BASE DE ALUMINIO	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON ENSAMBLADO DE POLIAMIDA: ESTE MATERIAL ES FABRICADO MEDIANTE MODELO POR INYECCIÓN. TAMBIÉN TIENE LA VENTAJA DE QUE ES MÁS LIGERO Y NO HAY ABRASIÓN METÁLICA AISLANTE ELECTRICO, CON MAYOR DURABILIDAD QUE ALUMINIO. ¿SE ACEPTA?	Si se refiere a la Partida 3, podrá OFERTAR UN EQUIPO CON ENSAMBLADO DE POLIAMIDA" sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando garantice sus propiedades mecánicas e higiénicas sean las adecuadas para el equipo.
2	13	4.3. TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE Y	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA	Si se refiere a la Partida 3, podrá ofertar UN EQUIPO CON 3 RANGOS DE TEMPERATURA DE 500K CADA UNO"

		AJUSTABLE ELECTRONICO DENTRO DEL RANGO DE 4,200 A 6,000° KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO	OFERTAR UN EQUIPO CON 3 RANGOS DE TEMPRADOTURA DE 500K CADA UNO. ¿SE ACEPTA?	siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el punto 4.3 Sin ser obligatorio para los demás participantes
3	13	4.5.1.1. DIAMETRO DE ILUMINACION AJUSTABLE DE MINIMO 18CM.4.5.2. PROFUNDIDAD DE 75CM O MAYOR A 1M DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA ROFUNDIDAD DE +- 5 CM DE DISTANCIA ESTO SIN ADECTAR EL FUNCIONAMIENTO ¿SE ACEPTA?	Si se refiere al punto 4.5.2 de la partida 3, podrá ofertar una tolerancia de +/- 5cm de profundidad, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto mencionado. Sin ser obligatorio para los demás participantes.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	2,3,4,5	17 FC1, FC5, FC6, FC7	Se solicita amablemente a la convocante que debido a que los dias entre la junta de aclaraciones y la entrega de propuesta son muy pocos , se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podran ser verificadas por el area usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta tecnica, como condicion de firmar el contrato, se acepta?	Su solicitud podrá quedar atendida con el inciso A. PRESENTACIÓN DE OFERTA DE MANERA ELECTRÓNICA, del apartado II. Presentación de ofertas.
2	2,3,4,5	16	Se solicita amablemente a la convocante tener la opcion presentar Manuales, catálogos u hojas técnicas y en general documentación técnica original generada por el fabricante de los bienes ofertados en forma impresa o digital (USB o CD), Se acepta?	Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 2.15 del inciso A. PRESENTACIÓN DE OFERTA DE MANERA ELECTRÓNICA, y al numeral 16 del inciso B PRESENTACIÓN DE OFERTA DE MANERA PRESENCIAL del apartado II. Presentación de ofertas de las bases de la presente Invitación.

3	3	13	Se solicita amablemente a la convocante tener la opción presentar Guía mecánica definitiva en formato digital (.dwg). (USB o CD), Se acepta?	<p>Deberá apegarse a lo solicitado en el numeral 13 del inciso B PRESENTACIÓN DE OFERTA DE MANERA PRESENCIAL del apartado II. Presentación de ofertas de las bases de la presente Invitación.</p> <p>Se aclara que en el numeral 2.12 del inciso A. PRESENTACIÓN DE OFERTA DE MANERA ELECTRÓNICA del apartado II. Presentación de ofertas Debe decir: Guía mecánica definitiva para la partida 3 del Anexo I, de forma en formato digital (.dwg).</p> <p>Dejando sin efecto: "Guía mecánica definitiva para la partida 3 del Anexo I, de forma impresa y en formato digital (.dwg)."</p>
---	---	----	--	---

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	4 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO	2.2	Dice:CON ESPECULOS DE 2.5, 3.0, 4.0 Y 5.0 MM REUSABLES (DIEZ DE CADA MEDIDA), Solicitamos atentamente a la convocante tener opción de ofertar ESPECULOS DESECHABLES de las siguientes Medidas: 2.75 MM Y 4.25 MM (1 BOLSA CON 850 PZAS DE CADA MEDIDA), que son las estándar (PEDIATRICO Y ADULTO) Toda vez que nuestro fabricante (Welch Allyn) a dejando de fabricar los reusables por temas de contaminación cruzada derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, Se acepta?	Podrán ofertar ESPECULOS DESECHABLES de las siguientes Medidas: 2.75 MM Y 4.25 MM (1 BOLSA CON 850 PZAS DE CADA MEDIDA), sin ser obligatorio para los demás participantes.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: **DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

a).- De carácter administrativo

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
1	3	CARTAS DE FABRICANTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA	Su solicitud podrá quedar atendida con el inciso A. PRESENTACIÓN DE

			PRESENTAR LAS CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE DIGITALIZADAS ¿SE ACEPTA?	OFERTA DE MANERA ELECTRÓNICA, del apartado II. Presentación de ofertas.
--	--	--	--	---

b).- De carácter Técnico

NO.	PARTIDA:	PUNTO:	PREGUNTA	RESPUESTA
1	3	4.6	DICE "4.6. ENERGIA DE RADIACION DE 500W/M2 O MENOR POR CADA LAMPARA" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA IEC 60601-2-41, LA ENERGÍA DE RADIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA ES DE 600W/M2, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 600 W/M2 O MENOR POR CADA LÁMPARA, ¿SE ACEPTA?	Podrá ofertar ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 600 W/M2 O MENOR POR CADA LÁMPARA, sin ser obligatorio para los demás participantes.
3	3	SIN PUNTO	ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, ¿ES CORRECTO?	Es correcta su apreciación. Se podrán ofertar características superiores salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos; deberá tomar en cuenta lo acordado en el presente documento "Concentrado de preguntas y respuestas" de la presente invitación. El licitante deberá referenciar en su catálogo, manual o documento técnico dichas características superiores.
4	3	4.3	DICE "4.3. TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE Y AJUSTABLE ELECTRONICO DENTRO DEL RANGO DE 4,200 A 6 ,000º KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO." SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE Y AJUSTABLE DENTRO DEL RANGO DE 3,500 A 5,100 KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Podrá ofertar TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE Y AJUSTABLE DENTRO DEL RANGO DE 3,500 A 5,100 KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO, sin ser obligatorio para los demás participantes.

5	3	GUÍA MECÁNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PRESENTANDO LA GUÍA MECÁNICA EN PDF, YA QUE ES LA FORMA EN LA QUE FABRICANTE LA PROPORCIONA, ¿SE ACEPTA?	Podrá presentar la Guía mecánica del fabricante en formato PDF, sin ser obligatorio para los demás participantes.
6	3	VISITA A INSTALACIONES	CON RESPECTO A LO PLATICADO EN LA VISITA A INSTALACIONES REALIZADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA RECORRER EL PASO HOMBRE DE 60X60 CM, POR LO MENOS 30 CM MÁS CERCA DE LA LÁMPARA; CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR FACILIDAD DE ACCESO PARA LA INSTALACIÓN DE LA MISMA Y MANTENIMIENTOS POSTERIORES, ¿SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta de "RECORRER EL PASO HOMBRE DE 60X60 CM, POR LO MENOS 30 CM MÁS CERCA DE LA LÁMPARA", sin ser obligatorio para los demás participantes.
7	3	VISITA A INSTALACIONES	DURANTE LA VISITA A INSTALACIONES, SE NOS INDICÓ QUE CON RESPECTO A LA PLACA DONDE VA MONTADA LA LÁMPARA, PODEMOS HACER PERFORACIONES CÓMO SE REQUIERA PARA MONTAR CORRECTAMENTE NUESTRO EQUIPO, ¿NOS CONFIRMAN QUE DICHA INFORMACIÓN ES CORRECTA?	Podrá utilizar la placa existente siempre y cuando garantice la estabilidad y funcionalidad del equipo. En caso de que no sea compatible con la tecnología a ofertar, los participantes deberán considerarlo en su propuesta.