



**GUANAJUATO**  
GOBIERNO DE LA GENTE

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal**

**Acta Correspondiente**

**A la 672ª Reunión Ordinaria**

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-098-25 (CAGEG-098/2025), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **15:30** horas del día **16 de diciembre de 2025**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.




**I. Lista de Asistencia y Quorum Legal**

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

**Miembros del Comité**

|                                                                                               |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. Blanca Verónica Castañeda Díaz<br>Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 | C. Gabriel Bravo Gutiérrez<br>Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024 |
| C. Karina García Barbosa<br>Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024   | C. Cintya Torres Caudillo<br>Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025            |

**Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades**

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C. Juan Antonio Torres</b><br><b>Representante de la Secretaría de Derechos Humanos</b><br>         | <b>C. Francisco Javier Rodríguez Lozano</b><br><b>Representante de la Secretaría de Derechos Humanos</b><br> |
| <b>C. Juana Patricia Ramos Nieves</b><br><b>Representante de la Secretaría de Derechos Humanos</b><br> | <b>C. Citlali Salazar Cuevas</b><br><b>Representante de la Secretaría de Derechos Humanos</b><br>            |
| <b>C. José Hernández Arzola</b><br><b>Representante de la Secretaría de Derechos Humanos</b><br>       |                                                                                                                                                                                                |

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

## II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocidos los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en participar en la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-098-25 (CAGEG-098/2025), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencionada licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas [http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion\\_publica\\_licitaciones.php](http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php), y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

### **III. Señalamientos y Puntualizaciones**


Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.

### **IV. Fundamento Legal**

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

**C. Florencio Vieyra Caudillo**



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **16:00 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **16 de diciembre de 2025**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

**Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-098-25 (CAGEG-098/2025), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos**

**Pantalla portal e-compras**

← ↻ https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F5acef5cb8596b8cf25ae74cbbf13e3f3&ExecuteLocally=true... 🔍 A ☆ ⚙ ...

**GTO** Manual del usuario Salir del sistema

← Atrás Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

**Preguntas** Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

**Preguntas** Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Número de operación: 7900002517 A

Nombre:

Aplicar Reinicializar

| Número de evento | Descripción de eventos | Tipo evento        | Período de rec. preguntas | Fecha de inicio | Hora inicio | Fecha recep. preg. | Hora recep. preg. |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 7900002517       | 40051001-098-25-1      | Licitación pública | Concluido                 | 05.12.2025      | 16:20:00    | 10.12.2025         | 12:00:00          |

← ↻ https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F5acef5cb8596b8cf25ae74cbbf13e3f3&ExecuteLocally=true... 🔍 A ☆ ⚙ ...

**GTO** Manual del usuario Salir del sistema

← Atrás Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

**Preguntas** Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

**Preguntas** Preguntas > Preguntas Pantalla completa

**Preguntas**

| Número de evento | Descripción | Proveedor | Nombre | Anexo preguntas | Fecha envío | Acuse | Emitir Acuse |
|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------|-------------|-------|--------------|
|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------|-------------|-------|--------------|

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-098-25 (CAGEG-098/2025), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

JUNTA DE ACLARACIONES

| NO. DE PREGUNTA | LICITANTE                                                 | CARÁCTER ADMINISTRATIVA | CARÁCTER TÉCNICO | CARÁCTER LEGAL | DESCRIPCION DEL BIEN                     | PARTIDA | PUNTO                                                                                                   | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | WIRKSAMKEIT SOLUTIONS S.A. DE C.V.                        | X                       |                  |                | AUXILIARES AUDITIVOS                     | 49 Y 50 | ANEXO 1 DESCRIPCION TECNICA NUMERAL II INCISO F Y ANEXO H                                               | DICE: ENTREGA EN: CARRETERA SILAO GUANAJUATO KM 4.5 C.P. 36270 SILAO EL CAPULIN MEXICO/GTO<br>PREGUNTA: ¿LOS BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN EL CENTRO DE REHABILITACION UBICADO EN PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO, PUERTA 2, COMUNIDAD EL CAPULIN MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, EN UNA SOLA EXHIBICION A MAS TARDAR EL 18 DE FEBRERO DEL 2026?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Es correcta su apreciación. Lo anterior de conformidad al inciso f) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.                                                                                                      |
| 2               | WIRKSAMKEIT SOLUTIONS S.A. DE C.V.                        |                         | X                |                | AUXILIARES AUDITIVOS                     | 49 Y 50 | ANEXO 1 DESCRIPCION TECNICA NUMERAL III INCISO 1.17 Y 1.18                                              | DICE: 11. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A REALIZAR LA TOMA DE IMPRESION Y ELABORACION DE LOS MOLDES OTICOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION DEL INSTITUTO EN UN PLAZO MAXIMO DE DIEZ DIAS HABILES PROGRAMADOS. 13. DOS A TRES CAPACITACIONES PARA LA ADAPTACION<br>PREGUNTA: SI LA TOMA DE IMPRESIONES Y ELABORACION DE MOLDES OTICOS SE REALIZARAN EN UN PLAZO MAXIMO DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO Y LA ENTREGA DE LOS APARATOS TIENE COMO LIMITE EL 28 DE FEBRERO DE 2026<br>¿LA ADAPTACION Y PROGRAMACION DE LOS AUXILIARES AUDITIVOS SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE O LO HAREMOS NOSOTROS A TRAVES DE JORNADAS DE ENTREGA? | La adaptación y programación de los auxiliares auditivos será realizada por el área solicitante. La entrega de bienes será en las fechas señaladas en el inciso f) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación.       |
| 3               | WIRKSAMKEIT SOLUTIONS S.A. DE C.V.                        |                         | X                |                | AUXILIARES AUDITIVOS                     | 49 Y 50 | ANEXO 1 DESCRIPCION TECNICA NUMERAL III INCISO 1.18                                                     | DICE: 7. UN EQUIPO HIPO PARA PROGRAMACION POR COMPUTADORA. 8. SOFTWARE ORIGINAL PARA PROGRAMACION COMPATIBLE CON HIPO Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O SUPERIOR.<br>PREGUNTA: ¿ES POSIBLE ENTREGAR UN EQUIPO HI.PRO O UN EQUIPO NOAH LINK PARA PROGRAMAR LOS APARATOS AUDITIVOS?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida, por lo que deberá entregarse equipo HI PRO.                                                                                                                                   |
| 1               | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | BASES<br>III. Presentación de Ofertas<br>Requisitos adicionales para participar en las partidas 49 y 50 | Solicitamos a la convocante nos aclare si la Partida 50 "Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA" también podrá ser ofertada en caso de estar interesados, ya que en el documento titulado "40051001-098-25-C" únicamente se menciona la partida 49 "Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa" para auxiliares auditivos. Favor de aclarar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El documento señalado es la convocatoria a la licitación, las partidas que contiene dicha convocatoria son solo una muestra representativa, la totalidad de partidas se señalan en el Anexo I de la licitación y podrá participar en las partidas que sean de su interés. |
| 2               | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa | 49      | BASES<br>II. Información Específica de la Licitación.<br>Inciso f) Lugar y tiempo de entrega            | Se solicita a la convocante aclarar si la entrega de la partida 49 será en el almacén del Centro de Rehabilitación (que se describe en el Anexo H Lugares de entrega) o directamente con el área usuaria. Favor de aclarar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Los bienes deberán ser entregados en el almacén del Centro de Rehabilitación, tal y como se señala en el Anexo H.                                                                                                                                                         |
| 3               | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | BASES<br>II. Información Específica de la Licitación.<br>Inciso f) Lugar y tiempo de entrega            | Se solicita a la convocante aclarar si la entrega de la partida 50 será en el almacén del Centro de Rehabilitación (que se describe en el Anexo H Lugares de entrega) o directamente con el área usuaria. Favor de aclarar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Los bienes deberán ser entregados en el almacén del Centro de Rehabilitación, tal y como se señala en el Anexo H.                                                                                                                                                         |
| 4               | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa | 49      | Anexo I<br>Partida 49<br>Numeral 7                                                                      | Se solicita a la convocante nos aclare, si la adaptación y/o programación de los auxiliares auditivos será realizada por el personal médico de la entidad o el proveedor adjudicado. Favor de aclarar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La adaptación y programación de los auxiliares será realizada por el área solicitante.                                                                                                                                                                                    |
| 5               | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | Anexo I<br>Partida 50<br>Numeral 7                                                                      | Se solicita a la convocante nos aclare, si la adaptación y/o programación de los auxiliares auditivos será realizada por el personal médico de la entidad o el proveedor adjudicado. Favor de aclarar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La adaptación y programación de los auxiliares será realizada por el área solicitante.                                                                                                                                                                                    |

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-098-25 (CAGEG-098/2025), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

JUNTA DE ACLARACIONES

| NO. DE PREGUNTA | LICITANTE                                                 | CARÁCTER ADMINISTRATIVA | CARÁCTER TÉCNICO | CARÁCTER LEGAL | DESCRIPCIÓN DEL BIEN                     | PARTIDA | PUNTO                                                                                                                     | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6               | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa | 49      | BASES<br>III. Presentación de Ofertas<br>Requisitos adicionales para participar en las partidas 49 y 50.<br>Numeral 1.17. | Se solicita a la convocante nos aclare, si la toma de impresión será en una jornada masiva (todos los pacientes serán citados en un mismo día) por el total de aparatos. Favor de aclarar.                                                                                                              | No es correcta su apreciación, se precisa que la toma de impresión se llevará a cabo en varias sesiones, la fecha se deberá acordar con el área solicitante.                                                       |
| 7               | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa | 49      | BASES<br>III. Presentación de Ofertas<br>Requisitos adicionales para participar en las partidas 49 y 50.<br>Numeral 1.17. | En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 15 días hábiles, considerando que para tener un molde de calidad es necesario respetar los tiempos de preparación, secado y detallado. ¿Se acepta?                              | Deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso f) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación y a lo acordado en la respuesta a la pregunta que antecede. |
| 8               | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | BASES<br>III. Presentación de Ofertas<br>Requisitos adicionales para participar en las partidas 49 y 50.<br>Numeral 1.17. | Se solicita a la convocante nos aclare, si la toma de impresión será en una jornada masiva (todos los pacientes serán citados en un mismo día) por el total de aparatos. Favor de aclarar.                                                                                                              | No es correcta su apreciación, se precisa que la toma de impresión se llevará a cabo en varias sesiones, la fecha se deberá acordar con el área solicitante.                                                       |
| 9               | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | BASES<br>III. Presentación de Ofertas<br>Requisitos adicionales para participar en las partidas 49 y 50.<br>Numeral 1.17. | En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 15 días hábiles, considerando que para tener un molde de calidad es necesario respetar los tiempos de preparación, secado y detallado. ¿Se acepta?                              | Deberá apegarse a la fecha establecida en el inciso f) del apartado II. Información específica de la licitación de las bases de la presente licitación y a lo acordado en la respuesta a la pregunta que antecede. |
| 10              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa | 49      | Anexo I<br>Partida 49<br>Descripción técnica                                                                              | Se solicita a la convocante, nos permita ofertar un auxiliar auditivo con al menos 48 canales, con lo cual se genera un incremento de tecnología a la solicitada, ¿se acepta?                                                                                                                           | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                                                                                                                     |
| 11              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa | 49      | Anexo I<br>Partida 49<br>Descripción técnica                                                                              | Se solicita a la convocante nos permita ofertar un auxiliar auditivo con un rango de frecuencia de 105 a 7500, lo cual es un rango más amplio al solicitado, lo cual presenta una mejora a la tecnología solicitada. ¿Se acepta?                                                                        | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                                                                                                                     |
| 12              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa | 49      | Anexo I<br>Partida 49<br>Punto 4.                                                                                         | Se solicita a la convocante, nos permita ofrecer un material de fabricación a base de Silicón, el cual está diseñado exclusivamente para toma de impresiones Óticas, esto con el fin de garantizar la calidad de nuestro molde. ¿Se acepta?                                                             | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                                                                                                                     |
| 13              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa | 49      | Anexo I<br>Partida 49                                                                                                     | Se solicita a la convocante, se deba presentar certificación emitida por la marca de los bienes ofertados, de contar con laboratorio para la elaboración de moldes y que se encuentre en territorio nacional, esto con el fin de garantizar los tiempos de entrega y calidad en los moldes. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta, deberá apegarse a los requisitos solicitados en el apartado III. Presentación de ofertas.                                                                                               |
| 14              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa | 49      | Anexo I<br>Partida 49<br>Punto 8.                                                                                         | Se solicita a la convocante, nos permita ofertar un auxiliar auditivo que pueda ser programado de manera inalámbrica, lo cual genera una mayor comodidad al paciente y al médico, ¿Se acepta?                                                                                                           | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                                                                                                                     |

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-098-25 (CAGEG-098/2025), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

JUNTA DE ACLARACIONES

| NO. DE PREGUNTA | LICITANTE                                                 | CARÁCTER ADMINISTRATIVA | CARÁCTER TÉCNICO | CARÁCTER LEGAL | DESCRIPCION DEL BIEN                     | PARTIDA | PUNTO                                        | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPUESTA                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Media a Severa | 49      | Anexo I<br>Partida 49<br>Punto 4.            | Se solicita a la convocante, permita ofertar otoblocks de algodón debido a que hay conductos de diferentes tamaños y permite una mejor manipulación para la toma de impresión, no afectando el molde. ¿Se acepta?                                                                                       | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                       |
| 16              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | Anexo I<br>Partida 50<br>Descripción técnica | Se solicita a la convocante, nos permita ofertar un auxiliar auditivo con al menos 48 canales, con lo cual se genera un incremento de tecnología a la solicitada, ¿se acepta?                                                                                                                           | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                       |
| 17              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | Anexo I<br>Partida 50<br>Descripción técnica | Se solicita a la convocante, nos permita ofertar un auxiliar auditivo con distorsión armónica del 3% en la frecuencia de 1600Hz, esto no genera alguna afectación a la adaptación y se debe a la alta potencia que genera en la salida. ¿Se acepta?                                                     | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                       |
| 18              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | Anexo I<br>Partida 50<br>Descripción técnica | Se solicita a la convocante, permita ofertar auxiliar auditivo con salida máxima OSPL90 en simulador de oído sea de 146dB, esto para garantizar la mayor estimulación posible en restos auditivos. ¿Se acepta?                                                                                          | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                       |
| 19              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | Anexo I<br>Partida 50<br>Punto 4.            | Se solicita a la convocante, nos permita ofrecer un material de fabricación a base de Silicón, el cual está diseñado exclusivamente para toma de impresiones Óticas, esto con el fin de garantizar la calidad de nuestro molde. ¿Se acepta?                                                             | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                       |
| 20              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | Anexo I<br>Partida 50                        | Se solicita a la convocante, se deba presentar certificación emitida por la marca de los bienes ofertados, de contar con laboratorio para la elaboración de moldes y que se encuentre en territorio nacional, esto con el fin de garantizar los tiempos de entrega y calidad en los moldes. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta, deberá apegarse a los requisitos solicitados en el apartado III. Presentación de ofertas. |
| 21              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | Anexo I<br>Partida 50<br>Punto 8.            | Se solicita a la convocante, nos permita ofertar un auxiliar auditivo que pueda ser programado de manera inalámbrica, lo cual genera una mayor comodidad al paciente y al médico, ¿Se acepta?                                                                                                           | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                       |
| 22              | Representaciones y Distribuciones del Rello, S.A. de C.V. |                         | ✓                |                | Auxiliar Auditivo Perdida Profunda a RA  | 50      | Anexo I<br>Partida 50<br>Punto 4.            | Se solicita a la convocante, permita ofertar otoblocks de algodón debido a que hay conductos de diferentes tamaños y permite una mejor manipulación para la toma de impresión, no afectando el molde. ¿Se acepta?                                                                                       | No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.                       |