



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

ACTA CIRCUNSTANCIADA
SOLICITUD DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. M3F-51501025-1
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

El presente acto dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:40** horas del día **14 de octubre de 2025** en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de asistencia

Se reunieron los servidores públicos siguientes, con objeto de llevar a cabo el acto de solicitud de aclaraciones del procedimiento de contratación indicado al rubro, de conformidad con los artículos 56 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

C. Diana Berenice Rodríguez Casillas
Ejecutivo de Compras de la Dirección de
Adquisiciones y Suministros

C. Gabriel Bravo Gutiérrez
Coordinador de procesos de la
Dirección de Adquisiciones y Suministros

II. Solicitud de aclaraciones

Se procedió a dar lectura a las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria.

Conocidos los interesados en participar en la presente Invitación, los presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente invitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente invitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta circunstanciada y de las bases de la invitación, se notificará y queda a disposición de los interesados en la plataforma Compras MX, en la página electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/> de conformidad a lo señalado en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



III. Señalamientos y Puntualizaciones

- Se hace mención que de acuerdo con el inciso b), del apartado I. Información específicas de la invitación, se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma.
- El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Función Pública, mediante el Recurso de Inconformidad que contemplan los artículos 95 y 96 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

La siguiente captura de pantalla hace constar las solicitudes de aclaración recibidas a través de la Plataforma Compras MX:

Compras MX

12:34 (UTC-6) hora en la Ciudad de México DIANA BERNICE RODRIGUEZ CASILLAS

Procedimientos de contratación

Listado de Preguntas

Núm.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Electrónica	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
1	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE CV	TECNICO	ANEXO I, PARTIDA 3.	DICE: SUPERFICIE DE 200 CM*170 CM +/-20 CM. BASE DE MADERA ESTUFADA Y DESPLEGADA. CAPACIDAD DE SOPORTE DE AL MENOS 180 KG. ALTURA DE CAMA 50 CM +/- 10 CM. ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR LAS MEDIDAS 213 CM X 152 CM X 51 CM. YA QUE TODAS Y CADA UNA SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO +/- QUE INDICAN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APELACIÓN?	SI	13/10/2025 09:49		Responder
2	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE CV	TECNICO	ANEXO I, PARTIDA 4.	LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UNA MARCA Y MODELO ESPECÍFICO, LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. POR LO CUAL SOLITAMOS AMPLIAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SUBIDA-BAJADA ELÉCTRICA DESDE 46 A 89 CM. CONTROLABLE MEDIANTE LOS PEDALES A LOS QUE SE PUEDE ACCEDER DESDE TODOS LOS LADOS DE LA CAMILLA. AJUSTE RÁPIDO Y SEGURO DE RESPALDO Y REPOSA PIES MEDIANTE DOBLE PISTÓN NEUMÁTICO. EL COJÍN DE LAS PIERNAS PUEDE ELEVARSE A CUALQUIER ÁNGULO DESEADO, ENTRE LOS 45 Y - 25° GRADOS. RESPALDO AJUSTABLE: 78° A - 32° TAPICERÍA MÉDICA PREMIUM EN PVC VINÍLICO: IGNÍFUGA, IMPERMEABLE, RESISTENTE A MANCHAS, MOHO, ACEITES Y DEGRASE. SISTEMA DE RUEDECILLAS RETRÁCTIL DE PALANCA DOBLE. 4 PATAS DE ALTURA AJUSTABLES PARA NIVELACIÓN. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110-220 V. PESO NETO: 70 KG. MEDIDAS: 198 x 70 x (46-89) CM. CAMILLA MONTADA. DIMENSIONES DE ENVÍO EN CAJA DE CARTÓN: 199 X 75 X 54 CM. CAPACIDAD DE ELEVACIÓN: 250 KG. ¿SE ACEPTA?	SI	13/10/2025 09:49		Responder

ANEXOS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIONES

2 registros encontrados

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACLARACIÓN			

De igual manera se adjunta al presente la plantilla emitida por la plataforma Compras MX la cual contiene las preguntas respuestas recibidas para la presente invitación.

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	Valores de origen. No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACIÓN
ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
17803	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICO	TECNICO	ANEXO I, PARTIDA 3.	DICE: SUPERFICIE DE 200 CM*170 CM +/-20 CM. BASE DE MADERA ESTUFADA Y DESPLEGADA. CAPACIDAD DE SOPORTE DE AL MENOS 180 KG. ALTURA DE CAMA 50 CM +/- 10 CM. ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR LAS MEDIDAS 213 CM X 152 CM X 51 CM. YA QUE TODAS Y CADA UNA SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO +/- QUE INDICAN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APELACIÓN? LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A UNA MARCA Y MODELO ESPECÍFICO. LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. POR LO CUAL SOLITAMOS AMPLIAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SUBIDA-BAJADA ELÉCTRICA DESDE 46 A 89 CM. CONTROLABLE MEDIANTE LOS PEDALES A LOS QUE SE PUEDE ACCEDER DESDE TODOS LOS LADOS DE LA CAMILLA. AJUSTE RÁPIDO Y SEGURO DE RESPALDO Y REPOSA PIES MEDIANTE DOBLE PISTÓN NEUMÁTICO. EL COJÍN DE LAS PIERNAS PUEDE ELEVARSE A CUALQUIER ÁNGULO DESEADO, ENTRE LOS 45 Y - 25° GRADOS. RESPALDO AJUSTABLE: 78° A - 32° TAPICERÍA MÉDICA PREMIUM EN PVC VINÍLICO: IGNÍFUGA, IMPERMEABLE, RESISTENTE A MANCHAS, MOHO, ACEITES Y DEGRASE. SISTEMA DE RUEDECILLAS RETRÁCTIL DE PALANCA DOBLE. 4 PATAS DE ALTURA AJUSTABLES PARA NIVELACIÓN. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110-220 V. PESO NETO: 70 KG. MEDIDAS: 198 x 70 x (46-89) CM. CAMILLA MONTADA. DIMENSIONES DE ENVÍO EN CAJA DE CARTÓN: 199 X 75 X 54 CM. CAPACIDAD DE ELEVACIÓN: 250 KG. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APELACIÓN NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE SOLICITA APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA
17804	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICO	TECNICO	ANEXO I, PARTIDA 4.		

Leída la presente acta circunstanciada, se da por terminado este acto, siendo las **13:00 horas**, del día **14 de octubre de 2025**.