



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 197ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Restringida Mixta LRGTO-006-2026, para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **11:00** horas del día **25 de mayo de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.




I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025	C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. J. Jesús Rojas Mena Representante de SATEG 	C. José Rubén Ruíz Sánchez Representante de ISAPEG 
C. David Díaz Estrada Representante de ISAPEG 	C. Brenda Guadalupe Montoya Chavez Representante de ISAPEG 
C. Blanca Herminia Coss García Representante de ISAPEG 	C. Mario Roberto Ramírez Lira Representante de ISAPEG 
C. Karina Abigail Juárez Reynoso Representante de ISAPEG 	C. Manuel Alejandro Correa Martínez Representante de ITESG 
C. Germán Ortega Gómez Representante de CONALEP 	C. Alma Delia Olvera González Representante de ITESI 
C. Tania Michelle Ibarra Hernández Representante de la Secretaría de Finanzas 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a

la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocidos los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

La presente acta queda puesta a disposición de los licitantes participantes en la Dirección de Adquisiciones y Suministros y se notificará a través de correo electrónico a cada uno de los proveedores invitados al presente procedimiento de contratación de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracción II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del referido portal para su debida constancia.
- b) Se hacen las aclaraciones siguientes para la partida 4:
- Punto 4.1.4 "Pantalla alta definición de 22" o mayor", se solicita se suministre el soporte de pared para la colocación de la pantalla de cada equipo, de conformidad al tamaño ofertado.
 - Punto 6.3 debe decir: "Objetivo con distancia de trabajo entre 250mm a 400mm", dejando sin efecto el texto: "Distancia de trabajo de 250mm con objetivo 12.5x y hasta 400mm como mínimo".
- c) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Honestidad del Estado de Guanajuato, mediante la instancia de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Thalía Beatriz Ojeda Jasso

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **11:35 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **25 de mayo de 2026**, firmando en ella los que intervinieron.

Licitación Restringida Mixta LRGTO-006-2026, para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV		X		COLPOSCOPIO AVANZADO	4	4.1.3	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con sistema de video HD integrado en el cuerpo del equipo, sin cables, divisor de haces, ni otros accesorios en el exterior lo cual lo hace más cómodo y práctico para el usuario y paciente, además de ofrecer una mejor calidad de imagen. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV		X		COLPOSCOPIO AVANZADO	4	4.2	Dice: "sistema que permita adaptar accesorios como cámara digital y adaptador para laser (incluya ambos adaptadores)." Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si adicional al sistema de video integrado que nos permitimos sugerir para el Punto 4.1.3, requieren adaptadores para cámara digital. En caso de ser positiva su respuesta, por favor indicar el modelo de su cámara para conocer compatibilidad. En el caso de adaptador para láser, nos permitimos solicitar a la convocante nos indique si actualmente cuenta con algún láser para colocarse en el colposcopio, ya que el proveedor de dichos láseres son quienes suministran los adaptadores dependiendo de su marca.	Se aclara que se deja sin efecto los puntos 4.2 y 6.4 del Anexo I para esta partida.
3	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV		X		COLPOSCOPIO AVANZADO	4	5.2.1	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con cuatro ruedas dirigibles 360°, lo que permite movimiento en todas direcciones; ofreciendo además una estabilidad total y permitiendo un fácil posicionamiento debajo de la mesa de exploración. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando, al menos dos de las cuatro ruedas tengan freno.
4	SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV		X		COLPOSCOPIO AVANZADO	4	6.2.2	Dice: "Con ajuste de la distancia interpupilar 45 - 75mm". Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un equipo con distancia interpupilar de 55-75 mm, en virtud de que la distancia de 45 mm es demasiado pequeña entre ojo y ojo y no sería empleada por algún usuario e igualmente no afectaría el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, SA. DE CV.	X					II INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION. INCISO b) y c) REGISTRO DE PROPUESTAS Y PRESENTACION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE. SE PERMITA EL ENVIO DE LAS PROPUESTAS POR VIA MENSAJERIA. SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el Apartado III de las bases de la presente licitación.

Licitación Restringida Mixta LRGTO-006-2026, para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Proveeduría de Productos y Servicios de México		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	9	2	En las especificaciones se indica que el descansa pies debe ser de "tubo redondo con acabado cromado y sistema telescópico". Al respecto, solicitamos atentamente se permita ofertar acabados en pintura electrostática o esmaltado, siempre que el sistema sea ajustable en altura y cumpla con la funcionalidad, resistencia y durabilidad requeridas, ¿se acepta nuestra propuesta?	Podrá ofertar con acabado en pintura electroestática, sin ser obligatorio para los demás licitantes. Lo anterior siempre y cuando cumpla con el sistema telescópico para elevación a diferentes alturas.
2	Proveeduría de Productos y Servicios de México		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	9	2.1	En las especificaciones técnicas se solicita estribo de plástico. Al respecto, solicitamos atentamente se permita ofertar estribo fabricado en lámina de acero, toda vez que este material no afecta el funcionamiento del equipo y, por el contrario, proporciona mayor durabilidad y estabilidad. Lo anterior, considerando que el descansa pies se solicita en tubo redondo de lámina de acero cromado. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con la funcionalidad requerida.
3	Proveeduría de Productos y Servicios de México		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	9	4	En las especificaciones técnicas se indica que la estructura (marco) debe contar con acabado en pintura epóxica color negro; sin embargo, en el punto 2 se establece que el descansa pies debe ser de tubo redondo de lámina de acero con acabado cromado. Derivado de lo anterior, solicitamos atentamente a la convocante aclarar si se permitirá ofertar silla de ruedas con estructura general en acabado cromado o esmaltado. Favor de aclarar.	Podrá ofertar estructura general en acabado cromado o con pintura electroestática color negro, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	Proveeduría de Productos y Servicios de México		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	9	8.4	En las especificaciones técnicas se solicita aro impulsor de aluminio. Al respecto, solicitamos atentamente se permita ofertar aros impulsores fabricados en otros materiales, específicamente rin de plástico rígido con baleros metálicos, siempre que cumpla con los requisitos de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad establecidos en las bases. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
5	Proveeduría de Productos y Servicios de México		X		AUTOCLAVE #VERTICAL DE 50 LITROS	3		En las especificaciones se solicita un autoclave; sin embargo, no se precisa el tipo de aplicación requerida. Por lo anterior, solicitamos a la convocante aclarar si el equipo será destinado para la esterilización de líquidos de laboratorio o de material quirúrgico, a fin de presentar una propuesta que cumpla con las características requeridas.	El uso del equipo sera para la esterilización de líquidos de laboratorios y material quirúrgico.

Licitación Restringida Mixta LRGTO-006-2026, para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6	Proveeduría de Productos y Servicios de México		X		AUTOCLAVE	5		En las especificaciones se solicita un autoclave; sin embargo, no se precisa el tipo de aplicación requerida. Por lo anterior, solicitamos a la convocante aclarar si el equipo será destinado para la esterilización de líquidos de laboratorio o de material quirúrgico, a fin de presentar una propuesta que cumpla con las características requeridas.	Se solicita una autoclave para laboratorio, se esterilizan principalmente medios de cultivo y placas petri.
1	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. x				Todos los que se describen en Anexo I	4	Numeral III Punto 1.10 FC1, FC5, FC6, FC7	Se solicita amablemente a la convocante que para los licitantes que presentemos ofertas de manera presencial y debido a que los días entre la junta de aclaraciones y la entrega de propuesta son muy pocos, se permita presentar Cartas garantía con firma autografa del representante u apoderado legal emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso pueda ser Digitalizadas las cuales podran ser verificadas por el area usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta tecnica, como condicion de firmar el contrato, se acepta?	Podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista, las cuales podrán ser verificadas por el área usuaria previo al acto de fallo de la presente licitación.
2	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. x				Todos los que se describen en Anexo I	1,2,3,5,6,7,8,9 Y 10	Numeral III Punto 1.11	Se solicita amablemente a la convocante que para los licitantes que presentemos ofertas de manera presencial y debido a que los días entre la junta de aclaraciones y la entrega de propuesta son muy pocos, se permita presentar Cartas garantía con firma autografa del representante u apoderado legal emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso pueda ser Digitalizadas las cuales podran ser verificadas por el area usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta tecnica, como condicion de firmar el contrato, se acepta?	Podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista, las cuales podrán ser verificadas por el área usuaria previo al acto de fallo de la presente licitación.
3	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		COLPOSCOPIO AVANZADO V19	4	4.1.6.	Dice: Pedal de control para captura de imágenes. Solicitamos amablemente a la convocante y con la finalidad de no limitar la libre participación poder ofertar: Control remoto de infrarrojo (inalámbrico) para la captura de imágenes, toda vez que facilita los procesos de video documentación: fotográficos, video, edición congelamiento, de imágenes y no incide en el procedimiento de operación de los médicos, Se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a la solicitado en el Anexo I para esta partida.

Licitación Restringida Mixta LRGTO-006-2026, para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
4	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		x		COLPOSCOPIO AVANZADO V19	4	6.2.2.	Dice: Con ajuste de la distancia interpupilar 45 - 75mm.. Solicitamos amablemente a la convocante y con la finalidad de no limitar la libre participación poder ofertar: Con ajuste de la distancia la distancia interpupilar de 55 mm a 77 mm., toda vez que son los parametros usados a nivel internacional lo cual no incide en el procedimiento de operación de los médicos,. Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		x		BOMBA PERISTALTICA PARA VACIO	6	Sin Punto	Favor de aclarar si sera suficiente tomar en cuenta solo el siguiente texto: Descripción técnica:BOMBA DE VACIO PORTATIL CON TRAMPA DE HUMEDAD PRESION GARANTIZADA 500 MM HG (20 IN HG)DESPLAZAMIENTO DE VACIO 37 L/MIN (2.6 CFM) PRESION 1 KG/CM 2 (14.7 LBS/IN 2) MOTOR 1/4 HP, 3500 RPM ALIMENTACION 120 V, Ya que este viene duplicado.	Es correcta su apreciación la descripción técnica para la partida 6 es: BOMBA DE VACIO PORTATIL CON TRAMPA DE HUMEDAD PRESION GARANTIZADA 500 MM HG (20 IN HG) DESPLAZAMIENTO DE VACIO 37 L/MIN (2.6 CFM) PRESION 1 KG/CM 2 (14.7 LBS/IN 2) MOTOR 1/4 HP, 3500 RPM ALIMENTACION 120 V. Lo anterior dejando sin efecto el texto señalado en el Anexo I para esta partida.
6	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		x		NEGATOSCOPIO SENCILLO	7	5,6,7	Favor de aclarar si el siguiente texto lo omitimos toda vez que ya esta integrado en los puntos 5,6 y 7 "NEGATOSCOPIO SENCILLO##LA ILUMINACION DEBERA SER HOMOGENEACON VARIACION MAXIMA DE 15 % ENTRE UNA ZONA Y OTRA. 6. CONTROL DE INTENSID AD LUMINOSA. 7. BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS1,000 CD / M2 O 3,333 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL, MEDIDO	Es correcta su apreciación, se deja sin efecto el texto: "NEGATOSCOPIO SENCILLO##LA ILUMINACION DEBERA SER HOMOGENEACON VARIACION MAXIMA DE 15 % ENTRE UNA ZONA Y OTRA. 6. CONTROL DE INTENSID AD LUMINOSA. 7. BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS1,000 CD / M2 O 3,333 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL, MEDIDO", prevaleciendo el demás texto del Anexo I para esta partida.
7	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		x		BANQUETA DE ALTURA	8	1,2,3	Favor de aclarar si el siguiente texto lo omitimos toda vez que ya esta integrado en los puntos 1,2 y 3 "BANQUETA DE ALTURA ##1. CUBIERTA PLASTICA ANTIDERRAPANTE DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA TUBULARDE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 DE 1# X 1# ACABADO CROMADO. 3. PLATAFORMA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 VISTA PERIM	Es correcta su apreciación, se deja sin efecto el texto: "BANQUETA DE ALTURA ##1. CUBIERTA PLASTICA ANTIDERRAPANTE DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA TUBULARDE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 DE 1# X 1# ACABADO CROMADO. 3. PLATAFORMA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 VISTA PERIM", prevaleciendo el demás texto del Anexo I para esta partida.
8	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		x		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	9	1.1.	Dice: PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar Protectores laterales en vez de lamina, Plastico de alta resistencia, toda a vez que esto no demerita su funcionalidad, se acepta?	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con la funcionalidad requerida.
9	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		x		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	9	6	Dice:RESPALDO Y ASIENTO DE LONA PLASTICA, RESISTENTE A LA TENSION Y RETARDANTE AL FUEGO, Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar: RESPALDO Y ASIENTO DE NYLON IGNÍFUGO RESISTENTE A LA TENSION Y RETARDANTE AL FUEGO., toda a vez que esto no demerita su funcionalidad, se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.

Licitación Restringida Mixta LRGT0-006-2026, para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
10	INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V.		X		SILLA DE RUEDAS PLEGABLE	9	11	Dice: DIMENSIONES GENERALES: 100 X 63.5 X 85 CM, Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar: Dimensiones generales acorde a la capacidad de soporte de peso ofertado toda a vez que esto no demerita su funcionalidad, se acepta?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida. Se aclara que se acepta para dichas medidas una tolerancia de +/- 5 cm.
1	DEWIMED, S.A.		X		COLPOSCOPIO AVANZADO	4	4.1.7.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR UN COLPOSCOPIO CON CAPACIDAD DE CAPTURA FOTOGRÁFICA DIGITAL, EN LUGAR DE LA FUNCION ESPECIFICA DE CONGELAMIENTO DE IMAGEN EN PANTALLA, TODA VEZ QUE AMBAS FUNCIONES CUMPLEN CON EL OBJETIVO DE DOCUMENTAR, ALMACENAR Y ANALIZAR HALLAZGOS CLÍNICOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, ESTO SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	DEWIMED, S.A.		X		COLPOSCOPIO AVANZADO	4	6.2.4	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR UN SISTEMA DE AUMENTOS O MAGNIFICACIONES CON UNA VARIACIÓN DE +/-0.5x CON RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 6.2.4., TODA VEZ QUE DICHA VARIACIÓN NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD, DESEMPEÑO CLÍNICO, CAPACIDAD DIAGNÓSTICA NI CALIDAD DE VISUALIZACIÓN DEL COLPOSCOPIO, MANTENIÉNDOSE DENTRO DE PARÁMETROS EQUIVALENTES DE USO MÉDICO. LO ANTERIOR FAVORECE A LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA ENTRE FABRICANTES, SIN COMPROMETER LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y CLÍNICAS, SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	DEWIMED, S.A.		X		COLPOSCOPIO AVANZADO	4	7.4	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR UN COLPOSCOPIO CON SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO MEDIANTE BOTÓN MANUAL, EN LUGAR DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO, TODA VEZ QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO AFECTA AL FUNCIONAMIENTO, SEGUIRIDAD NI DESEMPEÑO OPERATIVO DEL EQUIPO, EL SISTEMA MANUAL PERMITE AL USUARIO MANTENER EL CONTROL DIRECTO SOBRE LA OPERACIÓN DEL COLPOSCOPIO, ESTO SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE ACEPTA?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Restringida Mixta LRGTO-006-2026, para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

Pantallas e-compras

← ↻ https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema

← Atrás Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Licitaciones

Número de operación: 7500000825 A

Nombre:

Aplicar Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep.preg.	Hora recep.preg.
7500000825	LRGTO-006-2026-1	Lic. Restringida	Concluido	14.05.2026	16:00:00	19.05.2026	12:00:00

← ↻ https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema

← Atrás Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------