



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 264ª Reunión Ordinaria



Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-038-26 (CAGEG-038/2026), para la Adquisición de Otros Equipos

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **09:00** horas del día **01 de julio de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.




I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024 
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024 	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025 

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Mauricio Flores Pérez Representante del CECCEG 	C. Germán Ortega Gómez Representante del CONALEP 
C. Mario Cobian Camacho Representante del CONALEP-Pénjamo 	C. Pablo Hernández García Representante del CONALEP-Pénjamo 

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se hace constar que aún y cuando no se encuentran presentes interesados en participar en el presente evento según consta en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Conocidos los interesados en participar en la presente licitación, los Miembros de este Comité, así como los representantes de las Dependencias y Entidades presentes en el acto, manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, al no tener interés personal familiar o de negocios con ninguno de los interesados señalados, y se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los interesados participantes en la presente licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla para su debida constancia.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Marco Eduardo Contreras Mendoza

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:30 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **01 de julio de 2026**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-038-26 (CAGEG-038/2026), para la Adquisición de Otros Equipos

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	INSTRUMEL, S.A. DE C.V.	X			SISTEMA POLIGRAFO LX6-S	1	F	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE UNA AMPLIACION EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE 160 DIAS NATURALES PARA LA PARTIDA No.1, DEBIDO A QUE LOS BIENES SOLICITADOS REQUIEREN DE UN PERMISO DE IMPORTACION EXPEDIDO POR EL FABRICANTE LOCALIZADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ESTE TRAMITE CONLLEVA TIEMPO POR PARTE DE FABRICA PARA OBTENERLO. ASI MISMO, CABE MENCIONAR QUE EL PERMISO ES NECESARIO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE IMPORTACION A MEXICO. UNA VEZ GENERADO EL PERMISO, HAY QUE CONSIDERAR LA FABRICACION, TRASLADO E IMPORTACION A MEXICO Y ENTREGA EN SUS INSTALACIONES. POR ESTA RAZON, EL TIEMPO SOLICITADO ES EL REQUERIDO A LO ANTERIORMENTE SOLICITADO.	Se deja sin efecto la fecha señalada en el inciso "f) Lugar y tiempo de entrega", del apartado II. Información específica de la licitación, quedando como nueva fecha límite de entrega para las partidas 1, 3 y 4 el 01 de diciembre de 2026 y para la partida 2 el 21 de octubre de 2026 .
2	INSTRUMEL, S.A. DE C.V.	X			ESTACION METEOREOLOGICA	3	F	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE UNA AMPLIACION EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE 120 DIAS NATURALES PARA LA PARTIDA No.2, DEBIDO A QUE LOS BIENES SOLICITADOS NO SE ENCUENTRAN EN STOCK EN FABRICA Y EL TIEMPO PARA LA FABRICACION, TRASLADO E IMPORTACION A MEXICO Y ENTREGA EN SUS INSTALACIONES ES EL REQUERIDO A LO ANTERIORMENTE SOLICITADO.	Se deja sin efecto la fecha señalada en el inciso "f) Lugar y tiempo de entrega", del apartado II. Información específica de la licitación, quedando como nueva fecha límite de entrega para las partidas 1, 3 y 4 el 01 de diciembre de 2026 y para la partida 2 el 21 de octubre de 2026 .
3	INSTRUMEL, S.A. DE C.V.	X			ESTACION DE CAPACITACION SISTEMA ABS	4	F	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE UNA AMPLIACION EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE 140 DIAS NATURALES PARA LA PARTIDA No.4, DEBIDO A QUE LOS BIENES SOLICITADOS NO SE ENCUENTRAN EN STOCK EN FABRICA Y EL TIEMPO PARA LA FABRICACION,	Se deja sin efecto la fecha señalada en el inciso "f) Lugar y tiempo de entrega", del apartado II. Información específica de la licitación, quedando como nueva fecha límite de entrega para las partidas 1, 3 y 4 el 01 de diciembre de 2026 y para la partida 2 el 21 de octubre de 2026 .
4	INSTRUMEL, S.A. DE C.V.	X			ANTICIPO			SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, FAVOR DE OTORGAR EL 50% DE ANTICIPO DEL PEDIDO ADJUDICADO, GARANTIZANDO EL ANTICIPO CON FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑIA AFIANZADORA, DEBIDO A QUE LOS BIENES REQUIEREN DE UN PERIODO LARGO DE FABRICACION.	Para la presente licitación no se tiene considerado el otorgamiento de anticipos.
1	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X				TODAS	Inciso F	Solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 30 días adicionales a lo que se menciona en las bases. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se deja sin efecto la fecha señalada en el inciso "f) Lugar y tiempo de entrega", del apartado II. Información específica de la licitación, quedando como nueva fecha límite de entrega para las partidas 1, 3 y 4 el 01 de diciembre de 2026 y para la partida 2 el 21 de octubre de 2026 .
2	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			X		TODAS	1.13	Solicitamos a la convocante nos permita presentar copia de las cartas solicitadas por parte del fabricante o distribuidor mayorista y en caso de resultar adjudicados, nos comprometemos a presentar las cartas originales a la firma del contrato.	Podrá presentar el documento solicitado en el numeral 1.13 firmados, digitalizados e impresos, en el entendido de que, en caso de resultar adjudicado, deberá presentar el documento original a la firma del contrato.
3	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				ESTACION METEOROLOGICA INALAMBICA	3	Consola de información	Se solicita amablemente a la convocante aclarar si es correcto interpretar que la consola de información puede ser un dispositivo moderno con pantalla táctil (touchscreen) original del fabricante que sustituye a versiones tradicionales, siempre que cumpla con la función de visualización y conectividad solicitadas.	Podrán ofertarlo, siempre y cuando se visualicen los datos obtenidos por los sensores solicitados y se cumpla con las demás características señaladas en el Anexo I, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-038-26 (CAGEG-038/2026), para la Adquisición de Otros Equipos

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
4	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA	3	Consola de información	El nuevo modelo requerido en esta licitación cuenta con una PANTALLA TOUCH ORIGINAL. Este modelo reemplaza las antiguas consolas grises. ¿es correcta nuestra apreciación? la misma pantalla touch de solo consulta a tiempo real, sirve de interfaz para consulta de los datos en la nube del fabricante. ¿es aceptable nuestra propuesta? la pantalla touch original del fabricante SOLO sirve de observación de datos a tiempo real NO registra. ¿es aceptable nuestra propuesta? SOLO REGISTRA la nube del fabricante la cual es weatherlink.com y pueden descargar y visualizar los datos desde cualquier parte del mundo en cualquier computadora y se realiza a través de la pantalla touch que se conecta vía WiFi al internet del sitio donde este instalada.	Podrán ofertar pantalla touch con observación de datos a tiempo real y que sean registrados, consultables y descargables en la nube del fabricante, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA	3	Consola de información	¿Se considera aceptable que la pantalla táctil del fabricante funcione como interfaz de usuario para visualización en tiempo real de los datos meteorológicos y como medio de conexión a la red (WiFi) para consulta en la nube del fabricante?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA	3	Consola de información	Con el fin de no limitar la participación, ¿se acepta que la consola tenga como función principal la visualización en tiempo real, y que el almacenamiento y registro de datos se realice en la plataforma en la nube del fabricante?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA	3	Consola / Interfaz	¿Se considera válido que el almacenamiento, consulta y descarga de datos se realice mediante la nube del fabricante (por ejemplo, plataformas tipo WeatherLink), con acceso remoto desde cualquier equipo con conexión a internet?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA	3	Nube	¿Se considerará que se cumple con el requisito de consulta en la nube cuando la solución incluya suscripción a la plataforma del fabricante (por ejemplo, 1 o 3 años), permitiendo almacenamiento, consulta y descarga de datos?	Podrán ofertarlo siempre y cuando la plataforma permita el almacenamiento, consulta y descarga de datos de forma vitalicia sin ningún costo adicional, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA	3	Nube / Conectividad	Se solicita confirmar si es aceptable que la conexión a la nube se realice mediante la interfaz WiFi integrada en la consola del equipo, sin requerir dispositivos adicionales.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA	3	Configuración	Se solicita confirmar que será aceptada la propuesta de estaciones meteorológicas cuyo diseño original esté conformado por: sensores inalámbricos, consola táctil de visualización e interfaz de red, y plataforma de almacenamiento en la nube del fabricante, siempre que cumpla con las variables solicitadas.	Podrán ofertarlo, siempre y cuando cumpla con todas las características y especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo I para esta partida, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
11	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA	3	Almacenamiento	En caso de requerirse almacenamiento local adicional, ¿se aceptará que éste pueda proporcionarse mediante datalogger o interfaces externas opcionales compatibles con el sistema ofertado?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-038-26 (CAGEG-038/2026), para la Adquisición de Otros Equipos

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
12	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		X		EST CAP FRENOS ABS/EBD	4		Se solicita amablemente a la convocante aclarar cuál es el rango de presión requerido para el manómetro del cilindro de freno del banco de entrenamiento ABS/EBD, ya que en la documentación técnica identificada existen referencias a valores de 0-100 kg/psi y 0-150 kg/psi. O indicar si se pueden ofertar en rangos de valores entre 100 a 150 kg/psi?	El banco de entrenamiento tiene fines didácticos para la enseñanza en Educación Media Superior, por lo que es indispensable que el sistema permita visualizar y medir presiones desde valores bajos hasta el máximo de operación. En consecuencia, se aceptarán manómetros con rango de 0 a 100 kg/psi o de 0 a 150 kg/psi, de conformidad con la configuración del sistema ofertado. No se aceptará un rango de 100 a 150 kg/psi, ya que limita el proceso de enseñanza y las prácticas de laboratorio, por lo que no se acepta su propuesta.
13	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		X		EST CAP FRENOS ABS/EBD	4		Se solicita amablemente a la convocante confirmar si el convertidor de frecuencia del equipo debe cumplir con un modelo específico o únicamente con características de desempeño (potencia, rango de voltaje de entrada/salida y frecuencia de operación), indicando las tolerancias aceptables para su cumplimiento.	No se requiere un modelo específico podrán ofertar componentes equivalentes de cualquier fabricante, siempre que sean totalmente compatibles con el sistema y cumplan o superen las especificaciones técnicas solicitadas, sin afectar el desempeño, funcionalidad, seguridad ni la operación del equipo. Como mínimo deberán mantener la compatibilidad en potencia, tensión de alimentación, corriente, frecuencia de operación, velocidad de control y demás características funcionales requeridas.
14	PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		X		EST CAP FRENOS ABS/EBD	4		Se solicita amablemente a la convocante confirmar si el modelo del motor asíncrono trifásico deberá ser específico (por ejemplo, modelo YT100L2-4) o si se aceptarán motores equivalentes que cumplan con la potencia nominal de 3 kW, voltaje de operación y desempeño requerido.	No se requiere un modelo comercial específico podrán ofertar motores de cualquier fabricante, siempre que sean totalmente compatibles con el sistema y cumplan o superen las especificaciones técnicas requeridas, manteniendo la potencia nominal, tensión de alimentación, velocidad, frecuencia, eficiencia, dimensiones de montaje (cuando sean necesarias para la integración del sistema) y demás características de desempeño, sin afectar la funcionalidad ni el objetivo didáctico del equipo.
1	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	X			SISTEMA POLIGRAFO LX6-S	1		Se le solicita a la convocante la extensión del tiempo de entrega de los equipos Polígrafos LX6 a 20 semanas ya que por motivos del fabricante y del servicio importación de los equipos me están dando una fecha de entrega de 18 a 20 semanas para la entrega de los equipos.	Se deja sin efecto la fecha señalada en el inciso "f) Lugar y tiempo de entrega", del apartado II. Información específica de la licitación, quedando como nueva fecha límite de entrega para las partidas 1, 3 y 4 el 01 de diciembre de 2026 y para la partida 2 el 21 de octubre de 2026 .

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-038-26 (CAGEG-038/2026), para la Adquisición de Otros Equipos

Pantalla portal e-compras

← ↻ https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/rj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema

← Atras Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Licitaciones

Número de operación: 7900002597 A

Nombre:

Aplicar Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recap. preg.	Hora recap. preg.
7900002597	40051001-038-26-1	Licitación pública	Concluido	22.06.2026	09:08:00	26.06.2026	12:00:00

← ↻ https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/rj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema

← Atras Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------