

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-043-26-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	254000001528	25.00	CAJ	CUBREBOCAS Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00010 Agrup. Carrito 3000030216 0001 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: CUBREBOCAS: CAJAS DE CUBREBOCAS, PRESENTACION CON 50 PIEZAS CADA UNA, PARA USO QUIRURGICO DE TRES PLIEGOS CON FILTRO BACTERIAL,TELANO TEJIDA, EFICIENCIA DE FILTRACION BACTERIANA (BFE) 99%, SUPERFICIE SUAVE, RESISTENTE A LIQUIDOS, NO ESTERIL, DESECHABLE, CON RESORTES SUJETADORES A LOS LADOS, PLIEGUES AL DERECHO Y AL REVES, CON BANDA AJUSTADORA EN LA NARIZ.
2	254000004275	40.00	PZA	BOTAS DESECHABLES SIN PLANTILLA Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00020 Agrup. Carrito 3000030216 0002 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Bota desechable s/plantilla c/25 pares
3	254000002740	5.00	PZA	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00030 Agrup. Carrito 3000030216 0003 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 PRESENTACION: CAJA C/50 .
4	254000000155	5.00	CAJ	TIRAS REACTIVAS ACCU CHEK ACTIVE Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00040 Agrup. Carrito 3000030216 0004 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: TIRAS REACTIVAS COMPATIBLES CON EL GLUCÓMETRO ACCU CHECK ACTIVE. CAJA CON 100 PIEZAS
5	254000000158	3.00	CAJ	JERINGA DESECHABLE 5 ML DE 21GX32MM

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00050 Agrup. Carrito 3000030216 0005 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: JERINGA DE 5ML ESTÉRIL Y DESECHABLE CON AGUJA DE 20 G X 31 MM, CAJA CON 100 PIEZAS.
6	254000000151	1.00	CAJ	TOALLITAS ALCOHOLADAS Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00060 Agrup. Carrito 3000030216 0006 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: TOALLITAS ALCOHOLADAS DESECHABLES PAQUETE INDIVIDUAL, CAJA CON 100 PIEZAS
7	254000001703	140.00	PZA	BULTO QUIRÚRGICO DESECHABLE P/CIR OCULAR Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00070 Agrup. Carrito 3000030216 0007 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: BULTO QUIRÚRGICO DESECHABLE PARA CIRUGÍA OCULAR, EQUIPO QUIRÚRGICODESECHABLE PARA CIRUGÍA OCULAR EN BULTO ESTERIL, DE POLIPROPILENO 100 %50 GR Y/O DE CELULOSA 60% Y POLIESTER 40% (GRUESO), REPELENTE,ANTIESTATICO Y ANTIFLAMA, QUE CONSTA DE 2 BATAS GRANDES PARA CIRUJANO ,1 CAMPO PARA PACIENTES DE 110 CM X 160 CM CON FENESTRACION CIRCULARUBICADA A 40 CM DE LA PARTE SUPERIOR Y CENTRADA HORIZONTALMENTE CONADHESIVO TRANSPARENTE Y SEÑALIZACION PARA SU APLICACIÓN, ASI COMO 2BOLSAS DE POLIETILENO RECOLECTORAS DE LIQUIDOS LATERALES A LAFENESTRACION. 1 SABANA PARA LA MESA QUIRURGICA DE 220 CM X 100 CM. 1CAMPO DE 90 CM X 90 CM PARA CUBRIR MESA DE FACO. 1FUNDA PARA MESA DEMAYO CON REFUERZO DE POLIPROPILENO AL 100% DE 58 CM X 137 CM +- 2. 1CUBIERTA PARA MESA DE RIÑON CON REFUERZO DEPOLIPROPILENO AL 100% DE 175CM X 260 CM. 2 TOALLAS ABSORBENTES PARA SECADO DE MANOS.
8	254000002397	92.00	PZA	CUCHILLETE ANGULADO15° Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00080 Agrup. Carrito 3000030216 0008 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: CUCHILLETE ANGULADO15° PRESENTACION: PIEZA .
9	254000004276	60.00	PZA	CUCHILLETE 2.8 MM Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00090 Agrup. Carrito 3000030216 0009 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
Descripción técnica: CUCHILLETE 2.8 MM				
10	254000004277	90.00	PZA	CUCHILLETE 3.0 MM Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00100 Agrup. Carrito 3000030216 0010 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: CUCHILLETE 3.0 MM
11	254000000989	20.00	PZA	CRESCENTEN CUCHILLETE Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00110 Agrup. Carrito 3000030216 0011 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: CRESCENTEN CUCHILLETE PIEZA
12	254000003648	2.00	CAJ	GUANTE DE LATEX ESTERIL NO. 7.5 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00120 Agrup. Carrito 3000030216 0012 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: GUANTE DE LATEX ESTERIL NO. 7.5 CAJA CON 100
13	254000004271	9.00	PZA	CEPILLO QUIRURGICO CON JABON Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00130 Agrup. Carrito 3000030216 0013 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Cepillo Quirurgico c/Jabon Caja c/30
14	254000002323	5.00	PZA	SUTURA NYLON 10-0 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00140 Agrup. Carrito 3000030216 0014 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: SUTURA NYLON 10-0 PRESENTACION:
15	254000002218	50.00	PZA	AGUA INYECTABLE Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00150 Agrup. Carrito 3000030216 0015

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Agua inyectable PRESENTACION DE UN LITRO.
16	254000002420	160.00	PZA	VISCOELASTIC Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00160 Agrup. Carrito 3000030216 0016 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: VISCOELASTIC PRESENTACION: PIEZA .
17	254000004148	4.00	PAQ	Trocares 23G con línea de infusión Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00170 Agrup. Carrito 3000030216 0017 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Trocares 23 G con línea de infusión paquete con 3
18	254000004273	2.00	PZA	valvula de ahmed Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00180 Agrup. Carrito 3000030216 0018 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: valvula de ahmed
19	254000004285	3.00	PZA	sutura vicryl 7-0 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00190 Agrup. Carrito 3000030216 0019 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: sutura vicryl 7-0 CAJA CON 12
20	254000004286	3.00	PZA	sutura vicryl 8-0 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00200 Agrup. Carrito 3000030216 0020 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: sutura vicryl 8-0 CAJA CON 12
21	254000004268	3.00	PZA	silicon 1000 vial

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00210 Agrup. Carrito 3000030216 0021 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: silicon 1000 vial
22	254000004269	4.00	PZA	silicon 5700 oxane vial Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00220 Agrup. Carrito 3000030216 0022 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: silicon 5700 oxane vial
23	254000004133	4.00	PZA	VITRECTOMY PACK 23 G Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00230 Agrup. Carrito 3000030216 0023 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: VITRECTOMY PACK 23 G
24	254000003874	4.00	GAL	JABON QUIRÚRGICO Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00240 Agrup. Carrito 3000030216 0024 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: JABON QUIRÚRGICO GALON
25	254000004289	3.00	PZA	TIRAS DE FLUORESCÉINA Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00250 Agrup. Carrito 3000030216 0025 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Tiras de fluoresceína Caja c/300
26	254000003580	7.00	CAJ	GASA ESTERIL 10X10 CM. Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00260 Agrup. Carrito 3000030216 0026 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: GASA ESTERIL 10X10 CM. CAJA CON 100 PIEZAS

Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002615

Hoja 6 de 35

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
27	254000005846	2.00	CAJ	<p>Sutura Prolene 5-0</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00270 Agrup. Carrito 3000030216 0027</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Sutura Prolene 5-0 caja c/12</p>
28	254000005847	4.00	CAJ	<p>I/A Handpiece 20G Angled 45°</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00280 Agrup. Carrito 3000030216 0028</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:I/A Handpiece 20G Angled 45° Caja c/10</p>
29	254000001350	1.00	PZA	<p>LENTE INTRAOCULAR DE TRES PIEZAS NO 20</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00290 Agrup. Carrito 3000030216 0029</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:LENTE INTRAOCULAR PSEUDOFÁQUICA PLEGABLE ACRÍLICA HIDROFOBA DE 3 PIEZAS CON ÓPTICA DE SUPERFICIE ANTERIOR ASIMÉTRICA BICONVEXA.MONOFOCAL ESFERICA.HÁPTICOS: C 20</p>
30	254000002696	1.00	PZA	<p>LENTE INTRAOCULAR NO. 18</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00300 Agrup. Carrito 3000030216 0030</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDO PMMA PARA EXTRACAPSULAR NO . 18 PRESENTACION: PIEZA</p>
31	254000003237	7.00	PZA	<p>TOALLITAS DESINFECTANTES</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00310 Agrup. Carrito 3000030216 0031</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:TOALLITAS DESINFECTANTES, FÓRMULA HIPOCLORITO DE SODIO DE 17.7X20.3CM</p>
32	254000005848	6.00	PZA	<p>Sonda laser escalonada</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00320 Agrup. Carrito 3000030216 0032</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Sonda laser escalonada con conector indice calibre 23/0.6mm
33	254000004267	5.00	PZA	Hexaflurato de azufre cilindro 50 ML Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00330 Agrup. Carrito 3000030216 0033 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Gas SF6 Hexaflurato de azufre cilindro de 50 ml
34	254000005851	2.00	PZA	Maxgrip microforceps 25 g Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00340 Agrup. Carrito 3000030216 0034 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Maxgrip microforceps 25 g
35	254000003762	2.00	CAJ	GUANTE DE LATEX MEDIANO Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00350 Agrup. Carrito 3000030216 0035 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: GUANTE DE LATEX BAJO EN POLVO, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TALLA MEDIANO, CAJA CON 100 PZS.
36	254000004274	4.00	PZA	GUANTES DE LATEX Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00360 Agrup. Carrito 3000030216 0036 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Guantes de latex para cirugia num 6.5 Caja c/50 pares
37	254000001318	200.00	PZA	GORRO PARA PACIENTE Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00370 Agrup. Carrito 3000030216 0037 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: GORRO PARA PACIENTE CON RESORTE, DESECHABLE
38	254000000042	6.00	CAJ	JERINGA 3 ML 22G X 1 1/4"

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00380 Agrup. Carrito 3000030216 0038 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: JERINGA 3 ML 22G X 1 1/4", CAJA CON 100 PIEZAS
39	254000003667	124.00	PZA	PUNZOCAT NO. 22 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00390 Agrup. Carrito 3000030216 0039 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: PUNZOCAT NO. 22
40	254000003697	140.00	PAQ	EQUIPO DE VENOCCLISIS Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00400 Agrup. Carrito 3000030216 0040 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: SIN AGUJA
41	254000002792	4.00	PZA	APOSITO TRANSPARENTE 6 X 7 CM Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00410 Agrup. Carrito 3000030216 0041 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: APOSITO TRANSPARENTE, AUTOADHERIBLE, MICROPOROSO, ESTERIL Y DESECHABLE . (TEGADERM) 6 X 7 CM PRESENTACION: CAJA CON 100 PZAS
42	254000003710	20.00	CAJ	GASA 10X10 SIN ESTERILIZAR Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00420 Agrup. Carrito 3000030216 0042 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: GASA 10X10 SIN ESTERILIZAR CAJA CON 200
43	254000004131	35.00	PAQ	BATA PARA PACIENTE DESECHABLE Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00430 Agrup. Carrito 3000030216 0043 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: BATA PARA PACIENTE DESECHABLE TALLA GRANDE SIN MANGAS BOLSA CON 10PIEZAS NO ESTERIL

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
44	254000000044	4.00	PZA	PUNTAS NASALES PARA ADULTO Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00440 Agrup. Carrito 3000030216 0044 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: PUNTAS NASALES PARA ADULTO
45	254000003748	4.00	PAQ	COTONETES ESTERILES Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00450 Agrup. Carrito 3000030216 0045 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: COTONETES ESTERILES CON 100 PZAS., PAQUETE CON 100 EMPAQUES CON 3 PIEZAS CADA UNO.
46	254000004281	2.00	PZA	Llave de tres vías Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00460 Agrup. Carrito 3000030216 0046 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Llave de tres vías
47	254000004284	2.00	PZA	cable para cauterio Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00470 Agrup. Carrito 3000030216 0047 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: cable para cauterio
48	254000004280	2.00	PZA	Marcadores para piel Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00480 Agrup. Carrito 3000030216 0048 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Marcadores para piel
49	254000003818	7.00	BOT	ALGODON TORUNDAS Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00490 Agrup. Carrito 3000030216 0049 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: ALGODON TORUNDAS BOLSA CON 300 PIEZAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
50	254000003746	10.00	CAJ	<p>BATA DESECHABLE PARA CIRUJANO</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00500 Agrup. Carrito 3000030216 0050</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:BATA DESECHABLE PARA CIRUJANO TALLE LARGO, COLOR AZUL, TELA REPELENTE A FLUIDOS, MANGA LARGA CON ELASTICO EN PUÑOS, CINTAS SUJETADORAS A LA CINTURA, BAJO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS, ALTA RESISTENCIA AL USO, DESINFECTADA, ESTERILIZADA, SUAVE AL TACTO, NO TRANSPARENTE, HIPOALERGENICA, PRESENTACION INDIVIDUAL.</p>
51	254000003752	3.00	PAQ	<p>GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00510 Agrup. Carrito 3000030216 0051</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO COLOR AZUL PAQUETE CON 100 PZAS.</p>
52	254000004053	40.00	PZA	<p>CINTA MICROPORE</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00520 Agrup. Carrito 3000030216 0052</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CINTA MICROPORE 2.5 CM DE GROSOR +/-2 MM</p>
53	254000003702	1.00	CAJ	<p>AGUJA NEGRA</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00530 Agrup. Carrito 3000030216 0053</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:AGUJA NEGRA CAJA CON 100</p>
54	254000000494	2.00	PZA	<p>GLUTARALDHEIDO AL 2%</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00540 Agrup. Carrito 3000030216 0054</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:GLUTARALDHEIDO AL 2% PRESENTACION EN GALON, SOLICION PARA DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE MATERIAL QUIRURGICO, BAJO PESO MOLECULAR, INCOLORO Y DE OLOR PICANTE, SOLUBLE EN AGUA Y SOLVENTES ORGANICOS, ESPECTRO DE ACTIVIDAD BACTERICIDA DE ELEVADA POTENCIA.</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
55	254000003866	2.00	CAJ	JERINGA DESHECHABLE 10 ML Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00550 Agrup. Carrito 3000030216 0055 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: JERINGA DESHECHABLE CON AGUJA 10 ML CAJA CON 100
56	254000001370	2.00	PZA	AGUJA HIPODERMICA CALIBRE 25 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00560 Agrup. Carrito 3000030216 0056 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: AGUJA HIPODERMICA CALIBRE 25 NARANJA
57	254000005845	2.00	CAJ	AGUJA HIPODERMICA CALIBRE 30 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00570 Agrup. Carrito 3000030216 0057 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: Ahuja Hipodermica Anaranjada Calibre 30 Caja c/100 pzas
58	254000001904	3.00	PZA	SUTURA VICRYL 6-0 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00580 Agrup. Carrito 3000030216 0058 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: 060.841.2268 SUTURA SINTeTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD 45 CM, CALIBRE 6-0, CARACTERISTICAS 3/8 DE CíRCULO, REVERSO CORTANTE
59	254000003710	3.00	CAJ	GASA 10X10 SIN ESTERILIZAR Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00590 Agrup. Carrito 3000030216 0059 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: GASA 10X10 SIN ESTERILIZAR CAJA CON 200
60	254000003623	1.00	CAJ	JERINGA CON AGUJA PARA INSULINA Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00600 Agrup. Carrito 3000030216 0060

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: JERINGA CON AGUJA PARA INSULINA DE 1 CM3 CAJA CON 100
61	254000003618	5.00	CAJ	GUANTE DE LATEX ESTERIL NO. 7 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00610 Agrup. Carrito 3000030216 0061 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: GUANTE DE LATEX ESTERIL NO. 7 CAJA CON 50
62	254000001319	5.00	PZA	JERINGA DE 1ML Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00620 Agrup. Carrito 3000030216 0062 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: JERINGA DE 1ML ESTERIL DESECHABLE CON AGUJA DESMONTABLE
63	254000000992	5.00	PZA	CARTUCHO MONARCH TIPO B Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00630 Agrup. Carrito 3000030216 0063 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: CARTUCHO MONARCHA TIPO B. PIEZA
64	254000001371	2.00	PZA	BOLSA PARA ESTERILIZAR 9X23 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00640 Agrup. Carrito 3000030216 0064 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: BOLSA PARA ESTERILIZAR CHICA PAPEL PEEL-PROO 9 X 23
65	254000003977	2.00	CAJ	BOLSA PARA ESTERILIZAR Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00650 Agrup. Carrito 3000030216 0065 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica: BOLSA PARA ESTERILIZAR PARA AUTOCLAVE, DE PAPEL Y PLASTICO, TAMAÑO 20CM X 15, CAJA CON 100 PIEZAS

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
66	254000004283	1.00	PZA	<p>SUTURA DE SEDA 4-0</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00660 Agrup. Carrito 3000030216 0066</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Sutura Seda 4-0 caja c/12##</p>
67	254000004282	3.00	PZA	<p>canulas 25g</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00670 Agrup. Carrito 3000030216 0067</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Canulas 25g con punta de silicon charles</p>
68	254000004320	2.00	PZA	<p>Tubo endotraqueal pediátrico calibre 4.5</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00680 Agrup. Carrito 3000030216 0068</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Tubo endotraqueal pediátrico, con válvula conectora y escala enmilímetros en calibre número 4.5</p>
69	254000004321	1.00	PZA	<p>Tubo endotraqueal pediátrico calibre 2</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00690 Agrup. Carrito 3000030216 0069</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Tubo endotraqueal pediátrico, con válvula conectora y escala enmilímetros en calibre número 2.</p>
70	254000004322	1.00	PZA	<p>Tubo endotraqueal pediátrico calibre 2.5</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00700 Agrup. Carrito 3000030216 0070</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Tubo endotraqueal pediátrico, con válvula conectora y escala enmilímetros en calibre número 2.5</p>
71	254000004323	1.00	PZA	<p>Tubo endotraqueal pediátrico calibre 3.5</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00710 Agrup. Carrito 3000030216 0071</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica: Tubo endotraqueal pediátrico, con válvula conectora y escala enmilímetros en calibre número 3.5</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
72	254000004324	1.00	PZA	<p>Tubo endotraqueal pediátrico calibre 4</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00720 Agrup. Carrito 3000030216 0072</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Tubo endotraqueal pediátrico, con válvula conectora y escala enmilímetros en calibre número 4.</p>
73	254000004328	2.00	PZA	<p>Sonda Suave de aspiraciones, 14 Fr adult</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00730 Agrup. Carrito 3000030216 0073</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Sonda Suave de aspiraciones, 14 Fr adulto.</p>
74	254000004985	2.00	PZA	<p>Tubo Endotraqueal Con Globo 6 Fr</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00740 Agrup. Carrito 3000030216 0074</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SIN CLAVE_Tubo Endotraqueal De Plástico Grado Médico, Transparente. ConGlobo Y Espiral De Alambre, Con Balón Y Conector, Radiopaco, Estéril.Calibre 6 Fr</p>
75	254000004986	2.00	PZA	<p>Tubo Endotraqueal Con Globo 6.5 Fr</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00750 Agrup. Carrito 3000030216 0075</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SIN CLAVE_Tubo Endotraqueal De Plástico Grado Médico, Transparente. ConGlobo Y Espiral De Alambre, Con Balón Y Conector, Radiopaco, Estéril.Calibre 6.5 Fr</p>
76	254000004987	2.00	PZA	<p>Tubo Endotraqueal Con Globo 7 Fr</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00760 Agrup. Carrito 3000030216 0076</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:SIN CLAVE_Tubo Endotraqueal De Plástico Grado Médico, Transparente. ConGlobo Y Espiral De Alambre, Con Balón Y Conector, Radiopaco, Estéril.Calibre 7 Fr</p> <p>APOSITO TRANSPARENTE</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
77	254000000157	2.00	CAJ	<p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049023 00770 Agrup. Carrito 3000030216 0077</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 10 X 12 CM. CAJA CON 50 PIEZAS</p>
78	254000006110	526.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070203 Solicitud de Pedido 0190049062 00010 Agrup. Carrito 3000030245 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
79	254000006110	52.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070419 Solicitud de Pedido 0190049062 00020 Agrup. Carrito 3000030245 0002</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
80	254000006110	131.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070418 Solicitud de Pedido 0190049062 00030 Agrup. Carrito 3000030245 0003</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
81	254000006110	87.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070417 Solicitud de Pedido 0190049062 00040 Agrup. Carrito 3000030245 0004</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
82	254000006110	287.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070416 Solicitud de Pedido 0190049062 00050 Agrup. Carrito 3000030245 0005</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
83	254000006110	175.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070415 Solicitud de Pedido 0190049062 00060 Agrup. Carrito 3000030245 0006</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
84	254000006110	219.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070414 Solicitud de Pedido 0190049062 00070 Agrup. Carrito 3000030245 0007</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
85	254000006110	175.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070413 Solicitud de Pedido 0190049062 00080 Agrup. Carrito 3000030245 0008</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
86	254000006110	65.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 211213019070412 Solicitud de Pedido 0190049062 00090 Agrup. Carrito 3000030245 0009</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
87	254000006110	131.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070411 Solicitud de Pedido 0190049062 00100 Agrup. Carrito 3000030245 0010</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
88	254000006110	159.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070410 Solicitud de Pedido 0190049062 00110 Agrup. Carrito 3000030245 0011</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
89	254000006110	351.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070409 Solicitud de Pedido 0190049062 00120 Agrup. Carrito 3000030245 0012</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
90	254000006110	131.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070408 Solicitud de Pedido 0190049062 00130 Agrup. Carrito 3000030245 0013</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
91	254000006110	280.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070407 Solicitud de Pedido 0190049062 00140 Agrup. Carrito 3000030245 0014</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
92	254000006110	21.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070406 Solicitud de Pedido 0190049062 00150 Agrup. Carrito 3000030245 0015</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
93	254000006110	57.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070405 Solicitud de Pedido 0190049062 00160 Agrup. Carrito 3000030245 0016</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
94	254000006110	263.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070404 Solicitud de Pedido 0190049062 00170 Agrup. Carrito 3000030245 0017</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				CADA PRUEBA.
95	254000006110	157.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070403 Solicitud de Pedido 0190049062 00180 Agrup. Carrito 3000030245 0018</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
96	254000006110	175.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070402 Solicitud de Pedido 0190049062 00190 Agrup. Carrito 3000030245 0019</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
97	254000006110	105.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070401 Solicitud de Pedido 0190049062 00200 Agrup. Carrito 3000030245 0020</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.
98	254000006110	10.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070307 Solicitud de Pedido 0190049062 00210 Agrup. Carrito 3000030245 0021</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
99	254000006110	78.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070306 Solicitud de Pedido 0190049062 00220 Agrup. Carrito 3000030245 0022</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
100	254000006110	5.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070301 Solicitud de Pedido 0190049062 00230 Agrup. Carrito 3000030245 0023</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
101	254000006110	149.00	PZA	<p>tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p> <p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070207 Solicitud de Pedido 0190049062 00240 Agrup. Carrito 3000030245 0024</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
102	254000006110	351.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070206 Solicitud de Pedido 0190049062 00250 Agrup. Carrito 3000030245 0025</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
103	254000006110	658.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070205 Solicitud de Pedido 0190049062 00260 Agrup. Carrito 3000030245 0026</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
104	254000006110	421.00	PZA	<p>comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p> <p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070204 Solicitud de Pedido 0190049062 00270 Agrup. Carrito 3000030245 0027</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
105	254000006110	263.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070111 Solicitud de Pedido 0190049062 00280 Agrup. Carrito 3000030245 0028</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
106	254000006110	1,386.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070114 Solicitud de Pedido 0190049062 00290 Agrup. Carrito 3000030245 0029</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.
107	254000006110	833.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070202 Solicitud de Pedido 0190049062 00300 Agrup. Carrito 3000030245 0030</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
108	254000006110	219.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070201 Solicitud de Pedido 0190049062 00310 Agrup. Carrito 3000030245 0031</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
109	254000006110	1,140.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070116 Solicitud de Pedido 0190049062 00320 Agrup. Carrito 3000030245 0032</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
110	254000006110	526.00	PZA	<p>mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marca Roche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p> <p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070115 Solicitud de Pedido 0190049062 00330 Agrup. Carrito 3000030245 0033</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marca Roche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
111	254000006110	702.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070113 Solicitud de Pedido 0190049062 00340 Agrup. Carrito 3000030245 0034</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica: Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar con límite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membrana hidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación de glucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marca Roche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
112	254000006110	263.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070112 Solicitud de Pedido 0190049062 00350 Agrup. Carrito 3000030245 0035</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
113	254000006110	877.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070110 Solicitud de Pedido 0190049062 00360 Agrup. Carrito 3000030245 0036</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
114	254000006110	807.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070109 Solicitud de Pedido 0190049062 00370 Agrup. Carrito 3000030245 0037</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
115	254000006110	671.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070108 Solicitud de Pedido 0190049062 00380 Agrup. Carrito 3000030245 0038</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
116	254000006110	781.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070107 Solicitud de Pedido 0190049062 00390 Agrup. Carrito 3000030245 0039</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
117	254000006110	8,073.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070106 Solicitud de Pedido 0190049062 00400 Agrup. Carrito 3000030245 0040</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
118	254000006110	3,510.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 211213019070105 Solicitud de Pedido 0190049062 00410 Agrup. Carrito 3000030245 0041</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
119	254000006110	842.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070104 Solicitud de Pedido 0190049062 00420 Agrup. Carrito 3000030245 0042</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
120	254000006110	965.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070103 Solicitud de Pedido 0190049062 00430 Agrup. Carrito 3000030245 0043</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
121	254000006110	1,474.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070102 Solicitud de Pedido 0190049062 00440 Agrup. Carrito 3000030245 0044</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
122	254000006110	947.00	PZA	<p>TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE®</p> <p>Centro Gestor 211213019070101 Solicitud de Pedido 0190049062 00450 Agrup. Carrito 3000030245 0045</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira Reactiva para determinación de glucosa en sangre capilar conlímite de medición en glucómetro hasta 500 o 600 mg/dl. Con membranahidrofílica impregnada con activante químico: glucosa oxidasa conreductor e indicador o glucosa deshidrogenasa. Para la determinación deglucosa. Envase con 50 tiras, modelo Accu-Chek Active de la marcaRoche® Deberá considerar 1300 equipos nuevos en comodato, dichos equipos serán devueltos al término del consumo de las pruebas y deben incluir dos juegos de baterías intercambiables (del tipo y tamaño que corresponda) compatibles al 100% con el equipo lector debiendo ser alcalina y de larga duración. Registro Sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada. DEBERÁ INCLUIR UNA LANCETA RETRACTIL DE SEGURIDAD Y TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA.</p>
123	251000000004	16,702.00	PZA	<p>PRUEBA RAP VIH DETECCION AG P24</p> <p>Centro Gestor 211213019030300 Solicitud de Pedido 0190049098 00010 Agrup. Carrito 3000030272 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Pruebas Rápidas. Inmunoanálisis para la detección del antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertasde antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos,anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC. F</p>
124	255000000006	19,270.00	PZA	<p>PRUEBA RAP VIH DET CUALITATIVA</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Centro Gestor 211213019030300 Solicitud de Pedido 0190049099 00010 Agrup. Carrito 3000030273 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Pruebas Rápidas. Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por inmunocromatografía contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas. TATC.Con sensibilidad igual o superior al 99% yespecificidad igual o superior al 98% para VIH. F</p>
125	259000000000	14,600.00	PZA	<p>TIRAS REACTIVAS MICROALBUMINA</p> <p>Centro Gestor 211213019030300 Solicitud de Pedido 0190049102 00010 Agrup. Carrito 3000030275 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:Tira reactiva para la determinaciOn semi-cuantitativa de microalbUmina en orina, en un tiempo aproximado de un minuto. 2) Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. 3) RTC y/o TA. 4) 080.889.2632 Caracterlsticas adicionales: 1) Lote y fecha de caducidad en envase primario. 2) Principio de prueba por inmunoensayo cromatogrÁfico 3) Las pruebas deberAn almacenarse a temperatura ambiente 4) Se solicita una pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural, con tapOn tipo rosca y cierre hermEtico con clave de cuadro bAsico 080.855.0164. 5) Bolsa individual de celofAn para cada pomadera. 6) No deberA requerir refrigeraciOn. 7) Sin equipo adicional 8) Las pruebas deben incluir desecante</p>
126	254000000212	30.00	PZA	<p>MEMBRANA SINTETICA MICROPOROSA 18*23CM</p> <p>Centro Gestor 211213019070207 Solicitud de Pedido 0190049153 00010 Agrup. Carrito 3000030309 0001</p> <p>Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/</p> <p>Descripción técnica:SUSTITUTO ALOPLÁSTICO DE PIEL (SINTÉTICO) MEMBRANA SINTÉTICA MICROPOROSA, ABSORBIBLE, DE UN SOLO USO, FORMADA POR UN CO-POLIMERO (TER-POLIMERO) QUE CONSISTE DE ACIDOS POLIHIDROXICARBOXILICOS ALIFANCOS ABSORBIBLES Y UN POLICARBONATO ALIFÁTICO. SUPRATHEL® 18X23CM</p>
127	295000000245	29.00	PZA	<p>CARTUCHO GAS OXIDO ETILENO</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049155 00010 Agrup. Carrito 3000030311 0001</p> <p>Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO</p> <p>Descripción técnica:CARTUCHO GAS OXIDO ETILENO PARA ESTERILIZADOR STERIVACK 5XL, COTENIDOCARTUCHO 100g</p>
128	254000000333	235.00	PZA	<p>AUXILIAR AUDITIVO PERDIDA MEDIA A SEVERA</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049170 00010 Agrup. Carrito 3000030323 0001</p> <p>Entrega en: CARRETERA SILAO GUANAJUATO KM 4.5 C.P. 36270 SILAO EL CAPULIN México/GTO</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>Descripción técnica:AUXILIARES AUDITIVOS MEDIA SEVERA DE SEIS A OCHO CANALES Y SEIS A OCHO BANDAS DE FRECUENCIA, PROGRAMABLE POR COMPUTADORA MEDIANTE HIPRO, COLOR NATURAL, CON AL MENOS TRES PROGRAMAS DIFERENTES DE ESCUCHA, INCLUYENDO TELEBOBINA Y/O FM, CANCELACION DE RETROALIMENTACION AUTOMATICO, ADAPTATIVO O DINAMICO, TONOS DE ALERTA PARA BATERIA BAJA, ENTRADA DIRECTO DE AUDIO, SELECCION DE METODOS DE COMPRESION, NIVEL DE PRESION DE SALIDA OSPL COMO MINIMO DE 140 DB EN ADELANTE EN SIMULADOR DE OIDO CON TOLERANCIA DE 5%, CONTROL DE VOLUMEN, REDUCCION O SUPRESION ADAPTATIVA DEL RUIDO, REDUCCION DE RUIDO HASTA 15 DB DE FORMA AUTOMATICA EN UN ANCHO DE BANDA DE 8 KH, GANANCIA MAXIMA CON UN PICO MINIMO DE 65 DB EN SIMULADOR DE OIDO, RANGO DE FRECUENCIA DE 100-6500 HZ CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5% EN CADA LIMITE EN SIMULADOR DE OIDO, PORCENTAJE DE DISTORSION EN 800 HZ Y 1600 HZ MENOR O IGUAL A 3% EN SIMULADOR DE OIDO. 1. 12 PILAS QUE CORRESPONDAN AL TAMAÑO Y VOLTAJE ADECUADO PARA AUXILIAR QUE SE OFERTA Y PROBADOR DE PILAS. 2. ESTUCHE BLANDO Y RIGIDO PARA AUXILIAR AUDITIVO. 3. DESHUMIDIFICADOR POR CADA AUXILIAR AUDITIVO. 4. MOLDE DE IMPRESION Y UN MOLDE YA TERMINADO O ADAPTACION ABIERTA POR CADA AUXILIAR AUDITIVO. EL MATERIAL UTILIZADO PARA LA TOMA DE IMPRESION DEBERA SER A BASE DE POLIVINILSILOXANO CON SUS RESPECTIVOS OTOBLOCKS EN SU REALIZACION, ESPECIFICAMENTE EN HULE ESPUMA (PROTECTORES DE TIMPANO PARA TOMA DE MOLDES), EL MOLDE TERMINADO EN SILICON. EL MATERIAL DEBERA PRESENTARSE EN ENVASES ORIGINALES. 5. INSTRUCTIVO DE USO EN IDIOMA ESPAÑOL POR CADA AUXILIAR. 6. GARANTIA DE 2 AÑOS DEL AUXILIAR AUDITIVO. 7. UN EQUIPO HIPRO PARA PROGRAMACION POR COMPUTADORA. 8. SOFTWARE ORIGINAL PARA PROGRAMACION COMPATIBLE CONHIPRO Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O SUPERIOR. 9. CATALOGO Y FICHA TECNICA EN ESPAÑOL. 10. 6 JUEGOS DE CABLES Y ZAPATAS (DERECHO EIZQUIERDO) PARA PROGRAMACION DE LOS AUXILIARES AUDITIVOS COMPATIBLES CON HIPRO. 11. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A REALIZAR LA TOMA DE IMPRESION Y ELABORACION DE LOS MOLDES OTICOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION DEL INSTITUTO EN UN PLAZO MAXIMO DE DIEZ DIAS HABILES PROGRAMADOS. 13. DOS A TRES CAPACITACIONES PARA LA ADAPTACION</p>
129	254000000334	180.00	PZA	<p>AUXILIAR AUDITIVO PERDIDA PROFUNDA A RA</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049170 00020 Agrup. Carrito 3000030323 0002</p> <p>Entrega en: CARRETERA SILAO GUANAJUATO KM 4.5 C.P. 36270 SILAO EL CAPULIN México/GTO</p> <p>Descripción técnica:AUXILIARES AUDITIVOS PERDIDA PROFUNDA A RESTOS AUDITIVOS DE SEIS A OCHO CANALES Y SEIS A OCHO BANDAS DE FRECUENCIA, PROGRAMABLE PORCOMPUTADORA MEDIANTE HIPRO, COLOR NATURAL, CON AL MENOS TRES PROGRAMAS DIFERENTES DE ESCUCHA, INCLUYENDO TELEBOBINA Y/O FM, CANCELACION DE RETROALIMENTACION AUTOMATICO, ADAPTATIVO O DINAMICO, TONOS DE ALERTA PARA BATERIA BAJA, ENTRADA DIRECTO DE AUDIO, SELECCION DE METODOS DE COMPRESION, NIVEL DE PRESION DE SALIDA OSPL COMO MINIMO DE 144 DB EN ADELANTE EN SIMULADOR DE OIDO, CONTROL DE VOLUMEN, REDUCCION O SUPRESION ADAPTATIVA DEL RUIDO, REDUCCION DE RUIDO HASTA 15 DB DE FORMA AUTOMATICA EN UN ANCHO DE BANDA DE 8 KH, GANANCIA MAXIMA CON UN PICO MINIMO DE 84 DB EN SIMULADOR DE OIDO, RANGO DE FRECUENCIA DE 100-5800 HZ CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5% EN CADALIMITE EN SIMULADOR DE OIDO,</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				<p>PORCENTAJE DE DISTORSION EN 800 HZ Y 1600 HZ MENOR O IGUAL A 3% EN SIMULADOR DE OIDO. 1. 12 PILAS QUE CORRESPONDAN AL TAMAÑO Y VOLTAJE ADECUADO PARA AUXILIAR QUE SE OFERTA Y PROBADOR DE PILAS. 2. ESTUCHE BLANDO Y RIGIDO PARA AUXILIAR AUDITIVO. 3. DESHUMIDIFICADOR POR CADA AUXILIAR AUDITIVO. 4. MOLDE DE IMPRESION Y UN MOLDE YA TERMINADO O ADAPTACION ABIERTA POR CADA AUXILIAR AUDITIVO. EL MATERIAL UTILIZADO PARA LA TOMA DE IMPRESION DEBERA SER A BASE DE POLIVINILSILOXANO CON SUS RESPECTIVOS OTOBLOCKS EN SU REALIZACION, ESPECIFICAMENTE EN HULE ESPUMA (PROTECTORES DE TIMPANO PARA TOMA DE MOLDES), EL MOLDE TERMINADO EN SILICON.EL MATERIAL DEBERA PRESENTARSE EN ENVASES ORIGINALES. 5. INSTRUCTIVO DE USO EN IDIOMA ESPAÑOL POR CADA AUXILIAR. 6. GARANTIA DE 2 AÑOS DEL AUXILIAR AUDITIVO. 7. UN EQUIPO HIPRO PARA PROGRAMACION POR COMPUTADORA. 8. SOFTWARE ORIGINAL PARA PROGRAMACION COMPATIBLE CON HIPRO Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O SUPERIOR. 9. CATALOGO Y FICHA TECNICA EN ESPAÑOL. 10. 6 JUEGOS DE CABLES Y ZAPATAS (DERECHOE IZQUIERDO) PARA PROGRAMACION DE LOS AUXILIARES AUDITIVOS COMPATIBLES CON HIPRO. 11. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A REALIZAR LA TOMADE IMPRESION Y ELABORACION DE LOS MOLDES OTICOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION DEL INSTITUTO EN UN PLAZO MAXIMO DE DIEZ DIAS HABLES PROGRAMADOS. 13. DOS A TRES CAPACITACIONES PARA LA ADAPTACION</p>
130	251000002215	10,500.00	PZA	<p>PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARAMETROS</p> <p>Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049180 00010 Agrup. Carrito 3000030332 0001</p> <p>Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO</p> <p>Descripción técnica:PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARÁMETROS:PRUEBA EN PLACA PARADETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS 1000 NG/ML, BARBITÚRICOS 300 NG/ML,OPIÁCEOS 2000 NG/ML, BENZODIACEPINAS 300 NG/ML, COCAÍNA 300 NG/ML,METANFETAMINAS 1000 NG/ML, MARIHUANA 50 NG/ML, CADUCIDAD MÍNIMA DE 18MESES A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA Y EXACTITUD MÍNIMA DE 90 % ENCOMPARACIÓN CON GC/MS.</p>
131	251000002216	10,500.00	PZA	<p>Tira reactiva de adulterantes</p> <p>Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049180 00020 Agrup. Carrito 3000030332 0002</p> <p>Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO</p> <p>Descripción técnica:Tira reactiva para la detección de adulterantes en orina: creatinina,glutaraldehído, nitritos, oxidantes, ph, gravedad específica yclorocromato de piridinio. Caducidad mínima de 18 meses a partir deldía de la entrega.</p>
132	251000000012	31,500.00	PZA	<p>BOLSAS DE PLASTICO</p> <p>Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049180 00030 Agrup. Carrito 3000030332 0003</p> <p>Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO</p> <p>Descripción técnica:BOLSAS DE PLASTICO TRASPARENTE Y RESISTENTE , QUE INCLUYA CADENA DE CUSTODIA, SELLOS</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				LATERALES REFORZADOS, FOLIADAS, CON SELLO Y ALERTA DE SEGURIDAD, RESISTENTE A LA CONGELACION DE HASTA -70°C.
133	251000000011	7,875.00	PZA	<p>FRASCOS DE PLASTICO</p> <p>Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049180 00040 Agrup. Carrito 3000030332 0004</p> <p>Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO</p> <p>Descripción técnica:FRASCOS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE PARA RECOLECCION DE MUESTRA DE ORINA, ESTERIL, TAPADE ROSCA SIN RANURA, CIERRE HERMETICO, TERMOMETRO ADHESIVO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURAS INCLUIDO EN EL FRASCO,GRADUADO, CAPACIDAD 120 ML, RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS Y A IMPACTOS.</p>
134	251000000011	7,875.00	PZA	<p>FRASCOS DE PLASTICO</p> <p>Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049180 00050 Agrup. Carrito 3000030332 0005</p> <p>Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO</p> <p>Descripción técnica:FRASCOS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE PARA RECOLECCION DE MUESTRA DE ORINA, ESTERIL, TAPADE ROSCA SIN RANURA, CIERRE HERMETICO, TERMOMETRO ADHESIVO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURAS INCLUIDO EN EL FRASCO,GRADUADO, CAPACIDAD 120 ML, RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS Y A IMPACTOS.</p>
135	251000000011	7,875.00	PZA	<p>FRASCOS DE PLASTICO</p> <p>Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049180 00060 Agrup. Carrito 3000030332 0006</p> <p>Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO</p> <p>Descripción técnica:FRASCOS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE PARA RECOLECCION DE MUESTRA DE ORINA, ESTERIL, TAPADE ROSCA SIN RANURA, CIERRE HERMETICO, TERMOMETRO ADHESIVO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURAS INCLUIDO EN EL FRASCO,GRADUADO, CAPACIDAD 120 ML, RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS Y A IMPACTOS.</p>
136	251000000011	7,875.00	PZA	<p>FRASCOS DE PLASTICO</p> <p>Centro Gestor 211213042030000 Solicitud de Pedido 0190049180 00070 Agrup. Carrito 3000030332 0007</p> <p>Entrega en: CARRETERA ESTATAL LEON CUERAMARO KM 7.5 S/N C.P. 37680 LEÓN LOS RAMIREZ México/GTO</p> <p>Descripción técnica:FRASCOS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE PARA RECOLECCION DE MUESTRA DE ORINA, ESTERIL, TAPADE ROSCA SIN RANURA, CIERRE HERMETICO, TERMOMETRO ADHESIVO PARA EL CONTROL</p>

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				DE TEMPERATURAS INCLUIDO EN EL FRASCO,GRADUADO, CAPACIDAD 120 ML, RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS Y A IMPACTOS.
137	254000000070	40.00	PZA	<p>KIT TRANSFEMORAL MOV. 2</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049185 00010 Agrup. Carrito 3000030337 0001</p> <p>Entrega en: CARRETERA SILAO GUANAJUATO KM 4.5 C.P. 36270 SILAO EL CAPULIN México/GTO</p> <p>Descripción técnica:PIE SACH DINAMICO+KIT MODULAR DE ACERO INOXIDABLE TRANSFEMORAL+ RODILLA 4 BARRAS+VALVULA DE SUCCION IMPORTADA CON DOMMIES+BOLSA DE COLOCACION IMPORTADA.</p>
138	254000003902	150.00	CAJ	<p>VENDA DE YESO 15 CMS.</p> <p>Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190049185 00020 Agrup. Carrito 3000030337 0002</p> <p>Entrega en: CARRETERA SILAO GUANAJUATO KM 4.5 C.P. 36270 SILAO EL CAPULIN México/GTO</p> <p>Descripción técnica:VENDA DE YESO 15 CMS. CAJA CON 12</p>