



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

**NOTIFICACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON
COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54504226-1 PARA LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**

El presente acto dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **14:00** horas del día **07 de julio de 2026** en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones y Suministros adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5.

I. Señalamientos y Puntualizaciones

Se adjunta como parte integral de la presente Notificación, el documento que comprende las preguntas y respuestas recibidas para el presente procedimiento

La presente notificación queda a disposición de los interesados a participar en la presente Invitación, en las páginas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>.

Se da por terminada la presente a las **14:40** horas, en la ciudad de Guanajuato, Gto., el **07 de julio de 2026**.

Servidores Públicos

C. Karina García Barbosa
Ejecutivo de Compras de la Dirección de
Adquisiciones y Suministros

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54504226-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANA MARÍA DURÁN ROA		X		CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	14,15 Y 16	Referencia: Apartado de descripción técnica ANEXO I donde se solicita: VENTANA FRONTAL MANUAL CON ALTURA AJUSTABLE	Solicitamos amablemente a la convocante aceptar propuesta de equipos que ofrezca ventana frontal de accionamiento motorizado con apertura máxima de 520 mm. El sistema motorizado ofrece una mejor ergonomía, un desplazamiento más preciso y un sellado óptimo en comparación con el sistema manual solicitado. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
2	ANA MARÍA DURÁN ROA		X		CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	14,15 Y 16	Referencia: Apartado de descripción técnica ANEXO I donde se solicita "RUIDO: ≤60 DB".	Tomando en consideración que el nivel de ruido depende directamente de la potencia necesaria del extractor para alcanzar la velocidad de aire solicitada (0.3 a 0.8 m/s), Solicitamos amablemente a la convocante aceptar propuestas de equipos con un nivel de ruido de ≤68 dB. Para garantizar que el equipo cuente con la fuerza de extracción suficiente para la seguridad del usuario en el laboratorio. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
3	ANA MARÍA DURÁN ROA		X		CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	14,15 Y 16	Referencia: Apartado de descripción técnica ANEXO I donde se solicita "DIMENSIONES INTERNAS MÍNIMAS: 1020 X 520 X 870 MM".	Solicitamos amablemente a la convocante aceptar propuestas que ofrezcan dimensiones internas de 1020 mm de ancho, 670 mm de fondo y 730 mm de alto. Lo que otorga mayor espacio y comodidad para manipular reactivos, compensando la diferencia en la altura interna del equipo. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
1	LOURDES PATRICIA CASTILLO HERNANDE		X			6	NA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SABER SI ACEPTAN CAPACIDAD DE 100 LITROS EL EQUIPO	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LA SOLICITADO EN EL ANEXO I-A PARA ESTA PARTIDA.
2	LOURDES PATRICIA CASTILLO HERNANDE	X				NA	2.11	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SABER SI ACEPTAN LAS CARTAS DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA FIRMADAS EN DIGITAL Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PRESENTEN LAS CARTAS ORIGINALES CON FIRMA AUTOGRAFA	PODRÁN PRESENTAR CARTAS DIGITALIZADAS E IMPRESAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA, LAS CUALES PODRÁN SER VERIFICADAS POR EL ÁREA USUARIA PREVIO AL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN.
1	TREKSYS SA DE CV	X					NUMERAL I PUNTO F	SOLICITAMOS A LA CONVONCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ADJUDICACION, SE ACEPTA??	SE ACLARA QUE PARA LAS PARTIDAS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 11, LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA SERÁ A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2026; PARA LAS PARTIDAS 2, 9, 10, 14, 15 Y 16 SERÁ A MAS TARDAR EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2026; DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA DE ENTREGA MENCIONADA PARA ESTAS PARTIDAS EN EL INCISO F) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54504226-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	TREKSYS SA DE CV		X				PARTIDA 9	CON RELACIÓN A LA PARTIDA 9, DONDE SE SOLICITA UN "MANIQUI DE ADULTO... DIMENSIONES: 50 X 30 X 13 CM +-7CM., MATERIAL VINILSUAVE, PESO 85 KG. +-10KG.", SE HACE NOTAR A LA CONVOCANTE QUE UN TORSO DE RCP CON LAS DIMENSIONES SOLICITADAS TIENE UN PESO REAL ESTIMADO EN EL MERCADO DE ENTRE 2.0 Y 3.5 KG. UN PESO DE 85 KG CORRESPONDE FÍSICAMENTE A UN MANIQUÍ DE CUERPO COMPLETO PARA RESCATE PESADO Y NO A UN TORSO DE ENTRENAMIENTO BÁSICO. ¿SE ACEPTA QUE EL PESO REQUERIDO PARA EL TORSO DE RCP SEA DE 2.5 KG +- 1.5 KG, O EN SU DEFECTO, QUE LOS 85 KG HAGAN REFERENCIA AL PESO VOLUMÉTRICO/BRUTO DE UN LOTE O CAJA MÁSTER CON MÚLTIPLES PIEZAS? FAVOR DE ACLARAR.	Se aclara que el peso de los maniqués deberá ser de entre 3.0 kg a 25 kg. Ya que actualmente los maniqués son de un diseño compacto, material y peso ligero.
3	TREKSYS SA DE CV		X				PARTIDA 14	CON RELACIÓN A LA PARTIDA 14, DADO QUE CADA FABRICANTE TIENE CONFIGURACIONES DIFERENTES, LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR QUE EL NIVEL DE RUIDO SEA ≤68 DB ENTENDIENDO QUE CUALQUIER VALOR MENOR A ESTE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
4	TREKSYS SA DE CV		X				PARTIDA 14	DADO QUE CADA FABRICANTE TIENE CONFIGURACIONES DIFERENTES, LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES EXTERNAS E INTERNAS DIFERENTES CON UNA TOLERANCIA DE +/-10%, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LAS DIMENSIONES DEL ÁREA DE TRABAJO Y LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
5	TREKSYS SA DE CV		X				PARTIDA 15	CON RELACIÓN A LA PARTIDA 15, DADO QUE CADA FABRICANTE TIENE CONFIGURACIONES DIFERENTES, LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR QUE EL NIVEL DE RUIDO SEA ≤68 DB ENTENDIENDO QUE CUALQUIER VALOR MENOR A ESTE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
6	TREKSYS SA DE CV		X				PARTIDA 15	DADO QUE CADA FABRICANTE TIENE CONFIGURACIONES DIFERENTES, LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES EXTERNAS E INTERNAS DIFERENTES CON UNA TOLERANCIA DE +/-10%, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LAS DIMENSIONES DEL ÁREA DE TRABAJO Y LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54504226-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
7	TREKSYS SA DE CV		X				PARTIDA 16	CON RELACIÓN A LA PARTIDA 16, DADO QUE CADA FABRICANTE TIENE CONFIGURACIONES DIFERENTES, LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR QUE EL NIVEL DE RUIDO SEA ≤ 68 DB ENTENDIENDO QUE CUALQUIER VALOR MENOR A ESTE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
8	TREKSYS SA DE CV		X				PARTIDA 16	DADO QUE CADA FABRICANTE TIENE CONFIGURACIONES DIFERENTES, LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES EXTERNAS E INTERNAS DIFERENTES CON UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LAS DIMENSIONES DEL ÁREA DE TRABAJO Y LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DIFERENTES CON UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LAS DIMENSIONES DEL ÁREA DE TRABAJO Y LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
1	Proveeduría de productos y servicios de México S.A de C.V.		X		Congelador Horizontal de 5.2 PIES	6	1	Solicitamos a la convocante que, con el propósito de fomentar la libre competencia y mayor participación de licitantes, se acepten equipos con una tolerancia de $\pm 5\%$ respecto a la capacidad requerida para el congelador de 5.2 pies, sin afectar la funcionalidad ni el desempeño requerido ¿se acepta nuestra solicitud?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
2	Proveeduría de productos y servicios de México S.A de C.V.		X		Campana de extracción de Humo	14		Solicitamos a la convocante, indicar la distancia total del ducto extractor, desde el punto de instalación de la campana hasta la ubicación del extractor, especificando la longitud completa e incluyendo el número y tipo de codos considerados. Favor de pronunciarse.	La distancia total del ducto extractor es de 8 metros de tubo y se deberán considerar 4 codos que sean compatibles al tubo.
3	Proveeduría de productos y servicios de México S.A DE C.V.		X		Campana de extracción de Humo	14		Solicitamos a la convocante, confirmar si la característica de velocidad debe ser forzosamente ajustable, o bien si se aceptan equipos con velocidad fija que cumplan con el desempeño requerido. Favor de pronunciarse.	Se aclara que la velocidad debe ser variable.
4	Proveeduría de productos y servicios de México S.A DE C.V.		X		Campana de extracción de Humo	15		Solicitamos a la convocante, indicar la distancia total del ducto extractor, desde el punto de instalación de la campana hasta la ubicación del extractor, especificando la longitud completa e incluyendo el número y tipo de codos considerados. Favor de pronunciarse.	La distancia total del ducto extractor es de 8 metros de tubo y se deberán considerar 4 codos que sean compatibles al tubo.
5	Proveeduría de productos y servicios de México S.A DE C.V.		X		Campana de extracción de Humo	15		Solicitamos a la convocante, confirmar si la característica de velocidad debe ser forzosamente ajustable, o bien si se aceptan equipos con velocidad fija que cumplan con el desempeño requerido. Favor de pronunciarse.	Se aclara que la velocidad debe ser variable.

INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES No. M3E-54504226-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
6	Proveeduría de productos y servicios de México S.A DE C.V.		X		Campana de extracción de Humo	16		Solicitamos a la convocante, indicar la distancia total del ducto extractor, desde el punto de instalación de la campana hasta la ubicación del extractor, especificando la longitud completa e incluyendo el número y tipo de codos considerados. Favor de pronunciarse.	La distancia total del ducto extractor es de 8 metros de tubo y se deberán considerar 4 codos que sean compatibles al tubo.
10	Proveeduría de productos y servicios de México S.A DE C.V.		X		Campana de extracción de Humo	16		Solicitamos a la convocante, confirmar si la característica de velocidad debe ser forzosamente ajustable, o bien si se aceptan equipos con velocidad fija que cumplan con el desempeño requerido. Favor de pronunciarse.	Se aclara que la velocidad debe ser variable.
11	Proveeduría de productos y servicios de México S.A DE C.V.		X		Maniqui de RCP	9	2	Solicitamos a la convocante confirmar si aceptan maniqués con dimensiones aproximadas a las requeridas (ejemplo: 76.2 x 43.18 x 25.4 cm) siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, características anatómicas para la que serán utilizados. Lo anterior con el objeto de no limitar la libre competencia y mayor participación de licitantes, ¿se acepta nuestra solicitud?	Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
12	Proveeduría de productos y servicios de México S.A DE C.V.	X					F	¿Se solicita atentamente a la convocante confirmar si es posible ampliar el plazo de entrega de los bienes, indicando en su caso si se autoriza una prórroga de 30 días hábiles adicionales?	SE ACLARA QUE PARA LAS PARTIDAS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 11, LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA SERÁ A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2026; PARA LAS PARTIDAS 2, 9, 10, 14, 15 Y 16 SERÁ A MÁS TARDAR EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2026; DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA DE ENTREGA MENCIONADA PARA ESTAS PARTIDAS EN EL INCISO F) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL APARTADO I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVITACIÓN, DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.
13	Proveeduría de productos y servicios de México S.A DE C.V.			X			FC1	Se solicita atentamente confirmar si, para cumplir con el requisito relativo a la Carta Solidaria del Fabricante (FC1), será aceptable presentar copia simple legible, adjuntando a mi propuesta una carta compromiso donde se mencione que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a presentar el documento original a la firma del contrato.	PODRÁN PRESENTAR CARTAS DIGITALIZADAS E IMPRESAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA, LAS CUALES PODRÁN SER VERIFICADAS POR EL ÁREA USUARIA PREVIO AL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN.