



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 293ª Reunión Ordinaria


Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-043-26 (CAGEG-043/2026), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **12:00** horas del día **14 de julio de 2026**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.



I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. Gabriel Bravo Gutiérrez, Secretario Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Gabriel Bravo Gutiérrez Secretario Suplente del Comité según oficio No. DAS-0394/2024 
C. Karina García Barbosa Vocal Suplente de Comité según oficio No. DGRMSGC-DAS-0174/2024 	C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0014/2025 

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Mauricio Flores Pérez Representante del CECCEG 	C. Mayra Guadalupe Cuéllar Ortega Representante del CECCEG 
C. Luis Ernesto Barba Aguilera Representante de ISAPEG 	C. Agustín Sierra Ferreyra Representante de ISAPEG 
C. Daniela Alvarado Valdés Representante de ISAPEG 	C. Adriana Moreno Gómez Representante de ISAPEG 
C. Ana Elizabeth Piñón Pérez Representante de ISAPEG 	C. Francisco Javier Rodríguez Lozano Representante de la Secretaría de Derechos Humanos 
C. Juana Patricia Ramos Nieves Representante de la Secretaría de Derechos Humanos 	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-043-26 (CAGEG-043/2026)**, para la **Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio**:

Nombre	Firma
COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. C. Raúl Gutiérrez Quiroz	

Conocido el registro de los licitantes participantes en la presente licitación, los miembros de este Comité así como los representantes de las dependencias y entidades presentes en el acto manifiestan que pueden continuar con su intervención en la sustanciación de la presente licitación, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 42, fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con relación a las personas servidoras públicas que para el presente acto integran este órgano colegiado, respecto de las preguntas recibidas, no se configura conflicto de interés alguno por no existir con referencia a tales preguntas y respuestas interés personal, de negocios o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, así como tampoco las funciones respectivas se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por las referidas personas servidoras públicas signantes del presente documento en el desempeño de sus respectivos cargos. Por lo tanto, para efectos de las personas servidoras públicas quienes intervienen en este Comité en el presente acto, no se actualizan los supuestos previstos en los artículos 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y 43 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Igualmente, las personas servidoras públicas antes citadas, se abstienen de solicitar o recibir ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o aceptar una oferta, promesa, entrega, aceptación o realización de una ventaja indebida de cualquier valor (de naturaleza financiera o no financiera) directa o indirectamente como incentivo o recompensa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en beneficio de alguno de los licitantes participantes en la presente licitación.

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se hace constar que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla para su debida constancia.

- b) En el presente evento se hace entrega del anexo P Formato de revisión técnica de muestras para la partida 125, el cual forma parte integral de las bases y anexos de la presente licitación.
- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formuló fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Honestidad:

C. Marco Eduardo Contreras Mendoza

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **12:45 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **14 de julio de 2026**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

FORMATO DE REVISIÓN TÉCNICA DE MUESTRAS - LICITACIÓN

Fecha de evaluación

Número de Licitación
Licitante
Marca
Modelo
País de origen
Número de lote

Nombre del insumo

Descripción técnica: Tira reactiva para la determinación semi-cuantitativa de microalbúmina en orina 1) Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/L, en un tiempo aproximado de un minuto. 2) Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. 3) RTC y/o TA. 4) 080.889.2632 Características adicionales: 1) Lote y fecha de caducidad en envase primario. 2) Principio de prueba por inmunoensayo cromatográfico 3) Las pruebas deberán almacenarse a temperatura ambiente 4) Se solicita una pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural, con tapón tipo rosca y cierre hermético con clave de cuadro básico 080.855.0164. 5) Bolsa individual de celofán para cada pomadera. 6) No deberá requerir refrigeración. 7) Sin equipo adicional 8) Las pruebas deben incluir desecante

No.	Especificación a evaluar	Cumple	No cumple	Observaciones
1	Reactivo: Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina	☐	☐	
2	No requiere refrigeración (almacenamiento a temperatura ambiente)	☐	☐	
3	Rango de medición de 10 a 100 mg/L	☐	☐	
4	Tiempo de medición aproximado de 1 minuto	☐	☐	
5	Uso en muestra de orina	☐	☐	
6	Presentación en tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas	☐	☐	
7	Envase de polietileno de alta densidad	☐	☐	
8	Bolsa individual de papel celofán	☐	☐	
9	Caducidad mínima de 18 meses	☐	☐	
10	Lote y fecha de caducidad envase primario	☐	☐	
11	Principio de prueba por inmunoensayo cromatográfico	☐	☐	
12	No requiere equipo adicional para lectura	☐	☐	
13	Incluye desecante	☐	☐	

RESULTADO FINAL

☐ Cumple técnicamente ☐ No cumple técnicamente

Observaciones generales:

Nombre y firma del evaluador

Cargo

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Denisse Zarazua Valle		XX		PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARÁMETROS:PRUEBA EN PLACA PARADETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS 1000 NG/ML, BARBITÚRICOS 300 NG/ML,OPIÁCEOS 2000 NG/ML, BENZODIACEPINAS 300 NG/ML, COCAÍNA 300 NG/ML,METANFETAMINAS 1000 NG/ML, MARIHUANA 50 NG/ML, CADUCIDAD MÍNIMA DE 18MESES A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA Y EXACTITUD MÍNIMA DE 90 % ENCOMPARACIÓN CON GC/MS.	130		Se deberá de cotizar por pieza PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARAMETROS, y la presentación será la que viene de Origen, Ejemplo caja con 25 piezas, es correcto entenderlo así?	La cotización es por pieza y podrá ofertar cualquier presentación siempre y cuando entregue el total de pruebas solicitadas.
2	Denisse Zarazua Valle		XX		Solicitan: Tira reactiva para la detección de adulterantes en orina: creatinina, glutaraldehído, nitritos, oxidantes, ph, gravedad específica y clorocromato de piridinio. Caducidad mínima de 18 meses a partir del día de la entrega.	131		Con la finalidad de no limitar la libre participación se solicita su anuencia para cotizar: Creatinina, Nitrito, Glutaraldehído, Ph, Gravedad Específica, Almidón, Clorocromato de Piridinio, SE ACEPTA? Se deberá de cotizar por pieza TIRA REACTIVA PARA LA DETECCION DE ADULTERANTES EN ORINA, y la presentación será la que viene de Origen, Ejemplo Frasco con 25 piezas, es correcto entenderlo así?	1)Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes. 2) La cotización es por pieza y podrá ofertar cualquier presentación siempre y cuando entregue el total de pruebas solicitadas.
3	Denisse Zarazua Valle		XX		Solicitan: FRASCOS DE PLASTICO DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE PARA RECOLECCION DE MUESTRA DE ORINA, ESTERIL, TAPADE ROSCA SIN RANURA, CIERRE HERMETICO, TERMOMETRO ADHESIVO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURAS INCLUIDO EN EL FRASCO,GRADUADO, CAPACIDAD 120 ML, RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS Y A IMPACTOS.	133, 134, 135, 136		Se deberá de cotizar por pieza y la presentación será la que viene de Origen, Ejemplo caja con 400 piezas, es correcto entenderlo así?	La cotización es por pieza y podrá ofertar cualquier presentación siempre y cuando entregue el total de frascos solicitados.
4	Denisse Zarazua Valle		XX		PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARÁMETROS:PRUEBA EN PLACA PARA DETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS 1000 NG/ML, BARBITÚRICOS 300 NG/ML,OPIÁCEOS 2000 NG/ML, BENZODIACEPINAS 300 NG/ML, COCAÍNA 300 NG/ML,METANFETAMINAS 1000 NG/ML, MARIHUANA 50 NG/ML, CADUCIDAD MÍNIMA DE 18MESES A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA Y EXACTITUD MÍNIMA DE 90 % ENCOMPARACIÓN CON GC/MS.	130		Me aceptanpresentar mi propuesta con la combinación ANFETAMINAS 1000 NG/ML, BARBITÚRICOS 300 NG/ML,MOP 2000 NG/ML, BENZODIACEPINAS 300 NG/ML, COCAÍNA 300 NG/ML,METANFETAMINAS 1000 NG/ML, MARIHUANA 50 NG/ML. Considerando lo siguiente: dentro de nuestra línea de pruebas para detección de drogas en orina de marca CERTUM, específicamente en las presentaciones de frasco integrado simple y split key cup, el etiquetado del producto incluye el parámetro destinado a la detección de derivados de los opiáceos bajo las siglas MOP. En este tipo de pruebas, el parámetro orientado a la detección de consumo de opiáceos suele abreviarse de distintas maneras dentro de la industria, entre ellas OPI, OPI300 u OPI2000, dependiendo del punto de corte correspondiente. De igual forma, dado que el metabolito de referencia comúnmente buscado es morfina, también es habitual encontrar abreviaturas como MOP, MOR, MOR300 o MOR2000. En este sentido, hacemos la aclaración de que el parámetro identificado en nuestro etiquetado como MOP corresponde al mismo analito o grupo de analitos comúnmente referido en el mercado como OPI o MOR, según la nomenclatura adoptada por cada fabricante. La variación en la abreviatura obedece únicamente a una convención de etiquetado y a la necesidad de simplificar el espacio disponible en el empaque o dispositivo, sin que ello represente diferencia alguna en cuanto a la finalidad analítica del parámetro. (se anexa carta del importador como soporte)	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de las bases de la licitación.
1 Z	LOURDES PATRICIA CASTILLO HERNANDEZ	X				78-125	1.3	Considerando que los bienes solicitados de las partidas 78 a 125 corresponden a insumos de diagnóstico y reactivos médicos especializados cuyo estándar está determinado desde su origen, se solicita atentamente a la convocante permitir que el certificado ISO 9001 pueda presentarse a nombre del FABRICANTE de los productos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de la presente licitación.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-043-26 (CAGEG-043/2026), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
2	LOURDES PATRICIA CASTILLO HERNANDEZ	X				78-136	VIARIOS	Se le solicita a la convocante, saber si aceptan las cartas de distribuidor mayorista o fabricantes según sea el caso, de apoyo solidario y de caducidades mínimas requeridas, firmadas en digital y en caso de resultar adjudicados se presenten las cartas originales con firma autógrafa	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de la presente licitación.
3	LOURDES PATRICIA CASTILLO HERNANDEZ		X			133-136	N/A	La convocante solicita, frascos de plástico con capacidad de volumen de 120 ml, ¿se podría aceptar una capacidad de volumen de 100ml, respetando las demás características solicitadas?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida de las bases de la licitación.
4	LOURDES PATRICIA CASTILLO HERNANDEZ	X	X			130-132	II. h)	La convocante solicita fecha de entrega el día 21 de septiembre del 2026, se solicita a la convocante una extensión de tiempo en la entrega de las partidas mencionadas, de dos semanas adicionales, contemplando la entrega en la semana del 5 al 9 de octubre del 2026, ¿se acepta nuestra solicitud?	Se aclara que para las partidas 130, 131 y 132, la fecha límite de entrega es el 09 de octubre de 2026 , dejando sin efecto la fecha señalada en el inciso "h) Lugar y tiempo de entrega", del apartado II. Información específica de la licitación, para estas partidas.
1	BIJX DIAGNOSTI		X		PRUEBA RAP VIH DETECCION AG P24	123		Pruebas Rápidas. Inmunoanálisis para la detección del antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertasde antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos,anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC. F Solicitamos a la convocante nos aclare si la sensibilidad y especificidad son las siguientes, sensibilidad no menor a 99.40 % y especificidad no menor a 99.5 % de acuerdo al INDRE. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que de acuerdo al Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiológico en el Lineamiento para la Vigilancia de la Infección de VIH la sensibilidad recomendada no debe ser menor al 99% y la especificidad debe ser mayor al 98%. En este sentido, presentan una sensibilidad no menor al 99.40 % y una especificidad no menor al 99.50%, lo que garantiza una elevada capacidad para identificar correctamente tanto a las personas con infección por VIH como a aquellas que no la presentan, fortaleciendo la confiabilidad de los resultados y la oportunidad en la atención.
2	BIJX DIAGNOSTI		X		PRUEBA RAP VIH DETECCION AG P24	123		Pruebas Rápidas. Inmunoanálisis para la detección del antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertasde antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos,anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC. F Solicitamos a la convocante nos permita ofertar caja con 25 pruebas. ¿Se acepta?	La cotización es por pieza y podrá ofertar cualquier presentación siempre y cuando entregue el total de pruebas solicitadas. La entrega deberá realizarse en cajas completas, sin abrir ni fraccionar. En caso de que la cantidad solicitada no corresponda a múltiplos del contenido por caja, el proveedor deberá entregar las piezas faltantes sin costo adicional, manteniendo las cajas originales cerradas.
3	BIJX DIAGNOSTI		X		PRUEBA RAP VIH DETECCION AG P24	123		Pruebas Rápidas. Inmunoanálisis para la detección del antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertasde antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos,anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC. F La descripción de "10 tarjetas de prueba recubiertas de antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos, anticuerpos al antígeno p24 y avidina." es cubierta por una sola marca de Pruebas Rápidas para detección el antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2 en el mercado mexicano, la marca DETERMINE HIV EARLY DETECT de ABBOT ALERE. Con el objeto de incentivar la libre participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar Prueba con anticuerpos de ratón p24 conjugados con látex para la detección de antígeno p24 HIV 1/2. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
4	BJX DIAGNOSTI CS		X		PRUEBA RAP VIT DET CUALITATIVA	124		Pruebas Rápidas. Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por inmunocromatografía contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas. TATC. Con sensibilidad igual o superior al 99% yespecificidad igual o superior al 98% para VIH. F Solicitamos a la convocante nos permita ofertar caja con 25 pruebas. ¿Se acepta?	La cotización es por pieza y podrá ofertar cualquier presentación siempre y cuando entregue el total de pruebas solicitadas. La entrega deberá realizarse en cajas completas, sin abrir ni fraccionar. En caso de que la cantidad solicitada no corresponda a múltiplos del contenido por caja, el proveedor deberá entregar las piezas faltantes sin costo adicional, manteniendo las cajas originales cerradas.
5	BJX DIAGNOSTI CS		X		PRUEBA RAP VIT DET CUALITATIVA	124		Pruebas Rápidas. Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG por inmunocromatografía contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas. TATC. Con sensibilidad igual o superior al 99% yespecificidad igual o superior al 98% para VIH. F Solicitamos a la convocante nos aclare si la sensibilidad y especificidad son las siguientes, sensibilidad no menor a 99.40 % y especificidad no menor a 99.5 % de acuerdo al INDRE. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que de acuerdo al Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiológico en el Lineamiento para la Vigilancia de la Infección de VIH la sensibilidad recomendada no debe ser menor al 99% y la especificidad debe ser mayor al 98%. En este sentido, presentan una sensibilidad no menor al 99.40 % y una especificidad no menor al 99.50 %, lo que garantiza una elevada capacidad para identificar correctamente tanto a las personas con infección por VIH como a aquellas que no la presentan, fortaleciendo la confiabilidad de los resultados y la oportunidad en la atención.
6	BJX DIAGNOSTI CS		X		TIRAS REACTIVAS MICROALBUMINA	125		Tira reactiva para la determinación semi-cuantitativa de microalbúmina en orina 1) Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/L, en un tiempo aproximado de un minuto. 2) Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. 3) RTC y/o TA. 4) 080.889.2632 Características adicionales: 1) Lote y fecha de caducidad en envase primario. 2) Principio de prueba por inmunoensayo cromatográfico 3) Las pruebas deben almacenarse a temperatura ambiente 4) Se solicita una pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural, con tapón tipo rosca y cierre hermético con clave de cuadro básico 080.855.0164. 5) Bolsa individual de celofán para cada pomadera. 6) No debe requerir refrigeración. 7) Sin equipo adicional 8) Las pruebas deben incluir desecante Solicitamos a la convocante nos aclare si lo que requiere es una prueba semicuantitativa de microalbúmina en orina, en un rango de 10 a 150 mg/L ¿Es correcta nuestra apreciación?	Podrá ofertarla sin ser obligatorio para los demás licitantes
7	BJX DIAGNOSTI CS		X		TIRAS REACTIVAS MICROALBUMINA	125		Tira reactiva para la determinación semi-cuantitativa de microalbúmina en orina 1) Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/L, en un tiempo aproximado de un minuto. 2) Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. 3) RTC y/o TA. 4) 080.889.2632 Características adicionales: 1) Lote y fecha de caducidad en envase primario. 2) Principio de prueba por inmunoensayo cromatográfico 3) Las pruebas deben almacenarse a temperatura ambiente 4) Se solicita una pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural, con tapón tipo rosca y cierre hermético con clave de cuadro básico 080.855.0164. 5) Bolsa individual de celofán para cada pomadera. 6) No debe requerir refrigeración. 7) Sin equipo adicional 8) Las pruebas deben incluir desecante Solicitamos a la convocante nos permita oferta Principio de prueba por enucleación de diodo que es la más exacta para evaluar la microalbuminuria. ¿Se acepta?	Podrá ofertar el principio de enucleación de diodos sin ser obligatorio para los demás licitantes

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-043-26 (CAGEG-043/2026), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
	BJX DIAGNOSTI 8 CS		X		TIRAS REACTIVAS MICROALBUMINA	125		Tira reactiva para la determinación semi-cuantitativa de microalbúmina en orina 1) Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de microalbúmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/L, en un tiempo aproximado de un minuto. 2) Tubo con 25, 30 o 50 tiras reactivas. 3) RTC y/o TA. 4) 080.889.2632 Características adicionales: 1) Lote y fecha de caducidad en envase primario. 2) Principio de prueba por inmunoensayo cromatográfico 3) Las pruebas deberán almacenarse a temperatura ambiente 4) Se solicita una pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural, con tapón tipo rosca y cierre hermético con clave de cuadro básico 080.855.0164. 5) Bolsa individual de celofán para cada pomadera. 6) No deberá requerir refrigeración. 7) Sin equipo adicional 8) Las pruebas deben incluir desecante Solicitamos a la convocante nos diga si lo que requiere para la tira, es POMADERAS DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, NATURAL, TRANSPARENTE, ESTERIL, BOCA ANCHA, CON TAPON TIPO ROSCA, COLOR BLANCO, DIAMETRO DE NO MENOS DE 50 MM, CON GRADUACION EN ML Y OZ, CIERRE HERMETICO, ENVASE, TARRO DE 100 ML, EN BOLSA INDIVIDUAL DE PAPEL CELOFAN ¿Es correcta nuestra apreciación?	Podrá ofertarla sin ser obligatorio para los demás licitantes
	BJX DIAGNOSTI 9 CS		X		PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARAMETROS	130		PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARÁMETROS: PRUEBA EN PLACA PARADETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS 1000 NG/ML, BARBITÚRICOS 300 NG/ML, OPIÁCEOS 2000 NG/ML, BENZODIACEPINAS 300 NG/ML, COCAÍNA 300 NG/ML, METANFETAMINAS 1000 NG/ML, MARIHUANA 50 NG/ML, CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA Y EXACTITUD MÍNIMA DE 90 % ENCOMPARACIÓN CON GC/MS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar UNA PRUEBA MAS SENSIBLE CON LOS SIGUIENTES CORTES DE SENSIBILIDAD PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARÁMETROS: PRUEBA EN PLACA PARADETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS 500 NG/ML, BARBITÚRICOS 200 NG/ML, OPIÁCEOS 300 NG/ML, BENZODIACEPINAS 200 NG/ML, COCAÍNA 150 NG/ML, METANFETAMINAS 500 NG/ML, MARIHUANA 50 NG/ML, CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DEL DÍA DE LA ENTREGA Y EXACTITUD MÍNIMA DE 90 % ENCOMPARACIÓN CON GC/MS. ¿Se acepta?	Podrá ofertar la característica de sensibilidad, sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando oferte las demás características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
	BJX DIAGNOSTI 10 CS		X		TIRA REACTIVA DE ADULTERANTES	131		Tira reactiva para la detección de adulterantes en orina: creatinina, glutaraldehído, nitritos, oxidantes, ph, gravedad específica y clorocromato de piridinio. Caducidad mínima de 18 meses a partir del día de la entrega Solicitamos a la convocante nos aclare si en el análisis de oxidantes se refiere a LEJÍA (QUE ES EL OXIDANTE NATURAL) ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANA MARÍA DURÁN ROA		X		PRUEBA RAP VIH DETECCIÓN AG P24	123	ANEXO 1: 10 tarjetas de prueba recubiertas de antígeno HIV1/2 recombinant e y péptidos sintéticos, anticuerpos al antígeno p24 y avidina."	Se solicita amablemente y respetuosamente a la convocante y al área requirente se acepte presentación comercial del fabricante en caja con 25 pruebas diagnósticas, en lugar de las 10 indicadas en la descripción técnica, siempre y cuando se suministre la cantidad total de pruebas requeridas por la convocante " ¿Se acepta?	La cotización es por pieza y podrá ofertar cualquier presentación siempre y cuando entregue el total de pruebas solicitadas. La entrega deberá realizarse en cajas completas, sin abrir ni fraccionar. En caso de que la cantidad solicitada no corresponda a múltiplos del contenido por caja, el proveedor deberá entregar las piezas faltantes sin costo adicional, manteniendo las cajas originales cerradas.
2	ANA MARÍA DURÁN ROA		X		PRUEBA RAP VIH DETECCIÓN AG P24	123	ANEXO 1: "Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana."	Se solicita amablemente a la Convocante confirmar si para la presente partida serán aceptables dispositivos que permitan realizar la determinación en sangre entera, sangre capilar, sangre venosa, suero y plasma, conforme a las indicaciones del fabricante, manteniendo el cumplimiento de la detección simultánea del antígeno p24 de VIH-1 y anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2. ¿ Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
3	ANA MARÍA DURÁN ROA		X		PRUEBA RAP VIH DETECCIÓN AG P24	123	ANEXO 1: Tarjetas de prueba recubiertas de antígeno HIV1/2 recombinant e y péptidos sintéticos, anticuerpos al antígeno p24 y avidina."	Se solicita amablemente a la Convocante confirmar si para la presente partida serán aceptables pruebas rápidas de cuarta generación basadas en principios inmuno-cromatográficos cuyas membranas se encuentren pre-recubiertas con antígenos recombinantes de VIH y anticuerpos anti-p24, sin necesidad de incluir de forma limitativa péptidos sintéticos o avidina en su formulación, siempre y cuando el reactivo garantice plenamente la detección cualitativa y simultánea del antígeno p24 de VIH-1 y anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2." ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes
4	ANA MARÍA DURÁN ROA		X		PRUEBA RAP VIH DET CUALITATIVA.	124	ANEXO 1: Estuche para mínimo 24 pruebas	Considerando que la unidad de medida o presentación solicitada es Estuche, se solicita a la Convocante de la manera más atenta nos confirme si se acepta que se entreguen las pruebas solicitadas en la presentación comercial equivalente de Caja" con 25 pruebas, ¿SE ACEPTA LA ENTREGA EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 25 PRUEBAS , GARANTIZANDO LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS REQUERIDAS?	La cotización es por pieza y podrá ofertar cualquier presentación siempre y cuando entregue el total de pruebas solicitadas. La entrega deberá realizarse en cajas completas, sin abrir ni fraccionar. En caso de que la cantidad solicitada no corresponda a múltiplos del contenido por caja, el proveedor deberá entregar las piezas faltantes sin costo adicional, manteniendo las cajas originales cerradas.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVA	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
5	ANA MARÍA DURÁN ROA		X		PRUEBA RAP VIH DET CUALITATIVA.	124	Anexo I: Anticuerpos IgG por inmunocromatografía contra el virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2	Considerando que el Inserto Técnico de fábrica de nuestro producto establece textualmente en su Descripción y Principio que realiza la: "detección cualitativa de anticuerpos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) tipo 1 y tipo 2", lo cual comprende de manera científica y nativa la totalidad de los anticuerpos generados por la respuesta inmunitaria (incluyendo la clase IgG), se solicita a la Convocante nos confirme si se acepta la propuesta de bienes que describan en su literatura médica la detección de "anticuerpos de VIH tipo 1 y tipo 2" en general. ¿SE ACEPTA NUESTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CON ESTA DESCRIPCIÓN EN VIRTUD DE QUE CUMPLE PLENAMENTE CON EL OBJETO DE LA DETECCIÓN SOLICITADA?	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I para esta partida.
1	TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.	X				123 Y 124		Con el fin de integrar correctamente el expediente, solicitamos a la Convocante confirme si el foliado de la documentación y formatos (Anexos) debe ser consecutivo para toda la propuesta en su conjunto (técnica y económica), o si el foliado debe realizarse por separado para cada una de las propuestas (Técnica por un lado y Económica por el otro).	Podrá foliarlo de cualquier manera.
2	TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.	X				123 Y 124		Respecto al formato del Anexo A (Propuesta Técnica), solicitamos amablemente a la Convocante confirme si únicamente se deben relacionar e incluir las partidas en las que nuestra empresa participará, omitiendo aquellas en las que no se presentará oferta	Podrá presentarlo de esa manera.
1	LABOTEKNICA DEL CENTO	X			REQUISITOS ADICIONALES PARA LAS PARTIDAS 78 A 126 SOLICITAN LAS CARTAS CON FIRMA AUTOGRAFA	78 A 126	1.22, 1.23	SOLICITAMOS PRESENTAR LAS CARTAS CON FIRMA AUTOGRAFA UNA VEZ QUE NUESTRA EMPRESA SEA ADJUDICADA, EN EL MOMENTO DE FIRMAR CONTRATOS PARA PODER CUMPLIR CON LOS TIEMPOS, DE PRINCIPIO SOLICITAMOS PRESENTAR CARTAS CON FIRMA DIGITAL, GRACIAS	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de la presente licitación.
1	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAIJO SA DE CV		X		TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE	78 a la 122		Se aceptará que el licitante adjudicado entregue, al momento de la recepción de los bienes, una Carta Compromiso de Canje en hoja membretada y con firma autografa del representante o apoderado legal, para aquellos productos que no cumplan con la caducidad mínima requerida, siempre y cuando entregue con una caducidad de al menos 12 meses. En dicha carta deberá señalarse expresamente: La cantidad de bienes sujetos a canje. El lote y la fecha de caducidad de los bienes entregados. El compromiso de sustituir, sin costo alguno para el área usuaria, los bienes cuya caducidad sea inferior a la solicitada, por productos que cumplan con la vigencia establecida. El canje deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha en que el área usuaria notifique por escrito la necesidad de realizar dicho canje. El incumplimiento de este plazo será causa de aplicación de las penas convencionales y demás sanciones previstas en el contrato y la normatividad aplicable.	
2	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAIJO SA DE CV		X		TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE	78 a la 122		Se solicita a la convocante nos aclare si para las partidas 78 a la 122 únicamente se presentará Registro Sanitario de las tiras de glucosa cápilar o también de los glucometros, toallitas alcoholadas y lancetas, ya que en el numeral 1.29 de las presntes bases indican presentar "copia simple legible del Registro Sanitario del bien ofertado"	Deberá presentar registro sanitario de la tira reactiva, lanceta estéril y toalla alcoholada de conformidad a lo solicitado en el Anexo I.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-043-26 (CAGEG-043/2026), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

JUNTA DE ACLARACIONES

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
3	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		x		TIRAS DE GLUCOSA CAPILAR MARCA ROCHE	78 a la 122		Se solicita amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación nos permita ofertar para las partidas 78 a la 122 almohadilla para asepsia de uso externo, saturada al 70% de alcohol isopropílico para limpieza y desinfección. ¿Se acepta?	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando sea en presentación individual.
4	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		x		PANEL DE DROGAS DE ABUSO 7 PARAMETROS	130		Se solicita atentamente a la convocante aclarar si, para cumplir con la especificación de "panel de drogas de abuso", se acepta la presentación de una tarjeta para la detección de drogas de abuso, siempre que esta cumpla con el mismo principio de funcionamiento y satisfaga la totalidad de las especificaciones técnicas y de desempeño requeridas en las bases y su anexo técnico. Lo anterior, considerando que el término "tarjeta" corresponde al formato físico del dispositivo de diagnóstico y "panel de drogas de abuso" hace referencia al conjunto de analitos que detecta, sin que ello represente una diferencia funcional o de desempeño.	Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando oferte las demás características solicitadas en el Anexo I para esta partida.
5	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		x		PRUEBA RAP VIH DETECCIÓN AG P24	123		De acuerdo a la descripción de la partida 123 del Anexo I "Pruebas rápidas. Inmunoanálisis para la detección del antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea de antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertas de antígeno HIV 1/2 recombinante y péptidos sintéticos, anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TACT. F" Se solicita a la convocante amablemente confirmar que la obtención de la muestra de sangre para la realización de la prueba rápida deberá efectuarse mediante una lanceta de punción capilar.	Podrá ofertarla sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	COMERCIALIZADORA LOS TRES DEL BAJIO SA DE CV		x		PRUEBA RAP DET CUALITATIVA	124		De acuerdo a la descripción de la partida 124 del Anexo I "Pruebas rápidas. Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IgG. Por inmunocromatografía contra el virus de la inmunodeficiencia humana tipos 1 y 2. Estudio para mínimo 24 pruebas. TATC. Con sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH. F Se solicita a la convocante amablemente confirmar que la obtención de la muestra de sangre para la realización de la prueba rápida deberá efectuarse mediante una lanceta de punción capilar.	Podrá ofertarla sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-043-26 (CAGEG-043/2026), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

Pantalla e-compras

[Handwritten signature]

← ↻ 📄 https://pseig.guanajuato.gob.mx/9100/rj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema

← Atrás Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista

Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Faltos Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Licitaciones

Número de operación: 7900002617 A

Nombre:

Aplicar Reiniciar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. preg.
7900002617	40051001-043-26-1	Licitación pública	Concluido	03.07.2026	09:50:00	08.07.2026	12:00:00

FRA - ESP Elige al ganador

Buscar

12:45 p.m. 14/07/2026

← ↻ 📄 https://pseig.guanajuato.gob.mx/9100/rj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema

← Atrás Continuar Historial Favoritos Personalizar Vista

Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Faltos Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Emitir Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

FRA - ESP Elige al ganador

Buscar

12:46 p.m. 14/07/2026

Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-043-26 (CAGEG-043/2026), para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y de Laboratorio

Pantalla e-compras

← ↻ 🔍 https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema

« Atrás Continuar » Historial Favoritos Personalizar Vista

Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Licitaciones

Número de operación: 7900002615 A

Nombre:

Aplicar Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep preg.	Hora recep preg.
7900002615	40051001-043-26-1	Licitación pública	Concluido	03.07.2026	09:40:00	08.07.2026	12:00:00

UV muy alto Ahora

Buscar

12:46 p.m. 14/07/2026

← ↻ 🔍 https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal

GTO Manual del usuario Salir del sistema

« Atrás Continuar » Historial Favoritos Personalizar Vista

Bienvenido: Señora KARINA GARCIA BARBOSA

Preguntas Anexos a Licitaciones Clausulado de Contratos Compra Administración SRM Oficios Fallo Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado

Preguntas Preguntas > Preguntas Pantalla completa

Preguntas

Número de evento	Descripción	Proveedor	Nombre	Anexo preguntas	Fecha envío	Acuse	Enviar Acuse
------------------	-------------	-----------	--------	-----------------	-------------	-------	--------------

UV muy alto Ahora

Buscar

12:47 p.m. 14/07/2026