

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION 40051001-081-26-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	531000002353	1.00	PZA	Espectrofotómetro Infrarrojo FTIR Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049711 00010 Agrup. Carrito 3000030782 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Espectrofotómetro Infrarrojo FTIR Rangespectral 7,800 a 350 cm⁻¹##Resolución espectral 0.4 cm⁻¹ a 16cm⁻¹##Relación señal/ruido 35,000:1 A 45,000:1##Detector estándarDLATGS con control de temperatura Peltier##Divisor de hazGe/KBr##Fuente infrarroja Cerámica de alta intensidad oenergía##Interferómetro Michelson de 30° a 45°, espejo corner-cube,sellado y autoalineable.##Convertidor A/D 24 bits##Comunicación USB 2.0##Alimentación 100–240 V CA, 50/60 Hz, máximo 50 VA##Base optica parareflexion total atenuada##cristal de diamante (4000 a 350 cm -1) paramediciones##El suministro deberá incluir una plataforma integral ,completamente configurada y lista para operar con el equipo suministrado, incluyendo todos los elementos físicos necesarios para sufuncionamiento. #####El suministro deberá incluir un sistema deacondicionamiento y continuidad energética dimensionado para protegerel instrumento y la plataforma de operación frente a variaciones delsuministro eléctrico, incorporando regulación automática de tensión,protección contra transitorios eléctricos y capacidad suficiente parapermitir el cierre controlado de las aplicaciones de operación y lafinalización segura del proceso analítico. #####Biblioteca paraidentificación espectral con capacidad MINIMO 12000 espectros.#####Herramientas para procesamiento avanzado de información analíticaque incluya: ##Corrección de línea base, Suavizado, Derivadas,Comparación espectral, Cuantificación, Generación de reportes,Exportación de resultados.#####
2	531000002351	1.00	PZA	BALANZA GRANATARIA Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049746 00010 Agrup. Carrito 3000030809 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Balanza granataria de triple brazo. ##• Capacidad: De 2,500 g a 2,610g (Tolerancia maxima). ##• Legibilidad: 0.01g. a 0.1 g. ##•Reproducibilidad: ±0.2 g. ##• Plataforma de pesaje: De 140 mm a 170 mmde diámetro. ##• Material de la plataforma: Acero inoxidable. ##•Construcción: Metal, aluminio o aleación metálica de alta resistencia.##• Calibración: Externa o mecánica. ##• Sistema de medición:Mediante pesas deslizables y equilibrio mecánico. ##• Unidades depesaje: Gramos. ##• Incluye: Pesas auxiliares necesarias para alcanzarla capacidad máxima especificada.
3	531000002349	1.00	PZA	Espectrofotómetro rango Visible

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
4	531000002344	1.00	PZA	Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049750 00010 Agrup. Carrito 3000030813 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Espectrofotómetro rango Visible Sistema óptico de haz simple.##Rango espectral 320–1100 nm o superior.##Ancho de banda igual o menor a 4-5 nm.##Precisión de longitud de onda ±2 nm o mejor.##Detector defotodiodo de silicio o tecnología equivalente.##Funciones deabsorbancia, transmitancia, concentración y factor.##Admite celdas de 5a 100 mm de paso de luz.##Alimentación 100–240 V~, 50/60 Hz oequivalente. INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049752 00010 Agrup. Carrito 3000030815 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA Capacidad: 60 a 65 litros ##Rango de temperatura: 5 °C a 70 °C ##Estabilidad de temperatura: ±0.5 °C ##Sistema de control MicroprocesadorPID digital ##Tipo de convección: Natural omecánica ##Temporizador: Programablede 0 a 9999 min o superior ##Pantalla: Digital de fácilvisualización ##Alarmas: Por sobrecalentamientoy fin de ciclo ##Sensor de temperatura: PT100 oequivalente ##Cámara interna: Aceroinoxidable o material anticorrosivo equivalente ##Puerta interior:Cristal templado o ventana de observación ##Puerto deacceso: Para inserción de sondas o sensores externos##Rejillas internas: Ajustables y removibles ##Alimentación eléctrica: 110-120 V, 60 Hz
5	531000002357	1.00	PZA	Centrífuga digital de mesa Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049753 00010 Agrup. Carrito 3000030816 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Centrífuga digital de mesa.##Velocidad de operación: 100 a 4,500 RPM.##Fuerza centrífuga relativa (RCF): 1,500 a 2,490 xg. Temporizadordigital: 1 a 99 minutos##Rotor incluido: Capacidad para 8 a 12 tubos de10 mL y/o 15 mL.##Alimentación eléctrica: 100–240 V~, 50/60 Hz.##
6	531000002342	1.00	PZA	AGITADOR DE PROPELA Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049754 00010 Agrup. Carrito 3000030817 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:Agitador mecánico de propela #####Capacidad máxima de agitación (H₂O):30 L - 40 L #####Rango de velocidad: 30 a 2200 rpm #####Torque máximo#40N·cm - 60 N·cm#####Viscosidad máxima#10,000 mPa·s mínimo#50,000mPa·s#####Motor: #Corriente continua sin escobillas#####Sistema devisualización: LED o LCD digital#####Diámetro de mandril (TIRADA) :#0.5a 13 mm #####Alimentación:#100–240 V, 60

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Hz#####Soporte universal: #Incluido#####Propela de acero inoxidable, Incluida, Acero inoxidable316
7	531000000545	7.00	PZA	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049800 00010 Agrup. Carrito 3000030852 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: "1. UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA, NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO Y MANCHAS. 2. EQUIPO CON TECNOLOGIA PIEZOELECTRICA. 3.GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO REGULABLE EN EL RANGO DE 28 KHZ A 30 KHZ, COMO MINIMO 4. CONTROL O SELECTOR DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL 5. PARA USO EN AL MENOS DOS ESPECIALIDADES: PERIODONCIA Y ENDODONCIA 6. ENTRADA PARA ALIMENTACION DE AGUA CON MANGUERA, FILTRO Y CONEXIONES RAPIDAS PARA USO EN UNIDAD DENTAL O DEPOSITO DE AGUA INDEPENDIENTE. 6.1 FLUJO DE AGUA REGULABLE: 0-60 ML/MIN 7. CONTROL PARA REGULAR EL FLUJO DE IRRIGACION: ROCIO O SPRAY 8. PIEZA DE MANO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR; CON LUZ LED INTEGRADA. 9. ACTIVACION A TRAVES DE PEDAL 10. ACCESORIOS 10.1 (3) INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES 10.1.1 FABRICADAS DE TITANIO O ALEACION DE METAL/DIAMANTE/CARBONO 10.1.2 INTERCAMBIABLES 10.1.3 ESTERILIZABLES EN SUSTANCIAS QUIMICAS O VAPOR 10.2 INSERTOS O PUNTAS PARA DIFERENTES APLICACIONES CLINICAS EN PERIODONCIA, PROFILAXIS, ENDODONCIA, REHABILITACION Y RESTAURACION 10.2.1 ESTERILIZABLES EN SUSTANCIAS QUIMICAS O VAPOR 10.3 LLAVE O HERRAMIENTA PARA INTERCAMBIO DE INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES 10.4 PEDAL PARA ACTIVACION 11. ALIMENTACION ELECTRICA: 120 V +/- 10% @HZ. 4. "
8	532000000398	8.00	PZA	MICROMOTOR PARA CORTE DESVASTE Y PULIDO Centro Gestor 211213004030500 Solicitud de Pedido 0190049804 00010 Agrup. Carrito 3000030856 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: MICROMOTOR PARA LABORATORIO Y CONSULTORIO DENTAL PARA CORTE DESVASTE Y PULIDO, PIEZA DE MANO PARA USO EN LABORATORIO O PARA CONTRA ANGULO EN CLINICA, CAJA DE CONTROL DE PODER DE 30 VOHS - 0.5 AMPERES, VELOCIDAD VARIABLE DE HASTA 35,000 RPM, CONTROL DE ADELANTE Y REVERSA, CONTROL DE PIE ENCENDIDO/APAGADO. PERILLA PARA REGULAR VELOCIDAD Y BOTON PARA CAMBIAR DE DIRECCION EL GIRO, INCLUYE MICRIMOTOR, PIEZA DE MANO DE LABORATORIO, PEDAL.
9	531000002354	1.00	PZA	REACTOR DE CAMISA Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049820 00010 Agrup. Carrito 3000030866 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica: REACTOR DE CAMISA ##Reactor químico encamisado para procesos desíntesis, mezclado, reacción, destilación, extracción y reflujo a escala de laboratorio. ##Capacidad nominal de 5 L (±1 L). ##Capacidad dela camisa: 2 L (±1 L). ##Material del recipiente:

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
				Vidrio deborosilicato de alta resistencia química y térmica.##Temperatura de operación recomendable: -60 °C (+/-20 °C) a 200 °C (+/-20 °C).##Velocidad de agitación recomendable: Intervalo regulable desde 0- 1,200 rpm.##Potencia o capacidad de agitación: Motor con potencia entre 80 W-100 W.
10	531000001062	1.00	PZA	MESA DE TRABAJO Centro Gestor 211213017D30000 Solicitud de Pedido 0190049827 00010 Agrup. Carrito 3000030871 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.8M DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 0.90 M DE ALTO DE ALEACION DE ACERO: SS304 CALIBRE 18, PATADE TUBO DE 2" DE SS304, TORNILLO DE NIVELACION, ENTREPAÑO INFERIOR
11	531000001062	1.00	PZA	MESA DE TRABAJO Centro Gestor 211213017D50000 Solicitud de Pedido 0190049827 00020 Agrup. Carrito 3000030871 0002 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.8M DE LARGO X 0.7 M DE ANCHO X 0.90 M DE ALTO DE ALEACION DE ACERO: SS304 CALIBRE 18, PATADE TUBO DE 2" DE SS304, TORNILLO DE NIVELACION, ENTREPAÑO INFERIOR
12	531000000490	1.00	PZA	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES Centro Gestor 211213019070113 Solicitud de Pedido 0190049879 00010 Agrup. Carrito 3000030912 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
13	531000002361	3.00	PZA	SILLA DE RUEDAS ACTIVA Centro Gestor 211113400070000 Solicitud de Pedido 0190050034 00010 Agrup. Carrito 3000031166 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:SILLA DE RUEDAS ACTIVA, CUADRO DE ACERO AL CARBON (MAXIMO 6 KG. DE PESO), MAZA DE ALUMINIO, EJE DESMONTABLE CON SISTEMAPUSH, RINES DE ALUMINIONATURAL DE 32 A 38 RAYOS, ARO DE AVANCE FABRICADO EN ACERO COLROLLIGERO, LLANTAS CON CAMARA DE24"-26", RUEDAS DELANTERAS DE URETANO DE4", COJIN DE 5 CM. DE ESPESOR Y VESTIDURAS ELABORADAS EN TELA DE ALTORENDIMIENTO Y USO RUDO, SOPORTES DE PIE EN PLACA DE ALUMINIO AJUSTABLEA ALTURA, PLACAS LATERALES QUE REALIZAN LA FUNCION DE POLVERAS,PINTURAELECTROSTATICA, FABRICADA A MEDIDAS, ESPECIFICACIONES Y NIVEL DE LESION DEL USUARIO.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
14	531000000255	1.00	PZA	UNIDAD DENTAL CON MODULO INTEGRADO V19 Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00010 Agrup. Carrito 3000031031 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
15	531000000408	2.00	PZA	VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTO Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00020 Agrup. Carrito 3000031031 0002 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
16	531000000442	1.00	PZA	UNIDAD ELECTROCIRUGIA GRAL Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00030 Agrup. Carrito 3000031031 0003 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
17	531000000463	1.00	PZA	CRANEOTOMO ELÉCTRICO Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00040 Agrup. Carrito 3000031031 0004 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
18	531000000545	1.00	PZA	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00050 Agrup. Carrito 3000031031 0005 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
19	531000000771	1.00	PZA	AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLOGICO Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00060 Agrup. Carrito 3000031031 0006 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
20	531000000794	3.00	PZA	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (GRAL) Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00070 Agrup. Carrito 3000031031 0007 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
21	531000000813	1.00	PZA	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00080 Agrup. Carrito 3000031031 0008 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
22	531000001012	1.00	PZA	LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACC Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00090 Agrup. Carrito 3000031031 0009 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
23	531000001363	1.00	PZA	COLCHON TERMICO Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00100 Agrup. Carrito 3000031031 0010 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
24	531000002093	1.00	PZA	Bisturí piezoeléctrico Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00110 Agrup. Carrito 3000031031 0011 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
25	531000002097	1.00	PZA	Micromotor para cx maxilofacial Centro Gestor 211213019030400 Solicitud de Pedido 0190050046 00120 Agrup. Carrito 3000031031 0012 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
Descripción técnica: DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.				
26	531000002355	32.00	PZA	Oxímetro tamiz cardiaco neonat. Masimo® Centro Gestor 211213019030300 Solicitud de Pedido 0190050060 00010 Agrup. Carrito 3000031043 0001 Entrega en: CARR. GTO.-JUVENTINO ROSAS KM.9 C.P. GUANAJUATO, GTO México/ Descripción técnica:DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN ANEXO I-A.
27	531000000250	1.00	PZA	MONITOR SIGNOS VITALES INT UNI 19 Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190050155 00010 Agrup. Carrito 3000031094 0001 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica:1. MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 12 PULGADAS COMO MINIMO.2. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO ALAMBRICA O INALAMBRICA.3. SALIDA ANALOGICA DE ECG O SINCRONIA PARA DESFIBRILACION.4. PANTALLA A COLOR TECNOLOGIA LCD, TFT O TECNOLOGIA SUPERIOR.5. PROTECCION CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.6. DETECCION DE MARCAPASOS.7. DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA DE:7.1. AL MENOS 6 CURVAS SIMULTANEAS.7.2. ECG:7.2.1. DESPLIEGUE SIMULTANEO DE AL MENOS 2 CURVAS, A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MAS.7.2.2. MONITOREO Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS (AL MENOS TRES CANALES SIMULTANEOS).7.2.3. DETECCION DE ARRITMIAS BASICAS QUE CUMPLA CON AL MENOS DOS DE LAS SIGUIENTES: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA Y FIBRILACION VENTRICULAR.7.3. PLETISMOGRAFIA.7.4. RESPIRACION.8. DESPLIEGUE NUMERICO DE:8.1. FRECUENCIA CARDIACA.8.2. FRECUENCIA RESPIRATORIA.8.3. SATURACION DE OXIGENO.8.4. PRESION NO INVASIVA (SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA).8.5. TEMPERATURA (T1, T2 Y DELTA).9. MODOS PARA LA TOMA DE PRESION: MANUAL Y AUTOMATICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.10. TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 24 HORAS COMO MINIMO DE TODOS LOS PARAMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO.11. QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO.12. CON BATERIA INTERNA RECARGABLE CONDURACION DE AL MENOS 1 HORA CON INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA.13. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCION QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LIMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS:13.1. ECG.13.2. SATURACION DE OXIGENO.13.3. FRECUENCIA CARDIACA.13.4. PRESION ARTERIAL NO INVASIVA (SISTOLICA, DIASTOLICA, MEDIA).13.5. TEMPERATURA.13.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA.14. ALARMA DE APNEA.15. CON SILENCIADOR DE ALARMAS.16. ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR.17. INTERFACE DEL USUARIO EN ESPAÑOL.18. CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACION VIA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MEDICA A TRAVES DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACION DE TRABAJO MEDIANTE CONEXION INALAMBRICA.19. CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE.20. SISTEMA PARA FIJACION DE CADA MONITOR: MONTAJE DE PARED CON CANASTILLA PARA GUARDA DE

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
28	531000000932	1.00	PZA	ACCESORIOS.21. REGISTRADOR TERMICO O IMPRESORA TERMICA INTERCONSTRUIDA O MODULO INSERTABLE.21.1. DE AL MENOS 2 CANALES.22. ACCESORIOS PARA USO ADULTO/PEDIATRICO:22.1. (1) CABLE TRONCAL Y (2) SENSORES TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRIA DE PULSO.22.2. (2) SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE).22.3. BRAZALETES REUSABLES PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVO CON MANGUERA REUSABLE, CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.22.3.1. (1) BRAZALETE TAMAÑO ADULTO.22.3.2. (1) BRAZALETE TAMAÑO PEDIATRICO.22.3.3. (1) MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.22.4. (1) CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS.23. ACCESORIOS PARA USO NEONATAL:23.1. (1) CABLE TRONCAL Y (1) SENSOR MULTISITIO, REUSABLE, PARA OXIMETRIA DE PULSO.23.2. (2) SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE).23.3. BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA CON MANGUERA REUSABLE Y CONECTOR PARA LOS BRAZALETES (CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA).23.3.1. (40) BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA NEONATAL EN DOS MEDIDAS DIFERENTES (20 POR MEDIDA).23.3.2. (1) MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.23.3.3. UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 3 PUNTAS.24. CONSUMIBLES (CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA):24.1. 300 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO/PEDIATRICO.24.2. 300 ELECTRODOS PARA ECG NEONATALES.24.3. CINCO ROLLOS DE PAPEL.25. ALIMENTACION ELECTRICA DE OPERACION: 120V +/- 10% @ 60HZ, CON CLAVIJA GRADO MEDICO. CAMPIMETRO COMPUTARIZADO Centro Gestor 211113400070300 Solicitud de Pedido 0190050155 00020 Agrup. Carrito 3000031094 0002 Entrega en: CALLE HACIENDA SILAO 900 C.P. 36100 SILAO DE LA VICTORIA, GTO. México/GTO Descripción técnica:CAMPIMETRO COMPUTARIZADO1. EQUIPO COMPUTARIZADO FIJO EMPLEADO PARA LA DETERMINACION DEL CAMPO VISUAL Y ESCOTOMAS UTILIZADO CON FINES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN ESTUDIOS DEL CAMPO VISUAL. 2. CON MONITOR DE TUBO DE RAYO CATODICO INTEGRADO3. HEMIESFERA DE 30 CMDE DIAMETRO PARA DISTANCIA DE EXAMENES A 30 CMS. 4. INTENSIDAD LUMINICA DE LA ESFERA DE 31.5 ASB.5. LONGITUD DE ONDA DE TODO EL ESPECTRO VISIBLE PARA:4.1 PRUEBAS CINETICAS CON ESTIMULO GOLDMAN. 4.2 PARA TEMPRANO RECONOCIMIENTO DE GLAUCOMA.6. MENTONERA Y CABEZAL DE APOYO AUTOMATICOS. 7. POSICION CONTROLADA DURANTE TODO EL EXAMEN. 8. INCLUYE MONITOR CON PANTALLA SENSIBLE AL TACTO Y TECLADO ALFANUMERICO. 9. INCLUYE COMPUTADORA PORTATIL.9.1. DISCO DURO CON 500 GB O MAYOR.9.2. MEMORIA RAM DE 2 GB O MAYOR.9.3. QUEMADOR DE DVD.9.4. SOFTWARE PARA CONTROL DE PROTOCOLOS.10. ACCESORIOS:10.1. IMPRESORA LASER.10.2. MESA DE ELEVACION ELECTROMOTORIZADA.10.3. CON SOPORTE ESPECIAL PARA DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO EN EL EJE CON ACCESO PARA PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS.11. ALIMENTACION ELECTRICA DE OPERACION: 120V @ 60 HZ +/- 10%, CLAVIJA GRADO MEDICO.